

Consultas Realizadas

Licitación 463530 - Adquisición de Sillones Odontológicos y Compresor

Consulta 1 - Lote 2 Compresor

Consulta	Fecha de Consulta	
Piden Compresor de 40 HP con 171 pcm a presion de 8 Bar , se puede cotizar compresor de 40 HP con 160 pcm a presion de 8 bar considerando que es minimo la diferencia y el motor y la presion es igual al solicitado.	22-04-2025	
<hr/>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	
se puede cotizar compresor de 40 HP - 160 pcm	22-04-2025	
<hr/>		

Consulta 2 - Compresor

Consulta	Fecha de Consulta	
Piden compresor con 65db , se puede cotizar de 76 db ya que es minima la diferencia en el decideles para este tipo de compresores y por el tamaño.	22-04-2025	
<hr/>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	
Se puede cotizar de 76 db.	22-04-2025	
<hr/>		