

## Consultas Realizadas

# Licitación 469878 - Adquisición de horno mufla para el Proyecto ENER01-3.

### Consulta 1 - Plan de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	21-04-2025
Favor evaluar aumentar el plazo de entrega a 120 días porque es un equipo muy específico que hay que importar exclusivamente para esta contratación		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-04-2025
Nos mantenemos en lo establecido en el PBC.		

### Consulta 2 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	21-04-2025
En las Especificaciones Técnicas se solicita como elemento calefactor: "Resistencia SiC Kanthal o silicio-molibdeno", se podría ofertar una mufla con un elemento calefactor diferente, pero que permita llegar hasta los 1600 °C solicitados? por ejemplo alambre de aleación de níquel y cromo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-04-2025
Nos mantenemos en lo establecido en las especificaciones técnicas.		