

Consultas Realizadas

Licitación 460364 - Adquisición de Equipo de Refrigeración para Biológicos y Desfibrilador Externo Automático

Consulta 1 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	11-04-2025
Solicitamos amablemente a la convocante que se verifiquen todos los aspectos de las especificaciones técnicas teniendo en cuenta que se encuentra dirigido al equipo AED NIHON KOHDEN representado por la empresa LCM S.A. Adjuntamos link https://eu.nihonkohden.com/es/products/resuscitation/cardiolife-aed-3100		

Consulta 2 - Antecedentes de la Estimación de Costos

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2025
Se sugiere amablemente a la convocante, que consideren los antecedentes de estimación de costos considerando a proveedores que se encuentran en el rubro de importación y distribución de refrigeradores, a fin de que el proceso sea transparente y no se ponga en duda el proceso licitatorio. Se adjunta enlace de una publicación hecha por un diario que menciona a una de las empresas. https://www.ultimahora.com/proyectan-sacar-las-compras-publicas-empresas-maletin-n2899086 . Las empresas utilizadas de referencia deben contar con experiencia en el rubro y deben estar en el registro de proveedores del estado. Este llamado representa un gran inversión para el estado, y precisa de proveedores serios, confiables, con servicio técnico especializado.		

Consulta 3 - ÍTEM 1 Equipo de refrigeración para biológicos - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2025
Las especificaciones técnicas del equipo de refrigeración, se encuentran dirigidas a la marca B Medical Systems, por lo que se solicita amablemente a la convocante, establecer rangos de dimensiones más amplios, como por ejemplo: contar con aislamiento de 300 mm +- 100 mm de espuma de poliuretano. Así también, dimensiones exteriores (alto x ancho x fondo): 900 x 1620 x 800 mm +- 500 mm. Ya que cada fabricante posee diferentes dimensiones para el modelo que solicitan, sin embargo, la dimensión establecida en el PBC está limitando la participación de los oferentes.		

Consulta 4 - Capacidad financiera.

Consulta	Fecha de Consulta	12-04-2025
Solicitud de Ampliación de Rango para Evaluación de Capacidad Financiera		
En relación con el requisito de Capacidad Financiera establecido en los documentos de la licitación, específicamente aquel que señala:		
"El Licitante deberá proporcionar prueba documental que demuestre que cumple los siguientes requisitos financieros: Volumen anual de ventas en al menos 2 años de los siguientes años: 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023",		
Respetuosamente solicitamos se considere la posibilidad de ampliar el rango de años contemplados, de manera que se permita cumplir con este requisito acreditando el volumen anual de ventas en al menos dos (2) de los siguientes años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024.		
El objetivo de esta solicitud es permitir la presentación de información financiera más actualizada, que refleje con mayor precisión la capacidad financiera vigente de los licitantes.		
Asimismo, esta modificación favorecería una mayor equidad en la participación, permitiendo a empresas que hayan iniciado operaciones o experimentado un crecimiento significativo en los años más recientes, acreditar su capacidad sin dejar de cumplir con el requisito de haber operado en al menos dos ejercicios fiscales.		

Consulta 5 - NORMAS DE CALIDAD ESPECÍFICAS

Consulta	Fecha de Consulta	16-04-2025
Se consulta amablemente a la convocante, sobre la posibilidad de considerar certificaciones emitidas por ANMAT, ANVISA, o una certificación de calidad con los parámetros controlados por el fabricante, etc, y no solo la certificación PQS de la OMS, a fin de no limitar la participación de los oferentes.		

Consulta 6 - DIMENSIONES - ÍTEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	16-04-2025
Se solicita amablemente a la convocante, que donde indica dimensiones "900 x 1620 x 800 mm +/- 200 mm", se indique 900 x 1620 x 800 mm , como mínimo, o similar, a fin de no limitar la participación de oferentes.		

Consulta 7 - ÍTEM 1 - RANGO DE TEMPERATURAS

Consulta	Fecha de Consulta	16-04-2025
Se solicita amablemente a la convocante, que donde indique Rango de temperatura de operación entre 2°C y 8°C. Temperatura preconfigurada +5°C en el compartimento de refrigeración, entre -15°C y -25°C para congelación de los paquetes de hielo, quede de la siguiente manera "Rango de temperatura de operación entre 2°C y 8°C. Temperatura preconfigurada en el compartimento de refrigeración, entre -15°C y -25°C, como mínimo "		

Consulta 8 - MONITOREO REMOTO - ÍTEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	16-04-2025
Se consulta amablemente a la convocante, si donde dice "Debe incluir dispositivo de monitoreo remoto de temperatura en tiempo real y acceso a la información a través de la WEB, por el periodo de garantía del equipo, con batería autorecargable mientras el equipo está alimentado por energía eléctrica. Debe permitir por lo menos el envío de alarmas por mensajes de texto y por correo electrónico en caso de desviación de temperaturas y apertura de puerta del refrigerador. " se podría aceptar lo siguiente: "Debe incluir dispositivo de monitoreo remoto de temperatura en tiempo real y acceso a la información a través de la WEB, por el periodo de garantía del equipo, con batería autorecargable mientras el equipo está alimentado por energía eléctrica. Debe permitir por lo menos el envío de alarmas al sistema de monitoreo o por por mensajes de texto y por correo electrónico en caso de desviación de temperaturas y apertura de puerta del refrigerador"		

Consulta 9 - Regional Sales Manager

Consulta	Fecha de Consulta	22-04-2025
<p>Muy buen dia, respetuosamente solicito información acerca del voltaje de operación exigido de los refrigeradores para almacenamiento de vacunas (Item 1), de igual manera me gustaria saber si hay posibilidad de ofrecer equipos que no sean fabricados en roto moldeo ya que esta condición entre otras solo la puede cumplir un solo fabricante (B-Medical Systems), por ultimo, en cuanto a la garantía bancaria nos gustaría consultar si, al ser expedida por un banco legalmente constituido en el país del fabricante, se exige que tenga un corresponsal en territorio Paraguayo?</p> <p>Muchas gracias</p>		

Consulta 10 - forma de pago

Consulta	Fecha de Consulta	22-04-2025
<p>se solicita amablemente a la convocante aclarar si el contrato admite el pago de anticipo? ya que la cantidad es significativa en ambos items.</p>		

Consulta 11 - item 2

Consulta	Fecha de Consulta	22-04-2025
<p>se solicita amablemente a la convocante en donde dice "perilla de seleccion de tipo de paciente Adulto / pediatrico" se pueda admitir "perilla o boton de seleccion de tipo de paciente" ya que la funcionalidad es la misma, sea con una perilla de seleccion o a traves de un boton. el efecto es el mismo. Para poder asi de esta manera ampliar y no limitar la cantidad de posibles oferentes</p>		

Consulta 12 - Item 2 DEA

Consulta	Fecha de Consulta	23-04-2025
<p>En el ítem 2, se solicita "Carga de energía 8 segundos". Se propone ampliar a "hasta 10 segundos", ya que este rango asegura una descarga eficaz y permite la participación de más marcas, sin afectar la seguridad ni el desempeño del equipo.</p>		

Consulta 13 - EETT ITEM 2 DEA

Consulta	Fecha de Consulta	23-04-2025
<p>En el ítem 2 , se solicita "Perilla de selección para pacientes adultos o pediátricos". Se propone modificar por: "Perilla o botón de selección", ya que ambos sistemas son seguros y funcionales, permitiendo mayor amplitud de oferta sin afectar la operatividad del equipo.</p>		

Consulta 14 - EETT ITEM 2 DEA

Consulta	Fecha de Consulta	23-04-2025
<p>Solicitamos a la convocante que revisen todos los aspectos de las especificaciones técnicas, ya que actualmente están claramente orientadas hacia el equipo AED NIHON KOHDEN, modelo AED 3100 representado por la empresa LCM S.A. Esto limita la competencia y debe ser ajustado para permitir una participación más amplia de oferentes.</p>		

Consulta 15 - EETT ITEM 2 DEA

Consulta	Fecha de Consulta	23-04-2025
<p>Donde solicitan ECG ANALISIS 8,5 segundos, solicitamos que esto sea ampliado a un rango maximo de 8,5 seg y no restringir a ese tiempo unicamente, de esa manera se dara apertura a una mayor participación de oferentes</p>		

Consulta 16 - Experiencia específica

Consulta	Fecha de Consulta	24-04-2025
Consultamos la posibilidad de incluir el año 2024, entre los años a considerar para demostrar la experiencia específica y así permitir una mayor participación de oferentes		

Consulta 17 - Experiencia específica

Consulta	Fecha de Consulta	24-04-2025
Para el ítem 2 Desfibrilador Externo Automático, solicitamos considerar la experiencia en venta de Desfibrilador Externo Automático, Desfibrilador, Cardiodesfibrilador, Monitor Desfibrilador y/o Carro de paro con Desfibrilador, considerando las diferentes expresiones que se utilizan en el mercado para los equipos DEA		

Consulta 18 - Especificaciones Técnicas - Ítem 2 Desfibrilador Externo Automático

Consulta	Fecha de Consulta	24-04-2025
ECG análisis 8,5 segundos ¿Se podría cotizar en un rango entre 8 a 10 segundos?. De lo contrario se estaría limitando la participación a una marca específica en el mercado		

Consulta 19 - Especificaciones Técnicas - Ítem 2 Desfibrilador Externo Automático

Consulta	Fecha de Consulta	24-04-2025
Transferencia de datos Bluetooth 2,0 ¿Se podría considerar transferencia de datos por Bluetooth o USB?. De lo contrario se estaría limitando la participación a una marca específica en el mercado		

Consulta 20 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	24-04-2025
Ítem 2 - Desfibrilador externo automático: en el punto características "Desfibrilador externo semiautomático con selector de pacientes adulto/pediátrico"		
Se solicita que el desfibrilador pueda usarse tanto en pacientes adultos como pediátricos, pero que esto no esté determinado por la presencia de selector en el equipo, ya que muchos equipos detectan el tipo de parche conectado y automáticamente se programa el uso para el tipo de paciente correspondiente (modo pediátrico para parches pediátricos y modo adulto para parches adultos).		
Quedando: "Desfibrilador externo semiautomático para pacientes adulto/pediátrico"		

Consulta 21 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	24-04-2025
Ítem 2 - Desfibrilador externo automático: en el punto características "Carga de energía de 8 segundos"		
Este requerimiento apunta a una marca determinada que es NIHON KOHDEN, limitando la posibilidad de ofertar a otros fabricantes. Se solicita modificar este requerimiento a carga de energía a menos de 10 segundos con batería nueva, considerando que es un tiempo prudente, y aporta mayor pluralidad de postores que puedan satisfacer la demanda, quedando: "Carga de energía de menos de 10 segundos con batería nueva"		

Consulta 22 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	24-04-2025
<p>Ítem 2 - Desfibrilador externo automático: en el punto características "Parches compatibles con cualquier edad y género" Solicitamos amablemente a la convocante que se verifiquen todos los aspectos de las especificaciones técnicas teniendo en cuenta que se encuentra dirigido al equipo AED NIHON KOHDEN. La mayoría de los desfibriladores externos automáticos utilizan parches para adultos y para pacientes pediátricos diferentes, no modificando así el funcionamiento del equipo. Quedando: "Parches para pacientes adultos y pediátricos"</p>		

Consulta 23 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	24-04-2025
<p>Ítem 2 - Desfibrilador externo automático: en el punto características "Perilla de selección para pacientes adultos o pediátricos." Se solicita modificar el requerimiento, teniendo en consideración que muchos equipos que pueden utilizarse en pacientes adultos y pediátricos lo hacen a través de detección automática de los parches conectados, sin necesidad de un perilla selectora, ahorrando un paso al operador. Quedando: "Perilla de selección para pacientes adultos o pediátricos o detección automática de parches adultos o pediátricos"</p>		

Consulta 24 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	24-04-2025
<p>Ítem 2 - Desfibrilador externo automático: en el punto características "Modo adulto y pediátrico con los mismos electrodos" Solicitamos amablemente a la convocante que se verifiquen todos los aspectos de las especificaciones técnicas teniendo en cuenta que se encuentra dirigido al equipo AED NIHON KOHDEN. Existe gran variedad de desfibriladores externos automáticos que utilizan parches para adultos y para pacientes pediátricos diferentes, esto no interfiere en el uso destinado del equipo. De hecho, el uso de parches especialmente para cada tipo de paciente permite tratar de forma segura a pacientes dado que se adaptan al tamaño y características fisiológicas del paciente. En el caso de los parches pediátricos, tienen un sistema atenuador que reduce la descarga a un nivel seguro para pacientes. Quedando: "Modo adulto y pediátrico con los mismos electrodos o electrodos para adulto y electrodos para pediátrico por separado según diseño del fabricante"</p>		

Consulta 25 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	24-04-2025
<p>Ítem 2 - Desfibrilador externo automático: en el punto características "Transferencia datos Bluetooth 2,0" Se solicita agregar como otra opción la transferencia de datos almacenados por USB o Wifi o infrarrojo, para que no limite la especificación a un equipo y marca particular, considerando que cada fabricante utiliza diferentes medios de transferencia de datos. Quedando: "Transferencia datos Bluetooth 2,0, USB o Wifi o infrarrojo"</p>		

Consulta 26 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	24-04-2025
<p>Ítem 2 - Desfibrilador externo automático: en el punto características "Peso no mayor a 2.5 kg con baterías y parches incluidos" Se solicita amablemente que se amplíe el rango de peso del equipo de 2 a 3,5 kg, teniendo en cuenta que al ampliarlo no se pierde la portabilidad del mismo y que a su vez tampoco infliere en la eficacia y uso destinado del equipo. Quedando: "Peso no menor a 2 kg y no mayor a 3,5 kg con baterías y parches incluidos"</p>		

Consulta 27 - EETT - AED

Consulta	Fecha de Consulta
	24-04-2025
Donde dice: "Cada DEA deberá contar con su propio gabinete metálico señalado además de todo lo necesario para su instalación dentro del edificio", Se podría considerar la posibilidad de que el gabinete no sea exclusivamente metálico, sino que también pueda estar fabricado de otros materiales adecuados como madera o melamina.	

Consulta 28 - EETT - DEA

Consulta	Fecha de Consulta
	24-04-2025
Favor indicar con precisión a que hace referencia o que compone el " F) Set graficas con algoritmo de RCP y USO del DEA". Favor considerar este punto como opcional.	

Consulta 29 - ITEM 2 DEA

Consulta	Fecha de Consulta
	25-04-2025
En el ítem 2 se solicitan especificaciones técnicas que coinciden únicamente con el modelo Cardiolife AED-3100 de Nihon Kohden, lo que limita la participación de otros oferentes que también cumplen con estándares internacionales. impidiendo una competencia abierta y equitativa entre oferentes.	

Consulta 30 - ITEM 2 DEA

Consulta	Fecha de Consulta
	25-04-2025
En el ítem 2, donde dice "Carga de energía 8 segundos", solicitamos a la convocante ampliar este requisito a "Carga de energía hasta máximo 10 segundos". Según las normas IEC 60601-2-4, establece que en un DEA la carga puede ser hasta un máximo de 10 segundos, durante ese margen de tiempo le permite al usuario seguir con calma las instrucciones del DEA, GARANTIZANDO mayor seguridad	

Consulta 31 - ITEM 2 DEA

Consulta	Fecha de Consulta
	25-04-2025
En el ítem 2 donde dice "Perilla de selección para paciente adultos o pediátricos", solicitamos a la convocante modificar este ítem por "Perilla o botón de selección para pacientes adultos o pediátricos". Las normas internacionales no exigen que sea perilla, sino que sea seguro y no propenso a errores, por lo que ambos sistemas son válidos	

Consulta 32 - PBC

Consulta	Fecha de Consulta
	25-04-2025
En el punto IAL 17.2(b), donde se menciona que "No se requieren servicios posteriores a la venta", solicitamos a la convocante que se incluya este punto en el ítem 2. Esto es debido a que tanto los parches como las baterías tienen una fecha de vencimiento, y su inclusión beneficiaría a la convocante al garantizar la seguridad y el uso prolongado del equipo a lo largo del tiempo.	

Consulta 33 - ITEM 2 DEA

Consulta	Fecha de Consulta
	25-04-2025
Solicitamos incluir en el ítem 2 la "Garantía ante desperfectos de al menos 3 años", este es un aspecto de vital importancia para asegurar la durabilidad del equipo y la tranquilidad de la convocante en cuanto a su funcionamiento a largo plazo.	

Consulta 34 - C. Preparación de las Ofertas

Consulta	Fecha de Consulta	25-04-2025
IAL 11.1 (j)		
Respecto a los puntos 1 y 2 solicitamos a la convocante confirmar si dichos requisitos pueden ser suplidos mediante la presentación de la constancia del perfil de proveedor.		

Consulta 35 - C. Preparación de las Ofertas

Consulta	Fecha de Consulta	25-04-2025
IAL 11.1 (j)		
Respecto al punto 12 donde se requiere lo siguiente: Para licitantes domiciliados en el país del comprador: Certificado de cumplimiento de B.P.A. (De buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución). Para oferentes en Asociación en Participación, Consorcio o Asociación: al menos un socio deberá presentar la documentación.		
Solicitamos a la convocante permita la presentación de la constancia de renovación en trámite del Certificado de cumplimiento de B.P.A. (De buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución). emitido por DINAVISA .		

Consulta 36 - C. Preparación de las Ofertas

Consulta	Fecha de Consulta	25-04-2025
IAL 11.1 (j)		
En el punto 14 donde solicitan Certificados de buen desempeño de la marca y del servicio técnico para el ítem 1 Equipo de refrigeración para biológicos.		
Al respecto solicitamos incluir el certificado de buen desempeño de la marca y del servicio técnico para el ítem 2 Desfibrilador		

Consulta 37 - C. Preparación de las Ofertas

Consulta	Fecha de Consulta	25-04-2025
IAL 11.1 (j) Solicitamos a la convocante incluir presentación del Registro Sanitario expedido por la DNVS vigente del producto ofertado y a nombre del oferente quien oferta los bienes requeridos en la Convocatoria para el ítem 2		

Consulta 38 - ITEM 2 CAPACITACION

Consulta	Fecha de Consulta	25-04-2025
En el punto de la Lista de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento, para el ítem 2, donde se establece que "La capacitación al personal indicado por el MSPYBS/Región Sanitaria sobre el uso y operación del equipo se debe realizar en un plazo no mayor a 15 (quince) días hábiles desde la entrega oficial de los equipos, en el horario comprendido entre las 07:00 y las 15:00 horas, y será dirigida al Equipo de Salud de la Familia y al equipo de Desfibrilador Externo Automático", solicitamos a la convocante que aclare este punto. Pedimos que la capacitación se realice en un plazo no mayor a 15 días hábiles desde la entrega oficial del equipo, independientemente de si esta se realiza dentro del día 90 de la emisión de la Orden de Compra. Es decir, que incluso si la entrega ocurre dentro de este plazo, se deberá contar con al menos 15 días para realizar la capacitación.		

Consulta 39 - EETT - ÍTEM 2- Desfibrilador Externo Automático

Consulta	Fecha de Consulta	25-04-2025
CARACTERÍSTICAS: DONDE DICE: "Desfibrilador externo semiautomático con selector de pacientes adulto/pediátrico".		
FAVOR MODIFICAR A: "Desfibrilador externo semiautomático para pacientes adulto/pediátrico".		
Se solicita que el desfibrilador pueda usarse tanto en pacientes adultos como pediátricos, pero que esto no esté determinado por la presencia de selector en el equipo, ya que muchos equipos detectan el tipo de parche conectado y automáticamente se programa el uso para el tipo de paciente correspondiente (modo pediátrico para parches pediátricos y modo adulto para parches adultos).		

Consulta 40 - EETT - ÍTEM 2- Desfibrilador Externo Automático

Consulta	Fecha de Consulta	25-04-2025
CARACTERÍSTICAS: DONDE DICE: Parches compatibles con cualquier edad y género		
FAVOR MODIFICAR A: Parches para pacientes adultos y pediátricos		
Solicitamos amablemente a la convocante que se verifiquen todos los aspectos de las especificaciones técnicas teniendo en cuenta que se encuentra dirigido al equipo AED NIHON KOHDEN. La mayoría de los desfibriladores externos automáticos utilizan parches para adultos y para pacientes pediátricos diferentes, no modificando así el funcionamiento del equipo.		

Consulta 41 - EETT - ÍTEM 2- Desfibrilador Externo Automático

Consulta	Fecha de Consulta	25-04-2025
CARACTERÍSTICAS: DONDE DICE: Perilla de selección para pacientes adultos o pediátricos.		
FAVOR MODIFICAR A: Perilla de selección para pacientes adultos o pediátricos o detección automática de parches adultos o pediátricos		
Se solicita modificar el requerimiento, teniendo en consideración que muchos equipos que pueden utilizarse en pacientes adultos y pediátricos lo hacen a través de detección automática de los parches conectados, sin necesidad de un perilla selectora, ahorrando un paso al operador.		

Consulta 42 - EETT - ÍTEM 2- Desfibrilador Externo Automático

Consulta	Fecha de Consulta	25-04-2025
CARACTERÍSTICAS: DONDE DICE: Carga de energía de 8 segundos		
FAVOR MODIFICAR A: "Carga de energía de menos de 10 segundos con batería nueva"		
Este requerimiento apunta a una marca determinada que es NIHON KOHDEN, limitando la posibilidad de ofertar a otros fabricantes. Se solicita modificar este requerimiento a carga de energía a menos de 10 segundos con batería nueva, considerando que es un tiempo prudente, y aporta mayor pluralidad de postores que puedan satisfacer la demanda.		

Consulta 43 - EETT - ÍTEM 2- Desfibrilador Externo Automático

Consulta	Fecha de Consulta	25-04-2025
<p>CARACTERÍSTICAS: DONDE DICE: Modo adulto y pediátrico con los mismos electrodos</p> <p>FAVOR MODIFICAR A: Modo adulto y pediátrico con los mismos electrodos o electrodos para adulto y electrodos para pediátrico por separado según diseño del fabricante</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante que se verifiquen todos los aspectos de las especificaciones técnicas teniendo en cuenta que se encuentra dirigido al equipo AED NIHON KOHDEN. Existe gran variedad de desfibriladores externos automáticos que utilizan parches para adultos y para pacientes pediátricos diferentes, esto no interfiere en el uso destinado del equipo. De hecho, el uso de parches especialmente para cada tipo de paciente permite tratar de forma segura a pacientes dado que se adaptan al tamaño y características fisiológicas del paciente. En el caso de los parches pediátricos, tienen un sistema atenuador que reduce la descarga a un nivel seguro para pacientes.</p>		

Consulta 44 - EETT - ÍTEM 2- Desfibrilador Externo Automático

Consulta	Fecha de Consulta	25-04-2025
<p>CARACTERÍSTICAS: DONDE DICE: Transferencia datos Bluetooth 2,0</p> <p>FAVOR MODIFICAR A: Transferencia datos Bluetooth 2,0, USB o Wifi o infrarrojo</p> <p>Se solicita agregar como otra opción la transferencia de datos almacenados por USB o Wifi o infrarrojo, para que no limite la especificación a un equipo y marca particular, considerando que cada fabricante utiliza diferentes medios de transferencia de datos.</p>		

Consulta 45 - EETT - ÍTEM 2- Desfibrilador Externo Automático

Consulta	Fecha de Consulta	25-04-2025
<p>CARACTERÍSTICAS: DONDE DICE: Peso no mayor a 2.5 kg con baterías y parches incluidos</p> <p>FAVOR MODIFICAR A: Peso no menor a 2 kg y no mayor a 3,5 kg con baterías y parches incluidos</p> <p>Se solicita amablemente que se amplíe el rango de peso del equipo de 2 a 3,5 kg, teniendo en cuenta que al ampliarlo no se pierde la portabilidad del mismo y que a su vez tampoco infiere en la eficacia y uso destinado del equipo.</p>		

Consulta 46 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - ITEM N° 2

Consulta	Fecha de Consulta	26-04-2025
<p>En la especificación técnica del ítem 2 (dos) en "Accesorios a incluir: A - Guantes descartables. B - Tijera. C - Rasuradora. D - Toallita antibacterial. E - Mascara de RCP. F - Set graficas con algoritmo de RCP y USO del DEA. Se solicita al convocante a modificar el punto por "Accesorios a incluir: A - Guantes descartables. B - Tijera. C - Rasuradora. D - Toallita antibacterial. E - Mascara o membrana respiratorio boca a boca desechable de RCP. De manera a permitir un mayor número de oferentes ya que la modificación no altera ninguna prestación del soporte del equipo. Respecto al set de graficas; el equipo cuenta con tecnología de soporte por altavoz de guiado en el uso del equipo tanto para profesional o inexpertos con ayuda en la RCP. Por lo cual el set de graficas no marca un diferencial en el uso del equipo.</p>		

Consulta 47 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - ITEM N° 2

Consulta	Fecha de Consulta	26-04-2025
<p>En la especificación técnica del ítem (2) dos en "Transferencia datos Bluetooth 2,0." Se solicita a la convocante a modificar el punto por "Transferencia de datos por bluetooth, USB o red inalámbrica". de manera a permitir un mayor número de oferentes ya que cada fabricante utiliza diferentes medios de transferencia de datos. Cabe señalar que este punto beneficia UNICA y EXCLUSIVAMENTE a la marca Nihon Kohden, tal como se puede apreciar en su ficha técnica, excluyendo a cualquier otra marca del mercado.</p>		

Consulta 48 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - ITEM N° 2

Consulta	Fecha de Consulta	26-04-2025
<p>En la especificación técnica del ítem 2 (dos) en "Cada DEA deberá contar con su propio gabinete metálico señalado además de todo lo necesario para su instalación dentro del edificio" Se solicita al convocante a modificar este punto a "Cada DEA deberá contar con su propio gabinete metálico u otro material resistente; señalado además de todo lo necesario para su instalación dentro del edificio". Esto para permite un mayor numero de oferentes. Cada fabricante tiene un tipo de material resistente según normas del país del origen.</p>		

Consulta 49 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - ITEM N° 2

Consulta	Fecha de Consulta	26-04-2025
<p>En la especificación de ítem 2 (dos) "Se deberá realizar una capacitación al personal indicado por el MSPYBS/Región Sanitaria sobre el uso y operación de equipo. Dicha capacitación se debe realizar en un plazo no mayor a 15 (quince) días hábiles desde la entrega oficial de los equipos y en el horario comprendido entre las 07:00 y las 15:00 horas, dicha capacitación se realizará para el Equipo de Salud de la Familia. Se solicita al convocante a modificar este punto a "Se deberá realizar una capacitación al personal indicado por el MSPYBS/Región Sanitaria sobre el uso y operación de equipo. Dicha capacitación se debe realizar en un plazo no mayor a 30 (treinta) días hábiles desde la entrega oficial de los equipos y en el horario comprendido entre las 07:00 y las 15:00 horas, dicha capacitación se realizará para el Equipo de Salud de la Familia". Con el objetivo de garantizar la calidad del servicio, la correcta implementación de los equipos y la cobertura efectiva en todas las zonas designadas, se considera necesario extender el plazo de entrega de los desfibriladores. Ampliar el plazo de entrega a 30 días no solo mejora la eficiencia logística, sino que garantiza una implementación más sólida, segura y efectiva del proyecto. Esta medida busca asegurar que cada punto de entrega reciba el equipo en condiciones óptimas, junto con la capacitación adecuada, maximizando el impacto positivo del despliegue.</p>		

Consulta 50 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - ITEM N° 2

Consulta	Fecha de Consulta	26-04-2025
<p>En el Pliego de Bases y Condiciones, en el apartado Lista de Bienes y Cronograma de Entregas, para el ítem dos solicitan una Fecha límite de entrega de "90 días a partir de la emisión de la Orden de Compra", lo mismo se solicita en los apartados Lista de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento para el ítem 2. Solicitamos amablemente a la Convocante modificar estos puntos por "120 días a partir de la emisión de la Orden de Compra" de manera a unificar los tiempos en ambos ítems. Esto debido a que el tiempo de importación, instalación y puesta en marcha superará ampliamente el tiempo inicial solicitado, debido primeramente a las muchas localidades y USF a donde deben ir dirigidos estos equipos, a eso se debe sumar el tiempo de capacitación y la disponibilidad de tiempo del personal de blanco. La modificación de este punto permitirá la presentación de ofertas acorde a todos los demás puntos solicitados y el cumplimiento garantizado y el cronograma de capacitaciones.</p>		

Consulta 51 - EXPERIENCIA ESPECIFICA

Consulta	Fecha de Consulta	27-04-2025
<p>DONDE DICE , Experiencia específica: El Licitante deberá demostrar que ha completado satisfactoriamente al menos 2 (dos) contratos en los siguientes años (2019-2020-2021-2022-2023) , cada uno con un valor de al menos el monto establecido en el siguiente cuadro: 2. DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO Guaraníes 2.700.000.000 Considerando el bajo valor de los equipos DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, solicitamos que el valor de la experiencia requerida sea reducido al 25% del valor total del precio referencial.</p>		

Consulta 52 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-04-2025
En las especificaciones técnicas donde dice: Desfibrilador externo semiautomático con selector de pacientes adulto/pediátrico. Solicitamos que la selección de pacientes sea automática según el tamaño de paletas que se utiliza		

Consulta 53 - Especificaciones Tecnicas DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	27-04-2025
En las especificaciones técnicas solicitan: Parches compatibles con cualquier edad y género. Perilla de selección para pacientes adultos o pediátricos. Modo adulto y pediátrico con los mismos electrodos Solicitamos se considere que para pacientes pediátricos/infantiles se requiere el cambio de paletas/electrodos por el límite de descarga y considerando el tamaño del tórax de un paciente pediátrico/infantil, por lo tanto sugerimos las siguientes modificaciones:		
Parches compatibles con pacientes adultos, parches compatibles con pacientes pediátricos/infantiles. Selección automática del paciente según la paleta/electrodo adulto o pediátrico. Modo adulto y pediátrico con electrodos adecuados al tipo de paciente.		

Consulta 54 - Especificaciones Tecnicas DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	27-04-2025
Donde dice: Transferencia datos Bluetooth 2,0, solicitamos se puedan cotizar equipos con transferencia de datos mediante protocolo IrDA		

Consulta 55 - Especificaciones Tecnicas DESFIBRILADOR

Consulta	Fecha de Consulta	27-04-2025
En el punto donde dice: Auto chequeo automático programable, diario/mensual de buen funcionamiento, batería y circuito eléctrico, solicitamos se elimine la palabra programable, debido a que esta función es totalmente automática y no depende del usuario.		

Consulta 56 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	27-04-2025
Plazo de entrega: Debido a los múltiples sitios donde deben ser entregados los equipos del Item 2 - Desfibrilador externo automático y considerando que el plazo de entrega incluye la capacitación que debe ser coordinada con las distintas USF, solicitamos que el plazo de entrega sea ampliado a 120 días desde la emisión de la orden de compra		

Consulta 57 - EETT - Equipo de refrigeración para biológicos

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2025
DONDE DICE: " Debe conectar con estabilización automática de voltaje totalmente integrada (para cualquier voltaje como mínimo desde 90 a 270 V o más) y un relé de protección"		
PODRIA SER: Con paneles solares. Esto permitirá un funcionamiento más seguro, protección frente a cortes de energía eléctrica, y una operación más eficiente y económica		

Consulta 58 - EETT - Equipo de refrigeración para biológicos

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2025
DONDE DICE: "Capacidad de almacenamiento de vacunas: 110 litros neto (como mínimo)", y con el objetivo de promover una mayor participación de oferentes y evitar la direccionalidad hacia una marca específica. PODRIA SER: "Capacidad de almacenamiento de vacunas: 110 litros neto ±10%"		

Consulta 59 - SECCION IV - FORMULARIO DE LISTA DE PRECIOS - pag 61, 62, 63, 64 y 65

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2025
<p>Solicitamos aclaración como se tendrá en cuenta el uso de las planillas solicitadas específicamente para los bienes fabricados fuera del País, que antigüedad se requiere para los bienes previamente importados? suponiendo que tenemos Mercadería en stock con antigüedad de fabricación de 1 año y ustedes solicitan en la mayoría de los ítems un Stan By de 4 años, se podría cotizar los equipos de igual manera y se cambiaran las baterías y se emiten un nuevo certificado de batería?</p>		

Consulta 60 - EETT - Equipo de refrigeración para biológicos

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2025
<p>Favor permitir la cotización de equipos del tipo vertical, de manera a dar más participación con especificaciones que inclusive con relación al espacio requerido resultan de mejor prestación. Al respecto, recomendamos la siguiente especificación: Equipos del tipo horizontal con Dimensiones exteriores (alto x ancho x fondo): 900 x 1620 x 800 mm +- 200 mm, o equipos del Tipo vertical con Dimensiones exteriores (alto x ancho x fondo): 1900 x 900 x 800 mm +- 200 mm". El hecho de que sea del tipo horizontal o vertical no afecta a las prestaciones del equipo.</p>		

Consulta 61 - SECCION IV - FORMULARIO DE LISTA DE PRECIOS - pag 61, 62, 63, 64 y 65

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2025
<p>Solicitamos aclaración sobre los bienes previamente importados los mismos deberán encontrarse físicamente en el depósito o podrían estar en trámite de importación entendiéndose en tránsito a nuestro país desde el país de origen.</p>		

Consulta 62 - EETT - Equipo de refrigeración para biológicos

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2025
<p>DONDE DICE: " Rango de temperatura de operación entre 2°C y 8°C. Temperatura preconfigurada +5°C en el compartimento de refrigeración, entre -15°C y -25°C para congelación de los paquetes de hielo. PODRIA SER: Rango de temperatura de operación entre 2°C y 8°C. Temperatura preconfigurada +5°C en el compartimento de refrigeración, entre -15°C y -25°C (+/-5°C) para congelación de los paquetes de hielo ", debido que para la congelación de los paquetes de hielo se logra efectivamente a temperaturas iguales o inferiores a 0°C, siendo ampliamente suficiente para asegurar su congelación adecuada. Sin afectar la funcionalidad del equipo y para una mayor participación.</p>		

Consulta 63 - Desfibrilador - energía pediátrico

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2025
<p>En las especificaciones técnicas del ítem 2, sobre el rango de energía de pacientes pediátricos solicitado inicia en 50J, y debido al tipo de paciente se solicita amablemente incluir la posibilidad de ofertar modelos que la descarga de paciente pediátricos inicia en 30J de esta manera el daño al musculo cardíaco es menor y también dar más oportunidad a otros oferentes.</p>		

Consulta 64 - Suministros requeridos - ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2025
<p>Donde dice Carga de energía 8 segundos, solicitamos diga: Carga de energía menor a 10 segundos</p>		

Consulta 65 - ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2025
<p>Donde dice: descarga 50J pediátrico 150J adulto, solicitamos diga: descarga 50J pediátrico, 170J adulto</p>		

Consulta 66 - ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2025
Donde dice: Transferencia datos Bluetooth 2,0, solicitamos diga: Transferencia datos Bluetooth 2,0 o infrarrojo		

Consulta 67 - Suministros requeridos - ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2025
Solicitan: Transferencia datos Bluetooth 2,0, de manera a permitir mayor participación de oferentes, solicitamos diga: Transferencia datos Bluetooth 2,0 o tarjeta SD		

Consulta 68 - ANTICIPO

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2025
El PBC no establece el pago en concepto de Anticipo. Considerando el alcance de esta Licitación y en atención a los costos de los equipos licitados, solicitamos prever un Anticipo Financiero de acuerdo a lo establecido en la Ley 7021/22 de al menos 30% del valor adjudicado.		

Consulta 69 - Condiciones Especiales del Contrato

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2025
En el punto CGC 27.1 el PBC establece lo siguiente: El valor de la liquidación por daños y perjuicios será: 2 % por semana Al respecto solicitamos la disminución del porcentaje por daños y perjuicios a 0.5% por semana		

Consulta 70 - Experiencia específica

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2025
<p>3) Donde dice: (b) Experiencia específica: El Licitante deberá demostrar que ha completado satisfactoriamente al menos 2 (dos) contratos en los siguientes años (2019-2020 2021-2022-2023) , cada uno con un valor de al menos el monto establecido en el siguiente cuadro:</p> <p>1. EQUIPO DE REFRIGERACIÓN PARA BIÓLOGICOS: Gs. 14.300.000.000 2. DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO: Gs. 2.700.000.000</p> <p>Consulta: Sugerimos a la convocante solicitar contratos de la siguiente manera: El Licitante deberá demostrar que ha completado satisfactoriamente al menos 2 (dos) contratos en los siguientes años (2019-2020 2021-2022-2023) correspondiente al 25% del monto referencial total de cada ítem a ofertar. Entendemos que este llamado se rige por las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial, pero llevando en cuenta que los posibles participantes son Distribuidores en Paraguay, y no fabricantes que tienen ventas en grandes volúmenes en varios países. Dificulta a los distribuidores acreditar experiencia tal como se solicita en el llamado. Y tomando como referencia los llamados del país comprador.</p>		

Consulta 71 - EETT - Refrigerador

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2025
<p>DONDE DICE: " El gabinete debe ser de estructura robusta fabricado en polietileno rotomoldeado, libre de corrosión, PODRIA SER: " El gabinete debe ser de estructura robusta fabricado en polietileno rotomoldeado o placa de acero con recubrimiento en polvo libre de corrosión " para una mayor participación.</p>		

Consulta 72 - EETT - Refrigerador

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2025
<p>DONDE DICE: " Debe contar con aislamiento de 100 mm +- 5 mm de espuma de poliuretano libre de CFC y HCFC para un aislamiento eficiente."</p> <p>PODRIA DECIR: " Debe contar con aislamiento de 130 mm +- 10% de espuma de poliuretano libre de CFC y HCFC para un aislamiento eficiente." Ya que un mayor espesor de aislamiento mejora significativamente la eficiencia térmica del equipo, ya que reduce aún más la transferencia de calor entre el interior y el exterior, manteniendo de manera más estable las temperaturas requeridas de operación</p>		

Consulta 73 - EETT - Refrigerador

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2025
<p>DONDE DICE: " Debe incluir la cantidad de cestas portavacunas para el almacenamiento adecuado de las vacunas."</p> <p>PODRIA DECIR: " Debe incluir la cantidad de cestas o estantes portavacunas para el almacenamiento adecuado de las vacunas" Para una mayor participación.</p>		

Consulta 74 - Precios de la Oferta y Descuentos

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2025
<p>(b) Para Bienes fabricados fuera del País del Comprador y que serán importados:</p> <p>(i) el precio de los Bienes, cotizados CIP lugar de destino convenido, en el País del Comprador, según se indica en los DDL;</p> <p>(ii) el precio de los Bienes, cotizados CIP lugar de destino convenido, en el País del Comprador, según se indica en los DDL;</p> <p>el precio de transporte interno, seguros y otros servicios locales necesarios para hacer llegar los Bienes del lugar de destino convenido a su destino final (emplazamiento del Proyecto) indicado en los DDL.</p> <p>Solicitamos a la convocante aclarar si los precios CIP cotizados deben incluir impuestos de aduanas y otros impuestos? Ya que no mencionan para estos bienes.</p>		

Consulta 75 - SECCION IV - FORMULARIO DE LISTA DE PRECIOS - pag 61, 62, 63, 64 y 65

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2025
<p>Solicitamos aclaración sobre los bienes a fabricados en el país del comprador/ Bienes fabricados fuera del País del Comprador, previamente importados/ Bienes fabricados fuera del País del Comprador a ser importados, cual tendrá más peso a la hora de ser evaluados, solicitamos una buena aclaración para presentar una mejor oferta para el Banco Mundial.</p>		

Consulta 76 - SECCION IV - FORMULARIO DE LISTA DE PRECIOS.

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2025
<p>Solicitamos aclaración sobre Lista de Precios: Bienes fabricados fuera del País del Comprador a ser importados - llenado de Lista de precios - Punto 6, teniendo en cuenta que por definición CIP es un Incoterm en el que el vendedor es responsable de la entrega de la mercancía en el lugar de destino acordado, incluye el costo del transporte y el seguro hasta ese punto. En la columna donde se encuentra el punto 6 Precio unitario CIP [indique lugar de destino convenido] de acuerdo con la IAL 14.8 (b) (i), teniendo en cuenta IAL 14.8 (b) (i) se refiere a lugar de destino lo cual indica 193 Lugares diferentes de entrega algunas mas cerca y algunas mas lejanos.</p> <p>Necesitamos una aclaración formal de cómo deben ser llenados el punto 6 precio CIP por unidad teniendo en cuenta que son lugares diferentes específicamente a que se refiere este punto, solicitamos puedan respondernos con la mayor claridad posible para que así no se comentan error en esta planilla. De ser posible solicitamos con ejemplos para así asegurar que todo estamos correctamente informado con lo que la convocante solicita.</p>		

Consulta 77 - Lista de Precios

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2025
Lista de Precios: Bienes fabricados fuera del País del Comprador a ser importados		
<p>En la planilla de precios en la columna 8 establece: Precio por artículo por concepto de transporte interno y otros servicios requeridos en el País del Comprador para hacer llegar los Bienes al destino final establecido en los DDL , e indica solo el precio correspondiente por artículo]. Pero sin embargo en la columna 9 Precio total por artículo indica la suma de la columna 7+8 . Llevando en cuenta que la columna 8 es solo precio por articulo (unitario) y no por la totalidad en concepto de transporte interno y otros servicios</p> <p>Sugerimos a la convocante agregar una columna mas para el precio total por artículo en concepto de transporte interno y otros servicios, de esa manera se calcula mejor el Precio total por artículo</p>		

Consulta 78 - SECCION IV - FORMULARIO DE LISTA DE PRECIOS - ACLARACION

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2025
Solicitamos aclaración sobre Lista de Precios: Bienes fabricados fuera del País del Comprador a ser importados - llenado de Lista de precios - Punto 8, en la columna donde se encuentra el punto 8 Precio por artículo por concepto de transporte interno y otros servicios requeridos en el País del Comprador para hacer llegar los Bienes al destino final establecido en los DDL, solicitamos aclaración si en este punto se debe tener en cuenta el precio unitario o el precio total.		

Consulta 79 - PBC

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2025
<p>En el apartado de Preparación de las Ofertas, en la sección IAL 11.1 (j), en el punto 3, donde dice: "El oferente deberá presentar contratos u órdenes de compra con sus correspondientes cartas de aceptación satisfactoria del cliente o buen cumplimiento del contrato, que acrediten tener experiencia en la provisión de los equipos ofertados." Se solicita a la convocante que se permita acreditar experiencia en la provisión de equipos de características similares o relacionados, y no exclusivamente de los equipos ofertados. Esto se fundamenta en que limitar la experiencia exclusivamente a los equipos ofertados restringe de manera innecesaria la concurrencia y participación de oferentes calificados que cuentan con vasta trayectoria en la provisión de equipamientos equivalentes o de similar complejidad técnica. Además, la experiencia en provisión de equipos de naturaleza similar garantiza, de igual forma, la capacidad técnica y operativa del proveedor para cumplir con los requerimientos del contrato. Por lo tanto, esta ampliación del criterio de experiencia no compromete la calidad del servicio o suministro esperado, y promueve una mayor competencia. Por consiguiente, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: "El oferente deberá presentar contratos u órdenes de compra con sus correspondientes cartas de aceptación satisfactoria del cliente o buen cumplimiento del contrato, que acrediten tener experiencia en la provisión de los equipos ofertados o de equipos de características similares o relacionados."</p>		

Consulta 80 - PBC

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2025
<p>En el apartado de Preparación de las Ofertas, en la sección IAL 11.1 (j), en el punto 10, donde dice: "Para Distribuidores de Productos Importados: Autorización expedida por el representante para el Paraguay de la marca ofertada, acompañada del documento que acredite la representación invocada." Solicitamos a la convocante la aceptación de la presentación de una carta de autorización emitida directamente por el fabricante de los productos ofertados. El fundamento de esta solicitud radica en que dicha carta garantiza igualmente la trazabilidad, legitimidad y respaldo de los productos ofertados. Esta modificación permitirá la participación de oferentes debidamente autorizados, fomentando una mayor concurrencia sin afectar las garantías ni la seguridad que requiere la contratación. Por consiguiente, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: "Para Distribuidores de Productos Importados: Autorización expedida por el representante para el Paraguay de la marca ofertada, acompañada del documento que acredite la representación invocada o carta de autorización emitida por el fabricante."</p>		

Consulta 81 - PBC

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2025
<p>En el apartado de Preparación de las Ofertas, en la sección IAL 11.1 (j), en el punto 15, donde dice: "Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos idénticos a los ofertados, tanto en el sector público o privado para el ítem 1 Equipo de refrigeración para biológicos." Se solicita a la convocante que se permita la presentación de comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación y mantenimiento de equipos de características similares o relacionados, y no exclusivamente de los equipos ofertados. Esta solicitud se fundamenta en que limita innecesariamente la concurrencia y participación de oferentes calificados, quienes cuentan con amplia trayectoria en la provisión de equipamientos equivalentes o de similar complejidad técnica. Por consiguiente, solicitamos que dicho requerimiento quede redactado de la siguiente manera: "Contar con al menos 2 comprobantes de cumplimiento satisfactorio en la provisión, instalación, mantenimiento de equipos idénticos a los ofertados o de equipos de características similares o relacionados, tanto en el sector público o privado para el ítem 1 Equipo de refrigeración para biológicos."</p>		

Consulta 82 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Normativas/Regulaciones

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2025
<p>En relación con el requisito de presentar Certificado o Declaración de Conformidad con normas o directivas de calidad específicas (FDA, CE o JIS, al menos una de ellas), solicitamos a la entidad convocante que pida Presentar Certificado o Declaración de Conformidad con Normas o directivas de calidad específicas: FDA o CE o JIS al menos alguna de ellas, apostillada, legalizada y/o consularizada. Donde indique la marca y el modelo del equipo ofertado. Garantizando así la trazabilidad y veracidad del cumplimiento normativo exigido.</p>		

Consulta 83 - Certificado de Registro Sanitario

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2025
<p>Solicitamos amablemente a la Convocante requiera la presentación de la Fotocopia autenticada del Certificado de Registro Sanitario vigente, expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA), de los bienes cotizados.</p>		

Consulta 84 - IAL 7.1 E IAL 22.1

Consulta	Fecha de Consulta	06-05-2025
<p>Solicitamos respetuosamente a la entidad convocante que aclare cuál de las fechas calendarizadas será la que se tendrá en cuenta. Teniendo en cuenta lo establecido en el PBC, primera versión, en la IAL 7.1 (Plazo de aclaración) y la IAL 22.1 (Presentación y apertura de ofertas), observamos que las fechas indicadas difieren con las fechas actualmente publicadas en el calendario de eventos del portal de la DNCP</p>		

Consulta 85 - EETT ITEM 2 DEA

Consulta	Fecha de Consulta	07-05-2025
<p>En la especificación técnica del ítem 2 (dos), donde se establece que "Cada DEA deberá contar con su propio gabinete metálico señalizado, además de todo lo necesario para su instalación dentro del edificio", solicitamos al convocante la modificación de este requisito a "Cada DEA deberá contar con su propio gabinete metálico o de otro material, señalizado, además de todo lo necesario para su instalación dentro del edificio."Esta modificación permitiría una mayor flexibilidad en la selección del material, sin afectar la funcionalidad ni la seguridad del equipo, favoreciendo así la participación de una mayor cantidad de oferentes</p>		

Consulta 86 - EETT ITEM 2 DEA

Consulta	Fecha de Consulta	07-05-2025
En la especificación técnica del ítem 2 (dos) en "Accesorios a incluir: A - Guantes descartables. B - Tijera. C - Rasuradora. D - Toallita antibacterial. E - Mascara de RCP. F - Set graficas con algoritmo de RCP y USO del DEA. Se solicita al convocante la exclusión del requisito F) Set de gráficas con algoritmo de RCP y uso del DEA, ya que este accesorio no es necesario. El equipo ya cuenta con una guía integrada para la realización de RCP, lo que hace innecesaria la inclusión del set de gráficas. Además, su inclusión solo incrementaría costos de manera innecesaria, sin aportar un valor adicional al funcionamiento del equipo.		

Consulta 87 - EETT ITEM 2 DEA

Consulta	Fecha de Consulta	07-05-2025
En el apartado donde se solicita un ECG análisis de 8,5 segundos, solicitamos que este requisito sea ampliado a un rango máximo de 7 segundos, además de no restringir es un tiempo considerable para el análisis del ECG.		

Consulta 88 - Especificaciones Técnicas - Ítem 1 Refrigeradores

Consulta	Fecha de Consulta	11-05-2025
<p>Se solicita amablemente a la convocante reconsiderar la exigencia establecida en cuanto a las "Dimensiones exteriores (alto x ancho x fondo): 900 x 1620 x 800 mm ± 200 mm", en virtud de los siguientes fundamentos técnicos:</p> <p>Las dimensiones exteriores no determinan el desempeño funcional del equipo. Las medidas externas del refrigerador no determinan la capacidad útil (litros), eficiencia térmica ni cumplimiento de normativas sanitarias. Lo relevante para los fines de uso sanitario/hospitalario, son los parámetros críticos como la capacidad interna efectiva, la estabilidad y uniformidad de temperatura, la confiabilidad operativa y la certificación según estándares técnicos y sanitarios.</p> <p>Al imponer un rango dimensional externo tan específico, se excluyen injustificadamente la participación de modelos técnicamente equivalentes o incluso superiores. Esta restricción podría favorecer indebidamente a un modelo particular TCW120AC de la marca B Medical Systems afectando los principios de libre competencia, competencia y transparencia.</p> <p>Actualmente, los fabricantes de refrigeradores biomédicos desarrollan soluciones con diseños ergonómicos diversos, que optimizan el uso del espacio interno sin adherirse necesariamente a unas dimensiones exteriores rígidas. Restringir la oferta a medidas físicas específicas carece de sustento técnico si los equipos propuestos cumplen con todos los requisitos funcionales, normativos y de calidad.</p> <p>Por lo anterior, se sugiere sustituir la exigencia de dimensiones exteriores por criterios funcionales verificables. Esto garantizará una evaluación más objetiva, equitativa y alineada con los fines sanitarios del equipamiento.</p>		

Consulta 89 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - ITEM 1 EQUIPO DE REFRIGERACIÓN PARA BIOLÓGICOS

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2025
<p>En las Normativas Requeridas:</p> <p>DONDE DICE: Certificado OMS PQS vigente</p> <p>Favor eliminar el requisito, considerando que direcciona a marcas específicas y no promueve la competencia ni libre competencia, privando a la convocante obtener mejores condiciones de contratación en cuanto a precio y calidad.</p>		

Consulta 90 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - ITEM 1 EQUIPO DE REFRIGERACIÓN PARA BIOLÓGICOS

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2025
En las Normativas Requeridas:		
DONDE DICE:		
Presentar Certificado o Declaración de Conformidad con Normas o directivas de calidad específicas: FDA o CE o JIS al menos alguna de ellas.		
Se solicita agregar directiva de calidad de agencias reguladoras del MERCOSUR, considerando que le Paraguay es miembro activo y fundador del ente regional.		

Consulta 91 - SITIOS DE INSTALACIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2025
Favor aclarar la cantidad de Unidades de Salud Familiar que se encuentran terminadas y en condiciones de recibir los equipos para su instalación.		

Consulta 92 - ORDEN DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2025
Se solicita emitir la orden de compra por el 100% de los equipos, de manera a facilitar los trámites de importación y obtener mejores precios, debido a que si se realiza la adquisición por partes, el precio será mucho mayor, en perjuicio de la convocante.		

Consulta 93 - FORMA DE PAGO

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2025
En el caso de que los sitios de instalación no se encuentren en terminador en su totalidad, se sugiere considerar la siguiente forma de pago:		
90% con la entrega de los equipos en el depósito que indique la convocante.		
10% posterior a la instalación, puesta en marcha y capacitaciones		

Consulta 94 - DOCUMENTOS DE LA OFERTA

Consulta	Fecha de Consulta	19-05-2025
Solicitamos a la convocante aclarar cual es el formulario de oferta y la planilla de oferta que deberá presentarse en la oferta.		
Este pedido de aclaración es realizado debido a que los modelos de documentos difieren de lo publicados en el SICP y los documentos adjuntos al PBC Sección IV Formulario de oferta		

Consulta 95 - ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	20-05-2025
Donde dice Carga de energía 8 segundos, solicitamos diga: Carga de energía menor a 10 segundo		

Consulta 96 - ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	20-05-2025
Donde dice: descarga 50J pediátrico 150J adulto, solicitamos diga: descarga 50J pediátrico, 170J adulto		

Consulta 97 - ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	20-05-2025
Donde dice: Transferencia datos Bluetooth 2,0, solicitamos diga: Transferencia datos Bluetooth 2,0 o infrarrojo		

Consulta 98 - ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	20-05-2025
Donde dice: Transferencia datos Bluetooth 2,0, solicitamos diga: Transferencia datos Bluetooth 2,0 o tarjeta SD		

Consulta 99 - EETT ITEM 2 DEA

Consulta	Fecha de Consulta	20-05-2025
Se solicita a la entidad convocante que, en lugar de exigir exclusivamente una “perilla de selección de tipo de paciente”, se permita también la opción de “botón de selección”, ya que ambos mecanismos cumplen la misma función.		
Esta aclaración permitiría ampliar la participación sin afectar la funcionalidad requerida.		

Consulta 100 - EETT ITEM 2 DEA

Consulta	Fecha de Consulta	20-05-2025
En el ítem 2, donde se indica “Carga de energía: 8 segundos”, solicitamos considerar la ampliación a “hasta 10 segundos”. Esta pequeña variación no afecta el rendimiento ni la seguridad del equipo, y permitiría la participación de más marcas con características similares.		

Consulta 101 - EETT ITEM 2 DEA

Consulta	Fecha de Consulta	20-05-2025
Donde se indica: “Cada DEA deberá contar con su propio gabinete metálico señalado, además de todo lo necesario para su instalación dentro del edificio”, solicitamos considerar que el gabinete no sea exclusivamente metálico, sino que también pueda estar fabricado con otros materiales adecuados, como madera o melamina, siempre que cumpla con los requisitos de seguridad y visibilidad establecidos.		

Consulta 102 - EETT ITEM 2 DEA

Consulta	Fecha de Consulta	21-05-2025
En la característica “Carga de energía de 8 segundos”, se solicita modificar a “Carga de energía de menos de 10 segundos con batería nueva”, ya que el valor actual favorece a una marca específica (Nihon Kohden) y restringe la participación de otros fabricantes con equipos equivalentes.		

Consulta 103 - EETT ITEM 2 DEA

Consulta	Fecha de Consulta	21-05-2025
En relación al requerimiento de “ECG análisis: 8,5 segundos”, solicitamos considerar la posibilidad de admitir un rango entre 8 y 10 segundos. Esto permitiría una mayor competitividad sin comprometer la funcionalidad, evitando así restringir la participación a una única marca del mercado.		

Consulta 104 - EETT ITEM 2 DEA

Consulta	Fecha de Consulta	21-05-2025
Solicitamos incluir en el ítem 2 la siguiente especificación: “Garantía ante desperfectos de al menos 3 años”, considerando que este aspecto es fundamental para asegurar la durabilidad del equipo y brindar mayor tranquilidad a la convocante respecto a su funcionamiento a largo plazo.		

Consulta 105 - EETT ITEM 2 DEA

Consulta	Fecha de Consulta	21-05-2025
En la especificación donde se detallan los accesorios a incluir con respecto al ítem F (set de gráficas con algoritmos de RCP y uso del DEA), se solicita su eliminación considerando que el equipo cuenta con asistencia por altavoz guiado, lo cual cumple con la misma función de orientación, tanto para usuarios expertos como inexpertos.		

Consulta 106 - EETT ITEM 2 DEA

Consulta	Fecha de Consulta	21-05-2025
Donde se solicita que el tiempo de análisis sea de 8,5 segundos, proponemos modificar el requisito por: "Tiempo de análisis de 7 segundos o menos".		
Esta modificación no solo amplía las opciones de equipos disponibles, sino que además beneficia a la convocante, ya que un menor tiempo de análisis contribuye a una respuesta más rápida en situaciones críticas, mejorando la efectividad del soporte vital.		

Consulta 107 - EETT ITEM 2 DEA

Consulta	Fecha de Consulta	21-05-2025
Solicitamos a la convocante que el peso incluido los partes deba ser menor o igual a 2kg, esto hace que sea más práctico al ser más ligero		

Consulta 108 - ítem 2 Desfibrilador

Consulta	Fecha de Consulta	22-05-2025
Favor aclarar si se requiere que el Desfibrilador cuente con almacenamiento de voz		

Consulta 109 - Ítem 2 Desfibrilador Externo Automático

Consulta	Fecha de Consulta	22-05-2025
Recomendamos solicitar que el equipo cuente con análisis automático del estado de los parches, así como estado de la batería de manera a asegurar que en caso de requerirse el uso del mismo uno cuente con la seguridad de que funciona correctamente		

Consulta 110 - ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	22-05-2025
Solicitan: Cada DEA deberá contar con su propio gabinete metálico señalizado además de todo lo necesario para su instalación dentro del edificio. Favor aclarar si el gabinete debe contar con alarma de apertura		