

Consultas Realizadas

Licitación 469987 - MCN N° 73- Adquisición de Equipos y Herramientas para el Combate a las Pérdidas Eléctricas

Consulta 1 - PDG "AMPERIMETRO PORTATIL TIPO PINZA PARA BAJA TENSION"

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2025
Solicitamos amablemente a la convocante, tenga a bien, incluir la Planilla de Datos Garantizados para el ítem "AMPERIMETRO PORTATIL TIPO PINZA PARA BAJA TENSION", segun EE.TT N° 05.51.27 Rev. 0, que segun el Pliego de Bases y Condiciones en el ITEM 6.4.1 debe encontrarse en el "ANEXO B".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-09-2025
Se ha accedido correctamente en forma pública al portal de la DNCP (Dirección Nacional de Contrataciones Públicas) de Paraguay se ha verificado que el archivo correspondiente puede abrirse sin inconvenientes.		

Consulta 2 - Ítem 2 Amperímetro portátil tipo Pinza para baja tensión

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2025
Favor Se solicita amablemente a la convocante aclarar si la norma IEC 60006-1 debe aplicarse al equipo ofertado o, en su defecto, si se pueden admitir equipos que cumplan con la norma IEC 61010 y las categorías de medición (CAT). Un cordial saludo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2025
Remitirse al ítem 2.1 de la EE.TT, son aceptados Equipos que cumplen con la Norma IEC 61010.		

Consulta 3 - PDG - Amperimetro BT

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2025
Por favor, compartir la PDG del Amperimetro BT , anexo B. Solo se ha publicado la PDG, Amperimtro BT, anexo C planilla de ensayos. Muchas gracias.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-09-2025
Se adjunta en el apartado DOCUMENTOS en el Sistema SICP, el ANEXO B - PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS - AMPERIMETRO PORTÁTIL -TIPO PINZA PARA BAJA TENSIÓN en archivo editable.		