

Consultas Realizadas

Licitación 465914 - ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN AUDIOVISUAL PARA SIMULACIÓN DE PACIENTE PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS U.N.A. - HOSPITAL DE CLÍNICAS

Consulta 1 - especificaciones tecnicas y modalidad del llamado

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2025
<p>Estimada convocante, las EETT son LITERAL la transcripcion (copia y pega) de uno de los presupuestos enviados por la empresa IN SITU, que consta en este mismo proceso bajo la documentacion de "presupuestos referenciales" que oferta la marca Laerdál, la solucion SIM CAPTURE ENTEPRISE. De hecho el propio presupuesto adjuntado, remite las propias EETT en formato de copia y pega, en tercera persona (un aparente desliz de la empresa que remitio) Con MUCHISIMO respeto solicitamos amablemente considerar si es que la convocante estaria abierta a otras soluciones que no sean LAERDAL, y por ende abrir a la competencia este proceso que, sin necesidad de extendernos mucho ni agregar mas evidencias que las arrimadas, esta absoluta y totalmente direccionado a la empresa IN SITU para la marca arriba descrita. Si ese fuese el escenario (totalmente valido), se deberia optar por la contratacion POR LA VIA DE LA EXCEPCION (debidamente justificada) y no una LICITACION PUBLICA NACIONAL puesto que no hay, de facto, competencia. Agradecido por la respuesta.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	20-05-2025
<p>Ajustarse al PBC. Hay que recordar que los bienes solicitados deben poder trabajar con los equipos de simulación propios existentes de la institución y en la gestión de data del centro de simulación de la Facultad de Ciencias Medicas de U.N.A.; por lo cual, las especificaciones técnicas referenciales deben cumplir necesariamente los requerimientos y características mínimas de la marca de los simuladores que la institución ya posee. Por otra parte, la modalidad de la Vía de la Excepción se puede dar solamente cuando el representante tiene la Representación Exclusiva de la marca dentro del territorio nacional.</p>		