

Consultas Realizadas

Licitación 467172 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES, REACTIVOS E INSUMOS PARA DIAGNÓSTICO VETERINARIO, CONTROL DE VACUNAS Y CONTROL DE ALIMENTOS - PLURIANUAL

Consulta 1 - ITEM 153 CARBONATO DE SODIO pa

Consulta	Fecha de Consulta	20-06-2025
Solicita Grado PA, pero presentación Bolsa x 25 Kl. Favor considerar aceptar Grado Farmacéutico dado la presentación de 25 Kl		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-07-2025
Ver Adenda 1		

Consulta 2 - ITEM 257 CRISTAL VIOLETA

Consulta	Fecha de Consulta	20-06-2025
Solicita el PBC Frasco x 300 g. Se puede ofertar en Frascos de menor presentación, cuya sumatoria de 300 g?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-07-2025
Ver Adenda 1		

Consulta 3 - ITEM 327 ETER ETILICO

Consulta	Fecha de Consulta	20-06-2025
Solicita el PBC Frasco x 1 L. Se puede ofrecer en menos presentación, cuya sumatoria de 1 L?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-07-2025
Ver Adenda 1		

Consulta 4 - ITEM 782 METILTESTOESTERONA ESTANDAR

Consulta	Fecha de Consulta	20-06-2025
Dice el PBC, Presentación 10 g. Favor considerar si debe ser 10 mg		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-07-2025
Ver Adenda 1		

Consulta 5 - ITEM 81 - ANTIGENO ROSA DE BENGALA

Consulta	Fecha de Consulta	23-06-2025
----------	-------------------	------------

Ítem 81,
 Antígeno Rosa de Bengala: Solicito amablemente a la convocante poder considerar la presentación de FRASCO 10 mL como mínimo ya que esto no afecta a la calidad del producto ofertado y fomenta la mayor participación de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-07-2025
-----------	--------------------	------------

Ver Adenda 1

Consulta 6 - ITEM 124 BORO HIDRURO DE SODIO PA

Consulta	Fecha de Consulta	24-06-2025
----------	-------------------	------------

Solicita el PBC frasco x 500 g. Se puede ofrecer Fcos de menor presentación y cuya sumatoria de 500 g por unidad.

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-07-2025
-----------	--------------------	------------

Ver Adenda 1

Consulta 7 - ITEM 313 EDTA PA

Consulta	Fecha de Consulta	24-06-2025
----------	-------------------	------------

Establece el PBC.
 Concentración \geq 58,5% SO₂.
 Es correcto?

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-07-2025
-----------	--------------------	------------

Ver Adenda 1

Consulta 8 - ITEM 714 ROJO DE METILO

Consulta	Fecha de Consulta	24-06-2025
----------	-------------------	------------

Solicita el PBC. Frasco x 250 g.
 ¿Se puede ofrecer frascos de menor presentaciones, cuya sumatoria de 250 g, como unidad?

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-07-2025
-----------	--------------------	------------

Ver Adenda 1

Consulta 9 - ITEM 715 SAFRANINA

Consulta	Fecha de Consulta	24-06-2025
----------	-------------------	------------

Solicita el PBC. Frasco x 500 g.
 ¿Se puede ofrecer frascos de menores presentaciones, cuya sumatoria de 500 g, como unidad?

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-07-2025
-----------	--------------------	------------

Ver Adenda 1

Consulta 10 - ITEM 751 SULFATO DE SODIO

Consulta	Fecha de Consulta	24-06-2025
Establece el PBC. Frasco x 1 L. Favor considerar que el Sulfato de Sodio es polvo y corresponde que se solicite 1 Kl.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-07-2025
Ver Adenda 1		

Consulta 11 - ÍTEM 394

Consulta	Fecha de Consulta	24-06-2025
ÍTEM 394: Se consulta amablemente a la convocante si se podría ofertar una presentación de paquete x 125 hisopos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-07-2025
Ver Adenda 1		

Consulta 12 - ITEM 240 Columna para Cromatografía Fase Solida

Consulta	Fecha de Consulta	25-06-2025
ITEM 240 Columna para Cromatografía Fase Solida. Favor notar que el dato HP-5MS, es modelo que corresponde exclusivamente a la marca Agilent, por lo que no debería formar parte de la especificación técnica. Favor excluir.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-07-2025
Ver Adenda 1		

Consulta 13 - ITEM 243 Columna de Inmunofinidad

Consulta	Fecha de Consulta	25-06-2025
ITEM 243 - Columna de Inmunofinidad. Establece el PBC: Columna de inmunofinidad para extracción de promotores de crecimiento y otros residuos veterinarios. Favor establecer para que sustancia específicamente se requiere, de modo a ofertar lo que se ajusta a la necesidad del ente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-07-2025
Ver Adenda 1		

Consulta 14 - Ítems 129,130,131

Consulta	Fecha de Consulta	25-06-2025
Se solicita amablemente a la convocante poder considerar lo siguiente, teniendo en cuenta que no afecta a la calidad del producto ofertado y fomenta la mayor participación de oferentes: Ítems 129,130,131, BUFFER PARA CALIBRAR PHMETRO: Presentación de FRASCO de 500 ml como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-07-2025
Ver Adenda 1		

Consulta 15 - Ítem 646,

Consulta	Fecha de Consulta	25-06-2025
Se solicita amablemente a la convocante poder considerar lo siguiente, teniendo en cuenta que no afecta a la calidad del producto ofertado y fomenta la mayor participación de oferentes:		
Ítem 646, Favor poder considerar presentación del producto de la siguiente forma: Papel de filtro cualitativo: Diámetro mínimo de 290 mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-07-2025
Ver Adenda 1		

Consulta 16 - ÍTEM 648

Consulta	Fecha de Consulta	25-06-2025
Se solicita amablemente a la convocante poder considerar lo siguiente, teniendo en cuenta que no afecta a la calidad del producto ofertado y fomenta la mayor participación de oferentes:		
Ítem 648 Favor poder considerar presentación del producto de la siguiente forma: Papel de filtro cualitativo: Diámetro mínimo de 185 mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-07-2025
Ver Adenda 1		

Consulta 17 - ÍTEM 650

Consulta	Fecha de Consulta	25-06-2025
Se solicita amablemente a la convocante poder considerar lo siguiente, teniendo en cuenta que no afecta a la calidad del producto ofertado y fomenta la mayor participación de oferentes:		
Ítem 650 Favor poder considerar presentación del producto de la siguiente forma: Papel indicador de pH rango 0 -14: Intervalo de 1		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-07-2025
Considerando que las mediciones realizadas, según las técnicas aplicadas, se realizan en intervalos de 0,5, deberá ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y condiciones		

Consulta 18 - ÍTEM 241 Columna para Cromatografía Líquida

Consulta	Fecha de Consulta	25-06-2025
ÍTEM 241 Columna para Cromatografía Fase Sólida. Establece el PBC: Columna para HPLC C18, o equivalente a RP 18..., Se entiende que se puede ofertar C18 o RP18, como hay cierta diferencia entre ambos tipos de columnas, consultamos si es correcto ofertar cualquiera de las dos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-07-2025
Se puede ofertar cualquiera de las dos, siempre que se cumpla con las características de tamaño de partículas, diámetro y la porosidad de 100A		

Consulta 19 - ITEM 240 Columna para Cromatografía Fase Solida

Consulta	Fecha de Consulta	25-06-2025
----------	-------------------	------------

Ítem 240 Columna para Cromatografía Fase Solida.
Dice el PBC: con temperatura límite desde 60°C a 325°C (350°C).
Se puede ofrecer con temperatura 30°C a 370°C, considerando que el rango es mas amplio?

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-07-2025
-----------	--------------------	------------

Ver Adenda 1

Consulta 20 - ITEM 242 Columna para extracción en fase sólida

Consulta	Fecha de Consulta	25-06-2025
----------	-------------------	------------

ITEM 242
Solicita el PBC: Columna para extracción en Fase Sólida. Cartucho C18 (500 mg) volumen 6 mL.
Se puede ofrecer Columna para extracción en Fase Sólida. Cartucho C18/PSA, 500mg/500 mg, volumen 6 mL.?

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-07-2025
-----------	--------------------	------------

Se deberán ajustar a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y condiciones, considerando que indefectiblemente, el cartucho de extracción sólo debe contener como fase estacionaria C18(octadecilsilano) y no estar combinada con PSA

Consulta 21 - ITEM N°247 Conjugado Anticampylobacter:

Consulta	Fecha de Consulta	25-06-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita amablemente a la convocante aceptar dentro de las especificaciones técnicas lo siguiente "Conjugado para campylobacter (IFD) inmunofluorescencia directa. Se solicita control positivo y negativo de referencia incluidos con el kit según presentación y formato del producto ofertado". Cada kit comercial incluye los controles correspondientes (positivo y negativo) en la cantidad adecuada para cubrir el número total de determinaciones incluidas en su presentación. Aceptar esta modificación permitirá una mayor amplitud de participación sin excluir propuestas técnicamente válidas que cumplen con el estándar, pero que pueden diferir en su forma de presentación. Asimismo, se deberá garantizar que el proveedor asegure un rendimiento mínimo solicitado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-07-2025
-----------	--------------------	------------

Se deberá ajustar a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y condiciones, considerando que el Laboratorio de Microbiología del SENACSA debe estar seguro de que el rendimiento del reactivo a ser adquirido sea óptimo y suficiente en todos sus componentes.

Consulta 22 - Ítem 247 Conjugado Anticampylobacter:

Consulta	Fecha de Consulta	25-06-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante incluir como requisito una presentación mínima de 10.000 determinaciones por kit, esta inclusión permitiría una mayor cobertura diagnóstica y reduciría la frecuencia de adquisición de reactivos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-07-2025
-----------	--------------------	------------

Se deberá ajustar a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y condiciones, considerando que el requisito de presentación es mínimo y no afecta a las presentaciones superiores a 1.000 determinaciones.

Consulta 23 - ÍTEM N°394

Consulta	Fecha de Consulta	25-06-2025
----------	-------------------	------------

ÍTEM 394: Se consulta amablemente a la convocante si se podría ofertar una presentación de paquete x 125 hisopos

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-07-2025
-----------	--------------------	------------

Ver Adenda 1

Consulta 24 - ÍTEM N°261 - RESERVORIO PARA PIPETA MULTICANAL

Consulta	Fecha de Consulta	25-06-2025
----------	-------------------	------------

Ítem 261 Reservoirio para Pipeta Multicanal: Se solicita respetuosamente a la entidad convocante considerar la aceptación de presentaciones en la caja por 10 unidades como cantidad MÍNIMO, a fin de no restringir la participación de otros oferentes que cumplen con las especificaciones técnicas requeridas. Esta presentación no afecta en modo alguno la calidad, eficacia ni el cumplimiento funcional del producto solicitado, manteniéndose en todo momento alineada con los objetivos y necesidades del pliego.

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-07-2025
-----------	--------------------	------------

Ver Adenda 1

Consulta 25 - Ítem 438

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita aceptar planilla de calculo para emisión de resultados, dando mayor participación a diferentes ofertas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
-----------	--------------------	------------

Ver Adenda 2

Consulta 26 - Ítem 440

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita aceptar planilla de calculo para emisión de resultados, dando mayor participación a diferentes ofertas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2025
-----------	--------------------	------------

Se deberá ajustar a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y condiciones, debido a que se solicita el software para disminuir y evitar errores en la transcripcion de datos

Consulta 27 - Ítem 443

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita aceptar planilla de calculo para emisión de resultados, dando mayor participación a diferentes ofertas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2025
-----------	--------------------	------------

Se deberá ajustar a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y condiciones, debido a que se solicita el software para disminuir y evitar errores en la transcripcion de datos

Consulta 28 - Item 464

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita aceptar planilla de calculo para emisión de resultados, dando mayor participación a diferentes ofertas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2025
-----------	--------------------	------------

Se deberá ajustar a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y condiciones, debido a que se solicita el software para disminuir y evitar errores en la transcripción de datos.

Consulta 29 - Item 451

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita aclarar la presentación del kit, ya que en las características técnicas se menciona 184 determinaciones como mínimo (5 placas/96 pocillos). Lo correcto serían 2 placas/96 pocillos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2025
-----------	--------------------	------------

Se deberá ajustar a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y condiciones, cuya presentación del kit, cómo se indica en el ítem 451 es para 184 determinaciones como mínimo, equivalentes a 2 placas/96 pocillos.

Consulta 30 - ITEM N°429_430 KIT PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2025
----------	-------------------	------------

Ítem 429 y 430 Kit para Detección de Anticuerpos: Se solicita amablemente a la convocante reconsiderar la inclusión del requerimiento que establece como característica la entrega de dos controles positivos y negativos como mínimo, ya que cada kit disponible en el mercado suele incluir un solo frasco de control por unidad, lo cual es suficiente para el uso previsto. Este requerimiento podría restringir la participación de oferentes cuyos productos cumplen plenamente con la finalidad diagnóstica, pero no contemplan controles en la cantidad solicitada. Asimismo, se solicita reconsiderar la especificación sobre la concentración de la solución de lavado, ya que cada fabricante utiliza formulaciones distintas. Por ello, sugerimos no establecer una concentración fija o, en su defecto, incluir la expresión "como mínimo" para no limitar la participación de oferentes cuyos kits cumplen con los requerimientos técnicos, pero manejan concentraciones diferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
-----------	--------------------	------------

Sobre los controles positivos y negativos se deberá ajustar a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y condiciones, considerando que el Laboratorio de Peste Porcina Clásica del SENACSA indica que un solo frasco es insuficiente, porque una microplaca de 96 pocillos es utilizada para realizar varios ensayos, dependiendo de la cantidad de muestras recepcionadas.

Sobre la solución de lavado se puede considerar, quedando las especificaciones técnicas del ítem 429 y 430.
Ver Adenda 2

Consulta 31 - ITEM 431 Y 432 KIT PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2025
----------	-------------------	------------

Ítem 431 y 432 Kit para Detección de Anticuerpos: Se solicita amablemente a la convocante no establecer concentraciones específicas para los reactivos del kit, ya que cada fabricante valida sus productos utilizando concentraciones propias, de acuerdo con el diseño y protocolo de su sistema diagnóstico. Incluir valores fijos podría limitar innecesariamente la participación de oferentes cuyos kits cumplen con los requisitos técnicos y funcionales, pero presentan formulaciones distintas igualmente válidas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
-----------	--------------------	------------

Ver Adenda 2

Consulta 32 - ITEM 432 KIT PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2025
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita amablemente a la convocante considerar la inclusión del método ELISA de bloqueo como alternativa al ELISA competitivo en las especificaciones técnicas para la detección de anticuerpos contra *Brucella* spp., ya que ambos métodos se encuentran técnicamente validados. El ELISA de bloqueo presenta alta sensibilidad y es ampliamente utilizado en programas de vigilancia y control de la brucelosis en diversas especies animales. Su inclusión permitiría ampliar la participación de oferentes sin afectar la calidad diagnóstica requerida.

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2025
------------------	---------------------------	------------

Se deberá ajustar a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y condiciones, considerando que el método Elisa de bloqueo no genera los mismos resultados con las que se obtienen con el método Elisa competitivo, las cuales son considerados acorde al laboratorio de referencia para la región (SENASA)

Consulta 33 - ITEM 432 KIT PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2025
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita a la convocante reconsiderar la redacción del requerimiento técnico, específicamente donde se indica "Kit ELISA para detectar anticuerpos contra *Brucella abortus*, *melitensis* y *suis*", sugiriendo en su lugar la denominación *Brucella* spp.. Esta solicitud se fundamenta en que el pliego establece el uso de placas tapizadas con antígeno LPS de *Brucella abortus*, el cual es un antígeno común a las especies lisas de *Brucella* spp. (como *B. abortus*, *B. melitensis* y *B. suis*)

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
------------------	---------------------------	------------

Ver Adenda 2

Consulta 34 - Ítem 433, 437,439,441,444,445,446,447, 454,461, 462, 463,509,511,512,513,514,515, Kit para Detección de Anticuerpos:

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2025
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita amablemente a la convocante verificar el enunciado "Microplacas sensibilizadas con un extracto de p MAP Conjugado", ya que esta descripción no corresponde para todos los ítems mencionados. Asimismo, se solicita no especificar las concentraciones de los reactivos del kit, dado que esta exigencia podría limitar la participación de oferentes cuyos productos se encuentran debidamente validados con diferentes formulaciones.

Saludos,

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
------------------	---------------------------	------------

Ver Adenda 2. Se puede considerar el cambio de las microplacas sensibilizadas.
Sobre las concentraciones se deberá ajustar a las especificaciones técnicas del Pliego de bases y condiciones, considerando estas las concentraciones precisadas por el Laboratorio de Microbiología del SENACSA

Consulta 35 - Plan de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2025
-----------------	--------------------------	------------

Teniendo en cuenta que el llamado es plurianual, solicitamos a la convocante aclarar que porcentaje (%) de la cantidad mínima y máxima van a precisar.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
------------------	---------------------------	------------

Ver Adenda 2. Se. adjunta las cantidades solicitadas, aclarando que son estimaciones y las mismas pueden sufrir modificaciones según la necesidad y prioridades de la Dirección General de Laboratorios.

Consulta 36 - Muestras

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2025
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante considerar aceptar Catálogos para los ítems 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702 y 703, en lugar de muestras físicas debido a que no todos los proveedores contamos en stock de estos insumos de laboratorio requeridos y también evitar que sean declarados desiertos por la falta de muestras.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
-----------	--------------------	------------

VER ADENDA 2. Se excluye del pedido de muestras y se presenta catálogos los ítems 692, 695 y 696 de punteras para micropipetas.
 Sobre el resto de ítems, se deberá ajustar a lo requerido en el Pliego de bases y condiciones, considerando la importancia inspeccionar y verificar la compatibilidad de las punteras con las pipetas en uso.

Consulta 37 - Detalle de la Especificaciones Técnicas Obligatorio

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita en el numeral 3 Lote y fecha de vencimiento.
 Se aclara que los insumos de laboratorio solicitados como ser Cámara de Neubauer, Punteras para micropipeta, laminas cubre objetos, láminas portaobjetos, tubos de centrifuga cónicos de plásticos, Microtubos, etc., mayormente no cuentan con lote y vencimiento.

Solicitamos encarecidamente a la convocante aceptar sin estas condiciones y así evitar que sean declarados desiertos todos estos insumos que son considerados apoyo de laboratorio.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
-----------	--------------------	------------

VER ADENDA 2

Consulta 38 - Detalle de la Especificaciones Técnicas Obligatorio

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita en el Punto 6: Número de registro del producto.
 Se aclara que los insumos de laboratorio solicitados como ser Cámara de Neubauer, Punteras para micropipeta, laminas cubre objetos, láminas portaobjetos, tubos de centrifuga cónicos de plásticos, Microtubos, etc., a la fecha no requieren registro sanitario para su comercialización. DINAVISA hasta ahora aún no ha finiquitado el proceso de registro sanitario de los insumos considerados apoyo de laboratorio para su comercialización.

Solicitamos encarecidamente a la convocante aceptar sin esta condición y así evitar que sean declarados desiertos todos estos insumos que son considerados apoyo de laboratorio.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
-----------	--------------------	------------

VER ADENDA 2

Consulta 39 - ITEM 242 Columna para extracción en fase sólida

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
----------	-------------------	------------

Solicita el PBC Columna C18 (500mg) 6 ml -Caja de 50 unidades. Cantidad 40 cajas. Total: 2000 u
 ¿Se puede ofrecer presentación x 30 u, ajustando a la cantidad total de 2.000 U? 67 cajas?

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
-----------	--------------------	------------

VER ADENDA 2

Consulta 40 - ItemN° 39

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
Se solicita a la convocante, con el fin de dar mayor participación a oferentes, la posibilidad de ofertar Agar cromogenico en placas, listas para su uso, caja x de 20 placas como mínimo (Agar cromogenico)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
VER ADENDA 2		

Consulta 41 - ItemN° 41

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
Se solicita a la convocante, con el fin de dar mayor participación a oferentes, poder ofertar medio de cultivo Agar para Hongos patógenos cuya formula contenga con cloranfenicol		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
VER ADENDA 2		

Consulta 42 - ItemN° 56

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
Se solicita a la convocante, con el fin de dar mayor participación a oferentes, es factible ofertar medio de cultivo Agar Sabouroad cuya formula contenga con glucosa?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2025
No se puede considerar. Se deberá ajustar a lo requerido en el Pliego de bases y condiciones técnicas.		

Consulta 43 - ItemN° 81

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
Se solicita a la convocante, con el fin de dar mayor participación a oferentes, es posible ofertar ansas calibradas estériles y descartables, paquete x 12 unidades.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
VER ADENDA 2. Se puede considerar, siempre que cumpla con la cantidad de pedidos.		

Consulta 44 - Item 100

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
Es factible ofertar ofertar Agua Peptonada?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2025
No se puede considerar. Se deberá ajustar a lo requerido en el Pliego de bases y condiciones		

Consulta 45 - ITEM 159

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
----------	-------------------	------------

es posible ofertar discos de Antibiograma Ceftazidima 10 µg + Avibactam 4 µg?

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
-----------	--------------------	------------

VER ADENDA 2.

Consulta 46 - ITEM 160

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
----------	-------------------	------------

es posible ofertar discos de Antibiograma Ceftazidima 10 µg + Avibactam 4 µg?

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
-----------	--------------------	------------

VER ADENDA 2.

Consulta 47 - ITEM 216

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante para dar mayor participación a oferentes, la posibilidad de ofertar Si Indicador biológico de esterilidad caja x 30unidades.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
-----------	--------------------	------------

VER ADENDA 2. Se puede considerar, siempre que cumpla con la cantidad de pedidos

Consulta 48 - ITEM 217

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante para dar mayor participación a oferentes, la posibilidad de ofertar Si Indicador biológico de esterilidad caja x 30unidades.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
-----------	--------------------	------------

VER ADENDA 2. Se puede considerar, siempre que cumpla con la cantidad de pedidos

Consulta 49 - ITEM 218

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante para dar mayor participación a oferentes, la posibilidad de ofertar Si Indicador biológico de esterilidad caja x 30unidades.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
-----------	--------------------	------------

VER ADENDA 2. Se puede considerar, siempre que cumpla con la cantidad de pedidos

Consulta 50 - ITEM 284

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante para dar mayor participación a oferentes, la posibilidad de ofertar Cefotaxima 30 µg?

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
-----------	--------------------	------------

VER ADENDA 2. Se puede considerar

Consulta 51 - ITEM 289

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
----------	-------------------	------------

Se puede ofertar Discos de Antibiograma Cefotaxidima 30 µg

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
-----------	--------------------	------------

VER ADENDA 2. Se puede considerar

Consulta 52 - ITEM 297

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
----------	-------------------	------------

Se puede ofertar Discos de Antibiograma Estreptomycinina 300 µg?

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
-----------	--------------------	------------

VER ADENDA 2. Se puede considerar

Consulta 53 - ITEM 528

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
----------	-------------------	------------

es factible ofertar LATEX PARA AGLUTINACION CAJA CONTENIENDO KIT X 30 TEST??

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
-----------	--------------------	------------

VER ADENDA 2. Se puede considerar, siempre que cumpla con la cantidad de pedidos

Consulta 54 - ITEM 529

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
----------	-------------------	------------

es factible ofertar LATEX PARA AGLUTINACION CAJA CONTENIENDO KIT X 30 TEST??

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
-----------	--------------------	------------

VER ADENDA 2. Se puede considerar, siempre que cumpla con la cantidad de pedidos

Consulta 55 - ITEM 530

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
----------	-------------------	------------

es factible ofertar LATEX PARA AGLUTINACION CAJA CONTENIENDO KIT X 30 TEST??

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
-----------	--------------------	------------

VER ADENDA 2. Se puede considerar, siempre que cumpla con la cantidad de pedidos

Consulta 56 - ITEM 767,768,769,770 IDENTIFICACION ESPECTROMETRIA DE MASAS (laminas p/ Identificación)

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
Se solicita a la convocante verificar y en su defecto corregir la PRESENTACION Y PRECIO REFERENCIAL solicitada, debido a que para estos ITEMS la presentación de los productos corresponden a: CAJA 4 laminas x 48test, es decir que el rendimiento de la caja es de 192 TEST. En la solicitud mencionan Caja x20 Test, pero esta presentación es incorrecta, ya que corresponde a los ITEMS 763,764,765,766 TARJETAS PARA IDENTIFICACION.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
VER ADENDA 2. Se puede considerar, siempre que cumpla con la cantidad de pedidos		

Consulta 57 - ITEM 767,768,769,770

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
Se consulta a la convocante si test a ofertar para estos ITEMS deben ser de la misma marca del Equipo instalado en el Laboratorio de SENCSA?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
VER ADENDA 2. Deben ser compatibles con el Equipo automatizado en el Laboratorio de Microbiología del SENACSA.		

Consulta 58 - Especificaciones técnicas Ítem 472

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
Se solicita amablemente a la convocante aceptar como presentación mínima Kit x 10 extracciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
VER ADENDA 2. Se puede considerar, siempre que cumpla con la cantidad de pedidos		

Consulta 59 - Especificaciones técnicas Ítem 472

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
Se solicita amablemente aclarar si se requiere la extracción de ADN y/o ARN, además de especificar el tipo de muestra o matriz de la cual se va a realizar las extracciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
VER ADENDA 2. No se requiere extracción de ADN y/o ARN, la matriz es grasa animal.		

Consulta 60 - Especificaciones técnicas Ítem 473

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
Se solicita amablemente a la convocante aceptar como presentación mínima Kit x 10 extracciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
VER ADENDA 2. Se puede considerar, siempre que cumpla con la cantidad de pedidos		

Consulta 61 - Especificaciones técnicas Ítem 473

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
Se solicita amablemente aclarar si se requiere la extracción de ADN y/o ARN, además de especificar el tipo de muestra o matriz de la cual se va a realizar las extracciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
VER ADENDA 2. No se requiere extracción de ADN y/o ARN, la matriz es grasa animal.		

Consulta 62 - ITEM 427_KIT PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
Se solicita amablemente a la convocante considerar la modificación del enunciado "Microplacas sensibilizadas con un extracto p de MAP" y sustituirlo por "microplacas sensibilizadas con antígeno de Mycobacterium paratuberculosis", con el objetivo de emplear una denominación que permita mayor participación. Asimismo, se solicita no especificar las concentraciones de los reactivos del kit, ya que esto podría restringir la participación de oferentes cuyos productos están validados con diferentes formulaciones igualmente eficaces.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
Ver Adenda 2.		

Consulta 63 - ITEM 434_KIT PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
Se solicita amablemente a la convocante aceptar, como mínimo, la posibilidad de procesar muestras individuales o mezclas de hasta CINCO muestras agrupadas, el uso de microplacas recubiertas con ANTÍGENOS ESPECÍFICOS, y conjugado IgG-HRP antirumiante. Asimismo, se solicita aceptar la presentación de UNA (1) microplaca (12 tiras de 8 pocillos) como mínimo, o en su defecto, requerir que se provea una cantidad equivalente a la solicitada. Esta solicitud tiene como finalidad ampliar la participación de oferentes y facilitar la provisión de la opción más adecuada desde el punto de vista técnico y operativo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
Ver Adenda 2. Se puede aceptar la oferta de muestras individuales o de hasta cinco muestras agrupadas al ser contenida dentro del rango de las 250 como máximo. Sobre los antígenos se solicita ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y condiciones técnicas. Sobre las placas se pueden tener en cuenta.		

Consulta 64 - ítem 434, 437 al 515, Kit para Detección de Anticuerpos:

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
Se consulta respetuosamente a la convocante si los kits de detección requeridos son dependientes de actualizaciones del software, considerando que dichas actualizaciones suelen estar asociadas a las necesidades del equipo lector y no del kit en sí. Asimismo, se solicita aclarar si el lector de microplacas a utilizar es un sistema abierto compatible con distintos kits comerciales, o si se trata de un equipo cerrado diseñado para funcionar exclusivamente con un kit específico.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-07-2025
<p>-Ítem 434 cuenta con un sistema abierto y compatible con distintas marcas de reactivos. La actualización de los software deben estar determinadas por la marca de los reactivos ofertados.</p> <p>-Ítem 437, 439, 441, 442, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 497, al 505, 508 al 515 La actualización de los software deben estar determinadas por la marca de los reactivos ofertados. Con relación a los lectores contamos con sistemas abiertos, en caso de que el kit no posea un software de visión de resultados, se aceptará la Planilla de cálculos para la emisión.</p> <p>-Ítem 438 La actualización de los software deben estar determinadas por la marca de los reactivos ofertados. Con relación a los lectores contamos con sistemas abiertos, en caso de que el kit no posea un software de visión de resultados, se aceptará la Planilla de cálculos para la emisión.</p> <p>-Ítem 440, 443, 464, 467 y 468 El lector de placas es de un sistema abierto. La actualización de los software deben estar determinadas por la marca de los reactivos ofertados.</p> <p>-Ítem 465-466 cuenta con un sistema abierto y compatible con distintas marcas de reactivos. La actualización de los software deben estar determinadas por la marca de los reactivos ofertados.</p> <p>-Ítem 469, 470, 471, 490 Los equipos son de sistema cerrado, por lo tanto dependientes de un universo mínimo de marcas de reactivos, y las actualizaciones de los software deben estar determinadas por la marca de los reactivos ofertados.</p> <p>-Ítem 472-473 En lo referente al Departamento de Control de Contraminantes, estos kits son para extracción de muestras y no se operan con ningún tipo de software, son tubos conteniendo proporciones de sales. (Kit Sal Método Quechers para extracción)</p> <p>-Ítem 474 al 485, 491 al 494 no corresponden a Kits para detección de anticuerpos y no aplica a la consulta.</p> <p>-Ítem 486 al 489 El equipo de microplacas a utilizar es un sistema abierto compatible con distintos kits comerciales. La actualización de los software deben estar determinadas por la marca de los reactivos ofertados</p> <p>-Item 495-496 La actualización de los software deben estar determinadas por la marca de los reactivos ofertados. Los equipos son de sistema cerrado, por lo tanto dependientes de un universo mínimo de marcas de reactivos.</p> <p>-Item 506-507 La actualización de los software deben estar determinadas por la marca de los reactivos ofertados. Con relación a los lectores contamos con sistemas abiertos.</p>		

Consulta 65 - ítem 435 y 436 Kit para Detección de Anticuerpos:

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
Se solicita amablemente a la convocante aclarar el tipo de muestras biológicas que serán utilizadas con los kits requeridos, a fin de asegurar la correcta adecuación técnica de los insumos ofertados y garantizar la compatibilidad con los procedimientos establecidos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
Ver Adenda 2. El el tipo de muestra biológica que se utilizará con el Kit requerido es de SUERO BOVINO.		

Consulta 66 - ITEM N°425 _ KIT PARA BRUCELOSIS

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
<p>Ítem 425 Kit para Brucelosis: Se solicita respetuosamente a la convocante reconsiderar la inclusión del requerimiento técnico que establece: "Estándar de Polarización Bajo (25 mp) para realizar 500 determinaciones, Estándar de Polarización Medio (200 mp) para realizar 500 determinaciones", dado que no todos los kits de diagnóstico para brucelosis requieren dichos estándares para su funcionamiento. Esta especificación podría limitar la participación de oferentes cuyos productos cumplen plenamente con la finalidad diagnóstica requerida, pero utilizan métodos o formulaciones distintas que no requieren los estándares mencionados.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
<p>Ver Adenda 2.</p>		

Consulta 67 - ITEM N°57 , AGAR SELECTIVO PARA ENTEROCOCO

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
<p>Ítem 57, Agar Selectivo para Enterococo: Se solicita amablemente a la convocante considerar la siguiente formulación, a fin de fomentar una mayor participación de oferentes: peptona de proteosa (10,0 g/L), extracto de levadura (10,0 g/L), cloruro de sodio (5,0 g/L), glicerofosfato de sodio (10,0 g/L), maltosa (20,0 g/L), lactosa (1,0 g/L), azida sódica (0,4 g/L), púrpura de bromocresol (0,015 g/L) y agar (20,0 g/L). Esta composición no representa una incompatibilidad funcional y cumple con el objetivo de aislar selectivamente Enterococcus spp. en agua por filtración. Además, ofrece ventajas técnicas relevantes, como mayor especificidad gracias a su agente inhibidor y facilidad de lectura por su indicador visual, con respaldo en normativas reconocidas internacionalmente.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2025
<p>Se deberá ajustar a lo requerido en el Pliego de bases y condiciones, considerando que la formulación requerida cumple con la función y necesidades de diagnóstico del Laboratorio de Control de Alimentos para Humanos del SENACSA.</p>		

Consulta 68 - ITEM 189 , CEPAS DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCC25923

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
<p>Se solicita amablemente a la convocante considerar la presentación en formato de cinco asas estériles en gel, como alternativa técnicamente válida a los frascos o tubos con seis hisopos o pellets mínimos. Esta presentación no representa ninguna incompatibilidad funcional o técnica con respecto al uso previsto, ya que contiene cepas certificadas de Staphylococcus aureus ATCC 25923, diseñadas específicamente para el control cualitativo de medios de cultivo. Las asas en gel se encuentran estandarizadas y envasadas individualmente, lo que garantiza estabilidad, trazabilidad y facilidad de uso en condiciones de laboratorio. Asimismo, esta presentación ofrece beneficios adicionales en términos de bioseguridad, ya que requiere menor manipulación, lo cual reduce los riesgos de contaminación cruzada y de error durante la rehidratación del material. Además, al tratarse de una presentación comercialmente establecida y ampliamente distribuida a nivel internacional, su inclusión en los requisitos fomenta una mayor participación de oferentes, promoviendo la competitividad y la disponibilidad en el mercado local.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
<p>Ver Adenda 2.</p>		

Consulta 69 - ITEM N°190

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
<p>Ítem 190, Cepa de referencia Clostridium Perfringens ATCC 13124:</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante considerar la presentación en formato de cinco asas estériles en gel para la cepa de referencia Clostridium perfringens ATCC 13124, ya que esta presentación no representa ninguna incompatibilidad funcional o técnica con respecto al uso previsto para el control de medios.</p> <p>Las asas estériles en gel, listas para usar y envasadas individualmente, garantizan la viabilidad y pureza del microorganismo, facilitando su manejo y aplicación directa en pruebas de calidad microbiológica. Esta presentación minimiza la manipulación del usuario, lo que reduce significativamente los riesgos de contaminación cruzada y errores durante la hidratación, contribuyendo así a una mayor bioseguridad en el laboratorio.</p> <p>Además, al tratarse de una presentación ampliamente reconocida y utilizada en laboratorios internacionales, se asegura la estandarización y confiabilidad del control microbiológico. Incluir esta opción fomenta una mayor participación de oferentes, promoviendo la competencia y disponibilidad en el mercado, sin comprometer los requisitos técnicos ni la eficacia del proceso.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
Ver Adenda 2.		

Consulta 70 - 191 - CEPA DE REFERENCIA DE LISTERIA

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
<p>Se solicita amablemente a la convocante considerar la presentación en formato de cinco asas estériles en gel, como alternativa válida para la cepa de referencia requerida. Esta presentación no representa incompatibilidad funcional o técnica, ya que garantiza la viabilidad, pureza y estabilidad del microorganismo, facilitando su manejo y aplicación directa en el laboratorio para el control de medios y pruebas microbiológicas.</p> <p>Las asas en gel, listas para usar, ofrecen ventajas adicionales en términos de bioseguridad, al requerir menor manipulación y reducir los riesgos de contaminación cruzada y errores en el proceso de hidratación. Esto contribuye a la optimización de los procesos analíticos, asegurando condiciones más seguras y eficientes en el trabajo microbiológico.</p> <p>Asimismo, el uso de este formato favorece la estandarización de procedimientos y su inclusión fomenta una mayor participación de oferentes al ampliar las opciones disponibles en el mercado, promoviendo la competitividad sin afectar la calidad ni la confiabilidad del control microbiológico.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
Ver Adenda 2.		

Consulta 71 - Ítem 198, Cepa Salmonela Choleraesuis (10708):

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
<p>Se solicita amablemente a la convocante considerar la presentación de cinco asas estériles en gel listas para usar, como alternativa técnica válida para la provisión de cepas de referencia. Esta presentación no representa incompatibilidad funcional ni técnica, ya que asegura la viabilidad, estabilidad y pureza del microorganismo, cumpliendo con los requerimientos para el control de calidad de medios de cultivo, reactivos y procedimientos microbiológicos.</p> <p>Las asas estériles en gel, envasadas individualmente, permiten un manejo práctico y seguro, sin necesidad de pasos adicionales de preparación o reactivación compleja. Esta presentación aporta beneficios adicionales en términos de bioseguridad, ya que implica menor manipulación por parte del usuario, lo que reduce los riesgos de contaminación cruzada y errores durante la hidratación.</p> <p>Su inclusión en los requerimientos fomenta una mayor participación de oferentes, promoviendo la competitividad y disponibilidad en el mercado, sin comprometer la calidad ni la confiabilidad técnica exigida.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
Ver Adenda 2.		

Consulta 72 - ÍTEM N°198 Cepa Salmonela Choleraesuis (10708):

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
<p>Ítem 198, Cepa Salmonela Choleraesuis (10708): Se solicita amablemente a la convocante considerar la presentación de cinco asas estériles en gel listas para usar, como alternativa técnica válida para la provisión de cepas de referencia. Esta presentación no representa incompatibilidad funcional ni técnica, ya que asegura la viabilidad, estabilidad y pureza del microorganismo, cumpliendo con los requerimientos para el control de calidad de medios de cultivo, reactivos y procedimientos microbiológicos. Las asas estériles en gel, envasadas individualmente, permiten un manejo práctico y seguro, sin necesidad de pasos adicionales de preparación o reactivación compleja. Esta presentación aporta beneficios adicionales en términos de bioseguridad, ya que implica menor manipulación por parte del usuario, lo que reduce los riesgos de contaminación cruzada y errores durante la hidratación. Su inclusión en los requerimientos fomenta una mayor participación de oferentes, promoviendo la competitividad y disponibilidad en el mercado, sin comprometer la calidad ni la confiabilidad técnica exigida.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
Ver Adenda 2.		

Consulta 73 - Ítem 199, Cepa Salmone laTiphymuriym (14028):

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
<p>Ítem 199, Cepa Salmone laTiphymuriym (14028): Se solicita amablemente a la convocante considerar la presentación de cinco asas estériles en gel listas para usar, como alternativa técnica válida para la provisión de cepas de referencia. Esta presentación no representa incompatibilidad funcional ni técnica, ya que asegura la viabilidad, estabilidad y pureza del microorganismo, cumpliendo con los requerimientos para el control de calidad de medios de cultivo, reactivos y procedimientos microbiológicos. Las asas estériles en gel, envasadas individualmente, permiten un manejo práctico y seguro, sin necesidad de pasos adicionales de preparación o reactivación compleja. Esta presentación aporta beneficios adicionales en términos de bioseguridad, ya que implica menor manipulación por parte del usuario, lo que reduce los riesgos de contaminación cruzada y errores durante la hidratación. Su inclusión en los requerimientos fomenta una mayor participación de oferentes, promoviendo la competitividad y disponibilidad en el mercado, sin comprometer la calidad ni la confiabilidad técnica exigida.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
Ver Adenda 2.		

Consulta 74 - Ítem 209, Cepa de referencia, E.coli ATCC 25922:

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
<p>Ítem 209, Cepa de referencia, E.coli ATCC 25922: Se solicita amablemente a la convocante considerar la presentación de cinco asas estériles en gel, listas para usar, como alternativa técnica válida para el suministro de cepas de referencia. Esta presentación no representa una incompatibilidad funcional ni técnica, ya que cumple con los requisitos de pureza, viabilidad y estabilidad exigidos para el control de calidad de medios de cultivo, reactivos y procedimientos microbiológicos. Al tratarse de una forma premedida, estéril y en gel, facilita una manipulación más segura, minimiza el riesgo de contaminación y elimina la necesidad de preparación previa, optimizando así los tiempos de trabajo en laboratorio. Adicionalmente, las asas en gel ofrecen ventajas significativas en términos de bioseguridad, al requerir menor manipulación del usuario, lo que reduce los riesgos de contaminación cruzada y errores en el proceso de hidratación. Además, esta presentación fomenta una mayor participación de oferentes, al ser logísticamente más accesible y compatible con estándares internacionales de calidad, sin comprometer la confiabilidad técnica ni los requisitos establecidos en el proceso de control microbiológico.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
Ver Adenda 2.		

Consulta 75 - ITEM 210, Cepa de referencia, Enterobacter aerogenes ATCC 13048:

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
<p>Ítem 210, Cepa de referencia, Enterobacter aerogenes ATCC 13048:</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante considerar la presentación de cinco asas estériles en gel, listas para usar, como una opción válida y adecuada para el suministro de cepas de referencia. Esta presentación no representa incompatibilidad funcional ni técnica, ya que garantiza la pureza, viabilidad y estabilidad del microorganismo, cumpliendo con los estándares internacionales para el control de calidad de medios y procedimientos microbiológicos.</p> <p>Además, al tratarse de un formato en gel, de uso inmediato y premedido, facilita la manipulación en laboratorio, reduce los riesgos de contaminación cruzada y simplifica el proceso de inoculación. Este tipo de presentación ofrece beneficios adicionales en términos de bioseguridad, al requerir menor manipulación del analista y disminuir la probabilidad de errores durante la hidratación, optimizando así la seguridad y eficiencia en el entorno de trabajo microbiológico.</p> <p>La inclusión de este formato fomenta una mayor participación de oferentes, al ser más accesible logísticamente y compatible con diversas metodologías y requerimientos técnicos, contribuyendo así a un proceso de adquisición más competitivo, eficiente y alineado con buenas prácticas de laboratorio.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
Ver Adenda 2.		

Consulta 76 - Item 477

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
Se solicita aceptar cajas con kit para 100 muestras como mínimo, dando mayor participación a diversos oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
Ver Adenda 2.		

Consulta 77 - Item 480

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
Se solicita aceptar cajas con kit para 100 muestras como mínimo, dando mayor participación a diversos oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
Ver Adenda 2.		

Consulta 78 - Item 481

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2025
Se solicita aceptar cajas con kit para 100 muestras como mínimo, dando mayor participación a diversos oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
Ver Adenda 2.		

Consulta 79 - ItemN° 767 - 768 - 769 - 770

Consulta	Fecha de Consulta	02-07-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita aclarar: Para los ítems mencionados en PBC en el apartado "Descripción del producto" se solicita "tarjetas de identificación" y en el apartado "características técnicas" se solicita "Laminas de identificación". Favor aclarar si solicitan tarjetas para equipo automatizado de identificación bacteriana o laminas para equipo de Espectrometría de Masas

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2025
-----------	--------------------	------------

Se aclara que los ítems mencionados corresponden a láminas para identificación microbiana por espectrometría de masas.

Consulta 80 - PARA EQUIPOS AUTOMATIZADOS

Consulta	Fecha de Consulta	02-07-2025
----------	-------------------	------------

Favor aclarar si la oferta debe incluir el servicio de puesta en marcha del equipo, adiestramiento de los técnicos, mantenimiento y actualización del software con la correspondiente licencia de autorización por parte del fabricante.

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2025
-----------	--------------------	------------

Considerando que no se menciona ningún número de ítem asociado a la consulta, se aclara que la oferta NO DEBE INCLUIR SERVICIO DE PUESTA EN MARCHA de ningún equipo, ni adiestramiento de los técnicos, ni mantenimiento o actualización de software con la correspondiente licencia de autorización por parte del fabricante, para ningún equipo existente en el Laboratorio del SENACSA

Consulta 81 - Item 342 - Filtro p/muestra - Membrana celulosa

Consulta	Fecha de Consulta	03-07-2025
----------	-------------------	------------

Se podran cotizar Membranas de Celulosa esteriles??

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2025
-----------	--------------------	------------

Podrán cotizar membranas de celulosa estériles o no estériles, contemplando que es un requerimiento del Pliego de bases y condiciones

Consulta 82 - Item 218 - Control biologico de esterilidad

Consulta	Fecha de Consulta	03-07-2025
----------	-------------------	------------

Se podra cotizar Indicador Biologico Autocontenido tipo Geobacillus stearothermophilus para monitoreo de esterilización de líquidos por Vapor en concentración de 10-7.
z-Valor = 7-10 °C

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
-----------	--------------------	------------

Ver Adenda 2.

Consulta 83 - Item 342 - Filtro p/muestra - Membrana celulosa

Consulta	Fecha de Consulta	03-07-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante modificar la Presentacion a Caja de 50 COMO MINIMO, para dar oportunidad a una mayor cantidad de oferentes??

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
-----------	--------------------	------------

Ver Adenda 2.

Consulta 84 - ITEM 126 BSTFA

Consulta	Fecha de Consulta	03-07-2025
Solicita el PBC . Pureza mayor o igual a 99%. Favor considerar aceptar Pureza mayor o igual a 98%		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
Ver Adenda 2.		

Consulta 85 - ítem 310

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2025
Doramectina Estandar, favor aclarar presentacion, ya que al ser estandar se encuentra en presentacion maxima en frascos de 100mg.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
Ver Adenda 2.		

Consulta 86 - Ítem 126

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2025
Respecto al Ítem N.º 126, el PBC solicita una presentación en frasco de 25 ml como mínimo. En este sentido, solicitamos a la convocante se pueda ofertar en frascos de menor presentación (24 mL), a fin de ampliar la oportunidad de participar en el llamado a más oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
Ver Adenda 2.		

Consulta 87 - Ítem 241

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2025
En relación con el Ítem N.º 241, observamos que en las características técnicas de la columna se menciona un diámetro interno de 4,6 micras. Consideramos que podría tratarse de un error de unidad de medida, ya que lo habitual para este tipo de columnas es que el diámetro interno se exprese en milímetros (mm). Por tanto, solicitamos a la convocante confirmar si corresponde dicha corrección.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
Ver Adenda 2.		

Consulta 88 - Ítem 244

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2025
En relación con el Ítem N.º 244, se indica en las características técnicas que las columnas deben ser de 200 mg con una capacidad de 6 mL. Solicitamos a la entidad convocante admitir ofertar columnas de 200 mg con una capacidad de 3 mL, considerando que se mantiene la cantidad de fase estacionaria requerida.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
Ver Adenda 2.		

Consulta 89 - Ítem 583

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2025
-----------------	--------------------------	------------

Respecto al Ítem N.º 583, el PBC solicita una presentación en frasco de 100 ml. En este sentido, solicitamos a la convocante se pueda ofertar en frascos de menor presentación (24 ml), y cuya sumatoria resulte en el total de volumen pedido; a fin de ampliar la oportunidad de participar en el llamado a más oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
------------------	---------------------------	------------

Ver Adenda 2.

Consulta 90 - Ítem 759

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2025
-----------------	--------------------------	------------

En relación con el Ítem N.º 759, el PBC solicita septas para tapas de viales. Solicitamos a la convocante confirmar si será admisible ofertar viales completos, que incluyan la tapa y el septa, considerando que cumplen con la finalidad solicitada.

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2025
------------------	---------------------------	------------

Se deberá ajustar al Pliego de Bases y condiciones considerando que en este ítem sólo se solicita las septa para viales.

Consulta 91 - Ítem 761

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2025
-----------------	--------------------------	------------

En relación con el Ítem N.º 761, el PBC solicita tapa rosca para vial con septa. Solicitamos a la entidad convocante aceptar la oferta de viales completos que incluyan tanto la tapa rosca como el septa, considerando que cumplen con la finalidad solicitada.

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2025
------------------	---------------------------	------------

Se deberá ajustar al Pliego de Bases y condiciones considerando que en este ítem sólo se solicita las tapa rosca con septa para viales

Consulta 92 - Ítem 748 - Sulfato Cuprico p.a

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2025
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante modificar la presentación a Frasco de 500g COMO MINIMO de manera a dar oportunidad a una mayor cantidad de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
------------------	---------------------------	------------

Ver Adenda 2.

Consulta 93 - Ítem 751 - Sulfato de sodio anhidro p.a

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2025
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos a la convocante confirmar o aclarar la formulación indicada en las EETT (FÓRMULAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. UTILIDAD)

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
------------------	---------------------------	------------

Ver Adenda 2.

Consulta 94 - Item 722 y 723 -

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2025
Solicitamos a la convocante modificar la presentacion a Frasco de 500 gr. COMO MINIMO de manera a dar oportunidad a una mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
Ver Adenda 2.		

Consulta 95 - ITEM 322

Consulta	Fecha de Consulta	04-07-2025
Zipaterol Estandar favor aclarar presentacion, ya que al ser estandar se encuentra en presentacion maxima en frascos de 10mg		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
Ver Adenda 2.		

Consulta 96 - Item 413, 414, 415 - Kit de detección de genes de virulencia

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2025
<p>Item 413, 414, 415 - Kit de detección de genes de virulencia</p> <p>Se solicita respetuosamente a la convocante considerar la inclusión del siguiente requerimiento: Kit completo para detección mediante la técnica de PCR en tiempo real, con capacidad para 96 pruebas por kit, compatible con el equipo de detección molecular para PCR en tiempo real existente en el Laboratorio de Control de Alimentos del SENACSA y/o CON EQUIPO EN COMODATO. La inclusión de este requerimiento brinda apertura a la participación de diversos oferentes que propongan kits destinados a la misma finalidad, aun cuando estos no sean compatibles con los equipos actualmente disponibles en la institución. Por el contrario, esta especificación permitiría optimizar los recursos existentes y podría, además, beneficiar a la institución mediante la incorporación de un equipo adicional con tecnología de última generación, que actualmente está siendo utilizado en la DILAVE, que es una institución pública del Uruguay, referencia para SENACSA, y que además cumple con las normativas internacionales para exportación de carne.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2025
<p>Se deberá ajustar a lo requerido en el Pliego de Bases y condiciones. Los kits y sus componentes deben ser compatibles con los equipos Existentes en el Laboratorio de Control de Alimentos del SENACSA. SISTEMA DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS DE PCR AUTOMATIZADO, PARA DETECCIÓN DE PATÓGENOS ALIMENTARIOS EN EL SISTEMA DE DETECCIÓN DE PCR EN TIEMPO REAL del SENACSA, considerando que los equipos existentes son de propiedad del SENACSA, y las metodologías de análisis fueron acreditados ante el Organismo Nacional de Acreditación, las cuales están vigentes hasta el año 2027.</p> <p>No obstante, en el horario de 7:00 a 15:00 horas pueden agendar una visita para la visualización de los equipos.</p>		

Consulta 97 - ítem 415 - Kit de detección de virulencia

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2025
<p>ítem 415 - Kit de detección de virulencia</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante aceptar lo citado a continuación: "kit completo para detección por PCR EN TIEMPO REAL, incluye reactivo B1(sonda fluorescente); B2 (sonda fluorescente); B3(sonda Fluorescente); C (Mix de Amplificación); D (Control PCR Negativo); E (Control PCR positivo) y/o PLACA PARA 96 MUESTRAS, SEPARABLE EN POCILLOS INDIVIDUALES CON REACTIVOS LISTOS PARA USAR Y CON CONTROL INTERNO INCORPORADO EN CASA POCILLO". Este tipo de presentación facilita significativamente el trabajo manual del operario, ya que elimina la necesidad de preparar una mezcla maestra (master mix) y de correr controles por separado, dado que cada pocillo contiene un control positivo interno específico para cada muestra, lo que garantiza la uniformidad y reproducibilidad, disminuyendo el riesgo de contaminación y aumentando la bioseguridad del personal. Dicha placa con reactivos listos para usar cumple con estándares internacionales y es utilizada en la DILAVE, que es una institución pública del Uruguay, referencia para SENACSA. Asimismo, esta inclusión brinda oportunidad a otros oferentes cuyos kits, aunque presentados de forma distinta, cumplen con los estándares internacionales de calidad y validación para pruebas de PCR en tiempo real, fomentando así una mayor participación y competitividad en el proceso de adquisición.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2025
<p>Se deberá ajustar al Pliego de Bases y condiciones. Los kits y sus componentes deben ser compatibles con los equipos existentes en el Laboratorio de Control de Alimentos del SENACSA, considerando que los equipos existentes son de propiedad del SENACSA, y las metodologías de análisis fueron acreditados ante el Organismo Nacional de Acreditación, las cuales están vigentes hasta el año 2027.</p>		

Consulta 98 - Ítem 413 - Kit de detección de genes de virulencia

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2025
<p>Se solicita amablemente a la convocante considerar la inclusión del siguiente requerimiento: "El kit debe contener los siguientes componentes:</p> <p>96 tubos de PCR con pellets, distribuidos en dos bolsas de 6 x 8 tiras y/o placas de PCR para 96 muestras con reactivos listos para usar.</p> <p>96 tapas ópticas planas (12 x 8 tiras) y/o 2 planchas de 96 sellos perforables.</p> <p>1 frasco con proteasa de 400 µL y/o tubo de proteinasa K para 96 muestras.</p> <p>2 frascos de buffer de lisis de 12 mL y/o placa de lisis lista para el uso.</p> <p>Materiales de desecho que cumplan con las normas de bioseguridad. El sistema debe permitir la obtención de resultados en un tiempo no mayor a 60 minutos, utilizando protocolos validados internacionalmente por organismos reconocidos como AFNOR y AOAC." La inclusión de estas especificaciones favorece la apertura a diversas presentaciones de kits que cumplan con la misma finalidad, calidad y validación para la detección de Salmonella en muestras de alimentos. De esta forma, se garantiza que la convocatoria pueda recibir una mayor cantidad de ofertas técnicamente viables, fomentando la competencia y asegurando una selección más beneficiosa para la institución. Las placas de lisis listas para el uso ofrecen una solución eficiente al eliminar la necesidad de preparación manual, ahorrando tiempo y reduciendo errores. Garantizan uniformidad y reproducibilidad entre lotes, mejorando la calidad de los resultados. Por otro lado, disminuyen el riesgo de contaminación y aumentan la bioseguridad del personal. Su larga vida útil permite una mejor gestión logística. Además, cumplen con estándares normativos al incluir trazabilidad y certificación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
<p>Ver Adenda 2.</p>		

Consulta 99 - Item 413, 414, 415 - Kit de detección de genes de virulencia

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2025
<p>Item 413, 414, 415 - Kit de detección de genes de virulencia</p> <p>Se solicita respetuosamente a la convocante considerar la inclusión del siguiente requerimiento: Kit completo para detección mediante la técnica de PCR en tiempo real, con capacidad para 96 pruebas por kit, compatible con el equipo de detección molecular para PCR en tiempo real existente en el Laboratorio de Control de Alimentos del SENACSA y/o CON EQUIPO EN COMODATO. La inclusión de este requerimiento brinda apertura a la participación de diversos oferentes que propongan kits destinados a la misma finalidad, aun cuando estos no sean compatibles con los equipos actualmente disponibles en la institución. Por el contrario, esta especificación permitiría optimizar los recursos existentes y podría, además, beneficiar a la institución mediante la incorporación de un equipo adicional con tecnología de última generación, que actualmente está siendo utilizado en la DILAVE, que es una institución pública del Uruguay, referencia para SENACSA, y que además cumple con las normativas internacionales para exportación de carne.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2025
<p>Se deberá ajustar a lo requerido en el Pliego de Bases y condiciones. Los kits y sus componentes deben ser compatibles con los equipos existentes en el Laboratorio de Control de Alimentos del SENACSA. SISTEMA DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS DE PCR AUTOMATIZADO, PARA DETECCIÓN DE PATÓGENOS ALIMENTARIOS EN EL SISTEMA DE DETECCIÓN DE PCR EN TIEMPO REAL del SENACSA, considerando que los equipos existentes son de propiedad del SENACSA, y las metodologías de análisis fueron acreditados ante el Organismo Nacional de Acreditación, las cuales están vigentes hasta el año 2027.</p> <p>No obstante, en el horario de 7:00 a 15:00 horas pueden agendar una visita para la visualización de los equipos.</p>		

Consulta 100 - item 29 EETT

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2025
<p>Item 29 la formula menciona sangre de caballo al 5% esto indica un medio preparado, sin embargo pide en presentacion de 500gr. Este suplemento se suministrara por separado?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2025
<p>Es un suplemento que se administra por separado al polvo de 500 gr.</p>		

Consulta 101 - item 36 EETT

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2025
<p>Item 36 Se consulta si esta bien la presentacion de 12 tiras</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
<p>Ver Adenda 2.</p>		

Consulta 102 - item 37 EETT

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2025
<p>Item 37 consultamos si el agar es de acuerdo al ISO 9308-1</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2025
<p>SI, corresponde con agar de acuerdo a ISO 9308-1</p>		

Consulta 103 - Item 413, 414, 415 - Kit de detección de genes de virulencia

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2025
<p>1) Item 413, 414, 415 - Kit de detección de genes de virulencia</p> <p>Se solicita respetuosamente a la convocante considerar la inclusión del siguiente requerimiento: Kit completo para detección mediante la técnica de PCR en tiempo real, con capacidad para 96 pruebas por kit, compatible con el equipo de detección molecular para PCR en tiempo real existente en el Laboratorio de Control de Alimentos del SENACSA y/o CON EQUIPO EN COMODATO. La inclusión de este requerimiento brinda apertura a la participación de diversos oferentes que propongan kits destinados a la misma finalidad, aun cuando estos no sean compatibles con los equipos actualmente disponibles en la institución. Por el contrario, esta especificación permitiría optimizar los recursos existentes y podría, además, beneficiar a la institución mediante la incorporación de un equipo adicional con tecnología de última generación, que actualmente está siendo utilizado en la DILAVE, que es una institución pública del Uruguay, referencia para SENACSA, y que además cumple con las normativas internacionales para exportación de carne.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2025
<p>Se deberá ajustar a lo requerido en el Pliego de Bases y condiciones. Los kits y sus componentes deben ser compatibles con los equipos Existentes en el Laboratorio de Control de Alimentos del SENACSA. SISTEMA DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS DE PCR AUTOMATIZADO, PARA DETECCIÓN DE PATÓGENOS ALIMENTARIOS EN EL SISTEMA DE DETECCIÓN DE PCR EN TIEMPO REAL del SENACSA, considerando que los equipos existentes son de propiedad del SENACSA, y las metodologías de análisis fueron acreditados ante el Organismo Nacional de Acreditación, las cuales están vigentes hasta el año 2027.</p> <p>No obstante, en el horario de 7:00 a 15:00 horas pueden agendar una visita para la visualización de los equipos</p>		

Consulta 104 - ítem 57 EETT

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2025
<p>Item 57 Consultamos si la convocante permite el agar Tryptose 20.0 g, Glucose 2.0 g, Yeast Extract 10.0 g, Dipotassium Hydrogen Phosphate (K₂HPO₄) 4.0 g, Sodium Azide (NaN₃) 0.4 g, 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride (TTC) 0.1 g , Agar 13.0 g. Final pH 7.2 ± 0.1 at 25°C (medio ya con suplemento incluido). La triptosa es un digerido de soja y caseína. Observamos a la formula que figura en el Pliego le faltan dos componentes el agar y la Azida sódica.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2025
<p>Se deberá ajustar al Pliego de bases y condiciones.</p>		

Consulta 105 - ítem 74 EETT

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2025
<p>Item 74 Se Consulta si quiere medio de cultivo o reactivo químico para usar con el medio de cultivo, porque por un lado dice ProAnálisis y por otro dice medio de culivo, son dos conceptos químicos diferentes</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2025
<p>Se requiere reactivo analítico para la preparación de los medios de cultivo</p>		

Consulta 106 - items 163 al 211 EETT

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2025
----------	-------------------	------------

Items 163-211 A fin de evitar inconvenientes al momento de la recepción del producto se solicita poner en el Area FÓRMULAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. UTILIDAD a modo de referencia el numero de ATCC o similar del patógeno

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2025
-----------	--------------------	------------

Se deberá ajustar al Pliego de bases y condiciones, considerando que existen distintos bancos de cepas de referencia en el mundo; ATCC se refiere a American Type Culture Collection (Colección Americana de Cultivos Tipo), pudiendo tener otra codificación la NCTC (National Collection of Type Cultures), etc

Consulta 107 - ítem 75 EETT

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2025
----------	-------------------	------------

Item 75 favor indicar formula para saber la composion, ya que hay varias combinaciones

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2025
-----------	--------------------	------------

La formulación tiene variantes según las distintas marcas que elaboran este medio esencial, por lo que no podemos indicación básica.

Consulta 108 - ítem 317 EETT

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2025
----------	-------------------	------------

Item 317 si permite con las siguientes con Características técnicas Fórmula por litro de agua purificada Extracto de levadura 5,0 g; Cloruro sódico 2,5 g, Digerido pancreático de caseína 15,0, Tioglicolato sódico 0,5, Dextrosa (anhidro) 5,5, Resazurina 0,001, L-cistina 0,5, Agar 0, 75

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
-----------	--------------------	------------

Ver Adenda 2.

Consulta 109 - ítem 373 EETT

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2025
----------	-------------------	------------

Item 373 Sistema de identificación rápida. favor aclarar a que le llama rápida?

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2025
-----------	--------------------	------------

Se aclara que es un sistema que contienen sustratos bioquímicos deshidratados para la identificación de Enterobacterias Gram-negativas, oxidasa-negativas. El sistema es inoculado con la suspensión del microorganismo a estudiar e incubado a $36 \pm 1^\circ\text{C}$ durante 12-18-24 horas. El microorganismo se identifica mediante la evaluación del cambio de color en los diferentes medios de cultivo en los pocillos y por un número de código obtenido a partir de la interpretación de las reacciones bioquímicas.

Consulta 110 - ítem 488

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2025
----------	-------------------	------------

Item 488 Pide frasco x1lt. Favor considerar que el Ziehl Neelsen es una batería de 3 frascos conteniendo colorantes y decolorantes

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
-----------	--------------------	------------

Ver Adenda 2.

Consulta 111 - ítem 36 EETT

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2025
----------	-------------------	------------

Item 36 Pide Agar cromogenico para listeria en presentación de 12 tiras. No seria de 500gr.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
-----------	--------------------	------------

Ver Adenda 2.

Consulta 112 - ítem 541 EETT

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2025
----------	-------------------	------------

item 541 pide suplemento para agar listeria. Seria posible cotizar con las siguientes características? L- α - fosphatidylinositol 1.0 g, Nalidixic Acid 10.0 mg, Ceftazidime 10.0 mg. Cycloheximide 25.0 mg, Polymyxin B 38350 IU

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2025
-----------	--------------------	------------

Se debe ajustar al pliego de bases y condiciones técnicas, considerando las técnicas y metodología de análisis aplicadas en el Laboratorio de Control de Alimentos Humanos del SENACSA

Consulta 113 - Solicitud de Muestras ítems: 692, 693, 694, 695, 696,697,698, 699, 700, 701, 702, 703

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita amablemente a la convocante retirar de las especificaciones la solicitud de muestras de estos ítems que son punteras para micropipetas. El fundamento es que no se suele contar en stock de todos los tipos de punteras solicitados y para posibilitar la participación de más oferentes. Se podría solicitar documentos que garanticen las especificaciones del producto ofertado junto a su catálogo.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2025
-----------	--------------------	------------

Deberán ajustarse a las bases y condiciones establecidas atendiendo a la necesidad de probar las puntas para pipetas en las pipetas y micropipetas existentes en los laboratorios de SENACSA

Consulta 114 - ítem 554 EETT

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2025
----------	-------------------	------------

item 554 Se consulta si es medio de cultivo Selenito cistina o reactivo analítico cistina

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2025
-----------	--------------------	------------

Son aminoácidos esenciales y suplemento comunes para medios de cultivo

Consulta 115 - ítem 691 EETT

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2025
----------	-------------------	------------

ítem 691 Podría aclarar la convocante el termino "lista para su uso"? Se puede cotizar Medio de cultivo deshidratado, impregnado en almohadillas absorbentes. Cada almohadilla se siembra previamente en una placa de Petri y está lista para usar inmediatamente después de humedecerla con agua destilada o desionizada estéril

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2025
-----------	--------------------	------------

Se aclara que "Listo para su uso" se refiere a que no requirere ningún paso previo de hidratación. En cuanto a la consulta de si se puede utilizar un "medio de cultivo deshidratado, impregnado en almohadillas absorbentes" se recomienda ver las especificaciones técnicas del Pliego de bases y condiciones, donde solicitamos Agar Pseudomona aeruginosa en placas listas para su uso

Consulta 116 - ítem 555 EETT

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2025
----------	-------------------	------------

Item 555 KH2P04 Fosfato monobásico se consulta si esta bien mencionarlo como medio de cultivo, pues es reactivo analítico

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
-----------	--------------------	------------

Ver Adenda 2.

Consulta 117 - Ítem 556, 557, 560, 561 EETT

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2025
----------	-------------------	------------

Items 556, 557, 560, 561 se consulta si esta bien mencionarlo como medio de cultivo, pues es reactivo analítico que se utiliza como suplemento o componente de medio de cultivo. Esto es para evitar inconvenientes al momento del suministro del producto se consulta si esta bien mencionarlo como medio de cultivo, pues es reactivo analítico que se utiliza como suplemento o componente de medio de cultivo. Esto es para evitar inconvenientes al momento del suministro del producto

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2025
-----------	--------------------	------------

Es un reactivo analítico para la preparación de los medios de cultivo, por ello se centra en la denominación "medio de cultivo".

Consulta 118 - Items 653, 654 EETT

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2025
----------	-------------------	------------

Item 653, 654 Se consulta si es paration etil o metil

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2025
-----------	--------------------	------------

Se aclara que el ítem 653 corresponde al Etil Paration, y el ítem 654 corresponde a Metil Paration

Consulta 119 - ítem 56 EETT

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2025
----------	-------------------	------------

Item 56 agar noble al 1% pide 500gr. Se aclara que la especificación refiere a un preparado. El agar noble al 1% se refiere a una solución de agar disuelto en agua en una concentración del 1%.

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2025
-----------	--------------------	------------

Agar Noble o Agar Agar, es un polvo blanco homogéneo deshidratado en presentación de 250 gr y 500 gr. que funciona como agente solidificante.

Consulta 120 - ítem 83 EETT

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2025
ítem 83 refiere a Nistatin que viene en una suspensión de 20 o 100ml. Solicita de frasco 5.000.000UI. esa presentación refiere al producto que viene en polvo. Cual quiere suspensión o polvo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
Se requiere en polvo. Ver Adenda 2.		

Consulta 121 - ítem 352

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2025
Item 352, permitirá ofertar formol al 37%?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2025
Se debe ajustar al Pliego de Bases y Condiciones Técnicas		

Consulta 122 - ítem 357

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2025
Item 357, permitirá ofertar grado ACS, que es equivalente a grado ISO		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
Ver Adenda 2.		

Consulta 123 - ítem 352 EETT

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2025
Item 352 Se solicita confirmar si requiere medio de cultivo o reactivo analítico.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2025
Se aclara que el uso que se le dará al Formol al 40% es para la desinfección de materiales y equipos contaminados, a través del Airlock o SAS químico. Se confirma que no es un medio de cultivo, tampoco un reactivo analítico ya que no se utilizará en análisis químicos como agente reductor.		

Consulta 124 - Especificaciones técnicas Ítems: 638, 731, 732, 733, 734

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2025
Se solicita amablemente a la convocante que acepte sondas con quenchers que cumplan el mismo objetivo del cual solicitan que es el NFQ (non-fluorescent quencher). Un ejemplo de quencher que cumple la misma función con un excelente resultado es por ejemplo el BHQ (Black Hole Quencher), reconocidos en la industria por su alta eficiencia en la supresión de fluorescencia, amplio rango espectral y estabilidad térmica,		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
Ver Adenda 2.		

Consulta 125 - Capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2025
Capacidad técnica No Se observa solicitud Habilitacion del Senacsa para ofertar TODOS los reactivos serológicos tanto en Elisa como PCR, en las especificaciones técnicas solo se menciona unos pocos requerirán dicho documento. No será requisito para el oferente que cotize los ítems de reactivos de diagnostico veterinario, la habilitacion constituye un aval para determinar si el oferente cuenta con asesoramiento tecnico cientifico para ejecutar el contrato?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2025
Se deberán ajustar al Pliego de Bases y Condiciones Técnicas		

Consulta 126 - Autorizacion del fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2025
Para el representante no se requerirá el documento legalizado (consularizado o apositillado)? Se consulta pues la legalización es requisito mandatorio para acreditar la representación legal en Paraguay		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
Ver Adenda 2.		

Consulta 127 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2025
Se observa en el planilla de precios y especificaciones técnicas varios ítems cuyo estatus regulatorio esta regido por Dinavisa (categoría IVD: agar, discos de antibiograma, colorantes, antisueros. Jeringas y agujas), sin embargo no visualizamos dicho requisito a los oferentes que eventualmente lo oferten.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2025
<p>Se aclara que los requisitos del PBC fueron establecidos, en base a las normativas vigentes citadas a continuación: Según la Resolución DINAVISA N° 266/2022 del 31 de agosto del año 2022 "POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE REGISTROS SANITARIOS DE PRODUCTOS PARA DIAGNÓSTICO DE USO IN VITRO" Artículo 13: La presente resolución no se aplica a; inciso 4 donde dice: "Reactivos de laboratorio destinados al diagnóstico en cualquier tipo de muestras no humana"; inciso 5 donde dice "Materiales para uso general de laboratorio"; inciso 8 donde dice "Productos para uso exclusivo en investigación, incluidos los importados y etiquetados como RUO"; inciso 9 donde dice "Medios de cultivos liofilizados y suplementos que dependen del procesamiento y controles realizados por el usuario antes de su uso".</p> <p>Según la resolución del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social S.G. N° 669 del 19 de octubre del año 2016 POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL ARTÍCULO 4 INCISO B DE LA LEY N°4659/12 "QUE IMPLEMENTA PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y MECANISMOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y PACIENTES", ESTABLECIENDO NORMAS PARA LA OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO DE PRODUCTOS CONSIDERADOS DISPOSITIVOS MÉDICOS, MATERIALES CORTOPUNZANTES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.</p> <p>En su artículo 18 Exclusión: "Disponer que se verán excluidos de la presente normativa los dispositivos médicos clasificados como instrumentos de laboratorio y dispositivo médico para diagnóstico de uso in vitro, y cuyo registro sanitario será otorgado por la autoridad competente"</p>		

Consulta 128 - ítem 417 EETT

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2025
Item 417: Favor aclarar si el kit solicitado es para detección de influenza A subtipo H5, H7 o H9		
Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
Ver Adenda 2.		

Consulta 129 - Ítem 9 - Acetonitrilo Grado HPLC

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2025
Solicitamos a la convocante aclarar como seran evaluadas las presentaciones que difieran de tamaño o volumen (el PBC indica Frasco de 1L como MINIMO).Ej: si cotizo un frasco de 3 o 4 litros.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
Ver Adenda 2.		

Consulta 130 - Ítem 18 - Acido clorhidrico pro analisis

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2025
Solicitamos a la convocante modificar la presentacion solicitada a Fracos x 1L COMO MININO para dar oportunidad a una mayor cantidad de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
Ver Adenda 2.		

Consulta 131 - Especificaciones técnicas Ítems: 732 y 733

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2025
<p>Se solicita amablemente a la convocante permitir otras modificaciones de la sonda aparte de ZEN, debido a que esta modificación está patentada solo por una marca. Para dar mayor participación sugerimos que puedan aceptar otras modificaciones pero que cumplan el mismo o mejor trabajo que el mencionado. Solicitamos puedan aceptar sondas con la modificación BHQnova. Ambas tecnologías incorporan dos moléculas de quencher no fluorescentes (NFQ), colocadas en posiciones estratégicas de la sonda para mejorar el rendimiento en qPCR. A seguir, se detallan las similitudes técnicas clave:</p> <p>Eficiencia de supresión de fluorescencia: Tanto ZEN como BHQnova utilizan un quencher adicional en la región interna de la sonda, lo que reduce significativamente el ruido de fondo y mejora la relación señal/ruido, aumentando la sensibilidad y precisión del ensayo.</p> <p>Componentes equivalentes: Las sondas BHQnova combinan el quencher interno BHQ con un quencher terminal (también BHQ), mientras que ZEN combina un quencher interno ZEN con un quencher 3' Iowa Black®. Ambos sistemas emplean quenchers no fluorescentes (NFQ) y son funcionalmente equivalentes en cuanto a absorción y supresión de señal.</p> <p>Compatibilidad con fluoróforos comunes: Ambas plataformas son compatibles con fluoróforos como FAM, HEX, Cy5, entre otros, permitiendo diseño equivalente de sondas para multiplexación.</p> <p>Desempeño comprobado: Las sondas BHQnova han sido validadas en aplicaciones de diagnóstico molecular y ensayos de alta sensibilidad, cumpliendo los estándares exigidos por laboratorios de referencia e institutos regulatorios.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
Ver Adenda 2.		

Consulta 132 - EETT ITEM N° 364

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2025
----------	-------------------	------------

EETT ITEM N° 364 DONDE DICE: Frasco modelo falcón de 25cm2 estéril, de pilipropileno con tapa rosca ventilada para cultivo celular. CONSULTA: Solicitamos respetuosamente a la convocante aclarar si VENTILADO PARA CULTIVO CELULAR se refiere a frasco esteril CON FILTRO O SIN FILTRO?

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
-----------	--------------------	------------

Ver Adenda 2.

Consulta 133 - EETT ITEM N° 363

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2025
----------	-------------------	------------

EETT ITEM N° 363 DONDE DICE: Frasco modelo falcón de 175cm2 estéril, de pilipropileno con tapa rosca ventilada para cultivo celular. CONSULTA: Solicitamos respetuosamente a la convocante aclarar si VENTILADO PARA CULTIVO CELULAR se refiere a frasco esteril CON FILTRO O SIN FILTRO?

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
-----------	--------------------	------------

Ver Adenda 2

Consulta 134 - EETT ITEM N° 365

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2025
----------	-------------------	------------

EETT ITEM N° 365 DONDE DICE: Frasco modelo falcón de 75cm2 estéril, de pilipropileno con tapa rosca ventilada para cultivo celular. CONSULTA: Solicitamos respetuosamente a la convocante aclarar si VENTILADO PARA CULTIVO CELULAR se refiere a frasco esteril CON FILTRO O SIN FILTRO?

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
-----------	--------------------	------------

Ver Adenda 2.

Consulta 135 - EETT ITEM N° 396

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2025
----------	-------------------	------------

EETT ITEM N° 396 DONDE DICE: Hisopos con medios virales utilizados para hisopados traqueales y cloacales, para colecta de muestras de aves provenientes del muestreo nacional, frigoríficos y para enfermedades virales
-Tubos de 165 mm x 13 mm como mínimo 2 (dos) escobillones de Dacron estéril.
Kit medio viral de 2ml.como mínimo
-Hisopo con mango de poliestireno y algodón tipo deacrón.
CONSULTA: Solicitamos respetuosamente a la convocante aclarar CON QUE MEDIO DE TRANSPORTE solicitan tipo Stuart, Cary-Blayr, Amies...?

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2025
-----------	--------------------	------------

Se requiere hisopos con medio viral UTM (MEDIO DE TRANSPORTE UNIVERSAL)

Consulta 136 - EETT ITEM N° 679

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2025
EETT ITEM N° 679 DONDE DICE: Placas de petri de poliestireno de 100mm de diam. X 15mm de altura. CONSULTA: Solicitamos respetuosamente a la convocante agregar un rango de +/- 10 mm en las medidas solicitadas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
Ver Adenda 2.		

Consulta 137 - EETT ITEM N° 678

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2025
EETT ITEM N° 678 DONDE DICE: Placas de petri de poliestireno de 55mm de diam. X 10mm de altura. CONSULTA: Solicitamos respetuosamente a la convocante agregar un rango de +/- 5 mm en las medidas solicitadas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
Ver Adenda 2.		

Consulta 138 - EETT ITEM N° 680

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2025
EETT ITEM N° 680 DONDE DICE: Placas de petri de poliestireno de 90mm de diam. X 14mm de altura. CONSULTA: Solicitamos respetuosamente a la convocante agregar un rango de +/- 1 mm en las medidas solicitadas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
Ver Adenda 2.		

Consulta 139 - Item 805

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2025
Donde dice: Tubo descartable de polipropileno. Utilizado en procedimiento de extracción de sangre. Capacidad 9 ml como mínimo, tipo vacutainer, con tapa de goma e interior recubierto de silicona. Consulta: Solicitamos a la convocante aclarar si se solicita tubo al vacío y con que reactivo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2025
Los tubos son al vacío sin anticoagulante		

Consulta 140 - Item 804

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2025
Donde dice: Tubo descartable de polipropileno. Utilizado en procedimiento de extracción de sangre. Capacidad 10 ml, tipo vacutainer, con tapa de goma e interior recubierto de silicona. Consulta: Solicitamos a la convocante aclarar si se solicita tubo al vacío y con que reactivo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2025
Los tubos son al vacío sin reactivos		

Consulta 141 - Item 803

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2025
Donde dice: Tubos Cónicos de 50 ml de polipropileno con tapa rosca sin faldón graduado. Consulta; Se puede ofertar TUBO TIPO FALCON NO ESTÉRIL DE 50ML		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
Ver Adenda 2.		

Consulta 142 - ITEM 801

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2025
Donde dice: Tubos Cónicos de 15 ml de polipropileno con tapa rosca sin faldón graduado. Consulta: se puede ofertar TUBO TIPO FALCON NO ESTÉRIL, 15ML		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
Ver Adenda 2.		

Consulta 143 - Item 693 Puntera para micropipeta

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2025
Se puede ofertar punteras TIPO GILSON, RNase / DNase FREE		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2025
Se aceptarán punteras con filtro RNase / DNase FREE		

Consulta 144 - ítem 694

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2025
Se puede ofertar punteras TIPO GILSON, RNase / DNase FREE		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2025
Se aceptarán punteras con filtro RNase / DNase FREE		

Consulta 145 - ítem 700

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2025
Se puede ofertar punteras TIPO GILSON, RNase / DNase FREE		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2025
Se aceptarán punteras sin filtro RNase / DNase FREE		

Consulta 146 - ítem 702

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2025
se puede ofertar punteras TIPO GILSON, RNase / DNase FREE		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2025
Se aceptarán punteras sin filtro RNase / DNase FREE		

Consulta 147 - MUESTRAS SOLICITADAS

Consulta	Fecha de Consulta	07-07-2025
Solicitamos amablemente a la convocante que soliciten muestras de los insumos solicitados para comprobar la compatibilidad con los equipos existentes en cada servicio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-07-2025
Las muestras son solicitadas para los ítems indicados en el Pliego de bases y condiciones		

Consulta 148 - ITEM 756. SUPLEMENTO MUG

Consulta	Fecha de Consulta	10-07-2025
Se solicita a la convocante aclarar si dicho suplemento es para el ítem 37.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-07-2025
No corresponde para suplementar el agar cromogénico. El suplemento MUG es para adicionar al caldo E.C. para ver la Actividad Beta Glucoronidasa		

Consulta 149 - ITEM 691. PSEUDOMONAS AGAR BASE

Consulta	Fecha de Consulta	10-07-2025
Se consulta a la convocante si se podría ofertar placas listas para su uso para enumeración en aguas en 48 hs, no necesita confirmación, de 50 mm x 4placas, que cuenta con protocolos validados internacionalmente por MICROVAL. Presentación final Caja x 200 unidades.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-07-2025
Se deberán ajustar al Pliego de bases y condiciones técnicas		

Consulta 150 - ITEM 680. PLACAS PETRI DESCARTABLE

Consulta	Fecha de Consulta	10-07-2025
Se solicita a la convocante aclarar descripción, si la medida correcta sería 90 mm de diámetro x 15mm de altura.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-07-2025
Se deberán ajustar al Pliego de bases y condiciones técnicas		

Consulta 151 - ITEM 576. MICROPLACAS

Consulta	Fecha de Consulta	10-07-2025
Se consulta a la convocante si se podría ofertar TUBOS CLUSTER en RACK de 96 tubos de 200 ul cada tubo con fondo u, también utilizado para preparación de la lisis de las muestras en análisis de PCR. Se consulta adicional si las tapas deben incluir en esta oferta o las tapas se encuentran en otro ítem.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
Sobre medidas del tubo VER ADENDA 2. Sobre la oferta de las Tapas se encuentran en otro ítem. A la mención de tubos CLUSTER no podemos hacer mención considerando se refiere a una marca específica		

Consulta 152 - ITEM 490. KIT - AISLAMIENTO DE CAMPYLOBACTER

Consulta	Fecha de Consulta	10-07-2025
-----------------	--------------------------	------------

Se consulta a la convocante si se podría ofertar un kit compatible con equipo de detección molecular PCR en tiempo real existente en el laboratorio, con una duración no mayor a 70 minutos, que cuenta con protocolos validados internacionalmente por AOAC. Con una presentación de 96 determinaciones.

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-07-2025
------------------	---------------------------	------------

Se deberán ajustar al Pliego de bases y condiciones técnicas. El kit que se solicita en este punto debe ser compatible con el Equipo de Inmunoanálisis existente en el laboratorio de Microbiología, no corresponde a detección molecular PCR.

Consulta 153 - ITEM 412. KIT - DETECCION DE SALMONELLA

Consulta	Fecha de Consulta	10-07-2025
-----------------	--------------------------	------------

Se consulta a la convocante si se podría ofertar un kit compatible con equipo de detección molecular PCR en tiempo real existente en el laboratorio, que cuenta con protocolos validados internacionalmente por MICROVAL y AOAC. Con una presentación de 96 determinaciones.

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-07-2025
------------------	---------------------------	------------

Se deberán ajustar al Pliego de bases y condiciones técnicas. El kit que se solicita en este punto debe ser compatible con el Equipo de Inmunoanálisis existente en el laboratorio de Microbiología, no corresponde a detección molecular PCR.

Consulta 154 - ITEM 411. KIT - DETECCION DE LISTERIA

Consulta	Fecha de Consulta	10-07-2025
-----------------	--------------------------	------------

Se consulta a la convocante si se podría ofertar un kit compatible con equipo de detección molecular PCR en tiempo real existente en el laboratorio, con una duración no mayor a 75 minutos, también cuenta con protocolos validados internacionalmente por AFNOR y AOAC. Con una presentación de 96 determinaciones.

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-07-2025
------------------	---------------------------	------------

Se deberán ajustar al Pliego de bases y condiciones técnicas. El kit que se solicita en este punto debe ser compatible con el Equipo de Inmunoanálisis existente en el laboratorio de Microbiología, no corresponde a detección molecular PCR.

Consulta 155 - ITEM 371. GALERIA PARA IDENTIFICACION DE LISTERIA

Consulta	Fecha de Consulta	10-07-2025
-----------------	--------------------------	------------

Se consulta a la convocante si se podría ofertar una presentación mayor a de caja x 10 tiras.

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-07-2025
------------------	---------------------------	------------

Sí se puede ofertar, la presentación establecida en el PBC es Caja de 10 tiras COMO MINIMO

Consulta 156 - ITEM 145. CALDO TIOGLICATO

Consulta	Fecha de Consulta	10-07-2025
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita a la convocante aclarar si el compuesto químico es " resazurina " que se utiliza como indicador redox.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
------------------	---------------------------	------------

VER ADENDA 2

Consulta 157 - ITEM 135. CALDO ACETAMIDA

Consulta	Fecha de Consulta	10-07-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante aclarar si la formulación en g/L para este ítem corresponde a: Acetamida 2 - Sulfato magnésico 0,2 - Sulfato ferroso 0,0005 - Fosfato monopotásico 1 -Cloruro sódico 0,2 - Molibdato sódico 0,005

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
-----------	--------------------	------------

VER ADENDA 2

Consulta 158 - ITEM 119. BOLSA PARA HOMOGENEIZAR MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	10-07-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante si aceptan las medidas de 23 x 11 cm, y si la bolsa también puede ser con banda de escritura. También si la presentación puede ser paquete.

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-07-2025
-----------	--------------------	------------

Las dimensiones propuestas se aceptan, considerando que las dimensiones en el Pliego son mínimas requeridas. Sobre la banda de escritura y la presentación, se deberán ajustar al Pliego de bases y condiciones técnicas

Consulta 159 - ITEM 118. BOLSA PARA HOMOGENEIZAR MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	10-07-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante aclarar o corregir la capacidad en ml de este ítem, según las medidas dadas 17,5 x 30 cm, la capacidad es de 1.627 ml. Y también si igual se puede presentar la opción con banda de escritura ya que eso no afectaría los procesos de análisis.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
-----------	--------------------	------------

Ver Adenda 2.

Consulta 160 - ITEM 117. BOLSA PARA HOMOGENEIZAR MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	10-07-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante aclarar si la capacidad es de 710 ml, y si la bolsa puede ser con banda de escritura.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
-----------	--------------------	------------

Ver Adenda 2.

Consulta 161 - ITEM 107. SOPORTE CRIOGENICO

Consulta	Fecha de Consulta	10-07-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante aclarar la capacidad en ml del contenedor, también si precisan con celdas separadas para las 12 posiciones de la multicanal o un formato reservorio/pileta. También si precisan que sean estériles o no.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
-----------	--------------------	------------

Ver Adenda 2.

Consulta 162 - ITEM 66. AGUA PEPTONA

Consulta	Fecha de Consulta	10-07-2025
Se solicita amablemente a la convocante poder considerar incluir el ingrediente " Hidrógeno fosfato disódico" en la formulación del medio, teniendo en cuenta que con esa formulación el producto se encuentra armonizado bajo los estándares ISO. Formulación sugerida para que se tenga en cuenta para este ítem: Digerido enzimático de caseína 10 - Cloruro sódico 5 - Dihidrogenofosfato de potasio 1,5 - Hidrógeno fosfato disódico Preparación 3,5.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
Ver Adenda 2.		

Consulta 163 - ITEM 64. AGAR-AGAR

Consulta	Fecha de Consulta	10-07-2025
Se solicita a la convocante aclarar si la formulación en g/L para este ítem corresponde a: Agar bacteriológico 14 - Infusión decorazón de vaca 6 - Peptona 10 - Cloruro sódico 5		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-07-2025
Sí corresponde		

Consulta 164 - ITEM 59. AGAR TRIPTICASA SOJA

Consulta	Fecha de Consulta	10-07-2025
Se solicita a la convocante aclarar si la formulación en g/L para este ítem corresponde a: Agar bacteriológico 15 - Cloruro sódico 5 - Digerido pancreático de caseína 15 - Digerido papaico de soja 5.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
Ver Adenda 2.		

Consulta 165 - ITEM 53. AGAR OXFORD

Consulta	Fecha de Consulta	10-07-2025
Se solicita a la convocante aclarar si la formulación en g/L para este ítem corresponde a: Agar bacteriológico 10 - Citrato de amonio férrico 0,5 - Esculina 1 - Fécula de maíz 1 - Peptona 23 - Cloruro sódico 5 - Cloruro de litio 15. Adicional se solicita a la convocante aclarar si los suplementos selectivos de este insumo deben ir incluidos en la oferta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
Ver Adenda 2.		

Consulta 166 - ITEM 45. AGAR MAC CONKEY

Consulta	Fecha de Consulta	10-07-2025
Se solicita a la convocante aclarar si la formulación en g/L para este ítem corresponde a: Agar bacteriológico 13,5 - Cristal violeta 0,001 - Sales biliares 1,5 - Digerido pancreático de gelatina 17 - Rojo neutro 0,03 - Mezcla de peptona 3 - Cloruro sódico 5 - Lactosa monohidrato 10		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-07-2025
Si corresponde		

Consulta 167 - ITEM 38. AGAR CROMOGENICO.

Consulta	Fecha de Consulta	10-07-2025
----------	-------------------	------------

Menciona el PBC, Presentación "Sobre de 30 gramos", favor considerar si debe ser "Frasco de 500 gr". Adicional se solicita a la convocante aclarar si los suplementos de este insumo deben ir incluidos en la oferta.

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-07-2025
-----------	--------------------	------------

Se deberán ajustar al Pliego de bases y condiciones técnicas. En relación a la consulta de si deben ser incluido suplementos, se debe ajustar al pliego de bases y condiciones técnicas.

Consulta 168 - ITEM 37. AGAR CROMOGENICO.

Consulta	Fecha de Consulta	10-07-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante aclarar si los suplementos de este insumo son los indicados en el ITEM 756.

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-07-2025
-----------	--------------------	------------

El ítem 756 no corresponde para suplementar el agar cromogénico. El suplemento MUG es para adicionar al caldo E.C. para ver la Actividad Beta Glucoronidasa

Consulta 169 - ITEM 36. AGAR CROMOGENICO.

Consulta	Fecha de Consulta	10-07-2025
----------	-------------------	------------

Menciona el PBC, Presentación "caja de 12 tiras", favor considerar si debe ser "Frasco de 500 gr". Adicional se solicita a la convocante aclarar si los suplementos de este insumo son los indicados en el ITEM 541.

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-07-2025
-----------	--------------------	------------

Se deberán ajustar al Pliego de bases y condiciones técnicas. Sobre la consulta adicional, los suplementos son los indicados en el ítem 541.

Consulta 170 - Especificaciones Técnicas - CPS - ITEM 36

Consulta	Fecha de Consulta	10-07-2025
----------	-------------------	------------

En cuanto a la "presentación" debe ser "Frasco de 500g", ya que el Agar Cromogenico no existe en caja de 12 tiras, o el ítem se refiere al suplemento?

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-07-2025
-----------	--------------------	------------

Se deberán ajustar al Pliego de bases y condiciones técnicas

Consulta 171 - ITEM 342 Filtro p/muestra - Membrana celulosa

Consulta	Fecha de Consulta	10-07-2025
----------	-------------------	------------

Establece el PBC Filtro p/ Muestra - membrana Celulosa.
 Favor aclarar cual membrana de celulosa requieren: 1- Acetato de Celulosa. 2- Celulosa Regenerada. 3- Nitrato de Celulosa o definir cualquiera de ellas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-07-2025
-----------	--------------------	------------

Corresponde a Filtro de celulosa regenerada

Consulta 172 - Item 718 Sangre de oveja desfibrinada

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2025
En relación con la especificación "Sangre de oveja desfibrinada, presentación: vial de 100 ml", solicitamos atentamente a la convocante aclarar si la presentación requerida también puede comprender frascos estériles de 100 ml, o si se hace referencia a un tipo específico de vial con características particulares. Agradeceremos nos precise si existe alguna restricción en cuanto al tipo de envase o si se acepta cualquier presentación que cumpla con el volumen y condiciones de esterilidad requeridas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-07-2025
Para mejor interpretación de lo requerido por la convocante, se aclara que: La sangre ovina desfibrinada estéril es obtenida de animales sanos por personal especializado. No contiene anticoagulantes. La extracción, procesamiento y envasado de la sangre se hace bajo estrictas condiciones de asepsia. El producto final es entregado en un envase estéril de vidrio o plástico de 100 mL, envasado al vacío, con la fecha de procesamiento, caducidad y número de lote. Aprovechamos la oportunidad para recordar que: La desfibrinación se realiza en envases de vidrio estéril que contienen perlas de vidrio, para luego ser sometida a agitación por un tiempo determinado, lo que permite separar las redes de fibrina formadas del resto de la sangre y así evitar el uso de anticoagulantes.		

Consulta 173 - Especificaciones Técnicas Items 413, 414, 415

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2025
<p>Se consulta amablemente a la convocante que en los Items 413, 414, 415 - Kit de detección de genes de virulencia, considerar la inclusión del siguiente requerimiento: Kit completo para detección mediante la técnica de PCR en tiempo real, con capacidad para 96 pruebas por kit, compatible con el equipo de detección molecular para PCR en tiempo real existente en el Laboratorio de Control de Alimentos del SENACSA y/o CON EQUIPO EN COMODATO. Ya que, en la visita técnica realizada, nos hemos percatado que los equipos que se encuentran en el laboratorio, serán discontinuados. La información del fabricante se puede visualizar en los siguientes enlaces:</p> <p>Modelo CFX 96: https://www.bio-rad.com/es-py/product/cfx96-touch-real-time-pcr-detection-system?ID=LJB1YU15 "Los sistemas de detección de PCR en tiempo real CFX96 Touch y CFX384 Touch se discontinuarán próximamente. Consulte el sistema de PCR en tiempo real CFX Opus para conocer productos alternativos."</p> <p>Sistema 7500: https://www.thermofisher.com/py/en/home/life-science/pcr/real-time-pcr/real-time-pcr-instruments/7500-fast-real-time-pcr-system.html "La suspensión de las ventas de los PCR en tiempo real 7500 y 7500 Fast para RUO comienza el 31 de octubre de 2025. El 7500 Fast DX se suspendió el 31 de diciembre de 2022."</p> <p>Definitivamente, realizar compras de insumos para equipos que próximamente serán discontinuados por el fabricante, con la premisa de que SENACSA cuenta con una certificación hasta el 2027, podría representar un daño patrimonial, que compromete la sostenibilidad económica, y, adicionalmente, impide la igualdad y la libre competencia entre posibles oferentes. Sin embargo, la inclusión del kit con equipos en comodato, con mantenimiento preventivo a cargo del adjudicado, permite la posibilidad de una tercera acreditación, sin que incida en los precios de la oferta, brinda apertura a la participación de diversos oferentes que propongan kits destinados a la misma finalidad, y asegura la continuidad de la prestación del servicio del Programa de Control Microbiológico, de alto impacto económico y social en el país. Cabe destacar que la convocante se obliga en la compra por el 50% de la cantidad licitada, dando posibilidad a la misma, de realizar compras de diferentes flujos de trabajo requeridos según convenga más para satisfacer las necesidades de la institución, evitando comprar productos que luego puedan vencer por una situación concreta.</p> <p>Esta especificación permitiría optimizar los recursos existentes y podría, además, beneficiar a la institución mediante la incorporación de un equipo adicional con tecnología de última generación, que actualmente está siendo utilizado en la DILAVE, que es una institución pública del Uruguay, referencia para SENACSA, y que además cumple con las normativas internacionales para exportación de carne.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-07-2025
<p>Sobre la consulta realizada, se menciona que los equipos que se encuentran en el laboratorio NO CORRESPONDEN a los que se describen en la consulta respectiva y corresponden un modelo diferente, en el primer caso, se trata del equipo PCR RT BIO-RAD CFX96 DeepWeel Real TIME System, C1000 TOUCH.</p> <p>El equipo "PCR RT BIO-RAD CFX96 DeepWeel Real TIME System, C1000 TOUCH" mencionado más arriba, cuenta con respaldo suficiente de servicio técnico y provisión de insumos hasta el año 2028 sin inconvenientes. Para respaldar esta información, se adjunta documento en la Adenda 3 el cual fue emitido por la empresa representante en el Paraguay y representación de fábrica donde aseguran y se comprometen a brindar apoyo y servicio a los instrumentos.</p> <p>El segundo EQUIPO PCR Corresponde al BAX Dupont System de la empresa Higiene, y no al equipo Thermo que mencionan en la consulta, el mismo también tiene respaldo y servicio técnico garantizado a través de nota del representante oficial en el país y representación de fábrica donde asegura el funcionamiento y soporte técnico.</p> <p>Ante lo expuesto, consideramos válido mantener las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, ya que las mismas no representan daño patrimonial y además permiten el buen usufructo de los equipos de propiedad de la Institución, obteniendo el máximo provecho de los mismos.</p>		

Consulta 174 - Especificaciones ítem 415

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2025
<p>En la visita técnica realizada, nos hemos percatado que los equipos que se encuentran en el laboratorio, serán discontinuados. La información del fabricante se puede visualizar en los siguientes enlaces: Modelo CFX 96: https://www.bio-rad.com/es-py/product/cfx96-touch-real-time-pcr-detection-system?ID=LJB1YU15 "Los sistemas de detección de PCR en tiempo real CFX96 Touch y CFX384 Touch se discontinuarán próximamente. Consulte el sistema de PCR en tiempo real CFX Opus para conocer productos alternativos." Sistema 7500: https://www.thermofisher.com/py/en/home/life-science/pcr/real-time-pcr/real-time-pcr-instruments/7500-fast-real-time-pcr-system.html "La suspensión de las ventas de los PCR en tiempo real 7500 y 7500 Fast para RUO comienza el 31 de octubre de 2025. El 7500 Fast DX se suspendió el 31 de diciembre de 2022." Los insumos requeridos en el ítem 415 cuentan con especificaciones técnicas cerradas para los equipos indicados. Definitivamente, realizar compras de insumos para equipos que próximamente serán discontinuados por el fabricante, con la premisa de que SENACSA cuenta con una certificación hasta el 2027, podría representar un daño patrimonial, que compromete la sostenibilidad económica, y, adicionalmente, impide la igualdad y la libre competencia entre posibles oferentes. Por todo lo anteriormente expuesto se solicita amablemente a la convocante aceptar lo citado a continuación: "kit completo para detección por PCR EN TIEMPO REAL, incluye reactivo B1(sonda fluorescente); B2 (sonda fluorescente); B3(sonda Fluorescente); C (Mix de Amplificación); D (Control PCR Negativo); E (Control PCR positivo) y/o PLACA PARA 96 MUESTRAS, SEPARABLE EN POCILLOS INDIVIDUALES CON REACTIVOS LISTOS PARA USAR Y CON CONTROL INTERNO INCORPORADO EN CADA POCILLO". Este tipo de presentación(Placa x 96 muestras listas para usar) facilita significativamente el trabajo manual del operario, ya que elimina la necesidad de preparar una mezcla maestra (master mix) y de correr controles por separado, dado que cada pocillo contiene un control positivo interno específico para cada muestra, lo que garantiza la uniformidad y reproducibilidad, disminuyendo el riesgo de contaminación y aumentando la bioseguridad del personal. Dicha placa con reactivos listos para usar cumple con estándares internacionales y es utilizada en la DILAVE, que es una institución pública del Uruguay, referencia para SENACSA. Asimismo, esta inclusión brinda oportunidad a otros oferentes cuyos kits, aunque presentados de forma distinta, cumplen con los estándares internacionales de calidad y validación para pruebas de PCR en tiempo real, fomentando así una mayor participación y competitividad en el proceso de adquisición.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-07-2025
<p>corresponde al mismo criterio que la respuesta a la consulta N° 173 anterior, confirmamos la vigencia de los equipos con que cuenta el SENACSA, aclaramos que los modelos y/o marcas referenciados en la consulta no se corresponden a los equipos de propiedad del SENACSA, y al contar con metodología acreditadas y avalada por mercados internacionales, no vemos la necesidad de modificar las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Consulta 175 - Especificaciones técnicas ítem 413

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2025
<p>En la visita técnica realizada, nos hemos percatado que los equipos que se encuentran en el laboratorio, serán discontinuados. La información del fabricante se puede visualizar en los siguientes enlaces: Modelo CFX 96: https://www.bio-rad.com/es-py/product/cfx96-touch-real-time-pcr-detection-system?ID=LJB1YU15 "Los sistemas de detección de PCR en tiempo real CFX96 Touch y CFX384 Touch se discontinuarán próximamente. Consulte el sistema de PCR en tiempo real CFX Opus para conocer productos alternativos." Sistema 7500: https://www.thermofisher.com/py/en/home/life-science/pcr/real-time-pcr/real-time-pcr-instruments/7500-fast-real-time-pcr-system.html "La suspensión de las ventas de los PCR en tiempo real 7500 y 7500 Fast para RUO comienza el 31 de octubre de 2025. El 7500 Fast DX se suspendió el 31 de diciembre de 2022." Los insumos requeridos en el ítem 413 cuentan con especificaciones técnicas cerradas para los equipos indicados. Definitivamente, realizar compras de insumos para equipos que próximamente serán discontinuados por el fabricante, con la premisa de que SENACSA cuenta con una certificación hasta el 2027, podría representar un daño patrimonial, que compromete la sostenibilidad económica, y, adicionalmente, impide la igualdad y la libre competencia entre posibles oferentes. Por todo lo anteriormente expuesto se solicita amablemente a la convocante considerar la inclusión del siguiente requerimiento: "El kit debe contener los siguientes componentes: 96 tubos de PCR con pellets, distribuidos en dos bolsas de 6 x 8 tiras y/o placas de PCR para 96 muestras con reactivos listos para usar. 96 tapas ópticas planas (12 x 8 tiras) y/o 2 planchas de 96 sellos perforables. 1 frasco con proteasa de 400 µL y/o tubo de proteinasa K para 96 muestras. 2 frascos de buffer de lisis de 12 mL y/o placa de lisis lista para el uso. Materiales de desecho que cumplan con las normas de bioseguridad. El sistema debe permitir la obtención de resultados en un tiempo no mayor a 60 minutos, utilizando protocolos validados internacionalmente por organismos reconocidos como AFNOR y AOAC." La inclusión de estas especificaciones(placasx 96 con reactivos listos para usar) favorece la apertura a diversas presentaciones de kits que cumplan con la misma finalidad, calidad y validación para la detección de Salmonella en muestras de alimentos. De esta forma, se garantiza que la convocatoria pueda recibir una mayor cantidad de ofertas técnicamente viables, fomentando la competencia y asegurando una selección más beneficiosa para la institución. Las placas de lisis listas para el uso ofrecen una solución eficiente al eliminar la necesidad de preparación manual, ahorrando tiempo y reduciendo errores. Garantizan uniformidad y reproducibilidad entre lotes, mejorando la calidad de los resultados. Por otro lado, disminuyen el riesgo de contaminación y aumentan la bioseguridad del personal. Su larga vida útil permite una mejor gestión logística. Además, cumplen con estándares normativos al incluir trazabilidad y certificación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-07-2025
<p>sobre el ítem 413, no consideramos necesaria la modificación de especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, por los motivos ya explicados y sustentados en las respuestas a las consultas anteriores, específicamente la N° 173 y la N° 174. Volvemos a aclarar que, los equipamientos referenciados en la consulta no se corresponden con los equipos que forman parte del patrimonio de SENACSA.</p>		

Consulta 177 - Porcentaje de Multa

Consulta	Fecha de Consulta	15-07-2025
<p>En el Pliego de Bases y Condiciones en la Sección de Condiciones Contractuales. Porcentaje de Multa, la Convocante declara que el valor de la multa será: 0,50% por cada día de atraso en la entrega de los bienes. Ya que la tasa actual es 0,50% por día, esto equivale a 180% anual, la cual supera ampliamente la tasa usuraria indicada por el BCP (30% anual) según lo indicado en la Ley N° 2339/03 Art 1 que modifica el Art. 44 de la Ley N° 489/95. Solicitamos a la convocante reducir las penalidades por atraso en entregas en un 0,01% por cada día de atraso, en el bien en demora, similar al sistema del MSPYBS, o de lo contrario, se estaría incurriendo en usura.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2025
<p>El porcentaje de multa establecido se basa en la importancia de la entrega oportuna de los bienes solicitados, dicho porcentaje busca ser un incentivo real para el cumplimiento estricto de los plazos de entrega.</p> <p>Analizado el contenido de la Consulta N° 177, planteada con respecto al "porcentaje a ser aplicado en concepto de multa por cada día de atraso en la entrega de bienes", es importante aclarar que la Dirección General de Laboratorios del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) no es el estamento encargado de estipular los porcentajes aplicables en caso de multas establecidas en las condiciones contractuales del Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a Licitación de referencia, ni de realizar un estudio pormenorizado sobre ese punto, razón por la cual no es competencia de la Dirección General establecer una posición institucional o dar una respuesta específica sobre el porcentaje aplicable.</p> <p>No obstante, consideramos oportuno manifestar que, además de todos los principios y garantías que rigen los procesos de licitación nacional, no es menos cierto que un pilar fundamental en la interrelación contractual que existe entre la institución convocante y los posibles oferentes, reside en la capacidad de éstos en proceder a la entrega de los bienes a ser adjudicados en tiempo y forma, y de la manera establecida en los contratos. En este sentido, el sistema de provisión de insumos se rige por "Ordenes de Provisión", en los que se establece un plazo mínimo de entrega de bienes de 60 (sesenta) días calendario, contados a partir de la emisión y recepción de la respectiva orden.</p> <p>Asimismo, y conforme a la práctica habitual reconocida en este ámbito, se podría afirmar que el porcentaje aplicable en concepto de multa se sustenta en la necesidad de precautelar la pronta y efectiva entrega de los bienes que son objeto de esta licitación, atendiendo a que los trabajos realizados en los laboratorios que componen la Dirección General de Laboratorios del SENACSA, responden a un calendario de actividades anual y plurianual sumamente estricto, vinculadas transversalmente con los objetivos misiones de otras dependencias de igual relevancia institucional tales como: la Dirección General de Sanidad Animal, de Identidad y Trazabilidad, encargada de elaborar, proponer y gerenciar las medidas sanitarias para la protección, mantenimiento y mejoramiento del status sanitario nacional; la Dirección General de Servicios Técnicos, a través de la cual se elaboran, proponen y gerencian medidas aplicables a productos e insumos de uso veterinario y alimentos para animales, así como del soporte al sistema de gestión institucional; y la Dirección General de Calidad e Inocuidad de Productos de Origen Animal, responsable de los programas de control de calidad e inocuidad de productos, subproductos y derivados de origen animal comestibles y no comestibles a nivel país.</p> <p>Finalmente, con relación al concepto de "usura" mencionado en la consulta, es oportuno aclarar que la referida figura se corresponde con un ilícito penal establecido en el artículo 193 del Código Penal Paraguayo y que, por la especialidad de la materia y las características propias de su tipificación, se corresponde con el ámbito penal y, más específicamente, con delitos de acción penal pública, y no con el administrativo - contractual como es el caso que nos ocupa.</p>		

Consulta 178 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2025
<p>Donde solicitan: Antigüedad de la Empresa en la venta de reactivos y/o insumos de laboratorio, de cómo mínimo tres (3) años, Comprobada con la presentación de los estatutos sociales o extracto de estos, en el que indique: nombre o razón social, tipo de sociedad, fecha de constitución, domicilio, objeto, duración y capital. En el caso de firmas unipersonales, se deberá presentar la Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.</p> <p>Solicitamos respetuosamente "ampliar" la redacción de este párrafo de la siguiente manera: Antigüedad de la Empresa en la venta de "Reactivos y/o Insumos de Laboratorio, y/o Medicamentos, y/o Insumos y Descartables Hospitalarios", de cómo mínimo tres (3) años. Esto permitiría a la convocante, contar con mayores oferentes (empresas del Rubro Salud), y de esta forma tener la alternativa de más cantidad de competidores y mejores precios de oferta.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-07-2025
Ver adenda 3		

Consulta 179 - Items Placa de Petri

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2025
<p>Referente a los items 678,679,680 y 681 Placa de Petri , solicitamos a la convocante aclarar si las mismas solicitan esteriles o no esteriles</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-07-2025
Ver adenda 3		

Consulta 180 - Item 679 Placa de Petri descartable

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2025
<p>Donde dice: Placas de petri de poliestireno con las siguientes longitudes: Diámetro mínimo 90mm máximo 110mm Altura mínima requerida 15mm Presentacion: Caja de 500</p> <p>Teniendo en cuenta la presentación disponible según cada fabricante, solicitamos a la entidad convocante autorización para ofertar un mínimo de 500 unidades, pudiendo cumplir con esta cantidad mediante la entrega de, por ejemplo, 3 cajas de 200 unidades o 2 cajas de 300 unidades, según disponibilidad, siempre garantizando como mínimo el total requerido de 500 unidades.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-07-2025
Ver adenda 3		

Consulta 181 - item 680 Placa de Petri descartable

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2025
<p>Donde dice: Placas de petri de poliestireno con las siguientes longitudes: Diámetro mínimo 90mm Altura mínima requerida 14mm Presentacion: Caja de 500</p> <p>Teniendo en cuenta la presentación disponible según cada fabricante, solicitamos a la entidad convocante autorización para ofertar un mínimo de 500 unidades, pudiendo cumplir con esta cantidad mediante la entrega de, por ejemplo, 3 cajas de 200 unidades o 2 cajas de 300 unidades, según disponibilidad, siempre garantizando como mínimo el total requerido de 500 unidades.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-07-2025
Ver adenda 3		

Consulta 182 - ANTICIPO

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2025
<p>De acuerdo con la Ley N° 7021/22 “De Fortalecimiento a las MIPYMES”, nos gustaría pedirles, de manera respetuosa, que consideren incluir un anticipo del 20% en los términos de la licitación. Esta medida sería de gran ayuda para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), que son justamente el foco de esta ley. Muchas veces, los gastos iniciales son un obstáculo para participar en licitaciones públicas, y un adelanto permitiría que más empresas puedan competir en igualdad de condiciones, sin quedarse fuera por falta de recursos. La idea de la Ley 7021/22 es, precisamente, abrir puertas a las MIPYMES, y el anticipo sería una forma concreta de lograrlo, sin comprometer los requisitos técnicos o de solvencia del proceso. Confiamos en que esta propuesta, que va en línea con el objetivo de la ley, será bien recibida, haciendo que la licitación sea más justa y accesible para todos</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2025
<p>Considerando la modalidad de contrato abierto, con emisión de órdenes conforme a necesidades, la convocante no establece anticipo para la presente licitación. Favor ajustarse al PBC</p>		

Consulta 183 - Ítem 244

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2025
<p>En relación con el Ítem N.º 244, se solicita a la convocante modificar la Presentación a Caja de 30 COMO MÍNIMO, para dar oportunidad a una mayor cantidad de oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-07-2025
<p>Ver adenda 3</p>		

Consulta 184 - Muestras

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2025
<p>Según la adenda del PBC solicitan muestras solo en los ítems 693, 694, 697, 698, 699, 700, 701, 702 y 703, punteras para micropipetas. (El comité evaluador se reserva el derecho de solicitar aclaraciones o muestras referentes a la oferta. De ser requerido el mismo se realizará por escrito dando un tiempo de 48 horas a partir de la recepción de la nota de solicitud, para la presentación de estas). Ver página 11</p> <p>Sin embargo, existe una discrepancia en las Especificaciones Técnicas para los ítems N° 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702 y 703. QUE DICE LO SIGUIENTE: El oferente deberá presentar muestras al momento de la entrega de las ofertas. Ver páginas N° 93 y 94.</p> <p>Favor aclarar para cuales ítems realmente precisan las muestras y si debemos presentar en la apertura de ofertas esas muestras.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-07-2025
<p>Ver adenda 3</p>		

Consulta 185 - Detalle de la Especificaciones Técnicas Obligatorio

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita en el numeral 2 Peso Neto

Se aclara que los insumos de laboratorio solicitados como ser Cámara de Neubauer, Punteras para micropipeta, laminas cubre objetos, láminas portaobjetos, tubos de centrifuga cónicos de plásticos, Microtubos, etc., mayormente no cuentan con la descripción del Peso Neto como si los tienen los reactivos de uso industrial.

Solicitamos a la convocante modificar la descripción a manera de facilitar la entrega, en caso de adjudicación, de la siguiente manera: Numeral 2 Peso Neto, cuando corresponda.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-07-2025
-----------	--------------------	------------

Ver adenda 3

Consulta 186 - Item 241

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2025
----------	-------------------	------------

En relación con el Ítem N.º 241, en la actualización del PBC fue cambiada la unidad de medida de la característica técnica de la columna, tamaño promedio de las partículas del material de empaque (fase estacionaria). Previamente figuraba 5 µm, luego de actualizarse, fue cambiado a 5 mm. Se solicita a la convocante cambiar a 5 µm nuevamente, para que corresponda las características de las columnas que se encuentran comercialmente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2025
-----------	--------------------	------------

No será posible este cambio, ya que fue expresado acorde a las recomendaciones de los especialistas que utilizan y manejar este tipo de columnas para HPLC. Se debe tener en cuenta que se solicita en las Especificaciones Técnicas: "Columna para HPLC C18, o equivalente a RP 18 de 5 mm..."

Consulta 187 - Item 759

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2025
----------	-------------------	------------

En relación con el Ítem N.º 759, el PBC solicita septas para tapas de viales. Solicitamos a la convocante aceptar también viales completos, que incluyan las septas, ya que atendería a las buenas prácticas de análisis, evitando contaminación de viales reutilizados.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2025
-----------	--------------------	------------

Deberán ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 188 - Item 761

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2025
----------	-------------------	------------

En relación con el Ítem N.º 761, el PBC solicita tapa rosca para vial de 2 mL con septa. Solicitamos a la convocante aceptar también viales completos, que incluyan las tapas y septas, ya que atendería a las buenas prácticas de análisis, evitando contaminación de viales reutilizados.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2025
-----------	--------------------	------------

Deberán ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 189 - Ítem 163-211

Consulta	Fecha de Consulta	18-07-2025
<p>Item 163-211 A fin de evitar inconvenientes al momento de la recepción del producto y para dar un mejor servicio a la convocante se solicita poner como referencial un número de identificación, considerando que existen distintos bancos de cepas de referencia en el mundo, todas hacen referencia a su equivalencia entre los distintos bancos, basta con poner el numero de catalogo ATCC o NCTC, seguidamente le damos un ejemplo de como los bancos de cepas presentan al patógeno Bacillus cereus ATCC 11778, ATCC 19637, NCIB 8012, ATCC 9634, DSM 345, ATCC 11778, ATCC 9634, BTCC 924, CCM 869, CECT 193, HNCMB 100003, IMET 10883, IMET 10884, NBIMCC 1085, NCDO 720, NCIMB 8012, NCIMB 8849, NCIMB 9231, DSM 44901</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2025
<p>Se deberá ajustar al Pliego de bases y condiciones, considerando que existen distintos bancos de cepas de referencia en el mundo; ATCC se refiere a American Type Culture Collection (Colección Americana de Cultivos Tipo), pudiendo tener otra codificación la NCTC (National Collection of Type Cultures), etc. Previa publicación del llamado se recibieron observaciones de parte de los verificadores de la DNCP de que ATCC hace referencia a un solo sector comercial y por ello dejamos de indicar las iniciales de referencia de los bancos de cepas, por lo que se sugiere a los potenciales oferentes hacer la correspondiente investigación acorde al Pliego de especificaciones técnicas.</p>		

Consulta 190 - Ítem N° 692

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2025
<p>Se menciona la punta con filtro, estéril, extendido. Favor aclarar a que se refiere la palabra ``extendido``</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-07-2025
<p>Las puntas estériles extendidas son más largas que las no extendidas. Permiten al operador alcanzar el fondo de recipientes profundos o estrechos, sin que el cuerpo de la pipeta entre en contacto con el líquido, a fin de mitigar el riesgo de contaminación y arrastre de la muestra. También permite la extracción completa de líquidos en recipientes profundos, evitando residuos que puedan alterar o contaminar la muestra. Las puntas no extendidas o estándar son más cortas y sirven para usos generales y no son recomendables para manipular muestras delicadas. VER ADENDA 3 ÍTEM 692 y 693</p>		

Consulta 191 - Ítem N° 692

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2025
<p>Favor aclarar las marcas de las pipetas automáticas existentes en el laboratorio de SENACSA</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2025
<p>Se deberá ajustar al Pliego de bases y condiciones, considerando a que fue establecida la visita técnica con el fin de que los potenciales oferentes verifiquen y registren las distintas marcas de todas las pipetas existentes en los Laboratorios del SENACSA. Previa publicación del llamado se recibieron observaciones por parte de los verificadores de la DNCP donde se solicitaba la no inclusión de marcas de referencia. No obstante, el laboratorio del SENACSA podrá recibir visitas de potenciales oferentes para la verificación de las marcas de los equipos existentes en los Laboratorios del SENACSA.</p>		

Consulta 192 - Ítem N° 693

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2025
----------	-------------------	------------

Favor aclarar las marcas de las pipetas automáticas existentes en el laboratorio de SENACSA

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2025
-----------	--------------------	------------

Se deberá ajustar al Pliego de bases y condiciones, considerando a que fue establecida la visita técnica con el fin de que los potenciales oferentes verifiquen y registren las distintas marcas de todas las pipetas existentes en los Laboratorios del SENACSA. Previa publicación del llamado se recibieron observaciones por parte de los verificadores de la DNCP donde se solicitaba la no inclusión de marcas de referencia.

No obstante, el laboratorio del SENACSA podrá recibir visitas de potenciales oferentes para la verificación de las marcas de los equipos existentes en los Laboratorios del SENACSA.

Consulta 193 - Ítem N° 696

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2025
----------	-------------------	------------

Favor aclarar las marcas de las pipetas automáticas existentes en el laboratorio de SENACSA

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2025
-----------	--------------------	------------

Se deberá ajustar al Pliego de bases y condiciones, considerando a que fue establecida la visita técnica con el fin de que los potenciales oferentes verifiquen y registren las distintas marcas de todas las pipetas existentes en los Laboratorios del SENACSA. Previa publicación del llamado se recibieron observaciones por parte de los verificadores de la DNCP donde se solicitaba la no inclusión de marcas de referencia.

No obstante, el laboratorio del SENACSA podrá recibir visitas de potenciales oferentes para la verificación de las marcas de los equipos existentes en los Laboratorios del SENACSA.

Consulta 194 - Ítem N° 694

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2025
----------	-------------------	------------

Favor aclarar las marcas de las pipetas automáticas existentes en el laboratorio de SENACSA

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2025
-----------	--------------------	------------

Se deberá ajustar al Pliego de bases y condiciones, considerando a que fue establecida la visita técnica con el fin de que los potenciales oferentes verifiquen y registren las distintas marcas de todas las pipetas existentes en los Laboratorios del SENACSA. Previa publicación del llamado se recibieron observaciones por parte de los verificadores de la DNCP donde se solicitaba la no inclusión de marcas de referencia.

No obstante, el laboratorio del SENACSA podrá recibir visitas de potenciales oferentes para la verificación de las marcas de los equipos existentes en los Laboratorios del SENACSA.

Consulta 195 - Ítem N° 695

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2025
----------	-------------------	------------

Favor aclarar las marcas de las pipetas automáticas existentes en el laboratorio de SENACSA

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2025
-----------	--------------------	------------

Se deberá ajustar al Pliego de bases y condiciones, considerando a que fue establecida la visita técnica con el fin de que los potenciales oferentes verifiquen y registren las distintas marcas de todas las pipetas existentes en los Laboratorios del SENACSA. Previa publicación del llamado se recibieron observaciones por parte de los verificadores de la DNCP donde se solicitaba la no inclusión de marcas de referencia.

No obstante, el laboratorio del SENACSA podrá recibir visitas de potenciales oferentes para la verificación de las marcas de los equipos existentes en los Laboratorios del SENACSA.

Consulta 196 - Ítem N° 697

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2025
-----------------	--------------------------	------------

Favor aclarar las marcas de las pipetas automáticas existentes en el laboratorio de SENACSA

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2025
------------------	---------------------------	------------

Se deberá ajustar al Pliego de bases y condiciones, considerando a que fue establecida la visita técnica con el fin de que los potenciales oferentes verifiquen y registren las distintas marcas de todas las pipetas existentes en los Laboratorios del SENACSA. Previa publicación del llamado se recibieron observaciones por parte de los verificadores de la DNCP donde se solicitaba la no inclusión de marcas de referencia.

No obstante, el laboratorio del SENACSA podrá recibir visitas de potenciales oferentes para la verificación de las marcas de los equipos existentes en los Laboratorios del SENACSA.

Consulta 197 - Ítem N° 698

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2025
-----------------	--------------------------	------------

Favor aclarar las marcas de las pipetas automáticas existentes en el laboratorio de SENACSA

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2025
------------------	---------------------------	------------

Se deberá ajustar al Pliego de bases y condiciones, considerando a que fue establecida la visita técnica con el fin de que los potenciales oferentes verifiquen y registren las distintas marcas de todas las pipetas existentes en los Laboratorios del SENACSA. Previa publicación del llamado se recibieron observaciones por parte de los verificadores de la DNCP donde se solicitaba la no inclusión de marcas de referencia.

No obstante, el laboratorio del SENACSA podrá recibir visitas de potenciales oferentes para la verificación de las marcas de los equipos existentes en los Laboratorios del SENACSA.

Consulta 198 - Ítem N° 699

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2025
-----------------	--------------------------	------------

Favor aclarar las marcas de las pipetas automáticas existentes en el laboratorio de SENACSA

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2025
------------------	---------------------------	------------

Se deberá ajustar al Pliego de bases y condiciones, considerando a que fue establecida la visita técnica con el fin de que los potenciales oferentes verifiquen y registren las distintas marcas de todas las pipetas existentes en los Laboratorios del SENACSA. Previa publicación del llamado se recibieron observaciones por parte de los verificadores de la DNCP donde se solicitaba la no inclusión de marcas de referencia.

No obstante, el laboratorio del SENACSA podrá recibir visitas de potenciales oferentes para la verificación de las marcas de los equipos existentes en los Laboratorios del SENACSA.

Consulta 199 - Ítem N° 700

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2025
-----------------	--------------------------	------------

Favor aclarar las marcas de las pipetas automáticas existentes en el laboratorio de SENACSA

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2025
------------------	---------------------------	------------

Se deberá ajustar al Pliego de bases y condiciones, considerando a que fue establecida la visita técnica con el fin de que los potenciales oferentes verifiquen y registren las distintas marcas de todas las pipetas existentes en los Laboratorios del SENACSA. Previa publicación del llamado se recibieron observaciones por parte de los verificadores de la DNCP donde se solicitaba la no inclusión de marcas de referencia.

No obstante, el laboratorio del SENACSA podrá recibir visitas de potenciales oferentes para la verificación de las marcas de los equipos existentes en los Laboratorios del SENACSA.

Consulta 200 - Ítem N° 701

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2025
----------	-------------------	------------

Favor aclarar las marcas de las pipetas automáticas existentes en el laboratorio de SENACSA

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2025
-----------	--------------------	------------

Se deberá ajustar al Pliego de bases y condiciones, considerando a que fue establecida la visita técnica con el fin de que los potenciales oferentes verifiquen y registren las distintas marcas de todas las pipetas existentes en los Laboratorios del SENACSA. Previa publicación del llamado se recibieron observaciones por parte de los verificadores de la DNCP donde se solicitaba la no inclusión de marcas de referencia.

No obstante, el laboratorio del SENACSA podrá recibir visitas de potenciales oferentes para la verificación de las marcas de los equipos existentes en los Laboratorios del SENACSA.

Consulta 201 - Ítem N° 702

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2025
----------	-------------------	------------

Favor aclarar las marcas de las pipetas automáticas existentes en el laboratorio de SENACSA

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2025
-----------	--------------------	------------

Se deberá ajustar al Pliego de bases y condiciones, considerando a que fue establecida la visita técnica con el fin de que los potenciales oferentes verifiquen y registren las distintas marcas de todas las pipetas existentes en los Laboratorios del SENACSA. Previa publicación del llamado se recibieron observaciones por parte de los verificadores de la DNCP donde se solicitaba la no inclusión de marcas de referencia.

No obstante, el laboratorio del SENACSA podrá recibir visitas de potenciales oferentes para la verificación de las marcas de los equipos existentes en los Laboratorios del SENACSA.

Consulta 202 - Ítem N° 703

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2025
----------	-------------------	------------

Favor aclarar las marcas de las pipetas automáticas existentes en el laboratorio de SENACSA

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2025
-----------	--------------------	------------

Se deberá ajustar al Pliego de bases y condiciones, considerando a que fue establecida la visita técnica con el fin de que los potenciales oferentes verifiquen y registren las distintas marcas de todas las pipetas existentes en los Laboratorios del SENACSA. Previa publicación del llamado se recibieron observaciones por parte de los verificadores de la DNCP donde se solicitaba la no inclusión de marcas de referencia.

No obstante, el laboratorio del SENACSA podrá recibir visitas de potenciales oferentes para la verificación de las marcas de los equipos existentes en los Laboratorios del SENACSA.

Consulta 203 - ítem 54, Agar Papa:

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2025
----------	-------------------	------------

ítem 54, Agar Papa:

Se solicita amablemente a la convocante considerar eliminar la palabra "diferencial" de la descripción del Agar de Dextrosa de Patata

Eliminar este término permitirá una descripción más precisa y evitará posibles confusiones en la interpretación técnica, facilitando así una selección adecuada del medio según los requerimientos del laboratorio.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2025
-----------	--------------------	------------

Solicitamos amablemente que se ajusten al Pliego de bases y condiciones, considerando que las especificaciones fueron elaboradas por especialistas acorde a las técnicas de diagnósticos y análisis desarrolladas en el área correspondiente.

Consulta 204 - ítem 57, Agar Selectivo para Enterococo:

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2025
<p>ítem 57, Agar Selectivo para Enterococo: Se solicita amablemente a la convocante considerar la siguiente formulación: Digestado enzimático de tejido animal (peptona) — 10 g. Extracto de levadura — 10 g. Cloruro de sodio — 5 g. Glicerofosfato sódico — 10 g. Maltosa — 20 g. Lactosa — 1 g. Azida sódica — 0.4 g. Bromocresol púrpura — 0.015 g. Agar — 20 g Esta formulación está cuidadosamente diseñada para favorecer el aislamiento selectivo y el crecimiento diferencial de Enterococos en muestras ambientales y clínicas. La inclusión de esta especificación permitirá una mayor participación de oferentes, al no restringir innecesariamente las opciones de productos equivalentes disponibles en el mercado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2025
<p>Se deberá ajustar a lo requerido en el Pliego de bases y condiciones, considerando que la formulación requerida cumple con la función y necesidades de diagnóstico del Laboratorio de Control de Alimentos para Humanos del SENACSA.</p>		

Consulta 205 - ítem 61, Agar Violeta Rojo Bilis Lactosa:

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2025
<p>ítem 61, Agar Violeta Rojo Bilis Lactosa: Se solicita amablemente a la convocante eliminar la palabra “selectivo” de la descripción correspondiente al Agar Violeta Rojo Bilis Lactosa. El uso del término “selectivo” puede inducir a error, ya que dicho medio no está formulado para distinguir ni aislar de manera específica a Escherichia coli spp., sino que permite el crecimiento de un conjunto más amplio de bacterias coliformes con características similares. Esta corrección favorecerá una interpretación técnica más precisa y permitirá una mayor participación de oferentes, al no restringir innecesariamente las opciones de productos equivalentes disponibles en el mercado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2025
<p>Se deberá ajustar a lo requerido en el Pliego de bases y condiciones, considerando que la formulación requerida cumple con la función y necesidades de diagnóstico del Laboratorio de Control de Alimentos para Humanos del SENACSA.</p>		

Consulta 206 - Item 158 Cassette para tejidos

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2025
<p>Donde dice: Cassette de inclusión para Tejidos (Blanco) Consulta: se puede ofertar cassettes para tejidos color amarillo? con las mismas características</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-07-2025
<p>VER ADENDA 3</p>		

Consulta 207 - Ítem 211, Cepa SalmonellaTiphymuriym (14028):

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2025
<p>Ítem 211, Cepa SalmonellaTiphymuriym (14028): Se solicita amablemente a la convocante considerar la presentación de cinco asas estériles en gel listas para usar, como alternativa técnica válida para la provisión de cepas de referencia. Esta presentación no representa incompatibilidad funcional ni técnica, ya que asegura la viabilidad, estabilidad y pureza del microorganismo, cumpliendo con los requerimientos para el control de calidad de medios de cultivo, reactivos y procedimientos microbiológicos. Las asas estériles en gel, envasadas individualmente, permiten un manejo práctico y seguro, sin necesidad de pasos adicionales de preparación o reactivación compleja. Esta presentación aporta beneficios adicionales en términos de bioseguridad, ya que implica menor manipulación</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-07-2025
<p>VER ADENDA 3</p>		

Consulta 208 - ITEM 547 - Marcador de peso molecular

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2025
<p>ITEM 547 - Marcador de peso molecular Se solicita atentamente a la convocante considerar la aceptación de un marcador de peso molecular con un rango de 25 a 700 pb, en incrementos de 25 pb, ya que dicho rango incluye los 100 pb requeridos. Esta propuesta no modifica la finalidad ni la calidad del producto, manteniendo plenamente su funcionalidad para los fines previstos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2025
<p>Se acepta la propuesta sugerida, atendiendo que se enmarca dentro de los rangos requeridos en el pliego de bases y condiciones.</p>		

Consulta 209 - ITEM 549 - Marcador de peso molecular

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2025
<p>ITEM 549 - Marcador de peso molecular Se solicita atentamente a la convocante considerar la aceptación de un marcador de peso molecular con un rango de 50 a 1000 pb, en incrementos de 50 pb, ya que dicho rango incluye los 100 pb requeridos. Esta propuesta no modifica la finalidad ni la calidad del producto, manteniendo plenamente su funcionalidad para los fines previstos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2025
<p>Se acepta la propuesta sugerida, atendiendo que se enmarca dentro de los rangos requeridos en el pliego de bases y condiciones.</p>		

Consulta 211 - ITEM 572 - Mezcla para amplificación de Material genético

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2025
<p>ITEM 572 - Mezcla para amplificación de Material genético Se solicita amablemente a la convocante aceptar el uso de un kit de amplificación de ADN con una concentración de cloruro de magnesio distinta a 25 mM, dado que cada kit cuenta con una concentración óptima específica para asegurar el adecuado funcionamiento de la enzima.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2025
<p>Se deberá ajustar al pliego de bases y condiciones.</p>		

Consulta 212 - ITEM 429 - Kit para Detección de Anticuerpos

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2025
ITEM 429 - Kit para Detección de Anticuerpos Se solicita amablemente a la convocante confirmar si el kit solicitado para 480 determinaciones incluye en ese número total los 6 pocillos utilizados para controles por placa, lo que implicaría que el número de determinaciones reales sería de 450 muestras efectivas por kit (90 muestras útiles por placa en kits de 96 pocillos).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2025
Tal como se refleja en las especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones, solicitamos caja o kit para 480 determinaciones o muestras como mínimo. Una de las características esenciales, es que las placas sean desmontables para reducir el porcentaje de merma en el uso de las placas. Respondiendo a vuestra consulta, en una placa desmontable de 96 pocillos se colocan la cantidad de controles según lo determine el instructivo de uso del reactivo, pudiendo ser 1 o 2 controles positivos, 1 o 2 controles negativos, como también se puede colocar un control interno según lo determine la técnica de diagnóstico. En conclusión, el número de determinaciones reales, la cantidad de controles utilizados, lo determinará el instructivo de uso de cada kit. Favor ajustarse a lo requerido en el Pliego de bases y condiciones en cuanto a la cantidad de placas solicitadas, los pocillos que contiene cada placa y todas las características indicadas en el mencionado pliego, respetando las cantidades expresadas.		

Consulta 213 - ITEM 465 - Kit para Detección de Aujszky

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2025
ITEM 465 - Kit para Detección de Aujszky Se solicita amablemente a la convocante confirmar si el kit solicitado para 480 determinaciones incluye en ese número total los 6 pocillos utilizados para controles por placa, lo que implicaría que el número de determinaciones reales sería de 450 muestras efectivas por kit (90 muestras útiles por placa en kits de 96 pocillos).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2025
Tal como se refleja en las especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones, solicitamos caja o kit para 480 determinaciones o muestras como mínimo. Una de las características esenciales, es que las placas sean desmontables para reducir el porcentaje de merma en el uso de las placas. Respondiendo a vuestra consulta, en una placa desmontable de 96 pocillos se colocan la cantidad de controles según lo determine el instructivo de uso del reactivo, pudiendo ser 1 o 2 controles positivos, 1 o 2 controles negativos, como también se puede colocar un control interno según lo determine la técnica de diagnóstico. En conclusión, el número de determinaciones reales, la cantidad de controles utilizados, lo determinará el instructivo de uso de cada kit. Favor ajustarse a lo requerido en el Pliego de bases y condiciones en cuanto a la cantidad de placas solicitadas, los pocillos que contiene cada placa y todas las características indicadas en el mencionado pliego, respetando las cantidades expresadas.		

Consulta 214 - ITEM 466 - Kit para Detección de PRRS

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2025
ITEM 466 - Kit para Detección de PRRS Se solicita amablemente a la convocante confirmar si el kit solicitado para 480 determinaciones incluye en ese número total los 6 pocillos utilizados para controles por placa, lo que implicaría que el número de determinaciones reales sería de 450 muestras efectivas por kit (90 muestras útiles por placa en kits de 96 pocillos).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2025
Tal como se refleja en las especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones, solicitamos caja o kit para 480 determinaciones o muestras como mínimo. Una de las características esenciales, es que las placas sean desmontables para reducir el porcentaje de merma en el uso de las placas. Respondiendo a vuestra consulta, en una placa desmontable de 96 pocillos se colocan la cantidad de controles según lo determine el instructivo de uso del reactivo, pudiendo ser 1 o 2 controles positivos, 1 o 2 controles negativos, como también se puede colocar un control interno según lo determine la técnica de diagnóstico. En conclusión, el número de determinaciones reales, la cantidad de controles utilizados, lo determinará el instructivo de uso de cada kit. Favor ajustarse a lo requerido en el Pliego de bases y condiciones en cuanto a la cantidad de placas solicitadas, los pocillos que contiene cada placa y todas las características indicadas en el mencionado pliego, respetando las cantidades expresadas.		

Consulta 215 - ITEM 477- Kit Reactivo para Amplificación Genética

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2025
ITEM 477- Kit Reactivo para Amplificación Genética Se solicita atentamente a la convocante considerar la aceptación de Kit de 50 reacciones como mínimo, de diagnóstico molecular en tiempo real para Campilobacteriosis Genital Bovina. Esta propuesta no modifica la finalidad ni la calidad del producto, manteniendo plenamente su funcionalidad para los fines previstos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-07-2025
VER ADENDA 3		

Consulta 216 - ITEM 478 - Kit Reactivo para Amplificación Genética

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2025
ITEM 478 - Kit Reactivo para Amplificación Genética Se solicita atentamente a la convocante considerar la aceptación de Kit de 100 reacciones como mínimo del Kit de diagnóstico molecular en tiempo real para complejo de tuberculosis. Esta propuesta no modifica la finalidad ni la calidad del producto, manteniendo plenamente su funcionalidad para los fines previstos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-07-2025
VER ADENDA 3		

Consulta 217 - ITEM 762- Tapa para Vial

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2025
ITEM 762- Tapa para Vial Se solicita atentamente a la convocante considerar que la presentación del producto Caja x125 pueda ser en cantidad igual o superior a la indicada, siempre que se mantengan las condiciones técnicas requeridas, a fin de permitir la participación de más oferentes y así tener la posibilidad de que puedan contar con mayores ofertas y mejores precios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2025
Se deberán ajustar al Pliego de Bases y condiciones		

Consulta 218 - ITEM 814 - Vial

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2025
ITEM 814 - Vial		
Se solicita atentamente a la convocante considerar que la presentación del producto Caja de 20 pueda ser en cantidad igual o superior a la indicada, siempre que se mantengan las condiciones técnicas requeridas, a fin de permitir la participación de más oferentes y así tener la posibilidad de que puedan contar con mayores ofertas y mejores precios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2025
Se deberán ajustar al Pliego de Bases y condiciones		

Consulta 219 - Ítem N° 692

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2025
¿Podemos ofertar Puntas de 0-10 ul? El mismo cumple con el rango solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2025
Se deberán ajustar al Pliego de Bases y condiciones		

Consulta 220 - Ítem N° 693

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2025
¿Podemos ofertar Puntas de 0-200 ul? El mismo cumple con el rango solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2025
Se deberán ajustar al Pliego de Bases y condiciones		

Consulta 221 - ítem N° 694

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2025
¿Podemos ofertar Puntas de 0-10 ul? El mismo cumple con el rango solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2025
Se deberán ajustar al Pliego de Bases y condiciones		

Consulta 222 - ítem N° 695

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2025
¿Podemos ofertar Puntas de 0-300 ul? El mismo cumple con el rango solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2025
Podrá aceptarse la propuesta, considerando que se encuentra dentro del rango requerido en el Pliego de bases y condiciones.		

Consulta 223 - ITEM 691. PSEUDOMONAS AGAR BASE

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2025
Se consulta a la convocante para que exista más oferentes al ítem 691, se podría cotizar "Medio de cultivo preparado en ampolla para la enumeración de Pseudomonas en aguas", por el método de filtración por membrana según ISO 16266. Las mismas vienen listas para el uso a incorporar en almohadillas absorbentes en una placa de Petri, respetando la presentación total para 200 análisis.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2025
Se deberán ajustar al Pliego de Bases y condiciones		

Consulta 224 - ítem N° 696

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2025
¿Podemos ofertar Puntas de 0-20 ul? El mismo cumple con el rango solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2025
Podrá aceptarse la propuesta, considerando que se encuentra dentro del rango requerido en el Pliego de bases y condiciones.		

Consulta 225 - ITEM 118 y 119. BOLSA PARA HOMOGENEIZAR MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2025
Se solicita amablemente a la convocante que permita la opción con banda de escritura ya que esto no interfiere con los procesos de muestreos y análisis de calidad de las muestras, al ser una característica externa de identificación de muestras, esto permitiría mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-07-2025
Sobre el 118 se aceptan bandas de escrituras con o sin banda de escritura, considerando que si indica en las especificaciones técnicas. Sobre el ítem 119 VER ADENDA 3		

Consulta 226 - ítem N° 697

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2025
¿Podemos ofertar Puntas de 0-1.000 ul? El mismo cumple con el rango solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2025
Podrá aceptarse la propuesta, considerando que se encuentra dentro del rango requerido en el Pliego de bases y condiciones.		

Consulta 227 - Ítem 9 - Agitador de tubos para laboratorio

Consulta	Fecha de Consulta	23-07-2025
Ítem 9 - Agitador de tubos para laboratorio Se solicita respetuosamente considerar la inclusión de portatubos de 12, 20 y 26 mm de diámetro, así como una clasificación de protección IP32, con el fin de asegurar mayor compatibilidad con distintos tipos de tubos de laboratorio. Esta medida promoverá una operación más versátil y eficiente, al tiempo que amplía la participación de oferentes y mejora las condiciones técnico-económicas del proceso de adjudicación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-07-2025
No corresponde la consulta. Se aclara que en ningún caso la convocante solicita Agitador de Tubos para laboratorio.		

Consulta 228 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2025
DONDE DICE: 1 "Antigüedad de la Empresa en la venta de reactivos y/o insumos de laboratorio..." 2 "Demostrar la experiencia en venta de Reactivos y/o Insumos de laboratorio con contratos y/o facturaciones con sus respectivas recepciones finales..." Los ítems 215 a 220, corresponden a insumos para esterilización, que normalmente no son comercializados por empresas del Rubro de insumos y reactivos para laboratorio, por tanto, se solicita la modificación del requisito para los ítems mencionados y establecer que para los mismos, la antigüedad y la facturación también podrá ser en insumos de esterilización.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-07-2025
VER ADENDA 3		

Consulta 229 - Ítem N° 692

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2025
¿Podemos ofertar Puntas de 0,1-10 ul? El mismo cumple/cubre el rango solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2025
Se deberán ajustar al Pliego de Bases y condiciones		

Consulta 230 - Ítem N° 694

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2025
¿Podemos ofertar Puntas de 1-20 ul? El mismo cumple/cubre el rango solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2025
Se deberán ajustar al Pliego de Bases y condiciones		

Consulta 231 - Ítem N° 699

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2025
¿Podemos ofertar Puntas de 0,1-10 ul? El mismo cumple/cubre el rango solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2025
Podrá aceptarse la propuesta, considerando que se encuentra dentro del rango requerido en el Pliego de bases y condiciones		

Consulta 232 - Ítem N° 701

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2025
----------	-------------------	------------

¿Podemos ofertar Puntas de 0,1-10 ul? El mismo cumple/cubre el rango solicitado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2025
-----------	--------------------	------------

Podrá aceptarse la propuesta, considerando que se encuentra dentro del rango requerido en el Pliego de bases y condiciones

Consulta 233 - Ítem N° 702

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2025
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante modificar la presentación solicitada debido a que el PRECIO REFERENCIAL de \$ 766.427 publicado corresponde a CAJA DE 10 RACK x 96 = 960 Puntas y NO A RACK x 96 puntas.
Nota: Si realmente necesitan el producto en la presentación de Rack x 96 puntas, recomendamos encarecidamente modificar el precio referencial a por lo menos a Gs. 150.000 el Rack para que no sea declarado desierto por la discrepancia que pudiera existir con el precio del mercado y para respetar lo dispuesto en el Art. 4° de la Resolución DNCP N° 454/24 - Criterio de evaluación a ser aplicado en el análisis de los precios referenciales.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2025
-----------	--------------------	------------

Se deberán ajustar al precio resultante del análisis de estudio de precios. Contamos con la documentación respaldatoria que sustenta íntegramente el estudio de precios, de modo que esta medida no implica alteración del precio unitario ni genera ambigüedad en el alcance del bien adjudicado.

Consulta 234 - Ítem N° 702

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2025
----------	-------------------	------------

¿ Podemos ofertar lo solicitado en una presentación de Bolsa x 1.000 unidades ?

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2025
-----------	--------------------	------------

Se deberán ajustar al Pliego de Bases y condiciones

Consulta 235 - ITEM 215 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	28-07-2025
----------	-------------------	------------

Con relación al ítem 215, solicitamos a la convocante tenga a bien aclarar los siguientes puntos:

¿A qué tipo de proceso de esterilización corresponde el indicador biológico solicitado (vapor, óxido de etileno, formaldehído, peróxido de hidrógeno o calor seco)?

¿Qué microorganismo se requiere (por ejemplo, Geobacillus stearothermophilus o Bacillus atrophaeus)?

¿Cuál es la población mínima de esporas exigida?

¿Cuál es el tiempo máximo de lectura aceptado?

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2025
-----------	--------------------	------------

Las especificaciones mínimas requeridas, para el uso que se le dará en los laboratorios de Control de Alimentos y Bioseguridad, se encuentran descritas en el Pliego de Bases y condiciones. Favor ajustarse a las mismas.

Consulta 236 - Ítem 219 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	28-07-2025
¿El indicador solicitado es para calor seco o para formaldehído? (Existe una contradicción en la redacción).		
¿Qué microorganismo debe contener el indicador (G. stearothermophilus o Bacillus atrophaeus)?		
¿Qué tiempo de lectura se acepta (ej. 2 h, 24 h, 48 h)? (Sugerimos que el mismo sea de 2h)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2025
Las especificaciones mínimas requeridas, para el uso que se le dará en los laboratorios de Control de Alimentos y Bioseguridad, se encuentran descritas en el Pliego de Bases y condiciones. Favor ajustarse a las mismas.		

Consulta 237 - Ítem 220 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	28-07-2025
Se trata de un indicador químico clase 1 (tipo cinta) para calor seco y no de un indicador biológico?		
¿Cuál es la longitud o metraje requerido por unidad?		
¿Debe cumplir con la norma ISO 11140-1?		
¿Se acepta presentación en rollos, si se respeta el metraje total equivalente a 50 unidades?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-07-2025
Las especificaciones mínimas requeridas, para el uso que se le dará en los laboratorios de Control de Alimentos y Bioseguridad, se encuentran descritas en el Pliego de Bases y condiciones. Favor ajustarse a las mismas.		

Consulta 238 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2025
Establece el PBC: Los documentos mencionados deberán estar comprendidos dentro de los tres (3) últimos años (2022, 2023, 2024); podrán presentarse la cantidad de contratos y/o facturaciones que fuesen necesarios para acreditar en promedio de los tres últimos años, el monto igual o superior al 30% del monto equivalente a la cantidad máxima ofertada, los mismos podrán ser de entidades públicas y/o privada. Favor aclarar si es necesario presentar el 30% del monto ofertar en cada año (30% en 2022, 30% en el 2023, 30% en el 2024) o al alcanzar el 30% del monto ofertado, en algunos de los años detallados ya es suficiente y no requiere presentar de los otros.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2025
Se aclara que el requisito establece que la experiencia deberá ser por cada año, no necesariamente el 30 % por año, sino contar por cada año con experiencia conforme el requisito, cuya sumatoria de los 3 años establecidos alcancen o superen en promedio el 30% del monto equivalente a la cantidad máxima ofertada.		

Consulta 239 - Item 251 Contenedor de Residuos

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2025
----------	-------------------	------------

Donde dice: Contenedor para desechos contaminados y desechos patológicos de laboratorio.
 Material de polipropileno, tapa rosca, capacidad de 5 litros como mínimo.
 Consulta: Se puede ofertar Contenedor para objetos cortopunzantes de 3 litros color amarillo con azas de transporte

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-07-2025
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al Pliego de bases y condiciones.

Consulta 240 - PRECIO REFERENCIAL - LOTE 518

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita a la entidad convocante la reconsideración del precio referencial establecido para el Lote 518, teniendo en cuenta que el costo del producto especificado en la presentación requerida es considerablemente superior al valor indicado como precio referencial.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2025
-----------	--------------------	------------

Se deberán ajustar al precio resultante del análisis de estudio de precios. Contamos con la documentación respaldatoria que sustenta íntegramente el estudio de precios, de modo que esta medida no implica alteración del precio unitario ni genera ambigüedad en el alcance del bien adjudicado.

Consulta 241 - ítem 414

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2025
----------	-------------------	------------

Item 414 En la última Versión del Pliego se introdujeron modificaciones donde establecen especificaciones muy puntuales a la composición del reactivo, sin embargo dichas modificaciones no concuerdan con las especificaciones de los reactivos validados por el método USDA FSIS MLG5B.02, en carnes de res crudas, productos lácteos crudos, productos agrícolas y muestras ambientales. Favor aclarar si requieren reactivos validados por el método mencionado o no.

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2025
-----------	--------------------	------------

En base a lo consultado, se confirma que las especificaciones de reactivos requeridas deben ser las empleadas por el método USDA FSIS MLG 5C.03 para carnes de res crudas, productos lácteos crudos, productos agrícolas y muestras ambientales. Las especificaciones deben corresponder/ser compatibles con equipo PCR - RT propiedad del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal. VER ADENDA 4

Consulta 242 - Item N° 797 - Tubo Capilar

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2025
----------	-------------------	------------

Se podría ofertar tubos capilares con capacidad de 70uL?

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2025
-----------	--------------------	------------

Se deberán ajustar al Pliego de bases y condiciones

Consulta 243 - Item N° 781 - Termómetro

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2025
----------	-------------------	------------

Se podría ofertar un termómetro de alcohol, rango de -100°C a +50 °C? ya que no indica temperatura máxima

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2025
-----------	--------------------	------------

Se deberán ajustar al Pliego de bases y condiciones

Consulta 244 - Item N° 680 - Placa de Petri descartable

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2025
Se podría ofertar placas de petri de 90 x 15 mm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2025
Se pueden ofertar considerando que en el pliego se mencionan dimensiones mínimas, lo solicitado está dentro del rango		

Consulta 245 - Item N° 384 - Gradilla para tubos

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2025
Se podría ofertar gradilla de acero inoxidable para 24 tubos cónicos de 50mL? ya que no se indica para que cantidad de tubos se necesita		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2025
Podrán ofertar lo sugerido, atendiendo que cumple con la capacidad del tubo requerido.		

Consulta 246 - Item N° 679 - Placa de Petri descartable

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2025
Se podría ofertar placas de petri de 90 x 15 mm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2025
Se pueden ofertar considerando que en el pliego se mencionan dimensiones mínimas, lo solicitado está dentro del rango		

Consulta 247 - Item N° 346 - Filtro para muestra - Membrana sintetica

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2025
Se podría ofertar filtros de membrana de nitrato de celulosa de 47mm de diámetro?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2025
Se deberán ajustar al Pliego de bases y condiciones		

Consulta 248 - Item N° 213 - Cepillo para tubos de ensayo

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2025
Se podría ofertar un cepillo de 250 mm de largo total, con cerdas de 25mm de diametro? ya que es una medida adecuada para tubos de ensayo medianos, como se solicita		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2025
Se deberán ajustar al Pliego de bases y condiciones		

Consulta 249 - Item N° 212 - Cepillo para tubos de ensayo

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2025
Se podría ofertar un cepillo de 250 mm de largo total, con cerdas de 13mm de diámetro? ya que es una medida adecuada para tubos de ensayo chicos, como se solicita		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2025
Se deberán ajustar al Pliego de bases y condiciones		

Consulta 250 - Item N° 213 - Cepillo para tubos de ensayo

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2025
Favor revisar si están correctas las dimensiones del cepillo solicitado, ya que indica que es para tubos medianos, pero solicita un cepillo de 6cm de diámetro de cerda, el cual se utiliza para lavar probetas grandes, por ejemplo de 1L. También revisar el largo del cepillo ya que india 15cm y ese es justo el largo de los tubos de ensayo medianos, o sea, que el cepillo al agarrarlo e intentar limpiar no llegaría al fondo del tubo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2025
Las dimensiones del Pliego de bases y condiciones son correctas, favor ajustarse a las mismas		

Consulta 251 - Item N° 120 - Bolsa para Homogeneizar muestras

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2025
Se podría ofertar bolsas para homogeneizar muestras con capacidad para 400mL?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2025
Se deberán ajustar al Pliego de bases y condiciones		

Consulta 252 - Item N° 383 - Gradilla para tubos

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2025
Se podría ofertar gradilla de acero inoxidable para 24 tubos cónicos de 15mL? ya que no se indica para que cantidad de tubos se necesita		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2025
Podrán ofertar lo sugerido, atendiendo que cumple con la capacidad del tubo requerido.		

Consulta 253 - Item N° 119 - Bolsa para Homogeneizar muestras

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2025
Se podría ofertar bolsas para homogeneizar muestras de las características solicitadas, pero de 14 x 19 cm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2025
Se pueden ofertar considerando que en el pliego se mencionan dimensiones mínimas, lo solicitado está dentro del rango		

Consulta 254 - Item N° 158 - Cassette para tejidos

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2025
-----------------	--------------------------	------------

Se podría ofertar cassette para tejidos con superficie de escritura de 45°?

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2025
------------------	---------------------------	------------

Se deberán ajustar al Pliego de bases y condiciones

Consulta 255 - Item N° 112 - Bidon de plastico

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2025
-----------------	--------------------------	------------

Se podría ofertar un bidón de polietileno de alta densidad?

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2025
------------------	---------------------------	------------

Se deberán ajustar al Pliego de bases y condiciones

Consulta 256 - Item N° 106 - Bandeja de plástico

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2025
-----------------	--------------------------	------------

Se podría ofertar bandejas de polipropileno libre de BPA, en lugar de bandeja de PVC?

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2025
------------------	---------------------------	------------

Se deberán ajustar al Pliego de bases y condiciones

Consulta 257 - Item N° 112 - Bidon de plastico

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2025
-----------------	--------------------------	------------

Se podría ofertar un bidón con grifo de las características solicitadas sin grifo de recambio?

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2025
------------------	---------------------------	------------

Se deberán ajustar al Pliego de bases y condiciones

Consulta 258 - Item N° 105 - Bandeja de plastico

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2025
-----------------	--------------------------	------------

Favor evaluar si corresponde solicitar CC (certificado de calidad) para bandejas de plástico

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2025
------------------	---------------------------	------------

Sí corresponde el certificado de Calidad, por lo que deberán ajustarse al Pliego de bases y condiciones.

Consulta 259 - Item N° 106 - Bandeja de plastico

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2025
-----------------	--------------------------	------------

Favor evaluar si corresponde solicitar CC (certificado de calidad) para bandejas de plástico

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2025
------------------	---------------------------	------------

Sí corresponde el certificado de Calidad, por lo que deberán ajustarse al Pliego de bases y condiciones.

Consulta 260 - Item N° 105 - Bandeja de plástico

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2025
-----------------	--------------------------	------------

Se podría ofertar bandejas de polipropileno libre de BPA, en lugar de bandeja de PVC?

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2025
------------------	---------------------------	------------

Se deberán ajustar al Pliego de bases y condiciones

Consulta 261 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
-----------------	--------------------------	------------

En relación con el ítem 1 (5-Hidroximetilfurfural P.A.), se solicita confirmar si se aceptará un estándar con certificado ISO 17034, aunque no mencione explícitamente la norma ISO 9001, dado que la trazabilidad ya está garantizada.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2025
------------------	---------------------------	------------

Se deberán ajustar al Pliego de bases y condiciones

Consulta 262 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
-----------------	--------------------------	------------

Para los ítems 2 y 3 (Abamectina estándar), se consulta si se considerará válida una certificación que no indique vencimiento mínimo de dos años, siempre que se acompañe con documentación técnica que garantice su estabilidad.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2025
------------------	---------------------------	------------

Se deberán ajustar al Pliego de bases y condiciones

Consulta 263 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
-----------------	--------------------------	------------

Respecto al ítem 4 (Acetato de etilo HPLC), se solicita confirmar si se admitirán presentaciones distintas a frasco de 4 L, siempre que el volumen total entregado cumpla con lo solicitado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2025
------------------	---------------------------	------------

Se deberán ajustar al Pliego de bases y condiciones

Consulta 264 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
-----------------	--------------------------	------------

Sobre el ítem 5 (Acetato de Sodio p.a.), se desea saber si puede ofertarse la forma anhidra del reactivo, justificando su equivalencia mediante ajuste estequiométrico.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2025
------------------	---------------------------	------------

Se deberán ajustar al Pliego de bases y condiciones

Consulta 265 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
Para el ítem 6 (Acetato de Zinc p.a.), se consulta si es admisible presentar un reactivo con pureza igual o superior al 98%, aun cuando no figure el grado ACS explícitamente, siempre que esté certificado para uso analítico.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2025
Se deberán ajustar al Pliego de bases y condiciones		

Consulta 266 - consulta

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
En los ítems 9 y 10 (Acetonitrilo grado HPLC), se solicita aclarar si se aceptarán productos con pureza $\geq 99.8\%$ que no contengan expresamente la leyenda "grado HPLC", pero que estén certificados como aptos para uso cromatográfico.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2025
Se deberán ajustar al Pliego de bases y condiciones		

Consulta 267 - consulta item 11

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
En relación con el ítem 11 (Ácido Acético Glacial), se desea confirmar si es obligatorio que el certificado incluya la fórmula química, o si basta con que se indique nombre del reactivo y pureza.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2025
No es un requisito obligatorio, no obstante, es considerada buena práctica incluirla para mejorar la trazabilidad y claridad del certificado.		

Consulta 268 - consulta

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
Para el ítem 12 (Ácido Acético Glacial grado LC-MS), se consulta si se aceptará un reactivo grado LC-MS que no haga mención específica al medio "Columbia Blood Agar base", siempre que cumpla con las características técnicas requeridas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2025
Se deberán ajustar al Pliego de bases y condiciones		

Consulta 269 - consulta

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
En relación con los ítems 15 y 16 (Ácido Cítrico Monohidratado), se solicita confirmar si es admisible la presentación en envases distintos (frasco o bolsa), siempre que cumpla con la forma y pureza especificadas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2025
Se deberán ajustar al Pliego de bases y condiciones		

Consulta 270 - consulta

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
Sobre el ítem 18 (Ácido Clorhídrico pro análisis), se consulta si es válido presentar el reactivo en envase plástico tipo HDPE, considerando que cumple con las condiciones de estabilidad y seguridad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2025
Se deberán ajustar al Pliego de bases y condiciones		

Consulta 271 - consulta

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
Con relación al ítem 22 (Ácido Heptafluorobutírico), se desea saber si es aceptable ofertar una solución diluida al 10%, siempre que se justifique técnicamente su equivalencia funcional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2025
Se deberán ajustar al Pliego de bases y condiciones		

Consulta 272 - consulta

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
En el ítem 26 (Ácido Tricloroacético Solución 50%), se solicita confirmar si se puede ofrecer el reactivo en estado sólido junto con instrucciones para su dilución, en lugar de en solución.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2025
Se deberán ajustar al Pliego de bases y condiciones		

Consulta 273 - consulta

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
Para el ítem 31 (Agar bilis esculina), se consulta si es obligatorio que el medio esté validado específicamente para enterococos del grupo D, o si se aceptan medios comerciales más amplios con igual finalidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2025
Se deberán ajustar al Pliego de bases y condiciones		

Consulta 274 - consulta

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
En el ítem 37 (Agar Cromogénico para coliformes), se desea confirmar si se admiten medios con validación por métodos internacionales distintos al ISO 9308-1, tales como AOAC.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2025
Se deberán ajustar al Pliego de bases y condiciones		

Consulta 275 - consulta

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
respecto al ítem 47 (Agar MacConkey Asociado), se consulta si es aceptable ofertar un medio tipo SMAC (Sorbitol MacConkey Agar) que no incluya el término "asociado", siempre que esté certificado para la detección de E. coli O157:H7.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2025
Se deberán ajustar al Pliego de bases y condiciones		

Consulta 276 - ITEM 413. Kit de deteccion de genes de virulencia

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
Para las descripciones del ítem, en "El Kit debe contener los siguientes componentes:" No aplica las siguientes descripciones: - Placas de PCR para 96 muestras con reactivos listos para usar. ; - 2 planchas de 96 sellos perforables. ; - Tubo de proteinasa K para 96 muestras. ; - Placa de lisis lista para el uso. Si aplica dicha descripción de componentes del kit: - 96 tubos de PCR con pellets distribuidos en dos bolsas de 6 x 8 tiras. ; - 96 tapas ópticas planas (12 x 8 tiras). ; - 1 Frasco con proteasa de 400 uL. ; - 2 Frascos de buffer de lisis de 12 mL.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2025
Las especificaciones deben coincidir con el método aplicado en SENACSA y utilizado con equipo propio de la Institución. VER ADENDA 4		

Consulta 277 - ítem 237

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
se puede ofrecer 2x500ml?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2025
Se deberán ajustar al Pliego de bases y condiciones		

Consulta 278 - ítem 257

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
se puede ofertar cantidad superior a 300gr?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2025
Se deberán ajustar al Pliego de bases y condiciones		

Consulta 279 - ítem 289

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
cual quiere CEFTAZIDIME 5UG o CTX Cefotaxime 30ug Si es ceftazidime cual necesita: 30ug o 10ug		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2025
VER ADENDA 4		

Consulta 280 - Items 363,364,y 365 Frasco esteril para cultivo

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante aclarar lo siguiente:

En la especificación técnica se solicita un frasco con tapa rosca ventilada. Deseamos confirmar si con "tapa rosca ventilada" se refieren a una tapa con filtro?, ya que comúnmente el filtro se encuentra en la tapa, permitiendo la ventilación del frasco. En ese sentido, el frasco correspondería a un frasco con filtro.

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2025
-----------	--------------------	------------

La tapa rosca ventilada no se refiere a una tapa con filtro. Se refiere a una ventilación que posee la tapa que cumple la función crítica en el mantenimiento adecuado para crecimiento celular. El propósito principal de la tapa ventilada es permitir el intercambio gaseoso sin comprometer la esterilidad del cultivo.

Consulta 281 - ítem 291

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
----------	-------------------	------------

cual quiere ciprofloxacina de 30ug o 5ug, porque Pone CIP 5 la sigla de la ciprofloxacina 5ug

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2025
-----------	--------------------	------------

Se requiere la ciprofloxacina de 30ug. VER ADENDA 4

Consulta 282 - ítem 684

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
----------	-------------------	------------

consultamos si es Polisorbato 20 o 80

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2025
-----------	--------------------	------------

Se requiere polisorbato 20, atendiendo a que en las especificaciones técnicas del Pliego de bases y condiciones está indicado que el mismo será utilizado para la preparación de solución de lavado para la técnica de ELISA CFL.

Consulta 283 - ítem 720

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
----------	-------------------	------------

consultamos si se puede cotizar grado ACS

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2025
-----------	--------------------	------------

Se deberán ajustar al Pliego de bases y condiciones

Consulta 284 - Ítem 676 Pipeta Pasteur

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
----------	-------------------	------------

Se puede ofertar pipeta pasteur de plastico de 5 ml como minimo?

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2025
-----------	--------------------	------------

Se deberán ajustar al Pliego de bases y condiciones

Consulta 285 - Item 718 Sangre de Oveja

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
Solicitamos a la convocante aceptar un vencimiento de como mínimo de 40 días desde la fecha de entrega, llevando en cuenta que es un producto fresco sin aditivos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2025
en la pag. 107 del Pliego de Bases y condiciones se describe la siguiente leyenda "En caso de que existieran productos con vencimiento inferior a lo exigido en el PBC, el oferente deberá declararlo respaldándose con un documento que podrá ser emitido por el distribuidor o representante autorizado de la marca."		

Consulta 286 - item 748

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
consultamos si puede ofrecer 2 frascos x250gr		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-07-2025
Se deberán ajustar al Pliego de bases y condiciones		

Consulta 287 - ITEM 9 Acetonitrilo grado HPLC

Consulta	Fecha de Consulta	31-07-2025
ITEM 9 ACETONITRILLO GRADO HPLC. Establece el PBC Nº 4 . Presentación 4 L. Se puede ofertar en menor presentación y cuya sumatoria de 4L ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2025
Por requerimiento de los técnicos se establece esta presentación, favor ajustarse a lo requerido en el pliego de bases y condiciones		

Consulta 288 - ITEM 268 DICLOROMETANO HPLC

Consulta	Fecha de Consulta	31-07-2025
ITEM 268 DICLOROMETANO HPLC. Establece el PBC Nº 4. Presentación: Mínimo 4 L Se puede ofrecer en menor presentación y cuya sumatoria de 4L como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2025
Por requerimiento de los técnicos se establece esta presentación, favor ajustarse a lo requerido en el pliego de bases y condiciones		

Consulta 289 - ITEM 342 Filtro p/muestra - Membrana celulosa

Consulta	Fecha de Consulta	31-07-2025
ITEM 342 Filtro p/muestra - Membrana celulosa. Establece el PBC N°4 en Característica Técnicas: Filtro de teflón, medidas: 47 mm de diámetro, membrana PTFE PP de 0,45µm. Sin embargo en la consulta N° 171 han respondido: Corresponde a Filtro de celulosa regenerada Por favor unificar criterio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2025
VER ADENDA 4		

Consulta 290 - Item 153

Consulta	Fecha de Consulta	31-07-2025
Por favor aclarar el producto solicitado. En la descripción se solicita Carbonato de sodio p.a. Sin embargo, en las EE.TT se hace referencia al Bicarbonato de Sodio al mencionar su "Fórmula Química NaHCO ₃ , Masa Molar (g/mol) 84.007, Densidad (g/ml) 2.159".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2025
VER ADENDA 4		

Consulta 291 - Item N° 785 - Tijera quirurgica recta

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2025
Favor aclarar que tipo de tijera quirúrgica están necesitando, ya que por un lado dice recta, pero por otro lado curva.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2025
Se aclara que la mención de "curva" y "recta" corresponde a presentaciones posibles dentro del requerimiento, siendo aceptable cualquiera de las dos, siempre que cumpla con el resto de las características técnicas.		

Consulta 292 - Item N° 785 - Tijera quirurgica recta

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2025
Favor aclarar que tipo de punta necesitan que tenga la tijera quirúrgica que están necesitando, ya que por un lado punta roma / fina y por otro lado roma / roma.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2025
Se aclara que la especificación "punta roma fina" hace referencia al diseño delicado de las puntas, sin dejar de ser del tipo Roma/Roma, es decir, ambas puntas redondeadas. El término "fina" no implica una punta aguda, sino una terminación más estrecha o delicada dentro del formato roma		

Consulta 293 - ITEMS 427-429-430-433-434-439-440-465-466

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2025
<p>En relación con el requisito que solicita la inclusión de una "planilla de cálculo o software de instalación" asociado al kit ELISA para detección de anticuerpos, queremos señalar que muchos kits ELISA disponibles en el mercado incluyen todos los reactivos e insumos necesarios para su correcta ejecución, sin requerir software específico ni planilla adicional para su funcionamiento e interpretación. Por ello, solicitamos amablemente a la entidad convocante considere la posibilidad de aceptar ofertas que no incluyan dicha planilla o software, siempre que se garantice el correcto desempeño del kit y la completa realización del ensayo. Esto permitiría que la competencia sea justa y se fomente una mayor participación de oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2025
<p>Se deberán ajustar a las especificaciones técnicas del Pliego de bases y condiciones, atendiendo a que es un requisito esencial.</p>		

Consulta 294 - ITEM 439 - Kit de identificación de Salmonelosis Porcina

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2025
<p>Se solicita amablemente a la entidad convocante la posibilidad de considerar las concentraciones indicadas en el pliego para el kit ELISA —conjugado mínimo 10x, tampón de dilución mínimo 5x y solución de lavado mínima 20x— como valores mínimos, permitiendo así la presentación de productos que cumplan o superen dichos requisitos, garantizando calidad y favoreciendo una mayor cantidad de oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-08-2025
<p>Se deberán ajustar a las especificaciones técnicas del Pliego de bases y condiciones</p>		

Consulta 295 - Item N° 220 - Control biológico de esterilidad

Consulta	Fecha de Consulta	05-08-2025
<p>Favor aclarar si la cinta autoadhesiva para procesos de calor seco, indicadores de esterilización, utilizados en estufa, que están solicitando en cajas x 50 unidades, serían en formato de rollos, y de ser así por cuantos metros cada rollo</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	06-08-2025
<p>No se trata de formato de rollos, favor ajustarse a las especificaciones técnicas</p>		

Consulta 296 - Especificaciones Técnicas - Item 215

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2025
<p>Se deja constancia de que las indicaciones técnicas del producto no se encuentran claramente descriptas en el pliego, en particular respecto al método de esterilización al que estará destinado el indicador biológico autocontenido. Esta información es fundamental para realizar una oferta adecuada, ya que las ampollas biológicas varían según el proceso (vapor, óxido de etileno, calor seco, etc.).</p> <p>Solicitamos se aclare este punto para poder cotizar conforme a las especificaciones técnicas requeridas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2025
<p>Favor ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego de bases y condiciones, ya que en ellas se establecen las características mínimas requeridas por el sector solicitante. Es importante mencionar que la consulta es extemporánea, considerando la Resolución DNCP 230/25, art. 50 "Cuando se prorrogue el plazo tope de consultas por motivo de una adenda modificatoria de las bases condiciones, la convocante estará obligada a analizar únicamente las consultas respecto al contenido de la adenda y no sobre lo establecido en las bases originalmente." al respecto teniendo en cuenta la última adenda publicada, las modificaciones realizadas corresponden a los ítems 289, 291, 413 y 414.</p>		

Consulta 297 - Especificaciones Técnicas - Item 219

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2025
DONDE DICE:		
Indicador biológico para un ambiente de calor seco. Control de los ciclos de esterilización por Formaldehído."		
Este texto genera confusión, ya que calor seco y formaldehído son métodos distintos, y los indicadores biológicos son específicos para cada tipo de proceso. Solicitamos se brinde mayor precisión en la descripción técnica de estos ítems a fin de garantizar una oferta conforme a lo requerido por la institución.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2025
Favor ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego de bases y condiciones, ya que en ellas se establecen las características mínimas requeridas por el sector solicitante. Es importante mencionar que la consulta es extemporánea, considerando la Resolución DNCP 230/25, art. 50 "Cuando se prorrogue el plazo tope de consultas por motivo de una adenda modificatoria de las bases condiciones, la convocante estará obligada a analizar únicamente las consultas respecto al contenido de la adenda y no sobre lo establecido en las bases originalmente." al respecto teniendo en cuenta la última adenda publicada, las modificaciones realizadas corresponden a los ítems 289, 291, 413 y 414.		

Consulta 298 - Especificaciones Técnicas - Item 220

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2025
DONDE DICE:		
Control biológico de esterilidad "Cinta autoadhesiva para procesos de calor seco, indicadores de esterilización, utilizados en estufa."		
La Cinta Autoadhesiva no verifica parámetros críticos como lo hacen los indicadores biológicos o químicos de tipo superior. Por tanto, no corresponde incluirlo bajo el mismo criterio técnico que un control biológico		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2025
Favor ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego de bases y condiciones, ya que en ellas se establecen las características mínimas requeridas por el sector solicitante. Es importante mencionar que la consulta es extemporánea, considerando la Resolución DNCP 230/25, art. 50 "Cuando se prorrogue el plazo tope de consultas por motivo de una adenda modificatoria de las bases condiciones, la convocante estará obligada a analizar únicamente las consultas respecto al contenido de la adenda y no sobre lo establecido en las bases originalmente." al respecto teniendo en cuenta la última adenda publicada, las modificaciones realizadas corresponden a los ítems 289, 291, 413 y 414.		

Consulta 299 - ítem 710

Consulta	Fecha de Consulta	06-08-2025
el ítem 710 Consultamos si aceptarían la oferta de un kit para secuenciación de Influenza Aviar customizado y hecho a medida según las necesidades del laboratorio, compatible con la plataforma de NGS Illumina que disponen en el laboratorio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2025
Se evaluarán ofertas de reactivos compatibles con el equipo de secuenciador de ADN de próxima generación NGS existente en el Laboratorio de Biología Molecular. Es importante mencionar que la consulta es extemporánea, considerando la Resolución DNCP 230/25, art. 50 "Cuando se prorrogue el plazo tope de consultas por motivo de una adenda modificatoria de las bases condiciones, la convocante estará obligada a analizar únicamente las consultas respecto al contenido de la adenda y no sobre lo establecido en las bases originalmente." al respecto teniendo en cuenta la última adenda publicada, las modificaciones realizadas corresponden a los ítems 289, 291, 413 y 414.		

Consulta 300 - COMPOSICION DE PRECIOS

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2025
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la Convocante aclarar y detalles que impuestos deben ser considerados para el desglose de precios??

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2025
-----------	--------------------	------------

Se aclara que en el PBC, apartado Requisitos de participación y Criterio de evaluación - Composición de Precios, se establece una estructura MINIMA del costo de un producto, sin embargo, el proveedor u oferente es el que conoce con exactitud los costos del producto ofertado y los impuestos que debe abonar por el mismo. Es importante mencionar que la consulta es extemporánea, considerando la Resolución DNCP 230/25, art. 50 "Cuando se prorrogue el plazo tope de consultas por motivo de una adenda modificatoria de las bases condiciones, la convocante estará obligada a analizar únicamente las consultas respecto al contenido de la adenda y no sobre lo establecido en las bases originalmente." al respecto teniendo en cuenta la última adenda publicada, las modificaciones realizadas corresponden a los ítems 289, 291, 413 y 414.

Consulta 301 - Capacidad Tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2025
----------	-------------------	------------

El oferente debe contar con los respaldos de los bienes ofertados (Catálogo y/o Manuales de Especificaciones Técnicas) Solicitamos a la Convocante aclarar si deben ser en el idioma original del documento o deben contar con sus debidas traducciones?

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2025
-----------	--------------------	------------

Tal como se encuentra establecido en el Pliego de bases y condiciones, se deberán presentar los documentos con sus debidas traducciones. Es importante mencionar que la consulta es extemporánea, considerando la Resolución DNCP 230/25, art. 50 "Cuando se prorrogue el plazo tope de consultas por motivo de una adenda modificatoria de las bases condiciones, la convocante estará obligada a analizar únicamente las consultas respecto al contenido de la adenda y no sobre lo establecido en las bases originalmente." al respecto teniendo en cuenta la última adenda publicada, las modificaciones realizadas corresponden a los ítems 289, 291, 413 y 414.

Consulta 302 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2025
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la Convocante incluir dentro de los requerimiento de capacidad técnica, las debidas habilitaciones brindadas por el MSPBS para comercializar reactivos, insumos y medicamentos, así como las debidas habilitaciones de los depósitos de almacenamientos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2025
-----------	--------------------	------------

Al respecto, informamos que los requerimientos mínimos exigidos para la participación de los oferentes han sido definidos conforme a las necesidades técnicas de la Dirección General de Laboratorios del SENACSA y se encuentran debidamente establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), cuya convocatoria fue publicada en fecha 19 de junio de 2025. La formulación de estos requisitos busca promover una amplia participación de oferentes, garantizando al mismo tiempo la calidad y seguridad de los productos ofertados, en concordancia con la normativa vigente. Es importante mencionar que la consulta es extemporánea, considerando la Resolución DNCP 230/25, art. 50 "Cuando se prorrogue el plazo tope de consultas por motivo de una adenda modificatoria de las bases condiciones, la convocante estará obligada a analizar únicamente las consultas respecto al contenido de la adenda y no sobre lo establecido en las bases originalmente." al respecto teniendo en cuenta la última adenda publicada, las modificaciones realizadas corresponden a los ítems 289, 291, 413 y 414.

Consulta 303 - AUTORIZACION DEL FABRICANTE

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2025
<p>El PBC establece lo siguiente Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor. Para todos los ítems excepto los siguientes: 86, 87, 88, 89, 90, 212, 213, 246, 366, 367, 368, 369, 382, 383, 384, 385, 386, 420, 536, 578, 641, 642, 639. Solicitamos a la Convocante la justificación del porque se exceptúan estos ítems de la solicitud de autorización del fabricante, en detrimento a los principios de igualdad de competencia, se debería de solicitar para todos los ítems.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2025
<p>Se aclara que esta decisión no se exige autorización del fabricante, representante o distribuidor debido a criterios técnicos y estratégicos definidos por la Dirección General de Laboratorios del SENACSA. Esta se fundamenta con el fin de garantizar la continuidad operativa, su disponibilidad y la alineación con los programas sanitarios y objetivos misionales. La excepción no compromete la calidad ni la seguridad de los procesos laboratoriales, lo cual facilita la mayor participación de oferentes que cumplan con los requisitos técnicos, sin generar barreras innecesarias que pueden afectar la eficiencia. Finalmente, cabe destacar que esta medida no vulnera los principios de igualdad de competencia, sino que se enmarca en una política de compras públicas orientada a la racionalización de requisitos, conforme a las necesidades específicas de cada ítem y su impacto en la operatividad institucional. Es importante mencionar que la consulta es extemporánea, considerando la Resolución DNCP 230/25, art. 50 "Cuando se prorrogue el plazo tope de consultas por motivo de una adenda modificatoria de las bases condiciones, la convocante estará obligada a analizar únicamente las consultas respecto al contenido de la adenda y no sobre lo establecido en las bases originalmente." al respecto teniendo en cuenta la última adenda publicada, las modificaciones realizadas corresponden a los ítems 289, 291, 413 y 414.</p>		

Consulta 304 - PORCENTAJE DE MULTA

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2025
<p>Solicitamos a la Convocante analizar y unificar el porcentaje de multa establecido con el porcentaje de tasa de interés por Mora por parte de la Contratante a 0.10%, a fin de obtener una igualdad de condiciones entre oferente y convocante.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2025
<p>El porcentaje de multa establecido se basa en la importancia de la entrega oportuna de los bienes solicitados, dicho porcentaje busca ser un incentivo real para el cumplimiento estricto de los plazos de entrega. Favor ajustarse a lo establecido en el PBC. Es importante mencionar que la consulta es extemporánea, considerando la Resolución DNCP 230/25, art. 50 "Cuando se prorrogue el plazo tope de consultas por motivo de una adenda modificatoria de las bases condiciones, la convocante estará obligada a analizar únicamente las consultas respecto al contenido de la adenda y no sobre lo establecido en las bases originalmente." al respecto teniendo en cuenta la última adenda publicada, las modificaciones realizadas corresponden a los ítems 289, 291, 413 y 414.</p>		

Consulta 305 - CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2025
<p>Solicitamos a la Convocante para los casos de productos de origen nacional, si en caso de que el Oferente no sea fabricante se deberá de presentar la autorización de uso del certificado de origen nacional otorgado por el fabricante?, además de la autorización del titular del registro en caso de que el oferente no sea ni fabricante ni titular del registro sanitario?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2025
<p>El Oferente deberá presentar la Autorización de la firma que posee el Certificado de Origen Nacional para el beneficio correspondiente,. En caso de registro sanitario, deberá presentar el registro correspondiente, se entiende que al presentar el documento está autorizado por el titular del registro. Es importante mencionar que la consulta es extemporánea, considerando la Resolución DNCP 230/25, art. 50 "Cuando se prorrogue el plazo tope de consultas por motivo de una adenda modificatoria de las bases condiciones, la convocante estará obligada a analizar únicamente las consultas respecto al contenido de la adenda y no sobre lo establecido en las bases originalmente." al respecto teniendo en cuenta la última adenda publicada, las modificaciones realizadas corresponden a los ítems 289, 291, 413 y 414.</p>		

Consulta 306 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	07-08-2025
Solicitamos a la Convocante solicitar el Registro Sanitario de los productos ofertados, o constancia del laboratorio central de salud publica o constancia de estar en tramite del registro sanitario expedido por DINAVISA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2025
<p>Agradecemos su sugerencia respecto a la inclusión del Registro Sanitario o constancias equivalentes en los requisitos de la convocatoria. Al respecto, informamos que los requerimientos mínimos exigidos para la participación de los oferentes han sido definidos conforme a las necesidades técnicas de la Dirección General de Laboratorios del SENACSA y se encuentran debidamente establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), cuya convocatoria fue publicada en fecha 19 de junio de 2025.</p> <p>La formulación de estos requisitos busca promover una amplia participación de oferentes, garantizando al mismo tiempo la calidad y seguridad de los productos ofertados, en concordancia con la normativa vigente. Es importante mencionar que la consulta es extemporánea, considerando la Resolución DNCP 230/25, art. 50 "Cuando se prorrogue el plazo tope de consultas por motivo de una adenda modificatoria de las bases condiciones, la convocante estará obligada a analizar únicamente las consultas respecto al contenido de la adenda y no sobre lo establecido en las bases originalmente." al respecto teniendo en cuenta la última adenda publicada, las modificaciones realizadas corresponden a los ítems 289, 291, 413 y 414.</p>		

Consulta 307 - Item 804 -Tubo de plastico

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2025
Solicitamos respetuosamente a la entidad convocante considerar la posibilidad de aceptar también la presentación en formato RACK, teniendo en cuenta que esta es la modalidad más comúnmente utilizada por la mayoría de los fabricantes, generalmente en presentaciones de 100 unidades.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2025
Se deberán ajustar a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. Es importante mencionar que la consulta es extemporánea, considerando la Resolución DNCP 230/25, art. 50 "Cuando se prorrogue el plazo tope de consultas por motivo de una adenda modificatoria de las bases condiciones, la convocante estará obligada a analizar únicamente las consultas respecto al contenido de la adenda y no sobre lo establecido en las bases originalmente." al respecto teniendo en cuenta la última adenda publicada, las modificaciones realizadas corresponden a los ítems 289, 291, 413 y 414.		

Consulta 308 - Item 804 -Tubo de plastico

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2025
Solicitamos respetuosamente a la entidad convocante aceptar la capacidad del tubo como mínimo de 9 ml, considerando la mínima diferencia existente con la capacidad solicitada y que esta variación no afecta el rendimiento ni la funcionalidad del producto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2025
Se deberán ajustar a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. Es importante mencionar que la consulta es extemporánea, considerando la Resolución DNCP 230/25, art. 50 "Cuando se prorrogue el plazo tope de consultas por motivo de una adenda modificatoria de las bases condiciones, la convocante estará obligada a analizar únicamente las consultas respecto al contenido de la adenda y no sobre lo establecido en las bases originalmente." al respecto teniendo en cuenta la última adenda publicada, las modificaciones realizadas corresponden a los ítems 289, 291, 413 y 414.		

Consulta 309 - Item 805 Tubo de Plastico

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2025
<p>En relación con la especificación: "Tubo descartable de polipropileno. Utilizado en procedimiento de extracción de sangre. Capacidad 9 ml como mínimo, tipo vacutainer, con tapa de goma e interior recubierto de silicona. Presentación: Unidad", Solicitamos respetuosamente a la entidad convocante considerar que, de acuerdo con el estándar de fabricación y comercialización, estos productos se presentan comúnmente en RACK o paquetes de 100 unidades.</p> <p>Por tal motivo, solicitamos aceptar estas presentaciones comerciales como válidas, hasta completar la cantidad total requerida por la convocatoria, sin que ello afecte las especificaciones técnicas del producto.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2025
<p>Se deberán ajustar a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. Es importante mencionar que la consulta es extemporánea, considerando la Resolución DNCP 230/25, art. 50 "Cuando se prorrogue el plazo tope de consultas por motivo de una adenda modificatoria de las bases condiciones, la convocante estará obligada a analizar únicamente las consultas respecto al contenido de la adenda y no sobre lo establecido en las bases originalmente." al respecto teniendo en cuenta la última adenda publicada, las modificaciones realizadas corresponden a los ítems 289, 291, 413 y 414.</p>		

Consulta 310 - Items 363,364,y 365 Frasco esteril para cultivo

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2025
<p>Creemos que existe una interpretación incorrecta respecto al término "tapa ventilada". Técnicamente, una tapa ventilada se refiere a una tapa con filtro, que incorpora pequeñas aberturas cubiertas por un material filtrante, permitiendo la ventilación estéril del frasco sin riesgo de contaminación. Para aclarar este punto sugerimos a la convocante aceptar muestras para su correcta evaluación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2025
<p>Se deberán ajustar a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. Es importante mencionar que la consulta es extemporánea, considerando la Resolución DNCP 230/25, art. 50 "Cuando se prorrogue el plazo tope de consultas por motivo de una adenda modificatoria de las bases condiciones, la convocante estará obligada a analizar únicamente las consultas respecto al contenido de la adenda y no sobre lo establecido en las bases originalmente." al respecto teniendo en cuenta la última adenda publicada, las modificaciones realizadas corresponden a los ítems 289, 291, 413 y 414.</p>		

Consulta 311 - Item 121 Bolsapara residuos patologicos

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2025
<p>Donde dice: Bolsa para residuos patológicos Tipo III • Espesor mínimo: 120 micrones • Color: Rojo • Capacidad: Mínimo 100 litros, de alta resistencia • Dimensiones: Mínimo 89 x 69 cm (boca ancha) • Inscripciones: Impresión del logotipo internacional de residuos peligrosos biológicos infecciosos en ambas caras de la bolsa • Presentación: Paquete de 10 unidades Solicitamos a la convocante aceptar bolsas con las siguientes dimensiones: 89x75x120 cm , para dar oportunidad a la participación de mas oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2025
<p>Se deberán ajustar a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. Es importante mencionar que la consulta es extemporánea, considerando la Resolución DNCP 230/25, art. 50 "Cuando se prorrogue el plazo tope de consultas por motivo de una adenda modificatoria de las bases condiciones, la convocante estará obligada a analizar únicamente las consultas respecto al contenido de la adenda y no sobre lo establecido en las bases originalmente." al respecto teniendo en cuenta la última adenda publicada, las modificaciones realizadas corresponden a los ítems 289, 291, 413 y 414.</p>		

Consulta 312 - Porcentaje de multas

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2025
Solicitamos a la convocante la posibilidad de disminuir el porcentaje de multa al menos a 0.10% por cada día de atraso de los bienes no entregados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2025
El porcentaje de multa establecido se basa en la importancia de la entrega oportuna de los bienes solicitados, dicho porcentaje busca ser un incentivo real para el cumplimiento estricto de los plazos de entrega. Favor ajustarse a lo establecido en el PBC. Es importante mencionar que la consulta es extemporánea, considerando la Resolución DNCP 230/25, art. 50 "Cuando se prorrogue el plazo tope de consultas por motivo de una adenda modificatoria de las bases condiciones, la convocante estará obligada a analizar únicamente las consultas respecto al contenido de la adenda y no sobre lo establecido en las bases originalmente." al respecto teniendo en cuenta la última adenda publicada, las modificaciones realizadas corresponden a los ítems 289, 291, 413 y 414.		

Consulta 313 - Item 121 Bolsa para residuos patológicos

Consulta	Fecha de Consulta	08-08-2025
Por este medio solicitamos a la convocante aceptar presentación de paquetes de 10 unidades o su equivalente (paquetes de mayor cantidad cuya sumatoria sea el total requerido)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2025
Se deberán ajustar a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. Es importante mencionar que la consulta es extemporánea, considerando la Resolución DNCP 230/25, art. 50 "Cuando se prorrogue el plazo tope de consultas por motivo de una adenda modificatoria de las bases condiciones, la convocante estará obligada a analizar únicamente las consultas respecto al contenido de la adenda y no sobre lo establecido en las bases originalmente." al respecto teniendo en cuenta la última adenda publicada, las modificaciones realizadas corresponden a los ítems 289, 291, 413 y 414.		