

Consultas Realizadas

Licitación 462034 - ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS Y MULETAS

Consulta 1 - Suministros requeridos especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-05-2025
Grupo/ Lote 1: Silla de ruedas plegables Solicitamos respetuosamente a la convocante ampliar las especificaciones técnicas Donde dice: Estructura fabricada en acero cromado. Sea considerado: Estructura fabricada en acero cromado y/o esmaltado El tipo de pintura no influye en la calidad ni en las prestaciones en la que será utilizada la silla de ruedas, además permitirá que mas oferentes presenten sus propuestas, logrando una competencia que beneficiara a la convocante con mejores precios		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-05-2025
Se ha considerado los ajustes conforme su solicitud. Favor remitirse a ADENDA 1. ¡Agradecemos su consulta y esperamos su participación!		

Consulta 2 - Suministros requeridos especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-05-2025
Grupo/ lote 1 Silla de ruedas Plegable (todo terreno) Solicitamos a la convocante mayor aclaración sobre el termino (todo terreno) utilizado para diferenciar con el Item 1 Silla de ruedas plegables Son sillas doble tracción o 4 x 4? Las especificaciones son las mismas en ambos items a excepción del Ancho total Item 1: 63 cm Ancho total item 2: 64 cm Despues lo único que difiere es el orden de las especificaciones		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-05-2025
Se ha considerado los ajustes conforme su solicitud. Favor remitirse a ADENDA 1. ¡Agradecemos su consulta y esperamos su participación!		

Consulta 3 - Suministros requeridos especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-05-2025
Grupo/ Lote 1 Item 2 Silla de ruedas plegable (todo terreno) A manera de dar mayor participación a potenciales oferentes Solicitamos a la convocante ampliar las especificaciones Técnicas Donde dice: Reposa pies fijos con placas abatibles y correa para las piernas Quede redactado de la siguiente manera: Reposa pies con placas abatibles y correa para las piernas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-05-2025
Se ha considerado los ajustes conforme su solicitud. Favor remitirse a ADENDA 1. ¡Agradecemos su consulta y esperamos su participación!		

Consulta 4 - Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	27-05-2025
Solicitamos respetuosamente a la convocante incluir los siguientes documentos necesarios para poder evaluar en forma correcta las ofertas presentadas. 1-Para representantes/distribuidores/importadores: Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor en donde conste que la empresa oferente se encuentra debidamente autorizado para ofertar el bien objeto de la presente licitación. Debidamente legalizado y consularizado en el país de origen y destino (o Apostillado). 2-.El oferente deberá presentar constancia de registro y habilitación para importar y comercializar, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISIA,) vigente al momento de la apertura y/o Constancia de Solicitud de renovación de dicho documento. 3-Presentar Registro Sanitario de los bienes ofertados vigentes al momento de la apertura de sobres, expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISIA). Para poder importar y comercializar dispositivos médicos las empresas deben contar mínimamente con estos documentos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-05-2025
La convocante se mantiene en su criterio, a fin de dar mayor participación a los potenciales oferentes. Por lo tanto, solicitamos amablemente a los potenciales oferentes remitirse y ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones de la presente licitación.		

Consulta 5 - Suministros requeridos especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-05-2025
Grupo/Lote 1 Item 3 Silla de ruedas Infantil A manera de dar mayor participación a potenciales oferentes, solicitamos a la convocante ampliar las siguientes especificaciones técnicas Donde dice: Silla de ruedas de acero tiene una estructura robusta y fuerte Quede redactado de la siguiente manera: Silla de ruedas de acero y/o aluminio o simplemente de metal tiene una estructura robusta y fuerte. Normalmente cuando las sillas son para niños la estructuras son de aluminio ya que son mucho mas livianas que el acero y mas resistentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	29-05-2025
Se ha considerado los ajustes conforme su solicitud. Favor remitirse a ADENDA 1. ¡Agradecemos su consulta y esperamos su participación!		

Consulta 6 - Suministros requeridos especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-05-2025
Grupo1 Item 3 Silla de ruedas infantil Solicitamos respetuosamente a la convocante ampliar los rangos, resulta muy llamativo las medidas precisas y da la impresión que están orientadas a algún proveedor en especial por lo tanto solicitamos sea ampliado y quede quede redactado de la siguiente manera Altura Total: 85.5 cm (+/- 5 cm) Ancho total: 54.5 cm (+/- 6 cm) Largo (profundidad) 98.5 cm (+/- 5cm) Asiento (ancho x largo) 40.3 (+/- 5 cm) x 35.5 (+/- 10 cm) Ruedas traseras macizas y/o inflables 53,7 (+/- 10) con frenos de bloqueo Al ampliar las especificaciones garantizara que mas oferentes puedas participar en este llamado y permitirá que la convocante pueda tener mejores ofertas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-05-2025
Se ha considerado los ajustes conforme su solicitud. Favor remitirse a ADENDA 1. ¡Agradecemos su consulta y esperamos su participación!		

Consulta 7 - Suministros requeridos especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	30-05-2025
Grupo 1 Item 2: Silla de ruedas plegable (todo terreno) A manera de dar mayor participación a potenciales oferentes y así tener mejores precios para la institución solicitamos a la convocante la ampliación de las especificaciones técnicas solicitadas Donde dice : • Estructura fabricada en acero esmaltado, color azul, rojo o negro. Quede redactado de la siguiente manera: • Estructura fabricada en acero cromado y/o esmaltado, color azul, rojo o negro. Donde dice : • Asiento y respaldo tapizados en lona Quede redactado de la siguiente manera: • Asiento y respaldo tapizados en material sintético lavable y de fácil limpieza Donde dice : • Reposabrazos abatibles tipo escritorio y acojinados. Quede redactado de la siguiente manera: • Reposabrazos abatibles y/ o desmontable tipo escritorio y acojinados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-06-2025
Teniendo en cuenta que las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de bases y condiciones son el resultado de un relevamiento técnico realizado por la Secretaria de atención a los derechos humanos de las personas con discapacidad (SEMUDIS) de la Institución Municipal, y que los mismos están conforme a las necesidades requeridas por la convocante, solicitamos amablemente a los potenciales oferentes que deseen participar en la presente licitación se ajusten a las Especificaciones técnicas ya establecidas. ¡Agradecemos su consulta y esperamos su participación!		

Consulta 8 - Suministros requeridos especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	30-05-2025
Grupo 1 Item 3 Silla de Ruedas infantil Solicitamos a la convocante la ampliación de las especificaciones técnicas a fin de garantizar la participación a potenciales oferentes Donde dice: • Reposabrazos: fijos, recto y largo Que redactado: • Reposabrazos: corto o largo batiente y/o abatible		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-06-2025
Teniendo en cuenta que las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de bases y condiciones son el resultado de un relevamiento técnico realizado por la Secretaria de atención a los derechos humanos de las personas con discapacidad (SEMUDIS) de la Institución Municipal, y que los mismos están conforme a las necesidades requeridas por la convocante, solicitamos amablemente a los potenciales oferentes que deseen participar en la presente licitación se ajusten a las Especificaciones técnicas ya establecidas. ¡Agradecemos su consulta y esperamos su participación!		

Consulta 9 - Suministros requeridos especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	30-05-2025
Grupo 1 Item 7 Silla sanitaria regulable Solicitamos a la convocante la ampliación de las especificaciones técnicas Donde dice: • Material: aluminio Quede redactado : • Material: de metal resistente a la corrosión Donde dice: • Ancho del asiento: 49cm Quede redactado: • Ancho del asiento: 49cm (+/- 5 cm) Donde dice : • Altura regulable: 43cm a 54 cm Quede redactado: • Altura regulable: 43cm a 54 cm (+/- 5 cm)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-06-2025
Teniendo en cuenta que las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de bases y condiciones son el resultado de un relevamiento técnico realizado por la Secretaria de atención a los derechos humanos de las personas con discapacidad (SEMUDIS) de la Institución Municipal, y que los mismos están conforme a las necesidades requeridas por la convocante, solicitamos amablemente a los potenciales oferentes que deseen participar en la presente licitación se ajusten a las Especificaciones técnicas ya establecidas. ¡Agradecemos su consulta y esperamos su participación!		

Consulta 10 - Suministros requeridos especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2025
Grupo 1 Item 2: Silla de ruedas plegable (todo terreno) A manera de dar mayor participación a potenciales oferentes y así tener mejores precios para la institución solicitamos a la convocante la ampliación de las especificaciones técnicas solicitadas Donde dice : • Estructura fabricada en acero esmaltado, color azul, rojo o negro. Quede redactado de la siguiente manera: • Estructura fabricada en acero cromado y/o esmaltado, . Donde dice : • Asiento y respaldo tapizados en lona Quede redactado de la siguiente manera: • Asiento y respaldo tapizados en material sintético lavable y de fácil limpieza Donde dice : • Reposabrazos abatibles tipo escritorio y acojinados. Quede redactado de la siguiente manera: • Reposabrazos abatibles y/ o desmontable tipo escritorio y acojinados Consideramos que estos cambios son minimis, no afectaran la calidad ni la finalidad y tambien permitirá que mas oferentes presenten sus propuestas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-06-2025
Teniendo en cuenta que las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de bases y condiciones son el resultado de un relevamiento técnico realizado por la Secretaria de atención a los derechos humanos de las personas con discapacidad (SEMUDIS) de la Institución Municipal, y que los mismos están conforme a las necesidades requeridas por la convocante, solicitamos amablemente a los potenciales oferentes que deseen participar en la presente licitación se ajusten a las Especificaciones técnicas ya establecidas. ¡Agradecemos su consulta y esperamos su participación!		

Consulta 11 - Suministros requeridos especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2025
Grupo 1 Item 3 Silla de Ruedas infantil Solicitamos a la convocante la ampliación de las especificaciones técnicas a fin de garantizar la participación a potenciales oferentes Donde dice: • Reposabrazos: fijos, recto y largo Que redactado: • Reposabrazos: corto o largo batiente y/o abatible Esto permitirá que oferentes presentes sus propuestas ya que con las especificaciones anteriores ningún proveedor local puede cumplir sustancialmente con las EETT solicitadas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-06-2025
Teniendo en cuenta que las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de bases y condiciones son el resultado de un relevamiento técnico realizado por la Secretaria de atención a los derechos humanos de las personas con discapacidad (SEMUDIS) de la Institución Municipal, y que los mismos están conforme a las necesidades requeridas por la convocante, solicitamos amablemente a los potenciales oferentes que deseen participar en la presente licitación se ajusten a las Especificaciones técnicas ya establecidas. ¡Agradecemos su consulta y esperamos su participación!		

Consulta 12 - Suministros requeridos especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2025
Grupo 1 Item 7 Silla sanitaria regulable Solicitamos a la convocante la ampliación de las especificaciones técnicas Donde dice: • Material: aluminio Quede redactado : • Material: de metal resistente a la corrosión Donde dice: • Ancho del asiento: 49cm Quede redactado: • Ancho del asiento: 49cm (+/- 5 cm) Donde dice : • Altura regulable: 43cm a 54 cm Quede redactado: • Altura regulable: 43cm a 54 cm (+/- 5 cm)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-06-2025
Teniendo en cuenta que las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de bases y condiciones son el resultado de un relevamiento técnico realizado por la Secretaria de atención a los derechos humanos de las personas con discapacidad (SEMUDIS) de la Institución Municipal, y que los mismos están conforme a las necesidades requeridas por la convocante, solicitamos amablemente a los potenciales oferentes que deseen participar en la presente licitación se ajusten a las Especificaciones técnicas ya establecidas. ¡Agradecemos su consulta y esperamos su participación!		

Consulta 13 - Suministros requeridos especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	10-06-2025
Grupo 1 Item 6 Andador regulable pediátrico Solicitamos a la convocante la adecuación de las especificaciones técnicas donde dice: Conveniente a la hora de trasladarlo, almacenarlo o limpiarlo, pues es sumamente fácil de accionar. Igualmente, puede quedar fijo o con función paso a paso, que permite mover el andador en forma coordinada con cada paso del paciente Quede redactado de la siguiente manera: Conveniente a la hora de trasladarlo, almacenarlo o limpiarlo, pues es sumamente fácil de accionar. Igualmente, puede quedar fijo y/o con función paso a paso, que permite mover el andador en forma coordinada con cada paso del paciente		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-06-2025
Teniendo en cuenta que las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de bases y condiciones son el resultado de un relevamiento técnico realizado por la Secretaría de atención a los derechos humanos de las personas con discapacidad (SEMUDIS) de la Institución Municipal, y que los mismos están conforme a las necesidades requeridas por la convocante, solicitamos amablemente a los potenciales oferentes que deseen participar en la presente licitación se ajusten a las Especificaciones técnicas ya establecidas. ¡Agradecemos su consulta y esperamos su participación!		