Consultas Realizadas

Licitación 460763 - LPN N° 07/2025 "ADQUISICIÓN DE AGUJAS PARA BIOPSIA MAMARIA PARA EL PNPCACUM – PLURIANUAL – CONTRATO ABIERTO"

Consulta 1 - Aclarar marca y modelo.

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2025
¿Favor aclarar marca y modelo de la pistola de biopsia para la cual están comprando las agujas? Esta información es importante a modo de verificar la compatibilidad de las agujas con la pistola.		

Consulta 2 - EETT - PISTOLA

Consulta	Fecha de Consulta	16-07-2025
En caso de que la aguja no sea compatible con la pistola, ofrecemos a la convocante 1 (una) pistola de biopsia nueva con las mismas especificaciones técnicas en la modalidad de comodato la cual estará a disposición del servicio durante la duración del contrato. Favor responder si esto es posible.		

Consulta 3 - Especificaciones Técnicas Ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2025
Solicitamos a la convocante confirmar si la aguja para biopsia automática solicitada en este Ítem se trata de una aguja y con el mango disparador, es decir todo en uno		

Consulta 4 - Especificaciones Técnicas Ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2025
Solicitamos a la convocante analizar también el tipo de medida ya que están pidiendo mucha cantidad de una sola medida siendo que para mama también se utiliza la medida 14 G. por lo que sugerimos que la convocante amplié a mayores medidas para diferentes criterios de toma de muestras si lo considera los profesionales del INCAN y que las EETT sean: Agujas Automáticas para biopsias mamarias de uso único, estéril, centimetrada, de 14 a 16 G x 150 a 160 mm, de 20 a 22 mm de penetración.		

Consulta 5 - Especificaciones Técnicas Ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	17-07-2025
Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participación de oferentes y así evitar posibles protestas y que las EETT sean: Agujas automáticas para biopsias mamarias de uso único, estéril, centimetrada, de 16 G x 150 a 160 mm, de 20 a 22 mm de penetración.		