

Consultas Realizadas

Licitación 465668 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO

Consulta 1 - LOTE 3

Consulta	Fecha de Consulta	
A fin de garantizar el correcto desarrollo de los servicios de mantenimiento y provisión de repuestos, sugerimos a la convocante solicitar en lo que se refiere a Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia, que los oferentes cuenten con Servicio Técnico Autorizado de fábrica, esto teniendo en cuenta que la marca opera con varios oferentes en el país que pueden brindar este servicio garantizado	05-08-2025	

Consulta	Fecha de Consulta	
Debido a la envergadura de los trabajos, se solicita al oferente, ajustarse al Pliego de bases y Condiciones.	06-08-2025	

Consulta 2 - LOTE 4

Consulta	Fecha de Consulta	
A fin de garantizar el correcto desarrollo de los servicios de mantenimiento y provisión de repuestos, sugerimos a la convocante solicitar en lo que se refiere a Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia, que los oferentes cuenten con Servicio Técnico Autorizado de fábrica, esto teniendo en cuenta que la marca opera con varios oferentes en el país que pueden brindar este servicio garantizado con repuestos ORIGINALES	05-08-2025	

Consulta	Fecha de Consulta	
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, sobre el punto consultado remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Sección Datos de la Convocatoria - Autorización del Fabricante.	06-08-2025	

Consulta 3 - LOTE 3.7

Consulta	Fecha de Consulta	
Solicitamos a la convocante aclarar si en el LOTE 3.7 MANO DE OBRA PARA LA CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA CON TERMOMETRO PATRON DE AGITADOR MAGNETICO CON CALENTADOR QUIMIS deberá emitirse un certificado de calibración acreditado según por la ISO17025, por el Organismo Nacional de Acreditación (ONA)	05-08-2025	

Consulta	Fecha de Consulta	
Se deberá emitir certificado de calibración por parte de la empresa u oferente que realice la calibración. Sobre el punto consultado remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Sección Suministros requeridos Especificaciones técnicas - Plan de Prestación de los Servicios (Informe).	06-08-2025	

Consulta 4 - LOTE 3.9

Consulta	Fecha de Consulta	
Solicitamos a la convocante aclarar si en el LOTE 3.9 MANO DE OBRA PARA CALIBRACION DE MANOMETRO DE AUTOCLAVE -MARCA QUIMIS deberá emitirse un certificado de calibración acreditado según por la ISO17025, por el Organismo Nacional de Acreditación (ONA)		

Consulta	Fecha de Consulta	
Se deberá emitir certificado de calibración por parte de la empresa u oferente que realice la calibración. Sobre el punto consultado remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Sección Suministros requeridos Especificaciones técnicas - Plan de Prestación de los Servicios (Informe).		

Consulta 5 - LOTE 4.18

Consulta	Fecha de Consulta	
Solicitamos a la convocante aclarar si en el LOTE 4.18 MANO DE OBRA PARA PRUEBA Y CALIBRACION DE LA TEMPERATURA DEL BLOQUE DE FOTOMETRO CHEKIT DIRECT COD VARIO Y BLOQUE CALEFACTOR RD 125 LOVIBOND PARA DQO CERRADO deberá emitirse un certificado de calibración acreditado según por la ISO17025, por el Organismo Nacional de Acreditación (ONA)		

Consulta	Fecha de Consulta	
Se deberá emitir certificado de calibración por parte de la empresa u oferente que realice la calibración. Sobre el punto consultado remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Sección Suministros requeridos Especificaciones técnicas - Plan de Prestación de los Servicios (Informe).		