

Consultas Realizadas

Licitación 466826 - Adquisición de Insumos Hospitalarios, Odontológicos y de Laboratorio.

Consulta 1 - Plazo de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2025
Plan de Entrega: Solicitamos encarecidamente a la convocante extender el plazo de entrega a por lo menos 30 días corridos. NOTA: Teniendo en cuenta que muchos de los reactivos e insumos solicitados no se disponen en el país para una pronta entrega y más aun considerando que deben ser importados del exterior.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ver Adenda N°01		

Consulta 2 - ítem N° 3

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2025
Solicitan Pipeta automática con Sistema Click Stop y con volumen Digital ¿Podemos ofertar SIN el sistema click stop y con volumen ANALOGICO, con calibración de origen (exactitud y precisión), con Certificado de calidad, con eyector de puntas, herramienta, grasa y manual de uso?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ver Adenda N°01		

Consulta 3 - Ítem N° 8

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2025
Solicitan Pipeta automática con Sistema Click Stop y con volumen Digital ¿Podemos ofertar SIN el sistema click stop y con volumen ANALOGICO, con calibración de origen (exactitud y precisión), con Certificado de calidad, con eyector de puntas, herramienta, grasa y manual de uso?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ver Adenda N°01		

Consulta 4 - Ítem N° 9

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2025
Solicitan Pipeta automática con Sistema Click Stop y con volumen Digital ¿Podemos ofertar SIN el sistema click stop y con volumen ANALOGICO, con calibración de origen (exactitud y precisión), con Certificado de calidad, con eyector de puntas, herramienta, grasa y manual de uso?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ver Adenda N°01		

Consulta 5 - Ítem N° 24

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2025
¿Podemos ofertar Puntas de 0,5 – 20 ul sin cono de acoplamiento?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ver Adenda N°01		

Consulta 6 - Ítem N° 25

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2025
¿ Podemos ofertar Puntas de 2 – 200 ul, el mismo cumple con rango solicitado en el PBC ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ver Adenda N°01		

Consulta 7 - Ítem N° 26

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2025
¿ Podemos ofertar Puntas de 0,5 – 20 ul, el mismo cumple con rango solicitado en el PBC ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ver Adenda N°01		

Consulta 8 - Ítem N° 28

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2025
¿ Podemos ofertar Tubo con volumen de 2,5 ml.? El mismo cumple con rango solicitado en el PBC		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ver Adenda N°01		

Consulta 9 - Ítem N° 30

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2025
¿ Podemos ofertar Tubo con volumen de 2,5 ml.? El mismo cumple con rango solicitado en el PBC		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ver Adenda N°01		

Consulta 10 - Ítem N° 33

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2025
¿ Podemos ofertar frascos para heces con volumen de 50 cc como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ver Adenda N°01		

Consulta 11 - ítem N° 59

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2025
¿Podemos ofertar con viales de 6 x 10 ml = 300 det. como mínimo? El mismo cumple con la determinación solicitada en el PBC		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ver Adenda N°01		

Consulta 12 - ítem N° 60

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2025
¿Podemos ofertar con viales de 6 viales x 4 ml = 240 det. como mínimo? El mismo cumple con la determinación solicitada en el PBC		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ver Adenda N°01		

Consulta 13 - ítem N° 61

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2025
¿Podemos ofertar en presentación de caja x 90 det. como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ver Adenda N°01		

Consulta 14 - ítem N° 64

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2025
¿Podemos ofertar en presentación de caja x 10 det. como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ver Adenda N°01		

Consulta 15 - Ítem N° 73

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2025
¿Podemos ofertar en presentación de caja x 200 ml. como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ver Adenda N°01		

Consulta 16 - ítem N° 80

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2025
¿Podemos ofertar en presentación de caja x 100 det. como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ver Adenda N°01		

Consulta 17 - ítem Nº 224

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2025
¿Podemos ofertar en presentación de caja x 25 unidades como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ver Adenda Nº01		

Consulta 18 - Plan de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2025
Plan de entrega: Solicitamos amablemente a la convocante considerar la extensión del plazo de entrega a 90 días hábiles posteriores a la remisión de la Orden de Compra. Esta solicitud se fundamenta en que muchos de los reactivos e insumos requeridos no se encuentran disponibles actualmente en el país, y su provisión depende de procesos de importación, los cuales pueden verse sujetos a plazos logísticos variables.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ver Adenda Nº01		

Consulta 19 - ítem 91, Agar base sangre (BLOOD):

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2025
ítem 91, Agar base sangre (BLOOD): Solicitamos confirmación sobre la aceptación de presentación en frascos de 500 g.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Deberá ajustarse a lo establecido en el pliego de base y condiciones.		

Consulta 20 - ítem Nº 56

Consulta	Fecha de Consulta	29-07-2025
Solicitan Colorante Wrigh x 25 gr, sin embargo, en la columna de presentación de producto dice que necesitan en Frasco x 1.000 ml. Favor aclarar en qué presentación precisan debido a discrepancia existente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ajustarse al pliego de base y condiciones. Se aclara la presentación debe ser en forma líquida.		

Consulta 21 - Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
Con relacion a este punto: Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida .Se podria ampliar este punto presentando Contratos y/o Factoras y/o Actas de Recepciones Finales que avalen la experiencia requerida?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Deberá ajustarse a los establecido en el pliego de bases y condiciones		

Consulta 22 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
- En referencia a este punto: Demostrar la experiencia en provisión de Insumos Hospitalarios, Odontológicos y de Laboratorio, con facturaciones de venta, contratos y/o recepciones finales u otros documentos, por un monto equivalente al 50 % (cincuenta por ciento) como mínimo del monto total ofertado en el presente procedimiento de contratación, de los: 2 (dos) últimos años, 2023 y 2024. Las sumatorias de las facturaciones deben alcanzar el porcentaje indicado, no será necesaria la presentación del porcentaje del monto establecido por cada año - Solicitamos a la Convocante poder ampliar la cantidad de años con experiencia de los lo menos los 5 cinco ultimos años 2020-2021-2022-2023-2024 , atendiendo que la mayoría de los contratos son Plurianual y teniendo mas Contratos a demostrar .		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Deberá ajustarse a los establecido en el pliego de bases y condiciones		

Consulta 23 - ITEM 57

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
En relación a la aTTP . Reactivo para determinación de tiempo parcial de tromboplastina activada. (10 viales x 2ml para 240 det). Se solicita a la convocante aceptar caja de 6 x 2,5 ml para 15 det.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ver Adenda N°01		

Consulta 24 - ITEM 65

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
En relación al reactivo de ácido úrico de 400 ml como mínimo, se solicita a la convocante aceptar caja por 250 ml como mínimo.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ver Adenda N°01		

Consulta 25 - ITEM 28

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
Se solicita a la convocante aceptar tubos citrato de 3,2 % en lugar de 3,8%.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ver Adenda N°01		

Consulta 26 - ITEM 89

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
Agar Cromogenico. Para aislamiento y diferenciacion de patogenos del tracto urinario frasco de 100 ml como mínimo, se solicita a la convocante aceptar frasco de 100 o 500 gramos no en ml.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ver Adenda N°01		

Consulta 27 - ITEM 90

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
Agar Cled de 100 ml como mínimo, se solicita a la convocante aceptar frasco de 100 o 500 gramos no en ml.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ver Adenda N°01		

Consulta 28 - ITEM 107

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
En relación al Disco EDTA (2μ), se solicita a la convocante acepta discos de EDTA DE 740ug.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ver Adenda N°01		

Consulta 29 - ITEM 112

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
En relación al Disco de identificación Optoquina (1μ), se solicita a la convocante aceptar discos de EDTA de 5 ug.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Deberá ajustarse a los establecido en el pliego de base y condiciones.		

Consulta 30 - ITEM 38

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
En relación a la lámina porta objeto, 26,0 x 76,0 mm, se solicita a la convocante aceptar una medida de 24x60 mm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Deberá ajustarse a los establecido en el pliego de base y condiciones		

Consulta 31 - ITEM 51

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
En relación al Latex para staphylococcus aureus frasco de 3 ml como mínimo, se solicita a la convocante aceptar frascos de 1,5 ml como mínimo para 50 determinaciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Deberá ajustarse a los establecido en el pliego de base y condiciones		

Consulta 32 - ITEM 115

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
En relación Disco Antibiograma Amoxicilina-ac clavulanico (15μ), se solicita la convocante aceptar una concentración de Amoxicilina-ac clavulanico 20/10 ug.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Deberá ajustarse a los establecido en el pliego de base y condiciones		

Consulta 33 - ITEM 119

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
En relación a los Disco Antibiograma Bacitracina (130µg/10UL), se solicita a la convocante aceptar disco de concentración de 0,04 ug o 10 ug.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Deberá ajustarse a los establecido en el pliego de base y condiciones		

Consulta 34 - ITEM 219

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
En relación a los Tubos de centrifuga conicos de plastico con tapa de 12 ml. Se solicita a la convocante aceptar tubos de 15 ml.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Deberá ajustarse a los establecido en el pliego de base y condiciones		

Consulta 35 - ITEM 27

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
Se solicita a la convocante aceptar tubos citrato de 3,2 % en lugar de 3,8%.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Deberá ajustarse a los establecido en el pliego de base y condiciones		

Consulta 36 - ITEM 32

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
Se solicita a la convocante aclarar a que se refiere con frasco colector irrompible, si se refiere al material de Polipropileno (PP) muy usado por su resistencia química, flexibilidad y durabilidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Deberá ajustarse a los establecido en el pliego de base y condiciones, se aclara que el material es polipropileno.		

Consulta 37 - ITEM 33

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
Se solicita a la convocante aclarar a que se refiere con frasco colector irrompible, si se refiere al material de Polipropileno (PP) muy usado por su resistencia química, flexibilidad y durabilidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Deberá ajustarse a los establecido en el pliego de base y condiciones, se aclara que el material es polipropileno.		

Consulta 38 - ITEM 54

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
Se solicita a la convocante aceptar Tiras de orina en paquetes de 100 tiras como mínimo en lugar de 150 tiras		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ver Adenda N°01		

Consulta 39 - ITEM 50

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
En relación al Latex para estreptococcus grupo B con frasco de 3 ml como mínimo, se solicita a la convocante aceptar frascos de 1,5 ml como mínimo para 50 determinaciones		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ver Adenda N°01		

Consulta 40 - ITEM 56

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
En relación a la Tromboplastina cálcica para la determinación del tiempo de protrombina. En una sola etapa (10 viales x 2ml para 300 det). Se solicita a la convocante aceptar caja de 8 x 8 unidades para 320 determinaciones		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ver Adenda N°01		

Consulta 41 - ITEM 63

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
En relación al Magnesio. Método colorimétrico para la determinación de Magnesio sérico caja por 200 ml como mínimo, se solicita a la convocante aceptar caja de 2 x 50 ml como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ver Adenda N°01		

Consulta 42 - ITEM 56

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
En relación al Colorante Wrigh de 25 gr. Se solicita a la convocante aceptar colorante Wrigh de 3 gr.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Deberá ajustarse a los establecido en el pliego de base y condiciones		

Consulta 43 - ITEM 104

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
Agar Urea BAM, se solicita a la convocante aceptar agar Urea tradicional con su suplemento urea al 40%.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ajustarse al PBC.		

Consulta 44 - ITEM 65

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
Se solicita a la convocante aceptar reactivo sin aclarante de lípidos, con presentación de 250 ml.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ver Adenda N°01		

Consulta 45 - ITEM 67

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
Se solicita a la convocante aceptar reactivo sin aclarante de lípidos, con presentación de 100 ml		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ver Adenda N°01		

Consulta 46 - ITEM 68

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
Se solicita a la convocante aceptar reactivo por metodología UV Cinética, con tiempo de reacción de 3 minutos. Con presentación de 500 ml como mínimo (4 x100 ml de reactivo A + 4 x 25 ml de reactivo B).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ver Adenda N°01		

Consulta 47 - ITEM 70

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
Se solicita a la convocante permitir que el tiempo de reacción sea de hasta 3 minutos. Se solicita a la convocante aceptar la presentación de 100 ml.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ver Adenda N°01		

Consulta 48 - ITEM 71

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
Se solicita a la convocante permitir reactivo con metodología UV optimizado IFCC, que el tiempo de reacción sea de hasta 3 minutos, presentación de 200 ml		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ver Adenda N°01		

Consulta 49 - ITEM 72

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
Se solicita a la convocante permitir reactivo con metodología UV optimizado IFCC, que el tiempo de reacción sea de hasta 3 minutos, presentación de 200 ml		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ver Adenda N°01		

Consulta 50 - ITEM 73

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
Se solicita a la convocante aceptar presentación de 80 ml como mínimo.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ver Adenda N°01		

Consulta 51 - ITEM 76

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
Se solicita a la convocante aceptar reactivo con presentación de 250 ml		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ver Adenda N°01		

Consulta 52 - ITEM 81

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
Se solicita a la convocante aceptar reactivo con presentación de 6 x 120 ml. Y presentar a parte el Standard si el mismo no se encuentra incluido el el Kit.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ver Adenda N°01		

Consulta 53 - ITEM 84

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
Se solicita a la convocante aceptar reactivo por metodología UV, con presentación de 100 ml.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ver Adenda N°01		

Consulta 54 - ITEM 85

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
Se solicita a la convocante aclarar si requiere equipo en comodato para la determinación de hemoglobina glicada por metodología HPLC con columna de intercambio iónico.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Deberá ajustarse a lo establecido en el pliego de base y condiciones.		

Consulta 55 - ITEM 88

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
Se solicita a la convocante permitir presentación de 20 test como mínimo.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ajustarse al Pliego de Base y Condiciones.		

Consulta 56 - Ítem N° 89

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
Solicitan Agar Cromogenico x 100 ml. Favor aclarar en qué presentación precisan debido a que los agars normalmente vienen en presentación de gramos.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ver Adenda N°01		

Consulta 57 - Ítem N° 90

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
Solicitan Agar Medio CLED x 100 ml. Favor aclarar en qué presentación precisan debido a que los agars normalmente vienen en presentación de gramos.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ver Adenda N°01		

Consulta 58 - Ítem N° 88

Consulta	Fecha de Consulta	30-07-2025
¿Podemos ofertar en una presentación de 20 det. como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ver Adenda N°01		

Consulta 59 - ITEM 28

Consulta	Fecha de Consulta	01-08-2025
En referencia Tubo con Citrato de Sodio 3.8% (2 ml). Se solicita a la convocante aceptar un volumen de 1, 8 ml.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ver Adenda N°01		

Consulta 60 - ITEM 59

Consulta	Fecha de Consulta	01-08-2025
En relación a la Tromboplastina cálcica para la determinación del tiempo de protrombina. En una sola etapa (10 viales x 2ml para 300 det). Se solicita a la convocante aceptar caja de 8 x 8 unidades para 320 determinaciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ver Adenda N°01		

Consulta 61 - ITEM 60

Consulta	Fecha de Consulta	01-08-2025
En relación a la aTTP . Reactivo para determinación de tiempo parcial de tromboplastina activada. (10 viales x 2ml para 240 det). Se solicita a la convocante aceptar caja de 6 x 2,5 ml para 15 det.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ver Adenda N°01		

Consulta 62 - ITEM 58

Consulta	Fecha de Consulta	01-08-2025
En relación a Proteínas totales reactivo enzimático colorimétrico con standard, tiempo de reacción: 10 min., a temperatura ambiente, se solicita a la convocante aceptar un reactivo con estándar por separado y con tiempo de reacción de 15 min a 37 °c.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ver Adenda N°01		

Consulta 63 - ITEM 62

Consulta	Fecha de Consulta	01-08-2025
Glucosa. Método enzimático colorimétrico, tiempo de reacción: 5 min., a 37°C. CAJA X 400 ML, Se solicita a la convocante aceptar caja de 4 frascos por 250 ml, para 1000 determinaciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ver Adenda N°01		

Consulta 64 - ITEM 139

Consulta	Fecha de Consulta	01-08-2025
E- test para Oxacilina, en una presentación de 50 discos, se solicita a la convocante cambiar la presentación a tiras ya que no existe una presentación en el formato solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ver Adenda N°01		

Consulta 65 - ITEM 18, 19, 20 Y 21 EETT:

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2025
ITEM 18, 19, 20 Y 21 EETT: Se solicita amablemente a la convocante la posibilidad de realizar el cambio de sus respectivas especificaciones, indicando el largo de las agujas a 21G X 1 ½ como mínimo, permitiendo la posibilidad de presentación a más oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Deberá ajustarse a los establecido en el pliego de base y condiciones.		

Consulta 66 - ITEM 15 EETT:

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2025
ITEM 15 EETT: Se solicita amablemente a la convocante la posibilidad de realizar el cambio de sus respectivas especificaciones indicando Esparadrapo color piel, de 7,5 cm., x 4,5 mts., como mínimo, permitiendo la posibilidad de presentación a más oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ver Adenda N°01		

Consulta 67 - ITEM 59 - Tromboplastina cálcica para la determinación del tiempo de protrombina

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2025
Solicitamos amablemente a la convocante que la presentación de “Caja x 300 determinaciones (como mínimo)” pueda ser cumplido a través de una presentación compuesta por más de un kit comercial de 5 viales x 2 mL, siempre que el volumen total suministrado garantice al menos 300 determinaciones, conforme al método de análisis utilizado. Destacamos que esta alternativa no altera las condiciones de uso, estabilidad ni el procedimiento analítico del producto, garantizando el correcto desempeño y la trazabilidad requerida para la prueba y además permite ampliar la competitividad al posibilitar la participación de un mayor número de oferentes con presentaciones técnicamente equivalentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Deberá ajustarse a lo establecido en el pliego de base y condiciones.		

Consulta 68 - ITEM 60- aTTP . Reactivo para determinación de tiempo parcial de tromboplastina activada.

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2025
ITEM 60- aTTP . Reactivo para determinación de tiempo parcial de tromboplastina activada. Solicitamos amablemente a la convocante que el requisito de presentación “10 viales x 2 mL” para el reactivo de tiempo parcial de tromboplastina activada (aPTT) pueda ser cumplido mediante una presentación técnica equivalente, como por ejemplo 5 viales de 8 mL o 2 viales de 5 mL, siempre que el volumen total suministrado sea igual o superior al requerido y cumpla con las condiciones de uso del método. Asimismo, solicitamos se considere la posibilidad de cumplir con el requisito mediante la oferta de más de un kit hasta alcanzar el número de determinaciones solicitadas. Esta alternativa no afecta la funcionalidad del ensayo ni su desempeño analítico, y permite ampliar las opciones de participación de oferentes que trabajan con presentaciones diferentes, pero equivalentes en contenido y calidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ver Adenda N°1		

Consulta 69 - ITEM 67 Reactivo para Triglicéridos.

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2025
Solicitamos amablemente a la convocante que el “tiempo de reacción: 5 minutos a 37 °C” pueda ser interpretado como un tiempo mínimo, permitiendo la admisión de métodos técnicamente equivalentes que trabajen a esa temperatura y cuyo tiempo de reacción sea igual o superior a 5 minutos. Esta interpretación no afecta el resultado analítico y permitiría ampliar la participación de oferentes sin comprometer la calidad técnica del reactivo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ver Adenda N°01		

Consulta 70 - ITEM 62

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2025
Solicitamos amablemente a la convocante que el “tiempo de reacción: 5 minutos a 37 °C” pueda ser interpretado como un tiempo mínimo, permitiendo la admisión de métodos técnicamente equivalentes que trabajen a esa temperatura y cuyo tiempo de reacción sea igual o superior a 5 minutos. Esta interpretación no afecta el resultado analítico y permitiría ampliar la participación de oferentes sin comprometer la calidad técnica del reactivo.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ver Adenda N°01		

Consulta 71 - ITEM N°73_HDL COLESTEROL

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2025
Solicitamos amablemente a la convocante considerar válida la presentación de 2 frascos de 90 mL para el reactivo solicitado, permitiendo cumplir el volumen mínimo requerido mediante la suma de varios kits de esta presentación. Esta alternativa alcanza el volumen total exigido sin afectar el resultado de la técnica, y además amplía la participación de oferentes técnicamente aptos.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ver Adenda N°01		

Consulta 72 - ITEM 81 - Albumina

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2025
Solicitamos amablemente a la convocante considerar la posibilidad de aceptar la presentación técnica ofrecida para el reactivo solicitado, la cual es de 2 x 125 mL, permitiendo cumplir con la cantidad mínima de determinaciones requeridas mediante la suma de varios kits de esta presentación. Esta alternativa alcanza el total exigido sin afectar el resultado de la técnica, y además amplía la participación de oferentes técnicamente aptos.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ver Adenda N°01		

Consulta 73 - ITEM 82 - Plasma control, para control de calidad en laboratorio de Hemostasia

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2025
Solicitamos amablemente a la convocante confirmar si el requerimiento de presentación mínima “Caja x 6 de 1 mL” para el reactivo solicitado puede ser cumplido mediante una presentación técnica equivalente de 10 x 1 mL. Esta alternativa supera el volumen mínimo requerido, no afecta el resultado de la técnica y amplía la participación de oferentes técnicamente aptos.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ver Adenda N°01		

Consulta 74 - ITEM 83 -Plasma control patológico, para control de calidad en laboratorio de Hemostasia

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2025
Solicitamos amablemente a la convocante confirmar si el requerimiento de presentación mínima "Caja x 6 de 1 mL" para el reactivo solicitado puede ser cumplido mediante una presentación técnica equivalente de 10 x 1 mL. Esta alternativa supera el volumen mínimo requerido, no afecta el resultado de la técnica y amplía la participación de oferentes técnicamente aptos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ver Adenda N°01		

Consulta 75 - ITEM 62 - Glucosa.

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2025
Solicitamos amablemente a la convocante que el "tiempo de reacción: 5 minutos a 37 °C" pueda ser interpretado como un tiempo mínimo, permitiendo la admisión de métodos técnicamente equivalentes que trabajen a esa temperatura y cuyo tiempo de reacción sea igual o superior a 5 minutos. Esta interpretación no afecta el resultado analítico y permitiría ampliar la participación de oferentes sin comprometer la calidad técnica del reactivo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ver Adenda N°01		

Consulta 76 - VENCIMIENTO

Consulta	Fecha de Consulta	04-08-2025
Solicitamos encarecidamente a la convocante aceptar los reactivos, agar y discos con un vencimiento mínimo de 8 meses.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ver Adenda N°01		

Consulta 77 - Ítem 88:

Consulta	Fecha de Consulta	12-08-2025
Ítem 88: Se solicita amablemente a la convocante que, para el ítem correspondiente al Test rápido para Influenza, se contemple la presentación "Caja de 20 tiras (como mínimo)", dado que esta presentación no afecta ni compromete la funcionalidad del kit.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-08-2025
Ajustarse al pliego de base y condiciones.		

Consulta 78 - ITEM 28

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2025
Tubos con citrato, se solicita a la convocante aceptar tubos a partir de 1,8 ml.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-08-2025
Ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones. Las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas y verificadas en función de las necesidades del laboratorio.		

Consulta 79 - ITEM 32

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2025
Frasco de orina, se solicita a la convocante aceptar frasco de 120 cc y con tapa rosca.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-08-2025
Ajustarse a la ultima versión del pliego de base y condiciones. Sera aceptado un frasco con presentación de mayor capacidad.		

Consulta 80 - ITEM 66

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2025
Reactivo para colesterol: se solicita a la convocante aceptar caja de 4 frascos x 100 ml.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-08-2025
Ajustarse a la ultima versión del pliego de base y condiciones. Sera aceptado, tener en cuenta el mínimo requerido como referencia o su equivalente cajas de menor capacidad cuyo total sume la cantidad requerida		

Consulta 81 - ITEM 107

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2025
En relación al Disco EDTA (740 ug), se solicita a la convocante aceptar también discos de EDTA de 750ug.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-08-2025
Ajustarse a la ultima versión del pliego de base y condiciones. Sera aceptado, tener en cuenta el mínimo requerido como referencia o su equivalente de mayor capacidad cuyo total sume la cantidad requerida		

Consulta 82 - ITEM 108

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2025
En relación al disco de oxidasa 4 u, se solicita a la convocante aceptar cada disco impregnado con dicloruro de N,N-dimetil-1,4-fenileno-diamonio y α -naftol.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-08-2025
Ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones. Las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas y verificadas en función de las necesidades del laboratorio.		

Consulta 83 - ITEM 139

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2025
E- test para Oxacilina, en una presentación de 50 discos, se solicita a la convocante cambiar la presentación a tiras ya que no existe una presentación en el formato solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-08-2025
Ajustarse a la última versión del PBC.		

Consulta 84 - Consulta en general para los ítems que podrían requerir calibrador

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2025
Se solicita a la convocante solicitar calibrador incluido o por separado a los ítems de química clínica, ya que no se visualiza ningún ítem solicitando el mismo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-08-2025
Ajustarse al pliego de base y condiciones, no se incluye calibrador, ya que el método de trabajo es con técnica manual.		

Consulta 85 - ITEM 67

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2025
Reactivo para Triglicéridos, se solicita a la convocante aceptar caja por 100 determinaciones como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-08-2025
Ajustarse a la ultima versión del pliego de base y condiciones. Sera aceptado, tener en cuenta el mínimo requerido como referencia o su equivalente cajas de menor capacidad cuyo total sume la cantidad requerida		

Consulta 86 - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2025
Items 171; Donde dice "Protector facial, casco fabricado en polipropileno y visor antirayadura" , solicitamos amablemente a la convocante permitir ofertar visera con protector facial Antiempañante y lupa		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-08-2025
Ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones. El producto se ajusta dentro del mínimo requerido.		

Consulta 87 - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2025
Items 182, donde dice "Hidróxido De Calcio puro. Sistema de sellado de conducto de 15 gramos", solicitamos amablemente a la convocante sustituir 15 gramos por 10 gramos como mínimo.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-08-2025
Ajustarse a la ultima versión del pliego de base y condiciones. Sera aceptado, tener en cuenta el mínimo requerido como referencia o su equivalente de menor capacidad cuyo total sume la cantidad requerida		

Consulta 88 - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2025
tem 203: donde dice "Aguja para jeringa carpule corta 25 mm 30Gx1, esteriles", Favor confirmar si el 1 representa a pulgada".-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-08-2025
Si, el 1 representa a pulgadas		

Consulta 89 - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	19-08-2025
Items 204 donde dice "Aguja para jeringa carpule pediátrica 21 mm 30Gx1/2", estériles," favor aclarar si al ser pediátrica no debería de ser de 12 mm en vez de 21mm"		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-08-2025
Favor ajustarse a la ultima versión del Pliego de Base y condiciones.		