

Consultas Realizadas

Licitación 472620 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS

Consulta 1 - Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	28-08-2025
<p>Con respecto al apartado "Registro Sanitario Vigente" expedido por la DINAVISA, solicitamos que se permita la presentación de paquetes quirúrgicos cuyos componentes cuentan con Registro Sanitario individual vigente.</p> <p>Las empresas habilitadas como laboratorios de fabricación de dispositivos médicos, fraccionadoras y envasadoras disponemos de las habilitaciones correspondientes para fabricar los componentes de cada paquete, cada insumo incluido en el paquete posee un certificado de Registro Sanitario vigente, además de las autorizaciones y permisos requeridos para su fraccionamiento y acondicionamiento final.</p> <p>Por lo tanto, solicitamos que se aclare que no puede ser causal de descalificación un producto que cumpla con todos los requisitos, cuyos componentes posean Registro Sanitario individual y que sea procesado y acondicionado por una empresa debidamente autorizada.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
Remitirse a la Adenda, en el SICP.		

Consulta 2 - Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	28-08-2025
<p>Registro Sanitario vigente expedido por Dinavisa favor aclarar si para el ítem 74 biberones de plástico será suficiente la presentación de la constancia emitida por INTN ya que los plásticos para alimentos no se encuentran dentro del alcance de Dinavisa si no de la INAN.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
Remitirse a la Adenda, en el SICP.		

Consulta 3 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2025
<p>Para el ítem 94 Paquete de cirugía General, solicitan en uno de los componentes, el tejido de la "MARCA! Tyvet, favor corregir este punto donde está expresamente mencionada una marca, situación que está prohibida por la ley.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
Remitirse a la Adenda, en el SICP.		

Consulta 4 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2025
----------	-------------------	------------

Para el ítem 95 Paquete de cirugía General, solicitan en uno de los componentes, el tejido de la "MARCA! Tyvet, favor corregir este punto donde está expresamente mencionada una marca, situación que está prohibida por la ley.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda, en el SICP.

Consulta 5 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2025
----------	-------------------	------------

Para el ítem 94 solicitamos se permita oferta los paquetes en tejidos SMMS de 40 grs como mínimo, de manera a dar mayor participación a posibles oferentes, y atendiendo que dicho tejido en mayor gramaje es más resistente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda, en el SICP.

Consulta 6 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2025
----------	-------------------	------------

Para el ítem 95 solicitamos se permita oferta los paquetes en tejidos SMMS de 40 grs como mínimo, de manera a dar mayor participación a posibles oferentes, y atendiendo que dicho tejido en mayor gramaje es más resistente.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda, en el SICP.

Consulta 7 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2025
----------	-------------------	------------

PARA EL ÍTEM 94 SOLICITAN: 06 pcs de compresas de algodón de 4 ply, 15 hilos, 40 gms, Consultamos a la convocante si estas compresas abdominales deben llevar hilo o tiras radiopacas, atendiendo que estas serán utilizadas para intervenciones quirúrgicas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda, en el SICP.

Consulta 8 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2025
----------	-------------------	------------

En el punto donde la convocante solicita: Demostrar la experiencia en [Provisión de insumos médicos descartables] con facturaciones de venta y/o recepciones que finales por un monto equivalente al 30% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación.

Al respecto solicitamos a la convocante demostrar la experiencia de la siguiente manera:

Demostrar la experiencia en [Provisión de insumos médicos descartables] con contratos y/o Facturaciones y/o Recepciones finales por un monto equivalente al 30% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación. A modo de dar mayor amplitud a la experiencia solicitada.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, y Adendas correspondientes.

Consulta 9 - MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2025
<p>En el apartado de Muestras solicitamos a la convocante en caso de ofertarse en varios ítems el mismo tipo de material y/o insumo, pero de diferentes medidas, será suficiente la presentación de uno de ellos, debiendo ajustarse exactamente al ítem para el cual se entrega la muestra, acompañadas de una declaración jurada en la que el oferente se compromete, en caso de ser adjudicado, a entregar el producto conforme a las especificaciones técnicas requeridas en el ítem correspondiente de igual marca, calidad, origen y procedencia que la muestra presentada.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
<p>Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, y Adendas correspondientes.</p>		

Consulta 10 - CAPACIDAD TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2025
<p>Se solicita a la convocante, para los paños para baño seco, admitir indistintamente el Registro Sanitario para Dispositivo Medico e Higiene Personal, ya que la entidad reguladora DINAVISA emite para el producto mencionado, Registro Sanitario tanto como de dispositivo medico e Higiene Personal.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
<p>Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, y Adendas correspondientes. La Resolución DINAVISA N° 243/2021, de fecha 15/10/2021, "Por la cual se definen las categorías para el registro de productos que contienen clorhexidina según concentración y uso al que están destinados", establece en su artículo 3º:</p> <p>a) Productos de Higiene Personal, Cosméticos y Perfumes: aquellos utilizados en la higiene de manos y piel, o como conservantes en formulaciones cosméticas, en concentraciones menores o iguales al 0,3%.</p> <p>b) Especialidad Farmacéutica: aquellos productos que contengan clorhexidina destinados a ser utilizados en heridas superficiales, baño prequirúrgico, lavado postquirúrgico, lavado prequirúrgico del personal de salud, o cualquier otro uso destinado a aplicarse sobre piel o membranas mucosas.</p> <p>En este contexto, el producto en cuestión se utiliza para el baño diario de pacientes y en procesos de descolonización, donde se busca una acción residual, ya que el excedente no se retira mediante enjuague.</p> <p>Considerando que resulta fundamental que los componentes químicos presentes en este tipo de productos tienden a acumularse en la piel con el uso continuo, lo que puede generar efectos adversos si no se garantiza su inocuidad. En consecuencia, la formulación cualicuantitativa aplicable a este producto corresponde expresamente a la categoría de higiene personal y cosméticos.</p> <p>Es imprescindible que el registro sanitario solicitado en el PBC sea el de higiene personal y cosméticos, ya que este procedimiento asegura la evaluación de la seguridad, calidad y concentración de los ingredientes en función del uso previsto. De esta manera, se protege la salud de los usuarios y se cumple con la normativa vigente, lo cual otorga plena validez legal y técnica a la comercialización del producto.</p>		

Consulta 11 - REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL CRITERIO DE CAPACIDAD TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2025
Se solicita a la convocante, para los paños para baño seco, admitir indistintamente el Registro Sanitario para Dispositivo Medico e Higiene Personal, ya que la entidad reguladora DINAVISA emite para el producto mencionado, Registro Sanitario tanto como de dispositivo medico e Higiene Personal.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
<p>Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, y Adendas correspondientes. La Resolución DINAVISA Nº 243/2021, de fecha 15/10/2021, "Por la cual se definen las categorías para el registro de productos que contienen clorhexidina según concentración y uso al que están destinados", establece en su artículo 3º:</p> <p>a) Productos de Higiene Personal, Cosméticos y Perfumes: aquellos utilizados en la higiene de manos y piel, o como conservantes en formulaciones cosméticas, en concentraciones menores o iguales al 0,3%.</p> <p>b) Especialidad Farmacéutica: aquellos productos que contengan clorhexidina destinados a ser utilizados en heridas superficiales, baño prequirúrgico, lavado postquirúrgico, lavado prequirúrgico del personal de salud, o cualquier otro uso destinado a aplicarse sobre piel o membranas mucosas.</p> <p>En este contexto, el producto en cuestión se utiliza para el baño diario de pacientes y en procesos de descolonización, donde se busca una acción residual, ya que el excedente no se retira mediante enjuague.</p> <p>Considerando que resulta fundamental que los componentes químicos presentes en este tipo de productos tienden a acumularse en la piel con el uso continuo, lo que puede generar efectos adversos si no se garantiza su inocuidad. En consecuencia, la formulación cualicuantitativa aplicable a este producto corresponde expresamente a la categoría de higiene personal y cosméticos.</p> <p>Es imprescindible que el registro sanitario solicitado en el PBC sea el de higiene personal y cosméticos, ya que este procedimiento asegura la evaluación de la seguridad, calidad y concentración de los ingredientes en función del uso previsto. De esta manera, se protege la salud de los usuarios y se cumple con la normativa vigente, lo cual otorga plena validez legal y técnica a la comercialización del producto.</p>		

Consulta 12 - ÍTEM 48 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2025
Se solicita a la convocante reformular la especificación técnica de la siguiente manera: PAÑO CON CLORHEXIRINA al 2% de 20 cm x 20 cm + - 1 cm como mínimo, para fomentar mayor participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
Remitirse a la Adenda, en el SICP.		

Consulta 13 - ÍTEM 48 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2025
Se solicita a la convocante aclarar la siguiente leyenda...1,5 grs de "Agente de Limpieza" por Paño...		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
Remitirse a la Adenda, en el SICP.		

Consulta 14 - ÍTEM 48 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2025
Se solicita a la convocante que se admita indistintamente tanto como PAÑO SECO como PAÑO PREHUMEDECIDO CON CLORHEXIRINA al 2% para dar mayor participación a oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, y Adendas correspondientes. Se solicita paños secos para un control más seguro de la concentración y calidad del agente activo. Los paños prehumedecidos, una vez abierto su envase, comienzan a perder estabilidad y propiedades físico-químicas, lo cual puede afectar: - La concentración efectiva de los agentes activos (ej. clorhexidina, polihexanida). - La garantía de acción antimicrobiana. - La seguridad microbiológica del producto.		

Consulta 15 - ÍTEM 48 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2025
Se solicita a la convocante admitir la presentación de entrega a PAQUETE CONTENIENDO 1 UNIDAD como mínimo, para fomentar la participación de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, y Adendas correspondientes. La solicitud de compra es de acuerdo a los protocolos establecidos por los servicios solicitantes. Ejemplo: Paño para Baño Seco de fibra virgen deshidratado con extracto de Clorhexidina y Polihexanida de 20x20 cm cada paño y 1,5 gramos de agente de limpieza por paño. Presentación: Paquete x 03 unidades para un baño completo, 1 paño independiente por zona. 1 paño: Zona perianal, zona superior (torso) zona inferior.		

Consulta 16 - ITEM 61

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2025
Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participación de oferentes y evitar posibles protestas . DONDE DICE : Mascara laringea N°5.Manquito inflable ,tubo de via aerea ,linea inflacion ,balon piloto y balbula que facilita el imflado. SI PODRIA DECIR: Mascara laringea N°4,5 A 5.Manquito inflable ,tubo de via aerea ,linea inflacion ,balon piloto y balbula que facilita el imflado. Lo solicitado es irrelevante ya que algunas marcas manejan el 4,5 y 5 como misma medida o para el mismo tipo de paciente de 70 a 100 kilos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, y Adendas correspondientes.		

Consulta 17 - ITEM 77

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2025
<p>Solicitamos a la convocante si se podría también tener en cuenta las siguientes características (siendo esto fundamental en la calidad del producto y para un resultado exitoso en el drenaje ya que existen varias calidades en el mercado y que perjudica la colocación como los resultados post cirugía) : Cola de chancho de 10mm (para que esto no moleste al paciente) y que el cateter posea como mínimo 5 orificios para el correcto drenaje. por lo que solicitamos si se puede agregar y que las eett queden de la siguiente manera: Cateter de drenaje multipropósito de 8.5fr y 25 cm. Con sistema de fijación interna, cobertura hidrofílica y banda radiopaca. Incluye trocar rígido. Con disco para fijar el cateter. Cateter con cola de chancho de 10 mm de diam con por lo menos 5 orificios. Estéril. Descartable.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
<p>Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, y Adendas correspondientes.</p>		

Consulta 18 - Item 78

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2025
<p>Solicitamos a la convocante si se podría también tener en cuenta las siguientes características (siendo esto fundamental en la calidad del producto y para un resultado exitoso en el drenaje ya que existen varias calidades en el mercado y que perjudica la colocación como los resultados post cirugía) : Cola de chancho de 10mm (para que esto no moleste al paciente) y que el cateter posea como mínimo 5 orificios para el correcto drenaje. por lo que solicitamos si se puede agregar y que las eett queden de la siguiente manera: Cateter de drenaje multipropósito de 10,2fr y 25 cm. Con sistema de fijación interna, Cobertura hidrofílica y banda radiopaca. Incluye trocar rígido. Con disco para fijar el cateter. Cateter con cola de chancho de 10 mm de diam con por lo menos 5 orificios. Estéril. Descartable.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
<p>Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, y Adendas correspondientes.</p>		

Consulta 19 - ITEM 19 HILO P/ SUTURA POLIAMIDA

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2025
<p>Se solicita a la convocante se pueda cotizar hilo poliamida 10/0. composición química del material: poliamida, monofilamento, sintético no absorbible, estéril. longitud mínima de la hebra 45cm, con aguja de " 7mm 1/2 círculo" cuerpo triangular, aguja de acero inoxidable serie siliconada, presentación en doble empaque</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
<p>Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, y Adendas correspondientes.</p>		

Consulta 20 - ITEM 69: HILO P/ SUTURA POLIPROPILENO

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2025
<p>Se solicita a la convocante se pueda cotizar SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N°5/0, monofilamento, doble aguja, aguja redonda, 1/2 círculo, "17mm a 26mm", 75cm, no absorbible</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
<p>Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, y Adendas correspondientes.</p>		

Consulta 21 - ITEM 70: HILO P/ SUTURA POLIPROPILENO

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2025
Se solicita a la convocante se pueda cotizar SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIPROPILENO N°6/0, monofilamento, doble aguja, aguja redonda, 1/2 circulo, "13mm a 26mm", 75cm, no absorbible		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, y Adendas correspondientes.		

Consulta 22 - ITEM 83: ALAMBRE GUIA

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2025
Se solicita a la convocante se pueda AMPLIAR LA LONGITUD del Alambre guía 0.035` y de 145cm en (+-5cm). Estructura de nitinol con cobertura hidrofílica, punta angulada distal de platino. Para procedimientos de cirugía percutánea biliar y recambio de catéteres. Estéril descartable		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, y Adendas correspondientes.		

Consulta 23 - Item 79

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2025
Solicitamos a la convocante si se podría también tener en cuenta las siguientes características (siendo esto fundamental en la calidad del producto y para un resultado exitoso en el drenaje ya que existen varias calidades en el mercado y que perjudica la colocación como los resultados post cirugía) : Cola de chanco de 10mm (para que esto no moleste al paciente) y que el cateter posea como mínimo 5 orificios para el correcto drenaje. por lo que solicitamos si se puede agregar y que las eett queden de la siguiente manera: Cateter de drenaje multiproposito de 12fr y 25 cm aprox. Con sistema de fijacion interna, Cobertura hidrofílica y banda radiopaca. Incluye trocar rigido. Con disco para fijar el cateter. Cateter con cola de chanco de 10 mm de diam con por lo menos 5 orificios. Estéril. Descartable.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, y Adendas correspondientes.		

Consulta 24 - Item 80

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2025
Solicitamos a la convocante si se podría también tener en cuenta las siguientes características (siendo esto fundamental en la calidad del producto y para un resultado exitoso en el drenaje ya que existen varias calidades en el mercado y que perjudica la colocación como los resultados post cirugía) : Cola de chanco de 10mm (para que esto no moleste al paciente) y que el cateter posea como mínimo 5 orificios para el correcto drenaje. por lo que solicitamos si se puede agregar y que las eett queden de la siguiente manera: Cateter de drenaje multiproposito de 14fr y 25 cm. Con sistema de fijacion interna, Cobertura hidrofílica y banda radiopaca. Incluye trocar rigido. Con disco para fijar el cateter. Cateter con cola de chanco de 10 mm de diam con por lo menos 5 orificios. Estéril. Descartable.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, y Adendas correspondientes.		

Consulta 25 - ITEM 81

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2025
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante que se agregue que sea compatible con el ITEM 84 solicitado en este mismo llamado ya que se utiliza con dicho introductor. Por lo que solicitamos que diga : Alambre guía 0,018. De nitinol con punta floppy recta de 0,018 pulgadas y de 60 cm de longitud. Estéril Descartable (Compatible con Item 84 Set Introductor)

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda, en el SICP.

Consulta 26 - Item 84

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2025
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante que se agregue compatible con Item 81 ya que se utilicen ambos juntos. Por lo que solicitamos que diga : Set introductor percutáneo de 7fr y 20cm. Con vía lateral. Incluye aguja de Chiba, guía y catéter de 5 Fr. Para paso de guía 0.018" y 0.038". Con banda radiópaca y cubierta hidrofílica. Esteril. Descartable. Compatible con Item 81 Alambre guía 0.018.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda, en el SICP.

Consulta 27 - Item 85

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2025
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante agregar a las EETT las siguientes características : que posea como mínimo 32 orificios para el correcto drenaje y que tenga al menos 20 cm de cobertura hidrofílica. Por lo que solicitamos que las EETT queden : Cateter de drenaje biliar interno-externo de 8,5fr y 40 cm con por lo menos 32 orificios. Con sistema de fijación interna, cobertura hidrofílica de por lo menos 20 cm y banda radiopaca. Incluya trocar rígido. Con disco para fijar el cateter. Descartable

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, y Adendas correspondientes.

Consulta 28 - Item 86

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2025
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante que este ITEM se agregue que debe ser compatible con los items 77,78,79,80 y 85

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda, en el SICP.

Consulta 29 - Item 101

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2025
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante ya que esto es algo que se coloca al paciente y debe de tener accesorios para el correcto funcionamiento y alimentacion al paciente : debe de incluir el Kit : Boton de gastrostomía, Extension de boton de 30 cm para alimentacion por bolo, extensión del boton 30 cm para bomba, introductor, jeringa para inflar el globo, jeringa enteral de por lo menos 60 ml, lubricante y gasas . por lo que las EETT deberiad de decir: Boton de gastrostomia de bajo relieve de 24 Fr. 2,4 a 2,7 cm. 100% silicona con obturador y tubo para alimentación. Que incluya los siguientes accesorios : Boton de gastrostomía, Extension de boton de 30 cm para alimentacion por bolo, extensión del boton 30 cm para bomba, introductor, jeringa para inflar el globo, jeringa enteral de por lo menos 60 ml, lubricante y gasas .

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, y Adendas correspondientes.

Consulta 30 - Item 102

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2025
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante aclarar mejor la medida. Los Stent urinario ureteral se miden en french y largo cm. Deberia de decir: Stents ureterales doble J en poliuretano rígido. Composición del kit, empujador simple y un alambre guía. Estéril.Catéter doble J 20a 22 cm y de 4 a 5Fr.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda, en el SICP.

Consulta 31 - ITEM - 25 Pulsera de identificacion de paciente

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2025
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante considere la posibilidad de ofertar pulseras de identificación celestes/rosadas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda, en el SICP.

Consulta 32 - ITEM - 37 Tubo endotraqueal

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2025
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante considere la posibilidad de ofertar sin mandril, teniendo en cuenta que solo existe una marca que provea de esa manera ya incluida.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, y Adendas correspondientes.

Consulta 33 - ITEM 38 - Tubo endotraqueal con balon

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2025
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante considere la posibilidad de ofertar sin mandril, teniendo en cuenta que solo existe una marca que provea de esa manera ya incluida.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, y Adendas correspondientes.

Consulta 34 - ITEM 39 - Tubo endotraqueal

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2025
Solicitamos a la convocante considere la posibilidad de ofertar sin mandril, teniendo en cuenta que solo existe una marca que provea de esa manera ya incluida.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, y Adendas correspondientes.		

Consulta 35 - ITEM 40 - Tubo endotraqueal con balon

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2025
Solicitamos a la convocante considere la posibilidad de ofertar sin mandril, teniendo en cuenta que solo existe una marca que provea de esa manera ya incluida.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, y Adendas correspondientes.		

Consulta 36 - Item 13 Catéter Umbilical

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2025
Se solicita a la convocante modificar la longitud del mismo para no orientar hacia una sola marca y se contemple lo siguiente "5 fr 2 lumen polivinil radio opaco, numerado de 37 (+- 5 cm)" así ampliar la cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, y Adendas correspondientes.		

Consulta 37 - Item 15 Catéter Umbilical

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2025
Se solicita a la convocante modificar la longitud requerida para evitar el direccionamiento hacia una sola marca y contemplar la siguiente sugerencia "5 fr 2 lumen polivinil radio opaco, numerado de 34 (+- 5 cm)" de esta manera ampliar la cantidad de potenciales oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, y Adendas correspondientes.		

Consulta 38 - Item 53 Catéter Epicutáneo

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2025
<p>Solicitamos a la convocante modificar las especificaciones técnicas requeridas ya que carecen de coherencia en lo solicitado, establecen "cateter epicutaneo (neonatal 1,9 fr, de silicona 100% con 1 diametro de 0, 3 (+3) X 0,6 (+-3)mm, con longitud minima de 30 cm, se presenta en un kit: 1 cateter fr2 100% de silicona, 1 cinta metrica, 1 pinza esteril, 1 laso hemostatico de silicona,1 aposito transparente esteril. libre de latex, pvc y poliuretaneo)" donde solicitan un catéter de 1,9 Fr pero establecen diametro en mm de otro calibre, solicitan de 1,9 Fr pero en la descripción del kit ponen catéter de 2 Fr contradiciendo lo que solicitan al inicio, por lo tanto sugerimos a la convocante modificar de la siguiente manera "cateter epicutaneo (neonatal 1,9 fr, de silicona 100% con 1 diametro de 0, 28 X 0,60 mm, con longitud minima de 30 a 50 cm, se presenta en un kit: 1 cateter fr 1,9 100% de silicona, 1 cinta metrica, 1 pinza esteril, 1 laso hemostatico de silicona, libre de latex, pvc y poliuretano)" de esta manera se aclaran los calibres, longitudes y accesorios del kit.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
<p>Remitirse a la Adenda, en el SICP.</p>		

Consulta 39 - Item 54 Catéter Epicutáneo

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2025
<p>Solicitamos a la convocante modificar las especificaciones técnicas requeridas ya que carecen de coherencia en lo solicitado, establecen "cateter epicutaneo (neonatal 1,8 fr, de silicona 100% con 1 diametro de 0,28 (+- 3) x 0,57 (+-3) mm, con longitud de 30 cm, se presenta en un kit: 1 cateter fr2 100% de silicona, 1 cinta metrica, 1 pinza esteril, 1 laso hemostatico de silicona,1 aposito transparente esteril. libre de latex, pvc y poliuretaneo))" donde solicitan un catéter de 1,8 Fr establecen medidas en mm com margenes siendo que el calibre solicitado es exacto, solicitan de 1,8 Fr pero en la descripción del kit ponen catéter de 2 Fr contradiciendo lo que solicitan al inicio, por lo tanto sugerimos a la convocante modificar de la siguiente manera "cateter epicutaneo (neonatal 1,8 fr, de silicona 100% con 1 diametro de 0,28 x 0,57 mm, con longitud de 30 cm, se presenta en un kit: 1 cateter fr 1,8 100% de silicona, 1 cinta metrica, 1 pinza esteril, 1 laso hemostatico de silicona, libre de latex, pvc y poliuretano)" de esta manera se aclaran los calibres, longitudes y accesorios del kit.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
<p>Remitirse a la Adenda, en el SICP.</p>		

Consulta 40 - Item 97 Catéter epicutáneo

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2025
<p>Solicitamos a la convocante modificar las especificaciones técnicas requeridas ya que carecen de coherencia en lo solicitado, establecen "cateter epicutaneo (neonatal 1 fr, de silicona 100% con 1 diametro de 0, 3 x 0,6 mm, con longitud de 30 cm, se presenta en un kit: 1 cateter fr2 100% de silicona, 1 cinta metrica, 1 pinza esteril, 1 laso hemostatico de silicona,1 aposito transparente esteril. libre de latex, pvc y poliuretaneo)" donde solicitan un catéter de 1 Fr pero establecen diametro en mm de otro calibre, solicitan de 1 Fr pero en la descripción del kit ponen catéter de 2 Fr contradiciendo lo que solicitan al inicio, por lo tanto sugerimos a la convocante modificar de la siguiente manera "cateter epicutaneo (prematuro 1 fr, de silicona 100% con 1 diametro de 0, 40 x 0,20 mm, con longitud de 15 cm, se presenta en un kit: 1 cateter fr 1 100% de silicona, 1 cinta metrica, 1 pinza esteril, 1 laso hemostatico de silicona,1 libre de latex, pvc y poliuretaneo)" de esta manera se aclaran los calibres, longitudes y accesorios del kit.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
<p>Remitirse a la Adenda, en el SICP.</p>		

Consulta 41 - Item 97 Catéter epicutáneo

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2025
Solicitamos amablemente a la convocante considerar el precio referencial establecido para este ítem, ya que en sus antecedentes contemplan una cotización del oferente donde no se aclaró el calibre al momento de solicitar el presupuesto, por lo tanto sugerimos utilizar como referencia el ID 432.362 LPN 86 del MSP y BS, específicamente el ítem 26 que es el calibre solicitado por la convocante y ajustar a ese precio referencial.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, y Adendas correspondientes.		

Consulta 42 - Item 101 Botón de Gastrostomía

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2025
Solicitamos a la convocante mantener las especificaciones publicadas del ítem referido ya que con lo establecido permite la participación de mayor cantidad de oferentes siendo que establece el mínimo de insumos que debe requerir el insumo para su colocación, los demás accesorios no son considerados indispensables para su correcto uso y estaría direccionado si se describen con ítems que la convocante ya adquiere de manera separada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, y Adendas correspondientes.		

Consulta 43 - ITEM 49 - PACKS QUIRURGICOS

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2025
DONDE DICE: 4 pcs de Chalecos SMMS 40G, con tiras de auto colocacion y tarjeta de transferencia Tamaño XL. CONSULTA: Se consulta respetuosamente a la Convocante si resulta posible aceptar 4 (cuatro) piezas de chalecos SMS 40G, con tiras de autocolocación y tarjeta de transferencia, en tamaño XL.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, y Adendas correspondientes.		

Consulta 44 - Item 72 Aposito Hidrocolioide

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2025
Donde dice: aposito de espuma hidrocélular poliuretano ,acolchado ,con adhesivo de silicona microperforado ,impermeable ,super absorbente con visibilidad de saturacion 21x23 cm+-3cm Consulta: solicitamos a la convocante considerar la posibilidad de ofertar un apósito de espuma hidrocélular de poliuretano con adhesivo hidrocoloide perforado, manteniendo el cumplimiento de las demás características técnicas establecidas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, y Adendas correspondientes.		

Consulta 45 - ITEM 49 - PACKS QUIRURGICOS

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2025
-----------------	--------------------------	------------

DONDE DICE: 1 pcs Campo Operatorio (Poncho abdominal) de 150 x 200 cm, fenestrado 6 x 65 cm, SMMS 40g
CONSULTA: Se consulta respetuosamente a la Convocante si resulta posible aceptar 1 pcs Campo Operatorio (Poncho abdominal) de 150 x 200 (+/- 20) cm, fenestrado 6 x 65 (+/- 5) cm, SMS 40g

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, y Adendas correspondientes.

Consulta 46 - ITEM 49 - PACKS QUIRURGICOS

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2025
-----------------	--------------------------	------------

DONDE DICE: 4 pcs de Campos de 150 x 150 cm con cinta adhesiva hipoalergénica SMMS 40G
CONSULTA: Se consulta respetuosamente a la Convocante si resulta posible aceptar 4 pcs de Campos de 150 x 150 (+/- 10) cm con cinta adhesiva hipoalergénica SMS 40G

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, y Adendas correspondientes.

Consulta 47 - ITEM 49 - PACKS QUIRURGICOS

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2025
-----------------	--------------------------	------------

DONDE DICE: 1 pcs Sabana quirurgica General Polireforzada + Tyvet de 150X190cm
CONSULTA: Se consulta amablemente a la Convocante si el requerimiento corresponde a una marca específica respecto a 1 (una) pieza de sábana quirúrgica general polirreforzada + Tyvek de 150 x 190 cm.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
------------------	---------------------------	------------

Remitirse a la Adenda, en el SICP.

Consulta 48 - ITEM 95 - PACKS QUIRURGICOS

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2025
-----------------	--------------------------	------------

DONDE DICE: 1 pcs de Campo de 100 cm x 100 cm SMMS 40G fenestrado en "O" con borde auto adhesiva of 100 x 100 cm
CONSULTA: Se consulta respetuosamente a la Convocante si resulta posible aceptar 1 pcs de Campo de 100 cm x 100 (+/- 20) cm SMS 40G fenestrado en "O" con borde auto adhesiva of 100 x 100 (+/-20) cm

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, y Adendas correspondientes.

Consulta 49 - ITEM 95 - PACKS QUIRURGICOS

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2025
-----------------	--------------------------	------------

DONDE DICE: 1 pcs Sabana quirurgica General Polireforzada + Tyvet de 150X190cm
CONSULTA: Se consulta amablemente a la Convocante si el requerimiento corresponde a una marca específica respecto a 1 pcs Sabana quirurgica General Polireforzada + Tyvet de 150X190cm

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
------------------	---------------------------	------------

Remitirse a la Adenda, en el SICP.

Consulta 50 - ITEM 95 - PACKS QUIRURGICOS

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2025
DONDE DICE: 1 pcs de Campo de 100 cm x 100 cm SMMS 40G con tiras autoadhesivas de extremo a extremo. CONSULTA: Se consulta respetuosamente a la Convocante si resulta posible aceptar 1 pcs de Campo de 100 cm x 100 cm SMS 40G con tiras autoadhesivas de extremo a extremo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, y Adendas correspondientes.		

Consulta 51 - ítem 94 y 95 packs quirurgicos

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2025
DONDE DICE: Paquete Pouch Pelable, 1 lado en papel grado medico, 1 lado en película transparente con sellado termico. CONSULTA: Se consulta respetuosamente a la Convocante si resulta posible aceptar Paquete completo en papel grado medico		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, y Adendas correspondientes. La exigencia del pouch pelable responde a un criterio de seguridad, facilitan una apertura aséptica controlada por el circulante y se asegura que la apertura sea con mínima manipulación.		

Consulta 52 - Ítem 7: Cateter intravenosa para via central pediatrico

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2025
Se consulta a la convocante si es posible ofertar catéter vía central 3 lumen 5,5Fr		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
Remitirse a la Adenda, en el SICP.		

Consulta 53 - Ítem 10 : Cateter percutáneo

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2025
Se consulta a la convocante si es posible ofertar el siguiente kit con sus componentes: 1 Catéter PICC doble vía. 1 Mandril guía. 1 Aguja con pelable. 1 Derivación lateral para irrigación. 2 Tapones intermitentes. 1 Hoja de bisturí. 1 Jeringa con aguja hipodérmica. 1 Apósito transparente hipoalérgico. Con lo solicitado a la convocante, se podrá garantizar el cumplimiento a la Ley Nº 4956 de la libre competencia, dando lugar y oportunidad a más oferentes sin afectar la funcionalidad del ítem solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, y Adendas correspondientes.		

Consulta 54 - Especificaciones Técnicas Ítem 18

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2025
Solicitamos a la convocante si se podría también tener en cuenta las siguientes características, donde dice: electrodo neonatal compatible con monitor HP - Paquete esteril por 3 unidades, debe decir: electrodo neonatal compatible con monitor HP -debe tener el centro de hidrogel y los bordes de hidrocoloide para mejor adherencia y compatibilidad con la piel del bebe. No deben ser hechos de latex de goma o plastificante DEHP.Paquete esteril por 3 unidades		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
Remitirse al Art. 50 de la Resolución DNCP 230/2025.		

Consulta 55 - Especificaciones Técnicas Ítem 61

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2025
Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participación de oferentes y evitar posibles protestas . DONDE DICE : Mascara laringea N°5.Manquito inflable ,tubo de via aerea, linea inflación, balón piloto y válvula que facilita el inflado. SI PODRIA DECIR: Mascara laringea N°4,5 A 5.Manquito inflable ,tubo de via aerea ,linea inflacion ,balon piloto y válvula que facilita el inflado. Lo solicitado es irrelevante ya que algunas marcas manejan el 4,5 y 5 como misma medida o para el mismo tipo de paciente de 70 a 100 kilos.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
Remitirse al Art. 50 de la Resolución DNCP 230/2025.		

Consulta 56 - Especificaciones Técnicas Ítem 77

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2025
Solicitamos a la convocante si se podría también tener en cuenta las siguientes características (siendo esto fundamental en la calidad del producto y para un resultado exitoso en el drenaje ya que existen varias calidades en el mercado y que perjudica la colocación como los resultados post cirugía) : Cola de chanco de 10mm (para que esto no moleste al paciente) y que el cateter posea como minimo 5 orificios para el correcto drenaje. por lo que solicitamos si se puede agregar y que las eett queden de la siguiente manera: Cateter de drenaje multiproposito de 8.5fr y 25 cm. Con sistema de fijacion interna, cobertura hidrofílica y banda radiopaca. Incluye trocar rigido. Con disco para fijar el cateter. Cateter con cola de chanco de 10 mm de diam con por lo menos 5 orificios. Estéril. Descartable.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
Remitirse al Art. 50 de la Resolución DNCP 230/2025.		

Consulta 57 - Especificaciones Técnicas Ítem 77

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2025
Solicitamos a la convocante si se podría también tener en cuenta las siguientes características (siendo esto fundamental en la calidad del producto y para un resultado exitoso en el drenaje ya que existen varias calidades en el mercado y que perjudica la colocación como los resultados post cirugía) : Cola de chanco de 10mm (para que esto no moleste al paciente) y que el cateter posea como minimo 5 orificios para el correcto drenaje. por lo que solicitamos si se puede agregar y que las eett queden de la siguiente manera: Cateter de drenaje multiproposito de 10,2fr y 25 cm. Con sistema de fijacion interna, Cobertura hidrofílica y banda radiopaca. Incluye trocar rigido. Con disco para fijar el cateter. Cateter con cola de chanco de 10 mm de diam con por lo menos 5 orificios. Estéril. Descartable.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
Remitirse al Art. 50 de la Resolución DNCP 230/2025.		

Consulta 58 - Especificaciones Técnicas Ítem 79

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2025
<p>Solicitamos a la convocante si se podría también tener en cuenta las siguientes características (siendo esto fundamental en la calidad del producto y para un resultado exitoso en el drenaje ya que existen varias calidades en el mercado y que perjudica la colocación como los resultados post cirugía) : Cola de chanco de 10mm (para que esto no moleste al paciente) y que el cateter posea como mínimo 5 orificios para el correcto drenaje. por lo que solicitamos si se puede agregar y que las eett queden de la siguiente manera: Cateter de drenaje multipropósito de 12fr y 25 cm aprox. Con sistema de fijación interna, Cobertura hidrofílica y banda radiopaca. Incluye trocar rígido. Con disco para fijar el cateter. Cateter con cola de chanco de 10 mm de diam con por lo menos 5 orificios. Estéril. Descartable.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
<p>Remitirse al Art. 50 de la Resolución DNCP 230/2025.</p>		

Consulta 59 - Especificaciones Técnicas Ítem 80

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2025
<p>Solicitamos a la convocante si se podría también tener en cuenta las siguientes características (siendo esto fundamental en la calidad del producto y para un resultado exitoso en el drenaje ya que existen varias calidades en el mercado y que perjudica la colocación como los resultados post cirugía) : Cola de chanco de 10mm (para que esto no moleste al paciente) y que el cateter posea como mínimo 5 orificios para el correcto drenaje. por lo que solicitamos si se puede agregar y que las eett queden de la siguiente manera: Cateter de drenaje multipropósito de 14fr y 25 cm. Con sistema de fijación interna, Cobertura hidrofílica y banda radiopaca. Incluye trocar rígido. Con disco para fijar el cateter. Cateter con cola de chanco de 10 mm de diam con por lo menos 5 orificios. Estéril. Descartable.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
<p>Remitirse al Art. 50 de la Resolución DNCP 230/2025.</p>		

Consulta 60 - Especificaciones Técnicas Ítem 81

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2025
<p>Solicitamos a la convocante que se agregue que sea compatible con el ÍTEM 84 solicitado en este mismo llamado ya que se utiliza con dicho introductor. Por lo que solicitamos que diga : Alambre guía 0,018. De nitinol con punta floppy recta de 0,018 pulgadas y de 60 cm de longitud. Estéril Descartable (Compatible con Ítem 84 Set Introductor)</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
<p>Remitirse al Art. 50 de la Resolución DNCP 230/2025.</p>		

Consulta 61 - Especificaciones Técnicas Ítem 84

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2025
<p>Solicitamos a la convocante que se agregue compatible con Ítem 81 ya que se utilicen ambos juntos. Por lo que solicitamos que diga : Set introductor percutáneo de 7fr y 20cm. Con vía lateral. Incluye aguja de Chiba, guía y catéter de 5 Fr. Para paso de guía 0.018" y 0.038". Con banda radiopaca y cubierta hidrofílica. Esteril. Descartable. Compatible con Ítem 81 Alambre guía 0.018.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
<p>Remitirse al Art. 50 de la Resolución DNCP 230/2025.</p>		

Consulta 62 - Especificaciones Técnicas Ítem 85

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2025
Solicitamos a la convocante agregar a las EETT las siguientes características : que posea como minimo 32 orificios para el correcto drenaje y que tenga al menos 20 cm de cobertura hidrofílica. Por lo que solicitamos que las EETT queden : Cateter de drenaje biliar interno-externo de 8,5fr y 40 cm con por lo menos 32 orificios. Con sistema de fijación interna, cobertura hidrofílica de por lo menos 20 cm y banda radiopaca. Incluya trocar rígido. Con disco para fijar el cateter. Descartable		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
Remitirse al Art. 50 de la Resolución DNCP 230/2025.		

Consulta 63 - Especificaciones Técnicas Ítem 86

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2025
Solicitamos a la convocante que este ÍTEM se agregue que debe ser compatible con los ítems 77,78,79,80 y 85		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
Remitirse al Art. 50 de la Resolución DNCP 230/2025.		

Consulta 64 - Especificaciones Técnicas Ítem 88

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2025
Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participación de oferentes y que las EETT pasen a ser : Balon para dilatación viapercutánea: cateter de 5 fr y 40 a 80 cm de longitud, con balon de 7 a 10mm de diametro y 4 a 6 cm de longitud. Descartable		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
Remitirse al Art. 50 de la Resolución DNCP 230/2025.		

Consulta 65 - Especificaciones Técnicas Ítem 89

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2025
Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participación de oferentes y que las EETT pasen a ser : Alambre guia de 0.035 de 60 a 150cm de longitud. Cobertura hidrofílica. Punta en J o angulada. Esteril. Descartable		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
Remitirse al Art. 50 de la Resolución DNCP 230/2025.		

Consulta 66 - Especificaciones Técnicas Ítem 101

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2025
Solicitamos a la convocante ya que esto es algo que se coloca al paciente y debe de tener accesorios para el correcto funcionamiento y alimentacion al paciente : debe de incluir el Kit : Boton de gastrostomía, Extension de boton de 30 cm para alimentacion por bolo, extensión del boton 30 cm para bomba, introductor, jeringa para inflar el globo, jeringa enteral de por lo menos 60 ml, lubricante y gasas . por lo que las EETT deberiad de decir: Boton de gastrostomia de bajo relieve de 24 Fr. 2,4 a 2,7 cm. 100% silicona con obturador y tubo para alimentación. Que incluya los siguientes accesorios : Boton de gastrostomía, Extension de boton de 30 cm para alimentacion por bolo, extensión del boton 30 cm para bomba, introductor, jeringa para inflar el globo, jeringa enteral de por lo menos 60 ml, lubricante y gasas .		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
Remitirse al Art. 50 de la Resolución DNCP 230/2025.		

Consulta 67 - Especificaciones Técnicas Ítem 102

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2025
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante aclarara mejor la medida. Los Stent urinario ureteral se miden en french y largo cm. Deberia de decir: Stents ureterales doble J en poliuretano rígido. Composición del kit, empujador simple y un alambre guía. Estéril.Catéter doble J 20a 22 cm y de 4 a 5Fr.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
-----------	--------------------	------------

Remitirse al Art. 50 de la Resolución DNCP 230/2025.

Consulta 68 - Ítem 63 Lamina cubreobjeto

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2025
----------	-------------------	------------

Item 63 Lamina cubreobjeto.
En la lista de precios dice: "PRESENTACIÓN: CAJA".
Normalmente esta Lámina tiene una presentación No estéril en caja de 50 unidades.
Por lo expuesto solicitamos a la Convocante modificar la presentación a "No Estéril" o caso contrario aclarar en presentación de caja de 50 unidades.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
-----------	--------------------	------------

Remitirse al Art. 50 de la Resolución DNCP 230/2025.

Consulta 69 - Ítem 63 Lamina cubreobjeto

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2025
----------	-------------------	------------

Item 63 Lamina cubreobjeto.
Precio referencial: Gs. 12.667.-
Solicitamos a la Convocante aclarar ¿el precio referencial es por caja de 50 unidades?

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
-----------	--------------------	------------

Remitirse al Art. 50 de la Resolución DNCP 230/2025.

Consulta 70 - Ítem 63 Lamina cubreobjeto

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2025
----------	-------------------	------------

Item 63 Lamina cubreobjeto.
En la lista de precios dice: "PRESENTACIÓN DE ENTREGA: CAJA"
Normalmente esta Lámina tiene una presentación de entrega en caja de 50 unidades. Solicitamos a la Convocante aclarar la cantidad por caja.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
-----------	--------------------	------------

Remitirse al Art. 50 de la Resolución DNCP 230/2025.

Consulta 71 - ítem 96 Espátula para patología cervical

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2025
ítem 96 Espátula para patología cervical Precio referencial: Gs. 35.600.- Solicitamos a la Convocante aclarar ¿el precio referencial es por caja de 100 unidades?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
Remitirse al Art. 50 de la Resolución DNCP 230/2025.		

Consulta 72 - ítem 96 Espátula para patología cervical

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2025
ítem 96 Espátula para patología cervical En la lista de precios dice: "PRESENTACIÓN: KIT". Normalmente esta espátula tiene una presentación No estéril. Por otro lado, no tiene presentación en Kit. Por lo expuesto solicitamos a la Convocante modificar la presentación a "No Estéril"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
Remitirse al Art. 50 de la Resolución DNCP 230/2025.		

Consulta 73 - ítem 96 Espátula para patología cervical

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2025
ítem 96 Espátula para patología cervical En la lista de precios dice: "PRESENTACIÓN DE ENTREGA: CAJA". Normalmente esta espátula tiene una presentación de 100 unidades (en caja o bolsita de plástico). Solicitamos a la Convocante aclarar la cantidad por caja.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
Remitirse al Art. 50 de la Resolución DNCP 230/2025.		

Consulta 74 - Ítem 63 Lamina cubreobjeto

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2025
Ítem 63 Lamina cubreobjeto Solicitamos a la Convocante permitir la cotización con medidas de 24 x 40 mm o mayor.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2025
Remitirse al Art. 50 de la Resolución DNCP 230/2025.		

Consulta 75 - Ítem 26: Sistema Colector de orina

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2025
Se consulta a la convocante si es posible ofertar recolector de orina con capacidad de 500ml		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
Remitirse al Art. 50 de la Resolución DNCP 230/2025.		

Consulta 76 - Ítem 27: Sistema Colector de orina

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2025
----------	-------------------	------------

Se consulta a la convocante si es posible ofertar recolector de orina con capacidad de 500ml

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
-----------	--------------------	------------

Remitirse al Art. 50 de la Resolución DNCP 230/2025.

Consulta 77 - Ítem 28: Sistema Colector de orina

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2025
----------	-------------------	------------

Se consulta a la convocante si es posible ofertar recolector de orina con capacidad de 500ml

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
-----------	--------------------	------------

Remitirse al Art. 50 de la Resolución DNCP 230/2025.

Consulta 78 - Ítem 77: Cateter de drenaje

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante aumentar la longitud 25 a 30cm, La misma no altera al procedimiento técnico dando mayor aérea de trabajo al profesional.

Con lo solicitado a la convocante, se podrá garantizar el cumplimiento a la Ley Nº 4956 de la libre competencia, dando lugar y oportunidad a más oferentes sin afectar la funcionalidad del ítem solicitado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
-----------	--------------------	------------

Remitirse al Art. 50 de la Resolución DNCP 230/2025.

Consulta 79 - Ítem 78: Cateter de drenaje

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante aumentar 9,5 a 10,5fr y longitud 25 a 30cm, La misma no altera al procedimiento técnico dando mayor aérea de trabajo al profesional

Con lo solicitado a la convocante, se podrá garantizar el cumplimiento a la Ley Nº 4956 de la libre competencia, dando lugar y oportunidad a más oferentes sin afectar la funcionalidad del ítem solicitado

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
-----------	--------------------	------------

Remitirse al Art. 50 de la Resolución DNCP 230/2025.

Consulta 80 - Ítem 79: Cateter de drenaje

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante aumentar la longitud 25 a 30cm, La misma no altera al procedimiento técnico dando mayor aérea de trabajo al profesional

Con lo solicitado a la convocante, se podrá garantizar el cumplimiento a la Ley Nº 4956 de la libre competencia, dando lugar y oportunidad a más oferentes sin afectar la funcionalidad del ítem solicitado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
-----------	--------------------	------------

Remitirse al Art. 50 de la Resolución DNCP 230/2025.

Consulta 81 - Ítem 82: Alambre guía

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2025
Se solicita a la convocante mencionar solo: Alambre guía cobertura hidrófila e incluir margen de +-5cm		
Con lo solicitado a la convocante, se podrá garantizar el cumplimiento a la Ley Nº 4956 de la libre competencia, dando lugar y oportunidad a más oferentes sin afectar la funcionalidad del ítem solicitado.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
Remitirse al Art. 50 de la Resolución DNCP 230/2025.		

Consulta 82 - Ítem 83: Alambre guía

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2025
Se solicita a la convocante mencionar solo: Alambre guía cobertura hidrófila e incluir margen de +-5cm omitiendo mencionar distal de platino.		
Con lo solicitado a la convocante, se podrá garantizar el cumplimiento a la Ley Nº 4956 de la libre competencia, dando lugar y oportunidad a más oferentes sin afectar la funcionalidad del ítem solicitado.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
Remitirse al Art. 50 de la Resolución DNCP 230/2025.		

Consulta 83 - Ítem 85: Cateter de drenaje

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2025
Se consulta a la convocante si es posible ofertar Kit con los siguientes componentes:		
<ul style="list-style-type: none">• Cateter de drenaje biliar• Canula Metalica• Intermediario a Bolsa		
Con lo solicitado a la convocante, se podrá garantizar el cumplimiento a la Ley Nº 4956 de la libre competencia, dando lugar y oportunidad a más oferentes sin afectar la funcionalidad del ítem solicitado.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
Remitirse al Art. 50 de la Resolución DNCP 230/2025.		

Consulta 84 - Ítem 98: Sets de nefrostomía

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2025
Se consulta a la convocante si es posible ofertar Kit con los siguientes componentes: Cateter Pigtail Hidrofilo Canula Metalica Intermediario a Bolsa Aguja Introdutora Guía Metalica Aguja Peri Cateter Aguja chiba Kit Dilatadores Con lo solicitado a la convocante, se podrá garantizar el cumplimiento a la Ley Nº 4956 de la libre competencia, dando lugar y oportunidad a más oferentes sin afectar la funcionalidad del ítem solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
Remitirse al Art. 50 de la Resolución DNCP 230/2025.		

Consulta 85 - Ítem 99: Sets de nefrostomía

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2025
Se consulta a la convocante si es posible ofertar Kit con los siguientes componentes: Cateter Pigtail Hidrofilo Canula Metalica Intermediario a Bolsa Aguja Introdutora Guía Metalica Aguja Peri Cateter Aguja chiba Kit Dilatadores Con lo solicitado a la convocante, se podrá garantizar el cumplimiento a la Ley Nº 4956 de la libre competencia, dando lugar y oportunidad a más oferentes sin afectar la funcionalidad del ítem solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
Remitirse al Art. 50 de la Resolución DNCP 230/2025.		

Consulta 86 - Ítem 100: Sets de nefrostomía

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2025
Se consulta a la convocante si es posible ofertar Kit con los siguientes componentes: Cateter Pigtail Hidrofilo Canula Metalica Intermediario a Bolsa Aguja Introdutora Guía Metalica Aguja Peri Cateter Aguja chiba Kit Dilatadores		
Con lo solicitado a la convocante, se podrá garantizar el cumplimiento a la Ley Nº 4956 de la libre competencia, dando lugar y oportunidad a más oferentes sin afectar la funcionalidad del ítem solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
Remitirse al Art. 50 de la Resolución DNCP 230/2025.		

Consulta 87 - Ítem 102: Cateter / Stent urinario uretral

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2025
Se solicita a la convocante ampliar el material solicitado a poliuretano/polímero teniendo en cuenta que el polímero posee un efecto de minimizar las reacciones de sensibilidad y permitiendo una adecuada tolerancia del paciente.		
A su vez solicitamos aclarar las medidas de 4mm, si esto refiere al diámetro equivalente a 4fr de tal modo ofertar el ítem correcto incluyendo un margen de +-1.		
Con lo solicitado a la convocante, se podrá garantizar el cumplimiento a la Ley Nº 4956 de la libre competencia, dando lugar y oportunidad a más oferentes sin afectar la funcionalidad del ítem solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
Remitirse al Art. 50 de la Resolución DNCP 230/2025.		

Consulta 88 - Multa

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2025
El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de: 0,05 % Solicitamos a la convocante que el porcentaje de multa sea reducido al 0,01% por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
Remitirse al Art. 50 de la Resolución DNCP 230/2025.		

Consulta 89 - Muestras

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2025
En la Página 13 del PBC dice: PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIÓN: Las Muestras de los ítems adjudicados quedaran en resguardo del Dpto. de Suministros Médicos y Hospitalarios para la verificación a la hora de la recepción del bien adjudicado. Solicitamos al Convocante aclarar si las muestras presentadas en caso de ser adjudicadas al quedar en resguardo del Dpto. de Suministros Médicos y Hospitalarios ya formarán parte de los bienes entregados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
Remitirse al Art. 50 de la Resolución DNCP 230/2025.		

Consulta 90 - Item 18

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2025
Solicitamos a la convocante si se podría también tener en cuenta las siguientes características, donde dice: electrodo neonatal compatible con monitor HP - Paquete estéril por 3 unidades, debe decir: electrodo neonatal compatible con monitor HP -debe tener el centro de hidrogel y los bordes de hidrocoloide para mejor adherencia y compatibilidad con la piel del bebé. No deben ser hechos de latex de goma o plastificante DEHP. Paquete estéril por 3 unidades		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
Remitirse al Art. 50 de la Resolución DNCP 230/2025.		

Consulta 91 - Item 61

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2025
Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participación de oferentes y evitar posibles protestas . DONDE DICE : Mascara laringea N°5.Manquito inflable ,tubo de via aerea ,linea inflacion ,balon piloto y balbula que facilita el inflado. SI PODRIA DECIR: Mascara laringea N°4,5 A 5.Manquito inflable ,tubo de via aerea ,linea inflacion ,balon piloto y balbula que facilita el inflado. Lo solicitado es irrelevante ya que algunas marcas manejan el 4,5 y 5 como misma medida o para el mismo tipo de paciente de 70 a 100 kilos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
Remitirse al Art. 50 de la Resolución DNCP 230/2025.		

Consulta 92 - Item 77

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2025
Solicitamos a la convocante si se podría también tener en cuenta las siguientes características (siendo esto fundamental en la calidad del producto y para un resultado exitoso en el drenaje ya que existen varias calidades en el mercado y que perjudica la colocación como los resultados post cirugía) : Cola de chancho de 10mm (para que esto no moleste al paciente) y que el cateter posea como minimo 5 orificios para el correcto drenaje. por lo que solicitamos si se puede agregar y que las eett queden de la siguiente manera: Cateter de drenaje multiproposito de 8.5fr y 25 cm. Con sistema de fijacion interna, cobertura hidrofílica y banda radiopaca. Incluye trocar rígido. Con disco para fijar el cateter. Cateter con cola de chancho de 10 mm de diam con por lo menos 5 orificios. Estéril. Descartable.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
Remitirse al Art. 50 de la Resolución DNCP 230/2025.		

Consulta 93 - Item 78

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2025
<p>Solicitamos a la convocante si se podría también tener en cuenta las siguientes características (siendo esto fundamental en la calidad del producto y para un resultado exitoso en el drenaje ya que existen varias calidades en el mercado y que perjudica la colocación como los resultados post cirugía) : Cola de chanco de 10mm (para que esto no moleste al paciente) y que el cateter posea como mínimo 5 orificios para el correcto drenaje. por lo que solicitamos si se puede agregar y que las eett queden de la siguiente manera: Cateter de drenaje multiproposito de 10,2fr y 25 cm. Con sistema de fijacion interna, Cobertura hidrofílica y banda radiopaca. Incluye trocar rígido. Con disco para fijar el cateter. Cateter con cola de chanco de 10 mm de diam con por lo menos 5 orificios. Estéril. Descartable.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
<p>Remitirse al Art. 50 de la Resolución DNCP 230/2025.</p>		

Consulta 94 - Item 79

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2025
<p>Solicitamos a la convocante si se podría también tener en cuenta las siguientes características (siendo esto fundamental en la calidad del producto y para un resultado exitoso en el drenaje ya que existen varias calidades en el mercado y que perjudica la colocación como los resultados post cirugía) : Cola de chanco de 10mm (para que esto no moleste al paciente) y que el cateter posea como mínimo 5 orificios para el correcto drenaje. por lo que solicitamos si se puede agregar y que las eett queden de la siguiente manera: Cateter de drenaje multiproposito de 12fr y 25 cm aprox. Con sistema de fijacion interna, Cobertura hidrofílica y banda radiopaca. Incluye trocar rígido. Con disco para fijar el cateter. Cateter con cola de chanco de 10 mm de diam con por lo menos 5 orificios. Estéril. Descartable.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
<p>Remitirse al Art. 50 de la Resolución DNCP 230/2025.</p>		

Consulta 95 - Item 80

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2025
<p>Solicitamos a la convocante si se podría también tener en cuenta las siguientes características (siendo esto fundamental en la calidad del producto y para un resultado exitoso en el drenaje ya que existen varias calidades en el mercado y que perjudica la colocación como los resultados post cirugía) : Cola de chanco de 10mm (para que esto no moleste al paciente) y que el cateter posea como mínimo 5 orificios para el correcto drenaje. por lo que solicitamos si se puede agregar y que las eett queden de la siguiente manera: Cateter de drenaje multiproposito de 14fr y 25 cm. Con sistema de fijacion interna, Cobertura hidrofílica y banda radiopaca. Incluye trocar rígido. Con disco para fijar el cateter. Cateter con cola de chanco de 10 mm de diam con por lo menos 5 orificios. Estéril. Descartable.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
<p>Remitirse al Art. 50 de la Resolución DNCP 230/2025.</p>		

Consulta 96 - Item 81

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2025
<p>Solicitamos a la convocante que se agregue que sea compatible con el ITEM 84 solicitado en este mismo llamado ya que se utiliza con dicho introductor. Por lo que solicitamos que diga : Alambre guía 0,018. De nitinol con punta floppy recta de 0,018 pulgadas y de 60 cm de longitud. Estéril Descartable (Compatible con Item 84 Set Introductor)</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
<p>Remitirse al Art. 50 de la Resolución DNCP 230/2025.</p>		

Consulta 97 - Item 84

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2025
Solicitamos a la convocante que se agregue compatible con Item 81 ya que se utilicen ambos juntos. Por lo que solicitamos que diga : Set introductor percutáneo de 7fr y 20cm. Con vía lateral. Incluye aguja de Chiba, guía y catéter de 5 Fr. Para paso de guía 0.018" y 0.038". Con banda radiópaca y cubierta hidrofílica. Esteril. Descartable. Compatible con Item 81 Alambre guía 0.018.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
Remitirse al Art. 50 de la Resolución DNCP 230/2025.		

Consulta 98 - Item 85

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2025
Solicitamos a la convocante agregar a las EETT las siguientes características : que posea como mínimo 32 orificios para el correcto drenaje y que tenga al menos 20 cm de cobertura hidrofílica. Por lo que solicitamos que las EETT queden : Cateter de drenaje biliar interno-externo de 8,5fr y 40 cm con por lo menos 32 orificios. Con sistema de fijación interna, cobertura hidrofílica de por lo menos 20 cm y banda radiopaca. Incluya trocar rígido. Con disco para fijar el cateter. Descartable		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
Remitirse al Art. 50 de la Resolución DNCP 230/2025.		

Consulta 99 - Item 86

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2025
Solicitamos a la convocante que este ITEM se agregue que debe ser compatible con los items 77,78,79,80 y 85		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
Remitirse al Art. 50 de la Resolución DNCP 230/2025.		

Consulta 100 - Item 88

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2025
Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participación de oferentes y que las EETT pasen a ser : Balon para dilatación viapercutánea: cateter de 5 fr y 40 a 80 cm de longitud, con balon de 7 a 10mm de diametro y 4 a 6 cm de longitud. Descartable		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
Remitirse al Art. 50 de la Resolución DNCP 230/2025.		

Consulta 101 - Item 101

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2025
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante ya que esto es algo que se coloca al paciente y debe de tener accesorios para el correcto funcionamiento y alimentacion al paciente : debe de incluir el Kit : Boton de gastrostomía, Extension de boton de 30 cm para alimentacion por bolo, extensión del boton 30 cm para bomba, introductor, jeringa para inflar el globo, jeringa enteral de por lo menos 60 ml, lubricante y gasas . por lo que las EETT deberiad de decir: Boton de gastrostomia de bajo relieve de 24 Fr. 2,4 a 2,7 cm. 100% silicona con obturador y tubo para alimentación. Que incluya los siguientes accesorios : Boton de gastrostomía, Extension de boton de 30 cm para alimentacion por bolo, extensión del boton 30 cm para bomba, introductor, jeringa para inflar el globo, jeringa enteral de por lo menos 60 ml, lubricante y gasas .

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
-----------	--------------------	------------

Remitirse al Art. 50 de la Resolución DNCP 230/2025.

Consulta 102 - Item 102

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2025
----------	-------------------	------------

Solicitamos a la convocante aclarara mejor la medida. Los Stent urinario ureteral se miden en french y largo cm. Deberia de decir: Stents ureterales doble J en poliuretano rígido. Composición del kit, empujador simple y un alambre guía. Estéril.Catéter doble J 20a 22 cm y de 4 a 5Fr.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
-----------	--------------------	------------

Remitirse al Art. 50 de la Resolución DNCP 230/2025.

Consulta 103 - ITEM 4 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2025
----------	-------------------	------------

La convocane solicta Aguja para insulina nº 25 g 5/8 p/insulina descartable - para aplicacion de insulina descartable, esteril Solicitamos a la convocante ampliar la medida hasta 32 G x 4 mm por tratarse de medidas de alta utilizazacion para el mismo procedimiento y ampliar la participacion de oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
-----------	--------------------	------------

Remitirse al Art. 50 de la Resolución DNCP 230/2025.

Consulta 104 - ITEM 72 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2025
----------	-------------------	------------

Aposito hidrocoloide aposito de espuma hidrocélular poliuretano ,acolchado ,con adhesivo de silicona microperforado ,impermeable ,super absorbente con visilidad de saturacion 21x23 cm+-3cm. Solicitamos a la convocante alcarar la descripcion Alcolchado. la medida ampliar 18 cm x 20 cm

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
-----------	--------------------	------------

Remitirse al Art. 50 de la Resolución DNCP 230/2025.

Consulta 105 - ITEM 5 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2025
Campo adhesivo quirurgico tela no tejida SMMS envase estéril individual 60x45 +-10 como minimo. Solicitar a la convocante ampliar hasta 45 cm x 45 cm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
Remitirse al Art. 50 de la Resolución DNCP 230/2025.		

Consulta 106 - ITEM 73 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2025
La convocante solicita Catéter Intravenoso Periférico N° 18 G x 1 1/4". con 1,3mm de luz interna y 32mm (+-1) de longitud, de resina de poliuretano 100% (biomaterial) libre de DEHP (Detilhexil-ftalato), radiopaco, estéril, doble cámara de reflujo, Solicitamos a la Convocante ampliar la medida a 18 G x 1 3/4 para mayor participacion de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2025
Remitirse al Art. 50 de la Resolución DNCP 230/2025.		

Consulta 107 - ITEM 20 HILO PARA SUTURA ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2025
Hilo para sutura poliamida N° 2/0, con aguja 3/8 y de 45 cm. Solicitamos a la convocante que la especificacion tecnica mencione 45 cm como minimo para ampliar la participacion de mas oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-09-2025
Remitirse al Art. 50 de la Resolución DNCP 230/2025.		

Consulta 108 - ITEM 20 HILO PARA SUTURA POLIAMIDA ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2025
Hilo para sutura poliamida N° 2/0, con aguja 3/8 y de 45 cm. Solicitamos a la convocante ampliar el largo de hilo a 75 cm para mayor participacion a oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-09-2025
Remitirse al Art. 50 de la Resolución DNCP 230/2025.		

Consulta 109 - ITEM 7 - Cateter intravenosa via central pediatrico

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2025
Se solicita respetuosamente a la Convocante ampliar la medida de calibre a un rango de 3 a 4 FR, ya que el rango actual de 3 a 3,5 FR resulta demasiado limitado y puede interpretarse como un direccionamiento hacia determinados oferentes. Un rango mayor permitirá garantizar la libre concurrencia y la participación de un mayor número de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2025
AJUSTARSE AL PBC		

Consulta 110 - ITEM 24 - Pulsera de identificación de paciente

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita respetuosamente a convocante aceptar pulseras de identificación rojas, azules además de blancas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2025
-----------	--------------------	------------

REMITIRSE AL ART. 50 DE LA RESOLUCIÓN DNCP 230/2025

Consulta 111 - ITEM 25 - Pulsera de identificación de paciente

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita respetuosamente a convocante aceptar pulseras de identificación rojas, azules además de celestes o rosas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2025
-----------	--------------------	------------

REMITIRSE AL ART. 50 DE LA RESOLUCIÓN DNCP 230/2025

Consulta 112 - ITEM 26 - Sistema Colector de orina

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2025
----------	-------------------	------------

Solicitamos respetuosamente a convocante especificar volumen, no calibre, como corresponde cuando se trata de colectores de orina.

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2025
-----------	--------------------	------------

REMITIRSE AL ART. 50 DE LA RESOLUCIÓN DNCP 230/2025

Consulta 113 - ITEM 27 - Sistema Colector de orina

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2025
----------	-------------------	------------

Solicitamos respetuosamente a convocante especificar volumen, no calibre, como corresponde cuando se trata de colectores de orina.

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2025
-----------	--------------------	------------

REMITIRSE AL ART. 50 DE LA RESOLUCIÓN DNCP 230/2025

Consulta 114 - ITEM 28 - Sistema Colector de orina

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2025
----------	-------------------	------------

Solicitamos respetuosamente a convocante especificar volumen, no calibre, como corresponde cuando se trata de colectores de orina.

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2025
-----------	--------------------	------------

REMITIRSE AL ART. 50 DE LA RESOLUCIÓN DNCP 230/2025

Consulta 115 - ITEM 44 - Bolsa de Anestesia

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2025
Solicitamos respetuosamente a la convocante la cotización de bolsas de anestesia de 3 o 5 L, ya que esta no afecta la operativa clínica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2025
REMITIRSE AL ART. 50 DE LA RESOLUCIÓN DNCP 230/2025		

Consulta 116 - ITEM 52 - Algodón Laminado

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2025
Solicitar respetuosamente a la convocante la cotización de algodón laminado 20 cm x 2,7m como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2025
REMITIRSE AL ART. 50 DE LA RESOLUCIÓN DNCP 230/2025		

Consulta 117 - ITEM 63 - Lamina cubre objeto

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2025
Se solicita respetuosamente a la Convocante considerar la aceptación de medidas estándar o, en su defecto, establecer únicamente un tamaño mínimo de 22 x 22 cm, a fin de evitar limitaciones que puedan interpretarse como direccionamiento hacia determinados oferentes y garantizar así la libre participación en igualdad de condiciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2025
REMITIRSE AL ART. 50 DE LA RESOLUCIÓN DNCP 230/2025		

Consulta 118 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - ITEM 14

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2025
DONDE DICE: numerado de 41 cm. Favor modificar a "numerado de 41 cm + -1 cm, de manera a permitir mayor participación de oferentes y mejores posibilidades de contratación, considerando a que 1 cm de tolerancia no afecta la calidad ni funcionalidad del producto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2025
REMITIRSE AL ART. 50 DE LA RESOLUCIÓN DNCP 230/2025		

Consulta 119 - Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2025
Se solicita a la convocante incluir en los requisitos para avalar la experiencia, la presentación de contratos. Quedando de la siguiente manera: "Copia de contratos y/o facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida."		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2025
REMITIRSE AL ART. 50 DE LA RESOLUCIÓN DNCP 230/2025		

Consulta 120 - ítem 94 y 95

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2025
----------	-------------------	------------

No especifican que deban ser estériles, asumimos que lo son por el tipo de producto.

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2025
-----------	--------------------	------------

SE ACLARA QUE DEBEN SER ESTÉRILES

Consulta 121 - ítem 94 - Packs Cirugia General

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2025
----------	-------------------	------------

Medidas de las compresas de algodón 40 x 40cm con tira radiopaca y con lazo azul (no que se extienda a lo largo de toda la pieza); en todo caso debe decir con hilo radio opaco a lo largo de la compresa. Medidas del refuerzo de la sabana quirúrgica 1,25 x 0.,60m

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2025
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE AL PBC

Consulta 122 - Ítem 95 - Pack cirugia menor

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2025
----------	-------------------	------------

Solicitamos aclarar lo siguiente:
Ubicación de la cinta adhesiva en la compresa fenestrada en O, contorno de la O?
Medidas de los hisopos de algodón, que medidas precisa?

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2025
-----------	--------------------	------------

AJUSTARSE AL PBC