Consultas Realizadas

Licitación 472653 - LPN 57-25 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE PILAR

Consulta 1 - Hematología

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2025
Con relación al equipo de hemograma, solicitamos confirmar si aceptarían un equipo de 5 partes que genere alarmas y alertas sobre la posible presencia de linfocitos atípicos, células reactivas e inmaduras.		

Consulta 2 - Hematología

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2025
Con relación al equipo de hemograma, solicitamos confirmar si aceptarían que el instrumento informe el parámetro RET-He (contenido de hemoglobina reticulocitaria) en lugar de MRV, considerando que el RET-He constituye un indicador más sensible para evaluar la respuesta medular.		

Consulta 3 - Hematología

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2025
Con relación al equipo de hemograma, solicitamos confirmar si aceptarían un equipo que informe el recuento de plaquetas (PLT) junto con los parámetros de variación MPV y PCT.		

Consulta 4 - Hematología

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2025
Con relación al equipo de hemograma, solicitamos confirmar si aceptarían un equipo con capacidad de procesar hasta 100 muestras por hora en modo cerrado/abierto, mediante racks de 10 muestras y con posibilidad de carga continua.		

Consulta 5 - Química Clínica

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2025
Solicitamos a la convocante considerar la aceptación de un equipo que disponga de 60 posiciones de reactivos, dado que la marca a ser ofertada utiliza una posición por determinación. Cabe destacar que, según la solicitud de reactivos, se requieren 28 tests para química clínica, por lo que la capacidad de 60 posiciones supera ampliamente la cantidad de reactivos solicitados, garantizando disponibilidad, continuidad de análisis y flexibilidad operativa sin afectar la eficiencia del laboratorio.		

Consulta 6 - INMUNOLOGIA

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2025
Solicitamos a la convocante considerar la aceptación de un equipo de inmunología que procese 120 tests por hora, dado que esta capacidad permite atender eficientemente la demanda del laboratorio, garantizando tiempos de respuesta rápidos y continuidad en el flujo de trabajo sin afectar la calidad ni la confiabilidad de los resultados.		

Consulta 7 - Hematología - Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2025

Se solicita a la convocante que pueda aceptar contadores hematológicos que tengan las señales o alarmas de linfocitos reactivos, debido a que es una limitante que el equipo realice dicha medición, en el mercado paraguayo existe una marca de contadores con esta característica, si se realiza la modificación podría darse apertura a una mayor oportunidad de competencia entre los oferentes.

Consulta 8 - Hemostasia - Item 2

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2025

Se solicita a la convocante eliminar de las especificaciones técnicas la característica "Chequeo preanalitico: comprobación del volumen de tubos primarios y de la cantidad de las muestras en forma específica para cada ensayo las interferencias de hemolisis, ictericia, lipemia" Debido a que dicha característica limita la participación de potenciales oferentes.

Consulta 9 - Química - ítem 6

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2025

se solicita a la convocante si pudieran tener en cuenta la posibilidad de aceptar reactivos de una marca distinta al equipo de química pero que sean compatible en funcionalidad con el mismo. Esto permitiría una mayor oportunidad de competencia entre los oferentes.

Consulta 10 - Química - item 7

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2025

se solicita a la convocante si se pudiera aceptar un equipo de hemoglobina glicada automatizada con un cargador automático de 10 muestras como mínimo, esto permitiría una mayor oportunidad de competencia entre los oferentes.

Consulta 11 - Química - item 8

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2025

se solicita a la convocante eliminar de las especificaciones técnicas la característica "Con capacidad para almacenar a bordo controles y calibradores refrigerados" debido a que dicha característica limita la participación de potenciales oferentes.

Consulta 12 - Inmunología - item 47

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2025

Se solicita a la convocante si se pudiera aceptar un equipo de soporte para un máximo de 3 determinaciones que el equipo de inmunología no pudiera realizar, el equipo de soporte seria de la misma tecnología que el equipo principal. Esto permitiría una mayor oportunidad de competencia entre los oferentes.

Consulta 13 - Inmunología - item 62

Consulta	Fecha de Consulta	02-09-2025

Se solicita a la convocante si se pudiera aceptar un equipo de soporte para un máximo de 3 determinaciones que el equipo de inmunología no pudiera realizar, el equipo de soporte seria de la misma tecnología que el equipo principal. Esto permitiría una mayor oportunidad de competencia entre los oferentes.

Consulta 14 - Química Clínica

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2025
Solicitamos a la convocante aceptar equipos que no cuenten con almacenamiento refrigerado a bordo de controles y calibradores, ya que estos se conservan en freezer hasta su uso y se cargan manualmente en el momento de la calibración o control, garantizando así la estabilidad y calidad analítica sin necesidad de refrigeración interna.		

Consulta 15 - Hemostasia - Item 2

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2025
Se solicita a la convocante eliminar de las especificaciones técnicas la característica "Chequeo preanalitico: comprobación del volumen de tubos primarios y de la cantidad de las muestras en forma específica para cada ensayo las interferencias de hemolisis, ictericia, lipemia" Debido a que dicha característica limita la participación de potenciales oferentes.		

Consulta 16 - Química - ítem 6

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2025
se solicita a la convocante si pudieran tener en cuenta la posibilidad de aceptar reactivos de una marca distinta al equipo de química pero que sean compatible en funcionalidad con el mismo. Esto permitiría una mayor oportunidad de competencia entre los oferentes.		

Consulta 17 - Química - item 7

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2025
se solicita a la convocante si se pudiera aceptar un equipo de hemoglobina glicada automatizada con un cargador automático de 10 muestras como mínimo, esto permitiría una mayor oportunidad de competencia entre los oferentes.		

Consulta 18 - Hematología - Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2025
Se solicita a la convocante que pueda aceptar contadores hematológicos que tengan las señales o alarmas de linfocitos reactivos, debido a que es una limitante que el equipo realice dicha medición, en el mercado paraguayo existe una marca de contadores con esta característica, si se realiza la modificación podría darse apertura a una mayor oportunidad de competencia entre los oferentes.		

Consulta 19 - Química - item 8

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2025
se solicita a la convocante eliminar de las especificaciones técnicas la característica "Con capacidad para almacenar a bordo controles y calibradores refrigerados" debido a que dicha característica limita la participación de potenciales oferentes.		

Consulta 20 - Inmunología - Item 47

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2025
Se solicita a la convocante si se pudiera aceptar un equipo de soporte para un máximo de 3 determinaciones que el equipo de inmunología no pudiera realizar, el equipo de soporte seria de la misma tecnología que el equipo principal. Esto permitiría una mayor oportunidad de competencia entre los oferentes.		

Consulta 21 - Inmunología - Item 62

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2025
Se solicita a la convocante si se pudiera aceptar un equipo de soporte para un máximo de 3 determinaciones que el equipo de inmunología no pudiera realizar, el equipo de soporte seria de la misma tecnología que el equipo principal. Esto permitiría una mayor oportunidad de competencia entre los oferentes.		

Consulta 22 - Hematología - Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2025
Se solicita a la convocante la eliminación, del pliego de bases y condiciones para el equipo de hemograma, de la especificación que exige la medición de linfocitos reactivos y de series inmaduras de la línea monocítica y linfocítica, dado que actualmente únicamente un fabricante en el mercado ofrece equipos con estas características. Además, dichas determinaciones se encuentran clasificadas como RUO (Research Use Only), por lo que carecen de validez clínica y no deben ser requeridas en un proceso de licitación pública. Mantener esta exigencia limita la participación de otros oferentes y pone en riesgo el principio de libre competencia.		

Consulta 23 - Hematología - Item 1

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2025
Se solicita a la convocante aclarar si el parámetro NR/W hace referencia a NRBC%, considerando que NR/W corresponde a una denominación antigua utilizada en métodos manuales. En la actualidad, los equipos automatizados emplean el parámetro NRBC% para esta determinación.		

Consulta 24 - ITEM 64 KIT PARA DETECCION SIMULTANEA DE ANTIGENO DE VIRUS RESPIRATORIOS

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2025
Se solicita a la convocante especificar los virus respiratorios y la metodología		

Consulta 25 - ITEM 65 DENGUE TEST RÁPIDO

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2025
Se solicita a la convocante aclarar si es dengue IGG e IGM lo que necesitan.		

Consulta 26 - ITEM 66 ANTIGENO DE DENGUE

Consulta	Fecha de Consulta	08-09-2025
Se solicita a la convocante aclarar si necesitan Dengue NS1 y que metodología.		