

Consultas Realizadas

Licitación 462763 - Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas en general - Año 2025.

Consulta 1 - PLAN DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	22-08-2025
Favor se solicita a la convocante unificar los plazos de entrega a 60 días en la totalidad de los ítems, ya que la mayoría requieren de importaciones. Gracias.		

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2025
Se procede a la adenda de todos los equipos a excepción de los ítems 4, 5 y 6 debido a la urgencia de éstos. Ya que se tratan de equipamientos para la Enfermería cuya Unidad Requiere se encuentra en proceso de Acreditación por la ANEAES.		

Consulta 2 - Carta de Fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2025
Consultamos respetuosamente a la convocante si se aceptará carta de distribuidor de los ítems ofertados. En caso de no ser así, solicitamos aceptar esta documentación de carta de distribuidor ya que creemos es suficiente para demostrar la validez de las ofertas y de esa manera permitir competencia a un mayor número de oferentes.		

Consulta	Fecha de Consulta	27-08-2025
Buenos días. Se comunica que se procederá a la emisión de una adenda con el fin de garantizar la mayor participación posible de oferentes, en atención a los principios de libre competencia e igualdad de oportunidades que rigen los procesos de contratación pública.		

Consulta 3 - Item 11 Multímetro digital

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2025
Se solicita a la entidad convocante la exclusión del requisito de grado de protección IP67, con el fin de ampliar la participación de oferentes		

Consulta	Fecha de Consulta	01-09-2025
Buenas tardes, con relación a su consulta. El grado de protección IP67 es un requisito fundamental para garantizar la funcionalidad, precisión y vida útil del equipo en las condiciones de uso de un laboratorio de materiales. Este nivel de protección asegura al equipo contra la entrada de polvo y agua, factores que podrían comprometer su rendimiento y durabilidad. En ese sentido, se considera improcedente la solicitud de eliminación de dicho requisito, recomendándose mantener lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC).		