

Consultas Realizadas

Licitación 473105 - MCN N° 94 -SUMINISTRO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA USO EN LA CENTRAL H. ACARAY

Consulta 1 - Sistema de adjudicación

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2025
Por este medio, solicitamos amablemente que la convocante considere que el sistema de adjudicación sea por ITEM. De esta manera, contarán con una mayor variedad de ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2025
Favor regirse a lo Indicado en el PBC		

Consulta 2 - Modalidad de adjudicación

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2025
Favor considerar la modalidad de adjudicación sea por ítem, ya que los ítems solicitados corresponden a rubros de distintos ramos (por ejemplo, multímetros y camaras filmadoras). Esto permitirá que empresas especializadas en estos rubros específicos puedan participar, favoreciendo una mayor participación de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2025
Favor regirse a lo Indicado en el PBC		

Consulta 3 - ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2025
Solicitamos a la convocante admitir multímetros que no posean función de conductancia, ya que la mayoría de los equipos en el mercado no lo ofrecen como una función por separado, debido a que poseen función de medición de resistencia y se puede derivar de ella la conductancia por conversión directa $CONDUCTANCIA = 1 / RESISTENCIA$		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-10-2025
Favor regirse a lo indicado en la EE.TT		