

Consultas Realizadas

Licitación 473320 - Adquisición de Equipos Antropométricos para la Ejecución de Proyectos de Investigación PINV01-1074

Consulta 1 - ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2025
Con respecto al equipo solicitado en el ítem 1 se refiere a un estadiómetro?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-09-2025
Sí, el equipo solicitado incluye la funcionalidad de estadiómetro para la medición precisa de la estatura. Este debe contar con un diseño ergonómico que facilite su uso y precisión en las mediciones.		

Consulta 2 - ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2025
Se solicita equipo digital que funciones debe tener la pantalla?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-09-2025
La pantalla debe ser capaz de mostrar los parámetros de medición como estatura, peso e Índice de Masa Corporal (IMC) de manera clara y precisa. Además, debe ofrecer facilidad de lectura y permitir la interacción con el usuario mediante controles remotos o táctiles según las especificaciones.		

Consulta 3 - ítem 1 especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2025
En lo referente a la medición, favor indicar qué tipo de sensor requiere el dispositivo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-09-2025
El dispositivo debe contar con sensores de alta precisión para la medición de estatura y peso. En el caso del estadiómetro, se recomienda un sensor táctil que garantice una medición ergonómica y confiable.		

Consulta 4 - ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2025
El equipo deberá tener tiempo de medición?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-09-2025
Sí, el equipo debe garantizar tiempos de medición rápidos y eficientes. Según el material proporcionado, los tiempos estimados serían: Peso y Estatura: 7 segundos. Solo Peso: 2 segundos. Solo Estatura: 5 segundos.		