

Consultas Realizadas

Licitación 464579 - ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS

Consulta 1 - Lidocaina con epinefrina

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2025
Piden de Vidrio, se podria cotizar de polipropileno que es mucho mas practico debido a que no se rompe si cae y no altera la calidad del producto.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2025
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, lo solicitado en el PBC, es lo que se ajusta a la necesidad del hospital.		

Consulta 2 - Mepivacaina solucion

Consulta	Fecha de Consulta	03-09-2025
Piden de vidrio , se podria cotizar de polipropileno , no altera la capacidad de uso del producto ademas en caso de caida no se rompe como el vidrio.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2025
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, lo solicitado en el PBC, es lo que se ajusta a la necesidad del hospital.		

Consulta 3 - ITEM 3 LIDOCAINA CON EPINEFRINA INYECTABLE

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2025
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SUSTITUIR LA especificaciones TÉCNICA POR :ANESTESIA LIDOCAINA AL 2% CON EPINEFRINA SOLUCION INYECTABLE 1:100.000 EN TUBOS VIDRIO 1,8 ML, TIPO 1, CAJAS X 50 TUBOS , CON EMBOLOS SILICONADOS, SOLUCION INYECTABLE.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2025
Favor Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Ultima Versión.		

Consulta 4 - Item 9 ADHESIVO DENTINARIO FOTOPOLIMERIZABLE UNIVERSAL

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2025
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SUSTITUIR LA ESPECIFICACIONES TECNICA POR : COMPOSICION: HEMA, BIS-GMA, D3MA, MDP, ETANOL, AGUA, ACIDO POLIACRILICO CON METACRILATO, DIOXIDO DE SILICIO, CANFORQUINONA, P-DIMETILAMINO BENZOATO DE ETILO, METACRILATO DE 2-DIMETILAMINEOTILO. PRESENTACIÓN: FRASCO DE 3GR.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2025
Favor Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Ultima Versión.		

Consulta 5 - ITEM 9 ADHESIVO DENTINARIO FOTOPOLIMERIZABLE UNIVERSAL

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2025
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SUSTITUIR LA ESPECIFICACIONES TECNICA POR : COMPOSICION: HEMA, BIS-GMA, D3MA, MDP, ETANOL, AGUA, ACIDO POLIACRILICO CON METACRILATO, DIOXIDO DE SILICIO, CANFORQUINONA, P-DIMETILAMINO BENZOATO DE ETILO, METACRILATO DE 2-DIMETILAMINEOTILO. PRESENTACIÓN: FRASCO DE 3GR.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2025
Favor Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Ultima Versión.		

Consulta 6 - ITEM 24 CEMENTO DE IONOMERO VITREO

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2025
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SUSTITUIR LA ESPECIFICACIONES TÉCNICA POR : COMPOSICIÓN: POLVO, POLVO DE VIDRIO DE FLUOROALUMINOSILICATO DE ESTRONCIO, POLVO DE COPOLIMERO DE POLIÁCIDO, PIGMENTOS, LIQUIDO: COPOLIMERO DE ÁCIDO POLIACIDO, ACIDO TARTÁRICO, AGUA, MODIFICADORES DE REALOGIA, ACELERANTES Y ENDURECEDORES PRESENTACIÓN: POLVO DE 5GR.Y / LIQUIDO 3GR.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2025
Favor Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Ultima Versión.		

Consulta 7 - ITEM 24 CEMENTO DE IONOMERO VITREO

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2025
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SUSTITUIR LA ESPECIFICACIONES TÉCNICA POR : COMPOSICIÓN: POLVO, POLVO DE VIDRIO DE FLUOROALUMINOSILICATO, POLVO DE COPOLIMERO DE POLIÁCIDO, PIGMENTOS, LIQUIDO: COPOLIMERO DE POLIACIDO, ACIDO TARTÁRICO, AGUA. PRESENTACIÓN: KIT POLVO DE 15GR./ LIQUIDO 11GR.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2025
Favor Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Ultima Versión.		

Consulta 8 - ITEM 25 CEMENTO DE IONOMERO VITREO

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2025
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SUSTITUIR LA ESPECIFICACIONES TÉCNICA POR : COMPOSICIÓN: POLVO DE VIDRIO DE FLUOROALUMINOSILICATO DE ESTRONCIO, POLVO DE COPOLIMERO DE POLIÁCIDO, PIGMENTOS, LIQUIDO: COPOLIMERO DE ÁCIDO POLIACIDO, ACIDO TARTÁRICO, AGUA, MODIFICADORES DE REALOGIA, ACELERANTES Y ENDURECEDORES PRESENTACIÓN: POLVO DE 5GR.Y / LIQUIDO 3GR.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2025
Favor Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Ultima Versión.		

Consulta 9 - ITEM 26 CEMENTO DE IONOMERO VITREO

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2025
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SUSTITUIR LA ESPECIFICACIONES TÉCNICA POR : COMPOSICIÓN: POLVO DE VIDRIO DE FLUOROALUMINOSILICATO DE ESTRONCIO, CO- INICIADORES Y OTRO RELLENO, LIQUIDO: COPOLIMERO DE POLIÁCIDO, MONOMEROS DE RESINA DE MATACRILATO, FOTOINICIADORES , AGENTES DE CONFIGURACIÓN PRESENTACIÓN: POLVO DE 5GR.Y / LIQUIDO 3GR.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2025
Favor Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Ultima Versión.		

Consulta 10 - ITEM 27 CEMENTO ENDODONTICO

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2025
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SUSTITUIR LA ESPECIFICACIONES TÉCNICA POR : SELLADOR DE CONDUCTO RADICULAR RESINA EPÓXICA USO ODONTOLÓGICO, JERINGA DOBLE DE 13,5 g (9 g base y 4,5 g catalizador). RESINA EPÓXICA MÁS FOSFATO DE CALCIO EN LA BASE; AMINAS Y SUBCARBONATO DE BISMUTIO EN EL CATALIZADOR. PASTA PASTA, NO CONTIENE COMPONENTE VOLÁTIL.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2025
Favor Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Ultima Versión.		

Consulta 11 - ITEM 50 HILO PARA SUTURA NYLON POLIAMIDA

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2025
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SUSTITUIR LA ESPECIFICACIONES TÉCNICA POR : Nº 5-0 NYLON MONOFILAMENTO NEGRO AGUJA DE 17MM 1/2. LONGITUD DE HILO 75 CM LONGITUD DE . CORTE TRIANGULAR CORTE REVERSA. ESTERIL, SOBRE INDIVIDUAL		
Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2025
Favor Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Ultima Versión.		

Consulta 12 - ITEM 78 RESINA FOTOPOLIMERIZABLE

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2025
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SUSTITUIR LA ESPECIFICACIONES TÉCNICA POR : RESINA FOTOPOLIMERIZABLE A3 ,DENTINA, NANO HIBRIDA CON DIMECRILATOS (19 A 20% EN PESO), CON RELLENOS VIDRIO DE BARIO, TRIFLUORURO DE ITERBIO, OXIDO MEZCLADO, COPOLIMEROS 80 A 81 % EN PESO.JERINGA PRECARGADA POR 3,5 GR.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2025
Favor Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Ultima Versión.		

Consulta 13 - ITEM 79 RESINA FOTOPOLIMERIZABLE

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2025
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SUSTITUIR LA ESPECIFICACIONES TÉCNICA POR :RESINA FOTOPOLIMERIZABLE A2 DENTINA, NANO HIBRIDA CON DIMECRILATOS (19 A 20% EN PESO), CON RELLENOS VIDRIO DE BARIO, TRIFLUORURO DE ITERBIO, OXIDO MEZCLADO, COPOLIMEROS 80 A 81 % EN PESO.JERINGA PRECARGADA POR 3,5 GR.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2025
Favor Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Ultima Versión.		

Consulta 14 - ITEM 80 RESINA FOTOPOLIMERIZABLE

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2025
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SUSTITUIR LA ESPECIFICACIONES TÉCNICA POR :RESINA FOTOPOLIMERIZABLE BLEACH L, NANO HIBRIDA CON DIMECRILATOS (19 A 20% EN PESO), CON RELLENOS VIDRIO DE BARIO, TRIFLUORURO DE ITERBIO, OXIDO MEZCLADO, COPOLIMEROS 80 A 81 % EN PESO.JERINGA PRECARGADA POR 3,5 GR.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2025
Favor Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Ultima Versión.		

Consulta 15 - ITEM 81 RESINA FOTOPOLIMERIZABLE

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2025
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SUSTITUIR LA ESPECIFICACIONES TÉCNICA POR :RESINA FOTOPOLIMERIZABLE A2 DENTINA, NANO HIBRIDA CON DIMECRILATOS (19 A 20% EN PESO), CON RELLENOS VIDRIO DE BARIO, TRIFLUORURO DE ITERBIO, OXIDO MEZCLADO, COPOLIMEROS 80 A 81 % EN PESO.JERINGA PRECARGADA POR 3,5 GR.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2025
Favor Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Ultima Versión.		

Consulta 16 - ITEM 82 RESINA FOTOPOLIMERIZABLE

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2025
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SUSTITUIR LA ESPECIFICACIONES TÉCNICA POR :JERINGA FOTOPOLIMERIZABLE A3, NANO HIBRIDA CON DIMECRILATOS (19 A 20% EN PESO), CON RELLENOS VIDRIO DE BARIO, TRIFLUORURO DE ITERBIO, OXIDO MEZCLADO, COPOLIMEROS 80 A 81 % EN PESO.JERINGA PRECARGADA POR 3,5 GR.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2025
Favor Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Ultima Versión.		

Consulta 17 - ITEM 83 RESINA FOTOPOLIMERIZABLE

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2025
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SUSTITUIR LA ESPECIFICACIONES TÉCNICA POR :JERINGA FOTOPOLIMERIZABLE A1, NANO HIBRIDA CON DIMECRILATOS (19 A 20% EN PESO), CON RELLENOS VIDRIO DE BARIO, TRIFLUORURO DE ITERBIO, OXIDO MEZCLADO, COPOLIMEROS 80 A 81 % EN PESO.JERINGA PRECARGADA POR 3,5 GR.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	22-09-2025
Favor Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Ultima Versión.		

Consulta 18 - adhesivo item 9

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2025
Solicitamos amablemente a la convocante de no direccionar con la composicion tecnicas de las formulas de los productos, excluir los datos especificos de la Formula ,que solo poseen una marca de Adhesivo del mercado con dichas especificaciones, existen otros Adhesivos en el mercado que cumplen con las necesidades solicitadas por la Convocante y dar mayor oportunidad a potenciales Oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2025
Se solicita con la especificación técnica para comprar insumos con estándar de calidad alta, para ofrecer un buen servicio el hospital a su paciente, y así mismo hay productos en varias marcas en el mercado que cumplan con las características técnicas mínimas exigidas. Ajustarse al PBC.		

Consulta 19 - IONOMERO DE VIDRIO ITEM 26

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2025
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CAMBIAR LAS ESPECIFICACIONES Y NO DIRECCIONAR A UNA MARCA ESPECIFICA EXISTEN IONOMEROS QUE CUMPLEN CON LAS NECESIDADES DE LA CONVOCANTE QUE SE COMERCIALIZAN A NIVEL NACIONAL SOLICITAMOS INCLUIR, SOLO EL TEXTO IONOMERO DE VIDRIO FOTOPOLIMERIZABLE KIT POLVO Y LIQUIDO MINIMO ML 5 LIQUIDO, POLVO MIN 8 GR.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2025
Se solicita con la especificación técnica para comprar insumos con estándar de calidad alta, para ofrecer un buen servicio el hospital a su paciente, hay productos en varias marcas en el mercado que cumplan con las características técnicas mínimas exigidas. Por otra parte, se aclara al potencial oferente que los precios referenciales están determinados según las especificaciones técnicas exigidas. Ajustarse al PBC.		

Consulta 20 - ITEM 78 RESINA NANOHIBRIDAS

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2025
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NO DIRECCIONAR A UNA MARCA ESPECIFICA, EXISTEN RESINAS NANO HIBRIDAS EN EL MERCADO CON OTRAS FORMULAS PERO CON LA MISMA CALIDAD, SOLICITAMOS ESTANDARIZAR LA ESPECIFICACION NO INCLUIR FORMULAS ESPECIFICAS PARA DAR OPORTUNIDAD A OTROS POTENCIALES OFERENTES.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2025
Se solicita con la especificación técnica para comprar insumos con estándar de calidad alta, para ofrecer un buen servicio el hospital a su paciente, y hay productos en varias marcas en el mercado que cumplan con las características técnicas mínimas exigidas. Por otra parte, se aclara al potencial oferente que los precios referenciales están determinados según las especificaciones técnicas exigidas. Ajustarse al PBC.		

Consulta 21 - ITEM 79 RESINA NANOHIBRIDA

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2025
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NO DIRECCIONAR A UNA MARCA ESPECIFICA, EXISTEN RESINAS NANO HIBRIDAS EN EL MERCADO CON OTRAS FORMULAS PERO CON LA MISMA CALIDAD, SOLICITAMOS ESTANDARIZAR LA ESPECIFICACION NO INCLUIR FORMULAS ESPECIFICAS PARA DAR OPORTUNIDAD A OTROS POTENCIALES OFERENTES.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2025
Se solicita con la especificación técnica para comprar insumos con estándar de calidad alta, para ofrecer un buen servicio el hospital a su paciente, y hay productos en varias marcas en el mercado que cumplan con las características técnicas mínimas exigidas. Por otra parte, se aclara al potencial oferente que los precios referenciales están determinados según las especificaciones técnicas exigidas. Ajustarse al PBC.		

Consulta 22 - ITEM 81 RESINA NANOHIBRIDA

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2025
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NO DIRECCIONAR A UNA MARCA ESPECIFICA, EXISTEN RESINAS NANO HIBRIDAS EN EL MERCADO CON OTRAS FORMULAS PERO CON LA MISMA CALIDAD, SOLICITAMOS ESTANDARIZAR LA ESPECIFICACION NO INCLUIR FORMULAS ESPECIFICAS PARA DAR OPORTUNIDAD A OTROS POTENCIALES OFERENTES.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2025
Se solicita con la especificación técnica para comprar insumos con estándar de calidad alta, para ofrecer un buen servicio el hospital a su paciente, y hay productos en varias marcas en el mercado que cumplan con las características técnicas mínimas exigidas. Por otra parte, se aclara al potencial oferente que los precios referenciales están determinados según las especificaciones técnicas exigidas. Ajustarse al PBC.		

Consulta 23 - ITEM 80 RESINA NANOHIBRIDA

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2025
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NO DIRECCIONAR A UNA MARCA ESPECIFICA, EXISTEN RESINAS NANO HIBRIDAS EN EL MERCADO CON OTRAS FORMULAS PERO CON LA MISMA CALIDAD, SOLICITAMOS ESTANDARIZAR LA ESPECIFICACION NO INCLUIR FORMULAS ESPECIFICAS PARA DAR OPORTUNIDAD A OTROS POTENCIALES OFERENTES.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2025
Se solicita con la especificación técnica para comprar insumos con estándar de calidad alta, para ofrecer un buen servicio el hospital a su paciente, y hay productos en varias marcas en el mercado que cumplan con las características técnicas mínimas exigidas. Por otra parte, se aclara al potencial oferente que los precios referenciales están determinados según las especificaciones técnicas exigidas. Ajustarse al PBC.		

Consulta 24 - ITEM 82 RESINA NANOHIBRIDA

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2025
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NO DIRECCIONAR A UNA MARCA ESPECIFICA, EXISTEN RESINAS NANO HIBRIDAS EN EL MERCADO CON OTRAS FORMULAS PERO CON LA MISMA CALIDAD, SOLICITAMOS ESTANDARIZAR LA ESPECIFICACION NO INCLUIR FORMULAS ESPECIFICAS PARA DAR OPORTUNIDAD A OTROS POTENCIALES OFERENTES.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2025
Se solicita con la especificación técnica para comprar insumos con estándar de calidad alta, para ofrecer un buen servicio el hospital a su paciente, y hay productos en varias marcas en el mercado que cumplan con las características técnicas mínimas exigidas. Por otra parte, se aclara al potencial oferente que los precios referenciales están determinados según las especificaciones técnicas exigidas. Ajustarse al PBC.		

Consulta 25 - ITEM 80 RESINA NANOHIBRIDA

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2025
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NO DIRECCIONAR A UNA MARCA ESPECIFICA, EXISTEN RESINAS NANO HIBRIDAS EN EL MERCADO CON OTRAS FORMULAS PERO CON LA MISMA CALIDAD, SOLICITAMOS ESTANDARIZAR LA ESPECIFICACION NO INCLUIR FORMULAS ESPECIFICAS PARA DAR OPORTUNIDAD A OTROS POTENCIALES OFERENTES.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2025
Se solicita con la especificación técnica para comprar insumos con estándar de calidad alta, para ofrecer un buen servicio el hospital a su paciente, y hay productos en varias marcas en el mercado que cumplan con las características técnicas mínimas exigidas. Por otra parte, se aclara al potencial oferente que los precios referenciales están determinados según las especificaciones técnicas exigidas. Ajustarse al PBC.		

Consulta 26 - ITEM 81 RESINA NANOHIBRIDA

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2025
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NO DIRECCIONAR A UNA MARCA ESPECIFICA, EXISTEN RESINAS NANO HIBRIDAS EN EL MERCADO CON OTRAS FORMULAS PERO CON LA MISMA CALIDAD, SOLICITAMOS ESTANDARIZAR LA ESPECIFICACION NO INCLUIR FORMULAS ESPECIFICAS PARA DAR OPORTUNIDAD A OTROS POTENCIALES OFERENTES.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2025
Se solicita con la especificación técnica para comprar insumos con estándar de calidad alta, para ofrecer un buen servicio el hospital a su paciente, y hay productos en varias marcas en el mercado que cumplan con las características técnicas mínimas exigidas. Por otra parte, se aclara al potencial oferente que los precios referenciales están determinados según las especificaciones técnicas exigidas. Ajustarse al PBC.		

Consulta 27 - ITEM 83 RESINA NANOHIBRIDA

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2025
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NO DIRECCIONAR A UNA MARCA ESPECIFICA, EXISTEN RESINAS NANO HIBRIDAS EN EL MERCADO CON OTRAS FORMULAS PERO CON LA MISMA CALIDAD, SOLICITAMOS ESTANDARIZAR LA ESPECIFICACION NO INCLUIR FORMULAS ESPECIFICAS PARA DAR OPORTUNIDAD A OTROS POTENCIALES OFERENTES.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2025
Se solicita con la especificación técnica para comprar insumos con estándar de calidad alta, para ofrecer un buen servicio el hospital a su paciente, y hay productos en varias marcas en el mercado que cumplan con las características técnicas mínimas exigidas. Por otra parte, se aclara al potencial oferente que los precios referenciales están determinados según las especificaciones técnicas exigidas. Ajustarse al PBC.		

Consulta 28 - ESPECIFICACION TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2025
FAVOR CONSIDERAR DONDE DICE "FRESA DE CARBURO MULTILAMINADA PARA REMOCIÓN DE HUESO PARA ALTA VELOCIDAD, 25 mm. ZEKRYA" LA POSIBILIDAD DE PRESENTAR 28MM ZECKRYA		
Respuesta	Fecha de Respuesta	03-10-2025
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 4.		

Consulta 29 - ESPECIFICACION TECNICA ITEMS 42

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2025
CON REFERENCIA A "FRESAS DE CARBURO DE TUNGSTENO KIT.VASTAGO HP 2,35MM. PARA CORTE DE ALEACIONES DE COBALTO-CROMO, ALEACIONES PRECIOSAS Y ACRILICOS" , FAVOR ESPECIFICAR CANTIDAD MINIMA DE COMPOSICION DEL KIT		
Respuesta	Fecha de Respuesta	03-10-2025
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 4.		

Consulta 30 - ESPECIFICACION TECNICA ITEMS 51

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2025
FAVOR ESCLARECER EL PEDIDO DONDE DICE "ASPIRADOR PLASTICO PARA ENDODONCIA . KIT CON 4 PUNTAS" , A QUE SE REFIERE LAS 4 PUNTAS YA QUE AL SER UN ASPIRADOR DE PLASTICO DEBERIA DE SER DESECHABLE		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-10-2025
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 4.		

Consulta 31 - ESPECIFICACION TECNICA ITEMS 55

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2025
En atención al contenido del pliego, específicamente en EN ITEMS 55 la descripción que señala: "LIMA MTWO VDW 25mm ROTATORIA. MTWO ROTATORIA SERIE COMPLETA", solicitamos respetuosamente a la entidad convocante considerar la modificación de dicha redacción, sustituyendo el término "MTWO" por "MT", en virtud de que este último representa el sistema rotatorio requerido sin hacer alusión a una marca comercial específica. Asimismo, se solicita suprimir la mención a "VDW", por tratarse de una denominación de marca, lo cual podría implicar direccionamiento hacia un proveedor determinado. Esta modificación contribuiría a garantizar la transparencia, equidad y libre concurrencia en el proceso de selección.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-10-2025
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 4.		

Consulta 32 - ESPECIFICACION TECNICA ITEMS 56

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2025
DONDE DICE "LIMAS RECIPRO ROTATORIA. LIMAS RECIPROCANTAS DE ACERO INOXIDABLE DE 25mm SERIE COMPLETA KIT X3 " FAVOR MODIFICAR POR LIMAS RECIPROCATES NITI YA QUE EL SISTEMA ROTATORIO SE MANEJA CON MATERIAL DE NITI (NIQUEL TITANIO) , Y NO ASI ACERO INOX		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-10-2025
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 4.		

Consulta 33 - ESPECIFICACION TECNICA ITEMS 57

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2025
DONDE DICE "LIMAS ROTATORIAS.LIMAS DE ACERO INOXIDABLE NITI DE 25mm " FAVOR SUPRIMIR ACERO INOX Y ESPECIFICAR EL DIAMETRO Y LA MEDIDA DE LO REQUERIDO		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-10-2025
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 4.		

Consulta 34 - ESPECIFICACION TECNICA ITEMS 58

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2025
En atención al contenido del pliego, específicamente en la descripción que señala: "LIMAS ROTATORIO.LIMA WAVE ONE GOLD DE 25 mm, LIMAS PARA ENDONCIA MECANIZADA, SISTEMA DE LIMA UNICA. CAJA SURTIDA DE 4 UNIDADES", solicitamos respetuosamente a la entidad convocante considerar la modificación de dicha redacción, sustituyendo el término "ROTATORIO" por " RECIPROCANTE", . Asimismo, se solicita suprimir la mención a " WAVE ONE GOLD", por tratarse de una denominación de marca, lo cual podría implicar direccionamiento hacia un proveedor determinado. Esta modificación contribuiría a garantizar la transparencia, equidad y libre concurrencia en el proceso de selección.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-10-2025
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 4.		

Consulta 35 - ESPECIFICACION TECNICA ITEMS 61

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2025
SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE DONDE DICE "PASTA PROVISORIA PARA OBTURACION DE CAVIDADES, SIN EUGENOL EN POTE X 28 G. COMO MÍNIMO." SUSTITUIR POR PASTA PROVISORIA PARA OBTURACION DE CAVIDADES, SIN EUGENOL EN POTE X 25 G. COMO MÍNIMO.YA QUE REPRESENTA A LA MEDIDA ESTANDAR DEL PRODUCTO SOLICITADO EN EL MERCADO.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-10-2025
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 4.		

Consulta 36 - ESPECIFICACION TECNICA ITEMS 64

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2025
Solicitamos Respetuosamente Donde Dice "PINCEL APLICADOR MICROBUSH DESECHABLE FINO" SUPRIMIR LA PALABRA MICROBRUSH , por tratarse de una denominación de marca, lo cual podría implicar direccionamiento hacia un proveedor determinado. Esta modificación contribuiría a garantizar la transparencia, equidad y libre concurrencia en el proceso de selección.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-10-2025
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones - Versión 4.		

Consulta 37 - ESPECIFICACION TECNICA ITEMS 79 AL 83

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2025
<p>En relación con la especificación técnica que indica: “Resina fotopolimerizable A3, dentina, nano híbrida con dimecrlatos (19 a 20% en peso), con rellenos vidrio de bario, trifluoruro de iterbio, óxido mezclado, copolímeros 80 a 81% en peso. Jeringa precargada por 3,5 gr.”, solicitamos respetuosamente a la entidad convocante revisar dicha redacción y considerar la supresión de los componentes “vidrio de bario” y “trifluoruro de iterbio”, por tratarse de elementos que restringen la oferta, lo cual podría comprometer los principios de libre competencia y encarecer innecesariamente el proceso de adquisición.</p> <p>Cabe señalar que dichos componentes no son determinantes para el cumplimiento de las funciones esperadas del producto, existiendo en el mercado alternativas técnicamente equivalentes que ofrecen los mismos resultados clínicos, sin afectar la calidad ni el desempeño, y que permiten una mayor apertura y transparencia en la participación de oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2025
<p>Se solicita con la especificación técnica para comprar insumos con estándar de calidad alta, para ofrecer un buen servicio el hospital a su paciente, hay productos en varias marcas en el mercado que cumplan con las características técnicas mínimas exigidas. Por otra parte, se aclara al potencial oferente que los precios referenciales están determinados según las especificaciones técnicas exigidas. Ajustarse al PBC.</p>		

Consulta 38 - GENERALIDADES - PLAZO DE VENCIMIENTO

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2025
<p>En atención a lo establecido en el pliego, específicamente en el apartado que indica: “El oferente deberá presentar además una Carta de Compromiso de Canje con validez hasta el plazo de vencimiento y Póliza de Seguro por el monto total del producto entregado con plazo diferente al establecido”, solicitamos respetuosamente a la entidad convocante considerar la supresión del requisito relativo a la presentación de la Póliza de Seguro.</p> <p>Esta solicitud se fundamenta en que dicho requerimiento representa una duplicación de garantías, dado que el contrato ya se encuentra respaldado por una póliza general que cubre la totalidad de los productos en todos los casos previstos. Además, la exigencia de una póliza adicional implica un gasto significativo para el oferente, sin aportar un valor agregado real al proceso ni al cumplimiento contractual.</p> <p>Cabe destacar que la Carta de Compromiso de Canje constituye un documento válido y suficiente para garantizar el reemplazo del producto en caso de vencimiento anticipado, conforme a la autorización de vencimiento corto establecida. Por tanto, su sola exigencia resulta adecuada y proporcional para el fin que se persigue, promoviendo así condiciones más equitativas y eficientes en la presentación de ofertas.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	01-10-2025
<p>Se solicita al potencial oferente ajustarse a lo establecido en el PBC, lo establecido es a fin de asegurar que los productos con canje tengan la garantía suficiente para los casos de reemplazo de los productos.</p>		