

## Consultas Realizadas

### Licitación 468015 - LPN N° 29/2025 "ADQUISICION DE INSUMOS DE ENDOSCOPIA PARA EL INCAN - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO"

Consulta 1 - ITEM 2: AGUJA PARA ESCLEROSIS ENDOSCOPICA PARA LESIONES SANGRANTES:

Consulta	Fecha de Consulta	
DICE: AGUJA PARA ESCLEROSIS ENDOSCOPICA PARA LESIONES SANGRANTES: AGUJA PARA ESCLEROSIS ENDOSCÓPICA P/ LESIONES SANGRANTES 23 G A 25 G, P/CANAL DE TRABAJO DE 2,8 MM Y 230 CM O MASDE LARGO. "CATÉTER DE ACERO INOXIDABLE O PLÁSTICOFLEXIBLE.RETRACTOR DE AGUJA AUTOMÁTICO EN EL MANGO. CONSULTA Se puede ofertar con: AGUJA PARA ESCLEROSIS ENDOSCÓPICA P/ LESIONES SANGRANTES 23 G A 25 G, P/CANAL DE TRABAJO DE 2,8 MM Y 230 CM O MASDE LARGO. "CATÉTER DE ACERO INOXIDABLE O PLÁSTICOFLEXIBLE. RETRACTOR DE AGUJA AUTOMÁTICO EN EL MANGO O CONFIRMACION AUDIBLE Y UN BLOQUEO SEGURO DE LA AGUJA DURANTE EL USO.	03-10-2025	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Favor remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.	13-10-2025	

Consulta 2 - ITEM 3: DISPOSITIVO DE BIOPSIA CON AGUJA FINA (FNB) PARA ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO

Consulta	Fecha de Consulta	
DICE: DISPOSITIVO DE BIOPSIA CON AGUJA FINA (FNB) PARA ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO PARA CAPACIDADES DE CORTES PRECISAS, ESTABILIDAD Y CONTROL DEL DISPOSITIVO. DE CROMO-COBALTO Y/O NITINOL, PATRÓN ECOGÉNICO HASTA LA PUNTA, CON PUNTA TRIDENTE FRANCING, RESISTE DEFORMACIÓN Y DESPUNTE. LARGO DE AGUJA Y CATÉTER AJUSTABLE. GAUGE: 22G. DIÁMETRO CATÉTER: 1.40MM O MAS PARA CANAL DE TRABAJO 2.4MM O MAS. CONSULTA SE PUEDE OFERTAR CON: PARA CAPACIDADES DE CORTES PRECISAS, ESTABILIDAD Y CONTROL DEL DISPOSITIVO. DE CROMO-COBALTO Y/O NITINOL, PATRÓN ECOGÉNICO HASTA LA PUNTA, CON PUNTA TRIDENTE RESISTE DEFORMACIÓN Y DESPUNTE. LARGO DE AGUJA Y CATÉTER AJUSTABLE. GAUGE: 22G. DIÁMETRO CATÉTER: 1.40MM O MAS PARA CANAL DE TRABAJO 2.4MM O MAS.	03-10-2025	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Favor remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.	13-10-2025	

## Consulta 3 - ITEM 4 SET DE LIMPIEZA PARA ENDOSCOPIO

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>DICE: SET DE LIMPIEZA PARA ENDOSCOPIO            SET DE LIMPIEZA DEL CANAL DE INCLUYE CEPILLO CON CERDAS PARA LIMPIEZA EN AMBAS PUNTAS DISTALES CON LARGO DE 240 CM O MAS, E INCLUYE UN CEPILLO CORTO PARA LIMPIEZA DE VALVULAS CON CERDAS EN AMBOS EXTREMOS. TRABAJO DE LOS ENDOSCOPIOS</p> <p>CONSULTA            Se puede ofertar con            SET DE LIMPIEZA DEL CANAL DE INCLUYE CEPILLO CON CERDAS PARA LIMPIEZA EN UNA O AMBAS PUNTAS DISTALES CON LARGO DE 230 CM O MAS, E INCLUYE UN CEPILLO CORTO PARA LIMPIEZA DE VALVULAS CON CERDAS EN AMBOS EXTREMOS. TRABAJO DE LOS ENDOSCOPIOS.</p>	03-10-2025	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
<p>Se solicita un set de limpieza que incluya un "cepillo largo" de 240 cm o mas para el canal de trabajo que tenga cerdas en ambas puntas. El "cepillo corto" también incluido en el set si puede ser con cerdas solo en una de las puntas, favor remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.</p>	13-10-2025	

## Consulta 4 - ITEM 12 DILATADOR PARA VÍA ENDÓSCOPICA DE ESTENOSIS DE TUBO DIGESTIVO

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>DICE: DILATADOR PARA VÍA ENDÓSCOPICA DE ESTENOSIS DE TUBO DIGESTIVO            DILATADORES POR VÍA ENDOSCÓPICA DE ESTENOSIS DEL TUBO DIGESTIVO BALÓN ESOFÁGICO, PILÓRICO, DUODENAL Y COLONICO "MISMO BALÓN PERMITE INFLAR 12-13-15,5 MM Y BALÓN DE 5 A 6,5 CM DE LARGO. LARGO DEL CATÉTER 240 O MAS. DEBE INCLUIR GUIA.</p> <p>CONSULTA            Se puede ofertar con            DILATADORES POR VÍA ENDOSCÓPICA DE ESTENOSIS DEL TUBO DIGESTIVO BALÓN ESOFÁGICO, PILÓRICO, DUODENAL Y COLONICO "MISMO BALÓN PERMITE INFLAR 12 - 13 a 13,5 - 15 a 15,5 MM Y BALÓN DE 5 A 6,5 CM DE LARGO. LARGO DEL CATÉTER 240 O MAS. DEBE INCLUIR GUIA.</p>	03-10-2025	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Favor remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.	13-10-2025	

## Consulta 5 - ITEM 15: BALÓN DE EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS BILIARES

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>DICE: BALÓN DE EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS BILIARES            BALÓN DE EXTRACCIÓN P/ CÁLCULOS BILIARES C/ MÚLTIPLES TAMAÑOS. EL CATÉTER DE 4.5, 6 A 7 FR Y 180 CM A 200 CM. TRIPLE LUMEN. MISMO BALÓN PERMITE INFLAR DE 9 10- 12 - 15 ó 12 - 15 - 18 ó 15 - 18 a 20 ó 21 MM. DE TRIPLE LUMEN CON INYECCIONES DE CONTRASTE POR LA PUNTA. DESCARTABLE.</p> <p>CONSULTA            Hay un error en este punto. MISMO BALÓN PERMITE INFLAR DE 8,5 10- 12 - 15 - 18 - 20 MM. Para obtener esas medidas, se necesitan al menos 3 balones diferentes, ya que solo puede ser: MISMO BALÓN PERMITE INFLAR DE 9-10-12-15 ó bien de 12-15-18 o bien de 15-18-20 a 21 MM.</p>	03-10-2025	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Se opta por solicitar solamente la medida de balón que permita inflar entre 8,5 y 15 mm favor remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.	13-10-2025	

## Consulta 6 - ITEM 26: DREN BILIAR: STENT AUTOEXPANSIBLE BILIAR, USO ENDOSCOPICO

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>DICE: DREN BILIAR: STENT AUTOEXPANSIBLE BILIAR, USO ENDOSCOPICO            STENT AUTOEXPANSIBLE BILIAR DE 10 MM X (6CM) RECUBIERTO. SISTEMA LIBERACION Y AYUDA DE REPOSICIONAMIENTO, CON MANDRIL, 4 MARCAS FLUOROSCOPICAS COMO MINIMO, PARA AYUDAR EN LA COLOCACION PRECISA. ALAMBRE DE PLATINOL. ULTIMOS 2 MM DEL EXTREMO DISTAL DEL STENT NO DEBEN ESTAR CUBIERTOS, PARA REDUCIR LA MIGRATION PROXIMAL DEL MISMO. BUCLE DE RECUPERACION INTEGRADO. CAPACIDAD DE EXTRACCION DEL PACIENTE, HASTA LOS 12 MESES DESPUES DE LA COLOCACION DEL STENT. LAS MEDIDAS SERAN SOLICITADAS SEGUN LA NECESIDAD DEL SERVICIO.</p> <p>CONSULTA</p> <p>Las características técnicas solicitadas, corresponden únicamente al producto WALLFLEX de la marca BOSTON SCIENTIFIC, solicitamos reformular las EETT solicitadas ampliando los requisitos, permitiendo la participación de más oferentes, de la siguiente manera: STENT AUTOEXPANSIBLE BILIAR DE 10 MM X (6CM) RECUBIERTO. SISTEMA DE LIBERACION Y AYUDA DE REPOSICIONAMIENTO, CON MANDRIL, 4 MARCAS FLUOROSCOPICAS COMO MINIMO, PARA AYUDAR EN LA COLOCACION PRECISA. ALAMBRE DE NITINOL O PLATINOL. BUCLE O HILO PARA LA RECUPERACION INTEGRADO. CAPACIDAD DE EXTRACCION DEL PACIENTE, HASTA LOS 6 O 12 MESES DESPUES DE LA COLOCACION DEL STENT. LAS MEDIDAS SERAN SOLICITADAS SEGUN LA NECESIDAD DEL SERVICIO.</p>	03-10-2025	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Favor remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.	13-10-2025	

## Consulta 7 - ITEM 27: DREN BILIAR SIN ORIFICIOS LATERALES

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>DICE: DREN BILIAR SIN ORIFICIOS LATERALES            DREN BILIAR DE 10 FR.C/ALETAS SIN ORIFICIOS LATERALES Y MANGUITO POSICIONADOR LARGOS DEL STENT A OFERTAR Y 8 CM</p> <p>CONSULTA</p> <p>Se puede ofertar con:            DREN BILIAR DE 10 FR.C/ALETAS CON O SIN ORIFICIOS LATERALES Y MANGUITO POSICIONADOR LARGOS DEL STENT A OFERTAR 8 CM +/- 1 CM</p>	03-10-2025	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Favor remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.	13-10-2025	

## Consulta 8 - EETT ITEM 3: DISPOSITIVO DE BIOPSIA CON AGUJA FINA (FNB) PARA ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>Donde dice: PARA CAPACIDADES DE CORTES PRECISAS, ESTABILIDAD Y CONTROL DEL DISPOSITIVO. DE CROMO-COBALTO Y/O NITINOL, PATRÓN ECOGÉNICO HASTA LA PUNTA, "CON PUNTA TRIDENTE FRANCING", RESISTE DEFORMACIÓN Y DESPUNTE. LARGO DE AGUJA Y CATÉTER AJUSTABLE. GAUGE: 22G. DIÁMETRO CATÉTER: 1.40MM O MAS PARA CANAL DE TRABAJO 2.4MM O MAS.</p> <p>CONSULTA: Para dar más participación a otros oferentes, y no dirigir a una sola marca, favor aceptar cambiar a "CON PUNTA TRIDENTE FRANCING, MENGUINI U OTROS" y de esta manera tienen más opciones para la elección del producto.</p>	05-10-2025	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Se acepta el cambio a con punta tridente francing, menguini u otros Favor remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.	13-10-2025	

## Consulta 9 - EETT - ITEM 4: SET DE LIMPIEZA PARA ENDOSCOPIO:

Consulta	Fecha de Consulta	
Donde dice: Incluye cepillo con cerdas para limpieza en ambas puntas distales "con largo de 240 cm o más", e incluye "un cepillo corto para limpieza de válvulas con cerdas en ambos extremos".	05-10-2025	
<p>CONSULTA: Primero: Si podríamos cambiar a "con largo de 220cm o más". Estas medidas son suficientes para la Limpieza del Endoscopio.</p> <p>Segundo: Si el Cepillo corto solo podría tener cerdas en una punta, ya que el cepillito no ingresa en su totalidad en el canal de las Válvulas, por lo tanto no es necesario doble cerda, favor considerar, un cepillo corto para limpieza de válvulas con cerdas en la punta".</p>		

Consulta	Fecha de Consulta	
se acepta primera consulta "con largo de 220 cm o más". Segunda consulta se acepta porque solo el cepillo largo se necesita con cerdas en ambas puntas y el cepillo corto solo necesita cerdas en una punta. Favor remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.	13-10-2025	

## Consulta 10 - EETT ITEM 8: ASA PARA POLIPECTOMIA:

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>Donde dice: "Tamaño de asa: mediana 30mm de Multifilamento" 230 cm ó más. - para canal de trabajo 2,8mm</p> <p>CONSULTA: Favor considerar donde dice: "Tamaño de Asa: mediana 25mm o más de Multifilamento"</p>		

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>Si. Se acepta para asa mediana 25 o 30 mm multifilamento y longitud 230 cm o más. Favor remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

## Consulta 11 - EETT ITEM 15: BALON DE EXTRACCION DE CALCULOS BILIARES:

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>Donde dice: "Mismo balón permite inflar de 8,5 10- 12 - 15 - 18 - 20 mm". De triple lumen con inyecciones de contraste por la punta. Descartable.</p> <p>CONSULTA: Favor considerar el que el inflado del balón sea "desde 8.5, 11.5 y hasta 15mm", o "desde 15.0, 18.0, y 20.0mm". creo que deberían de considerar dividir este ítems en dos Balones de extracción, pues las medidas solicitadas si existiesen, están totalmente dirigidas a una sola marca.</p>		

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>Se acepta solicitar solamente la medida del balón que se pueda inflar en un rango entre 8.5 hasta 15 mm. Favor remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

## Consulta 12 - EETT ITEM 19: ESFINTERÓTOMO ENDOSCÓPICO:

Consulta	Fecha de Consulta	
Donde dice: Esfinterótomo de precorte con "alambre de corte de 4 mm". "Catéter doble lumen 5 Fr. y 200 cm". Descartable	05-10-2025	
Consulta: Primero que pudiera ser "con alambre de corte "desde 4mm en adelante". también considerar presentar que sea "Cateter "triple" lumen 5 Fr. pues de esta manera el Especialista tendrá más opciones a la hora de los procedimientos. Por último, que la medida sea "desde 170cm o más" medidas suficientes para la realización de los procedimientos endoscópicos.		
Favor considerar estos puntos solicitados, pues ninguno de los puntos solicitados reducirá la capacidad de utilización del equipo, ni disminuirá el potencial medico existente en el Hospital.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Favor remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 13 - EETT ITEM 21: ENDOLOOP PREMONTADO PARA USO EN COLONOSCOPIOS:

Consulta	Fecha de Consulta	
Donde dice "premontado de 250cm".		
CONSULTA: Favor cambiar a "premontado desde 230cm en adelante" medidas necesarias para realizar el procedimiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Favor remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 14 - ITEM 15 BALÓN DE EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS BILIARES:

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita amablemente a la convocante redistribuir este lote, ya que no existe balón con la capacidad de inflado en 6 medidas diferentes, por lo general los mismos permiten el inflado hasta en 3 medidas, como mucho. POR LO TANTO ESTAMOS HABLANDO DE 3 BALONES DIFERENTES PARA CUBRIR ESTE RANGO DE MEDIDAS. También sería bueno aplicar el término "entre" o de "tal a cual medida" cuando se mencionan rangos de medidas (diámetros o longitudes), asumiendo de esta forma que aquel producto que se encuentre dentro del rango solicitado estará cumpliendo con las EETT. Ademas de esta manera se estará dando la oportunidad a una mayor participación de oferentes lo que terminará en un beneficio para la convocante y el propio proceso licitatorio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Se decide solicitar la medida de balón que permita inflar en un rango entre 8,5 y 15 mm. Favor remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 15 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	
solicitamos atentamente a la convocante que se modifique el plan de entrega propuesto de la siguiente manera: Primera entrega: Dentro de los 20 días hábiles a partir de la emisión de la orden de compra. Entrega del saldo restante: Sujeto a la emisión de una nueva orden de compra, con un plazo de entrega de hasta 30 días hábiles, debido a que los insumos requeridos deben ser importados.		
Favor remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	
Favor remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 16 - Item 2 Aguja de esclerosis

Consulta	Fecha de Consulta	
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE REVISAR EL PRECIO DE REFERENCIA. NO SE ADECUA A LAS EETT Y A LOS PRECIOS ACTUALES		

Consulta	Fecha de Consulta	
Las especificaciones tecnicas son establecidas conforme a la necesidad del servicio requerente. El precio referencial fue obtenido mediante el precio promedio de la combinación de los métodos 3 y 4 en cuanto a la RES DNCP n° 454/2024, tal como se visualiza en el documento de estimacion de costos.		

## Consulta 17 - Item 3 DISPOSITIVO DE BIOPSIA CON AGUJA FINA (FNB) PARA ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO

Consulta	Fecha de Consulta	
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMPLIAR LOS RANGOS PARA MAYOR PARTICIPACION DE OFERENTES Y QUE CIERTAS CARACTERISTICAS PASEN A SER OPCIONALES YA QUE SU DESCRIPCION SOLO LLEVAN A UNA SOLA MARCA "CON PUNTA TRIDENTE FRANCING". POR LOQUE SOLICITAMOS QUE LAS EETT PASEN A SER: PARA CAPACIDADES DE CORTES PRECISAS, ESTABILIDAD Y CONTROL DEL DISPOSITIVO. DE CROMO-COBALTO Y/O NITINOL, PATRÓN ECOGÉNICO HASTA LA PUNTA, CON PUNTA TRIDENTE FRANCING (OPCIONAL), RESISTE DEFORMACIÓN Y DESPUNTE. LARGO DE AGUJA Y CATÉTER AJUSTABLE. GAUGE: 20 A 22G. DIÁMETRO CATÉTER: 1.40MM O MAS PARA CANAL DE TRABAJO 2.4MM O MAS.		

Consulta	Fecha de Consulta	
Se acepta punta tridente francing opcional. Se acepta Gauge: 20 a 22G. Favor remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 18 - Item 7 ASA PARA POLIPECTOMÍA

Consulta	Fecha de Consulta	
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR SI DICHA ASA DEBE DE SER FRÍA O CALIENTE o FRIA y/o CALIENTE		

Consulta	Fecha de Consulta	
Se aclara que debe ser asa caliente, favor remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 19 - ITEM 15 BALÓN DE EXTRACCIÓN P/ CÁLCULOS BILIARES

Consulta	Fecha de Consulta	
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE REEVALUAR LA EETT DEL PRESENTE ÍTEM, YA QUE NINGÚN BALÓN DISPONIBLE EN EL MERCADO LOGRA CUMPLIR TODAS LAS MEDIDAS SOLICITADAS EN UN MISMO DISPOSITIVO, ACTUALMENTE, LOS FABRICANTES OFRECEN MODELOS QUE CUBRE RANGOS ESPECÍFICOS DE DIÁMETRO, POR EJEMPLO: BALONES QUE INFLAN DE 8.5-10-12-15MM Y LA OPCIÓN XL, QUE CUBRE 12-15-18-20MM. POR LO TANTO, PROPONEMOS QUE SE CONSIDERE LA ACEPTACIÓN DE AMBAS PRESENTACIONES (RANGO ESTÁNDAR Y XL), LAS CUALES EN CONJUNTO CUBREN LA TOTALIDAD DE LAS MEDIDAS REQUERIDAS EN EL PLIEGO. POR LO QUE SUGERIMOS QUE LAS EETT PASEN A SER: BALÓN DE EXTRACCIÓN P/ CÁLCULOS BILIARES C/ MÚLTIPLES TAMAÑOS. EL CATÉTER DE 4.5, 6 A 7 FR Y 180 CM A 200 CM. MISMO BALÓN PERMITE INFLAR 8.5-10-12-15MM Y/O, 12-15-18-20MM. DE TRIPLE LUMEN CON INYECCIONES DE CONTRASTE POR LA PUNTA. DESCARTABLE.	07-10-2025	

Consulta	Fecha de Consulta	
Se decide solicitar solamente la medida de balón que permita inflar en un rango entre 8.5 y 15 mm, favor remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.	13-10-2025	

## Consulta 20 - Item 16 CANASTILLA DORMIA

Consulta	Fecha de Consulta	
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMPLIAR LOS RANGOS PARA MAYOR PARTICIPACION DE OFERENTES . AQUÍ ESTAN SOLO DIRIGIENDO A UNA SOLA MARCA . POR LO QUE SOLICITAMOS AMPLIAR LAS EETT Y EVITAR POSIBLES PROTESTAS A :Canastillas (de 1,5 x 3,5 cm con alambre multifilamento) p/ extracción de cálculos biliares vía endoscópica. Descartable. Y Catéter De 7 French 220 Cm (SOLICITAMOS QUE REVISEN ID 445754 ITEM 16) SON LAS MISMAS EETT.	07-10-2025	

Consulta	Fecha de Consulta	
Favor remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.	13-10-2025	

## Consulta 21 - ITEM 19 esfinterotomo

Consulta	Fecha de Consulta	
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMPLIAR LOS RANGOS Y QUE LAS EETT PASEN A SER: ESFINTERÓTOMO DE PRECORTE CON ALAMBRE DE CORTE DE 4 MM. CATÉTER	07-10-2025	

Consulta	Fecha de Consulta	
Favor remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.	13-10-2025	

## Consulta 22 - Item 22 CEPILLO DE LIMPIEZA DE CANAL PARA ENDOSCOPÍA PARA ECOENDOSCOPIO:-

Consulta	Fecha de Consulta	
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE REVISAR EL PRECIO REFERENCIAL ANTES QUE EL ITEM SE DECLARE DESIERTO. NO ES LO MISMO UN CEPILLO PARA ECOENDOSCOPIOS QUE PARA UN SIMPLE ENDOSCOPIO. REVISAR LA COTIZACION DE LOS PROVEEDORES O VOLVER A PEDIR EN CASO QUE NO TENGAN PARA "ECOENDOSCOPIO "	07-10-2025	

Consulta	Fecha de Consulta	
El ecoendoscopio cuenta con un "canal de balón" que necesita un cepillo específico. Es este cepillo para ese canal fino del ecoendoscopio el que se esta solicitando. Distinto al cepillo del canal de trabajo habitual de los endoscopios. Favor remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.	13-10-2025	

## Consulta 23 - Item 26 DREN BILIAR: STENT AUTOEXPANSIBLE BILIAR, USO ENDOSCOPICO

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2025
SOLICITAMOS REVISAR LAS EETT , ESTAN DIRIGIDAS A UNA SOLA MARCA Y QUEREMOS EVITAR POSIBLES PROTESTAS .		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2025
En otras consultas realizadas sobre este ítem se respondieron todas favorablemente.		

## Consulta 24 - ITEM 29 kit Protesis Pancreatica Plastico

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2025
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMPLIAR LOS RANGOS Y QUE DICHAS EETT PASEN A SER : PRÓTESIS PLÁSTICAS PANCREÁTICAS DE 4 A 5 FR CON SU SISTEMA DE LIBERACIÓN.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2025
Favor remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 25 - ITEM 4 SET DE LIMPIEZA PARA ENDOSCOPIO

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2025
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE MODIFICAR EL RANGO DE MEDIDA DEL PRODUCTO A 230CM Y ELIMINAR EL PUNTO DONDE SE SOLICITA EL CEPILLO CORTO, YA QUE ACTUALMENTE NO VIENEN CON EL PRODUCTO Y ASÍ EVITAR QUE DICHO ÍTEM SE DECLARE DESIERTO. POR LO QUE SOLICITAMOS QUE DIGA: SET DE LIMPIEZA DEL CANAL DE INCLUYE CEPILLO CON CERDAS PARA LIMPIEZA EN AMBAS PUNTAS DISTALES CON LARGO DE 230 CM O MAS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2025
Se acepta la modificación de la medida con largo de 230 cm o más. Respecto al cepillo corto en caso de no haya oferentes que tengan un kit que lo incluya también, se podría aceptar la exclusión del cepillo corto., favor remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 26 - Item 19 ESFINTERÓTIMO ENDOSCÓPICO

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2025
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMPLIAR LOS RANGOS Y QUE LAS EETT PASEN A SER: ESFINTERÓTOMO DE PRECORTE CON ALAMBRE DE CORTE DE 4 MM. CATÉTER DOBLE LÚMEN 5 A 5.5 FR. Y 200 CM. DESCARTABLE		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-10-2025
Favor remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 27 - ITEM 19: ESFINTERÓTOMO ENDOSCÓPICO

Consulta	Fecha de Consulta	
	18-10-2025	
Donde dice: Esfinterótomo de precorte con "alambre de corte de 4 mm". "Catéter doble lumen 5 Fr. y 200 cm". Descartable		
Se consulta la posibilidad de algunos cambios como: "con alambre de corte "desde 4mm en adelante". Es decir, puedo ofrecer algo igual o mejor de lo solicitado abriendo esta medida. "Cateter "doble o triple" lumen 5 Fr. Al habilitar este parámetro, estoy dando algo mejor de lo que se pueda tener, un Lumen más, sin afectar el funcionamiento. "desde 170cm o más". La longitud total de un Duodenoscopio es de "155cm aprox.", y su longitud útil o de trabajo apenas asciende a "125cm aprox." Por lo que "170cm o más" son medidas más que suficientes para estos puntos solicitados. Son cambios totalmente posibles, pues desde ningún punto de vista afecta la calidad del producto, ni la calidad de trabajo del profesional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	
	24-10-2025	
Remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 28 - ITEM 20: ESFINTERÓTOMO ENDOSCÓPICO

Consulta	Fecha de Consulta	
	18-10-2025	
Donde dice: Alambre de corte "desde 4mm en adelante", recubierto en el extremo proximal, punta de 3 a 5mm. Desechable		
Se consulta la posibilidad de algunos cambios como:		
La medida "desde 4mm en adelante, en el alambre de corte" es un error de tipeo o de medidas entiendo, tal medida no existe en el Alambre de corte, Sí existe en el extremo proximal. Favor tener en cuenta este cambio de medidas, quizás involuntario, ya que nadie ha consultado sobre este ITEM en el PBC-ORIGINAL donde si estaba de manera correcta. Debería ser mínimo "desde 20mm en adelante"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	
	24-10-2025	
Remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 29 - ITEM 27

Consulta	Fecha de Consulta	
	28-10-2025	
En el PBC solicitan DREN BILIAR: SIN ORIFICIOS LATERALES. Dren biliar de 10 Fr con aletas, con o sin orificios laterales y manguito posicionador; largos del stent a ofertar 8 cm ± 1 cm. Solicitamos confirmar con los médicos que realizan CPRE que los largos a ofertar en el PBC serían de tan solo 7, 8 y 9 cm según lo que solicitan . Ahora bien, existen muchas otras medidas que van desde el 5 hasta el 15 (cm de largo), se podría confirmar que sean solo estas tres medidas ya que limitaría mucho al medico en la colocación del stent.?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	
	28-10-2025	
Favor remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 30 - Item 10

Consulta	Fecha de Consulta	
En el PBC o nueva versión las eett pasaron a ser : ASA PARA EXTRACCION DE POLIPOS O CUERPOS EXTRAÑOS, VIA ENDOSCOPICA. Descartable, con asa con red, para canales de trabajo de 2,5 a 3,2 mm y longitud de 230 cm o más. Ahora bien solicitamos a la convocante o al médico revisar este punto ya que si el asa con red ofertado o entregado en caso de ser adjudicado es solo para canales de trabajo de 3,2 , esta no podría ser utilizada en procedimientos de endoscopia digestiva alta ya que los gastroscopios tienen un canal de trabajo de 2.8mm y la entregada o ofertada no cumpliría con todos los requisitos o necesidades del servicio ya que esta asa se utiliza mucho en alta también. por lo que solicitamos a la convocante que verifiquen esto y en todo caso que las eett pasen a ser: ASA PARA EXTRACCION DE POLIPOS O CUERPOS EXTRAÑOS, VIA ENDOSCOPICA. Descartable, con asa con red, para canales de trabajo de 2,5 a 2,8 mm y longitud de 230 cm o más.	28-10-2025	

Consulta	Fecha de Consulta	
Favor remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones	28-10-2025	

## Consulta 31 - ITEM 4

Consulta	Fecha de Consulta	
En el PBC solicitan : SET DE LIMPIEZA PARA ENDOSCOPIO. Set de limpieza del canal de trabajo del endoscopio: incluye cepillo con cerdas para limpieza en ambas puntas distales de 220 cm o más y cepillo corto para limpieza de válvulas, con cerdas en uno o ambos extremos.  Solicitamos a la convocante poner el cepillo corto como opcional y evitar posibles protestas ya que solo una marca en el mercado cumple con las EETT solicitadas. Ahora bien, cabe aclarar que con el cepillo largo se hace ya una limpieza de válvulas porque por ahí se pasan los cepillos. por lo que solicitamos el PBC pase a ser : SET DE LIMPIEZA PARA ENDOSCOPIO. Set de limpieza del canal de trabajo del endoscopio: incluye cepillo con cerdas para limpieza en ambas puntas distales de 220 cm o más y cepillo corto (opcional) para limpieza de válvulas, con cerdas en uno o ambos extremos.	28-10-2025	

Consulta	Fecha de Consulta	
Favor remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones	28-10-2025	