

Consultas Realizadas

Licitación 474273 - LPN N° 110/2025 - ADQUISICION DE INSUMOS MÉDICOS GENERALES PARA EL MSPBS

Consulta 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	
Ítem 7: Equipo Microgotero. Las especificaciones técnicas de este ítem solicitan; "SET PARA ADMINISTRACION INTRAVENOSA. Venoclisis con Microgotero, calibrado 60 gotas/mL, con un puerto de inyección lateral, libre de aguja, espiga con protector, con cámara de goteo transparente libre de látex. Conexión proximal al paciente con rosca y punta catéter con protector, longitud 200 cm (+-10 cm), de PVC grado médico, tubería flexible.". Solicitamos respetuosamente MODIFICAR la redacción de las especificaciones técnicas en este punto en particular, de la siguiente forma: "longitud 150 cm (+-10 cm), Consideramos que esto permitiría la participación de una mayor cantidad de oferentes.	02-10-2025	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de bases y Condiciones. Se aclara que las especificaciones técnicas son elaboradas de acuerdo a la necesidad de los Servicios, según el Listado de Tecnologías Sanitarias vigente del MSPyBS.	21-10-2025	

Consulta 2 - SUMINISTROS REQUERIDOS - EETT - ITEM 11

Consulta	Fecha de Consulta	
Solicitamos respetuosamente la ampliación del rango de medida de los Hilos para Sutura Polipropileno a 17MM +/- 1MM, de manera a dar oportunidad a un mayor número de potenciales oferentes, ya que la diferencia es ínfima e imperceptible y los cirujanos normalmente aceptan hilos de 16, 17 o 18 MM indistintamente, debido a que no afecta su finalidad y desempeño. Favor aceptar.	06-10-2025	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC	21-10-2025	

Consulta 3 - MODELO DE EQUIPO - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	
ITEM 3- Papel para Electrocardiografía 63mm x 30 m . 1 canal Compatible con el equipo de la Institución - Se solicita amablemente que indiquen cual es el modelo del equipo que posee la institución para una mejor cotización.	10-10-2025	

Respuesta	Fecha de Respuesta	
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC	21-10-2025	

Consulta 4 - MODELO DE EQUIPO - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	
item 30- Papel para electrocardiografía De 80 mm X 20 mts, 3 CANALES. Rollo x 50 mts. mínimo Compatible con el equipo de la Institución - Se solicita amablemente que indiquen cual es el modelo del equipo que posee la institución para una mejor cotización.	10-10-2025	

Consulta	Fecha de Consulta	
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC	21-10-2025	

Consulta 5 - MODELO DE EQUIPO - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	
ITEM 33 - Papel para electrocardiografia 50 mm x 30 m. 1 canal Compatible con el equipo de la Institución. Se solicita amablemente que indiquen cual es el modelo del equipo que posee la institución para una mejor cotización.	10-10-2025	

Consulta	Fecha de Consulta	
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC	21-10-2025	

Consulta 6 - ITEM 2 - Cateter intravenoso periferico

Consulta	Fecha de Consulta	
Solicitamos respetuosamente a la convocante solicite envase estéril de papel grado médico, éste ya asegura la esterilidad y seguridad en el empaque y elimine el envase individual doble.	13-10-2025	

Consulta	Fecha de Consulta	
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC	21-10-2025	

Consulta 7 - ITEM 3 - Papel para electrocardiografia

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita respetuosamente a la Convocante aclare cual es el equipo utilizado en la unidad	13-10-2025	

Consulta	Fecha de Consulta	
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC	21-10-2025	

Consulta 8 - ITEM 4 - Colector / contenedor de orina

Consulta	Fecha de Consulta	
Solicitamos respetuosamente a la convocante permita la cotización de materiales graduados con resolución de 100ml, ya que la misma es mucho mas efectiva que la resolución de 500 ml, solamente.	13-10-2025	

Consulta	Fecha de Consulta	
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que las especificaciones técnicas son elaboradas de acuerdo a la necesidad de los Servicios, según el Listado de Tecnologías Sanitarias vigente del MSPyBS.	21-10-2025	

Consulta 9 - ITEM 15 - Cateter epicutaneo

Consulta	Fecha de Consulta	
	13-10-2025	
<p>Solicitamos respetuosamente las siguientes adecuaciones, con el fin de permitir la mayor participación de oferentes y mantener la finalidad terapéutica, seguridad y desempeño del dispositivo:</p> <p>Calibre: Aceptar 4 a 5 Fr doble lumen, dado que los modelos de doble lumen disponibles internacionalmente inician en este calibre. La variación no afecta la funcionalidad ni la compatibilidad con sistemas venosos periféricos.</p> <p>Longitud: Aceptar un rango de 55 a 60 cm, correspondiente al estándar internacional para catéteres PICC, sin impacto clínico en la colocación ni en el desempeño del dispositivo.</p> <p>Diámetro: Incluir una tolerancia de $\pm 0,25$ mm, considerando variaciones de fabricación aceptadas por normas ISO aplicables.</p> <p>Accesorios: Solicitar la eliminación del lazo hemostático de silicona y la pinza de acero inoxidable como requisitos obligatorios, ya que no forman parte esencial para la técnica de inserción segura.</p> <p>Solicitar a la convocante la inclusión de:</p> <p>Catéter compatible también con inyección de CONTRASTE 5 ml/seg), Aguja ecogénica que mejora la visualización bajo ultrasonido, guías de nitinol atraumáticas que son más seguras que las de acero, marcaciones cada 1 cm para posicionamiento exacto, sistema que evita el movimiento del catéter, apósito transparente estéril para control visual, bandeja estéril tipo tray para mayor asepsia y organización.</p> <p>Las adecuaciones propuestas buscan alinear las especificaciones a los estándares internacionales vigentes, permitiendo la oferta de un dispositivo técnicamente equivalente o superior con mayores garantías de seguridad y precisión clínica, sin alterar la finalidad ni las condiciones de uso establecidas en el pliego.</p>		

Consulta	Fecha de Consulta	
	21-10-2025	
<p>El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de bases y Condiciones.</p> <p>Se aclara que las especificaciones técnicas son elaboradas de acuerdo a la necesidad de los Servicios, según el Listado de Tecnologías Sanitarias vigente del MSPyBS.</p>		

Consulta 10 - ITEM 18 - Jeringa desechable con aguja

Consulta	Fecha de Consulta	
	13-10-2025	
<p>Solicitamos respetuosamente a la convocante que permita la cotización de jeringas de insulina 1 ml, 100 UI, 31G, 6-8mm, ya que al tener un calibre mayor, permite un mejor manejo del dolor para los pacientes.</p>		

Consulta	Fecha de Consulta	
	21-10-2025	
<p>El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de bases y Condiciones.</p> <p>Se aclara que las especificaciones técnicas son elaboradas de acuerdo a la necesidad de los Servicios, según el Listado de Tecnologías Sanitarias vigente del MSPyBS.</p>		

Consulta 11 - ITEM 20 - Sonda nasogastrica pediatrico

Consulta	Fecha de Consulta	
	13-10-2025	
<p>Solicitamos respetuosamente a la convocante permita la cotización de materiales de 40 cm de longitud como mínimo como sondas pediátricas.</p>		

Consulta	Fecha de Consulta	
	21-10-2025	
<p>El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de bases y Condiciones.</p> <p>Se aclara que las especificaciones técnicas son elaboradas de acuerdo a la necesidad de los Servicios, según el Listado de Tecnologías Sanitarias vigente del MSPyBS.</p>		

Consulta 12 - ITEM 30 - Papel para electrocardiografia

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
Se solicita respetuosamente a la Convocante aclare cual es el equipo utilizado en la unidad		

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 13 - ITEM 32 -Circuito para respirador pediatrico

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
Solicitamos respetuosamente a la Convocante aclarar equipo utilizado por la unidad		

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 14 - ITEM 33 - Papel para electrocardiografia

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
Se solicita respetuosamente a la Convocante aclare cual es el equipo utilizado en la unidad		

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 15 - Item 3 Papel para electrocardiografia

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
Item 3 Papel para electrocardiografia El precio referencial se encuentra muy por debajo de los precios actuales de mercado. Solicitamos actualizar a por lo menos 20.000 precio unitario.		

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
LA MISMA SE RATIFCAN Y MANTIENEN LOS PRECIOS REFERENCIALES ESTABLECIDOS EN EL CITADO ANALISIS SEGUN EL DICTAMEN DOC N° 144/25 EN BASE A LO PROCEDIDO A LA VERIFICACION DE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN EL ANALISIS DEL PRECIO REFERENCIAL DE 12 DE AGOSTO DEL 2025 CONSTATANDOSE QUE LO ACTUADO EN DICHO ANALISIS SE ENCUENTRA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION DNCP 454/24 ASI COMO EN EL ARTICULO 4° DE LA LEY 7021/222.		

Consulta 16 - Item 13 Resucitador Adulto c/ Camara y mascara

Consulta	Fecha de Consulta	
Item 13 Resucitador Adulto c/ Camara y mascara El precio referencial se encuentra muy por debajo de los precios actuales de mercado. Solicitamos actualizar a por lo menos 400.000 precio unitario. Solicitamos remitirse a los precios referenciales del ID 474720 del IPS	13-10-2025	

Consulta	Fecha de Consulta	
LA MISMA SE RATIFICAN Y MANTIENEN LOS PRECIOS REFERENCIALES ESTABLECIDOS EN EL CITADO ANALISIS SEGUN EL DICTAMEN DOC N° 144/25 EN BASE A LO PROCEDIDO A LA VERIFICACION DE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN EL ANALISIS DEL PRECIO REFERENCIAL DE 12 DE AGOSTO DEL 2025 CONSTATANDOSE QUE LO ACTUADO EN DICHO ANALISIS SE ENCUENTRA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION DNCP 454/24 ASI COMO EN EL ARTICULO 4° DE LA LEY 7021/222.	21-10-2025	

Consulta 17 - Item 14 Resucitador Neonatal c/ Camara y mascara

Consulta	Fecha de Consulta	
Item 14 Resucitador Neonatal c/ Camara y mascara El precio referencial se encuentra muy por debajo de los precios actuales de mercado. Solicitamos actualizar a por lo menos 400.000 precio unitario. Solicitamos remitirse a los precios referenciales del ID 474720 del IPS	13-10-2025	

Consulta	Fecha de Consulta	
LA MISMA SE RATIFICAN Y MANTIENEN LOS PRECIOS REFERENCIALES ESTABLECIDOS EN EL CITADO ANALISIS SEGUN EL DICTAMEN DOC N° 144/25 EN BASE A LO PROCEDIDO A LA VERIFICACION DE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN EL ANALISIS DEL PRECIO REFERENCIAL DE 12 DE AGOSTO DEL 2025 CONSTATANDOSE QUE LO ACTUADO EN DICHO ANALISIS SE ENCUENTRA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION DNCP 454/24 ASI COMO EN EL ARTICULO 4° DE LA LEY 7021/222.	21-10-2025	

Consulta 18 - Item 27 Hoja de bisturi de acero inoxidable

Consulta	Fecha de Consulta	
Item 27 Hoja de bisturi de acero inoxidable El precio referencial se encuentra muy por debajo de los precios actuales de mercado. Solicitamos actualizar a por lo menos 1.250 precio unitario.	13-10-2025	

Consulta	Fecha de Consulta	
LA MISMA SE RATIFICAN Y MANTIENEN LOS PRECIOS REFERENCIALES ESTABLECIDOS EN EL CITADO ANALISIS SEGUN EL DICTAMEN DOC N° 144/25 EN BASE A LO PROCEDIDO A LA VERIFICACION DE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN EL ANALISIS DEL PRECIO REFERENCIAL DE 12 DE AGOSTO DEL 2025 CONSTATANDOSE QUE LO ACTUADO EN DICHO ANALISIS SE ENCUENTRA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION DNCP 454/24 ASI COMO EN EL ARTICULO 4° DE LA LEY 7021/222.	21-10-2025	

Consulta 19 - Item 30 Papel para electrocardiografía

Consulta	Fecha de Consulta	
Item 30 Papel para electrocardiografía El precio referencial se encuentra muy por debajo de los precios actuales de mercado. Solicitamos actualizar a por lo menos 25.000 precio unitario.	13-10-2025	

Consulta	Fecha de Consulta	
LA MISMA SE RATIFICAN Y MANTIENEN LOS PRECIOS REFERENCIALES ESTABLECIDOS EN EL CITADO ANALISIS SEGUN EL DICTAMEN DOC N° 144/25 EN BASE A LO PROCEDIDO A LA VERIFICACION DE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN EL ANALISIS DEL PRECIO REFERENCIAL DE 12 DE AGOSTO DEL 2025 CONSTATANDOSE QUE LO ACTUADO EN DICHO ANALISIS SE ENCUENTRA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION DNCP 454/24 ASI COMO EN EL ARTICULO 4° DE LA LEY 7021/222.	21-10-2025	

Consulta 20 - Item 30 Papel para electrocardiografía

Consulta	Fecha de Consulta	
Item 30 Papel para electrocardiografía En una parte de las especificaciones técnicas dice: De 80 mm X 20 mts, 3 CANALES. Rollo x 50 mts. Solicitamos eliminar la parte que dice Rollo x 50 mts. porque está demás y porque la descripción correcta es de 80 mm x 20 mts.	13-10-2025	

Consulta	Fecha de Consulta	
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC	21-10-2025	

Consulta 21 - Item 33 Papel para electrocardiografía

Consulta	Fecha de Consulta	
Item 33 Papel para electrocardiografía El precio referencial se encuentra muy por debajo de los precios actuales de mercado. Solicitamos actualizar a por lo menos 20.000 precio unitario.	13-10-2025	

Consulta	Fecha de Consulta	
LA MISMA SE RATIFICAN Y MANTIENEN LOS PRECIOS REFERENCIALES ESTABLECIDOS EN EL CITADO ANALISIS SEGUN EL DICTAMEN DOC N° 144/25 EN BASE A LO PROCEDIDO A LA VERIFICACION DE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN EL ANALISIS DEL PRECIO REFERENCIAL DE 12 DE AGOSTO DEL 2025 CONSTATANDOSE QUE LO ACTUADO EN DICHO ANALISIS SE ENCUENTRA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION DNCP 454/24 ASI COMO EN EL ARTICULO 4° DE LA LEY 7021/222.	21-10-2025	

Consulta 22 - Item 27 - Hoja de bisturi N° 23

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita a la convocante reconsiderar el margen de precio referencial a 10.000 gs por unidad, permitiendo así una mayor cantidad de ofertas que cumplan los estándares de calidad internacional y normativas requeridas por el MSP.	13-10-2025	

Consulta	Fecha de Consulta	
LA MISMA SE RATIFICAN Y MANTIENEN LOS PRECIOS REFERENCIALES ESTABLECIDOS EN EL CITADO ANALISIS SEGUN EL DICTAMEN DOC N° 144/25 EN BASE A LO PROCEDIDO A LA VERIFICACION DE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN EL ANALISIS DEL PRECIO REFERENCIAL DE 12 DE AGOSTO DEL 2025 CONSTATANDOSE QUE LO ACTUADO EN DICHO ANALISIS SE ENCUENTRA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION DNCP 454/24 ASI COMO EN EL ARTICULO 4° DE LA LEY 7021/222.	21-10-2025	

Consulta 23 - Especificaciones técnicas Ítem 4

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
Se solicita a la convocante adecuar las especificaciones técnicas de la siguiente manera: "Bolsa de 2 Litros, con ansa de sostén, con válvula de retención, salida de gases y desagote, con medidor externo graduado de 500 ml mínimo. sistema cerrado con válvula de no retorno. Sin urinometro." Teniendo en cuenta que el ansa de sostén del colector de orina evita que se caiga, asegura un drenaje adecuado y previene reflujo.		

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que las especificaciones técnicas son elaboradas de acuerdo a la necesidad de los Servicios, según el Listado de Tecnologías Sanitarias vigente del MSPyBS.		

Consulta 24 - Especificaciones técnicas Ítem 19

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
Se solicita a la convocante adecuar las EETT de la siguiente manera: "Conector para línea intravenosa sin aguja, cánula interna y sello de silicona transparente, Conector siliconado, para catéter libre de aguja, transparente sistema cerrado, libre de látex y componentes metálicos en su interior (para evitar accidentes en estudios de Resonancia Magnética y otros), con desplazamiento neutro. Con conexión a rosca y punta catéter, resistente a altas presiones tales como se presentan en líneas arteriales y NPT, compatible con soluciones lipidas, quimioterapéuticas y antibióticos, capaz de soportar múltiples accesos sin contaminarse durante un uso no menor a 7 días continuos."		

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que las especificaciones técnicas son elaboradas de acuerdo a la necesidad de los Servicios, según el Listado de Tecnologías Sanitarias vigente del MSPyBS.		

Consulta 25 - Especificaciones técnicas Ítem 35

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
Solicitamos amablemente a la convocante que la presentación de entrega sea modificada de modo que la aguja y el introductor se encuentren en envases individuales dentro de un mismo empaque con el fin de garantizar la esterilidad en la manipulación del producto cotizado. Conforme al llamado ID 445964 LPN N° 100 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS GENERALES PARA EL MINISTERIO DE SALUD.		

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 26 - Precio Referencial ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 24.000 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado.		

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
LA MISMA SE RATIFICAN Y MANTIENEN LOS PRECIOS REFERENCIALES ESTABLECIDOS EN EL CITADO ANALISIS SEGUN EL DICTAMEN DOC N° 144/25 EN BASE A LO PROCEDIDO A LA VERIFICACION DE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN EL ANALISIS DEL PRECIO REFERENCIAL DE 12 DE AGOSTO DEL 2025 CONSTATANDOSE QUE LO ACTUADO EN DICHO ANALISIS SE ENCUENTRA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION DNCP 454/24 ASI COMO EN EL ARTICULO 4° DE LA LEY 7021/222.		

Consulta 27 - Precio Referencial ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 11.000 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado.		

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
LA MISMA SE RATIFICAN Y MANTIENEN LOS PRECIOS REFERENCIALES ESTABLECIDOS EN EL CITADO ANALISIS SEGUN EL DICTAMEN DOC N° 144/25 EN BASE A LO PROCEDIDO A LA VERIFICACION DE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN EL ANALISIS DEL PRECIO REFERENCIAL DE 12 DE AGOSTO DEL 2025 CONSTATANDOSE QUE LO ACTUADO EN DICHO ANALISIS SE ENCUENTRA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION DNCP 454/24 ASI COMO EN EL ARTICULO 4° DE LA LEY 7021/222.		

Consulta 28 - Precio Referencial ITEM 4

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 5.500 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado.		

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
LA MISMA SE RATIFICAN Y MANTIENEN LOS PRECIOS REFERENCIALES ESTABLECIDOS EN EL CITADO ANALISIS SEGUN EL DICTAMEN DOC N° 144/25 EN BASE A LO PROCEDIDO A LA VERIFICACION DE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN EL ANALISIS DEL PRECIO REFERENCIAL DE 12 DE AGOSTO DEL 2025 CONSTATANDOSE QUE LO ACTUADO EN DICHO ANALISIS SE ENCUENTRA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION DNCP 454/24 ASI COMO EN EL ARTICULO 4° DE LA LEY 7021/222.		

Consulta 29 - EETT Item 2

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
Se solicita a la convocante unificar criterios con respecto a la presentación de entrega, teniendo en cuenta el ítem 12 del mismo llamado y modificar a "Envase estéril individual"		

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 30 - Precio Referencial

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
ITEM 5 Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 8.800 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado.		

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
LA MISMA SE RATIFICAN Y MANTIENEN LOS PRECIOS REFERENCIALES ESTABLECIDOS EN EL CITADO ANALISIS SEGUN EL DICTAMEN DOC N° 144/25 EN BASE A LO PROCEDIDO A LA VERIFICACION DE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN EL ANALISIS DEL PRECIO REFERENCIAL DE 12 DE AGOSTO DEL 2025 CONSTATANDOSE QUE LO ACTUADO EN DICHO ANALISIS SE ENCUENTRA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION DNCP 454/24 ASI COMO EN EL ARTICULO 4° DE LA LEY 7021/222.		

Consulta 31 - Precio Referencial

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
ITEM 6 Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 11.000 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado.		

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
LA MISMA SE RATIFICAN Y MANTIENEN LOS PRECIOS REFERENCIALES ESTABLECIDOS EN EL CITADO ANALISIS SEGUN EL DICTAMEN DOC N° 144/25 EN BASE A LO PROCEDIDO A LA VERIFICACION DE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN EL ANALISIS DEL PRECIO REFERENCIAL DE 12 DE AGOSTO DEL 2025 CONSTATANDOSE QUE LO ACTUADO EN DICHO ANALISIS SE ENCUENTRA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION DNCP 454/24 ASI COMO EN EL ARTICULO 4° DE LA LEY 7021/222.		

Consulta 32 - Precio Referencial

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
ITEM 7 Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 6.000 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado.		

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
LA MISMA SE RATIFICAN Y MANTIENEN LOS PRECIOS REFERENCIALES ESTABLECIDOS EN EL CITADO ANALISIS SEGUN EL DICTAMEN DOC N° 144/25 EN BASE A LO PROCEDIDO A LA VERIFICACION DE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN EL ANALISIS DEL PRECIO REFERENCIAL DE 12 DE AGOSTO DEL 2025 CONSTATANDOSE QUE LO ACTUADO EN DICHO ANALISIS SE ENCUENTRA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION DNCP 454/24 ASI COMO EN EL ARTICULO 4° DE LA LEY 7021/222.		

Consulta 33 - Precio Referencial

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
ITEM 8 Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 6.000 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado.		

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
LA MISMA SE RATIFICAN Y MANTIENEN LOS PRECIOS REFERENCIALES ESTABLECIDOS EN EL CITADO ANALISIS SEGUN EL DICTAMEN DOC N° 144/25 EN BASE A LO PROCEDIDO A LA VERIFICACION DE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN EL ANALISIS DEL PRECIO REFERENCIAL DE 12 DE AGOSTO DEL 2025 CONSTATANDOSE QUE LO ACTUADO EN DICHO ANALISIS SE ENCUENTRA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION DNCP 454/24 ASI COMO EN EL ARTICULO 4° DE LA LEY 7021/222.		

Consulta 34 - EETT Item 7

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
Se solicita a la convocante ampliar las EETT de la siguiente manera: "SET PARA ADMINISTRACION INTRAVENOSA. Venoclisis con Microgotero, calibrado 60 gotas/ml, con un puerto de inyección lateral, libre de aguja, espiga con protector, con cámara de goteo transparente libre de látex. Conexión proximal al paciente con rosca y punta catéter con protector, longitud 200 cm (+-20 cm), de PVC grado médico, tubería flexible." Con el fin de fomentar mayor participación de potenciales oferentes.		

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que las especificaciones técnicas son elaboradas de acuerdo a la necesidad de los Servicios, según el Listado de Tecnologías Sanitarias vigente del MSPyBS.		

Consulta 35 - EETT Item 8

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
Se solicita a la convocante ampliar las EETT de la siguiente manera: "SET PARA ADMINISTRACION INTRAVENOSA. Venoclisis con Macrogotero, calibrado 20 gotas/ml, con un puerto de inyección lateral, libre de aguja, sistema cerrado, espiga con protector, con cámara de goteo transparente libre de látex, y componentes metálicos. Conexión proximal al paciente con rosca y punta catéter con protector, longitud 200 cm (+-20 cm), de PVC grado médico, tubería flexible transparente." Con el fin de fomentar mayor participación de potenciales oferentes.		

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que las especificaciones técnicas son elaboradas de acuerdo a la necesidad de los Servicios, según el Listado de Tecnologías Sanitarias vigente del MSPyBS.		

Consulta 36 - EETT Item 10

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
Se solicita a la convocante unificar los ítems 9 y 10 quedando las Botella Contenedora de nutricion enteral del ítem 9 con 93.240 unidades.		

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Las cantidades son asignadas en base a necesidades del Servicio.		

Consulta 37 - Precio Referencial

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
ITEM 10 Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 8.000 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado.		

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
LA MISMA SE RATIFICAN Y MANTIENEN LOS PRECIOS REFERENCIALES ESTABLECIDOS EN EL CITADO ANALISIS SEGUN EL DICTAMEN DOC N° 144/25 EN BASE A LO PROCEDIDO A LA VERIFICACION DE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN EL ANALISIS DEL PRECIO REFERENCIAL DE 12 DE AGOSTO DEL 2025 CONSTATANDOSE QUE LO ACTUADO EN DICHO ANALISIS SE ENCUENTRA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION DNCP 454/24 ASI COMO EN EL ARTICULO 4° DE LA LEY 7021/222.		

Consulta 38 - Precio Referencial

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
ITEM 12 Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 5.000 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado. Teniendo en cuenta que con dispositivo de seguridad es un costo extra para el dispositivo mencionado.		

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
LA MISMA SE RATIFICAN Y MANTIENEN LOS PRECIOS REFERENCIALES ESTABLECIDOS EN EL CITADO ANALISIS SEGUN EL DICTAMEN DOC N° 144/25 EN BASE A LO PROCEDIDO A LA VERIFICACION DE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN EL ANALISIS DEL PRECIO REFERENCIAL DE 12 DE AGOSTO DEL 2025 CONSTATANDOSE QUE LO ACTUADO EN DICHO ANALISIS SE ENCUENTRA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION DNCP 454/24 ASI COMO EN EL ARTICULO 4° DE LA LEY 7021/222.		

Consulta 39 - Precio Referencial

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
ITEM 13 Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 500.000 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado.		

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
LA MISMA SE RATIFICAN Y MANTIENEN LOS PRECIOS REFERENCIALES ESTABLECIDOS EN EL CITADO ANALISIS SEGUN EL DICTAMEN DOC N° 144/25 EN BASE A LO PROCEDIDO A LA VERIFICACION DE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN EL ANALISIS DEL PRECIO REFERENCIAL DE 12 DE AGOSTO DEL 2025 CONSTATANDOSE QUE LO ACTUADO EN DICHO ANALISIS SE ENCUENTRA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION DNCP 454/24 ASI COMO EN EL ARTICULO 4° DE LA LEY 7021/222.		

Consulta 40 - EETT Item 13

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
Se solicita a la convocante aclarar e incluir en las EETT la capacidad de reservorio de O2 sea de 2000ml. Quedando de la siguiente manera: "Bolsa de reanimación 1500- 2000ml, con reservorio de O2 de 2000ml, autoinflable con válvula paciente, válvula de peep, válvula de admisión, válvula reservorio, con máscara adulto siliconizada con tubo de conexión a oxígeno con rosca"		

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que las especificaciones técnicas son elaboradas de acuerdo a la necesidad de los Servicios, según el Listado de Tecnologías Sanitarias vigente del MSPyBS.		

Consulta 41 - EETT Item 14

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
Se solicita a la convocante aclarar e incluir en las EETT la capacidad de reservorio de O2 sea de 2000ml. Quedando de la siguiente manera: "Bolsa de reanimación 250 - 300 ml, autoinflable con válvula paciente, válvula de peep, válvula de admisión, válvula reservorio, con máscara neonatal, transparente, anatómica, siliconizada con tubo de conexión a oxígeno sin Rosca. Con reservorio de oxígeno de 1600 ml"		

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que las especificaciones técnicas son elaboradas de acuerdo a la necesidad de los Servicios, según el Listado de Tecnologías Sanitarias vigente del MSPyBS.		

Consulta 42 - Precio Referencial

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
ITEM 14 Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 500.000 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado.		

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
LA MISMA SE RATIFICAN Y MANTIENEN LOS PRECIOS REFERENCIALES ESTABLECIDOS EN EL CITADO ANALISIS SEGUN EL DICTAMEN DOC N° 144/25 EN BASE A LO PROCEDIDO A LA VERIFICACION DE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN EL ANALISIS DEL PRECIO REFERENCIAL DE 12 DE AGOSTO DEL 2025 CONSTATANDOSE QUE LO ACTUADO EN DICHO ANALISIS SE ENCUENTRA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION DNCP 454/24 ASI COMO EN EL ARTICULO 4° DE LA LEY 7021/222.		

Consulta 43 - Precio Referencial

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
ITEM 17 Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 1.800 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado.		

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
LA MISMA SE RATIFICAN Y MANTIENEN LOS PRECIOS REFERENCIALES ESTABLECIDOS EN EL CITADO ANALISIS SEGUN EL DICTAMEN DOC N° 144/25 EN BASE A LO PROCEDIDO A LA VERIFICACION DE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN EL ANALISIS DEL PRECIO REFERENCIAL DE 12 DE AGOSTO DEL 2025 CONSTATANDOSE QUE LO ACTUADO EN DICHO ANALISIS SE ENCUENTRA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION DNCP 454/24 ASI COMO EN EL ARTICULO 4° DE LA LEY 7021/222.		

Consulta 44 - Precio Referencial

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
ITEM 18 Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 1.200 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado.		

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
LA MISMA SE RATIFICAN Y MANTIENEN LOS PRECIOS REFERENCIALES ESTABLECIDOS EN EL CITADO ANALISIS SEGUN EL DICTAMEN DOC N° 144/25 EN BASE A LO PROCEDIDO A LA VERIFICACION DE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN EL ANALISIS DEL PRECIO REFERENCIAL DE 12 DE AGOSTO DEL 2025 CONSTATANDOSE QUE LO ACTUADO EN DICHO ANALISIS SE ENCUENTRA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION DNCP 454/24 ASI COMO EN EL ARTICULO 4° DE LA LEY 7021/222.		

Consulta 45 - Precio Referencial

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
ITEM 21 Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 10.000 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado.		

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
LA MISMA SE RATIFICAN Y MANTIENEN LOS PRECIOS REFERENCIALES ESTABLECIDOS EN EL CITADO ANALISIS SEGUN EL DICTAMEN DOC N° 144/25 EN BASE A LO PROCEDIDO A LA VERIFICACION DE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN EL ANALISIS DEL PRECIO REFERENCIAL DE 12 DE AGOSTO DEL 2025 CONSTATANDOSE QUE LO ACTUADO EN DICHO ANALISIS SE ENCUENTRA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION DNCP 454/24 ASI COMO EN EL ARTICULO 4° DE LA LEY 7021/222.		

Consulta 46 - Precio Referencial

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
ITEM 22 Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 10.000 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado.		

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
LA MISMA SE RATIFICAN Y MANTIENEN LOS PRECIOS REFERENCIALES ESTABLECIDOS EN EL CITADO ANALISIS SEGUN EL DICTAMEN DOC N° 144/25 EN BASE A LO PROCEDIDO A LA VERIFICACION DE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN EL ANALISIS DEL PRECIO REFERENCIAL DE 12 DE AGOSTO DEL 2025 CONSTATANDOSE QUE LO ACTUADO EN DICHO ANALISIS SE ENCUENTRA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION DNCP 454/24 ASI COMO EN EL ARTICULO 4° DE LA LEY 7021/222.		

Consulta 47 - Precio Referencial

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
ITEM 23 Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 10.000 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado.		

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
LA MISMA SE RATIFICAN Y MANTIENEN LOS PRECIOS REFERENCIALES ESTABLECIDOS EN EL CITADO ANALISIS SEGUN EL DICTAMEN DOC N° 144/25 EN BASE A LO PROCEDIDO A LA VERIFICACION DE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN EL ANALISIS DEL PRECIO REFERENCIAL DE 12 DE AGOSTO DEL 2025 CONSTATANDOSE QUE LO ACTUADO EN DICHO ANALISIS SE ENCUENTRA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION DNCP 454/24 ASI COMO EN EL ARTICULO 4° DE LA LEY 7021/222.		

Consulta 48 - Precio Referencial

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
ITEM 25 Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 77.000 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado.		

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
LA MISMA SE RATIFICAN Y MANTIENEN LOS PRECIOS REFERENCIALES ESTABLECIDOS EN EL CITADO ANALISIS SEGUN EL DICTAMEN DOC N° 144/25 EN BASE A LO PROCEDIDO A LA VERIFICACION DE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN EL ANALISIS DEL PRECIO REFERENCIAL DE 12 DE AGOSTO DEL 2025 CONSTATANDOSE QUE LO ACTUADO EN DICHO ANALISIS SE ENCUENTRA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION DNCP 454/24 ASI COMO EN EL ARTICULO 4° DE LA LEY 7021/222.		

Consulta 49 - Precio Referencial

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
ITEM 27 Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 770 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado.		

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
LA MISMA SE RATIFICAN Y MANTIENEN LOS PRECIOS REFERENCIALES ESTABLECIDOS EN EL CITADO ANALISIS SEGUN EL DICTAMEN DOC N° 144/25 EN BASE A LO PROCEDIDO A LA VERIFICACION DE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN EL ANALISIS DEL PRECIO REFERENCIAL DE 12 DE AGOSTO DEL 2025 CONSTATANDOSE QUE LO ACTUADO EN DICHO ANALISIS SE ENCUENTRA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION DNCP 454/24 ASI COMO EN EL ARTICULO 4° DE LA LEY 7021/222.		

Consulta 50 - Precio Referencial

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
ITEM 29 Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 5.500 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado.		

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
LA MISMA SE RATIFICAN Y MANTIENEN LOS PRECIOS REFERENCIALES ESTABLECIDOS EN EL CITADO ANALISIS SEGUN EL DICTAMEN DOC N° 144/25 EN BASE A LO PROCEDIDO A LA VERIFICACION DE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN EL ANALISIS DEL PRECIO REFERENCIAL DE 12 DE AGOSTO DEL 2025 CONSTATANDOSE QUE LO ACTUADO EN DICHO ANALISIS SE ENCUENTRA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION DNCP 454/24 ASI COMO EN EL ARTICULO 4° DE LA LEY 7021/222.		

Consulta 51 - Precio Referencial

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
ITEM 38 Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 220.000 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado.		

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
LA MISMA SE RATIFICAN Y MANTIENEN LOS PRECIOS REFERENCIALES ESTABLECIDOS EN EL CITADO ANALISIS SEGUN EL DICTAMEN DOC N° 144/25 EN BASE A LO PROCEDIDO A LA VERIFICACION DE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN EL ANALISIS DEL PRECIO REFERENCIAL DE 12 DE AGOSTO DEL 2025 CONSTATANDOSE QUE LO ACTUADO EN DICHO ANALISIS SE ENCUENTRA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION DNCP 454/24 ASI COMO EN EL ARTICULO 4° DE LA LEY 7021/222.		

Consulta 52 - Muestras

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
En el apartado de Muestras solicitamos a la convocante aclarar cuanto sigue. Que en caso de ofertarse en varios ítems el mismo tipo de material y/o insumo, pero de diferentes medidas, será suficiente la presentación de uno de ellos, debiendo ajustarse exactamente al ítem para el cual se entrega la muestra, acompañadas de una declaración jurada en la que el oferente se compromete, en caso de ser adjudicado, a entregar el producto conforme a las especificaciones técnicas requeridas para cada ítem correspondiente; de igual marca, calidad, origen y procedencia que la muestra presentada.		

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2025
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que la muestra de cada ítem es necesaria a fin de verificar las especificaciones técnicas y que la misma pueda ser utilizada como contramuestra para la entrega en el Parque Sanitario de la DGGIES.		

Consulta 53 - Item 35 - EETT - Aguja Raquídea

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2025
En las especificaciones técnicas del ítem 35 "Aguja Raquídea" solicitan: "Aguja para anestesia espinal en adulto en "punta biselada" (Tipo Quincke) calibre 25 G, longitud 90mm (3½") de acero inoxidable. Pabellón plástico transparente, con introductor, mandril codificado por color, con marca indicando la localización del orificio distal. Presentación: Envase estéril doble envoltorio. Individual." Solicitamos a la convocante: 1. Definir la longitud requerida ya que por un lado solicitan de 90 mm pero incluyen también "3½" cuya equivalencia en mm es 88,9mm; esto podría generar ambigüedades en la oferta y en el criterio de evaluación. 2. Aclarar a qué se refiere con una presentación de "doble envoltorio e individual". Al respecto, sugerimos aclarar que el producto debe tener envoltorios individuales para la aguja y para el introductor. Por lo tanto, solicitamos modificar las EETT a: "Aguja para anestesia espinal en adulto en "punta biselada" (Tipo Quincke) calibre 25 G, longitud (3½") +/- 2 mm de acero inoxidable. Pabellón plástico transparente, con introductor, mandril codificado por color, con marca indicando la localización del orificio distal. Presentación: Envase estéril individual independiente para aguja e introductor."		

Consulta	Fecha de Consulta	03-11-2025
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSIÓN DEL PBC		

Consulta 54 - Especificaciones Técnicas del ítem 35.

Consulta	Fecha de Consulta	
	21-10-2025	
En las especificaciones técnicas del ítem 35 "Aguja Raquídea" solicitan:		
<p>"Aguja para anestesia espinal en adulto en "punta biselada" (Tipo Quincke) calibre 25 G, longitud 90mm (3½") de acero inoxidable. Pabellón plástico transparente, con introductor, mandril codificado por color, con marca indicando la localización del orificio distal. Presentación: Envase estéril doble envoltorio. Individual."</p> <p>Solicitamos a la convocante:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Definir la longitud requerida ya que por un lado solicitan de 90 mm pero incluyen también "3½" cuya equivalencia en mm es 88,9mm; esto podría generar ambigüedades en la oferta y en el criterio de evaluación. 2. Aclarar a qué se refiere con una presentación de "doble envoltorio e individual". Al respecto, sugerimos aclarar que el producto debe tener envoltorios individuales para la aguja y para el introductor. <p>Por lo tanto, solicitamos modificar las EETT a:</p> <p>"Aguja para anestesia espinal en adulto en "punta biselada" (Tipo Quincke) calibre 25 G, longitud (3½") +/- 2 mm de acero inoxidable. Pabellón plástico transparente, con introductor, mandril codificado por color, con marca indicando la localización del orificio distal. Presentación: Envase estéril individual independiente para aguja e introductor."</p>		

Consulta	Fecha de Consulta	
	03-11-2025	
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 55 - item 11

Consulta	Fecha de Consulta	
	22-10-2025	
Solicitamos respetuosamente la disminución del rango de medida de los Hilos para Sutura Polipropileno de 1.00 mts a 75 cm, de manera a dar oportunidad a un mayor número de potenciales oferentes. Favor aceptar.		

Consulta	Fecha de Consulta	
	03-11-2025	
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 56 - Item 13 Resucitador Adulto c/ Camara y mascara

Consulta	Fecha de Consulta	
	24-10-2025	
<p>Item 13 Resucitador Adulto c/ Camara y mascara</p> <p>En la columna de atributos dice: "presentación: ENVASE ESTERIL".</p> <p>Solicitamos eliminar la parte de presentación, regularmente se provee NO ESTERIL. Esta presentación encarecerá innecesariamente el producto, que de por sí su precio referencial está muy por debajo de los precios actuales de mercado.</p>		
ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSION		

Consulta	Fecha de Consulta	
	03-11-2025	
ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSION		

Consulta 57 - Item 14 Resucitador Neonatal c/ Camara y mascara

Consulta	Fecha de Consulta	
Item 14 Resucitador Neonatal c/ Camara y mascara	24-10-2025	
En la columna de atributos dice: "presentación: ENVASE ESTERIL".		
Solicitamos eliminar la parte de presentación, regularmente se provee NO ESTERIL. Esta presentación encarecerá innecesariamente el producto, que de por sí su precio referencial está muy por debajo de los precios actuales de mercado.		

Consulta	Fecha de Consulta	
Item 14 Resucitador Neonatal c/ Camara y mascara	03-11-2025	
ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSION		

Consulta 58 - Item 13 Resucitador Adulto c/ Camara y mascara

Consulta	Fecha de Consulta	
Item 13 Resucitador Adulto c/ Camara y mascara		
En una parte de las Especificaciones técnicas dice: con tubo de conexión a oxígeno con rosca.		
Teniendo en cuenta que en el ítem 14 Resucitador Pediátrico se pide SIN ROSCA. Solicitamos a la Convocante permitir la presentación de ofertas de resucitadores CON o SIN ROSCA. De esta forma, de paso, se unificará la descripción.		

Consulta	Fecha de Consulta	
Item 13 Resucitador Adulto c/ Camara y mascara	03-11-2025	
ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSION		

Consulta 59 - Item 13 Resucitador Adulto c/ Camara y mascara

Consulta	Fecha de Consulta	
Item 13 Resucitador Adulto c/ Camara y mascara		
En las Especificaciones técnicas no solicita RESERVORIO DE OXIGENO.		
Teniendo en cuenta que en el ítem 14 Resucitador Pediátrico si se pide el RESERVORIO DE OXIGENO. Solicitamos a la Convocante incorporar esta característica a este ítem 13.		

Consulta	Fecha de Consulta	
Item 13 Resucitador Adulto c/ Camara y mascara	03-11-2025	
ADECUARSE A LA ADENDA Y AL PBC ULTIMA VERSION		

Consulta 60 - Ítem 29

Consulta	Fecha de Consulta	
Solicitamos a la convocante incluir vendas semielásticas desde 1,80 mts de largo de manera a permitir participación de potenciales oferentes.		

Consulta	Fecha de Consulta	
EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LO SOLICITADO AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. SE ACLARA QUE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SON ELABORADAS DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LOS SERVICIOS, SEGUN EL LISTADO DE TECNOLOGIAS SANITARIA VIGENTE DEL MSPBS		

Consulta 61 - Ítem 19 Tapa catéter

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>Solicitamos a la convocante de manera a permitir la mayor de cantidad de potenciales oferentes incluir las siguientes especificaciones técnicas.</p> <p>Dispositivo de sistema cerrado práctico y seguro. Diseñado para la infusión lineal de soluciones con acceso directo al flujo circulatorio, a través de catéteres venosos periféricos, arteriales y venosos centrales. Libre del uso de agujas. No posee metales en su mecanismo interno, permite un alto flujo de solución, posee superficie lisa para procedimientos de asepsia y reduce los índices de infección hospitalaria, brindando mayor seguridad al paciente y al profesional, dispositivo de inyección sin aguja para terapia intravenosa, indicado para aspirar o inyectar líquidos en general, permitiendo múltiples usos y no requiere cubierta protectora, manteniendo el sistema cerrado. Se ajusta de forma segura a jeringas y luers estándar.</p> <p>Dispositivo de sistema cerrado libre del uso de agujas, de conformidad con la NR-32;</p> <p>Membrana que permite hasta 200 activaciones;</p> <p>Superficie lisa para procedimientos de asepsia;</p> <p>No tiene metales en su mecanismo interno;</p> <p>Embalaje individual;</p> <p>Estéril.</p>	24-10-2025	

Consulta	Fecha de Consulta	
<p>EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. SE ACLARA QUE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SON ELABORADAS DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LOS SERVICIOS, CONFORME LO ESTABLECE EL LISTADO DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS VIGENTES DEL MSP Y BS .</p>	03-11-2025	

Consulta 62 - Ítem 29

Consulta	Fecha de Consulta	
Vendas semielásticas de 20 cm , solicitamos a la convocante admitir medidas standard de 20 cm x 1,80 mts mínimo ,atendiendo a que esto no afecta la presentación cualquier otra medida superior y abre oportunidades de recibir ofertas de potenciales proveedores en sana competencia. Al poner una única medida superior al standard las mismas corresponden y se dirigen a productos chinos de menor calidad.	24-10-2025	

Consulta	Fecha de Consulta	
EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES . SE CLARA QUE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SON ELABORADAS DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LOS SERVICIOS SEGUN EL LISTADO DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS VIGENTE DEL MSP Y BS	03-11-2025	

Consulta 63 - Especificaciones técnicas Ítem 4

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita a la convocante adecuar las especificaciones técnicas de la siguiente manera: "Bolsa de 2 Litros, con ansa de sostén, con válvula de retención, salida de gases y desagote, con medidor externo graduado de 500 ml mínimo. sistema cerrado con válvula de no retorno. Sin urinómetro." Teniendo en cuenta que el ansa de sostén del colector de orina evita que se caiga, asegura un drenaje adecuado y previene reflujo.	24-10-2025	

Consulta	Fecha de Consulta	
EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. SE ACLARA QUE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SON ELABORADAS DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LOS SERVICIOS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL LISTADO DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS VIGENTE DEL MSP Y BS .	03-11-2025	

Consulta 64 - Precio Referencial ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2025
Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 24.000 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado.		

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2025
EL OFERENTE DEBERA AJUSTARSE A L PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. SE ACLARA QUE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SON ELABORADAS DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LOS SERVICIOS SEGUN LO ESTABLECIDO EL LISTADO DE TECNOLOGIAS SANITARIAS VIENTE DEL MSP Y BS.		

Consulta 65 - Especificaciones técnicas Ítem 19

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2025
Se solicita a la convocante adecuar las EETT de la siguiente manera: "Conector para línea intravenosa sin aguja, cánula interna y sello de silicona transparente, Conector siliconado, para catéter libre de aguja, transparente sistema cerrado, libre de latex y componentes metálicos en su interior (para evitar accidentes en estudios de Resonancia Magnética y otros), con desplazamiento neutro. Con conexión a rosca y punta catéter, resistente a altas presiones tales como se presentan en líneas arteriales y NPT, compatible con soluciones lipidas, quimioterapéuticas y antibióticos, capaz de soportar múltiples accesos sin contaminarse durante un uso no menor a 7 días continuos."		

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2025
EL OFERENTE DEBERA AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. SE ACLARA QUE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SON ELABORADAS DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LOS SERVICIOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL LISTADO DE TECNOLOGIAS SANITARIAS VIGENTE DEL MASP Y BS.		

Consulta 66 - Precio Referencial ITEM 2

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2025
Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 11.000 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado.		

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2025
AJUSTARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS DOC N° 144/25. LOS MISMO SE RATIFICACN Y MANTIENEN LOS PRECIOS REFERENCIALES ESTABLECIDOS EN EL CITADO ANALISIS POR CONSIDERARSE TECNICAMENTE VÁLIDOS Y AJUSTADOS AL MARCO NORMATIVO VIGENTE		

Consulta 67 - Precio Referencial ITEM 4

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2025
Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 5.500 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado.		

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2025
AJUSTARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS DOC N° 144/25. LOS MISMO SE RATIFICACN Y MANTIENEN LOS PRECIOS REFERENCIALES ESTABLECIDOS EN EL CITADO ANALISIS POR CONSIDERARSE TECNICAMENTE VÁLIDOS Y AJUSTADOS AL MARCO NORMATIVO VIGENTE		

Consulta 68 - Precio Referencial ITEM 5

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2025
Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 8.800 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado.		

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2025
AJUSTARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS DOC N° 144/25. LOS MISMO SE RATIFICACN Y MANTIENEN LOS PRECIOS REFERENCIALES ESTABLECIDOS EN EL CITADO ANALISIS POR CONSIDERARSE TECNICAMENTE VÁLIDOS Y AJUSTADOS AL MARCO NORMATIVO VIGENTE		

Consulta 69 - Precio Referencial ITEM 6

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2025
Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 11.000 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado.		

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2025
AJUSTARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS DOC N° 144/25. LOS MISMO SE RATIFICACN Y MANTIENEN LOS PRECIOS REFERENCIALES ESTABLECIDOS EN EL CITADO ANALISIS POR CONSIDERARSE TECNICAMENTE VÁLIDOS Y AJUSTADOS AL MARCO NORMATIVO VIGENTE		

Consulta 70 - Precio Referencial ITEM 7

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2025
Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 6.000 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado.		

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2025
AJUSTARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS DOC N° 144/25. LOS MISMO SE RATIFICACN Y MANTIENEN LOS PRECIOS REFERENCIALES ESTABLECIDOS EN EL CITADO ANALISIS POR CONSIDERARSE TECNICAMENTE VÁLIDOS Y AJUSTADOS AL MARCO NORMATIVO VIGENTE		

Consulta 71 - Precio Referencial ITEM 8

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2025
Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 6.000 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado.		

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2025
AJUSTARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS DOC N° 144/25. LOS MISMO SE RATIFICACN Y MANTIENEN LOS PRECIOS REFERENCIALES ESTABLECIDOS EN EL CITADO ANALISIS POR CONSIDERARSE TECNICAMENTE VÁLIDOS Y AJUSTADOS AL MARCO NORMATIVO VIGENTE		

Consulta 72 - EETT Item 7

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita a la convocante ampliar las EETT de la siguiente manera: "SET PARA ADMINISTRACION INTRAVENOSA. Venoclisis con Microgotero, calibrado 60 gotas/ml, con un puerto de inyección lateral, libre de aguja, espiga con protector, con cámara de goteo transparente libre de látex. Conexión proximal al paciente con rosca y punta catéter con protector, longitud 200 cm (+-20 cm), de PVC grado médico, tubería flexible." Con el fin de fomentar mayor participación de potenciales oferentes.	24-10-2025	

Consulta	Fecha de Consulta	
EL OFERENTE DEBERA AJUSTARSE A LO SOLITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. SE ACLARA QUE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SON ELABORADAS DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LOS SERVICIOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL LISTADO DE TECNOLOGIAS SANITARIAS VIGENTE DEL MSPBS	03-11-2025	

Consulta 73 - EETT Item 8

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita a la convocante ampliar las EETT de la siguiente manera: "SET PARA ADMINISTRACION INTRAVENOSA. Venoclisis con Macrogotero, calibrado 20 gotas/ml, con un puerto de inyección lateral, libre de aguja, sistema cerrado, espiga con protector, con cámara de goteo transparente libre de látex, y componentes metálicos. Conexión proximal al paciente con rosca y punta catéter con protector, longitud 200 cm (+-20 cm), de PVC grado médico, tubería flexible transparente." Con el fin de fomentar mayor participación de potenciales oferentes.	24-10-2025	

Consulta	Fecha de Consulta	
EL OFERENTE DEBERA AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. SE ACLARA QUE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SON ELABORADAS DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LOS SERVICIOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA LISTA DE TECNOLOGIAS SANITARIAS VIGENTE DEL MSPYBS	03-11-2025	

Consulta 74 - EETT Item 10

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita a la convocante unificar los ítems 9 y 10 quedando las Botella Contenedora de nutrición enteral del ítem 9 con 93.240 unidades.	24-10-2025	

Consulta	Fecha de Consulta	
EL OFERENTE DEBERA AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. SE ACLARA QUE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SON ELABORADAS DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LOS SERVICIOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL LISTADO DE TECNOLOGIAS SANITARIAS VIGENTE DEL MSP Y BS .	03-11-2025	

Consulta 75 - Precio Referencial ITEM 10

Consulta	Fecha de Consulta	
Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 8.000 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado.	24-10-2025	

Consulta	Fecha de Consulta	
AJUSTARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS DOC N° 144/25. LOS MISMO SE RATIFICAN Y MANTIENEN LOS PRECIOS REFERENCIALES ESTABLECIDOS EN EL CITADO ANALISIS POR CONSIDERARSE TECNICAMENTE VÁLIDOS Y AJUSTADOS AL MARCO NORMATIVO VIGENTE	03-11-2025	

Consulta 76 - Precio Referencial ITEM 12

Consulta	Fecha de Consulta	
Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 5.000 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado. Teniendo en cuenta que con dispositivo de seguridad es un costo extra para el dispositivo mencionado.		

Consulta	Fecha de Consulta	
AJUSTARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS DOC N° 144/25. LOS MISMO SE RATIFICAN Y MANTIENEN LOS PRECIOS REFERENCIALES ESTABLECIDOS EN EL CITADO ANALISIS POR CONSIDERARSE TECNICAMENTE VÁLIDOS Y AJUSTADOS AL MARCO NORMATIVO VIGENTE		

Consulta 77 - Precio Referencial ITEM 13

Consulta	Fecha de Consulta	
Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 500.000 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado.		

Consulta	Fecha de Consulta	
AJUSTARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS DOC N° 144/25. LOS MISMO SE RATIFICAN Y MANTIENEN LOS PRECIOS REFERENCIALES ESTABLECIDOS EN EL CITADO ANALISIS POR CONSIDERARSE TECNICAMENTE VÁLIDOS Y AJUSTADOS AL MARCO NORMATIVO VIGENTE		

Consulta 78 - EETT Item 13

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita a la convocante aclarar e incluir en las EETT la capacidad de reservorio de O2 sea de 2000ml. Quedando de la siguiente manera: "Bolsa de reanimación 1500- 2000ml, con reservorio de O2 de 2000ml, autoinflable con válvula paciente, válvula de peep, válvula de admisión, válvula reservorio, con máscara adulto siliconizada con tubo de conexión a oxígeno con rosca"		

Consulta	Fecha de Consulta	
EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. SE ACLARA QUE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SON ELABORADAS DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LOS SERVICIOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL LISTADO DE TECNOLOGIAS SANITARIAS VIGENTE DEL MSP Y BS .		

Consulta 79 - EETT Item 14

Consulta	Fecha de Consulta	
Se solicita a la convocante aclarar e incluir en las EETT la capacidad de reservorio de O2 sea de 2000ml. Quedando de la siguiente manera: "Bolsa de reanimación 250 - 300 ml, autoinflable con válvula paciente, válvula de peep, válvula de admisión, válvula reservorio, con máscara neonatal, transparente, anatómica, siliconizada con tubo de conexión a oxígeno sin Rosca. Con reservorio de oxígeno de 1600 ml"		

Consulta	Fecha de Consulta	
EL OFERENTE DEBERÁ AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. SE ACLARA QUE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SON ELABORADAS DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LOS SERVICIOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL LISTADO DE TECNOLOGIAS SANITARIAS VIGENTE DEL MSP Y BS .		

Consulta 80 - Precio Referencial ITEM 14

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2025
Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 500.000 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado.		

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2025
AJUSTARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS DOC N° 144/25. LOS MISMO SE RATIFICACN Y MANTIENEN LOS PRECIOS REFRENCIALES ESTABLECIDOS EN EL CITADO ANALISIS POR CONSIDERARSE TECNICAMENTE VÁLIDOS Y AJUSTADOS AL MARCO NORMATIVO VIGENTE		

Consulta 81 - Precio Referencial ITEM 17

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2025
Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 1.800 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado.		

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2025
AJUSTARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS DOC N° 144/25. LOS MISMO SE RATIFICACN Y MANTIENEN LOS PRECIOS REFRENCIALES ESTABLECIDOS EN EL CITADO ANALISIS POR CONSIDERARSE TECNICAMENTE VÁLIDOS Y AJUSTADOS AL MARCO NORMATIVO VIGENTE		

Consulta 82 - Precio Referencial ITEM 18

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2025
Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 1.200 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado.		

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2025
AJUSTARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS DOC N° 144/25. LOS MISMO SE RATIFICACN Y MANTIENEN LOS PRECIOS REFRENCIALES ESTABLECIDOS EN EL CITADO ANALISIS POR CONSIDERARSE TECNICAMENTE VÁLIDOS Y AJUSTADOS AL MARCO NORMATIVO VIGENTE		

Consulta 83 - Precio Referencial ITEM 21

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2025
Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 10.000 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado.		

Consulta	Fecha de Consulta	24-10-2025
AJUSTARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS DOC N° 144/25. LOS MISMO SE RATIFICACN Y MANTIENEN LOS PRECIOS REFRENCIALES ESTABLECIDOS EN EL CITADO ANALISIS POR CONSIDERARSE TECNICAMENTE VÁLIDOS Y AJUSTADOS AL MARCO NORMATIVO VIGENTE		

Consulta 84 - Precio Referencial ITEM 22

Consulta	Fecha de Consulta	
Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 10.000 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado.		

Consulta	Fecha de Consulta	
AJUSTARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS DOC N° 144/25. LOS MISMO SE RATIFICACN Y MANTIENEN LOS PRECIOS REFERENCIALES ESTABLECIDOS EN EL CITADO ANALISIS POR CONSIDERARSE TECNICAMENTE VÁLIDOS Y AJUSTADOS AL MARCO NORMATIVO VIGENTE		

Consulta 85 - Precio Referencial ITEM 23

Consulta	Fecha de Consulta	
Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 10.000 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado.		

Consulta	Fecha de Consulta	
AJUSTARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS DOC N° 144/25. LOS MISMO SE RATIFICACN Y MANTIENEN LOS PRECIOS REFERENCIALES ESTABLECIDOS EN EL CITADO ANALISIS POR CONSIDERARSE TECNICAMENTE VÁLIDOS Y AJUSTADOS AL MARCO NORMATIVO VIGENTE		

Consulta 86 - Precio Referencial ITEM 25

Consulta	Fecha de Consulta	
Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 77.000 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado.		

Consulta	Fecha de Consulta	
AJUSTARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS DOC N° 144/25. LOS MISMO SE RATIFICACN Y MANTIENEN LOS PRECIOS REFERENCIALES ESTABLECIDOS EN EL CITADO ANALISIS POR CONSIDERARSE TECNICAMENTE VÁLIDOS Y AJUSTADOS AL MARCO NORMATIVO VIGENTE		

Consulta 87 - Precio Referencial ITEM 27

Consulta	Fecha de Consulta	
Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 770 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado.		

Consulta	Fecha de Consulta	
AJUSTARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS DOC N° 144/25. LOS MISMO SE RATIFICACN Y MANTIENEN LOS PRECIOS REFERENCIALES ESTABLECIDOS EN EL CITADO ANALISIS POR CONSIDERARSE TECNICAMENTE VÁLIDOS Y AJUSTADOS AL MARCO NORMATIVO VIGENTE		

Consulta 88 - Precio Referencial ITEM 29

Consulta	Fecha de Consulta	
Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 5.500 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado.		

Consulta	Fecha de Consulta	
AJUSTARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS DOC N° 144/25. LOS MISMO SE RATIFICACN Y MANTIENEN LOS PRECIOS REFERENCIALES ESTABLECIDOS EN EL CITADO ANALISIS POR CONSIDERARSE TECNICAMENTE VÁLIDOS Y AJUSTADOS AL MARCO NORMATIVO VIGENTE		

Consulta 89 - Precio Referencial ITEM 38

Consulta	Fecha de Consulta	
Solicitamos a la convocante reajustar el precio unitario a Gs. 220.000 debido a que el precio referencial estipulado en el SICP no se ajusta al costo del producto en el mercado.		

Consulta	Fecha de Consulta	
AJUSTARSE AL DICTAMEN DE PRECIOS DOC N° 144/25. LOS MISMO SE RATIFICACN Y MANTIENEN LOS PRECIOS REFERENCIALES ESTABLECIDOS EN EL CITADO ANALISIS POR CONSIDERARSE TECNICAMENTE VÁLIDOS Y AJUSTADOS AL MARCO NORMATIVO VIGENTE		

Consulta 90 - MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	
En el apartado de Muestras solicitamos a la convocante aclarar cuanto sigue.		
Que en caso de ofertarse en varios ítems el mismo tipo de material y/o insumo, pero de diferentes medidas, será suficiente la presentación de uno de ellos, debiendo ajustarse exactamente al ítem para el cual se entrega la muestra, acompañadas de una declaración jurada en la que el oferente se compromete, en caso de ser adjudicado, a entregar el producto conforme a las especificaciones técnicas requeridas para cada ítem correspondiente; de igual marca, calidad, origen y procedencia que la muestra presentada.		

Consulta	Fecha de Consulta	
EL OFERENTE DEBERA AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. SE ACLARA QUE LA MUESTRA DE CADA ITEM ES NECESARI A FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y QUE LA MISMA PUEDA SER UTILIZADA COMO CONTRA MUESTRA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LO ADJUDICADO EN EL PARQUE SANITARIO DE LA DGGIES.		

Consulta 91 - Ítem 24

Consulta	Fecha de Consulta	
Solicitamos a la convocante analizar este ítem 24 ya que se encuentra en el llamado ID 438725. Ítem 46 sin tener la emisión de la mínima aun en empresa adjudicada.		

Consulta	Fecha de Consulta	
EL OFERENTE DEBERA AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. SE ACLARA QUE LO SOLICITADO EN ESTE ITEM ES AGUJA PARA BIOPSIA RENAL ADULTO		

Consulta 92 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	
Ítem 35: Aguja raquídea. En las Especificaciones Técnicas de este ítem solicitan; "Aguja para anestesia espinal en adulto en "punta biselada" (Tipo Quincke) calibre 25 G, longitud 90mm (3½") de acero inoxidable. Pabellón plástico transparente, con introductor, mandril codificado por color, con marca indicando la localización del orificio distal, Presentación: Envase estéril doble envoltorio. Individual.".	27-10-2025	

Solicitamos respetuosamente a la Convocante, MODIFICAR la redacción de las Especificaciones Técnicas en este punto en particular, de la siguiente forma: "Aguja para anestesia espinal en adulto en "punta biselada" (Tipo Quincke) calibre 25 G, longitud 90mm (3½") de acero inoxidable. Pabellón plástico transparente, mandril codificado por color, Presentación: Envase estéril Individual." Consideramos que esto permitiría la participación de una mayor cantidad de oferentes, y por ende de ofertas, lo que redundaría en beneficios para la convocante.

Consulta	Fecha de Consulta	
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC	03-11-2025	

Consulta 93 - ítem 11

Consulta	Fecha de Consulta	
SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE MODIFICAR EL íTEM 11 A: HILO PARA SUTURA POLIPROPILENO N.º 5-0 CARDIOVASCULAR CON DOBLE AGUJA DE ACERO INOXIDABLE ATRAUMÁTICA 1/2CIRCULO, 17 MM (+-1). DE 60 CM MÍNIMO. UNIÓN AGUJA HILO, FUERTEMENTE ADHERIDO. MM. ENVASE ESTÉRIL INDIVIDUAL. PARA MAYOR PARTICIPACION DE OFERENTES	04-11-2025	

Consulta	Fecha de Consulta	
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Última Versión	10-11-2025	

Consulta 94 - ítem 1: Sonda Vesical triple vía

Consulta	Fecha de Consulta	
ítem 1: Sonda Vesical triple vía En una parte de las EETT dice: Siliconado Solicitamos al Convocante permita la presentación de ofertas con material de Silicona o PVC	05-11-2025	

Consulta	Fecha de Consulta	
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que las especificaciones técnicas son elaboradas de acuerdo a la necesidad de los Servicios, según el Listado de Tecnologías Sanitarias vigente del MSPyBS	10-11-2025	

Consulta 95 - Item 13 Resucitador Adulto c/ Camara y mascara

Consulta	Fecha de Consulta	
Item 13 Resucitador Adulto c/ Camara y mascara En una parte de las Especificaciones técnicas dice: con tubo de conexión a oxígeno con rosca. Teniendo en cuenta que en el ítem 14 Resucitador Pediátrico se pide SIN ROSCA. Solicitamos a la Convocante permitir la presentación de ofertas de resucitadores CON o SIN ROSCA. De esta forma, de paso, se unificará la descripción.	05-11-2025	

Consulta	Fecha de Consulta	
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Última Versión	10-11-2025	

Consulta 96 - Para el ítem 13 Resucitador Adulto c/ Cámara y mascara

Consulta	Fecha de Consulta	
	05-11-2025	

Para el ítem 13 Resucitador Adulto c/ Cámara y mascara

En la Especificación técnica dice: con tubo de conexión a oxígeno con rosca.

Solicitamos amablemente al Convocante permitir la presentación de tubo de conexión a oxígeno CON o SIN ROSCA.

Respuesta	Fecha de Respuesta	
	10-11-2025	

El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Última Versión.