

## Consultas Realizadas

# Licitación 474559 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS PLURIANUAL 2025-2026

### Consulta 1 - Items 1

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2025
<p>No se puede cotizar esto ESCÁNER CON PLACAS DE FÓSFORO RUNYES DS630 PIXEL 35 µm LONGITUD DE ONDA LÁSER 660nm. RESOLUCIÓN ( PARES DE LÍNEAS ) ≤ 20 pl/mm. PROFUNDIDAD DE BITS 14 BIT TIEMPO DE DIGITALIZACIÓN ≤ 6 segs. CONEXIÓN USB 2.0 TAMAÑOS DE PLACAS DISPONIBLES 22*31 MMS 24*40 MMS 31*41 MMS 27*54 MMS PLACAS INCLUIDAS 2 unidades tamaño 24*40 MMS. VOLTAJE NOMINAL 220V. A.C. / 50Hz VOLTAJE EN FUNCIONAMIENTO 12V. D.C. CORRIENTE OPERATIVA ≤ 1.0A. CONSUMO DE ENERGÍA ≤ 12 WATTS. Requisitos de computadora: Sistema operativo - Windows XP / 7 / 10 ( 32&amp;64 bits ) Procesador- Intel 1.5 GHz o superior Memoria RAM - Mayor a 48 GBs Disco duro - 1 G.B. para la instalación. Y 40 GB libres para almacenamiento de imágenes. Placa de vídeo - NVIDIA/ATI 256 MB RMA. Resolución de pantalla - 1024 * 768 ( 15 pulgadas o superior ). Color: 32 bits en adelante. Conexión: 2 puertos USB 2.0 disponibles. Entrada - 1 puerto USB 2.0 *SUGERENCIA: tener un disco externo para realizar back up de todas las rxs obtenidas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-10-2025
<p>Se solicita adecuarse al PBC, ya que lo propuesto, no cumple con las necesidades operativas de las clínicas.</p>		