

Consultas Realizadas

Licitación 474722 - LPN 137-25 ADQUISICION DE CANULAS, CATETERES Y OTROS PARA ASEGURADOS DEL IPS - SOLPED N° 1140000422

Consulta 1 - Experiencia requerida

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2025
<p>En relación al apartado de Experiencia Requerida, donde se indica:</p> <p>"Demostrar la experiencia en Provisión de cánulas, catéteres y otros con Contratos y/o Facturas a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) (2020 2021 2022 2023-2024) años.</p> <p>Solicitamos a la Convocante amablemente aceptar como válida la experiencia en la provisión de INSUMOS MÉDICOS GENERAL, teniendo en cuenta que los insumos requeridos en el llamado forman parte de esta categoría.</p> <p>Esta ampliación permitiría a los oferentes acreditar su experiencia en provisión de insumos médicos general relacionados, lo cual guarda coherencia con el objeto del llamado, sin desvirtuar la exigencia técnica planteada.</p> <p>Dicha modificación contribuiría a garantizar una mayor concurrencia, manteniendo la calidad técnica requerida, y reconociendo la experiencia comprobable en productos directamente vinculados al rubro.</p>		

Consulta 2 - Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2025
<p>2- Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia</p> <p>Donde dice: 2. Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final de Provisión de cánulas, catéteres y otros, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 05 (cinco) años (2020 2021 2022 2023-2024). (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió).</p> <p>Solicitamos amablemente a la Convocante, aceptar como válida la presentación de certificados o actas de recepción final de provisión de INSUMOS MÉDICOS GENERAL, teniendo en cuenta que los insumos requeridos en el llamado forman parte de esta categoría.</p>		

Consulta 3 - Ítem 48 Etonogestrel Implante Sub Dérmico – Especificaciones Técnicas y Planilla de Precios

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2025
<p>Se solicita la posibilidad de cotizar también el implante sub dérmico con Levonorgestrel, de manera a modificar lo siguiente:</p> <p>EN LAS EETT DONDE DICE:</p> <p>Etonogestrel</p> <p>Etonogestrel 68 mg</p> <p>FAVOR MODIFICAR A:</p> <p>Etonogestrel/Levonorgestrel</p> <p>Etonogestrel 68 mg/Levonorgestrel 75 mg.</p> <p>Teniendo en cuenta que con la redacción solicitada se eleva la posibilidad de mayor competencia incluyendo oferentes con productos con ambos tipos de productos, es razonable la inclusión del Levonorgestrel como alternativa válida y competitiva en este llamado, en reemplazo o en paralelo al Etonogestrel, atendiendo a criterios de pertinencia clínica, racionalidad en el gasto público y alineación con los estándares sanitarios vigentes.</p> <p>En el caso de imposibilidad de incluir en el mismo ítem, se solicita la inclusión del Levonorgestrel en un ítem independiente.</p> <p>En cualquiera de los casos que se autorice la modificación, se deberá proceder a la actualización de la planilla de precios.</p>		

Consulta 4 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2025
<p>DONDE DICE:</p> <p>"Demostrar la experiencia en Provisión de cánulas, catéteres y otros...</p> <p>FAVOR MODIFICAR A:</p> <p>"Demostrar la experiencia en Provisión de insumos descartables o dispositivos médicos...</p> <p>Lo solicitado es debido a que los ítems requeridos en la licitación, no solo corresponde a cánulas y catéteres, sino a distintos tipos de dispositivos, desde insumos para ostomía y dispositivos anticonceptivos.</p> <p>Con la redacción sugerida se abarca todo la gama de productos previstos en la licitación.</p>		

Consulta 5 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2025
<p>Ítem 37: Catéter intravenoso periférico. Las especificaciones técnicas de este ítem solicitan; "CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N°16 DE POLIURETANO de 32 a 45 mm de Longitud. De poliuretano, estéril. descartable, radiopaco, flexible con bisel bi-angulado y trifacetado. Con conector p/Equipos de suero a rosca y/o presión (punta fina). Cámara de reflujo cristalina y filtro bioselectivo. Permite flujos iguales ó mayores a 205 mL/min". La solicitud de "flujos iguales o mayores a 205 mL/min esta evidentemente dirigida a algún proveedor puntual del mercado, ya que la misma es extremadamente específica. Solicitamos respetuosamente MODIFICAR la redacción de las especificaciones técnicas en este punto en particular, de la siguiente forma: "Permite flujos iguales ó mayores a 200 mL/min". Consideramos que esto permitiría la participación de una mayor cantidad de oferentes.</p>		

Consulta 6 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2025
<p>En la redacción de la, Experiencia Requerida, donde se indica: "Demostrar la experiencia en Provisión de cánulas, catéteres y otros con Contratos y/o Facturas a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) (2020 2021 2022 2023-2024) años.</p> <p>Solicitamos respetuosamente modificar la redacción de este punto, declarando como experiencia requerida; la provisión de INSUMOS MÉDICOS EN GENERAL, teniendo en cuenta que los insumos requeridos en el llamado forman parte de esta categoría. Esta modificación a los términos del llamado, permitiría la mayor participación de oferentes.</p>		

Consulta 7 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2025
<p>Solicitamos amablemente a la convocante ampliar dicho requisito, quedando redactado de la siguiente forma:</p> <p>"Demostrar la experiencia en Provisión de DISPOSITIVOS MEDICO, INSUMOS MÉDICOS EN GENERAL y MEDICAMENTOS con Contratos y/o Facturas a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) (2020 2021 2022 2023-2024) años". En caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o en más años, que correspondan a los años establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación. Teniendo en cuenta que los ítems solicitados forman parte de estas categorías.</p>		

Consulta 8 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2025
<p>Donde dice: 2. Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final de Provisión de cánulas, catéteres y otros, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 05 (cinco) años (2020 2021 2022 2023-2024 2020 2021 2022 2023-2024). (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió).</p> <p>Solicitamos respetuosamente modificar este requisito de la siguiente manera: 2. Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final de Provisión de INSUMOS MEDICOS EN GENERAL, teniendo en cuenta que los insumos requeridos en el llamado forman parte de esta categoría, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 05 (cinco) años (2020 2021 2022 2023-2024 2020 2021 2022 2023-2024). (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió). Esta modificación a los términos del llamado, permitiría la mayor participación de oferentes.</p>		

Consulta 9 - Multa

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2025
<p>En la página 34 del PBC dice Multa: Porcentaje de multas El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de: 0,10 Solicitamos a la Convocante que el porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios sea del 0,01% por cada día de atraso.</p>		

Consulta 10 - Experiencia Requerida:

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2025
<p>En la Página 15 del PBC dice Experiencia Requerida: En relación al apartado de Experiencia Requerida, donde se indica: "Demostrar la experiencia en Provisión de cánulas, catéteres y otros con Contratos y/o Facturas a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) (2020 2021 2022 2023-2024) años. Solicitamos a la Convocante modificar la solicitud de experiencia requerida ampliando dicho punto a la provisión de INSUMOS MÉDICOS GENERALES, teniendo en cuenta que los insumos requeridos en el llamado forman parte de esta categoría.</p>		

Consulta 11 - Plan de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2025
<p>En la Página 24 del PBC dice Plan de entrega: Plan de entrega de los bienes La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega, indicado en el presente apartado. Cantidades mínimas: 20 % hasta los 8 (ocho) días corridos para la entrega de productos adjudicados a partir de la recepción de la orden de entrega por parte del proveedor, con entregas que podrán ser fraccionadas dentro del mencionado plazo. Saldo dentro de los 30(treinta) días, a partir de la recepción de la orden de entrega por parte del proveedor, según necesidad del servicio con entregas que podrán ser fraccionadas dentro del plazo establecido. Solicitamos a la Convocante amablemente, modificar el plazo de la primera entrega de 20% hasta los 20(VEINTE) días corridos para la entrega de productos adjudicados a partir de la recepción de la orden de entrega por parte del proveedor, con entregas que podrán ser fraccionadas dentro del mencionado plazo. Saldo dentro de los 30(treinta) días, a partir de la recepción de la orden de entrega por parte del proveedor, según necesidad del servicio con entregas que podrán ser fraccionadas dentro del plazo establecido.</p>		

Consulta 12 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 43 - CEPILLO DESCARTABLE CERVICAL

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2025
En las especificaciones técnicas dice: Para uso en Patología cervical, con protector distal antiperforación. Solicitamos al Convocante aclarar la parte de “protector distal antiperforación” ¿se está refiriendo a un “bulbo protector (esfera)” en la punta del cepillo?		

Consulta 13 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ITEM 43 - CEPILLO DESCARTABLE CERVICAL

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2025
En el nombre del ítem, en la descripción de las características técnicas no menciona que deba ser estéril. Consideramos que la presentación debe ser estéril por el uso que se la proporciona (El principal uso clínico de los colectores ginecológicos estériles es tomar muestras para ginecología en un solo uso). Solicitamos al Convocante aclarar si debe ser estéril o no estéril.		

Consulta 14 - EETT Ítem 1 TAPA PARA CATETER

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2025
Solicitamos a la convocante adecuar las especificaciones técnicas de acuerdo al cuadro básico de la siguiente manera: "CONECTOR CON MATERIAL INTERNO DE SILICONA TRANSPARENTE, CANULA INTERNA Y SELLO DE SILICONA TRANSPARENTE, QUE FACILITE LA VISUALIZACIÓN DEL LÍQUIDO A INFUNDIR, LIBRE DE LÁTEX Y DEHP, NO COMPATIBLE CON EL USO DE AGUJA Y COMPONENTES METÁLICOS EN SU INTERIOR (PARA EVITAR ACCIDENTES EN ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNÉTICA Y OTROS), CON DESPLAZAMIENTO NEUTRO .CON CONEXIÓN A ROSCA Y PUNTA CATÉTER , RESISTENTE A ALTAS PRESIONES TALES COMO SE PRESENTAN EN LÍNEAS ARTERIALES Y NPT, COMPATIBLES CON SOLUCIONES LIPÍDICAS, QUIMIOTERAPÉUTICAS Y ANTIBIÓTICAS, CAPAZ DE SOPORTAR MÚLTIPLES ACCESOS SIN CONTAMINARSE DURANTE UN USO NO MENOR A 7 DÍAS CONTINUOS. ESTÉRIL Y LIBRE DE PIRÓGENOS"		

Consulta 15 - EETT Ítem 46 CONEXIÓN PARA INFUSIÓN PARENTERAL

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2025
Solicitamos a la convocante adecuar las EETT de acuerdo al cuadro básico institucional conforme se detalla: “Con dos vías de acceso distal, puerto de inyección, Conector con cánula interna y sello de silicona transparente, no compatible con el uso de aguja y componentes metálicos en su interior (para evitar accidentes en estudios de Resonancia Magnetica y otros), con desplazamiento neutro ,con cierre deslizante en cada una de las vías, conector próxima al paciente a rosca y punta catéter con protector, fabricado en PVC totalmente transparente, libre de látex y DEHP, estéril y libre de pirógenos. Longitud 20 cm (+- 3 cm)”		

Consulta 16 - Ítem n° 33 - CATETER/STENT URINARIO URETRAL

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2025
Solicitamos a la convocante que se permita la presentación del siguiente producto como equivalente técnico: Producto requerido: Catéter Doble "J" N° 5 con guía y posicionador, estéril, descartable de 26 cm. Producto propuesto: Catéter Doble "J" N° 4.8 con guía y posicionador, estéril, descartable de 26 cm. El producto ofrecido presenta características funcionales equivalentes y cumple con los estándares técnicos requeridos para su uso previsto.		

Consulta 17 - Ítem n° 34 - CATETER/STENT URINARIO URETRAL

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2025
Solicitamos a la convocante permita la presentación del siguiente producto como equivalente técnico: Producto requerido: Catéter Doble "J" N° 5 con guía y posicionador, estéril, descartable de 28cm. Producto propuesto: Catéter Doble "J" N° 4.8 con guía y posicionador, estéril, descartable de 28 cm. El producto ofrecido presenta características funcionales equivalentes y cumple con los estándares técnicos requeridos para su uso previsto.		

Consulta 18 - Ítem 38 - Precio Referencial

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2025
El precio referencial para el ítem 38 "CATETER VENOSO CENTRAL" está muy desfasado respecto al precio actual del mercado. Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial realizando una evaluación de los precios ofertados actualmente para el producto requerido, se sugiere Gs. 480.000		

Consulta 19 - Ítem 38 - CATÉTER P/ VÍA VENOSA CENTRAL 4,5 FRENCH 3 LÚMEN

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2025
En las especificaciones técnicas del ítem 38 "CATETER VENOSO CENTRAL" solicitan: "CATÉTER P/ VÍA VENOSA CENTRAL 4,5 FRENCH 3 LÚMEN. Poliuretano, descartable, estéril c/jeringa y aguja incluida, con alambre guía. Kit completo" Solicitamos a la convocante modificar a: "CATÉTER P/ VÍA VENOSA CENTRAL 4,5 a 5 FRENCH 3 LÚMEN. Poliuretano, descartable, estéril c/jeringa de 5ml y aguja incluida para colocación por técnica Seldinger, con alambre guía de nitinol y punta J. Con sistema que permita el monitoreo del posicionamiento de la punta del catéter por ECG. Kit completo." Esto considerando que es muy importante detallar las características de la guía y los accesorios de colocación del catéter para su fácil colocación y garantizar seguridad en el procedimiento tanto para el profesional como para el paciente.		

Consulta 20 - Especificaciones técnicas del ítem 38 "CATETER VENOSO CENTRAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2025
Solicitan: "CATÉTER P/ VÍA VENOSA CENTRAL 4,5 FRENCH 3 LÚMEN. Poliuretano, descartable, estéril c/jeringa y aguja incluida, con alambre guía. Kit completo" Solicitamos a la convocante modificar a: "CATÉTER P/ VÍA VENOSA CENTRAL 4,5 a 5 FRENCH 3 LÚMEN. Poliuretano, descartable, estéril c/jeringa de 5ml y aguja incluida para colocación por técnica Seldinger, con alambre guía de nitinol y punta J. Con sistema que permita el monitoreo del posicionamiento de la punta del catéter por ECG. Kit completo." Esto considerando que es muy importante detallar las características de la guía y los accesorios de colocación del catéter para su fácil colocación y garantizar seguridad en el procedimiento tanto para el profesional como para el paciente.		

Consulta 21 - Precio referencial Item 38 "CATETER VENOSO CENTRAL"

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2025
El precio referencial para el ítem 38 "CATETER VENOSO CENTRAL" está muy desfasado respecto al precio actual del mercado. Solicitamos a la convocante actualizar el precio referencial realizando una evaluación de los precios ofertados actualmente para el producto requerido, se sugiere Gs. 480.000.-		

Consulta 22 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2025
SOLICITAN: "Demostrar la experiencia en Provisión de cánulas, catéteres y otros..."		
Favor aclarar a qué tipo de material se refieren con "otros". Es importante la aclaración de manera a evitar subjetividad en la evaluación de ofertas.		

Consulta 23 - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 48

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2025
Para el ítem 48, el pliego establece en DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO DE LA DNCP el principio activo de forma incorrecta agregando una R antes de la G, sin embargo en el título Especificación Técnica se lo expresa en forma correcta de la siguiente manera;		
Descripción del Artículo DNCP : ETONORGESTREL Descripción del Artículo CBDM : Implante Sub Dérmico Especificación Técnica Etonogestrel 68 mg		
Por tanto, DONDE DICE: ETONORGESTREL debe decir ETONOGESTREL tal cual se consigna en la Especificación Técnica		

Consulta 24 - EETT Item 12 APÓSITO HIDROCOLOIDE

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2025
Solicitamos a la convocante aclarar en la Descripción CBDM que los componentes del hidrocoloide deberán ser de: gelatina, pectina y carboximetilcelulosa, estos ingredientes favorece a la cicatrización autolítica y protege contra las infecciones.		

Consulta 25 - Aguja lumbar especificaciones técnicas ítems 5 y 6.

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2025
Solicitamos a la convocante adecuar las especificaciones técnicas teniendo en cuenta que el "EMPAQUE INDIVIDUAL CON SEPARACIÓN EN EL ENVASADO ENTRE LOS COMPONENTES(AGUJA/INTRODUCTOR) EN COMPARTIMIENTOS INDIVIDUALES, EN PAPEL GRADO MÉDICO Y/O BLÍSTER TRANSPARENTE" Teniendo como referencia el llamado LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS ID 392704		

Consulta 26 - Precio referencial ítem 57

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2025
Se solicita a la convocante ajustar el precio referencial al ítem 56 a Gs. 5.250. Teniendo en cuenta que el precio referencial actual no se ajusta al precio de mercado.		

Consulta 27 - Precio referencial ítem 58

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2025
Se solicita a la convocante ajustar el precio referencial al ítem 56 a Gs. 5.250. Teniendo en cuenta que el precio referencial actual no se ajusta al precio de mercado.		

Consulta 28 - EETT Item 5 Aguja lumbar

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2025
Se solicita a la convocante modificar las EETT teniendo en cuenta que la aguja de tamaño 3" a 3 ½" equivale a 90mm.		

Consulta 29 - ítem 46 - CONECTOR DE 2 VIAS PARA INFUSIÓN PARENTERAL

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2025
En las especificaciones técnicas del ítem 46 "CONECTOR DE 2 VIAS PARA INFUSIÓN PARENTERAL" solicitan de la siguiente manera: "Con dos vías de acceso distal, puerto de inyección no compatible con el uso de aguja y componentes metálicos en su interior (para evitar accidentes en estudios de Resonancia magnética y otros), con desplazamiento neutro, con cierre deslizante en cada una de las vías, conector próxima al paciente a rosca y punta catéter con protector, fabricado en PVC totalmente transparente, libre de látex y DEHP, estéril y libre de pirógenos. Longitud 20 cm (+- 3cm)" Solicitamos amablemente a la convocante puedan admitir sistemas con desplazamientos positivos y negativos a modo de permitir una mayor participación de oferentes		

Consulta 30 - ITEM 1 - TAPA PARA CATETER

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2025
Solicitamos respetuosamente a la Convocante aceptar material sistema cerrado de silicona, policarbonato, polietileno o poliuretano. Exigir exclusivamente silicona transparente como especificación podría constituir un direccionamiento hacia determinados oferentes. El material propuesto cumple con los estándares de biocompatibilidad, es libre de látex y DEHP, y asegura igual funcionalidad y seguridad para el uso previsto.		

Consulta 31 - ITEM 8 - ALGODÓN HIDRÓFILO

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2025
Solicitamos respetuosamente a la Convocante aceptar longitudes de 2 metros, como mínimo. Exigir exclusivamente una longitud, podría constituir un direccionamiento hacia determinados oferentes y la ampliación de la longitud podría incluso beneficiar a Convocante.		

Consulta 32 - ITEM 9 - ALGODÓN HIDRÓFILO

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2025
Solicitamos respetuosamente a la Convocante aceptar longitudes de 2 metros, como mínimo. Exigir exclusivamente una longitud, podría constituir un direccionamiento hacia determinados oferentes y la ampliación de la longitud podría incluso beneficiar a Convocante.		

Consulta 33 - ITEM 10 - ALGODÓN LAMINADO 10

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2025
Solicitamos respetuosamente a la Convocante aceptar longitudes de 2 metros, como mínimo. Exigir exclusivamente una longitud, podría constituir un direccionamiento hacia determinados oferentes y la ampliación de la longitud podría incluso beneficiar a Convocante.		

Consulta 34 - ITEM 11 - ALGODON LAMINADO 15

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2025
Solicitamos respetuosamente a la Convocante aceptar longitudes de 2 metros, como mínimo. Exigir exclusivamente una longitud, podría constituir un direccionamiento hacia determinados oferentes y la ampliación de la longitud podría incluso beneficiar a Convocante.		

Consulta 35 - ITEM 19 - CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA SIN BALÓN

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2025
Solicitamos respetuosamente a la Convocante aceptar material PVC siliconado ya que el mismo asegura la eficacia y bioseguridad clínica en el material solicitado.		

Consulta 36 - ITEM 20 - CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA SIN BALÓN

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2025
Solicitamos respetuosamente a la Convocante aceptar material PVC siliconado ya que el mismo asegura la eficacia y bioseguridad clínica en el material solicitado.		

Consulta 37 - ITEM 21 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SIN BALÓN

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2025
Solicitamos respetuosamente a la Convocante aceptar material PVC siliconado ya que el mismo asegura la eficacia y bioseguridad clínica en el material solicitado.		

Consulta 38 - ITEM 22 - CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA SIN BALÓN

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2025
Solicitamos respetuosamente a la Convocante aceptar material PVC siliconado ya que el mismo asegura la eficacia y bioseguridad clínica en el material solicitado.		

Consulta 39 - ITEM 25 - CANULA DE TRAQUEOTOMIA CON BALON

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2025
Solicitamos respetuosamente a la Convocante aceptar material PVC siliconado ya que el mismo asegura la eficacia y bioseguridad clínica en el material solicitado.		

Consulta 40 - ITEM 26 - CÁNULA NASAL PARA OXIGENOTERAPIA

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2025
Solicitamos respetuosamente a la Convocante aceptar longitud del tubo de 2 metros, como mínimo ya que el mismo asegura la eficacia y bioseguridad clínica en el material solicitado.		

Consulta 41 - ITEM 29 - CATÉTER EPICUTÁNEO

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2025
Solicitamos respetuosamente a la convocante la participación de calibres mayores a 3Fr como mínimo, en material poliuretano, ya que este material asegura la biocompatibilidad y la eficacia clínica		

Consulta 42 - ITEM 30 - CATETER DE ASPIRACION

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2025
Solicitamos respetuosamente a la convocante la participación de material PVC grado médico, ya que este material asegura la biocompatibilidad y la eficacia clínica		

Consulta 43 - ITEM 31 - CATETER DE ASPIRACION

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2025
Solicitamos respetuosamente a la convocante la participación de material PVC grado médico, ya que este material asegura la biocompatibilidad y la eficacia clínica		

Consulta 44 - ITEM 32 - CATÉTER DE ASPIRACIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2025
Solicitamos respetuosamente a la convocante la participación de material PVC grado médico, ya que este material asegura la biocompatibilidad y la eficacia clínica		

Consulta 45 - ITEM 37 - CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2025
Solicitamos respetuosamente a convocante que el flujo admisible sea mayor o igual a 204 ml/min, ya que esto cumple con la eficacia clínica del material		

Consulta 46 - ITEM 44 - CINTA ADHESIVA

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2025
Se solicita respetuosamente a Convocante la aclaración de la palabra "Quirúrgica" en la descripción del ítem, ya que esto no corresponde.		

Consulta 47 - ITEM 53 - EQUIPO PARA ADMINISTRACIÓN DE SOLUCION FOTOSENSIBLE

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2025
Solicitamos respetuosamente a la convocante la participación de equipos para infusión con macrogotero, sin aguja incluida		