

Consultas Realizadas

Licitación 474889 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO

Consulta 1 - TIEMPO DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2025
Favor considerar 60 días para la entrega de los importados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
Ajustarse al PBC.		

Consulta 2 - Ítem Nº 126 HDL Colesterol

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2025
¿ Podemos ofertar en una presentación como mínimo de 200 determinaciones ? Debido a que esa presentación ya no existe.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
Ajustarse a la Adenda 1.		

Consulta 3 - Ítem Nº 121 Amilasa

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2025
¿ Podemos ofertar en una presentación como mínimo de 80 determinaciones ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
Ajustarse a la Adenda 1.		

Consulta 4 - Ítem Nº 130 Amilasa

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2025
¿ Podemos ofertar en una presentación como mínimo de 80 determinaciones ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
Ajustarse a la Adenda 1.		

Consulta 5 - Ítem Nº 156 Suero Control Normal

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2025
¿ Podemos ofertar en una presentación como mínimo de 30 ml. ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
Ajustarse a la Adenda 1.		

Consulta 6 - Ítem Nº 158 Suero Control Patológico

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2025
----------	-------------------	------------

¿ Podemos ofertar en una presentación como mínimo de 30 ml. ?

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la Adenda 1.

Consulta 7 - Ítem Nº 168 Chagas

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2025
----------	-------------------	------------

¿ Podemos ofertar en una presentación como mínimo de 30 determinaciones ?

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la Adenda 1.

Consulta 8 - Ítem Nº 175 Reactivo para HCG

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2025
----------	-------------------	------------

¿ Podemos ofertar en una presentación como mínimo de 50 determinaciones ?

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la Adenda 1.

Consulta 9 - Ítem Nº 176 Reactivo para HCG

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2025
----------	-------------------	------------

¿ Podemos ofertar HCG Elisa en una presentación como mínimo de 96 determinaciones ?
Esta consulta obedece a que este reactivo no viene en una presentación superior a 96 determinaciones.

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la Adenda 1.

Consulta 10 - Ítem Nº 178 Mononucleosis Infecciosa

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2025
----------	-------------------	------------

¿ Podemos ofertar en una presentación como mínimo de 40 determinaciones ?
Esta consulta obedece a que este reactivo no viene en una presentación superior a 40 determinaciones .

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la Adenda 1.

Consulta 11 - Ítem Nº 204 Puntas

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2025
----------	-------------------	------------

¿ Podemos ofertar Punta con volumen de 50-1.000 para pipeta automática con volumen de 100 - 1.000 ul ?

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la Adenda 1.

Consulta 12 - Ítem Nº 204 Puntas

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2025
-----------------	--------------------------	------------

¿ Podemos ofertar en una presentación de Bolsa x 500 unidades como mínimo ?

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a la Adenda 1.

Consulta 13 - Ítem Nº 207 Puntas

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2025
-----------------	--------------------------	------------

¿ Podemos ofertar punta con volumen de 0,5-20 ul. para pipeta automática con volumen de 0,5-10 ul ?

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a la Adenda 1.

Consulta 14 - Ítem Nº 207 Jeringa

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2025
-----------------	--------------------------	------------

Favor aclarar exactamente cuál de las dos medidas están precisando, como entenderán tienen precios diferenciados cada volumen solicitado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a la Adenda 1.

Consulta 15 - Ítem Nº 279 Mortero

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2025
-----------------	--------------------------	------------

¿ Podemos ofertar de 70 ml. como máximo ?

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a la Adenda 1.

Consulta 16 - Ítem Nº 280 Mortero

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2025
-----------------	--------------------------	------------

¿ Podemos ofertar de 110 ml. como máximo ?

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse a la Adenda 1.

Consulta 17 - ÍTEM 52 – solución Buffer de pH:

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2025
Se solicita amablemente a la convocante considerar la siguiente presentación con el fin de permitir la mayor participación de oferentes: Solución tampón de pH de 7, para calibración de pH metro en el rango de pH neutro. Valor de pH a 25 ° C: 7.01. Exactitud \pm 0.01 pH. Botella mínima de 500 ml, con certificado de calidad y Certificado de Análisis trazable al Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST). Vencimiento mínimo de 1 año al momento de la entrega.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
Ajustarse al PBC.		

Consulta 18 - Plan de entrega:

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2025
Se solicita amablemente a la convocante considerar la extensión del plazo de entrega a 65 días calendario de haber retirado la Orden de Compra, debido a la importación y el volumen solicitado. Esta ampliación permitirá cumplir con los tiempos necesarios para la gestión aduanera, transporte internacional y aseguramiento de calidad, garantizando así una entrega completa y conforme a los requerimientos técnicos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
Ajustarse al PBC.		

Consulta 19 - ÍTEM 51 – solución Buffer de pH:

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2025
Se solicita amablemente a la convocante considerar la siguiente presentación con el fin de permitir la mayor participación de oferentes: Solución tampón de pH de 4,00, para calibración de pH metro en el rango de pH ácido. Exactitud \pm 0.01 pH. Valor de pH a 25 ° C: 4.01. Botella mínima de 500 ml, con certificado de calidad y Certificado de Análisis trazable al Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST). Vencimiento mínimo de 1 año al momento de la entrega.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
Ajustarse al PBC.		

Consulta 20 - ÍTEM 53 – solución Buffer de pH:

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2025
Se solicita amablemente a la convocante considerar la siguiente presentación con el fin de permitir la mayor participación de oferentes: Solución tampón de pH de 10, para calibración de pH metro en el rango de pH básico. Exactitud \pm 0.01 pH. Valor de pH a 25 ° C: 10.01. Botella mínima de 500 ml, con certificado de calidad. Vencimiento mínimo de 1 año al momento de la entrega.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
Ajustarse al PBC.		

Consulta 21 - ÍTEM 193 - Papel de Filtro Cualitativo:

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2025
Se solicita a la convocante considerar la presentación de papel de filtro cualitativo con dimensiones de 58 cm x 58 cm, dado que la diferencia con las dimensiones solicitadas de 60 cm x 60 cm es mínima y no afecta su funcionalidad ni aplicabilidad en los procesos de filtración requeridos. Además, el papel de grado MN 616 md, fabricado en celulosa y de color blanco, cumple con los estándares de calidad necesarios para garantizar una filtración eficiente y precisa en análisis cualitativos de laboratorio, asegurando resultados confiables y consistentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
Ajustarse a la Adenda 1.		

Consulta 22 - ÍTEM 227 - Bureta:

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2025
Con el fin de permitir la mayor participación de oferentes, se solicita a la convocante considerar la aceptación de buretas con robinete o llave de vidrio, ya que esta presentación no afecta la funcionalidad ni la aplicabilidad del instrumento. Las llaves de vidrio garantizan un control preciso del flujo y son ampliamente utilizadas en laboratorios para tareas de titulación y dosificación, cumpliendo con los estándares técnicos requeridos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
Ajustarse al PBC.		

Consulta 23 - ÍTEM 251 - Bureta:

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2025
Con el fin de permitir la mayor participación de oferentes, se solicita a la convocante considerar la aceptación de buretas con robinete o llave de vidrio, ya que esta presentación no afecta la funcionalidad ni la aplicabilidad del instrumento. Las llaves de vidrio garantizan un control preciso del flujo y son ampliamente utilizadas en laboratorios para tareas de titulación y dosificación, cumpliendo con los estándares técnicos requeridos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
Ajustarse al PBC.		

Consulta 24 - ÍTEM 252 - Bureta:

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2025
Con el fin de permitir la mayor participación de oferentes, se solicita a la convocante considerar la aceptación de buretas con robinete o llave de vidrio, ya que esta presentación no afecta la funcionalidad ni la aplicabilidad del instrumento. Las llaves de vidrio garantizan un control preciso del flujo y son ampliamente utilizadas en laboratorios para tareas de titulación y dosificación, cumpliendo con los estándares técnicos requeridos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
Ajustarse al PBC.		

Consulta 25 - Item 6 - Ácido clorhídrico pro análisis

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2025
Solicitamos amablemente a la convocante agregar o ampliar la EETT / Presentacion Frasco de 1L "COMO MINIMO" de manera a permitir una mayor cantidad de posibles oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
Ajustarse al PBC.		

Consulta 26 - ITEM 29 - ETER ETILICO

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2025
Menciona el PBC: Se solicita presentación de 1L ¿ Se puede presentar 2 Fcos. de 500 mL como unidad?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
Ajustarse al PBC, siempre y cuando reúna la cantidad solicitada.		

Consulta 27 - ITEM 94 – METANOL HPLC

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2025
Solicita el PBC: Presentación de 4L Consulta: ¿Se puede presentar 2U de 2.5L como unidad?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
Ajustarse al PBC, siempre y cuando reúna la cantidad solicitada.		

Consulta 28 - Item 8 : "Agar Bacillus Cereus"

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2025
Se solicita a la convocante admitir la presentacion de un certificado de calidad general por los agares, caldo, etc. Teniendo en cuenta que en la caja de cada producto generalmente no se suele incluir este tipo de documentos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
Ajustarse a la Adenda 1.		

Consulta 29 - Item 120; "Albúmina reactivo enzimatico colorimetrico c/ standard."

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2025
Se solicita a la convocante aclarar si lo solicitado corresponde a albumina para analisis clinicos, por la solicitud de la claisificacion de toxicidad, ya que la mayoría de los reactivos de ese tipo no cuentan con clasificacion de fabrica. Se podria admitir un certificado emitido por fabrica?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
Ajustarse al PBC.		

Consulta 30 - Item 121: Amilasa

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2025
Se solicita amablemente a la convocante aclarar si el reactivo solicitado sería para análisis clínicos o análisis de bromatología		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
Para análisis clínicos.		

Consulta 31 - Item 122: "Bilirrubina estándar"

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2025
Se solicita amablemente a la convocante aclarar si el reactivo solicitado sería para análisis clínicos o análisis de bromatología		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
Para análisis clínicos.		

Consulta 32 - Item 124 : Gamma GT

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2025
Se solicita a la convocante admitir un reactivo de GGT con rendimiento inferior al solicitado o indicar como mínimo 100 determinaciones. Ya que de igual forma se realizará la entrega de la totalidad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
Ajustarse al PBC.		

Consulta 33 - item 126 - HDL colesterol

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2025
Se solicita a la convocante admitir un reactivo de HDL con rendimiento inferior al solicitado o indicar como mínimo 100 determinaciones. Ya que de igual forma se realizará la entrega de la totalidad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
Ajustarse al PBC.		

Consulta 34 - item 127: Hierro sérico.

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2025
Se solicita a la convocante admitir un reactivo de hierro sérico con rendimiento superior al solicitado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
Ajustarse a la Adenda 1.		

Consulta 35 - ítem 129 - Magnesio.

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2025
Se solicita a la convocante admitir un reactivo de Magnesio con rendimiento inferior al solicitado o indicar como mínimo 100 determinaciones. Ya que de igual forma se realizar la entrega de la totalidad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
Ajustarse al PBC.		

Consulta 36 - Ítem 123- Calcio

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2025
Se solicita a la convocante admitir un reactivo de calcio con rendimiento inferior al solicitado o indicar como mínimo 100 determinaciones. Ya que de igual forma se realizar la entrega de la totalidad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
Ajustarse al PBC.		

Consulta 37 - Ítem 144- "Test para sangre oculta"

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2025
Se solicita a la convocante admitir la oferta de una prueba inmunocromatográfica de un sólo paso para la determinación semi-cuantitativa de hemoglobina humana (hHb) en muestras de heces		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
Ajustarse al PBC.		

Consulta 38 - Ítem 161 - GPT

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2025
Se solicita a la convocante admitir un reactivo de GPT por una metod		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
Ajustarse al PBC.		

Consulta 39 - Ítem 163 - "Hemoglobina glicosilada."

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2025
Se solicita a la convocante admitir un reactivo de hemoglobina glicada apto para analisis clinicos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
Ajustarse al PBC.		

Consulta 40 - Item 170 - "Disco tipificacion oxidasa"

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2025
Se solicita a la convocante admitir la oferta de un reactivo con rendimiento menor al solicitado. Teniendo en cuenta que se presentará la totalidad de la cantidad solicitada		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
Ajustarse al PBC.		

Consulta 41 - Item 171 - "Factor Reumatoide"

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2025
Se solicita a la convocante admitir la oferta de un reactivo de asto con rendimiento de 150 determinaciones como minimo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
Ajustarse a la Adenda 1.		

Consulta 42 - Item 175 - "Reactivo para hCG."

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2025
Se solicita a la convocante admitir un test rapido de HCG en presetacion de 25 determinaciones por caja. Teniendo en cuenta que se presentarán las cantidades totales		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
Ajustarse al PBC.		

Consulta 43 - Item 205 - "Placa de Petri descartable"

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2025
Se solicita a la convocante aclarar si lo solicitado es con o sin divisoria		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
Ajustarse a la Adenda 1.		

Consulta 44 - ITEM 124 - Gamma GT

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2025
Se solicita amablemente a la convocante aceptar reactivo para determinación gamma glutamilo (γ - GT). Kit de R1 4 x 50 mL y R2 2 x 26 mL, para 900 reacciones como máximo. Considerando que esta presentación no afecta la funcionalidad ni la calidad del reactivo, y favorece una mayor participación de oferentes. Hacemos esta solicitud amparados en los lineamientos de la Ley 7021/22 y Decreto 2264/24 en su Art.58		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
Ajustarse a la Adenda 1.		

Consulta 45 - ITEM 127 - Hierro sérico.

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2025
Se solicita amablemente a la convocante aceptar reactivo, Método colorimétrico. Provisto de Reactivo, Buffer y Estándar. Para determinación en suero. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega. Para 60 determinaciones como mínimo y 200 como máximo. Considerando que esta presentación no afecta la funcionalidad ni la calidad del reactivo, y favorece una mayor participación de oferentes. Hacemos esta solicitud amparados en los lineamientos de la Ley 7021/22 y Decreto 2264/24 en su Art.58		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
Ajustarse a la Adenda 1.		

Consulta 46 - ITEM 131 - Fosforo

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2025
Se solicita amablemente a la convocante aceptar Reactivo para la determinación de fósforo inorgánico y fosfolípidos. Método colorimétrico directo. Para determinación en suero y otros líquidos biológicos. PROVISTO DE REACTIVOS Y ESTANDAR. Para 250 determinaciones como mínimo. Considerando que esta presentación no afecta la funcionalidad ni la calidad del reactivo, y favorece una mayor participación de oferentes. Hacemos esta solicitud amparados en los lineamientos de la Ley 7021/22 y Decreto 2264/24 en su Art.58		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
Ajustarse a la Adenda 1.		

Consulta 47 - ITEM 125 - Glicemia

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2025
Se solicita amablemente a la convocante aceptar reactivo para Método enzimático. Provisto de Reactivo glucosa oxidasa, Reactivo 4AF, Fenol y Estándar. Para determinación en suero y otros líquidos biológicos. Presentación para 100 reacciones como mínimo y 600 determinaciones como máximo. Considerando que esta presentación no afecta la funcionalidad ni la calidad del reactivo, y favorece una mayor participación de oferentes. Hacemos esta solicitud amparados en los lineamientos de la Ley 7021/22 y Decreto 2264/24 en su Art.58		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
Ajustarse a la Adenda 1.		

Consulta 48 - Item - 141 GOT.

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2025
Se solicita amablemente a la convocante aceptar reactivo de Método cinético UV AA. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega. Para 100 determinaciones como mínimo y 200 como máximo. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega. Considerando que esta presentación no afecta la funcionalidad ni la calidad del reactivo, y favorece una mayor participación de oferentes. Hacemos esta solicitud amparados en los lineamientos de la Ley 7021/22 y Decreto 2264/24 en su Art.58		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
Ajustarse a la Adenda 1.		

Consulta 49 - Item 205- "Placa de Petri descartable"

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita a la convocante aclarar si lo solicitado es con o sin divisoria

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la Adenda 1.

Consulta 50 - Item - 142 GPT

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita amablemente a la convocante aceptar reactivo de Método cinético UV AA. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega. Para 100 determinaciones como mínimo y 200 como máximo. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega. Considerando que esta presentación no afecta la funcionalidad ni la calidad del reactivo, y favorece una mayor participación de oferentes. Hacemos esta solicitud amparados en los lineamientos de la Ley 7021/22 y Decreto 2264/24 en su Art.58

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la Adenda 1.

Consulta 51 - Item 135 - Reactivo de triglicéridos

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita amablemente a la convocante aceptar reactivo para método enzimático. Para determinaciones en suero. Provisto de lipasa, oxidante, buffer, acetyl acetona y estándar. Vencimiento mínimo de un año al momento de la entrega. Para 100 determinaciones como mínimo y 600 como máximo. Considerando que esta presentación no afecta la funcionalidad ni la calidad del reactivo, y favorece una mayor participación de oferentes. Hacemos esta solicitud amparados en los lineamientos de la Ley 7021/22 y Decreto 2264/24 en su Art.58

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la Adenda 1.

Consulta 52 - Item 129 - Magnesio

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2025
----------	-------------------	------------

Se solicita amablemente a la convocante aceptar un kit con método colorimétrico, provisto de reactivo y estándar, destinado a la determinación en suero, con una capacidad de como mínimo 100 determinaciones por unidad. En tal sentido, se propone la entrega de la cantidad de kits necesaria para completar las determinaciones requeridas, considerando que esta presentación no afecta la funcionalidad ni la calidad del reactivo, y favorece una mayor participación de oferentes. Hacemos esta solicitud amparados en los lineamientos de la Ley 7021/22 y Decreto 2264/24 en su Art.58

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
-----------	--------------------	------------

Ajustarse a la Adenda 1.

Consulta 53 - Item 134 - Proteínas totales

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2025
Se solicita amablemente a la convocante aceptar un kit para 250 determinaciones como mínimo con composición de sulfato de cobre (6 mmol/L) como fuente de Cu ²⁺ , hidróxido de sodio (490 mmol/L) como medio alcalino, y sales de yoduro y tartrato para estabilización y rendimiento óptimo. El estándar consiste en albúmina 6 g/dL para calibración y azida sódica <0,1% como conservante. Considerando que esta presentación no afecta la funcionalidad ni la calidad del reactivo, y favorece una mayor participación de oferentes. Hacemos esta solicitud amparados en los lineamientos de la Ley 7021/22 y Decreto 2264/24 en su Art.58		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
Ajustarse a la Adenda 1.		

Consulta 54 - Item 208- Pipeta pasteur

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2025
Se solicita a la convocante admitir pipeta pasteur de 3 ml como mínimo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
Ajustarse a la Adenda 1.		

Consulta 55 - Item 172 - "Kit Antigenos Febriles"

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2025
Se solicita a la convocante admitir la presentación de antígenos febriles con rendimiento de 100 test. Teniendo en cuenta que se presentara la totalidad de determinaciones solicitadas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
Ajustarse a la Adenda 1.		

Consulta 56 - Item 143 - Reactivo para ácido úrico.

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2025
Se solicita amablemente a la convocante aceptar kit de reactivo de método enzimático, colorimétrico de punto final. Para determinaciones en suero. Provisto de Uricasa. Por 100 determinaciones como mínimo y 600 determinaciones como máximo. Considerando que esta presentación no afecta la funcionalidad ni la calidad del reactivo, y favorece una mayor participación de oferentes. Hacemos esta solicitud amparados en los lineamientos de la Ley 7021/22 y Decreto 2264/24 en su Art.58		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
Ajustarse al PBC.		

Consulta 57 - Item 144 - Test para sangre oculta

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2025
Se solicita amablemente a la convocante aceptar Test para sangre oculta OBTI, Caja x 25 det. Considerando que esta presentación no afecta la funcionalidad ni la calidad del test, y favorece una mayor participación de oferentes. Hacemos esta solicitud amparados en los lineamientos de la Ley 7021/22 y Decreto 2264/24 en su Art.58		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
Ajustarse a la Adenda 1.		

Consulta 58 - ITEM 150 Fosfatasa Alcalina

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2025
Se solicita amablemente a la convocante aceptar, reactivo de Fosfatasa Alcalina - ALP 405 AA cinética. Sistema para determinación en modo cinético de la fosfatasa alcalina en el suero. Presentación Caja 4 x 50 ml para 200 determinaciones. Considerando que esta presentación no afecta la funcionalidad ni la calidad del reactivo, y favorece una mayor participación de oferentes. Hacemos esta solicitud amparados en los lineamientos de la Ley 7021/22 y Decreto 2264/24 en su Art.58		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
Ajustarse a la Adenda 1.		

Consulta 59 - Item 175 - Reactivo para HCG

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2025
Se solicita amablemente a la convocante aceptar, test rápido Inmunocromatográfico. En caja sin signos de deterioro. Con fecha de vencimiento de al menos un año posterior a la fecha de entrega. En presentación de caja x 25 test. Considerando que esta presentación no afecta la funcionalidad ni la calidad del test, y favorece una mayor participación de oferentes. Hacemos esta solicitud amparados en los lineamientos de la Ley 7021/22 y Decreto 2264/24 en su Art.58.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
Ajustarse al PBC.		

Consulta 60 - ITEM 197 al 202 Micropipeta

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2025
Se consulta a la convocante si el certificado de calibración, es valido el propio certificado de origen de las micropipetas o debe ser certificado de calibración por una empresa nacional acreditada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
Es valido el propio certificado de origen.		

Consulta 61 - Item 189 - Hisopo con medio de transporte

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2025
Se consulta a la convocante amablemente aclarar, el medio de preferencia y la cantidad del medio en ml que debe cumplir este ítem.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-10-2025
Se aclara que es el Medio Stuart y la cantidad es de 1 mL.		

Consulta 62 - Item 8

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2025
Se solicita a la convocante admitir la oferta de un agar + suplemento, y que la formula venga especificada en el inserto + certificado de calidad general		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2025
Ajustarse al PBC.		

Consulta 63 - Item 8

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2025
Se solicita a la convocante admitir la presentación de un certificado de calidad general por los agares, caldo, etc. Teniendo en cuenta que en la caja de cada producto generalmente no se suele incluir este tipo de documentos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2025
Ajustarse al PBC y Adenda N° 1.		

Consulta 64 - Item 9

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2025
Se solicita a la convocante admitir la oferta de un agar y que la formula venga especificada en el inserto + certificado de calidad general		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2025
Ajustarse al PBC.		

Consulta 65 - Item 10

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2025
Se solicita a la convocante admitir la oferta de un agar y que la formula venga especificada en el inserto + certificado de calidad general		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2025
Ajustarse al PBC.		

Consulta 66 - Item 11

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2025
Se solicita a la convocante admitir la oferta de un agar y que la formula venga especificada en el inserto + certificado de calidad general		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2025
Ajustarse al PBC.		

Consulta 67 - Item 12

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2025
Se solicita a la convocante admitir la oferta de un agar y que la formula venga especificada en el inserto + certificado de calidad general		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2025
Ajustarse al PBC.		

Consulta 68 - Item 13

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2025
Se solicita a la convocante admitir la oferta de un agar y que la formula venga especificada en el inserto + certificado de calidad general		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2025
Ajustarse al PBC.		

Consulta 69 - Item 14

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2025
Se solicita a la convocante admitir la oferta de un agar y que la formula venga especificada en el inserto + certificado de calidad general		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2025
Ajustarse al PBC.		

Consulta 70 - Item 15

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2025
Se solicita a la convocante admitir la oferta de un agar y que la formula venga especificada en el inserto + certificado de calidad general		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2025
Ajustarse al PBC.		

Consulta 71 - Item 16

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2025
Se solicita a la convocante admitir la oferta de un agar y que la formula venga especificada en el inserto + certificado de calidad general		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2025
Ajustarse al PBC.		

Consulta 72 - Item 17 al 23

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2025
Se solicita a la convocante admitir la oferta de un agar y que la formula venga especificada en el inserto + certificado de calidad general		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2025
Ajustarse al PBC.		

Consulta 73 - Item 24

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2025
Se solicita a la convocante admitir la oferta de un caldo y que la formula venga especificada en el inserto + certificado de calidad general		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2025
Ajustarse al PBC.		

Consulta 74 - Item 30 al 34

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2025
Se solicita a la convocante admitir la oferta de un caldo y que la formula venga especificada en el inserto + certificado de calidad general		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2025
Ajustarse al PBC.		

Consulta 75 - Item 49 al 50

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2025
Se solicita a la convocante admitir la oferta de un caldo y que la formula venga especificada en el inserto + certificado de calidad general		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2025
Ajustarse al PBC.		

Consulta 76 - Item 54

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2025
Se solicita a la convocante admitir la oferta de un caldo y que la formula venga especificada en el inserto + certificado de calidad general		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2025
Ajustarse al PBC.		

Consulta 77 - Item 56

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2025
Se solicita a la convocante admitir la oferta de un caldo y que la formula venga especificada en el inserto + certificado de calidad general		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2025
Ajustarse al PBC.		

Consulta 78 - Item 57

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2025
Se solicita a la convocante admitir la oferta de un kit de colorante gram con componentes distintos a los solicitados		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2025
Ajustarse al PBC.		

Consulta 79 - Item 60

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2025
Se solicita a la convocante admitir la oferta de un caldo y que la formula venga especificada en el inserto + certificado de calidad general		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2025
Ajustarse al PBC.		

Consulta 80 - Item 62

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2025
Se solicita a la convocante admitir la oferta de una emulsion con certificado de calidad general de la marca		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2025
Ajustarse al PBC y Adenda N° 1.		

Consulta 81 - Ítem 63

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2025
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita a la convocante admitir la oferta de una emulsion con certificado de calidad general de la marca

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2025
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC y Adenda N° 1.

Consulta 82 - Ítem 65

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2025
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita a la convocante admitir la oferta de un agar y que la formula venga especificada en el inserto + certificado de calidad general

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2025
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

Consulta 83 - Ítem 64

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2025
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita a la convocante admitir la oferta de un agar y que la formula venga especificada en el inserto + certificado de calidad general

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2025
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

Consulta 84 - Ítem 64

Consulta	Fecha de Consulta	17-10-2025
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita a la convocante admitir la oferta de una emulsion con certificado de calidad general de la marca

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2025
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC y Adenda N° 1.

Consulta 85 - Ítem N° 181 C3 Complemento

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2025
-----------------	--------------------------	------------

¿ Podemos ofertar en una presentación de 40 ml. como mínimo ?

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2025
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

Consulta 86 - Ítem N° 182 C4 Complemento

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2025
-----------------	--------------------------	------------

¿ Podemos ofertar en una presentación de 40 ml. como mínimo ?

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2025
------------------	---------------------------	------------

Ajustarse al PBC.

Consulta 87 - Ítem N° 182 C4 Complemento

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2025
Solicitamos encarecidamente a la convocante modificar el precio referencial debido exageradamente bajo, este reactivo mínimamente cuesta 6.000.000 la caja. Favor ver la comparación con el ítem N° 181		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2025
Ajustarse al PBC.		

Consulta 88 - Ítem N° 181 C3 Complemento

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2025
Solicitamos encarecidamente a la convocante VERIFICAR BIEN el precio referencial debido exageradamente ALTO, este reactivo cuesta alrededor de los 6.000.000 de Gs. la caja.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2025
Ajustarse al PBC.		

Consulta 89 - Ítem N° 168 Chagas

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2025
Solicitamos encarecidamente a la convocante modificar el precio referencial debido exageradamente BAJO, este reactivo mínimamente cuesta 700.000 Gs. la caja.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-10-2025
Ajustarse al PBC.		