

Consultas Realizadas

Licitación 474985 - LPN N° 05/2025 - “ADQUISICIÓN DE BIENES VARIOS PARA SERVICIO SOCIAL”

Consulta 1 - LOTE 2 - PLAZO ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	25-09-2025
En el Plan de Entregas no establece claramente cual seria la cantidad del bien a entregar en caso de ser adjudicado, tal vez si que pudieran establecer algún porcentaje como 20%, 30%, etc., de la cantidad máxima adjudicada a fin de tener un panorama mas claro a fin de en caso de ser adjudicado poder cumplir con el plazo de entrega de 5 días hábiles posteriores a la recepción de la orden de compra.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2025
La Convocante aclara que, dado que el llamado se realiza bajo la modalidad de contrato abierto, no es posible establecer cantidades específicas, ya que las solicitudes se efectuarán conforme a la demanda de los usuarios recurrentes de la DIBEN. Por lo tanto, se solicita muy respetuosamente a los oferentes considerar los términos iniciales establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC).		

Consulta 2 - INSPECCION DE STOCK

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2025
Solicitamos amablemente a la convocante que aplique una inspeccion de stock, con el fin de corroborar la capacidad de cumplimiento de entrega de los 5 días posteriores de la Orden de compra		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2025
En virtud de la perentoriedad de los plazos establecidos para la comunicación de la adjudicación ante el organismo regulador, no se prevé en el presente llamado la inclusión del mencionado requisito. Por lo tanto, se solicita muy respetuosamente a todo potencial oferente atenerse a los requisitos inicialmente establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 3 - LOTE 4 ITEM 1 INTRODUCTOR ARTERIAL EETT

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2025
Respetuosamente solicitamos a la Entidad Convocante considerar la aceptación de Introdutor Arterial femoral de 6 FR de 11 cm de largo, para ser usado con con alambres guias 0,035" y 0,038". Con punta radiopaca de 3 mm y valvula hemostatica en espiral de 6 cortes, con recubrimiento de silicona		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2025
Se solicita muy respetuosamente a todos los potenciales oferentes considerar la versión inicial del Pliego de Bases y Condiciones (PByC), así como las características establecidas. Asimismo, se recuerda la urgencia de la presente Licitación, motivada por el interés público que representa, por lo que cada potencial oferente deberá ajustarse a los términos y condiciones definidos.		

Consulta 4 - ILOE 4 ITEM 5 ALAMBRE GUIA EETT

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2025
Respetuosamente solicitamos a la Entidad Convocante considerar la aceptación de modificar a Alambre guía 0,014'' Punta J o recto moldeable entre 170 a 200cm de longitud, radiopaca. Con material de acero inoxidable Revestimiento distal hidrofílico, con recubrimiento proximal de PTFE.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2025
Se solicita muy respetuosamente a todos los potenciales oferentes considerar la versión inicial del Pliego de Bases y Condiciones (PByC), así como las características establecidas. Asimismo, se recuerda la urgencia de la presente Licitación, motivada por el interés público que representa, por lo que cada potencial oferente deberá ajustarse a los términos y condiciones definidos.		

Consulta 5 - LOTE 4 ITEM 1 INTRODUTOR ARTERIAL EETT

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2025
Respetuosamente solicitamos a la Entidad Convocante considerar la aceptación de Introduccion Arterial femoral de 6 FR de 11 cm de largo, para ser usado con con alambres guías 0,035" y 0,038". Con punta radiopaca de 3 mm y valvula hemostatica en espiral de 6 cortes, con recubrimiento de silicona		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2025
Se solicita muy respetuosamente a todos los potenciales oferentes considerar la versión inicial del Pliego de Bases y Condiciones (PByC), así como las características establecidas. Asimismo, se recuerda la urgencia de la presente Licitación, motivada por el interés público que representa, por lo que cada potencial oferente deberá ajustarse a los términos y condiciones definidos.		

Consulta 6 - LOTE 4 ITEM 6 CATETER DE DIAGNOSTICO EETT

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2025
Respetuosamente solicitamos a la Entidad Convocante considerar la aceptación de modificar a Cateter Diagnostico JL 3.5 6 FR, con punta radiopaca con nylon en el interior, medio trenzado de acero inoxidable, un lumen, con conector con capacidad de soportar 1000 PSI		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2025
Se solicita muy respetuosamente a todos los potenciales oferentes considerar la versión inicial del Pliego de Bases y Condiciones (PByC), así como las características establecidas. Asimismo, se recuerda la urgencia de la presente Licitación, motivada por el interés público que representa, por lo que cada potencial oferente deberá ajustarse a los términos y condiciones definidos.		

Consulta 7 - LOTE 4 ITEM 7 CATETER DE DIAGNOSTICO EETT

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2025
Respetuosamente solicitamos a la Entidad Convocante considerar la aceptación de modificar a Cateter Diagnostico JL 4 6 FR, con punta radiopaca con nylon en el interior, medio trenzado de acero inoxidable, un lumen, con conector con capacidad de soportar 1000 PSI		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2025
Se solicita muy respetuosamente a todos los potenciales oferentes considerar la versión inicial del Pliego de Bases y Condiciones (PByC), así como las características establecidas. Asimismo, se recuerda la urgencia de la presente Licitación, motivada por el interés público que representa, por lo que cada potencial oferente deberá ajustarse a los términos y condiciones definidos.		

Consulta 8 - LOTE 4 ITEM 8 CATETER DE DIAGNOSTICO EETT

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2025
Respetuosamente solicitamos a la Entidad Convocante considerar la aceptación de modificar a Cateter Diagnostico JR 4 6 FR, con punta radiopaca con nylon en el interior, medio trenzado de acero inoxidable, un lumen, con conector con capacidad de soportar 1000 PSI		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2025
Se solicita muy respetuosamente a todos los potenciales oferentes considerar la versión inicial del Pliego de Bases y Condiciones (PByC), así como las características establecidas. Asimismo, se recuerda la urgencia de la presente Licitación, motivada por el interés público que representa, por lo que cada potencial oferente deberá ajustarse a los términos y condiciones definidos.		

Consulta 9 - LOTE 4 ITEM 9 CATETER DE DIAGNOSTICO EETT

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2025
Respetuosamente solicitamos a la Entidad Convocante considerar la aceptación de modificar a Cateter Diagnostico radial 6 FR, para coronaria izquierda y derecha, con punta radiopaca con nylon en el interior, medio trenzado de acero inoxidable, un lumen, con conector con capacidad de soportar 1000 PSI		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2025
Se solicita muy respetuosamente a todos los potenciales oferentes considerar la versión inicial del Pliego de Bases y Condiciones (PByC), así como las características establecidas. Asimismo, se recuerda la urgencia de la presente Licitación, motivada por el interés público que representa, por lo que cada potencial oferente deberá ajustarse a los términos y condiciones definidos.		

Consulta 10 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2025
DONDE DICE: Acta de fijación de precios de cada producto ofertado CONSULTA: Agradeceríamos nos puedan confirmar si dicho documento aplica para los productos ofertados, o si corresponde alguna excepción, con el fin de ajustar correctamente la documentación a presentar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2025
Favor considerar los términos iniciales ya establecidos por la Convocante para Bienes de la categoría -Medicamentos.		

Consulta 11 - Autorización del Fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2025
Autorización del Fabricante: Todos los Lotes/Ítems Ofertados. Para representantes, Autorización vigente a la fecha de apertura de ofertas, otorgada por la fabricante debidamente legalizada, consularizada y/o apostillada, donde se autorice a comercializar el producto ofertado. En caso que el oferente no sea el representante del producto ofertado, se deberá de acreditar la cadena de autorizaciones hasta el fabricante o productor. Toda autorización deberá estar vigente a la fecha de apertura de ofertas. Solicitamos a la Convocante, requiera la presentación de la Autorización del fabricante debidamente inscripta en la Dirección General de los Registros Públicos Sección Persona Jurídica y Comercio al momento de la apertura de Oferta, esta solicitud es a los efectos de que la convocante pueda tener la seguridad y garantía que los oferentes cuentan con el respaldo de la marca ofertada, teniendo en cuenta la cantidad de los bienes solicitados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2025
Se solicita muy respetuosamente a todos los potenciales oferentes considerar la versión inicial del Pliego de Bases y Condiciones (PByC), así como las características establecidas. Asimismo, se recuerda la urgencia de la presente Licitación, motivada por el interés público que representa, por lo que cada potencial oferente deberá ajustarse a los términos y condiciones definidos.		

Consulta 12 - Multa

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2025
En la Página 33 del PBC dice: Multa Porcentaje de multas el valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de: 1,00 %. Solicitamos a la Convocante reducir el porcentaje de multa al 0,01% por cada día de atraso.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2025
Se solicita muy respetuosamente a todos los potenciales oferentes considerar la versión inicial del Pliego de Bases y Condiciones (PByC), así como las características establecidas. Asimismo, se recuerda la urgencia de la presente Licitación, motivada por el interés público que representa, por lo que cada potencial oferente deberá ajustarse a los términos y condiciones definidos.		

Consulta 13 - Plan de entrega de bienes

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2025
Lotes 1. - BIENES EN PARQUE SANITARIO Conforme a la necesidad de la Convocante serán emitidas las Órdenes de Compra y deberán ser entregados los bienes en el Parque Sanitario, dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra. Teniendo en cuenta la cantidad de equipos solicitados para el Lote 1 Solicitamos a la Convocante que la entrega de los bienes adjudicados sea conforme al siguiente cronograma: 20%: Hasta los 20 (veinte) días calendarios. Con entregas que podrán ser fraccionadas siempre dentro del mencionado plazo conforme a la orden de compra. 80%: Hasta los 20 (veinte) días calendarios. Con entregas que podrán ser fraccionadas siempre dentro del mencionado plazo conforme a la orden de compra.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2025
Se solicita muy respetuosamente a todos los potenciales oferentes considerar la versión inicial del Pliego de Bases y Condiciones (PByC), así como las características establecidas. Asimismo, se recuerda la urgencia de la presente Licitación, motivada por el interés público que representa, por lo que cada potencial oferente deberá ajustarse a los términos y condiciones definidos.		

Consulta 14 - Multas

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2025
Multas Consideramos que el porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes del 1,00 % es muy alto, por lo expuesto: Solicitamos a la Convocante reducir el porcentaje de multa al 0,01% por cada día de atraso.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2025
Se solicita muy respetuosamente a todos los potenciales oferentes considerar la versión inicial del Pliego de Bases y Condiciones (PByC), así como las características establecidas. Asimismo, se recuerda la urgencia de la presente Licitación, motivada por el interés público que representa, por lo que cada potencial oferente deberá ajustarse a los términos y condiciones definidos.		

Consulta 15 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2025
En las Páginas 25 Y 26 del PBC dice Plan de entrega de bienes. Lotes 1. - BIENES EN PARQUE SANITARIO Conforme a la necesidad de la Convocante serán emitidas las Órdenes de Compra y deberán ser entregados los bienes en el Parque Sanitario, dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra. Teniendo en cuenta la cantidad de equipos solicitados para el Lote 1 Solicitamos a la Convocante que la entrega de los bienes adjudicados sea entregada dentro de los 20 (veinte)días hábiles posterior a la recepción de la orden de compras, teniendo en cuenta que los bienes deben ser importados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2025
Se solicita muy respetuosamente a todos los potenciales oferentes considerar la versión inicial del Pliego de Bases y Condiciones (PByC), así como las características establecidas. Asimismo, se recuerda la urgencia de la presente Licitación, motivada por el interés público que representa, por lo que cada potencial oferente deberá ajustarse a los términos y condiciones definidos.		

Consulta 16 - Lote 4

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2025
Solicitamos amablemente a la convocante a separar los items 5, 13 y 14 del lote 4, a fin de dar oportunidad a más oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2025
Se solicita muy respetuosamente a todos los potenciales oferentes considerar la versión inicial del Pliego de Bases y Condiciones (PByC), así como las características establecidas. Asimismo, se recuerda la urgencia de la presente Licitación, motivada por el interés público que representa, por lo que cada potencial oferente deberá ajustarse a los términos y condiciones definidos.		

Consulta 17 - LOTE 1 - ITEM 1 - Aspirador de Secreciones

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2025
Recomendamos a la convocante que solicite en las Especificaciones técnicas: "Filtro antibacteriano" y "vacuómetro " para que los equipos ofertados cumplan con todas las recomendaciones sanitarias establecidas en las normas de fabricación		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2025
Se solicita muy respetuosamente a todos los potenciales oferentes considerar la versión inicial del Pliego de Bases y Condiciones (PByC), así como las características establecidas. Asimismo, se recuerda la urgencia de la presente Licitación, motivada por el interés público que representa, por lo que cada potencial oferente deberá ajustarse a los términos y condiciones definidos.		

Consulta 18 - Lote 4 Item 1 - INTRODUTOR ARTERIAL

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2025
Donde dice: Introducutor Arterial femoral de 6 FR de 11 cm de largo, usado con guía 0.035. Con punta radiopaca de 3 mm y valvula hemostatica en espiral de 6 cortes, con recubrimiento de silicona Consulta: Respetuosamente solicitamos a la Entidad Convocante considerar la aceptación del siguiente insumo médico como alternativa técnica válida dentro del proceso de contratación: Introducutor Arterial Femoral de 6 FR, con las siguientes especificaciones técnicas: Longitud: 11 cm Compatible con alambres guía de entre 0,035" y 0,038" Punta radiopaca de 3 mm y Válvula hemostática en espiral de 6 cortes con Recubrimiento interno de silicona El producto propuesto cumple con los requerimientos funcionales y clínicos necesarios para los procedimientos correspondientes, garantizando seguridad, compatibilidad y eficiencia en su uso.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2025
Se solicita muy respetuosamente a todos los potenciales oferentes considerar la versión inicial del Pliego de Bases y Condiciones (PByC), así como las características establecidas. Asimismo, se recuerda la urgencia de la presente Licitación, motivada por el interés público que representa, por lo que cada potencial oferente deberá ajustarse a los términos y condiciones definidos.		

Consulta 19 - Lote 4 Item 5 ALAMBRE GUÍA

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2025
Donde dice: Alambre guía 0,014'' Punta J o recto moldeable x170 a 200cm de longitud, radiopaca. Con material de acero inoxidable Con recubrimiento distal PTFE Duraglide. Consulta: Solicitamos a la convocante aceptar Alambre guía 0,014'', punta J o recto moldeable, de entre 170 a 200 cm de longitud, radiopaca. Con material de acero inoxidable, revestimiento distal hidrofílico y recubrimiento proximal de PTFE. Cabe destacar que, según la forma en que están redactadas las especificaciones técnicas (al hacer mención específica al recubrimiento "PTFE Duraglide"), estas se encuentran orientadas hacia una marca comercial específica, lo cual podría limitar la libre competencia, restringiendo la participación de otros oferentes con productos técnicamente equivalentes que cumplen la misma función, con igual o superior eficacia clínica y calidad comprobada. Por tal motivo, solicitamos respetuosamente se considere la aceptación de la alternativa propuesta, que cumple con los requerimientos funcionales, de seguridad y compatibilidad necesarios para los procedimientos médicos en los que se utiliza este insumo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2025
Se solicita muy respetuosamente a todos los potenciales oferentes considerar la versión inicial del Pliego de Bases y Condiciones (PByC), así como las características establecidas. Asimismo, se recuerda la urgencia de la presente Licitación, motivada por el interés público que representa, por lo que cada potencial oferente deberá ajustarse a los términos y condiciones definidos.		

Consulta 20 - Lote 4 Item 6 - CATETER DE DIAGNOSTICO

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2025
Donde dice: Cateter Diagnostico JL 3.5 6 FR, con punta radiopaca con nylon trenzado, trulumen, con conector con capacidad de soportar 1200 PSI Consulta: Solicitamos a la convocante aceptar Catéter Diagnóstico JL 3.5 6 FR, con punta radiopaca, con nylon en el interior, refuerzo medio trenzado de acero inoxidable, un lumen, con conector con capacidad de soportar 1000 PSI. La modificación propuesta mantiene la funcionalidad clínica requerida para el procedimiento diagnóstico, con materiales de alta resistencia y seguridad comprobada. Asimismo, cumple con los estándares técnicos necesarios y asegura un desempeño equivalente al del producto originalmente especificado. A su vez, señalamos que los términos actuales del pliego pueden restringir la participación de otros oferentes, al hacer referencia a características muy específicas como "trilumen" y "1200 PSI", que corresponden a modelos de marcas particulares. La alternativa propuesta busca ampliar la posibilidad de competencia sin comprometer la calidad, la eficacia ni la seguridad del procedimiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2025
Se solicita muy respetuosamente a todos los potenciales oferentes considerar la versión inicial del Pliego de Bases y Condiciones (PByC), así como las características establecidas. Asimismo, se recuerda la urgencia de la presente Licitación, motivada por el interés público que representa, por lo que cada potencial oferente deberá ajustarse a los términos y condiciones definidos.		

Consulta 21 - Lote 2 - CPAP

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2025
Solicitamos a la convocante que establezca como OPCIONALES los puntos donde dicen: AIRE NIVELES DE FUNCIONAMIENTO DEL TUBO CALEFACTOR DE 1 A 5 NIVELES DE TEMPERATURA DEL TUBO CALEFACTOR : 0 (APAGADO) 1 = 18°C / 2 = 21°C / 3 = 23° C / 4 = 25°C / 5 = 28°C (PRESICION ± 2 °C) Que permitan mayor participación de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2025
Se solicita muy respetuosamente a todos los potenciales oferentes considerar la versión inicial del Pliego de Bases y Condiciones (PByC), así como las características establecidas. Asimismo, se recuerda la urgencia de la presente Licitación, motivada por el interés público que representa, por lo que cada potencial oferente deberá ajustarse a los términos y condiciones definidos.		

Consulta 22 - Lote 4 Item 7- Cateter de Diagnostico

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2025
Donde dice: Cateter Diagnostico JL 4, 6FR, con punta radiopaca con naylon trenzado, trulumen, con conector con capacidad de soportar 1200 PSI Consulta: Solicitamos a la convocante aceptar Catéter Diagnóstico JL 4, 6 FR, con punta radiopaca con nylon en el interior, medio trenzado de acero inoxidable, un lumen, con conector con capacidad de soportar 1000 PSI. Esta modificación mantiene las características funcionales y de seguridad necesarias para el correcto desempeño clínico del dispositivo, con materiales de alta calidad y resistencia. Además, la propuesta favorece una mayor competencia al permitir la participación de productos técnicamente equivalentes sin comprometer la calidad ni la seguridad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2025
Se solicita muy respetuosamente a todos los potenciales oferentes considerar la versión inicial del Pliego de Bases y Condiciones (PByC), así como las características establecidas. Asimismo, se recuerda la urgencia de la presente Licitación, motivada por el interés público que representa, por lo que cada potencial oferente deberá ajustarse a los términos y condiciones definidos.		

Consulta 23 - Lote 2 - CPAP

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2025
Solicitamos a la convocante permita una variancion en la oferta para los parametros de :Filtro de Fibra no tejida de poliéster con Detención: ≥ 85% para~polvo de 2,5 micrones, y pase a decir Filtro de Fibra no tejida de poliéster con Detención: ≥ 85% (+-10%) para~polvo de 2,5 (+-0.5) micrones		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2025
Se solicita muy respetuosamente a todos los potenciales oferentes considerar la versión inicial del Pliego de Bases y Condiciones (PByC), así como las características establecidas. Asimismo, se recuerda la urgencia de la presente Licitación, motivada por el interés público que representa, por lo que cada potencial oferente deberá ajustarse a los términos y condiciones definidos.		

Consulta 24 - lote 4 Item 8- Cateter de diagnostico

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2025
Donde dice: Catéter Diagnóstico JR 4, 6 FR, con punta radiopaca, con nylon en el interior, medio trenzado de acero inoxidable, un lumen, con conector con capacidad de soportar 1000 PSI. Consulta: solicitamos a la convocante aceptar Catéter Diagnóstico JR 4, 6 FR, con punta radiopaca, con nylon en el interior, medio trenzado de acero inoxidable, un lumen, con conector con capacidad de soportar 1000 PSI. La propuesta mantiene la funcionalidad clínica requerida, garantizando resistencia, seguridad y compatibilidad con los procedimientos para los que está destinado el insumo. Además, permite ampliar la participación de oferentes con productos técnicamente equivalentes, lo que fomenta la libre competencia sin comprometer la calidad ni la eficacia del dispositivo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2025
Se solicita muy respetuosamente a todos los potenciales oferentes considerar la versión inicial del Pliego de Bases y Condiciones (PByC), así como las características establecidas. Asimismo, se recuerda la urgencia de la presente Licitación, motivada por el interés público que representa, por lo que cada potencial oferente deberá ajustarse a los términos y condiciones definidos.		

Consulta 25 - Lote 4 item 9- Cateter de Diagnostico

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2025
Donde dice: Cateter Diagnostico radial 6 FR, para coronaria izquierda y derecha, con punta radiopaca de nylon trenzado de alta densidad, un lumen con conector con capacidad de soportar 1200 PSI. Consulta: Solicitamos a la convocante aceptar Catéter Diagnóstico radial 6 FR, para coronaria izquierda y derecha, con punta radiopaca, con nylon en el interior, medio trenzado de acero inoxidable, un lumen, con conector con capacidad de soportar 1000 PSI. La modificación propuesta mantiene los estándares de calidad, seguridad y funcionalidad requeridos para el procedimiento, garantizando una alternativa técnicamente equivalente. Asimismo, esta modificación busca promover una mayor apertura en la participación de oferentes, evitando limitar el proceso a marcas con especificaciones demasiado particulares.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2025
Se solicita muy respetuosamente a todos los potenciales oferentes considerar la versión inicial del Pliego de Bases y Condiciones (PByC), así como las características establecidas. Asimismo, se recuerda la urgencia de la presente Licitación, motivada por el interés público que representa, por lo que cada potencial oferente deberá ajustarse a los términos y condiciones definidos.		

Consulta 26 - Lote 2 - CPAP

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2025
Solicitamos a la convocante aclarar si donde dice Apagado automatico por falta de presión de gas se refiere a la presión de gas ocasionada por la respiración del paciente, lo que genera la DETENCION AUTOMATICA declarada en el punto siguiente que dice :DETECCION AUTOMATICA DE INICIO Y APAGADO		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2025
Se solicita muy respetuosamente a todos los potenciales oferentes considerar la versión inicial del Pliego de Bases y Condiciones (PByC), así como las características establecidas. Asimismo, se recuerda la urgencia de la presente Licitación, motivada por el interés público que representa, por lo que cada potencial oferente deberá ajustarse a los términos y condiciones definidos.		

Consulta 27 - Lote 2 - CPAP

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2025
Solicitamos a la convocante que aclare donde dice: Tiempo de funcionamiento de Nivel de Humedad de 10min., si esto se refiere al tiempo que debe funcionar durante la terapia o si es el tiempo que le toma para que funcione hasta lo establecido para la terapia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2025
Se solicita muy respetuosamente a todos los potenciales oferentes considerar la versión inicial del Pliego de Bases y Condiciones (PByC), así como las características establecidas. Asimismo, se recuerda la urgencia de la presente Licitación, motivada por el interés público que representa, por lo que cada potencial oferente deberá ajustarse a los términos y condiciones definidos.		

Consulta 28 - Lote 4 Item 10 Cateter Guia

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2025
Donde dice: Cateter Guia Extra soporte N° 3.5 de 6FR: con malla trenzada de acero inoxidable hibrida punta suave (soft tip), atraumática, radiopaca, compatibles con alambres guías 0,035 y 0,038" con 2 agujeros laterales en la punta de 100 cm de longitud y lumen interno mínimo de 0,070" para cateteres de 6 Fr. Consulta: Soliciitamos a la convocante aceptar Catéter Guía Extra soporte N° 3.5 de 6FR: con malla trenzada de acero inoxidable híbrida, punta suave (soft tip), atraumática, radiopaca, compatibles con alambres guías de entre 0,035 y 0,038", con orificios laterales en la punta, de 100 cm de longitud y lumen interno mínimo de 0,070", para catéteres de 6 Fr. La modificación propuesta no afecta las características funcionales ni la seguridad del dispositivo, manteniendo la compatibilidad y el desempeño clínico requerido. El cambio sugerido —al permitir una redacción menos restrictiva respecto a la cantidad de orificios laterales— favorece la participación de productos técnicamente equivalentes y promueve una mayor competitividad entre oferentes, sin comprometer la calidad del insumo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2025
Se solicita muy respetuosamente a todos los potenciales oferentes considerar la versión inicial del Pliego de Bases y Condiciones (PByC), así como las características establecidas. Asimismo, se recuerda la urgencia de la presente Licitación, motivada por el interés público que representa, por lo que cada potencial oferente deberá ajustarse a los términos y condiciones definidos.		

Consulta 29 - Lote 2 - CPAP

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2025
Solicitamos a la convocante permita el aumento de rango donde dice: TUBO DE CONEXION DE 180CM, y que solicite TUBO DE CONEXION DE 180CM (+-5cm) permitiendo la participación de mas oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2025
Se solicita muy respetuosamente a todos los potenciales oferentes considerar la versión inicial del Pliego de Bases y Condiciones (PByC), así como las características establecidas. Asimismo, se recuerda la urgencia de la presente Licitación, motivada por el interés público que representa, por lo que cada potencial oferente deberá ajustarse a los términos y condiciones definidos.		

Consulta 30 - LOTE 1 - ASPIRADOR DE SECRECIONES

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2025
En relación al requerimiento que establece un diámetro del conector de 9,5 mm (3/8) para el aspirador de secreciones, solicitamos modificarlo a $9,5 \pm 0,5$ mm, con el fin de permitir una tolerancia técnica razonable. Esta variación no afecta la compatibilidad ni el funcionamiento del equipo y facilita la participación de más oferentes, considerando que los conectores comerciales pueden presentar ligeras diferencias de fabricación dentro de ese rango.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2025
Se solicita muy respetuosamente a todos los potenciales oferentes considerar la versión inicial del Pliego de Bases y Condiciones (PByC), así como las características establecidas. Asimismo, se recuerda la urgencia de la presente Licitación, motivada por el interés público que representa, por lo que cada potencial oferente deberá ajustarse a los términos y condiciones definidos.		

Consulta 31 - Lote 4 Item 11 Cateter Guia

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2025
Donde dice: Cateter Guia JR 4 de 6 FR. Cateter GUIA con malla trenzada de acero inoxidable hibrida, punta suave (SoftTip), atraumatica, radiopaca, compatible con alambres guias 0,035 y 0,038 con 2 agujeros laterales en la punta de 100 cm de longitud y lumen interno minimo de de 0.070 para cateres de 6 F. Consulta: Catéter Guía JR 4 de 6 FR. Catéter guía con malla trenzada de acero inoxidable híbrida, punta suave (SoftTip), atraumática, radiopaca, compatible con alambres guías de entre 0,035 y 0,038", con orificios laterales en la punta, de 100 cm de longitud y lumen interno mínimo de 0,070" para catéteres de 6 Fr. La propuesta mantiene todos los requisitos técnicos y clínicos esenciales, garantizando la seguridad y funcionalidad del producto. El cambio sugerido busca evitar restricciones innecesarias en cuanto al diseño (por ejemplo, el número exacto de orificios laterales), permitiendo así la participación de otras marcas que ofrezcan productos técnicamente equivalentes. Esta modificación contribuye a una mayor apertura en el proceso de contratación, favoreciendo la libre competencia y la transparencia, sin comprometer la calidad ni los resultados clínicos esperados.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2025
Se solicita muy respetuosamente a todos los potenciales oferentes considerar la versión inicial del Pliego de Bases y Condiciones (PByC), así como las características establecidas. Asimismo, se recuerda la urgencia de la presente Licitación, motivada por el interés público que representa, por lo que cada potencial oferente deberá ajustarse a los términos y condiciones definidos.		

Consulta 32 - LOTE 2-CERTIFICACIONES

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2025
Solicitamos a la convocante incluir ISO 80601-2-70 y ISO 5356-1		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2025
Se solicita muy respetuosamente a todos los potenciales oferentes considerar la versión inicial del Pliego de Bases y Condiciones (PByC), así como las características establecidas. Asimismo, se recuerda la urgencia de la presente Licitación, motivada por el interés público que representa, por lo que cada potencial oferente deberá ajustarse a los términos y condiciones definidos.		

Consulta 33 - LOTE 4 ITEM 13 CATETER BALON

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2025
donde dice: Cateter Balon No Complaciente CON CATETER GUIA 5 FRENCH Y CON ALAMBRE GUIA 0,014" PRESION NOMINAL DE 6 a 12 ATM . PERFIL DE ENTRADA DE 0,016" o menor CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO Y LARGO DE 135 A 155 CM.Hidrofilico Consulta: sugerimos a la convocante aceptar Cateter Balon No Complaciente CON CATETER GUIAMINIMO DE 5 FRENCH Y CON ALAMBRE GUIA 0,014" PRESION NOMINAL DE ENTRE 6 a 12 ATM . PERFIL DE ENTRADA 0,036" o menor CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO Y LARGO DE ENTRE 135 A 155 CM. Hidrofilico		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2025
Se solicita muy respetuosamente a todos los potenciales oferentes considerar la versión inicial del Pliego de Bases y Condiciones (PByC), así como las características establecidas. Asimismo, se recuerda la urgencia de la presente Licitación, motivada por el interés público que representa, por lo que cada potencial oferente deberá ajustarse a los términos y condiciones definidos.		

Consulta 34 - Lote 2 - CPAP

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2025
Solicitamos a la convocante solicite TRANSFERENCIA DE DATOS de la terapia a traves de WIFI		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2025
Se solicita muy respetuosamente a todos los potenciales oferentes considerar la versión inicial del Pliego de Bases y Condiciones (PByC), así como las características establecidas. Asimismo, se recuerda la urgencia de la presente Licitación, motivada por el interés público que representa, por lo que cada potencial oferente deberá ajustarse a los términos y condiciones definidos.		

Consulta 35 - LOTE 4 ITEM 14 CATETER BALON

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2025
DONDE DICE: CATETER BALON Semi Complaciente CON CATETER GUIA 5 FRENCH Y CON ALAMBRE GUIA 0,014" PRESION NOMINAL DE 6 a 12 ATM . PERFIL DE ENTRADA DE 0,016" o menor CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO Y LARGO DE 135 A 155 CM.Hidrofilico CONSULTA: CATETER BALON Semi Complaciente CON CATETER GUIA 5 FRENCH Y CON ALAMBRE GUIA 0,014" PRESION NOMINAL DE ENTRE 6 a 12 ATM . PERFIL DE ENTRADA DE 0,016" o menor CON SISTEMA DE INTERCAMBIO RAPIDO Y LARGO DE ENTRE 135 A 155 CM.Hidrofilico		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-10-2025
Se solicita muy respetuosamente a todos los potenciales oferentes considerar la versión inicial del Pliego de Bases y Condiciones (PByC), así como las características establecidas. Asimismo, se recuerda la urgencia de la presente Licitación, motivada por el interés público que representa, por lo que cada potencial oferente deberá ajustarse a los términos y condiciones definidos.		