

Consultas Realizadas

Licitación 475211 - LPN 165-25 **CONTRATACION DE SERVICIO TERCERIZADO DE ANALISIS PARA SECUENCIACION DE PROXIMO GENERACION NGS Y PCR EN TIEMPO REAL**

Consulta 1 - REQUISITO DOCUMENTAL - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta
Realizamos la siguiente consulta si es una limitante que los laboratorios a presentarse en el presente llamado tiene que ser laboratorios con procesamiento de muestras locales o si igual siendo agentes comerciales de laboratorios del exterior podemos presentarnos.	07-10-2025

Consulta 2 - Alcance del panel de genes (Capacidad técnica)

Consulta	Fecha de Consulta
En el apartado de capacidad técnica se solicita que el oferente cuente con la capacidad de analizar un panel de mínimo 280 genes relacionados a diferentes tipos de cáncer, con el fin de establecer un cribado profundo para cada paciente. Sin embargo, en el apartado de "detalle de los bienes y/o servicios" se especifica que la NGS debe evaluar distintos paneles según el tipo de cáncer (mieloides, pancreático, pulmonar, mama, próstata, ovario, colorrectal, cerebral y sarcomas). ¿Sería posible presentar varios paneles específicos por patología?	10-10-2025

Consulta 3 - Ítem 26 – Marcador tumoral SMN1

Consulta	Fecha de Consulta
El gen SMN1 no corresponde a un marcador tumoral, sino a un marcador genético diagnóstico de enfermedad neuromuscular, específicamente Atrofia Muscular Espinal (AME). Al no ser un marcador tumoral, este gen no se encuentra en los paneles oncológicos. Cabe resaltar que la técnica recomendada por las guías internacionales para su análisis es la MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification), método de referencia para detectar delecciones o duplicaciones en el gen SMN1, diferenciando SMN1 de su homólogo SMN2 con alta precisión. ¿Podría confirmarse si este ítem está incluido por error o si corresponde a un requerimiento independiente del área oncológica?	10-10-2025

Consulta 4 - Ítem 13 – Marcador tumoral TMB:

Consulta	Fecha de Consulta
El pliego indica la detección de mutación del gen TMB; sin embargo, TMB (Tumor Mutational Burden) no es un gen, sino un biomarcador genómico cuantitativo que mide el número de mutaciones somáticas por megabase en el ADN tumoral. ¿Podría aclararse si lo que se solicita es la determinación de la carga mutacional tumoral (TMB) como biomarcador predictivo?	10-10-2025

Consulta 5 - Ítem 21 - Marcador tumoral gen HRR:

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2025
El pliego menciona la detección de marcador tumoral para mutación del gen HRR.		
Sin embargo, no existe un gen denominado HRR. El término HRR (Homologous Recombination Repair) hace referencia a un grupo de genes implicados en la reparación por recombinación homóloga (por ejemplo: BRCA1, BRCA2, ATM, PALB2, RAD51C/D, entre otros).		
¿Se solicita únicamente la detección de variantes en BRCA1/2, o un panel ampliado HRR/HRD que incluya genes adicionales y parámetros genómicos complementarios como LOH, LST y TAI?		

Consulta 6 - Experiencia del oferente - proyectos de investigación:

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2025
A fin de demostrar la experiencia en provisión de servicios de confección de informes de NGS Y PCR, ¿se podrán presentar contratos de proyectos que impliquen la confección de informes de NGS?		

Consulta 7 - EETT ITEMS 2 AL 26

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2025
En los ítems 2 al 26, las especificaciones técnicas establecen el uso de la tecnología DNBseq, plataforma que corresponde de manera exclusiva a un único fabricante (MGI).		
Esta disposición constituye una restricción injustificada de la competencia, al excluir a otros proveedores que utilizan tecnologías de secuenciación equivalentes, contraviniendo los principios de igualdad y libre competencia previstos en la Ley de Contrataciones Pùblicas.		
Cabe señalar que existen otras plataformas de secuenciación, como Illumina, actualmente la tecnología más utilizada a nivel mundial, con amplia validación en entornos clínicos y científicos, y base tecnológica de la mayoría de ensayos clínicos oncológicos, estudios multicéntricos y pruebas diagnósticas reguladas.		
Restringir el pliego a una sola marca o tecnología, sin justificación técnica ni científica documentada, limita la participación de oferentes idóneos y reduce la posibilidad de obtener mejores condiciones técnicas para la Administración.		
Por tanto, solicitamos que se amplíen las especificaciones técnicas de manera que se permita la participación de cualquier tecnología de secuenciación de nueva generación (NGS) que cumpla con los objetivos clínicos y analíticos requeridos, garantizando así transparencia, libre competencia y acceso a soluciones validadas internacionalmente.		

Consulta 8 - ABASTECIMIENTO SIMULTÁNEO

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
Se solicita a la convocante considerar la posibilidad de que la adjudicación se realice bajo la modalidad de abastecimiento simultáneo, a fin de garantizar mayor participación de oferentes, reducir tiempos de respuesta en los análisis y disminuir el riesgo operativo asociado a depender de un único proveedor, en beneficio del interés público y la atención oportuna de los pacientes.		

Consulta 9 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
1. En capacidad técnica se exige un panel único de al menos 280 genes para distintos tipos de cáncer, pero en detalle de los bienes/servicios se describen paneles separados por patología.		
¿Se permite presentar varios paneles según el tipo de cáncer que en conjunto represente 280 genes?		

Consulta 10 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
El ítem 26 solicita detección de marcador tumoral del gen SMN1, dicho gen no es tumoral sino diagnóstico para Atrofia Muscular Espinal. por esta razón no es un gen que suelen estar presentes en los paneles oncológicos. ¿Es posible presentar un panel no oncológico para el estudio del SMN1?		

Consulta 11 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
En el ítem 21 se menciona "mutación del gen HRR", pero no existe un gen con ese nombre. HRR se refiere a la vía de reparación por recombinación homóloga. ¿Se solicita solo BRCA1/2 o un panel ampliado de genes HRR (ATM, PALB2, RAD51C/D, etc.) con análisis HRD (LOH, LST, TAI)?		

Consulta 12 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
El ítem 13 pide "mutación del gen TMB", pero TMB no es un gen sino un biomarcador (carga mutacional tumoral). ¿El requerimiento corresponde a la determinación de TMB como biomarcador?		

Consulta 13 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
Se solicita a la convocante poder considerar, la apertura a mayores oferentes, teniendo en cuenta que la denominación DQNseq que se menciona en los ítems 2 al 26 corresponde únicamente a la marca MGI, por lo cual esta direccionado no solo a una tecnología, sino a una marca en específico.		

Consulta 14 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
El ítem 13 pide "mutación del gen TMB", pero TMB no es un gen sino un biomarcador (carga mutacional tumoral). ¿El requerimiento corresponde a la determinación de TMB como biomarcador?		

Consulta 15 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
¿Se podrán presentar contratos de proyectos de investigación con elaboración de informes de NGS como evidencia de experiencia?		

Consulta 16 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
¿Se aceptarán facturas emitidas a nombre de particulares para acreditar experiencia en informes de NGS y PCR?		

Consulta 17 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2025
Se solicita a la convocante evaluar la implementación del mecanismo de abastecimiento simultáneo, con el propósito de optimizar los tiempos del proceso y asegurar una mayor rapidez en la obtención de los resultados.		