

Consultas Realizadas

Licitación 475868 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO

Consulta 1 - Lote: 1 - REACTIVOS QUIMICO

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2025
En la sección de Reactivos e insumos en el punto numero 3 menciona: Reactivos y calibradores de la misma marca y de acuerdo a la marca original del equipo y que deben estar incluidos en cada kit. ¿A qué se refiere INCLUIDO EN CADA KIT? ¿Los calibradores deben de estar dentro de la caja de cada reactivo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2025
¿A qué se refiere INCLUIDO EN CADA KIT? en cada kit según cálculos realizados ante la necesidad y disponibilidad de la convocante.		
¿Los calibradores deben de estar dentro de la caja de cada reactivo? conforme a las determinaciones realizadas y necesidad del servicio.		

Consulta 2 - Lote: 1 - REACTIVOS QUIMICO

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2025
En la sección de Reactivos e insumos, en el punto número 3, se indica: "Reactivos y calibradores de la misma marca y de acuerdo a la marca original del equipo y que deben estar incluidos en cada kit." Se solicita a la convocante modificar este punto, particularmente la parte que establece que los reactivos y calibradores deben estar incluidos en cada kit, ya que esta condición no se ajusta a la realidad técnica. En la práctica, los calibradores pueden ser compartidos por varias determinaciones, mientras que otros reactivos requieren calibradores específicos. Por ello, la inclusión de calibradores en cada kit depende del tipo de prueba y de las características del sistema analítico utilizado. Asimismo, en el punto número 4 se menciona: "Provisión de calibradores y consumibles necesarios conforme necesidad del servicio." Esta redacción contradice lo establecido en el punto anterior, ya que indica que los calibradores se deben proveer según las necesidades del servicio, lo cual es correcto, dado que los calibradores se entregan por separado de los reactivos y su provisión depende de la frecuencia y volumen de uso de cada determinación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2025
Por favor solicitamos que las consultas sean claras y precisas para que la Convocante pueda responder las mismas y, en el caso necesario, realizar las modificaciones pertinentes a las bases de la Convocatoria.		

Consulta 3 - Lote: 1 - REACTIVOS QUIMICO

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2025
En la sección Equipo en el punto 1b se solicita Rendimiento de mínimo de 700 det/hora. Se solicita a la convocante aceptar un equipo que realice 600 det/hora.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2025
Favor ajustarse al PBC.		

Consulta 4 - Lote: 2 - REACTIVO INMUNO ENSAYO

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2025
En la sección de Reactivos e insumos, en el punto número 3, se indica: "Reactivos y calibradores de la misma marca y de acuerdo a la marca original del equipo y que deben estar incluidos en cada kit." Se solicita a la convocante modificar este punto, particularmente la parte que establece que los reactivos y calibradores deben estar incluidos en cada kit, ya que esta condición no se ajusta a la realidad técnica. Asimismo, en el punto número 4 se menciona: "Provisión de calibradores y consumibles necesarios conforme necesidad del servicio." Esta redacción contradice lo establecido en el punto anterior, ya que indica que los calibradores se deben proveer según las necesidades del servicio, lo cual es correcto, dado que los calibradores se entregan por separado de los reactivos y su provisión depende de la frecuencia y volumen de uso de cada determinación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2025
Cabe destacar que las cantidades de reactivos y calibradores fueron calculadas según cada ítem de lote, conforme al uso estimado por el servicio. En algunos casos, el ítem requerirá un calibrador único, dado que la compra se realiza una sola vez; mientras que en otros casos, los calibradores deberán proveerse en mayor cantidad, de acuerdo con las determinaciones que se realizarán progresivamente durante el periodo de uso. Se aclara que la intención del requerimiento es asegurar la compatibilidad técnica entre los reactivos, calibradores y el equipo.		

Consulta 5 - Lote: 2 - REACTIVO INMUNO ENSAYO

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2025
En la sección de equipo el ítem 1.b. menciona: Rendimiento mínimo de 190 det/hora. Se solicita a la convocante aceptar un mínimo de 180 test/hora.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2025
Favor ajustarse al PBC.		