

Consultas Realizadas

Licitación 474591 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO E INSUMOS MÉDICOS PARA CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES, SERVICIOS DE ATENCIÓN AMBULATORIA EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES Y UNIDADES DE INTERNACIÓN PSIQUIÁTRICA EN HOSPITALES GENERALES - AD REFERENDUM AL PGN 2026

Consulta 1 - Especificaciones Técnicas – ITEM 1 Colchón

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2025
<p>Se solicita amablemente a la convocante actualizar la normativa solicitada para el colchón donde dice “De la misma marca que la cama cotizada. Norma de calidad CE MDD93/42/EEC Class 1 El colchón debe ajustar correctamente a la plataforma de la cama.” a “De la misma marca que la cama cotizada. Norma de calidad CE MDD93/42/EEC Class 1 o la Regulación EU vigente actual, El colchón debe ajustar correctamente a la plataforma de la cama.”</p> <p>Ya que la Norma de calidad CE MDD93/42/EEC Class 1 fue reemplazada por la regulación (EU) 2017/745 aplicada desde el año 2021 para dispositivos médicos de Clase 1, actualmente vigente. Lo que permitirá tanto la participación de oferentes que cuenten con los dispositivos médicos en conformidad con las nuevas regulaciones de la Unión Europea (EU) así como aquellos oferentes que cuenten con los dispositivos médicos que cumplan con la normativa anterior de la Unión Europea.</p>		

Consulta 2 - Especificaciones Técnico – ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	10-10-2025
<p>Solicitamos amablemente a la convocante modificar ampliar parámetro donde dice “Angulación de respaldo, hasta 65° o mayor” a “Angulación de respaldo, hasta 65° ±2° o mayor” para permitir la participación de una mayor cantidad de ofertas y permitiendo la libre participación de oferentes.</p>		