

Consultas Realizadas

Licitación 476143 - SBEN N° 08/2025 - ADQUISICION DE INSUMOS DE HEMODINAMIA PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - MSPBS

Consulta 1 - Plan de entrega:

Consulta	Fecha de Consulta	22-10-2025
Se solicita amablemente a la convocante considerar la extensión del plazo de entrega a 65 días hábiles, en atención al volumen requerido y a que el suministro implica procesos de importación. Esta extensión permitirá cumplir adecuadamente con los plazos necesarios para las gestiones aduaneras, logística internacional y aseguramiento de la calidad, lo que garantizará una entrega integral y conforme a los requerimientos técnicos establecidos. Asimismo, la ampliación fomentará una mayor participación de oferentes, promoviendo así una competencia más equitativa y beneficiosa para la entidad		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 2 - MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	22-10-2025
Muestras: Se solicita a la convocante considerar la presentación de catálogos o fichas técnicas en lugar de muestras físicas, dado que muchos de los insumos requeridos serán provistos mediante importación directa. Esta modalidad de adquisición implica tiempos logísticos que dificultan la entrega oportuna de muestras. La documentación técnica oficial garantiza la veracidad de las especificaciones y permite una evaluación objetiva del cumplimiento con los requisitos solicitados		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
El oferente deberá ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 3 - ITEM 89: STENT

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2025
Se solicita a la Convocante se amplie el rango de medida del stent, Stent autoexpandible periférico 5(+1) x 15 (+5) a fin de dar oportunidad a un mayor numero de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
El oferente deberá ajustarse a la medida solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 4 - ITEM 90: STENT

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2025
Se solicita a la Convocante se amplie el rango de medida del stent, Stent autoexpandible periférico 5(+1) x 15 (+2) a fin de dar oportunidad a un mayor numero de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
El oferente deberá ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 5 - ITEM 91: STENT

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2025
Se solicita a la Convocante se amplie el rango de medida del stent, Stent autoexpandible periférico 5(+1) X 20 a fin de dar oportunidad a un mayor numero de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
El oferente deberá ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 6 - MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2025
Se solicita a la Convocante que para los ítems 89, 90, 91, 96, 97, 98, 99 y 104 sea suficiente la presentación de catálogos, debido al alto costo de estos productos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
El oferente deberá ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 7 - Ítem 2 Set introductor

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2025
Se solicita a convocante confirmar aceptación del Set Introductor de largo útil como mínimo de 10cm y diámetro de guía desde .021" en adelante		
Con lo solicitado a la convocante, se podrá garantizar el cumplimiento a la Ley Nº 4956 de la libre competencia, dando lugar y oportunidad a más oferentes sin afectar la funcionalidad del ítem solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
El oferente deberá ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 8 - Ítem 3 Set introductor

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2025
Se solicita a convocante confirmar aceptación del Set Introductor de largo útil como mínimo de 10cm y diámetro de guía desde .021" en adelante		
Con lo solicitado a la convocante, se podrá garantizar el cumplimiento a la Ley Nº 4956 de la libre competencia, dando lugar y oportunidad a más oferentes sin afectar la funcionalidad del ítem solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
El oferente deberá ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 9 - Ítem 4 Set introductor

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2025
Se solicita a convocante confirmar aceptación del Set Introductor de largo útil como mínimo de 10cm y diámetro de guía desde .021" en adelante		
Con lo solicitado a la convocante, se podrá garantizar el cumplimiento a la Ley Nº 4956 de la libre competencia, dando lugar y oportunidad a más oferentes sin afectar la funcionalidad del ítem solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
El oferente deberá ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 10 - Ítem 5 Set introductor

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2025
Se solicita a convocante confirmar aceptación del Set Introductor de largo útil como mínimo de 10cm y diámetro de guía desde .021" en adelante		
Con lo solicitado a la convocante, se podrá garantizar el cumplimiento a la Ley Nº 4956 de la libre competencia, dando lugar y oportunidad a más oferentes sin afectar la funcionalidad del ítem solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
El oferente deberá ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 11 - Ítem 6 Set introductor

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2025
Se solicita a convocante confirmar aceptación del Set Introductor de largo útil como mínimo de 10cm y diámetro de guía desde .021" en adelante		
Con lo solicitado a la convocante, se podrá garantizar el cumplimiento a la Ley Nº 4956 de la libre competencia, dando lugar y oportunidad a más oferentes sin afectar la funcionalidad del ítem solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
El oferente deberá ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 12 - Ítem 7 Set introductor

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2025
Se solicita a convocante confirmar aceptación del Set Introductor de largo útil como mínimo de 10cm y diámetro de guía desde .021" en adelante		
Con lo solicitado a la convocante, se podrá garantizar el cumplimiento a la Ley Nº 4956 de la libre competencia, dando lugar y oportunidad a más oferentes sin afectar la funcionalidad del ítem solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
El oferente deberá ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 13 - Muestras

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2025
Se solicita a la convocante confirmar aceptar folletos con información sobre la especificación técnica y/o un producto que posea las mismas características a lo solicitado siendo así de una medida diferente teniendo en cuenta el alto costo que poseen los mismos, pudiendo entregar un mismo folleto/muestra valido para varios ítems que se repiten. En caso de ser adjudicados cumplirán las medidas solicitadas según PBC para la entrega correspondiente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
El oferente deberá ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 14 - ITEM 104: VALVULA PULMONAR TRANSCATETER

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2025
Se solicita a la Convocante se pueda cotizar Valvula pulmonar transcater TAMANO 16 y 18		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
El oferente deberá ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 15 - MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2025
DONDE DICE: "Muestras de lo ofertado (Excepto para los ítems 77 al 88, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 104)." CONSULTA: Se solicita respetuosamente a la Entidad Convocante considerar la inclusión de los ítems del 37 al 76 Cateter Balon dentro de las excepciones mencionadas, dado que los mismos corresponden a dispositivos médicos de medidas específicas y de alto costo, cuya evaluación puede realizarse adecuadamente mediante la presentación de catálogos, fichas técnicas o documentación de respaldo emitida por el fabricante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
El oferente deberá ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 16 - Lote 96 cierre de ductos arterioso y Lote 97 - cierre de ductus arterioso persistente (DAP)

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2025
Se le consulta amablemente a la Convocante si puede aclarar la diferencia entre los pacientes a tratar con cada tipo de cierre percutáneo de DUCTUS solicitados en Lote 96 y Lote 97; y si tiene en mente dos tipos de dispositivos diferentes a ser proveídos en cada Lote.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
El oferente deberá ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 17 - Item 44 Cateter Balon

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2025
Donde dice: Catéter balón para valvuloplastia semicomplaciente sobre la guia alambre de 0.014 a 0.035, con hombro corto, con dos marcas radioopacas, cateter de 80cm. de longitud, con introductor compatible con 4 Fr, 5Fr y 6Fr. 8 x 20 mm Consulta: Solicitamos a la convocante aceptar catéteres con una longitud mínima de 70 cm, con introductor compatible de 6 Fr, 8 x 20 mm, teniendo en cuenta que las variaciones solicitadas son mínimas y que las especificaciones actuales corresponden a una marca en particular. Esta modificación permitiría no limitar la participación de potenciales oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
Se solicita ajustarse a las especificaciones técnicas requeridas. Las medidas establecidas son las necesarias para que el insumo sea utilizado en pacientes recién nacidos.		

Consulta 18 - Item 46 Cateter Balon

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2025
Donde dice: Catéter balón para valvuloplastia semicomplaciente sobre la guia alambre de 0.014 a 0.035, con hombro corto, con dos marcas radioopacas, cateter de 80cm. de longitud, con introductor compatible con 4 Fr, 5Fr y 6Fr. 10 x 20 mm. Solicitamos a la convocante aceptar catéteres con una longitud mínima de 70 cm, con introductor compatible de 6 Fr, 10 x 20 mm, teniendo en cuenta que las variaciones solicitadas son mínimas y que las especificaciones actuales corresponden a una marca en particular. Esta modificación permitiría no limitar la participación de potenciales oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
Se solicita ajustarse a las especificaciones técnicas requeridas. Las medidas establecidas son las necesarias para que el insumo sea utilizado en pacientes recién nacidos.		

Consulta 19 - ITEM 33 CATETER ANGIOGRAFICO

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2025
DONDE DICE: "Catéter tipo lazo para extracción de cuerpo extraño u otro material, con el extremo distal de forma circular. Kit 150 cm x 2.3 - 3.0 Fx 0.21 de 3 Fr." CONSULTA: Se solicita respetuosamente a la Entidad Convocante considerar la aceptación de kits con longitud de 150 a 175 cm y diámetro de 2.3 a 4.0 mm, de 3 Fr, teniendo en cuenta que dichas variaciones se encuentran dentro de los rangos funcionales equivalentes y no afectan el desempeño ni la finalidad del dispositivo. Esta consideración permitirá una mayor participación de oferentes y fomentará la libre competencia, conforme a los principios establecidos en la Ley N.º 7021/2022 de Suministro y Contrataciones Públicas.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
El oferente deberá ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 20 - ítem 47 Cateter Balon

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2025
Donde dice: Catéter balón para valvuloplastia semicomplaciente sobre la guia alambre de 0.035, con hombro corto, con dos marcas radioopacas, catéter de 110cm. de longitud, y presión de ruptura de 6 atm. 8 x 30 mm Consulta: Solicitamos a la convocante aceptar catéteres balón con presión nominal mínima de 6 atm, y con introductor compatible de 6 Fr, a fin de no limitar la participación de potenciales oferentes, manteniendo la calidad y funcionalidad requerida para el procedimiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
Se solicita ajustarse a las especificaciones técnicas requeridas. Las medidas establecidas son las necesarias para que el insumo sea utilizado en pacientes recién nacidos.		

Consulta 21 - ITEM 35 CATETER ANGIOGRAFICO

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2025
DONDE DICE: Cateter tipo lazo para extraccion de cuerpo extraño u otro material, con el extremo distal de forma circular. Kit 120 cm x 10 mm de 6F CONSULTA: Se solicita respetuosamente a la Entidad Convocante considerar la aceptación de Cateter tipo lazo para extraccion de cuerpo extraño u otro material, con el extremo distal de forma circular. Kit 120 cm (+/- 5cm) x 10 mm de 4F		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
El oferente deberá ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 22 - ITEM 36 CATETER ANGIOGRAFICO

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2025
DONDE DICE: Cateter tipo lazo para extraccion de cuerpo extraño u otro material, con el extremo distal de forma circular. Kit 120 cm x 10 mm de 6F CONSULTA: Se solicita respetuosamente a la Entidad Convocante considerar la aceptación de Cateter tipo lazo para extraccion de cuerpo extraño u otro material, con el extremo distal de forma circular. Kit 120 cm (+/- 5cm) x 10 mm de 4F		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
El oferente deberá ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 23 - íTEM 49 Cateter Balon

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2025
Donde dice: Catéter balón para valvuloplastia semicomplaciente sobre la guia alambre de 0.035, con hombro corto, con dos marcas radioopacas, cateter de 110cm. de longitud, y presion de ruptura de 6 atm.10 x 30 mm. Consulta: Solicitamos a la convocante aceptar catéteres balón con presión nominal mínima de 6 atm, y con introductor compatible de 6 Fr, a fin de no limitar la participación de potenciales oferentes, manteniendo la calidad y funcionalidad requerida para el procedimiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
Se solicita ajustarse a las especificaciones técnicas requeridas. Las medidas establecidas son las necesarias para que el insumo sea utilizado en pacientes recién nacidos.		

Consulta 24 - Ítem 51 Cateter Balon

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2025
Donde dice: Catéter balón para valvuloplastia semicomplaciente sobre la guia alambre de 0.035, con hombro corto, con dos marcas radioopacas, cateter de 110cm. de longitud, y presión de ruptura de 6 atm. 12 x 40 mm Consulta: Solicitamos a la convocante aceptar catéteres balón con presión nominal mínima de 6 atm, y con introductor compatible de 6 Fr, a fin de no limitar la participación de potenciales oferentes, manteniendo la calidad y funcionalidad requerida para el procedimiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
El oferente deberá ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 25 - Ítem 53 Cateter Balon

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2025
Donde dice: Catéter balón para valvuloplastia semicomplaciente sobre la guia alambre de 0.035, con hombro corto, con dos marcas radioopacas, cateter de 110cm. de longitud, y presion de ruptura de 6 atm. 15 x 30 mm. Consulta: Consulta: Solicitamos a la convocante aceptar catéteres balón con presión de ruptura mínima de 6 atm, a fin de no limitar la participación de potenciales oferentes, manteniendo la calidad y funcionalidad requerida para el procedimiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
Se solicita ajustarse a las especificaciones técnicas requeridas. Las medidas establecidas son las necesarias para que el insumo sea utilizado en pacientes recién nacidos.		

Consulta 26 - ítem 55 Cateter Balon

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2025
Donde dice: Consulta: Solicitamos a la convocante aceptar catéteres balón con presión nominal mínima de 6 atm, y con introductor compatible de 6 Fr, a fin de no limitar la participación de potenciales oferentes, manteniendo la calidad y funcionalidad requerida para el procedimiento. Consulta: Solicitamos a la convocante aceptar Catéter balon con presión de ruptura de como mínimo 6 atm. teniendo en cuenta que la variación solicitada es mínima. Esta modificación permitiría no limitar la participación de potenciales oferentes, manteniendo la calidad y funcionalidad requerida para el procedimiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
Se solicita ajustarse a las especificaciones técnicas requeridas. Las medidas establecidas son las necesarias para que el insumo sea utilizado en pacientes recién nacidos.		

Consulta 27 - ítem 56 Cateter Balon

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2025
Donde dice: Catéter balón para valvuloplastia semicomplaciente sobre la guia alambre de 0.035, con hombro corto, con dos marcas radioopacas, cateter de 110cm. de longitud, y presión de ruptura de 6 atm. 18 x 30 mm Solicitamos a la convocante aceptar catéteres balón con presión de ruptura mínima de 6 atm, y , teniendo en cuenta que la variación solicitada es mínima. Esta modificación permitiría no limitar la participación de potenciales oferentes, manteniendo la calidad y funcionalidad requerida para el procedimiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
Se solicita ajustarse a las especificaciones técnicas requeridas. Las medidas establecidas son las necesarias para que el insumo sea utilizado en pacientes recién nacidos.		

Consulta 28 - Ítem 56 Cateter balon

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2025
Donde dice: Catéter balón para valvuloplastia semicomplaciente sobre la guia alambre de 0.035, con hombro corto, con dos marcas radioopacas, cateter de 110cm. de longitud, y presion de ruptura de 6 atm. 18 x 30 mm Consulta: Solicitamos a la convocante aceptar catéteres balón con presión de ruptura mínima de 6 atm, a fin de no limitar la participación de potenciales oferentes, manteniendo la calidad y funcionalidad requerida para el procedimiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
Se solicita ajustarse a las especificaciones técnicas requeridas. Las medidas establecidas son las necesarias para que el insumo sea utilizado en pacientes recién nacidos.		

Consulta 29 - Ítem 57 Cateter Balon

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2025
Consulta: Solicitamos a la convocante aceptar catéteres balón con presión de ruptura mínima de 6 atm, a fin de no limitar la participación de potenciales oferentes, manteniendo la calidad y funcionalidad requerida para el procedimiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
Se solicita ajustarse a las especificaciones técnicas requeridas. Las medidas establecidas son las necesarias para que el insumo sea utilizado en pacientes recién nacidos.		

Consulta 30 - Ítem 58 Cateter Balon

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2025
Consulta: Solicitamos a la convocante aceptar catéteres balón con presión de ruptura mínima de 6 atm, a fin de no limitar la participación de potenciales oferentes, manteniendo la calidad y funcionalidad requerida para el procedimiento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
Se solicita ajustarse a las especificaciones técnicas requeridas. Las medidas establecidas son las necesarias para que el insumo sea utilizado en pacientes recién nacidos.		

Consulta 31 - ITEM 57 CATETER BALON

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2025
DONDE DICE: Cateter Balon no complaciente , sobre la guia alambre de 0.035, con dos marcas radioopacas, con hombro corto, cateter de 110cm de longitud, presion de ruptura de 15 atm. 12 x 40 mm. CONSULTA: Se solicita respetuosamente a la Entidad Convocante considerar la aceptación de Cateter Balon no complaciente , sobre la guia alambre de 0.035, con dos marcas radioopacas, con hombro corto, cateter de 110cm de longitud, presion de ruptura de como máximo 15 atm. 12 x 40 mm (+/- 20mm).		
Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
Se solicita ajustarse a las especificaciones técnicas requeridas. Las medidas establecidas son las necesarias para que el insumo sea utilizado en pacientes recién nacidos.		

Consulta 32 - ITEM 68 CATETER BALON

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2025
DONDE DICE: Cateter Balon no complaciente , sobre la guia alambre de 0.035, con dos marcas radioopacas, con hombro corto, cateter de 110cm de longitud, presion de ruptura de 15 atm. 15 x 40 mm. CONSULTA: Se solicita respetuosamente a la Entidad Convocante considerar la aceptación de Cateter Balon no complaciente , sobre la guia alambre de 0.035, con dos marcas radioopacas, con hombro corto, cateter de 110cm de longitud, presion de ruptura de como maximo 15 atm. 15 x 40 mm. (+/-20mm)		
Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
Se solicita ajustarse a las especificaciones técnicas requeridas. Las medidas establecidas son las necesarias para que el insumo sea utilizado en pacientes recién nacidos.		

Consulta 33 - ítem 72 Cateter balon

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2025
donde dice: Cateter Balon no complaciente , sobre la guia alambre de 0.035, con dos marcas radioopacas, con hombro corto, cateter de 110cm de longitud, presion de ruptura de 15 atm. 20 x 40 mm. Consulta: solicitamos a la convocante aceptar Cateter Balon no complaciente con presion de ruptura como maximo hasta 15 atm, para no limitar la participación de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
Se solicita ajustarse a las especificaciones técnicas requeridas. Las medidas establecidas son las necesarias para que el insumo sea utilizado en pacientes recién nacidos.		

Consulta 34 - ITEM 70 CATETER BALON

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2025
DONDE DICE: Cateter Balon no complaciente , sobre la guia alambre de 0.035, con dos marcas radioopacas, con hombro corto, cateter de 110cm de longitud, presion de ruptura de 15 atm. 18 x 30 mm. CONSULTA: Se solicita respetuosamente a la Entidad Convocante considerar la aceptación de Cateter Balon no complaciente , sobre la guia alambre de 0.035, con dos marcas radioopacas, con hombro corto, cateter de 110cm de longitud, presion de ruptura de como maximo 15 atm. 18 x 30 mm		
Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
Se solicita ajustarse a las especificaciones técnicas requeridas. Las medidas establecidas son las necesarias para que el insumo sea utilizado en pacientes recién nacidos.		

Consulta 35 - 71 Cateter balon

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2025
Solcitamos a la convocante aceptar Cateter Balon no complaciente , con presion de ruptura como maximo de hasta 15 atm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
Se solicita ajustarse a las especificaciones técnicas requeridas. Las medidas establecidas son las necesarias para que el insumo sea utilizado en pacientes recién nacidos.		

Consulta 36 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2025
donde dice: Plazos de emisión de Órdenes de Compra: La 1ra orden de compra deberá ser emitida dentro de los 15 (quince) días corridos posteriores a la firma del contrato. Llevando en cuenta que todos los items solicitados son importados, sugerimos a la convocante ampliar el plazo de entrega a 30dias		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2025
El oferente deberá ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 37 - ITEM 44 CATETER BALON

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2025
DONDE DICE: Catéter balón para valvuloplastia semicomplaciente sobre la guia alambre de 0.014 a 0.035, con hombro corto, con dos marcas radioopacas, cateter de 80cm. de longitud, con introductor compatible con 4 Fr, 5Fr y 6Fr. 8 x 20 mm CONSULTA: Consultamos respetuosamente aceptar Catéter balón para valvuloplastia semicomplaciente sobre la guia alambre de 0.014 a 0.035, con hombro corto, con dos marcas radioopacas, cateter de 80cm (+/- 10cm). de longitud, con introductor compatible con 4 Fr, 5Fr y 6Fr. 8 x 20 mm		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2025
Ya se ha respondido a la consulta 17. Se solicita ajustarse a las especificaciones técnicas requeridas. Las medidas establecidas son las necesarias para que el insumo sea utilizado en pacientes recién nacidos.		

Consulta 38 - ITEM 46 CATETER BALON

Consulta	Fecha de Consulta	07-11-2025
DONDE DICE: Catéter balón para valvuloplastia semicomplaciente sobre la guia alambre de 0.014 a 0.035, con hombro corto, con dos marcas radioopacas, cateter de 80cm. de longitud, con introductor compatible con 4 Fr, 5Fr y 6Fr. 10 x 20 mm. CONSULTA: Se consulta respetuosamente a la convocante aceptar Catéter balón para valvuloplastia semicomplaciente sobre la guia alambre de 0.014 a 0.035, con hombro corto, con dos marcas radioopacas, cateter de 80cm (+/- 10cm). de longitud, con introductor compatible con 4 Fr, 5Fr y 6Fr. 10 x 20 mm.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2025
Ya se ha respondido a la consulta 18. Se solicita ajustarse a las especificaciones técnicas requeridas. Las medidas establecidas son las necesarias para que el insumo sea utilizado en pacientes recién nacidos.		

Consulta 39 - ITEM 2 SET DE INTRODUTOR

Consulta	Fecha de Consulta	11-11-2025
DONDE DICE: Introdutor Radial de 5 Fr. Largo útil como mínimo 10 cm y diámetro de guía 0.018. CONSULTA: Respetuosamente solicitamos a la Entidad Convocante considerar se acepte también Introdutor Radial de 5 Fr. Largo útil como mínimo 10 cm y diámetro de guía como minimo de 0.018.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2025
Ya se ha respondido a la consulta 7. Se solicita ajustarse a la última versión del PBC		

Consulta 40 - Item 44 Cateter Balon

Consulta	Fecha de Consulta	11-11-2025
Donde dice: Catéter balón para valvuloplastia semicomplaciente sobre la guia alambre de 0.014 a 0.035, con hombro corto, con dos marcas radioopacas, cateter de 80cm. de longitud, con introductor compatible con 4 Fr, 5Fr y 6Fr. 8 x 20 mm Consulta: Solicitamos a la convocante aceptar catéter balón sobre alambre guía de 0.014 o 0.035" y catéter de 80 cm $\pm$ 10 cm, con introductor compatible con 4 Fr o 5 Fr o 6 Fr. La modificación propuesta no altera la funcionalidad ni el desempeño del dispositivo, pero amplía la participación de potenciales oferentes y permite la oferta de productos técnicamente equivalentes disponibles en el mercado, evitando restricciones innecesarias a la competencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2025
Ya se ha respondido a la consulta 17. Se solicita ajustarse a las especificaciones técnicas requeridas. Las medidas establecidas son las necesarias para que el insumo sea utilizado en pacientes recién nacidos.		

Consulta 41 - Lote 46 Cateter Balon

Consulta	Fecha de Consulta	11-11-2025
Donde dice: Catéter balón para valvuloplastia semicomplaciente sobre la guia alambre de 0.014 a 0.035, con hombro corto, con dos marcas radioopacas, cateter de 80cm. de longitud, con introductor compatible con 4 Fr, 5Fr y 6Fr. 10 x 20 mm. Consulta: Solicitamos a la convocante aceptar catéter balón con presión de ruptura entre 6 y 12 atm. El rango propuesto se encuentra dentro de los valores técnicos habituales para balones semicomplacientes utilizados en valvuloplastia. Esta modificación no altera el desempeño ni la seguridad del producto, y permite ampliar la participación de oferentes con dispositivos equivalentes disponibles en el mercado, evitando limitar la competencia sin fundamento técnico.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2025
Ya se ha respondido a la consulta 18. Se solicita ajustarse a las especificaciones técnicas requeridas. Las medidas establecidas son las necesarias para que el insumo sea utilizado en pacientes recién nacidos.		

Consulta 42 - Ítem 49 Cateter Balon

Consulta	Fecha de Consulta	12-11-2025
Donde mencina: Catéter balón para valvuloplastia semicomplaciente sobre la guia alambre de 0.035, con hombro corto, con dos marcas radioopacas, cateter de 110cm. de longitud, y presion de ruptura de 6 atm.10 x 30 mm. Consulta: Solicitamos a la convocante considerar la posibilidad de ampliar la especificación de la presión de ruptura del catéter balón, permitiendo ofertar dispositivos con presión de ruptura de hasta 12 atm, en lugar de limitarla exclusivamente a 6 atm. La presión de ruptura no afecta la funcionalidad ni la seguridad del procedimiento, siempre que el balón sea semicomplaciente y cumpla con las dimensiones y características técnicas establecidas (10 x 30 mm, guía 0.035, hombro corto, marcas radioopacas, longitud 110 cm).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2025
Ya se ha respondido a la consulta 23. Se solicita ajustarse a las especificaciones técnicas requeridas. Las medidas establecidas son las necesarias para que el insumo sea utilizado en pacientes recién nacidos.		

Consulta 43 - Ítem 50 Catéter Balón

Consulta	Fecha de Consulta	12-11-2025
Donde Dice: Catéter balón para valvuloplastia semicomplaciente sobre la guía alambre de 0.035, con hombro corto, con dos marcas radioopacas, catéter de 110 cm de longitud, y presión de ruptura de 6 atm. 12 x 30 mm. Consulta: Solicitamos a la convocante considerar la posibilidad de ampliar las especificaciones técnicas permitiendo ofertar: Catéter balón compatible con alambre guía de 0.035" y/o 0.038", y Presión de ruptura de 6 atm y/o 12 atm, con el fin de no restringir la participación de potenciales oferentes y promover una mayor concurrencia y competitividad en el proceso. Las variantes propuestas mantienen las mismas características de desempeño, seguridad y compatibilidad con los procedimientos de valvuloplastia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2025
El Oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC. Se aclara que la guía 0,038 aumenta el perfil del balón por lo cual dificulta para el uso pediátrico.		

Consulta 44 - Ítem 51 Cateter Balon

Consulta	Fecha de Consulta	12-11-2025
Donde dice: Catéter balón para valvuloplastia semicomplaciente sobre la guía alambre de 0.035, con hombro corto, con dos marcas radiopacas, catéter de 110cm. de longitud, y presión de ruptura de como mínimo 6 atm. 12 x 40 mm y con introductor compatible de 6 Fr Consulta: Solicitamos a la convocante aceptar catéter balón con presión de ruptura de 6 atm y/o 12 atm, compatible con introductor de 6 Fr y/o 7 Fr, con el fin de no limitar la participación de potenciales oferentes y fomentar la libre competencia. Las variantes propuestas mantienen las mismas características de desempeño, seguridad y compatibilidad con los procedimientos de valvuloplastia		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2025
Ya se ha respondido a la consulta 24. Se solicita ajustarse a la última versión del PBC.		

Consulta 45 - ítem 53 Cateter Balon

Consulta	Fecha de Consulta	12-11-2025
Donde dice: Catéter balón para valvuloplastia semicomplaciente sobre la guia alambre de 0.035, con hombro corto, con dos marcas radioopacas, cateter de 110cm. de longitud, y presion de ruptura de 6 atm. 15 x 30 mm. Consulta: Solicitamos a la convocante considerar la posibilidad de ampliar las especificaciones técnicas permitiendo ofertar: Catéter balón compatible con alambre guía de 0.035" y/o 0.038", y Presión de ruptura de 6 atm y/o 8 atm, con el fin de no restringir la participación de potenciales oferentes y promover una mayor concurrencia y competitividad en el proceso. Las variantes propuestas mantienen las mismas características de desempeño, seguridad y compatibilidad con los procedimientos de valvuloplastia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2025
Ya se ha respondido a la consulta 25. Se solicita ajustarse a las especificaciones técnicas requeridas. Las medidas establecidas son las necesarias para que el insumo sea utilizado en pacientes recién nacidos.		

Consulta 46 - Ítem 55 Cateter balon

Consulta	Fecha de Consulta	12-11-2025
Donde dice: Catéter balón para valvuloplastia semicomplaciente sobre la guia alambre de 0.035, con hombro corto, con dos marcas radioopacas, cateter de 110cm. de longitud, y presion de ruptura de 6 atm. 16 x 40 mm Consulta: Solicitamos a la convocante considerar la posibilidad de ampliar las especificaciones técnicas permitiendo ofertar: Catéter balón compatible con alambre guía de 0.035" y/o 0.038", y Presión de ruptura de 6 atm y/o 8 atm, con el fin de no restringir la participación de potenciales oferentes y promover una mayor concurrencia y competitividad en el proceso. Las variantes propuestas mantienen las mismas características de desempeño, seguridad y compatibilidad con los procedimientos de valvuloplastia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2025
Ya se ha respondido a la consulta 26. Se solicita ajustarse a las especificaciones técnicas requeridas. Las medidas establecidas son las necesarias para que el insumo sea utilizado en pacientes recién nacidos.		

Consulta 47 - Ítem 56 Cateter Balon

Consulta	Fecha de Consulta	12-11-2025
Donde dice: Catéter balón para valvuloplastia semicomplaciente sobre la guia alambre de 0.035, con hombro corto, con dos marcas radioopacas cateter de 110cm. de longitud, y presion de ruptura de 6 atm. 18 x 30 mm Consulta: Solicitamos a la convocante considerar la posibilidad de ampliar las especificaciones técnicas permitiendo ofertar: Catéter balón compatible con alambre guía de 0.035" y/o 0.038", y Presión de ruptura de 6 atm y/o 7 atm, con el fin de no restringir la participación de potenciales oferentes y promover una mayor concurrencia y competitividad en el proceso. Las variantes propuestas mantienen las mismas características de desempeño, seguridad y compatibilidad con los procedimientos de valvuloplastia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2025
Ya se ha respondido a las consultas 27 y 28. Se solicita ajustarse a las especificaciones técnicas requeridas. Las medidas establecidas son las necesarias para que el insumo sea utilizado en pacientes recién nacidos.		

Consulta 48 - Plan de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	12-11-2025
Sugerimos a la convocante ampliar el plazo de entrega a 30 días posteriores a la recepción de orden de compra, teniendo en cuenta que todos los ítems solicitados son importados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2025
Ya se ha respondido a la consulta 36. Se solicita ajustarse a la última versión del PBC.		

Consulta 49 - Ítem 56 Cateter Balon

Consulta	Fecha de Consulta	12-11-2025
Donde dice: Catéter balón para valvuloplastia semicomplaciente sobre la guía alambre de 0.035, con hombro corto, con dos marcas radioopacas, cateter de 110cm. de longitud, y presión de ruptura de 6 atm. 18 x 30 mm Solicitamos a la convocante considerar la posibilidad de ampliar las especificaciones técnicas permitiendo ofertar: Catéter balón compatible con alambre guía de 0.035" y/o 0.038", y Presión de ruptura de 6 atm y/o 7 atm, con el fin de no restringir la participación de potenciales oferentes y promover una mayor concurrencia y competitividad en el proceso. Las variantes propuestas mantienen las mismas características de desempeño, seguridad y compatibilidad con los procedimientos de valvuloplastia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2025
Ya se ha respondido a las consultas 27 y 28. Se solicita ajustarse a las especificaciones técnicas requeridas. Las medidas establecidas son las necesarias para que el insumo sea utilizado en pacientes recién nacidos.		

Consulta 50 - Ítem 57 Cateter Balon

Consulta	Fecha de Consulta	12-11-2025
Donde dice: Catéter balón para valvuloplastia semicomplaciente sobre la guía alambre de 0.035, con hombro corto, con dos marcas radioopacas, cateter de 110cm. de longitud, y presión de ruptura de 6 atm. 18 x 40 mm Consulta: Solicitamos a la convocante considerar la posibilidad de ampliar las especificaciones técnicas permitiendo ofertar: Catéter balón compatible con alambre guía de 0.035" y/o 0.038", y Presión de ruptura de 6 atm y/o 7 atm, con el fin de no restringir la participación de potenciales oferentes y promover una mayor concurrencia y competitividad en el proceso. Las variantes propuestas mantienen las mismas características de desempeño, seguridad y compatibilidad con los procedimientos de valvuloplastia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2025
Ya se ha respondido a las consultas 29 y 31. Se solicita ajustarse a las especificaciones técnicas requeridas. Las medidas establecidas son las necesarias para que el insumo sea utilizado en pacientes recién nacidos.		

Consulta 51 - Ítem 58 Cateter Balon

Consulta	Fecha de Consulta	12-11-2025
Donde dice: Catéter balón para valvuloplastia semicomplaciente sobre la guia alambre de 0.035, con hombro corto, con dos marcas radioopacas, cateter de 110cm. de longitud, y presion de ruptura de 6 atm. 15 x 40 mm Consulta: Catéter balón compatible con alambre guía de 0.035" y/o 0.038", y Presión de ruptura de 6 atm y/o 8 atm, con el fin de no restringir la participación de potenciales oferentes y promover una mayor concurrencia y competitividad en el proceso. Las variantes propuestas mantienen las mismas características de desempeño, seguridad y compatibilidad con los procedimientos de valvuloplastia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2025
Ya se ha respondido a la consulta 30. Se solicita ajustarse a las especificaciones técnicas requeridas. Las medidas establecidas son las necesarias para que el insumo sea utilizado en pacientes recién nacidos.		

Consulta 52 - Ítem 59 Cateter Balon

Consulta	Fecha de Consulta	12-11-2025
Donde dice: Catéter balón para valvuloplastia semicomplaciente sobre la guia alambre de 0.035, con hombro corto, con dos marcas radioopacas, cateter de 110cm. de longitud, y presion de ruptura de 6 atm. 20 x 40 mm Consulta: Catéter balón compatible con alambre guía de 0.035" y/o 0.038", y Presión de ruptura de 6 atm y/o 8 atm, con el fin de no restringir la participación de potenciales oferentes y promover una mayor concurrencia y competitividad en el proceso. Las variantes propuestas mantienen las mismas características de desempeño, seguridad y compatibilidad con los procedimientos de valvuloplastia		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2025
El Oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC. Se aclara que la guía 0,038 aumenta el perfil del balón por lo cual dificulta para el uso pediátrico.		

Consulta 53 - Ítem 61 Cateter Balon

Consulta	Fecha de Consulta	12-11-2025
Donde dice: Catéter balón para valvuloplastia semicomplaciente sobre la guia alambre de 0.035, con hombro corto, con dos marcas radioopacas, cateter de 110cm. de longitud, y presion de ruptura de 6 atm. 23 x 40 mm. Consulta: solicitamos a la convocante aceptar Catéter balón compatible con alambre guía de 0.035" y/o 0.038", y Presión de ruptura de 5.5 atm y/o 6 atm, con el fin de no restringir la participación de potenciales oferentes y promover una mayor concurrencia y competitividad en el proceso. Las variantes propuestas mantienen las mismas características de desempeño, seguridad y compatibilidad con los procedimientos de valvuloplastia		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2025
El Oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC. Se aclara que la guía 0,038 aumenta el perfil del balón por lo cual dificulta para el uso pediátrico.		

Consulta 54 - Ítem 59 Cateter Balon

Consulta	Fecha de Consulta	12-11-2025
Donde dice: Catéter balón para valvuloplastia semicomplaciente sobre la guia alambre de 0.035, con hombro corto, con dos marcas radioopacas, cateter de 110cm. de longitud, y presion de ruptura de 6 atm. 20 x 40 mm Consulta: solicitamos a la convocante aceptar Catéter balón compatible con alambre guía de 0.035" y/o 0.038", y Presión de ruptura de 6 atm y/o 8 atm, con el fin de no restringir la participación de potenciales oferentes y promover una mayor concurrencia y competitividad en el proceso. Las variantes propuestas mantienen las mismas características de desempeño, seguridad y compatibilidad con los procedimientos de valvuloplastia		
Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2025
El Oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC. Se aclara que la guía 0,038 aumenta el perfil del balón por lo cual dificulta para el uso pediátrico.		

Consulta 55 - Ítem 58 Cateter Balon

Consulta	Fecha de Consulta	12-11-2025
Donde dice: Catéter balón para valvuloplastia semicomplaciente sobre la guia alambre de 0.035, con hombro corto, con dos marcas radioopacas, cateter de 110cm. de longitud, y presion de ruptura de 6 atm. 15 x 40 mm Consulta: Solicitamos a la convocante aceptar Catéter balón compatible con alambre guía de 0.035" y/o 0.038", y Presión de ruptura de 6 atm y/o 8 atm, con el fin de no restringir la participación de potenciales oferentes y promover una mayor concurrencia y competitividad en el proceso. Las variantes propuestas mantienen las mismas características de desempeño, seguridad y compatibilidad con los procedimientos de valvuloplastia.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2025
Ya se ha respondido a la consulta 30. Se solicita ajustarse a las especificaciones técnicas requeridas. Las medidas establecidas son las necesarias para que el insumo sea utilizado en pacientes recién nacidos.		

Consulta 56 - Ítem 63 Cateter Balon

Consulta	Fecha de Consulta	12-11-2025
Donde dice: Catéter balón para valvuloplastia semicomplaciente sobre la guia alambre de 0.035, con hombro corto, con dos marcas radioopacas, cateter de 110cm. de longitud, y presion de ruptura de 6 atm. 25 x 30 mm Consulta: Solicitamos a la convocante aceptar cateter balon 25 x 40mm , alambre guía 0.035 y/o 0.038" presión de roptura de de 5.5 y/o 6atm.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2025
El Oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC.		

Consulta 57 - ITEM 2 - Set introductor

Consulta	Fecha de Consulta	13-11-2025
Se solicita a la convocante aclarar si el diámetro de guía es 0,018 como mínimo, tomando de referencia los siguientes ítems de Introdutores. Actualizando de la siguiente manera: " Introdutor Radial de 5 Fr. Largo útil como mínimo 10 cm y diámetro de guía como mínimo 0.018 " Con lo solicitado velamos que la oferente reciba las cotizaciones y productos acordes a las necesidades del servicio y dando oportunidades a mayores oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	24-11-2025
Ya se ha respondido a la consulta 7. Se solicita ajustarse a la última versión del PBC.		