

Consultas Realizadas

Licitación 467036 - Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de Laboratorios de PETROPAR

Consulta 1 - ERROR EN LA PLANILLA DE PRECIOS

Consulta	Fecha de Consulta	22-10-2025
LOS ITEMS DEL LOTE 4 FALTAN, ESTAN COLOCADOS LOS DEL LOTE 5. ES DECIR, ESTAN REPETIDOS LOS ITEMS DEL LOTE 5 EN EL LOTE 4.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-10-2025
Será modificado a través de la Adenda 01.		

Consulta 2 - PLAZO DE ENTREGA - LOTE 15

Consulta	Fecha de Consulta	23-10-2025
Se solicita a la convocante ampliar el plazo de culminación del servicio a al menos 60 días. El mismo obedece a que los repuestos requeridos requieren de importación y desde fábrica, con sus respectivos plazos de producción, tránsito y despacho, que deberán sumarse al plazo de las adecuaciones necesarias y el trabajo de mantenimiento en sí de los técnicos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	31-10-2025
Se solicita mantener el plazo de culminación del servicio a los 30 días corridos desde la recepción de la orden de servicio, esto se debe a las necesidades urgentes de mantenimientos correctivos que podrían presentarse durante la duración del Contrato y a la alta operatividad que se tiene en el Laboratorio de Control de Calidad.		