

## Consultas Realizadas

# Licitación 478211 - LPN N° 10/2026 - ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN JORGE - MSPBS

### Consulta 1 - Lote 1 - Equipo de Quimica Clinica e Inmunologia - Especificaciones técnicas adicionales

Consulta	Fecha de Consulta	12-03-2026
Se solicita a la Convocante considerar la participación de oferentes que disponen de equipos de Química Clínica e Inmunología de forma independiente, cumpliendo con los requerimientos de rendimiento y operación establecidos en el PBC. Este criterio ya ha sido contemplado en otros procesos licitatorios de hospitales especializados; por ejemplo, en la LPN N° 13/2026 ID 478953 para el Hospital Psiquiátrico, donde se realiza la solicitud de equipos para Química Clínica e Inmunología por separado, permitiendo así una mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-03-2026
Ajustarse al PBC. Las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas, verificadas y elaboradas en función de las necesidades del laboratorio. Las EETT son abiertas y pueden participar varios oferentes, cumpliendo así con los principios de igualdad y libre competencia.		

### Consulta 2 - CONSTANCIA DE BUEN SERVICIO SATISFACTORIO CONTRACTUAL

Consulta	Fecha de Consulta	13-03-2026
• Sugerimos a la convocante incluir una Constancia de ejecución contractual de Servicio satisfactorio en los Requisitos Documentales del PBC, en el cual conste el buen desempeño del proveedor adjudicado en lo que respecta a capacitaciones, asistencias efectivas en tiempo y en forma. De manera a que el Proveedor que se encuentre en ese momento en el servicio pueda volver a estar habilitado a participar en el siguiente llamado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-03-2026
Ajustarse al PBC. Se evaluarán las posibilidades de agregar dicho requerimiento.		

### Consulta 3 - Lote 1, ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	16-03-2026
Se solicita amablemente a la convocante aclarar la cantidad de tubos solicitados para la fase preanalítica, si se requiere en misma cantidad para pacientes pediátricos y adultos o cual sería la proporción de pacientes adultos/pediátricos solicitados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-03-2026
Ajustarse al PBC. Las cantidades aproximadas serán solicitadas por la jefatura de acuerdo a demanda de población de pacientes.		

## Consulta 4 - Lote 1. Ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	16-03-2026
Lote 1. Ítem 1: Se solicita a la convocante aclarar la cantidad de ítems solicitados respecto a los equipos para los cuales el proveedor deberá entregar los equipos informáticos para el cumplimiento como: computadoras para estaciones de trabajo, lector de códigos de barra, impresoras con los insumos asociados como papel, tóner, etiquetas adhesivas, según cantidad de determinaciones adjudicadas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-03-2026
Ajustarse al PBC. Se aclara que se debe proveer 1 (una) computadora por cada equipo en comodato a entregar. Además 2 (dos) computadoras para sala de trabajo (para impresión de protocolo/planilla de trabajo) 3 (tres) computadoras para impresión carga, agendamiento y resultados de pacientes, en la recepción.		

## Consulta 5 - Lote 1, ítem 2:

Consulta	Fecha de Consulta	16-03-2026
Se solicita respetuosamente a la convocante admitir la oferta de un contador hematológico que disponga de la capacidad de generar gráficos tridimensionales para el análisis óptico de glóbulos blancos (diferencial leucocitario), glóbulos blancos nucleados (NRBC y basófilos), incluidos los reticulocitos. Esta funcionalidad asegura un reporte completo y confiable para estudios de rutina, capaz de alertar o inducir a la detección temprana de patologías que requieran mayores estudios complementarios. Al mismo tiempo, no representa un sobrecosto adicional para el servicio, dado que la tecnología estaría integrada en el equipo ofertado y respondería plenamente a los criterios técnicos establecidos en el pliego sin comprometer la libre competencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-03-2026
Ajustarse al PBC. Las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas, verificadas y elaboradas en función de las necesidades del Laboratorio.		

## Consulta 6 - Lote 1, ítem 13 y 14:

Consulta	Fecha de Consulta	16-03-2026
Se solicita amablemente a la convocante aclarar el orden de determinaciones en el PBC (bilirrubina total y directa, ó, directa y total).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-03-2026
Ajustarse al PBC. Se aclara que el ítem 13 corresponde a Bilirrubina Total y el ítem 14 a la Bilirrubina Directa.		

## Consulta 7 - Lote 1, ítem 28 y 29:

Consulta	Fecha de Consulta	16-03-2026
Se solicita amablemente a la convocante aclarar el orden de determinaciones en el PBC (PAS total y libre, ó, libre y total).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-03-2026
Ajustarse al PBC. Se aclara que el ítem 28 corresponde a PSA Total y el ítem 29 a la PSA Libre.		

## Consulta 8 - Lote 1, ítem 41 al 44:

Consulta	Fecha de Consulta	16-03-2026
Se solicita amablemente a la convocante admitir la oferta de un equipo que combine métodos: coagulométricos, cromogénicos y turbidimétricos.		

### Consulta 9 - Lote 1, ítem 41 al 44:

Consulta	Fecha de Consulta	16-03-2026
Se solicita amablemente a la convocante admitir un equipo con metodología de densidad óptica (fotométrico), Inmunoturbidimétrico, cromogénico.		

### Consulta 10 - Lote 1, ítem 41 al 44:

Consulta	Fecha de Consulta	16-03-2026
Se solicita amablemente a la convocante aclarar la cantidad de tubos solicitados para la fase preanalítica, si se requiere en misma cantidad para		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-03-2026
Ajustarse al PBC. Las cantidades aproximadas serán solicitadas por la jefatura de acuerdo a demanda de población de pacientes.		

### Consulta 11 - Lote 1, ítem 41 al 44:

Consulta	Fecha de Consulta	16-03-2026
Se solicita amablemente a la convocante aclarar la cantidad de tubos solicitados para la fase preanalítica, si se requiere en misma cantidad para pacientes pediátricos y adultos o cual sería la proporción de pacientes adultos/pediátricos solicitados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-03-2026
Ajustarse al PBC. Las cantidades aproximadas serán solicitadas por la jefatura de acuerdo a demanda de población de pacientes.		

### Consulta 12 - Lote 3. Item 3 al 40

Consulta	Fecha de Consulta	16-03-2026
Se solicita amablemente a la convocante admitir la oferta de un equipo de química e inmunología por separado. Teniendo en cuenta que se puede cumplir con las velocidades y características técnicas solicitadas igualmente y supondría una ventaja operativa para el usuario, así como de la priorización de procesamiento de muestras.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-03-2026
Ajustarse al PBC. Las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas, verificadas y elaboradas en función de las necesidades del Laboratorio		

### Consulta 13 - Lote 4, ítem 1:

Consulta	Fecha de Consulta	16-03-2026
Se solicita amablemente a la convocante considerar la admisión de un equipo con un peso superior a 1 kg, atendiendo que el mismo conserva su carácter portátil, realiza las determinaciones solicitadas en las especificaciones y cumple con el volumen de aspiración establecido en las especificaciones solicitadas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-03-2026
Ajustarse al PBC. Las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas, verificadas y elaboradas en función de las necesidades del Hospital San Jorge.		

## Consulta 14 - Lote 4, ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	16-03-2026
Se solicita amablemente a la convocante admitir un equipo con los siguientes parámetros: sodio, potasio, calcio iónico, glucosa, hematocrito, PH, PCO2, PO2, TCO2, HCO3, EXCESO DE BASE (BE), SO2 como mínimo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-03-2026
Ajustarse al PBC. Las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas, verificadas y elaboradas en función de las necesidades del Hospital San Jorge.		

## Consulta 15 - Lote 4. Ítem 1:

Consulta	Fecha de Consulta	16-03-2026
Se solicita a la convocante aclarar a que se estaría refiriendo con PRUEBA DE DIAGNOSTICO IN VITRO para el cartucho para analizador de sangre.		

## Consulta 16 - Lote 4, ítem 1:

Consulta	Fecha de Consulta	16-03-2026
Se solicita amablemente a la convocante especificar cual sería la finalidad de la solicitud de ECMO con heparina de dosis alta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-03-2026
Ajustarse al PBC. Se trata de una aclaración que explica el uso de la prueba en el seguimiento de pacientes sometidos a circulación extracorpórea y ECMO con heparina de dosis alta.		

## Consulta 17 - lote 4 ítem1

Consulta	Fecha de Consulta	17-03-2026
Lote 4 ítem 1 Solicita: Sistema de análisis portátil de tiempo de coagulación activada de no mas de 800 G. Consulta: esta correcto solicite para este lote "tiempo de coagulación activada?", favor verificar si esta repitiendo las EETT del lote 3		