

## Consultas Realizadas

# Licitación 479431 - LPN N° 16/2026 - ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL CENTRO NACIONAL DE QUEMADURAS Y CIRUGIAS RECONSTRUCTIVAS (CENQUER) - MSPYBS

### Consulta 1 - LOTE 1\_Equipo de Química Clínica e Inmunología

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha de Consulta | 16-06-2026 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Con respecto a las especificaciones técnicas de los equipos solicitados en comodato (Equipo de Química Clínica e Inmunología), el pliego requiere que todos los reactivos, controles y calibradores sean de la misma marca.</p> <p>Al respecto, se solicita a la convocante aclarar si, con el fin de fomentar la mayor participación de oferentes y garantizar la cobertura del 100% de las determinaciones solicitadas, se aceptará la inclusión de un equipo analítico secundario de soporte o respaldo (en comodato) en caso de que alguna determinación de baja rotación o muy específica no esté disponible en la plataforma del equipo integrado principal.</p> <p>Asimismo, se solicita confirmar si, para dicho equipo de soporte, se aceptarán reactivos y consumibles de una marca distinta a la del equipo principal, siempre y cuando cumplan con todas las certificaciones de calidad y registros sanitarios vigentes.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha de Respuesta | 06-07-2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Ajustarse al PBC. En virtud de la capacidad instalada existente, las condiciones de espacio físico adecuado, la cantidad de recursos humanos disponibles y la necesidad de optimizar recursos institucionales, se considera técnicamente que el laboratorio puede operar solo con los equipos principales.</p> |                    |            |

### Consulta 2 - lote N°01 \_ Equipo de Inmunología

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de Consulta | 16-06-2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Con relación a las especificaciones técnicas del Equipo de Inmunología, específicamente donde se solicita: “Las puntas de pipetas del equipo deberán ser descartables para eliminar la contaminación por arrastre. Recipiente de desechos sólidos (puntas de pipeta, cubetas, etc.) ...”.</p> <p>Al respecto, solicitamos a la convocante la autorización para presentar sistemas analíticos automatizados de última generación que no utilicen puntas de pipeta descartables, sino que empleen agujas de muestreo de alta precisión con sistemas de lavado automatizado de alta eficiencia (interno y externo). Esta tecnología alternativa garantiza niveles de arrastre (carry-over) técnicamente nulos (equivalentes a 0.1 ppm o menor), cumpliendo idéntica y eficazmente con la finalidad de eliminar la contaminación cruzada, optimizando además los costos operativos y reduciendo la generación de residuos biológicos sólidos en el laboratorio.</p> |                   |            |

| Respuesta                                     | Fecha de Respuesta | 06-07-2026 |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>ADECUARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC.</p> |                    |            |

## Consulta 3 - LOTE N 01 \_ GASOMETRO

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Consulta | 16-06-2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>LOTE 1</p> <p>Con relación a la conformación del Lote 1, el cual incluye de manera conjunta equipos de Química, Inmunología, Hematología, Coagulación y el Equipo de Gases y Electrólitos (Gasómetro), solicitamos amablemente a la convocante considerar la separación del Equipo de Gases y Electrólitos en un lote independiente.</p> <p>La tecnología de gasometría y electrolitos críticos posee una dinámica operativa, de mantenimiento y de consumibles (cartuchos/reactivos) muy distinta y especializada en comparación con las áreas de química o hematología. Al unificar todas estas líneas analíticas en un único Lote, se limita la participación de empresas paraguayas especializadas que cuentan con excelentes propuestas de alta gama para gasometría, pero no para las demás áreas, o viceversa; restringiendo así la libre competencia.</p> <p>En salvaguarda de los principios de libre concurrencia, igualdad y economía establecidos en la legislación de contrataciones públicas, y con el objetivo de que la institución acceda a una mayor diversidad de ofertas y precios más competitivos</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Respuesta | 06-07-2026 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Ajustarse al PBC. Se aclara que la agrupación del lote no tiene por finalidad restringir la participación, sino garantizar la operatividad integral del laboratorio, la interoperabilidad de los sistemas, la gestión más eficiente del servicio y la simplificación de los procesos administrativos y contractuales conforme al principio de eficiencia administrativa.</p> |                    |            |

## Consulta 4 - Lote 1 – Equipo para Electrolitos y Gasometría

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de Consulta | 23-06-2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>En las especificaciones técnicas se solicita la determinación de los parámetros pH y H+.</p> <p>Al respecto, solicitamos amablemente a la convocante confirmar si el requisito correspondiente al parámetro H+ podrá considerarse cumplido mediante la determinación directa de pH realizada por el equipo. Técnicamente, la concentración de hidrogeniones H+ corresponde a un valor matemáticamente derivado del pH, calculado mediante la relación logarítmica correspondiente, y no constituye habitualmente una determinación analítica independiente en los analizadores clínicos. Esta aclaración permitiría una interpretación uniforme de las especificaciones técnicas y favorecería una mayor participación de oferentes, sin afectar la calidad diagnóstica ni la utilidad clínica de los resultados requeridos.</p> |                   |            |

| Respuesta                                     | Fecha de Respuesta | 06-07-2026 |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>ADECUARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC.</p> |                    |            |

## Consulta 5 - Lote 1 – Equipo para Electrolitos y Gasometría

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha de Consulta | 23-06-2026 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>En las especificaciones técnicas se solicita la determinación del parámetro QS/QT.</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante la aceptación del parámetro QS/QT como calculado por el sistema de gestión, a partir de los valores provistos por el equipo.</p> <p>Esta consideración permitiría ampliar la participación de oferentes sin afectar la interpretación clínica ni la calidad de la información diagnóstica proporcionada.</p> |                   |            |

| Respuesta                                     | Fecha de Respuesta | 06-07-2026 |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>ADECUARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC.</p> |                    |            |

## Consulta 6 - Lote 1 – Química e Inmunología

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Consulta  | 23-06-2026 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Solicitamos amablemente a la convocante aclarar si serán aceptados reactivos para la determinación de anticuerpos IgG anti-Trypanosoma cruzi por CLIA o similar tecnología, considerando que la exigencia de "Chagas IgG/IgM" restringe la libre competencia y la participación de potenciales oferentes, debido a que no existen reactivos de quimioluminiscencia o similar tecnología disponibles en el mercado que determinen anticuerpos totales IgG/IgM para Chagas, siendo los ensayos comercialmente disponibles predominantemente de detección de IgG. |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha de Respuesta | 06-07-2026 |
| ADECUARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |            |

## Consulta 7 - Lote 1 – Química e Inmunología

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha de Consulta  | 23-06-2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| En las especificaciones técnicas se solicita que las puntas de pipetas del equipo sean descartables para eliminar la contaminación por arrastre.<br>Al respecto, solicitamos amablemente a la convocante aclarar si serán aceptados equipos que utilicen sistemas alternativos de prevención de contaminación cruzada, tales como agujas de muestreo recubiertas con materiales antiadherentes y estaciones de lavado independientes y automatizadas entre muestras.<br>Considerando que dichas tecnologías tienen la misma finalidad, garantizando la seguridad analítica y la confiabilidad de los resultados, solicitamos que sean consideradas equivalentes al uso de punteras descartables. |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha de Respuesta | 06-07-2026 |
| ADECUARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PBC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |            |

## Consulta 8 - especificaciones tecnicas

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha de Consulta  | 23-06-2026 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Lote 1 se consulta si permitirá ofertar un equipo de apoyo con la misma metodología que el principal para el ítem 52                                                                                                                                                                                       |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha de Respuesta | 06-07-2026 |
| Ajustarse al PBC. En virtud de la capacidad instalada existente, las condiciones de espacio físico adecuado, la cantidad de recursos humanos disponibles y la necesidad de optimizar recursos institucionales, se considera técnicamente que el laboratorio puede operar solo con los equipos principales. |                    |            |

## Consulta 9 - LOTE 1, ítem 13 y 14

| Consulta                                                                                                        | Fecha de Consulta  | 23-06-2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se solicita amablemente a al convocante aclarar que ítem corresponde a bilirrubina total y/o bilirrubina total. |                    |            |
| Respuesta                                                                                                       | Fecha de Respuesta | 06-07-2026 |
| Adecuarse a la última version del PBC.                                                                          |                    |            |

## Consulta 10 - LOTE 1, ítem 3 al 57

| Consulta                                                                                                                                  | Fecha de Consulta | 23-06-2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Se solicita amablemente a la convocante aclarar si se requiere de un equipo integrado para el área de química clínica e inmunología o no. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                  | Fecha de Respuesta | 06-07-2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Ajustarse al PBC. Se aclara que se requiere: 1 (un) Equipo autoanalizador químico y 1 (un) equipo autoanalizador inmunológico en comodato. |                    |            |

## Consulta 11 - LOTE 1, ítem 3 al 57

| Consulta                                                                                                                                                           | Fecha de Consulta | 23-06-2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Se solicita amablemente a la convocante aceptar un equipo de soporte en caso de que el equipo principal no realice todas las determinaciones solicitadas en el PBC |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha de Respuesta | 06-07-2026 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Ajustarse al PBC. En virtud de la capacidad instalada existente, las condiciones de espacio físico adecuado, la cantidad de recursos humanos disponibles y la necesidad de optimizar recursos institucionales, se considera técnicamente que el laboratorio puede operar solo con los equipos principales. |                    |            |

## Consulta 12 - REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO:

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Consulta | 08-07-2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Plazo de instalación y puesta en marcha: En relación a este punto en donde dice:</p> <p>El proveedor adjudicado dispondrá de 45 días calendario, contados a partir de la recepción del contrato, para la entrega, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos en comodato, incluyendo el software de gestión con todos los reportes solicitados.</p> <p>Solicitamos a la Convocante que sea a partir de la firma del contrato, para la entrega, instalación y puesta en funcionamiento atendiendo que según la Ley 7021 tenemos 15 días hábiles contados desde el día siguiente para la firma del Contrato, por lo que a partir de ese momento rige la formalización del Contrato según la normativa vigente.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha de Respuesta | 20-07-2026 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC. Tener en cuenta que este grupo de consultas guarda relación con la versión inicial del Pliego de Bases y Condiciones. Conforme a lo establecido en la Resolución DNCP N° 230/2025, artículo 50, la convocante se encuentra obligada a responder consultas que versen solo sobre adendas emitidas. |                    |            |

## Consulta 13 - LOTE 1 ITEM 3-57 EETT EQUIPO

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha de Consulta | 08-07-2026 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Se solicita a la Convocante aceptar equipos de inmunología que permitan la carga de muestras mediante racks, además del sistema por rotor solicitado en las especificaciones técnicas, considerando que ambas modalidades garantizan un adecuado procesamiento de las muestras y no representan diferencias en el desempeño analítico del equipo. |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 20-07-2026 |
|-----------------------------------------|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

## Consulta 14 - LOTE 1 ITEM 1 EETT EQUIPO CONTADOR HEMATOLOGICO

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha de Consulta | 08-07-2026 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Se solicita a la Convocante la modificación de la especificación técnica referente al volumen de aspiración de muestra, reemplazando el requisito de 30 a 50 µL por menor a 90 µL, considerando que la exigencia de un rango tan específico restringe innecesariamente la participación de potenciales oferentes, limitando la libre competencia y los principios de igualdad y concurrencia previstos en la Ley N.º 7021/2022 de Suministro y Contrataciones Públicas. Asimismo, desde el punto de vista técnico, dicho requerimiento no se encuentra debidamente justificado, ya que para la realización de un hemograma se utilizan muestras de aproximadamente 2 mL en pacientes adultos y 1 mL en pacientes pediátricos, por lo que un volumen de aspiración menor a 90 µL resulta plenamente adecuado para garantizar el correcto procesamiento de la muestra, permitiendo además ampliar la participación de distintas marcas y fabricantes sin afectar la calidad ni el desempeño analítico del equipo.</p> |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 20-07-2026 |
|-----------------------------------------|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

## Consulta 15 - LOTE 1 ITEM 3-57 EETT EQUIPO

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de Consulta | 08-07-2026 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Se solicita a la Convocante considerar la aceptación de un equipo con 42 posiciones para reactivos, considerando que la tecnología ofertada utiliza una posición por determinación. Cabe destacar que, de acuerdo con la lista de reactivos requerida en el Pliego de Bases y Condiciones, se solicitan 32 determinaciones de química clínica, por lo que la capacidad de 42 posiciones resulta suficiente para cubrir la totalidad de los ensayos requeridos, garantizando la disponibilidad de reactivos, la continuidad de los análisis y la flexibilidad operativa del laboratorio, sin afectar el desempeño del equipo. Asimismo, la aceptación de esta capacidad permitirá ampliar la participación de potenciales oferentes, promoviendo los principios de igualdad, libre competencia y concurrencia establecidos en la Ley N.º 7021/2022 de Suministro y Contrataciones Públicas, evitando restricciones técnicas que no se encuentran objetivamente justificadas.</p> |                   |            |

| Respuesta                  | Fecha de Respuesta | 20-07-2026 |
|----------------------------|--------------------|------------|
| Aclarado en Consulta N° 13 |                    |            |

## Consulta 16 - Equipo para Hemostasia

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha de Consulta | 09-07-2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>En relación con el requisito que indica: "Equipo automatizado con método electromagnético, cromogénico o inmunoturbidimétrico", solicitamos amablemente a la Convocante aclarar si serán aceptados equipos automatizados de hemostasia que utilicen metodología óptica.</p> <p>La metodología óptica es ampliamente utilizada en analizadores de hemostasia y permite obtener resultados confiables y precisos en las determinaciones solicitadas. Por lo expuesto, solicitamos su aceptación, a fin de no limitar la participación de oferentes que cuentan con equipos técnicamente válidos y fomentar una mayor competitividad.</p> |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 20-07-2026 |
|-----------------------------------------|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |

## Consulta 17 - LOTE 1, ítem 3 al 57

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha de Consulta | 09-07-2026 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Se solicita respetuosamente a la Convocante autorizar la provisión de un equipo analítico complementario en modalidad de comodato, destinado exclusivamente a la ejecución de aquellas determinaciones incluidas en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) que no se encuentren disponibles dentro del menú analítico de la plataforma principal ofertada. El equipo complementario podrá operar con reactivos, calibradores y materiales de control de calidad de una marca distinta a la del sistema principal, manteniendo la compatibilidad metodológica, la trazabilidad analítica y el cumplimiento de los requisitos de desempeño exigidos en el PBC. Asimismo, tanto el equipamiento como sus insumos contarán con los registros sanitarios vigentes emitidos por la autoridad competente y las certificaciones internacionales aplicables, garantizando la calidad, confiabilidad, continuidad operativa y seguridad de los resultados, sin generar costo adicional alguno para la Convocante ni modificar las demás condiciones técnicas de la oferta.</p> <p>La presente solicitud tiene por finalidad asegurar el cumplimiento integral de todas las determinaciones requeridas, evitando limitaciones derivadas del menú analítico de un único fabricante y garantizando la continuidad del servicio, sin afectar la estandarización, la calidad analítica ni las condiciones de competencia entre los oferentes.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de Respuesta | 20-07-2026 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Ajustarse a la última versión del PBC. En virtud de la capacidad instalada existente, en cuanto a las condiciones de espacio físico adecuado, la cantidad de recursos humanos disponibles y la necesidad de optimizar recursos institucionales, se considera técnicamente que el laboratorio puede operar solo con los equipos principales. Tener en cuenta que este grupo de consultas guarda relación con la versión inicial del Pliego de Bases y Condiciones. Conforme a lo establecido en la Resolución DNCP N° 230/2025, artículo 50, la convocante se encuentra obligada a responder consultas que versen solo sobre adendas emitidas.</p> |                    |            |

## Consulta 18 - Equipo de Gasometría y Electrolitos

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de Consulta  | 22-07-2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>En relación con el requisito que indica: "Volumen de muestra hasta a 150 ul", solicitamos amablemente a la Convocante considerar la ampliación del rango de volumen de muestra hasta 200 µL.</p> <p>Esta modificación permitiría la participación de equipos que operan con diferentes volúmenes de muestra, de acuerdo con su tecnología y modalidad de procesamiento, sin afectar la confiabilidad de los resultados. Por lo expuesto, solicitamos considerar el rango propuesto, a fin de brindar una mayor oportunidad de participación y fomentar la libre competencia entre oferentes.</p> |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de Respuesta | 03-08-2026 |
| <p>Ajustarse a la última versión del PBC.-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |            |

## Consulta 19 - Equipo de Gasometría y Electrolitos

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha de Consulta | 22-07-2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>En las especificaciones técnicas correspondientes al Equipo para Gases y Electrolitos se establece como requisito la presentación de "Certificado FDA o CE".</p> <p>Al respecto, solicitamos respetuosamente aclarar si, para equipos de origen Japón, en los casos en que el fabricante no cuente con Certificado FDA o CE por no comercializar el producto en dichos mercados, será aceptada la presentación de un Certificado de Libre Venta (Free Sale Certificate) emitido por la autoridad competente del país de origen y/o el Certificado ISO 13485 vigente del fabricante, como documentación que acredite que el equipo es fabricado bajo un sistema de gestión de calidad para productos para diagnóstico in vitro y que se encuentra autorizado para su comercialización en su país de origen.</p> <p>Agradeceremos confirmar si dicha documentación será considerada válida para el cumplimiento de este requisito.</p> |                   |            |

| Respuesta                    | Fecha de Respuesta | 03-08-2026 |
|------------------------------|--------------------|------------|
| Aclarado en la consulta 18.- |                    |            |

## Consulta 20 - LOTE 1, ítem 3 al 57

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de Consulta | 22-07-2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Se solicita respetuosamente a la Convocante autorizar la provisión de un equipo analítico complementario en modalidad de comodato, destinado exclusivamente a la ejecución de aquellas determinaciones incluidas en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) que no se encuentren disponibles dentro del menú analítico de la plataforma principal ofertada. El equipo complementario podrá operar con reactivos, calibradores y materiales de control de calidad de una marca distinta a la del sistema principal, manteniendo la compatibilidad metodológica, la trazabilidad analítica y el cumplimiento de los requisitos de desempeño exigidos en el PBC. Asimismo, tanto el equipamiento como sus insumos contarán con los registros sanitarios vigentes emitidos por la autoridad competente y las certificaciones internacionales aplicables, garantizando la calidad, confiabilidad, continuidad operativa y seguridad de los resultados, sin generar costo adicional alguno para la Convocante ni modificar las demás condiciones técnicas de la oferta.</p> <p>La presente solicitud tiene por finalidad asegurar el cumplimiento integral de todas las determinaciones requeridas, evitando limitaciones derivadas del menú analítico de un único fabricante y garantizando la continuidad del servicio, sin afectar la estandarización, la calidad analítica ni las condiciones de competencia entre los oferentes.</p> <p>La presente solicitud tiene por finalidad asegurar el cumplimiento integral de todas las determinaciones requeridas, evitando limitaciones derivadas del menú analítico de un único fabricante y garantizando la continuidad del servicio, sin afectar la estandarización, la calidad analítica ni las condiciones de competencia entre los oferentes.</p> |                   |            |

| Respuesta                               | Fecha de Respuesta | 03-08-2026 |
|-----------------------------------------|--------------------|------------|
| Ajustarse a la última versión del PBC.- |                    |            |