

## Consultas Realizadas

# Licitación 484082 - Adquisición de sillas de ruedas, muletas y otros para Servicio Social

### Consulta 1 - Sistema de Adjudicación: Lote

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha de Consulta | 27-04-2026 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Consulta: Se solicita amablemente a la convocante el cambio del Sistema de Adjudicación de LOTE a por ITEM. Con esta flexibilización la convocante se beneficiará de contar con la presentación de variedad de proveedores, precios y modelos en los artículos requeridos. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                              | Fecha de Respuesta | 11-05-2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Ajustarse al PBC, el sistema adoptado se realiza para satisfacer las necesidades de nuestros usuarios, a fin de que ningún producto quede sin cotizar. |                    |            |

### Consulta 2 - LOTE: 1 / ITEM: 1

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha de Consulta | 27-04-2026 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Silla de ruedas Plegable desmontable: Se solicita respetuosamente a la convocante flexibilizar su solicitud con las siguientes especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Marco de silla (chasis) en acero plegable.</li><li>- Apoya brazo acolchado, corto o largo extraíbles y/o fijos en su totalidad.</li><li>- Asiento y espaldero en cuero o símil totalmente desmontable en material sintético lavables y de fácil limpieza.</li><li>- Posa pies extraíbles y/o fijos en toda su estructura.</li><li>- Bloqueador de rueda con palanca metálica igual a la estructura de la silla.</li><li>- Ejes traseros y delanteros fijos.</li><li>- Incorporar logo institucional 2026 en serigrafía 20cm x 20cm en la parte posterior del espaldero.</li><li>- Ruedas delanteras anchas y/o finas de neumático sólido. Ruedas posteriores con llantas de metal o aluminio y cubiertas inflables y/o caucho sólido con aro 24".</li><li>- Ancho de asiento 46 cm. (+/- 1).</li><li>- Profundidad del asiento 40cm. (+/- 4 cm).</li><li>- Altura del asiento 50cm (+/- 5 cm).</li><li>- Anchura total: 65 cm. (+/- 5 cm).</li><li>- longitud total: 85 cm. (+/- 5 cm).</li><li>- Peso Neto: 20 kg. (+/- 3 kg).</li><li>- Garantía de un año por defecto de fabricación.</li></ul> <p>Con esta flexibilización la convocante se beneficiará de contar con la presentación de variedad de proveedores, precios y modelos en los artículos requeridos, sin afectar la calidad y seguridad que los mismos puedan ofrecer a los pacientes.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                | Fecha de Respuesta | 11-05-2026 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones (PBC). Las especificaciones técnicas establecidas en el PBC se encuentran acordes a las necesidades de los usuarios de la SENADIS, y conforme a experiencias en los tipos de ayudas técnicas. |                    |            |

## Consulta 3 - LOTE: 2 / ITEM: 2

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha de Consulta | 27-04-2026 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>LOTE: 2 / ITEM: 2</p> <p>Silla de ruedas plegable estándar: Se solicita respetuosamente a la convocante flexibilizar su solicitud con las siguientes especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Marco de silla (chasis) en acero plegable.</li> <li>- Apoya brazo acolchonado.</li> <li>- Asiento y espaldero en cuero o símil vinilo cuero lavables y de fácil limpieza.</li> <li>- Posa pies extraíbles y/o fijos en toda su estructura.</li> <li>- Bloqueador de rueda de palanca metálica igual a la estructura de la silla.</li> <li>- Ejes traseros y delanteros fijos.</li> <li>- Incorporar logo institucional 2026 en serigrafía 20cm x 20cm en la parte posterior del espaldero.</li> <li>- Ruedas delanteras finas de neumático olido.</li> <li>Ruedas posteriores con cubiertas solidas con aro 24".</li> <li>- Ancho de asiento 18 pulgadas.</li> <li>- Profundidad del asiento 40 cm. (+/- 4 cm).</li> <li>- Altura del asiento 50 cm. (+/- 5 cm).</li> <li>- Anchura total: 65 cm. (+/- 5 cm).</li> <li>- Longitud total: 85 cm. (+/- 5 cm).</li> <li>- Peso Neto: 20 kg. (+/- 3 kg).</li> <li>- Garantía de un año por defecto de fabricación.</li> </ul> <p>Con esta flexibilización la convocante se beneficiará de contar con la presentación de variedad de proveedores, precios y modelos en los artículos requeridos, sin afectar la calidad y seguridad que los mismos puedan ofrecer a los pacientes.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Respuesta | 11-05-2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones (PBC). Las especificaciones técnicas establecidas en el PBC se encuentran acordes a las necesidades de los usuarios de la SENADIS, y conforme a experiencias en los tipos de ayudas técnicas.</p> |                    |            |

## Consulta 4 - LOTE: 6 / ITEM: 2

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha de Consulta | 27-04-2026 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Colchón de aire: Se solicita respetuosamente a la convocante flexibilizar su solicitud con las siguientes especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fabricados en pvc 100% virgen, atoxico en color azul y/o beige.</li> <li>- Pvc neumático, de doble capa y/o de grado médico.</li> <li>- Pvc anti-llagas.</li> <li>- Embalado en forma individual.</li> <li>- Fácil limpieza.</li> <li>- Peso máximo: 130 kg +/- 5</li> <li>- Medida: 1,90 * 0,90 mts.</li> </ul> <p>Con esta flexibilización la convocante se beneficiará de contar con la presentación de variedad de proveedores, precios y modelos en los artículos requeridos, sin afectar la calidad y seguridad que los mismos puedan ofrecer a los pacientes.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Respuesta | 11-05-2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones (PBC). Las especificaciones técnicas establecidas en el PBC se encuentran acordes a las necesidades de los usuarios de la SENADIS, y conforme a experiencias en los tipos de ayudas técnicas.</p> |                    |            |

## Consulta 5 - Plan de entrega de los bienes

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha de Consulta | 27-04-2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante considerar el plazo de entrega como: "60 días hábiles posteriores a la emisión de la Orden de Compra", en lugar de 15 días hábiles. Esta solicitud se fundamenta en que la cantidad requerida es considerable y, en la mayoría de los casos, los equipos deben ser importados, lo cual implica procesos logísticos, aduaneros y de transporte que requieren un mayor tiempo para su cumplimiento. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de Respuesta | 11-05-2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Se mantiene lo establecido en el PBC. Es importante señalar, que la institución cuenta con una lista extensa de usuarios en lista de espera de ayudas técnicas. Además, el oferente cuenta con suficiente tiempo para la importación de los mismos, desde la notificación de adjudicación cuenta con 15 días hábiles para la firma del contrato y una vez emitida la Orden de Compra otros 15 días hábiles, tiempo que puede ser utilizado para los trámites mencionados. La Convocante requiere que los potenciales oferentes se ajusten a las necesidades la Institución y no que la Institución se adecua al potencial oferente. |                    |            |

## Consulta 6 - Lote 6 - Ítem 1 - Colchón de agua

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de Consulta | 27-04-2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Se observa que en las especificaciones técnicas se indica: "Tamaño: pediátrico. Estructura de metal resistente y plegable. Ruedas delanteras. Apoyo trasero con taco antideslizante. Regulable en altura".<br><br>Sin embargo, en la descripción del ítem también se menciona un colchón de agua, lo cual resulta inconsistente, ya que este tipo de producto no cuenta con estructura metálica resistente y plegable, ruedas delanteras, apoyo trasero ni sistema de regulación de altura, debido a que corresponde únicamente a un colchón.<br><br>En ese sentido, solicitamos amablemente aclarar si el ítem requerido corresponde a un colchón de agua y también aclarar el tamaño pediátrico, a fin de evitar interpretaciones erróneas y poder ofertar correctamente conforme a lo requerido. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                              | Fecha de Respuesta | 11-05-2026 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones (PBC), verificando el Lote 6 Ítem 1, se constatan que las especificaciones técnicas se encuentran redactadas correctamente. |                    |            |

## Consulta 7 - Lote 6 - Ítem 2 - Colchón de aire

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha de Consulta | 27-04-2026 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Se observa que en las especificaciones técnicas se indica: "Tamaño: pediátrico. Estructura de metal resistente y plegable. Ruedas delanteras. Apoyo trasero con taco antideslizante. Regulable en altura".<br><br>Sin embargo, en la descripción del ítem también se menciona un colchón de aire, lo cual resulta inconsistente, ya que este tipo de producto no cuenta con estructura metálica, ruedas delanteras, apoyo trasero ni sistema de regulación de altura, debido a que corresponde únicamente a un colchón.<br><br>En ese sentido, solicitamos amablemente aclarar si el ítem requerido corresponde a un colchón de aire solo y también el tamaño pediátrico, a fin de evitar interpretaciones erróneas y poder ofertar correctamente conforme a lo requerido. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                              | Fecha de Respuesta | 11-05-2026 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones (PBC), verificando el Lote 6 Ítem 2, se constatan que las especificaciones técnicas se encuentran redactadas correctamente. |                    |            |

## Consulta 8 - Lote 6 - Ítem 3 - Colchón de espuma tipo cojín antiescara para silla de ruedas

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Consulta | 27-04-2026 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Se observa que en las especificaciones técnicas se indica: "Tamaño: pediátrico. Estructura de metal resistente y plegable. Ruedas delanteras. Apoyo trasero con taco antideslizante. Regulable en altura".</p> <p>Sin embargo, en la descripción del ítem también se menciona un colchón de espuma tipo cojín antiescara para silla de ruedas, lo cual resulta inconsistente, ya que este tipo de producto no cuenta con estructura metálica, ruedas delanteras, apoyo trasero ni sistema de regulación de altura, debido a que corresponde únicamente a un cojín.</p> <p>En ese sentido, solicitamos amablemente aclarar si el ítem requerido corresponde a un cojín antiescara para silla de ruedas o a un equipo con estructura metálica (tipo andador u otro dispositivo similar), a fin de evitar interpretaciones erróneas y poder ofertar correctamente conforme a lo requerido.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                     | Fecha de Respuesta | 11-05-2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones (PBC), verificando el Lote 6 Ítem 3, se constatan que las especificaciones técnicas se encuentran redactadas correctamente.</p> |                    |            |

## Consulta 9 - Lote 6 ítem 1-Colchón de agua

| Consulta                                                   | Fecha de Consulta | 30-04-2026 |
|------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Favor aclarar a que se refiere con cámara de vinilo</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de Respuesta | 11-05-2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones (PBC). Una cámara de vinilo en un colchón (comúnmente llamada vejiga de aire o air bladder en inglés) es el núcleo inflable fabricado de cloruro de polivinilo (PVC) o vinilo que contiene el aire para brindar soporte al cuerpo.</p> |                    |            |

## Consulta 10 - Lote 6 ítem 1-Colchón de agua

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Consulta | 30-04-2026 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>En donde se menciona "Fabricados en pvc 100% virgen, atoxico en color azul.</p> <p>Pvc neumático, de doble capa.</p> <p>Pvc anti-llagas.</p> <p>Cámara de vinilo.</p> <p>Embalado en forma individual.</p> <p>Fácil limpieza.</p> <p>Peso máximo: 130 kg.</p> <p>Medida: 1,90 * 0,90 mts." Favor considerar como "Fabricados en pvc 100% virgen, atoxico en color azul.</p> <p>Pvc neumático, de doble capa.</p> <p>Pvc anti-llagas.</p> <p>Estructura con divisiones internas, que reducen la ondulación del agua</p> <p>Embalado en forma individual.</p> <p>Fácil limpieza.</p> <p>Peso máximo: 130 kg.</p> <p>Medida: 1,90 * 0,90 mts.( +/-0,05mts)" con el fin de no limitar a ningún participante</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Respuesta | 11-05-2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones (PBC). Las especificaciones técnicas establecidas en el PBC se encuentran acordes a las necesidades de los usuarios de la SENADIS, y conforme a experiencias en los tipos de ayudas técnicas.</p> |                    |            |

## Consulta 11 - Lote 6 ítem 2 - Colchón de aire

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha de Consulta | 30-04-2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>En donde se menciona "Fabricados en pvc 100% virgen, atoxico en color azul.<br/>           Pvc neumático, de doble capa.<br/>           Pvc anti-llagas.<br/>           Embalado en forma individual.<br/>           Fácil limpieza.<br/>           Peso máximo: 130 kg.<br/>           Medida: 1,90 * 0,90 mts." Favor considera como "Fabricados en pvc 100% virgen, atoxico en color azul. OPCIONAL<br/>           Pvc neumático, de doble capa.<br/>           Pvc anti-llagas.<br/>           Embalado en forma individual.<br/>           Fácil limpieza.<br/>           Peso máximo: 130 kg.<br/>           Medida: 1,90 * 0,90 mts (+/- 0,05mts)" con el fin de no limitar a ningún participante</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Respuesta | 11-05-2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones (PBC). Las especificaciones técnicas establecidas en el PBC se encuentran acordes a las necesidades de los usuarios de la SENADIS, y conforme a experiencias en los tipos de ayudas técnicas.</p> |                    |            |

## Consulta 12 - Lote 6 ítem 1-Colchón de agua

| Consulta                                                                                                     | Fecha de Consulta | 30-04-2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Favor considerar Medida: 1,90 * 0,90 mts.( +/-0,05mts) con el fin de no limitar a ningún participante</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Respuesta | 11-05-2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones (PBC). Las especificaciones técnicas establecidas en el PBC se encuentran acordes a las necesidades de los usuarios de la SENADIS, y conforme a experiencias en los tipos de ayudas técnicas.</p> |                    |            |

## Consulta 13 - Plan de entrega de los bienes

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha de Consulta | 04-05-2026 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega, indicado en el presente apartado: días hábiles, posteriores a la emisión de la Orden de Compra.<br/>           Solicitamos a la Convocante modificar el plazo de entrega a 60 días hábiles como mínimo posteriores a la emisión de la Orden de Compra teniendo en cuenta la cantidad solicitada.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha de Respuesta | 11-05-2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Se mantiene lo establecido en el PBC. Es importante señalar, que la institución cuenta con una lista extensa de usuarios en lista de espera de ayudas técnicas. Además, el oferente cuenta con suficiente tiempo para la importación de los mismos, desde la notificación de adjudicación cuenta con 15 días hábiles para la firma del contrato y una vez emitida la Orden de Compra otros 15 días hábiles, tiempo que puede ser utilizado para los trámites mencionados. La Convocante requiere que los potenciales oferentes se ajusten a las necesidades la Institución y no que la Institución se adecue al potencial oferente.</p> |                    |            |

## Consulta 14 - Sistema de Adjudicación

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha de Consulta | 04-05-2026 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>A la Convocante: Se solicita fundamentación técnica y jurídica que justifique mantener el sistema de adjudicación por lote en el presente procedimiento.</p> <p>Al respecto, se observa que los bienes son divisibles y no presentan condiciones técnicas o jurídica que obliguen a su contratación conjunta, por lo que la estructuración por lote carecería de sustento técnico/jurídico.</p> <p>Asimismo, conforme a los principios establecidos en la Ley N° 7021/2022, en particular los de libre concurrencia, igualdad y eficiencia, la falta de justificación podría implicar una restricción innecesaria a la participación de oferentes.</p> <p>Por lo expuesto Solicitamos que el sistema de adjudicación sea por ítem, esto permitirá una mayor concurrencia a potenciales oferentes.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                     | Fecha de Respuesta | 11-05-2026 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Ajustarse al PBC, el sistema adoptado se realiza para satisfacer las necesidades de nuestros usuarios, a fin de que ningún producto quede sin cotizar.</p> |                    |            |

## Consulta 15 - Suministros requeridos - especificaciones técnicas

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha de Consulta | 04-05-2026 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>lote 6 Item 3 Colchón de espuma tipo cojín antiescara para silla de ruedas</p> <p>Solicitamos a la convocante la ampliación de las especificaciones técnicas</p> <p>Donde dice:Funda de tejido poliéster.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Doble capa, una capa en gel y otra capa de espuma visco elástica</li><li>- Máxima amortización.</li><li>- Fácil limpieza</li><li>- Medidas: largo 42 cm. (+/-2), ancho 42 cm.(+/- 2).</li></ul> <p>Sea considera: almohada redonda con gel anti escaras</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Respuesta | 11-05-2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones (PBC). Las especificaciones técnicas establecidas en el PBC se encuentran acordes a las necesidades de los usuarios de la SENADIS, y conforme a experiencias en los tipos de ayudas técnicas.</p> |                    |            |

## Consulta 16 - Datos de la Convocatoria - Muestra

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha de Consulta | 05-05-2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Solicitamos a la convocante considere establecer como requisito obligatorio en el Formulario de Oferta Técnica y en el rotulado de las cajas de las muestras, la declaración explícita de Marca y Modelo. Esta medida busca garantizar la trazabilidad total de los equipos a ser adquiridos, permitiendo que la institución o terceros interesados identifiquen con precisión la procedencia y calidad de los mismos, evitando la entrega de productos genéricos que no aseguren la durabilidad requerida para el uso institucional. Y garantizar con ello la transparencia.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha de Respuesta | 11-05-2026 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, es importante informar que la Marca y procedencia se encuentra dentro de las ofertas correspondientes, en cuanto al Modelo son verificadas durante la etapa de evaluación técnica que se realiza con las MUESTRAS y las especificaciones técnicas. La calidad del producto se establece en la Capacidad Técnica al requerir que el fabricante de los productos cuenten con una Certificación ISO, FDA etc.</p> |                    |            |

## Consulta 17 - Requisitos Documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha de Consulta | 05-05-2026 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Con el fin de elevar el estándar de transparencia en la evaluación, solicitamos a la convocante considere exigir la presentación de catálogos técnicos o fichas descriptivas originales del fabricante. Contar con este respaldo documental permitirá al Comité de Evaluación contrastar de manera objetiva que las prestaciones reales del producto coinciden con lo declarado por el oferente, asegurando que el equipo a ser adquirido cumpla estrictamente con las necesidades terapéuticas y técnicas de la institución, además de instrumentar con documentos de origen tanto el cumplimiento de las etecs y amparar el acta de evaluación de muestras, que de por sí sólo es un documento anexo al IE. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha de Respuesta | 11-05-2026 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, es importante destacar que dentro del proceso que venimos realizando durante todos estos años, se ha verificado que el Catalogo del fabricante cuenta con fichas descriptivas y no limitativas y/o asertivas en cuanto a los cm +/-, razón por la cual siempre hemos optado por la verificación de muestras in situ, para certificar el cumplimiento de las Especificaciones técnicas requeridas por el área correspondiente.- |                    |            |

## Consulta 18 - Analisis de Precio Ofertado - Ajuste de precios

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha de Consulta | 05-05-2026 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Considerando que gran parte de los componentes de estos equipos son de origen importado, solicitamos a la convocante considere la aplicación de la cláusula de reajuste de precios según la normativa vigente. Dado que los costos logísticos y tipos de cambio son variables externas, esta medida permitirá mantener la sostenibilidad financiera del contrato durante toda su vigencia, asegurando que el suministro de insumos críticos no se vea afectado por fluctuaciones económicas imprevistas. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                          | Fecha de Respuesta | 11-05-2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, en el PBC, se encuentra establecido los casos de REAJUSTES DE PRECIOS. |                    |            |

## Consulta 19 - Requisitos Documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de Consulta | 05-05-2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante que, para asegurar la seriedad de las ofertas y la disponibilidad inmediata de los equipos, se contemple la presentación de documentos que acrediten la tenencia o el proceso de importación (como despachos o facturas de origen). Esta solicitud busca mitigar el riesgo de adjudicar a oferentes sin capacidad real de suministro, garantizando que la SENADIS reciba los bienes en tiempo y forma sin contratiempos legales o de stock, por otro lado, con la debida documentación de importación se salvaguardará la integridad impositiva y la trazabilidad de los bienes ofrecidos, mostrando de manera eficiente que la oferta contiene bienes adquiridos para importación directa lícitamente. |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha de Respuesta | 11-05-2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, la Convocante ha establecido dentro de los criterios de evaluación, la forma de garantizar el stock de parte de los oferentes del presente proceso, con la visita in situ de los depósitos debidamente declarados y con las documentaciones de las habilitaciones correspondientes para su almacenamiento, garantizando la entrega en tiempo y forma del 50%. |                    |            |

## Consulta 20 - Requisitos Documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Consulta | 05-05-2026 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>En el espíritu de la Ley Nro. 7021 y reglamentos, acompañando la gestión de transparencia y control mutuo entre los participantes, solicitamos a la convocante que formalice un cronograma para las Visitas Técnicas de Verificación de Stock. Asimismo, solicitamos que se permita a todos los oferentes participar en carácter de observadores en dichas verificaciones, sin voz ni voto. Esto otorgará una mayor legitimidad al proceso, permitiendo constatar de manera presencial que los lotes ofertados cumplen con los requisitos de almacenamiento y disponibilidad inmediata.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha de Respuesta | 11-05-2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, la Convocante ha establecido dentro de los criterios de evaluación, la forma de garantizar el stock de parte de los oferentes del presente proceso, con la visita in situ de los depósitos debidamente declarados y con las documentaciones de las habilitaciones correspondientes para su almacenamiento, garantizando la entrega en tiempo y forma del 50%. Es importante mencionar que es la CONVOCANTE la que realizara la compra y el único responsable de certificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el PBC.</p> |                    |            |

## Consulta 21 - Especificaciones Técnicas

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha de Consulta | 05-05-2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Solicitamos a la convocante considere agregar fotos de referencia en el Anexo de Especificaciones Técnicas para cada ítem solicitado. Contar con un apoyo visual claro, como se ha realizado exitosamente en procesos de años anteriores, elimina ambigüedades sobre el diseño y la ergonomía esperada. Esto facilitará tanto la preparación de las ofertas como la labor del Comité de Evaluación al momento de comparar las muestras presentadas</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha de Respuesta | 11-05-2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, en cada evaluación realizada por los técnicos se realiza una planilla con las especificaciones técnicas por un lado y la verificación técnica de las muestras entregadas haciendo una comparación exhaustiva para realizar una comparación de su cumplimiento.-</p> |                    |            |

## Consulta 22 - Sistema de adjudicación

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha de Consulta | 05-05-2026 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Respetuosamente solicitamos a la convocante cambiar la adjudicación 'Por Ítem' en lugar de 'Por Lote'. Esta modalidad permite que la SENADIS seleccione la mejor opción técnica y el precio más competitivo para cada equipo individualmente. La experiencia en llamados similares indica que la totalidad de los ítems siempre cuenta con ofertas, por lo que esta modificación fomentaría la participación de especialistas en cada rubro, logrando una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos. Recordando que el año pasado debieron hacer un ajuste en sus cantidades solicitadas debido a la disponibilidad presupuestaria, y con esto, podrán solicitar todas las cantidades, incluso, solicitar la ampliación de contrato si así lo deseen.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                     | Fecha de Respuesta | 11-05-2026 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Ajustarse al PBC, el sistema adoptado se realiza para satisfacer las necesidades de nuestros usuarios, a fin de que ningún producto quede sin cotizar.</p> |                    |            |

## Consulta 23 - Plazo de entrega

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha de Consulta | 05-05-2026 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Solicitamos a la convocante que considere ampliar el plazo de entrega a un mínimo de 60 días hábiles. El plazo actual, al ser excesivamente corto, traslada el eje de la competencia desde la calidad técnica (EETT) y el precio hacia la simple disponibilidad de volumen de stock inmediato. Este criterio limita arbitrariamente la participación de oferentes que pueden ofrecer mejores condiciones económicas y técnicas pero que requieren los tiempos normales de la logística de importación. Según la Ley N° 7021/22, la base de la competencia debe centrarse en la eficiencia y la economía para el Estado, y no en favorecer a quien ya cuenta con mercadería nacionalizada, lo cual restringe la libre concurrencia y direcciona el llamado</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha de Respuesta | 11-05-2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Se mantiene lo establecido en el PBC. Es importante señalar, que la institución cuenta con una lista extensa de usuarios en lista de espera de ayudas técnicas. Además, el oferente cuenta con suficiente tiempo para la importación de los mismos, desde la notificación de adjudicación cuenta con 15 días hábiles para la firma del contrato y una vez emitida la Orden de Compra otros 15 días hábiles, tiempo que puede ser utilizado para los trámites mencionados. La Convocante requiere que los potenciales oferentes se ajusten a las necesidades la Institución y no que la Institución se adecua al potencial oferente.</p> |                    |            |

## Consulta 24 - Requisitos Documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha de Consulta | 05-05-2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Solicitamos considerar que el porcentaje de stock exigido para la inspección técnica sea del 10% en lugar del 50%. Solicitamos que el stock requerido para la inspección técnica se reduzca al 10%, pues exigir un 50% de stock previo a la adjudicación desvirtúa el proceso licitatorio, convirtiéndolo en una compra directa encubierta para quien ya tiene el producto. La Ley 7021/22 establece que el proceso debe garantizar la igualdad de oportunidades; por lo tanto, la capacidad de suministro debe evaluarse sobre la solvencia y antecedentes del oferente, y no sobre la tenencia física de grandes volúmenes antes de ser adjudicado. Mantener el pliego actual hace pensar que se busca beneficiar a un solo oferente con stock preexistente.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha de Respuesta | 11-05-2026 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, la Convocante se mantiene en el stock requerido del 50%, solicitamos que los potenciales oferentes se ajusten a las necesidades de nuestro USUARIOS, es importante destacar que la visión de la SENADIS con la clínica móvil al recorrer cada Departamento del Territorio Paraguayo ha demostrado las necesidades reales de las Personas con Discapacidad, en cuanto a atención, certificación, y entrega de productos de ayudas técnicas. Con los mismos requisitos en cuanto a la capacidad de stock durante estos años hemos contado con varios oferentes del rubro.</p> |                    |            |

## Consulta 25 - Requisitos Documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de Consulta | 05-05-2026 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Con el fin de garantizar la transparencia y permitir un control posterior efectivo por parte de los oferentes y de la DNCP, solicitamos que se incorpore un registro fotográfico obligatorio en las actas de evaluación de muestras y en las visitas técnicas. Contar con imágenes que documenten el estado, marca y cumplimiento técnico de las mercaderías inspeccionadas en los depósitos es la mejor garantía de que el producto adjudicado es exactamente el mismo que será entregado a la institución.</p> |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha de Respuesta | 11-05-2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, en cada evaluación realizada por los técnicos se realiza una planilla con las especificaciones técnicas por un lado y la verificación técnica de las muestras entregadas haciendo una comparación exhaustiva para realizar una comparación de su cumplimiento.-<br/>Se informa que la muestra adjudicada queda de respaldo al momento de la recepción de parte de los administradores de la ejecución del Contrato. Además se cuenta con Instituciones Publicas que certifican las buenas practicas de almacenamiento, lo cual es un requisito documental requerido en el Pbc.</p> |                    |            |

## Consulta 26 - Lote 2 - Item 2

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha de Consulta | 06-05-2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante amablemente considere dar márgenes de opciones en los siguientes puntos Donde dicen: 1. "Estructura de acero y materia cromado" y permita la opción de recubrimiento en polvo. 2. "Asiento y espaldero en material sintético cuero o símil lavables y de fácil limpieza" y permita la opción de "Asiento y respaldo en materiales sintéticos lavables " que es lo que solicitaron el año 2025. 3. "- Ruedas posteriores con cubiertas solidas con aro 24". Ruedas antivuelco." y permitan de cubiertas inflables como en los años 2024 y 2025. 4. "- Profundidad del asiento: 55 cm. (+/- 5 cm)." y permitan desde 40cm asi como lo fue en los años 2024 y 2025. 5. "longitud total: 85 cm. (+/- 5 cm)." y permitan longitudes mayores, hasta 95 cm al menos, asi como son los modelos presentados en los años 2024 y 2025 |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                | Fecha de Respuesta | 11-05-2026 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones (PBC). Las especificaciones técnicas establecidas en el PBC se encuentran acordes a las necesidades de los usuarios de la SENADIS, y conforme a experiencias en los tipos de ayudas técnicas. |                    |            |

## Consulta 27 - Lote 2 - Item 3

| Consulta                                                                                                                                   | Fecha de Consulta | 06-05-2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante considere aumentar la capacidad máxima de carga a 75Kg asi como se solicitaba en años anteriores (2024 y 2025) |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                | Fecha de Respuesta | 11-05-2026 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones (PBC). Las especificaciones técnicas establecidas en el PBC se encuentran acordes a las necesidades de los usuarios de la SENADIS, y conforme a experiencias en los tipos de ayudas técnicas. |                    |            |

## Consulta 28 - EETT

| Consulta                                                                                                                 | Fecha de Consulta | 06-05-2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante que facilite las eett con sus respectivas fotos referencia, como las licitaciones anteriores |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                         | Fecha de Respuesta | 11-05-2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, la Convocante ha definido claramente las especificaciones técnicas de conformidad de las necesidades de los usuarios. |                    |            |

## Consulta 29 - Lote 1 - item 2

| Consulta                                                                                                                                                                              | Fecha de Consulta | 06-05-2026 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante amplie la posibilidad de ofertar "apoya brazo acolchado O DE PLASTICO, corto o largo batiente. Asi como tambien fue solicitado en el llamado del año 2025 |                   |            |

| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                | Fecha de Respuesta | 11-05-2026 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones (PBC). Las especificaciones técnicas establecidas en el PBC se encuentran acordes a las necesidades de los usuarios de la SENADIS, y conforme a experiencias en los tipos de ayudas técnicas. |                    |            |

## Consulta 30 - Lote 1 - ítem 2

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de Consulta  | 06-05-2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante considere modificar las siguientes EETT, donde dicen : 1. "- Apoya brazo acolchado, corto o largo batiente." y permitan cotizar "de plastico" asi como fue en el llamado 2025. 2. Favor aclarar donde dice "- Reposapiés desmontable." y que diga "Reposa pies desmontable con posibilidad de quitar o extraer toda su estructura base" asi como fue en el llamado 2025 |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de Respuesta | 11-05-2026 |
| Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones (PBC). Las especificaciones técnicas establecidas en el PBC se encuentran acordes a las necesidades de los usuarios de la SENADIS, y conforme a experiencias en los tipos de ayudas técnicas.                                                                                                                                                            |                    |            |

## Consulta 31 - Lote 1 - Ítem 3

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha de Consulta  | 06-05-2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante considere modificar los puntos donde dicen : 1. • Estructura de acero con recubrimiento en polvo. y permitan ofertar de aluminio. 2. "• Apoya brazo acolchado corto o largo." y permitan cotizar "de plastico". 3. • Reposabrazos y reposapiés fijos." y permita que sea rebatible. 4. • Rueda trasera inflable aro 20.y permita cotizar aro 22. 5. • Ancho de asiento: 40 cm. (+/- 5 cm.) y permita una variacion de +/- 6cm. 6. • Anchura total: 55 cm. (+/- 5 cm.) y permita una variacion de +-6cm. teniendo en cuenta que las EETT solicitadas estan dirigidas a la marca DY de Distribuidora Asuncion |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha de Respuesta | 11-05-2026 |
| Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones (PBC). Las especificaciones técnicas establecidas en el PBC se encuentran acordes a las necesidades de los usuarios de la SENADIS, y conforme a experiencias en los tipos de ayudas técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |            |

## Consulta 32 - Lote 1 - ítem 2

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha de Consulta  | 06-05-2026 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante aclare donde dice "Reposapiés desmontable." y que diga que diga "Reposa pies desmontable con posibilidad de quitar o extraer toda su extructura base" que es igual a lo solicitado al año 2025               |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                | Fecha de Respuesta | 11-05-2026 |
| Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones (PBC). Las especificaciones técnicas establecidas en el PBC se encuentran acordes a las necesidades de los usuarios de la SENADIS, y conforme a experiencias en los tipos de ayudas técnicas. |                    |            |

## Consulta 33 - Lote 1- Ítem 5

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha de Consulta  | 06-05-2026 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante permita ofertar sillas con mayor capacidad de peso neto, hasta "13kg" asi como fue el año 2025                                                                                                               |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                | Fecha de Respuesta | 11-05-2026 |
| Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones (PBC). Las especificaciones técnicas establecidas en el PBC se encuentran acordes a las necesidades de los usuarios de la SENADIS, y conforme a experiencias en los tipos de ayudas técnicas. |                    |            |

## Consulta 34 - EETT Lote 2 Item 1

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Consulta | 20-05-2026 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>LOTE: 2 / ITEM: 1</p> <p>Silla de ruedas plegable estándar: Se solicita respetuosamente a la convocante flexibilizar su solicitud con las siguientes especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Marco de silla (chasis) en acero plegable.</li> <li>- Apoya brazo acolchonado.</li> <li>- Asiento y espaldero en cuero o símil vinilo cuero lavables y de fácil limpieza.</li> <li>- Posa pies extraíbles y/o fijos en toda su estructura.</li> <li>- Bloqueador de rueda de palanca metálica igual a la estructura de la silla.</li> <li>- Ejes traseros y delanteros fijos.</li> <li>- Incorporar logo institucional 2026 en serigrafía 20cm x 20cm en la parte posterior del espaldero.</li> <li>- Ruedas delanteras finas de neumático sólido.</li> <li>- Ruedas posteriores con cubiertas inflables con aro 24" para mayor duración de las sillas</li> <li>- Ancho de asiento 18 pulgadas.</li> <li>- Profundidad del asiento 40 cm. (+/- 4 cm).</li> <li>- Altura del asiento 50 cm. (+/- 5 cm).</li> <li>- Anchura total: 65 cm. (+/- 5 cm).</li> <li>- Longitud total: 85 cm. (+/- 5 cm).</li> <li>- Peso Neto: 20 kg. (+/- 3 kg).</li> <li>- Garantía de un año por defecto de fabricación.</li> </ul> <p>Con esta flexibilización la convocante se beneficiará de contar con la presentación de variedad de proveedores, precios y modelos en los artículos requeridos, sin afectar la calidad y seguridad que los mismos puedan ofrecer a los pacientes.</p> |                   |            |

| Respuesta        | Fecha de Respuesta | 13-08-2026 |
|------------------|--------------------|------------|
| Ver Adenda N° 2. |                    |            |

## Consulta 35 - SISTEMA DE ADJUDICACION

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha de Consulta  | 21-05-2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>Consulta: Se solicita amablemente a la Convocante realizar el cambio del Sistema de Adjudicación por LOTE a Sistema de Adjudicación por ITEM. Con esta modificación la convocante tendría mas cantidad de posibles oferentes que estarían ofertando en el llamado, además se beneficiaría en mejores precios y modelos en los ítems requeridos.</p> |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha de Respuesta | 13-08-2026 |
| Ídem Consulta 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |            |

## Consulta 36 - Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha de Consulta | 22-05-2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>7. Visita Técnica de todos los lotes. Los integrantes del Comité de Evaluación, realizarán una visita en el local declarado por el oferente, a fin de determinar si los mismos cuentan con el stock mínimo del 50% de cada ítem ofertado. Con este procedimiento la Convocante garantizará que el oferente no tendrá ningún contratiempo en la entrega de las ayudas técnicas a los usuarios de la SENADIS.-----Sustento Técnico-Legal: Carece de todo sentido técnico y coherencia comercial que la convocante pretenda realizar una verificación física del 50% del stock en los depósitos de los oferentes y, de manera simultánea, exija la entrega de muestras sobre esas mismas cantidades. Las muestras en los procesos licitatorios tienen como único fin evaluar las especificaciones de calidad de forma unitaria, y no deben ser utilizadas como un mecanismo de bloqueo logístico.</p> |                   |            |

| Respuesta         | Fecha de Respuesta | 13-08-2026 |
|-------------------|--------------------|------------|
| Ídem consulta 24. |                    |            |

## Consulta 37 - Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica- Muestras- Plan de Entrega

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha de Consulta | 22-05-2026 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Solicitamos a la convocante la eliminación del requisito de contar con el 50% de los bienes en stock para verificación física, así como la exigencia de presentar muestras sobre dicho volumen de productos, además de la adecuación del inviable plazo de entrega de 15 días.</p> <p>Sustento Técnico-Legal: Carece de todo sentido técnico y coherencia comercial que la convocante pretenda realizar una verificación física del 50% del stock en los depósitos de los oferentes y, de manera simultánea, exija la entrega de muestras sobre esas mismas cantidades. Las muestras en los procesos licitatorios tienen como único fin evaluar las especificaciones de calidad de forma unitaria, y no deben ser utilizadas como un mecanismo de bloqueo logístico.</p> <p>Exigir un stock masivo bloqueado, sumado a su verificación física, la entrega de muestras de esas magnitudes y un plazo de entrega de apenas 15 días para productos importados, constituye un conjunto de condiciones arbitrarias. Esto demuestra de manera inequívoca que el llamado está estrictamente dirigido a un oferente específico que ya cuenta con el stock disponible y nacionalizado, eliminando de forma deliberada la libre competencia, la igualdad de oportunidades y la transparencia en este proceso. Solicitamos que se elimine la verificación de stock, se limite el pedido de muestras a unidades de evaluación técnica y se amplíen los plazos de entrega según la realidad del mercado internacional.</p> |                   |            |

| Respuesta         | Fecha de Respuesta | 13-08-2026 |
|-------------------|--------------------|------------|
| Ídem consulta 23. |                    |            |

## Consulta 38 - Suministros requeridos - Especificaciones Técnicas

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Consulta  | 25-05-2026 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>LOTE 1 - ITEM 2 SILLA DE RUEDAS PLEGABLES DESMONTABLE JUNIOR</p> <p>Solicitamos a la convocante la verificación de las especificaciones técnicas</p> <p>Donde dice: longitud total solicitan una medida de 85 cm (+/- 5 ) sea considerada el cambio de la palabra Longitud por la palabra altura, presumimos que hubo un error de tipeo ya que la medida solicitada corresponde normalmente a la altura</p> |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha de Respuesta | 13-08-2026 |
| Ver Adenda N° 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |            |

## Consulta 39 - Suministros requeridos - Especificaciones Tecnicas

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha de Consulta  | 25-05-2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>LOTE 1 - ITEM 3 SILLA DE RUEDAS ESTANDAR PLEGABLE JUNIOR</p> <p>Solicitamos a la convocante la verificación de las especificaciones técnicas</p> <p>Verificamos en el PBC la duplicación de la longitud total proporcionando medidas diferentes al mismo requisito, en donde notamos que la longitud solicitada es de 55 cm y la misma correspondería a la anchura total. Consideramos que hubo un error de tipeo. Presumimos además que una de las solicitudes corresponden a la altura total cuya medida normal sería de 85 cm (+/- 5cm) y la longitud es de 95 cm (+/- 5 cm) correspondientes a este tipo de bienes</p> |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha de Respuesta | 13-08-2026 |
| Ver Adenda Nº 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |            |

## Consulta 40 - Suministros requeridos - Especificaciones Tecnicas

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fecha de Consulta  | 25-05-2026 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>LOTE 2- ITEM 2 SILLA DE RUEDAS PLEGABLE TALLA Y PESO ESPECIAL A manera de dar mayor participación a potenciales oferentes, solicitamos respetuosamente a la convocante la modificación o ampliaciones de las especificaciones técnicas</p> <p>Donde dice: Estructura de acero y material cromado</p> <p>Quede redactado de la siguiente manera: Estructura de acero y material cromado o recubrimiento en polvo</p> |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha de Respuesta | 13-08-2026 |
| Ver Adenda Nº 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |            |

## Consulta 41 - Suministros requeridos - Especificaciones Tecnicas

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha de Consulta  | 25-05-2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>LOTE 2- ITEM 2 SILLA DE RUEDAS PLEGABLE TALLA Y PESO ESPECIAL A manera de dar mayor participación a potenciales oferentes, solicitamos respetuosamente a la convocante la modificación o ampliaciones de las especificaciones técnicas</p> <p>Donde dice: Asiento y espaldero en material sintético cuero o simil lavables y de fácil limpieza</p> <p>Quede redactado de la siguiente manera: Asiento y espaldero en material sintético lavables y de fácil limpieza. al solo</p> |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de Respuesta | 13-08-2026 |
| Ver Adenda Nº 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |            |

## Consulta 42 - Suministros requeridos - Especificaciones Tecnicas

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha de Consulta  | 25-05-2026 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <p>LOTE 2- ITEM 2 SILLA DE RUEDAS PLEGABLE TALLA Y PESO ESPECIAL A manera de dar mayor participación a potenciales oferentes, solicitamos respetuosamente a la convocante la modificación o ampliaciones de las especificaciones técnicas</p> <p>Donde dice: Profundidad de asiento 55 cm (+/- 5 cm ) Quede redactado de la siguiente manera: Profundidad de asiento 45 cm (+/- 5 cm ) consideramos que la medida solicitada no corresponde al tipo de bien solicitado</p> <p>Donde dice: Longitud total 85 cm (+/- 5 cm) sea ampliado a 100 cm (+/- 10 cm ) longitud estandar de todo tipo de sillas de ruedas para adultos</p> |                    |            |
| Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha de Respuesta | 13-08-2026 |
| Ver Adenda Nº 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |            |

## Consulta 43 - Suministros requeridos - Especificaciones Tecnicas

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha de Consulta | 25-05-2026 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| LOTE 2 - ITTEM 3 SILLA DE RELAJACION PEDIATRICA<br>Solicitamos a la convocante la ampliación de las medidas solicitadas<br>Donde piden: Ancho de asiento 25 cm (+/- 5 cm)<br>Sea considerado: Ancho de asiento 30 cm (+/- 5 cm), con este cambio mas oferentes realizaran sus ofertas beneficiando con mayores y mejores ofertas |                   |            |

| Respuesta        | Fecha de Respuesta | 13-08-2026 |
|------------------|--------------------|------------|
| Ver Adenda Nº 2. |                    |            |

## Consulta 44 - Reiteración de Consulta - Datos de la Convocatoria - Muestra

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha de Consulta | 27-05-2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante considere establecer como requisito obligatorio en el Formulario de Oferta Técnica y en el rotulado de las cajas de las muestras, la declaración explícita de Marca y Modelo. Esta medida busca garantizar la trazabilidad total de los equipos a ser adquiridos, permitiendo que la institución o terceros interesados identifiquen con precisión la procedencia y calidad de los mismos, evitando la entrega de productos genéricos que no aseguren la durabilidad requerida para el uso institucional. Y garantizar con ello la transparencia. |                   |            |

| Respuesta            | Fecha de Respuesta | 13-08-2026 |
|----------------------|--------------------|------------|
| Ídem consulta Nº 16. |                    |            |

## Consulta 45 - Reiteración de Consulta - Requisitos Documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha de Consulta | 27-05-2026 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Con el fin de elevar el estándar de transparencia en la evaluación, solicitamos a la convocante considere exigir la presentación de catálogos técnicos o fichas descriptivas originales del fabricante. Contar con este respaldo documental permitirá al Comité de Evaluación contrastar de manera objetiva que las prestaciones reales del producto coinciden con lo declarado por el oferente, asegurando que el equipo a ser adquirido cumpla estrictamente con las necesidades terapéuticas y técnicas de la institución, además de instrumentar con documentos de origen tanto el cumplimiento de las etecs y amparar el acta de evaluación de muestras, que de por sí sólo es un documento anexo al IE. |                   |            |

| Respuesta            | Fecha de Respuesta | 13-08-2026 |
|----------------------|--------------------|------------|
| Ídem consulta Nº 17. |                    |            |

## Consulta 46 - Reiteración de Consulta - Analisis de Precio Ofertado - Ajuste de precios

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha de Consulta | 27-05-2026 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Considerando que gran parte de los componentes de estos equipos son de origen importado, solicitamos a la convocante considere la aplicación de la cláusula de reajuste de precios según la normativa vigente. Dado que los costos logísticos y tipos de cambio son variables externas, esta medida permitirá mantener la sostenibilidad financiera del contrato durante toda su vigencia, asegurando que el suministro de insumos críticos no se vea afectado por fluctuaciones económicas imprevistas. |                   |            |

| Respuesta            | Fecha de Respuesta | 13-08-2026 |
|----------------------|--------------------|------------|
| Ídem consulta Nº 18. |                    |            |

## Consulta 47 - Reiteración de Consulta - Requisitos Documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de Consulta | 27-05-2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante que, para asegurar la seriedad de las ofertas y la disponibilidad inmediata de los equipos, se contemple la presentación de documentos que acrediten la tenencia o el proceso de importación (como despachos o facturas de origen). Esta solicitud busca mitigar el riesgo de adjudicar a oferentes sin capacidad real de suministro, garantizando que la SENADIS reciba los bienes en tiempo y forma sin contratiempos legales o de stock, por otro lado, con la debida documentación de importación se salvaguardará la integridad impositiva y la trazabilidad de los bienes ofrecidos, mostrando de manera eficiente que la oferta contiene bienes adquiridos para importación directa lícitamente. |                   |            |

| Respuesta            | Fecha de Respuesta | 13-08-2026 |
|----------------------|--------------------|------------|
| Ídem consulta N° 19. |                    |            |

## Consulta 48 - Reiteración de Consulta - Requisitos Documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha de Consulta | 27-05-2026 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| En el espíritu de la Ley Nro. 7021 y reglamentaciones, acompañando la gestión de transparencia y control mutuo entre los participantes, solicitamos a la convocante que formalice un cronograma para las Visitas Técnicas de Verificación de Stock. Asimismo, solicitamos que se permita a todos los oferentes participar en carácter de observadores en dichas verificaciones, sin voz ni voto. Esto otorgará una mayor legitimidad al proceso, permitiendo constatar de manera presencial que los lotes ofertados cumplen con los requisitos de almacenamiento y disponibilidad inmediata. |                   |            |

| Respuesta            | Fecha de Respuesta | 13-08-2026 |
|----------------------|--------------------|------------|
| Ídem consulta N° 20. |                    |            |

## Consulta 49 - Reiteración de Consulta - Requisitos Documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de Consulta | 27-05-2026 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante considere agregar fotos de referencia en el Anexo de Especificaciones Técnicas para cada ítem solicitado. Contar con un apoyo visual claro, como se ha realizado exitosamente en procesos de años anteriores, elimina ambigüedades sobre el diseño y la ergonomía esperada. Esto facilitará tanto la preparación de las ofertas como la labor del Comité de Evaluación al momento de comparar las muestras presentadas |                   |            |

| Respuesta            | Fecha de Respuesta | 13-08-2026 |
|----------------------|--------------------|------------|
| Ídem consulta N° 21. |                    |            |

## Consulta 50 - Reiteración de Consulta - Sistema de adjudicación

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha de Consulta | 27-05-2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Respetuosamente solicitamos a la convocante cambiar la adjudicación 'Por Ítem' en lugar de 'Por Lote'. Esta modalidad permite que la SENADIS seleccione la mejor opción técnica y el precio más competitivo para cada equipo individualmente. La experiencia en llamados similares indica que la totalidad de los ítems siempre cuenta con ofertas, por lo que esta modificación fomentaría la participación de especialistas en cada rubro, logrando una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos. Recordando que el año pasado debieron hacer un ajuste en sus cantidades solicitadas debido a la disponibilidad presupuestaria, y con esto, podrán solicitar todas las cantidades, incluso, solicitar la ampliación de contrato si así lo deseen. |                   |            |

| Respuesta           | Fecha de Respuesta | 13-08-2026 |
|---------------------|--------------------|------------|
| Ídem consulta N° 1. |                    |            |

## Consulta 51 - Reiteración de Consulta - Plazo de entrega

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha de Consulta | 27-05-2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante que considere ampliar el plazo de entrega a un mínimo de 60 días hábiles. El plazo actual, al ser excesivamente corto, traslada el eje de la competencia desde la calidad técnica (EETT) y el precio hacia la simple disponibilidad de volumen de stock inmediato. Este criterio limita arbitrariamente la participación de oferentes que pueden ofrecer mejores condiciones económicas y técnicas pero que requieren los tiempos normales de la logística de importación. Según la Ley N° 7021/22, la base de la competencia debe centrarse en la eficiencia y la economía para el Estado, y no en favorecer a quien ya cuenta con mercadería nacionalizada, lo cual restringe la libre concurrencia y direcciona el llamado |                   |            |

| Respuesta            | Fecha de Respuesta | 13-08-2026 |
|----------------------|--------------------|------------|
| Ídem consulta N° 23. |                    |            |

## Consulta 52 - Reiteración de Consulta - Requisitos Documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Consulta | 27-05-2026 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Solicitamos considerar que el porcentaje de stock exigido para la inspección técnica sea del 10% en lugar del 50%. Solicitamos que el stock requerido para la inspección técnica se reduzca al 10%, pues exigir un 50% de stock previo a la adjudicación desvirtúa el proceso licitatorio, convirtiéndolo en una compra directa encubierta para quien ya tiene el producto. La Ley 7021/22 establece que el proceso debe garantizar la igualdad de oportunidades; por lo tanto, la capacidad de suministro debe evaluarse sobre la solvencia y antecedentes del oferente, y no sobre la tenencia física de grandes volúmenes antes de ser adjudicado. Mantener el pliego actual hace pensar que se busca beneficiar a un solo oferente con stock preexistente. |                   |            |

| Respuesta            | Fecha de Respuesta | 13-08-2026 |
|----------------------|--------------------|------------|
| Ídem consulta N° 24. |                    |            |

## Consulta 53 - Reiteración de Consulta - Requisitos Documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha de Consulta | 27-05-2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Con el fin de garantizar la transparencia y permitir un control posterior efectivo por parte de los oferentes y de la DNCP, solicitamos que se incorpore un registro fotográfico obligatorio en las actas de evaluación de muestras y en las visitas técnicas. Contar con imágenes que documenten el estado, marca y cumplimiento técnico de las mercaderías inspeccionadas en los depósitos es la mejor garantía de que el producto adjudicado es exactamente el mismo que será entregado a la institución. |                   |            |

| Respuesta            | Fecha de Respuesta | 13-08-2026 |
|----------------------|--------------------|------------|
| Ídem consulta N° 25. |                    |            |

## Consulta 54 - Lote 1 - ítem 2 - Silla de ruedas plegable desmontable

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha de Consulta | 27-05-2026 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Solicitamos a la convocante considere la posibilidad de modificar donde dice: - Marco de silla (chasis) en aluminio plegable.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apoya brazo acolchado, corto o largo batiente.</li> <li>- Asiento y espaldero de vinilo totalmente desmontable en material sintético lavables y de fácil limpieza.</li> <li>- Reposapiés desmontable</li> <li>- Bloqueador de rueda con palanca metálica igual a la estructura de la silla.</li> <li>- Ejes traseros y delanteros fijos.</li> <li>- Incorporar logo institucional 2026 en serigrafía 20 cm., x 20 cm., en la parte posterior del espaldero.</li> <li>- Ruedas delanteras de 15cm de neumático solido.</li> <li>-Ruedas posteriores con llantas de metal o aluminio y cubiertas con aro 20" o 22".</li> <li>- Ancho de asiento: 30 a 35 cm de ancho.</li> <li>- Profundidad del asiento: 40cm (+/- 5 cm).</li> <li>- Altura del asiento: 40 a 50cm (+/- 5 cm).</li> <li>- Anchura total: 55 cm. (+/- 5 cm).</li> <li>- Longitud total: 85 cm. (+/- 5 cm). Peso Neto: 15 kg. (+/- 3 kg).</li> <li>- Garantía de un año por defecto de fabricación.</li> </ul> <p>y permita ofertar : - Marco de silla (chasis) en aluminio plegable.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apoya brazo acolchado o de plastico, corto o largo batiente.</li> <li>- Asiento y espaldero de vinilo totalmente desmontable en material sintético lavables y de fácil limpieza.</li> <li>- Reposapiés desmontable</li> <li>- Bloqueador de rueda con palanca metálica igual a la estructura de la silla.</li> <li>- Ejes traseros y delanteros fijos.</li> <li>- Incorporar logo institucional 2026 en serigrafía 20 cm., x 20 cm., en la parte posterior del espaldero.</li> <li>- Ruedas delanteras de 15cm de neumático solido.</li> <li>-Ruedas posteriores con llantas de metal o aluminio y cubiertas con aro 20" o 22".</li> <li>- Ancho de asiento: 30 a 35 cm de ancho.</li> <li>- Profundidad del asiento: 40cm (+/- 5 cm).</li> <li>- Altura del asiento: 40 a 50cm (+/- 5 cm).</li> <li>- Anchura total: 55 cm. (+/- 5 cm).</li> <li>- Longitud total: 85 cm. (+/- 5 cm). Peso Neto: 15 kg. (+/- 3 kg).</li> <li>- Garantía de un año por defecto de fabricación.</li> </ul> |                   |            |

| Respuesta        | Fecha de Respuesta | 13-08-2026 |
|------------------|--------------------|------------|
| Ver Adenda N° 2. |                    |            |

## Consulta 55 - Lote 1 - Item 3 - Silla de ruedas estándar plegable Junior

| Consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha de Consulta | 27-05-2026 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <p>Solicitamos a la convocante considere la posibilidad de modificar donde dice: Silla de ruedas pediátrica plegable Estructura de acero con recubrimiento en polvo. Apoya brazo acolchado corto o largo. Asiento y espaldero de material. sintético, lavable y de fácil limpieza.</p> <p>Incorporar logo institucional 2026 en serigrafía de 20 cm. * 20 cm., en la parte de atrás del espaldero. Reposabrazos y reposapiés fijos. Ruedas delanteras de plástico duro: 6. Ruedas posteriores con llantas de metal o aluminio y cubiertas con aro 20" o 22". Ancho de asiento: 40 cm. (+/- 5 cm.)</p> <p>Altura del asiento: 45 cm. (+/- 5 cm.)</p> <p>Anchura total: 55 cm. (+/- 5 cm.)</p> <p>Longitud total: 55 cm. (+/- 5 cm.)</p> <p>Longitud total: 85 cm. (+/- 5 cm.)</p> <p>Garantía de un año por defecto de fabricación.</p> <p>y permita ofertar :</p> <p>1. • Estructura de acero con recubrimiento en polvo. y permitan ofertar de aluminio. 2. "• Apoya brazo acolchado corto o largo." y permitan cotizar "de plastico". 3. • Reposabrazos y reposapiés fijos." y permita que sea rebatible. 4. • Ruedas posteriores con llantas de metal o aluminio y cubiertas con aro 20" o 22. 5. • Ancho de asiento: 40 cm. (+/- 5 cm.) y permita una variacion de +/- 6cm. 6. • Anchura total: 55 cm. (+/- 5 cm.) y permita una variacion de +-6cm. teniendo en cuenta que las EETT solicitadas estan dirigidas a la marca DY de Distribuidora Asuncion</p> |                   |            |

| Respuesta        | Fecha de Respuesta | 13-08-2026 |
|------------------|--------------------|------------|
| Ver Adenda N° 2. |                    |            |