

## Consultas Realizadas

# Licitación 479656 - Adquisición de Equipos Biomédicos para Fortalecimiento de Hospitales Distritales, Centros de Salud, Centro Oftalmológico, Programa de Cirugías de Mínima Invasión del Consejo Regional de Salud, USF´S del Departamento de Itapúa

### Consulta 1 - Sistema de adjudicación

Consulta	Fecha de Consulta	27-04-2026
<p>Solicitamos respetuosamente a la convocante la revisión del sistema de adjudicación establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, específicamente en lo referente a la adjudicación por lotes.</p> <p>En ese sentido, proponemos considerar la modificación del sistema de adjudicación a la modalidad por ítem, teniendo en cuenta que la actual agrupación en lotes podría limitar la participación de potenciales oferentes. Esto se debe a que no todos los proveedores comercializan la totalidad de los equipos incluidos en cada lote.</p> <p>La adopción de un sistema de adjudicación por ítem permitiría a la Convocante ampliar la concurrencia de oferentes y disponer de un mayor número de ofertas para su evaluación, lo cual podría traducirse en mejores condiciones técnicas, económicas y de calidad para el proceso.</p> <p>La presente solicitud se formula en el marco de los principios de libre competencia, igualdad de participación y transparencia que rigen las contrataciones públicas</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
<p>La implementación de esta modalidad responde a criterios técnicos, operativos y de gestión contractual, sustentados en la experiencia obtenida en procedimientos anteriores, tanto en lo relativo a la optimización de recursos institucionales como a la adecuada distribución, administración y ejecución de los contratos. Asimismo, la adjudicación por lotes favorece una mayor especialización de los oferentes, promueve condiciones más competitivas de participación y contribuye a una ejecución contractual más eficiente, ordenada y coherente con la naturaleza y especificidad de los bienes requeridos.</p>		

## Consulta 2 - LOTE N°1 BIOMÉDICO

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2026
<p>Solicitamos a la Convocante la revisión del sistema de adjudicación establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, específicamente en lo referente al Lote 1.</p> <p>Solicitamos considerar la separación del Ítem 1: Torre para cirugía videolaparoscópica, a un lote independiente. Esta solicitud se fundamenta en que la actual conformación por lote podría limitar la participación de potenciales oferentes, especialmente de aquellos proveedores especializados en este tipo de equipamiento, afectando así los principios de libre competencia.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
<p>La implementación de esta modalidad responde a criterios técnicos, operativos y de gestión contractual, sustentados en la experiencia obtenida en procedimientos anteriores, tanto en lo relativo a la optimización de recursos institucionales como a la adecuada distribución, administración y ejecución de los contratos. Asimismo, la adjudicación por lotes favorece una mayor especialización de los oferentes, promueve condiciones más competitivas de participación y contribuye a una ejecución contractual más eficiente, ordenada y coherente con la naturaleza y especificidad de los bienes requeridos.</p>		

## Consulta 3 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2026
<p>El PBC solicita Demostrar la experiencia en provisión de equipos biomédicos en entidades públicas y/o privadas con facturaciones de venta, contratos y/o recepciones finales u otros documentos, por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en el presente procedimiento de contratación, de los: últimos 3 (tres) años (2023-2024,2025). Las sumatorias de las facturaciones deben alcanzar el porcentaje indicado, no será necesaria la presentación del porcentaje del monto establecido por cada año.</p> <p>Solicitamos a la Convocante aceptar experiencia en equipos medicos y/o biomedicos del año en curso es decir las ventas realizadas en lo que va del año 2026, a fin de brindar mayor oportunidad de participacion a los oferentes y evitar la restriccion a los oferentes que han realizados ventas en el año 2026.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
<p>Se mantiene el requisito establecido en el PBC, considerando para la acreditación de experiencia únicamente los años 2023, 2024 y 2025, atendiendo a que los mismos corresponden a ejercicios fiscales cerrados, ello garantiza la aplicación de un mismo criterio de evaluación para todos los oferentes, en condiciones de igualdad y transparencia.</p>		

## Consulta 4 - Sistema de Adjudicación: Lote

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2026
<p>Solicitamos amablemente que el sistema de adjudicación sea por ÍTEM y no por LOTE , EN EL LOTE N° 1, sería necesario separar los equipos, para que participen la mayor cantidad de potenciales oferentes, teniendo en cuenta que la actual agrupación en lotes podría limitar la participación de potenciales oferentes. Esto se debe a que no todos los proveedores comercializan la totalidad de los equipos incluidos en cada lote.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
<p>La implementación de esta modalidad responde a criterios técnicos, operativos y de gestión contractual, sustentados en la experiencia obtenida en procedimientos anteriores, tanto en lo relativo a la optimización de recursos institucionales como a la adecuada distribución, administración y ejecución de los contratos. Asimismo, la adjudicación por lotes favorece una mayor especialización de los oferentes, promueve condiciones más competitivas de participación y contribuye a una ejecución contractual más eficiente, ordenada y coherente con la naturaleza y especificidad de los bienes requeridos.</p>		

## Consulta 5 - Visita tecnica obligatoria

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2026
En el PBC , aclara que solo el Lote 1 y 2 necesita visita tecnica , en ese caso el Lote 3 quedaria sin efecto ese requisito , eso esta bien?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-04-2026
Debido a los requerimientos técnicos para el LOTE N° 3 ODONTOLÓGICO, No aplica la visita técnica. Favor ceñirse a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones.-		

## Consulta 6 - Lote 3 Accesorios a proveer

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2026
El Lote 3 Inc. 3.7 Obras civiles menores para cumplir con los requisitos de preinstalacion . A que se refiere esto especificamente , porque la instalacion de un sillón requiere desagüe que puede tener o no el lugar para el mismo, caño de agua , se debe ver si se cuenta cerca un lugar para traer el agua , electricidad se debe traer cables desde el tablero con llave aparte para el sillón y el compresor , tambien la cañeria para la manguera del compresor que tambien se debe ver en donde colocar , para todo esto se debe tener en cuenta que todo es bajo piso , y si ya tiene piso se debe levantar todo o colocar por encima que es poco estetico e incomodaria al profesional . Se debe de aclara bien este tema para que se pueda instalar correctamente el sillón y sus accesorios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
Favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.-		

## Consulta 7 - Sistema de Adjudicacion

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2026
Impacto restrictivo y posible favoritismo: el diseño por lote elimina la posibilidad de armar combinaciones óptimas entre proveedores competidores, reduciendo la competencia y elevando el riesgo de oligopolio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
La implementación de esta modalidad responde a criterios técnicos, operativos y de gestión contractual, sustentados en la experiencia obtenida en procedimientos anteriores, tanto en lo relativo a la optimización de recursos institucionales como a la adecuada distribución, administración y ejecución de los contratos. Asimismo, la adjudicación por lotes favorece una mayor especialización de los oferentes, promueve condiciones más competitivas de participación y contribuye a una ejecución contractual más eficiente, ordenada y coherente con la naturaleza y especificidad de los bienes requeridos.		

## Consulta 8 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2026
"En donde se menciona ""Formador de Haz totalmente digital, enfoque digital dinámico, apertura digital variable y apodizador dinámico, 32 A/D canales de muestreo."" Solicitamos al convocante que se elimine o que sea OPCIONAL. Por mas de que la mayoría de los ecógrafos cumplen con esta función, no suele mencionar en sus respectivos manuales."		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
Favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

## Consulta 9 - SISTEMA DE ADJUDICACION:

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2026
DONDE DICE: SISTEMA DE ADJUDICACION: Lote		
Solicitamos formalmente a la convocante considerar la modificación del sistema de Adjudicación por Lote al sistema de Adjudicación por Ítem, a fin de fomentar la libre competencia que permite mayor participación de potenciales oferentes Garantizando el Principio de Igualdad y Libre Competencia establecido en los principios rectores en el Art. 4, inciso. d de la Ley N° 7021/2022.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
La implementación de esta modalidad responde a criterios técnicos, operativos y de gestión contractual, sustentados en la experiencia obtenida en procedimientos anteriores, tanto en lo relativo a la optimización de recursos institucionales como a la adecuada distribución, administración y ejecución de los contratos. Asimismo, la adjudicación por lotes favorece una mayor especialización de los oferentes, promueve condiciones más competitivas de participación y contribuye a una ejecución contractual más eficiente, ordenada y coherente con la naturaleza y especificidad de los bienes requeridos.		

## Consulta 10 - SISTEMA DE ADJUDICACION:

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2026
DONDE DICE: SISTEMA DE ADJUDICACION: Lote		
Solicitamos a la convocante considerar a el sistema de adjudicación por ítems a fin de garantizar el Principio de Economía y Eficiencia establecido los principios rectores en el artículo 4 inciso c, de la LEY 7021/2022		
La adjudicación por ítems es la vía de garantizar el valor por dinero, asegurando que la convocante obtenga la mejor combinación de costo y calidad. El sistema actual impide una competencia real de precios, obligando a la convocante a aceptar un costo global potencialmente superior al que obtendría compitiendo cada ítem de forma individual.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
La implementación de esta modalidad responde a criterios técnicos, operativos y de gestión contractual, sustentados en la experiencia obtenida en procedimientos anteriores, tanto en lo relativo a la optimización de recursos institucionales como a la adecuada distribución, administración y ejecución de los contratos. Asimismo, la adjudicación por lotes favorece una mayor especialización de los oferentes, promueve condiciones más competitivas de participación y contribuye a una ejecución contractual más eficiente, ordenada y coherente con la naturaleza y especificidad de los bienes requeridos.		

## Consulta 11 - SISTEMA DE ADJUDICACION:

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2026
<p>DONDE DICE: SISTEMA DE ADJUDICACION: Lote</p> <p>Solicitamos formalmente a la convocante considerar la modificación del sistema de Adjudicación por Lote al sistema de Adjudicación por Ítem</p> <p>Se observa que, en el documento de Precio Referencial, solo una firma cotizo la totalidad de los ítems. Esto evidencia que el actual sistema de adjudicación por lote actúa de una barrera de entrada, contraviniendo el Principio de Libre Competencia establecido en el Art.4 inciso d), de la Ley 7021/22 al limitar la participación y excluir a potenciales oferentes especializados en ítems específicos .</p> <p>De mantenerse el sistema de adjudicación por lote da a entender que la adjudicación direcciona a una sola empresa.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
<p>La implementación de esta modalidad responde a criterios técnicos, operativos y de gestión contractual, sustentados en la experiencia obtenida en procedimientos anteriores, tanto en lo relativo a la optimización de recursos institucionales como a la adecuada distribución, administración y ejecución de los contratos. Asimismo, la adjudicación por lotes favorece una mayor especialización de los oferentes, promueve condiciones más competitivas de participación y contribuye a una ejecución contractual más eficiente, ordenada y coherente con la naturaleza y especificidad de los bienes requeridos.</p>		

## Consulta 12 - Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2026
<p>En el punto 7 donde se solicita: Copia de Registro Sanitario emitido por DINAVISA.-</p> <p>Solicitamos a la convocante que el requisito del registro sanitario emitido por DINAVISA se encuentre a nombre del oferente y esté vigente, a fin de garantizar la obligación de soporte del producto comercializado y pueda brindar atención inmediata para la asistencia técnica en caso de ser necesario durante el periodo de garantía exigido.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
<p>Favor remitirse a la Adenda N° 01 .-</p>		

## Consulta 13 - Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2026
<p>Solicitamos a la convocante incluir los siguientes requisitos para el lote 1 items item 2 y 3</p> <p>1- Autorización de servicio técnico de reparación y mantenimiento a equipos generadores de radiación ionizante de categoría 4 emitido por la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN) vigente a la fecha de apertura de oferta</p> <p>2- Constancia de Inscripción en la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN) como empresa encargada de realizar IMPORTACIÓN de Fuentes de Radiación Ionizante, conforme lo establece la LEY 5169/14 y el Reglamento Básico de protección Radiológica y seguridad de las fuentes de radiación ionizante, Resolución -D-ARRN N° 11/2025.</p> <p>3- Autorización individual de trabajador ocupacionalmente expuesto (TOE) que es la credencial habilitante y obligatoria de cumplimiento individual a todos los técnicos encargados para prestar servicios a los equipos emisores de radiación ionizante establecida en la LEY 5169/14 y el Reglamento Básico de protección Radiológica y seguridad de las fuentes de radiación ionizante, Resolución -D-ARRN N° 11/2025.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
Favor remitirse a la Adenda N° 01 .-		

## Consulta 14 - Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2026
<p>Solicitamos a la convocante incluir el siguiente requisito</p> <p>Nómina de Plantel de personal técnico dependiente y permanente de por lo menos un año en la empresa Oferente, comprobable por medio de la nómina declarada en el Seguro Social del Instituto de Previsión Social. El Plantel técnico debe contar con certificación de capacitación técnica en fábrica en la modalidad ofertada.</p> <p>Esta solicitud es realizada a fin de garantizar la prestación del servicio de atención inmediata para la asistencia técnica en caso de ser necesario durante el periodo de garantía exigido.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
Favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.-		

## Consulta 15 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2026
<p>El PBC solicita Demostrar la experiencia en provisión de servicios técnicos en entidades públicas y/o privadas con facturaciones de venta, contratos y/o recepciones finales u otros documentos, por un monto equivalente al 30% como mínimo del monto total ofertado en el presente procedimiento de contratación, de los: últimos 3 (tres) años (2023,2024, 2025). Las sumatorias de las facturaciones deben alcanzar el porcentaje indicado, no será necesaria la presentación del porcentaje del monto establecido por cada año. Solicitamos a la Convocante eliminar dicho requerimiento ya que el objeto del llamado es la adquisición de los equipos y no aplica la solicitud de tener que demostrar la experiencia en servicio tecnicos, por tanto a fin de evitar limitar la participacion a los oferentes, solicitamos la eliminacion de dicho requerimiento.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
<p>Lo solicitado obedece a la necesidad de asegurar que el/los oferentes cuenten con la experiencia y capacidad técnica suficiente para respaldar adecuadamente el período de garantía requerido, así como garantizar el correcto funcionamiento, soporte y mantenimiento de los equipos durante dicho plazo, conforme a las exigencias establecidas en el presente procedimiento de contratación.</p>		

## Consulta 16 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2026
En el punto 3.5. Solicitamos a la convocante considerar como "Conector de sonda por el equipo uno o mejor" Con esta modificación se mejora la especificación técnica del equipo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
Favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones; Lo solicitado responde a la necesidad operativa y funcional del servicio al cual será destinado el equipo, a efectos de garantizar una adecuada capacidad de trabajo y compatibilidad con los requerimientos de uso previstos. Asimismo, se aclara que la ampliación de capacidad para conexión de hasta tres transductores se encuentra contemplada mediante el módulo de expansión previsto en el punto 3.6 de las especificaciones técnicas.		

## Consulta 17 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2026
En el punto 3.6. Solicitamos a la convocante considerar como "Módulo de expansión de sonda para expandir a 3 conectores de sondas OPCIONAL" Debido a que hay equipos que cuentan con más de un puerto de transductor y la obligatoriedad aumentaría el costo del equipo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
Favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones; Lo solicitado responde a la necesidad de aumentar la capacidad de conexión del equipo a 03 (tres) sondas, a efectos de permitir su utilización conforme a los requerimientos operativos y funcionales del servicio al cual será destinado el equipo.		

## Consulta 18 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2026
En el punto 3.7. Solicitamos a la convocante considerar como "Monitor LCD a color de alta resolución de 15" o mejor rebatible sobre el teclado." Con el objetivo de no limitar a ningún participante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
Favor ajustarse a lo establecido al Pliego de Bases y Condiciones. Lo requerido corresponde a las necesidades y requerimientos específicos del servicio usuario. Asimismo, las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas, analizadas y confirmadas por los responsables de cada servicio involucrado, conforme a los criterios técnicos y funcionales requeridos para la correcta utilización de los equipos.		

## Consulta 19 - LOTE N°1 BIOMÉDICO

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2026
En el punto 3.8. Solicitamos a la convocante considerar eliminar o como "Función de formador de más de 4 haces OPCIONAL" debido a que los ecografos procesan múltiples señales de ultrasonido de forma simultánea, pero normalmente no menciona en los manuales		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
Favor ajustarse a lo establecido al Pliego de Bases y Condiciones. Lo requerido corresponde a las necesidades y requerimientos específicos del servicio usuario. Asimismo, las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas, analizadas y confirmadas por los responsables de cada servicio involucrado, conforme a los criterios técnicos y funcionales requeridos para la correcta utilización de los equipos.		

## Consulta 20 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2026
En el punto 3.10. Solicitamos a la convocante considerar como "Función TSI (Imágenes de tejido específico) o Índice específico de tejido" para no limitar a ningún participante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
Favor ajustarse a lo establecido al Pliego de Bases y Condiciones. Lo requerido corresponde a una especificación técnica que se encuentra presente en diversos equipos del mercado, por lo que su cumplimiento será evaluado en función de las características técnicas efectivamente ofertadas por cada oferente, conforme a lo establecido en el PBC.		

## Consulta 21 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2026
En el punto 3.12. Solicitamos a la convocante considerar como Imagen compuesta: ajustable bajo 2D con más de 3 niveles" debido a que no se entiende a que se refiere con espacio compuesto y tambien solicitamos la eliminacion de esa funcionalidad en modo M ya que este modo de funcionamiento es mas en modo B.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
Favor ajustarse a lo establecido al Pliego de Bases y Condiciones. Lo requerido corresponde a las necesidades y requerimientos específicos del servicio usuario. Asimismo, las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas, analizadas y confirmadas por los responsables de cada servicio involucrado, conforme a los criterios técnicos y funcionales requeridos para la correcta utilización de los equipos.		

## Consulta 22 - LOTE 1 - ITEM 1 MONITOR MULTIPARAMETRICO DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	28-04-2026
En el punto 3.11. Solicitamos a la convocante considerar como " Frecuencia compuesta imagen: ajustable bajo 2D o mejor" sin afectar el funcionamiento del equipo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
Favor ajustarse a lo establecido al Pliego de Bases y Condiciones. Lo requerido corresponde a las necesidades y requerimientos específicos del servicio usuario. Asimismo, las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas, analizadas y confirmadas por los responsables de cada servicio involucrado, conforme a los criterios técnicos y funcionales requeridos para la correcta utilización de los equipos.		

## Consulta 23 - LOTE 1 - ITEM 1 MONITOR MULTIPARAMETRICO DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2026
En el punto 3.13. Solicitamos a la convocante considerar como "Modos de exploración 2D ), modo M, M Anatómico, PW (onda pulsada Doppler), CFM (Mapeo de Flujo a Color), PDI (Power Doppler Imaging)." Ya que resulta confuso la definición de este punto		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
Favor ajustarse a lo establecido al Pliego de Bases y Condiciones. Lo requerido corresponde a las necesidades y requerimientos específicos del servicio usuario. Asimismo, las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas, analizadas y confirmadas por los responsables de cada servicio involucrado, conforme a los criterios técnicos y funcionales requeridos para la correcta utilización de los equipos.		

## Consulta 24 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2026
----------	-------------------	------------

En el punto 3.16. Solicitamos a la convocante considerar como "bucle cine PW o 2D almacenamiento cine en función tiempo no es inferior a 100 segundos. Reproducción automática/manual o restrospectivo/prospectivo. La velocidad de reproducción puede ser ajustada." sin limitar el funcionamiento original del equipo y sin a ningún participante

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a lo establecido al Pliego de Bases y Condiciones. Lo requerido corresponde a las necesidades y requerimientos específicos del servicio usuario. Asimismo, las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas, analizadas y confirmadas por los responsables de cada servicio involucrado, conforme a los criterios técnicos y funcionales requeridos para la correcta utilización de los equipos.

## Consulta 25 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2026
----------	-------------------	------------

En el punto 3.16. Solicitamos a la convocante considerar como "Almacén masivo de imágenes 500 GB o mejor" sin limitar a los participantes no afectando la funcionalidad del equipo

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a lo establecido al Pliego de Bases y Condiciones. Lo requerido corresponde a las necesidades y requerimientos específicos del servicio usuario. Asimismo, las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas, analizadas y confirmadas por los responsables de cada servicio involucrado, conforme a los criterios técnicos y funcionales requeridos para la correcta utilización de los equipos.

## Consulta 26 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2026
----------	-------------------	------------

En el punto 4.2. Solicitamos a la convocante considerar como "Rango visual dinámico ajustable de 30dB a 280dB o mejor" Con el fin de mejorar la especificaciones técnicas

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
-----------	--------------------	------------

Lo requerido corresponde a las necesidades y requerimientos específicos del servicio usuario. Asimismo, las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas, analizadas y confirmadas por los responsables de cada servicio involucrado, conforme a los criterios técnicos y funcionales requeridos para la correcta utilización de los equipos.

## Consulta 27 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2026
----------	-------------------	------------

En el punto 4.3. Solicitamos a la convocante considerar como "Aumento visual principal ajustable de 0dB a 100dB o Zoom ratio: 0.8 - 10.0 o mejor" Sin limitar a ningun participante

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
-----------	--------------------	------------

Lo requerido corresponde a las necesidades y requerimientos específicos del servicio usuario. Asimismo, las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas, analizadas y confirmadas por los responsables de cada servicio involucrado, conforme a los criterios técnicos y funcionales requeridos para la correcta utilización de los equipos.

## Consulta 28 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2026
En el punto 4.6. Solicitamos a la convocante considerar como "Debe poseer al menos puerto serial de comunicación, interruptor de mano o interruptor de pie, antena para disparo a distancia o teclas de acceso directo" sin afectar la funcionalidad original del equipo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
Lo requerido corresponde a las necesidades y requerimientos específicos del servicio usuario. Asimismo, las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas, analizadas y confirmadas por los responsables de cada servicio involucrado, conforme a los criterios técnicos y funcionales requeridos para la correcta utilización de los equipos.		

## Consulta 29 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2026
En el punto 4.7. Solicitamos a la convocante considerar como "Profundidad de exhibición de sonda convexa es no menos de 32 cm con ajuste de niveles." Lo solicitado por la convocante puede llegar a restringir la participación de varios proveedores, debido a que cuenta con ajustes de niveles pero no de 20 niveles		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
Lo requerido corresponde a las necesidades y requerimientos específicos del servicio usuario. Asimismo, las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas, analizadas y confirmadas por los responsables de cada servicio involucrado, conforme a los criterios técnicos y funcionales requeridos para la correcta utilización de los equipos.		

## Consulta 30 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2026
En el punto 4.8. Solicitamos a la convocante considerar como: "Zoom ratio y panorámico, Scr-Zoom, relación de aumento de 0.8-10 o mejor." Lo solicitado puede llegar a ser confuso por como se menciona.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
Lo requerido corresponde a las necesidades y requerimientos específicos del servicio usuario. Asimismo, las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas, analizadas y confirmadas por los responsables de cada servicio involucrado, conforme a los criterios técnicos y funcionales requeridos para la correcta utilización de los equipos.		

## Consulta 31 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2026
En el punto 5.1. Solicitamos a la convocante considerar como: " Rango de volumen de muestra de 0,5 mm a 20.0 mm o mejor" para no limitar a equipos que ofrecen un rango mejor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
Lo requerido corresponde a las necesidades y requerimientos específicos del servicio usuario. Asimismo, las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas, analizadas y confirmadas por los responsables de cada servicio involucrado, conforme a los criterios técnicos y funcionales requeridos para la correcta utilización de los equipos.		

## Consulta 32 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2026
En el punto 5.2. Solicitamos a la convocante considerar como: "Rango de corrección de ángulo $\pm 85^\circ$ o mejor" para no limitar a equipos que ofrecen un rango mejor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
Favor ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Se establecen las especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir los bienes ofertados.		

## Consulta 33 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2026
En el punto 5.3. Solicitamos a la convocante considerar como: "Rango de muestra ajustable" para no limitara ningun proveedor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
Favor ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Se establecen las especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir los bienes ofertados.		

## Consulta 34 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2026
En el punto 5.4. Solicitamos a la convocante considerar como: "Línea de base: 8 niveles o mejor y la línea de base más baja" Sin limitar a ningún participante mejorando el rango		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
Favor ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Se establecen las especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir los bienes ofertados.		

## Consulta 35 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2026
En el punto 5.5. Solicitamos a la convocante considerar como: "Rango de ángulo de deflexión o de ángulo dirección $\pm 15^\circ$ o mejor aplicado a sonda lineal" con el fin de mejorar el rango de los solicitado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
Favor ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Se establecen las especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir los bienes ofertados.		

## Consulta 36 - LOTE 1 - ITEM 1 MONITOR MULTIPARAMETRICO DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2026
En el punto 5.6. Solicitamos a la convocante considerar como: " Ajustes de filtro de pared en 5 niveles o mejor" sin limitar a ningún participante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
Favor ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Se establecen las especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir los bienes ofertados.		

## Consulta 37 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2026
En el punto 5.8. Solicitamos a la convocante considerar como: " ajustes de rango dinámico en modo B" El ajuste del rango dinámico funciona en modo B		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
Lo requerido corresponde a las necesidades y requerimientos específicos del servicio usuario. Asimismo, las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas, analizadas y confirmadas por los responsables de cada servicio involucrado, conforme a los criterios técnicos y funcionales requeridos para la correcta utilización de los equipos.		

## Consulta 38 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2026
En el punto 5.9. Solicitamos a la convocante considerar como: "Umbral de ruido o reducción de ruido. " con el fin de no limitar a ningún participante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
Favor ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Se establecen las especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir los bienes ofertados.		

## Consulta 39 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2026
En el punto 5.10. En el punto en donde se menciona "Sincronización encendida/apagado." explicar si se refiere al sistema del equipo de algún modo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
Se aclara que se refiere a activar o desactivar la sincronización. Favor ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones		

## Consulta 40 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2026
En el punto 5.11. En el punto en donde se menciona "Frecuencia de repetición de pulso alta encendido/apagado o de tres niveles" Con el fin de no limitar a ningún participante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
Favor ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado no limita la participación teniendo en cuenta que se solicita la activación o desactivación de la frecuencia de repetición de pulso alta.-		

## Consulta 41 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2026
En el punto 5.12. En el punto en donde se menciona "Frecuencia de repetición de pulso alta encendido/apagado o de tres niveles" Con el fin de no limitar a ningún participante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
Favor ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado no limita la participación teniendo en cuenta que se solicita la activación o desactivación de la frecuencia de repetición de pulso alta.-		

## Consulta 42 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2026
En el punto 5.13. En el punto en donde se menciona "Visualización control: inverso, desplazamiento de la línea de base, croma visualización." Con el fin de no limitar a nignun participante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
Favor ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Se establecen las especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir los bienes ofertados.		

## Consulta 43 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2026
En el punto 5.14. En el punto en donde se menciona "Aumento de PW /CW de 0 a 100 Db. OPCIONAL" Debido a que lo solicitado es del modo B		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
Favor ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Se establecen las especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir los bienes ofertados.		

## Consulta 44 - LOTE 1 - ITEM 1 MONITOR MULTIPARAMETRICO DE ALTA COMPLEJIDAD

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2026
En el punto 6.2. En el punto en donde se menciona "Rangos de escala o PRF de 1 - 50 kHz o mejor" con el fin de mejorar el rango de escala		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
Favor ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Se establecen las especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir los bienes ofertados.		

## Consulta 45 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2026
En el punto 6.3. En el" 5niveles ajustables de filtro de pared o mejor" con el fin de no limitar a ningun participante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
Favor ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Se establecen las especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir los bienes ofertados.		

## Consulta 46 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2026
En el punto 6.4. En el" Densidad de línea de color: 9 niveles o mejor." con el fin de mejorar el rango		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
Favor ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Se establecen las especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir los bienes ofertados.		

## Consulta 47 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2026
----------	-------------------	------------

En el punto 6.5. En el "6 niveles ajustables de escala de color croma o mejor " con el fin de no limitar a ningun participante

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Se establecen las especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir los bienes ofertados.

## Consulta 48 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2026
----------	-------------------	------------

En el punto 6.7. En el " 8 niveles de ajustes de optimización de sangre o Potencia%: 1 - 100%" con el fin de no limitar a ningun participante

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Se establecen las especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir los bienes ofertados.

## Consulta 49 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2026
----------	-------------------	------------

Donde solicitan Carta de declaración que el equipo es nuevo y no remanufacturado apostillado o consularizado debidamente legalizado. Se le solicita amablemente que sea declaracion jurada simple y solicitar dicho documento en caso de ser adjudicado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
-----------	--------------------	------------

Favor ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Establece las condiciones necesarias para garantizar la provisión de equipos nuevos, no remanufacturados, asegurando así la calidad, confiabilidad y adecuada funcionalidad de los bienes a ser adquiridos, en concordancia con los requerimientos técnicos y operativos definidos por la Convocante.

## Consulta 50 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2026
----------	-------------------	------------

En el punto 6.8. En el "Posición de muestra ajustable " Lo solicitado es del modo PW

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
-----------	--------------------	------------

Lo requerido corresponde a las necesidades y requerimientos específicos del servicio usuario. Asimismo, las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas, analizadas y confirmadas por los responsables de cada servicio involucrado, conforme a los criterios técnicos y funcionales requeridos para la correcta utilización de los equipos.

## Consulta 51 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2026
En el punto 6.9. En el " No menos de 10 niveles de ajuste de ajuste de sensibilidad de color o ganancia ajustable ." Con el fin de no limitar a potenciales proveedores		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
Lo requerido corresponde a las necesidades y requerimientos específicos del servicio usuario. Asimismo, las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas, analizadas y confirmadas por los responsables de cada servicio involucrado, conforme a los criterios técnicos y funcionales requeridos para la correcta utilización de los equipos.		

## Consulta 52 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2026
En el punto 6.10. Solicitamos a la oferente eliminar o poner como Opcional "Aumento de color 0 a 100dB" debido a que le pertenece al modo B		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
Favor ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Se establecen las especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir los bienes ofertados.		

## Consulta 53 - Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2026
No se visualiza en el PBC el tiempo de entrega de los equipos, se sugiere que sea de 90 a 120 días luego de la firma de orden de servicio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
Favor ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que el plazo de entrega para todos los bienes es de 90 (noventa) días corridos a partir de la emisión de la Orden de Compra.		

## Consulta 54 - SISTEMA DE ADJUDICACION

Consulta	Fecha de Consulta	29-04-2026
Violación de la Ley 7021/22: El Artículo 4 (Principios) establece la Libre Participación y Concurrencia. Al agrupar ítems tan diversos, la convocante crea una barrera de entrada artificial que reduce el universo de posibles oferentes. Según el manual de buenas prácticas de la DNCP, la agrupación por lotes debe responder a una razón técnica de interoperabilidad que aquí no se justifica (una cama hospitalaria no requiere ser de la misma marca que una torre de laparoscopia para funcionar). FAVOR PERMITIR SISTEMA DE ADJUDICACION POR ITEMS		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
La implementación de esta modalidad responde a criterios técnicos, operativos y de gestión contractual, sustentados en la experiencia obtenida en procedimientos anteriores, tanto en lo relativo a la optimización de recursos institucionales como a la adecuada distribución, administración y ejecución de los contratos. Asimismo, la adjudicación por lotes favorece una mayor especialización de los oferentes, promueve condiciones más competitivas de participación y contribuye a una ejecución contractual más eficiente, ordenada y coherente con la naturaleza y especificidad de los bienes requeridos.		

## Consulta 55 - LOTE N° 3 - ÍTEM N° 1 SET DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS.

Consulta	Fecha de Consulta	30-04-2026
----------	-------------------	------------

En el punto 3.6. En donde se menciona: "1 (Un) Luz led de curado" Favor eliminar o considerar como opcional este punto

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
-----------	--------------------	------------

Lo requerido corresponde a las necesidades y requerimientos específicos del servicio usuario. Asimismo, las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas, analizadas y confirmadas por los responsables de cada servicio involucrado, conforme a los criterios técnicos y funcionales requeridos para la correcta utilización de los equipos. Favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.-

## Consulta 56 - LOTE N° 3 - ÍTEM N° 1 SET DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS.

Consulta	Fecha de Consulta	30-04-2026
----------	-------------------	------------

En el punto 5.1. Solicitamos a la convocante aceptar "Normas de calidad específicas: FDA, CE, JIS o INMETRO al menos alguna de ellas. Dicho documento debe indicar el modelo del equipo y debe estar vigente, apostillado o consularizado y legalizado." La inclusión de la certificación INMETRO permitirá una mayor participación de oferentes, considerando que existen fabricantes de reconocida trayectoria en el mercado de equipos odontológicos que cuentan con esta certificación, cumpliendo estándares internacionales de calidad y seguridad.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al pliego de bases y condiciones, lo solicitado asegura la calidad de fabricación de equipos bajo normas internacionales.-

## Consulta 57 - LOTE N°1-ÍTEM N° 5 ESTERILIZADOR A VAPOR POR PULSO DE VACIO

Consulta	Fecha de Consulta	30-04-2026
----------	-------------------	------------

En el punto 2.2. Solicitamos a la convocante aceptar "Construcción acorde a normas internacionales CE, FDA, JIS, INMETRO, TÜV, CE con su correspondiente extensión MDR, MDR al menos uno de ellos. " La inclusión de la certificación INMETRO permitirá una mayor participación de oferentes, considerando que existen fabricantes de reconocida trayectoria en el mercado de equipos odontológicos que cuentan con esta certificación, cumpliendo estándares internacionales de calidad y seguridad.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al pliego de bases y condiciones, lo solicitado asegura la calidad de fabricación de equipos bajo normas internacionales.-

## Consulta 58 - LOTE N°1-ÍTEM N° 5 ESTERILIZADOR A VAPOR POR PULSO DE VACIO

Consulta	Fecha de Consulta	30-04-2026
----------	-------------------	------------

En el punto 3.1. Solicitamos que se considere como "Esterilizador a vapor horizontal por pulso de vacío, compuesto por generador de vapor incorporado, chaqueta o cámara externa, de una puerta manual tipo volante o tipo guillotina, sistema de tuberías, sistema de control." La inclusión de la puerta tipo guillotina permitirá una mayor participación de oferentes, considerando que este tipo de diseño es ampliamente utilizado en esterilizadores modernos, ofreciendo condiciones equivalentes de seguridad, hermeticidad y eficiencia operativa.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al pliego de bases y condiciones lo solicitado es lo mínimo requerido por el servicio.-

## Consulta 59 - LOTE N°1-ÍTEM N° 5 ESTERILIZADOR A VAPOR POR PULSO DE VACIO

Consulta	Fecha de Consulta	30-04-2026
En el punto 3.2. Solicitamos a la convocante considerar como "La chaqueta de la cámara de esterilización debe estar cubierta con cobertor rellena de lana aislante con buenas propiedades de aislamiento térmico o doble pared con aislamiento Bidim, para que contribuya al ahorro de energía y evita el aumento excesivo de la temperatura ambiente." Con el fin de incluir mas a proveedores potenciales		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
Ajustarse al pliego de bases y condiciones lo solicitado es lo mínimo requerido por el servicio.-		

## Consulta 60 - LOTE N°1-ÍTEM N° 5 ESTERILIZADOR A VAPOR POR PULSO DE VACIO

Consulta	Fecha de Consulta	30-04-2026
En el punto 3.3. Solicitamos a la convocante considerar como "La puerta de la cámara de esterilización se debe abrir y cerrar mediante un mecanismo giratorio de varilla de radiación o guillotina con movimiento vertical, equipadas con dispositivos de seguridad de dos etapas (Imposibilidad de abrir la puerta después de iniciar el ciclo y en presencia de presión de vapor en la cámara interior), autobloqueo e interbloqueo o bloqueo hidráulico" considerar la inclusión de lo solicitado permitirá la participación de equipos con tecnologías más modernas, ampliamente utilizadas en el mercado actual, que ofrecen iguales o mejores condiciones de seguridad, hermeticidad y eficiencia operativa.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
Ajustarse al pliego de bases y condiciones lo solicitado es lo mínimo requerido por el servicio. los requerimientos de seguridad se encuentran incluidos en las especificaciones técnicas.-		

## Consulta 61 - Sistema de Adjudicación por Lotes

Consulta	Fecha de Consulta	30-04-2026
Solicitamos la modificación del sistema de adjudicación a la modalidad por ítem, especialmente el Lote 1 ya que la diversidad de equipos agrupados en el Lote 1 limita la participación de los oferentes lo que va en contra de los principios de libre competencia, igualdad de participación y transparencia que rigen las contrataciones públicas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
La implementación de esta modalidad responde a criterios técnicos, operativos y de gestión contractual, sustentados en la experiencia obtenida en procedimientos anteriores, tanto en lo relativo a la optimización de recursos institucionales como a la adecuada distribución, administración y ejecución de los contratos. Asimismo, la adjudicación por lotes favorece una mayor especialización de los oferentes, promueve condiciones más competitivas de participación y contribuye a una ejecución contractual más eficiente, ordenada y coherente con la naturaleza y especificidad de los bienes requeridos.		

## Consulta 62 - LOTE N°1-ÍTEM N° 5 ESTERILIZADOR A VAPOR POR PULSO DE VACIO

Consulta	Fecha de Consulta	30-04-2026
En el punto 4.6. Solicitamos a la convocante considerar como "Tiempo de esterilización: 1 -99min" Sin limitar a los potenciales proveedores		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
Ajustarse al pliego de bases y condiciones. Lo solicitado constituye una especificación técnica necesaria y de vital importancia para poder obtener todos los tipos de ciclos necesarios para el buen funcionamiento y pruebas del equipo solicitado.-		

## Consulta 63 - Sistema de Adjudicación

Consulta	Fecha de Consulta	01-05-2026
<p>Solicitamos respetuosamente a la convocante que la forma de adjudicación pueda ser por ítem, separados por los diferentes tipos de equipos o bienes, teniendo en cuenta que el presente llamado posee ítems de diferentes marcas y fabricantes, lo cual limita la participación de los potenciales oferentes, ya que dicha forma de adjudicación dificulta la posibilidad de que un solo oferente posea la capacidad de proveer las diferentes marcas y documentaciones solicitadas, de manera a no limitar la participación de oferentes</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
<p>La implementación de esta modalidad responde a criterios técnicos, operativos y de gestión contractual, sustentados en la experiencia obtenida en procedimientos anteriores, tanto en lo relativo a la optimización de recursos institucionales como a la adecuada distribución, administración y ejecución de los contratos. Asimismo, la adjudicación por lotes favorece una mayor especialización de los oferentes, promueve condiciones más competitivas de participación y contribuye a una ejecución contractual más eficiente, ordenada y coherente con la naturaleza y especificidad de los bienes requeridos.</p>		

## Consulta 64 - LOTE 1 ITEM 6 CAMA MANUAL PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	01-05-2026
<p>En el punto 3.3 solicitan de dos movimientos de ajuste manual, respaldero y piecera, pero en el ítem 4.6 solicitan con angulación del trendelemburg 0°-12° solicitamos aclarar si necesitan de 2 movimientos o 3 movimientos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
<p>Favor ajustarse a lo establecido en el PBC . Lo solicitado no corresponde a una función de ajuste como lo son los movimientos solicitados en el punto 3.3, corresponde a una técnica médica.</p>		

## Consulta 65 - Lote Cerrado

Consulta	Fecha de Consulta	01-05-2026
<p>Se solicita encarecidamente a la convocante que modifique el sistema de adjudicación de LOTE a que la misma sea por ÍTEM., con dicho sistema se limita la participación a oferentes potenciales y no da lugar a la libre competencia</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
<p>La implementación de esta modalidad responde a criterios técnicos, operativos y de gestión contractual, sustentados en la experiencia obtenida en procedimientos anteriores, tanto en lo relativo a la optimización de recursos institucionales como a la adecuada distribución, administración y ejecución de los contratos. Asimismo, la adjudicación por lotes favorece una mayor especialización de los oferentes, promueve condiciones más competitivas de participación y contribuye a una ejecución contractual más eficiente, ordenada y coherente con la naturaleza y especificidad de los bienes requeridos.</p>		

## Consulta 66 - LOTE1 ITEM 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3 TRANSDUCTORES:

Consulta	Fecha de Consulta	01-05-2026
<p>Solicitamos a la convocante modificar el peso referencial del equipo teniendo en cuenta el peso que tiene la batería, Donde dice Peso Neto: 6.0 kg +/- 0.5kg incluyendo la batería considerar modificar a 7.0 kg +/-0.5kg</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
<p>Lo requerido corresponde a las necesidades y requerimientos específicos del servicio usuario. Asimismo, las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas, analizadas y confirmadas por los responsables de cada servicio involucrado, conforme a los criterios técnicos y funcionales requeridos para la correcta utilización de los equipos. Favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.-</p>		

## Consulta 67 - LOTE N°1-ÍTEM N° 5 ESTERILIZADOR A VAPOR POR PULSO DE VACIO

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
En el punto 4.6. Solicitamos a la convocante considerar como "Tiempo de esterilización: 1 -99min" Sin limitar a los potenciales proveedores		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
Favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo solicitado constituye una especificación técnica necesaria y de vital importancia para poder obtener todos los tipos de ciclos necesario para el buen funcionamiento y pruebas del equipo solicitado.-		

## Consulta 68 - ÍTEM N° 2 – EQUIPO DE RAYOS X RODANTE

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
Punto 4.3.5.5 del Pliego de Bases y Condiciones. El PBC solicita "Ángulo de rotación vertical del tubo: 360°". Los soportes de tubo (column tube stand) montados sobre equipos rodantes habitualmente cuentan con rotación de columna en el rango de $\pm 300^\circ$ a $\pm 340^\circ$ , suficiente para cualquier posicionamiento clínico (radiografía de tórax, abdomen, miembros, decúbito, sedestación). La exigencia de 360° excluye sin justificación clínica a la mayoría de los modelos disponibles en el mercado y configura una especificación direccionada. Por ende solicitamos a la Convocante analizar y modificar el requisito a "Ángulo de rotación vertical del tubo: $\geq \pm 300^\circ$ ", o expresarlo como "rotación de columna suficiente para todas las proyecciones clínicas habituales ( $\geq \pm 300^\circ$ )".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
Favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. La especificación solicitada asegura todas las posiciones incluyendo la de transporte sin comprometer ninguna funcionalidad del equipo solicitado.-		

## Consulta 69 - ÍTEM N° 2 – EQUIPO DE RAYOS X RODANTE

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
Punto 4.3.5.6 del Pliego de Bases y Condiciones. El PBC solicita "Rotación axial del colimador: $\pm 360^\circ$ ."La amplia mayoría de colimadores manuales del mercado cuenta con rotación axial de $\pm 90^\circ$ a $\pm 180^\circ$ , valor que cubre la totalidad de las necesidades clínicas (alineación con bucky, tableros y proyecciones laterales). El requerimiento de $\pm 360^\circ$ no encuentra justificación clínica ni operativa: ningún protocolo radiológico requiere rotar el colimador más allá de $\pm 180^\circ$ . La exigencia parece transcrita de una ficha técnica particular y limita injustificadamente la oferta. Por tanto solicitamos a la Convocante analizar y modificar a : "Rotación axial del colimador: $\geq \pm 90^\circ$ ", o suprimir el valor numérico y dejarlo como "rotación axial suficiente para alineación con receptor de imagen".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
Favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. La especificación solicitada asegura todas las posiciones sin comprometer ninguna funcionalidad del equipo solicitado, lo requerido en la consulta para disminuir el ángulo de funcionamiento limita la capacidad de giro del colimador.		

## Consulta 70 - ÍTEM N° 3 – EQUIPO DE RAYOS X PORTÁTIL CON PANEL DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
<p>Punto 4.11 del Pliego de Bases y Condiciones. El PBC solicita “Frecuencia del generador: 70 kHz.” Los generadores de alta frecuencia de equipos portátiles operan en un rango habitual de 40 kHz a 100 kHz, valores que aseguran calidad de imagen y baja dosis equivalentes. Exigir un valor exacto de 70 kHz es técnicamente arbitrario y direcciona la especificación a un único fabricante. Por tanto solicitamos a la Convocante analizar y modificar a “Frecuencia del generador: <math>\geq</math> 40 kHz (alta frecuencia)”.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
<p>Lo requerido corresponde a las necesidades y requerimientos específicos del servicio usuario. Asimismo, las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas, analizadas y confirmadas por los responsables de cada servicio involucrado, conforme a los criterios técnicos y funcionales requeridos para la correcta utilización de los equipos. Favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.-</p>		

## Consulta 71 - ÍTEM N° 3 – EQUIPO DE RAYOS X PORTÁTIL CON PANEL DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
<p>Punto 4.14 del Pliego de Bases y Condiciones. El PBC solicita “Valores del punto focal: foco fino 0.6; foco grueso 1.8.” Los puntos focales de tubos de rayos X portátiles oscilan habitualmente entre 0.5-0.8 mm para el foco fino y 1.5-2.0 mm para el foco grueso. La conformidad con la norma IEC 60336 admite tolerancias por banda. Exigir valores exactos de 0.6 / 1.8 mm — sin tolerancia — constituye un parámetro cerrado que coincide con la ficha técnica de un fabricante puntual. Por tanto solicitamos a la Convocante analizar y modificar “Punto focal fino: <math>\leq</math> 0.8 mm; punto focal grueso: <math>\leq</math> 2.0 mm”, conforme a IEC 60336.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
<p>Lo requerido corresponde a las necesidades y requerimientos específicos del servicio usuario. Asimismo, las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas, analizadas y confirmadas por los responsables de cada servicio involucrado, conforme a los criterios técnicos y funcionales requeridos para la correcta utilización de los equipos. Favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.-</p>		

## Consulta 72 - ÍTEM N° 3 – EQUIPO DE RAYOS X PORTÁTIL CON PANEL DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
<p>Punto 4.16 del Pliego de Bases y Condiciones. El PBC solicita “Dimensiones máximas del conjunto generador, tubo, colimador (largo <math>\times</math> ancho <math>\times</math> alto): 36 <math>\times</math> 24 <math>\times</math> 21 cm <math>\pm</math>5 cm en cada dimensión.” Las dimensiones del cabezal integrado de un equipo portátil dependen de cada diseño industrial y son irrelevantes para el desempeño clínico mientras se respeten requisitos ergonómicos y de portabilidad. Especificar tres dimensiones con tolerancia mínima (<math>\pm</math>5 cm) es restrictivo y coincide con la ficha técnica de un modelo determinado. Por tanto solicitamos a la Convocante analizar y modificar a Suprimir el requisito dimensional cerrado y reemplazarlo por: “El conjunto deberá garantizar adecuada portabilidad y manipulación por un solo operador, con peso del cabezal compatible con uso prolongado”.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
<p>Favor Ajustarse al pbc las medidas y sus tolerancias fueron evaluadas por el servicio donde serán instaladas.-</p>		

## Consulta 73 - ÍTEM N° 3 – EQUIPO DE RAYOS X PORTÁTIL CON PANEL DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
<p>Punto 4.20 del Pliego de Bases y Condiciones. El PBC solicita “Soporte móvil con ajuste de altura 50 – 200 cm; ancho máximo 66 cm; peso máximo 72 kg.” El valor exacto de “peso máximo del soporte 72 kg” no responde a ninguna necesidad clínica conocida. Distintos fabricantes ofrecen soportes en el rango de 50 a 90 kg con plena funcionalidad. La fijación de un valor puntual de 72 kg es un parámetro direccionado. Por tanto solicitamos a la Convocante analizar y modificar a “Soporte móvil con ajuste de altura comprendido entre 50 y 200 cm; ancho <math>\leq</math> 70 cm; peso del soporte hasta 90 kg, asegurando estabilidad mecánica y movilidad sobre ruedas con freno”.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
<p>Favor Ajustarse al pbc las medidas y sus tolerancias fueron evaluadas por el servicio donde serán instaladas.-</p>		

## Consulta 74 - ÍTEM N° 3 – EQUIPO DE RAYOS X PORTÁTIL CON PANEL DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
<p>Punto 4.25 del Pliego de Bases y Condiciones. El PBC solicita “Matriz de píxeles: 2560 × 3072 píxeles.” La calidad diagnóstica de un detector digital de rayos X de tórax/general (14×17”) se evalúa por la combinación matriz × tamaño de píxel × DQE × scintillator. Detectores ampliamente aceptados clínicamente presentan matrices de 2304×2880, 2560×3072, 3032×2540 y 3072×3072. Exigir una matriz exacta excluye sin justificación clínica a otros equipos de igual o superior performance. Por tanto solicitamos a la Convocante analizar y modificar a “Matriz de píxeles: <math>\geq</math> 2.300 × 2.800 píxeles”, manteniendo el área activa requerida (35×43 cm).</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
<p>Favor Ajustarse al pbc las medidas y sus tolerancias fueron evaluadas por el servicio donde serán instaladas resultando las mínimas requeridas por el servicio.-</p>		

## Consulta 75 - ÍTEM N° 3 – EQUIPO DE RAYOS X PORTÁTIL CON PANEL DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
<p>Punto 4.26 del Pliego de Bases y Condiciones. El PBC solicita “Tamaño de píxel: 140 <math>\mu</math>m.” Los detectores digitales clínicamente equivalentes presentan tamaños de píxel de 100, 125, 139, 140, 148 y 150 <math>\mu</math>m. Exigir un valor puntual y exacto de 140 <math>\mu</math>m es direccionado y excluye, por ejemplo, al detector con 139 <math>\mu</math>m — diferencia clínicamente irrelevante (&lt; 1%). Por tanto solicitamos a la Convocante analizar modificar a “Tamaño de píxel <math>\leq</math> 150 <math>\mu</math>m”.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
<p>Lo requerido corresponde a las necesidades y requerimientos específicos del servicio usuario. Asimismo, las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas, analizadas y confirmadas por los responsables de cada servicio involucrado, conforme a los criterios técnicos y funcionales requeridos para la correcta utilización de los equipos. Favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.-</p>		

## Consulta 76 - ÍTEM N° 4 – ECÓGRAFO PORTÁTIL CON 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
<p>Punto 5.3 del Pliego de Bases y Condiciones. El PBC solicita “Rango de muestra de escala: 1 mm/s a 15 m/s.” La velocidad máxima de Doppler espectral PW que se utiliza en aplicaciones cardiovasculares y vasculares periféricas se encuentra en el rango de 4 a 9 m/s; en CW puede llegar a ~10 m/s. Velocidades de hasta 15 m/s en PW no tienen aplicación clínica en ecografía portátil convencional y constituyen un valor irracional, con apariencia de transcripción mecánica de una ficha técnica determinada. Por tanto solicitamos a la Convocante analizar y modificar a Velocidad máxima de Doppler PW <math>\geq 5</math> m/s”, o expresarla en términos clínicos: “capacidad de medir las velocidades habituales de aplicaciones cardiovasculares y vasculares periféricas”.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
<p>Lo requerido corresponde a las necesidades y requerimientos específicos del servicio usuario. Asimismo, las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas, analizadas y confirmadas por los responsables de cada servicio involucrado, conforme a los criterios técnicos y funcionales requeridos para la correcta utilización de los equipos. Favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.-</p>		

## Consulta 77 - ÍTEM N° 4 – ECÓGRAFO PORTÁTIL CON 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
<p>Punto 5.4 del Pliego de Bases y Condiciones. El PBC solicita “Línea de base <math>\pm 8</math>.” Los principales fabricantes ofrecen ajuste de línea de base en <math>\pm 4</math> niveles, lo que resulta clínicamente suficiente. La exigencia de <math>\pm 8</math> carece de justificación diagnóstica y excluye a los principales referentes del mercado. Por tanto solicitamos a la Convocante analizar y modificar a Ajuste de línea de base con al menos <math>\pm 4</math> niveles”.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
<p>Lo requerido corresponde a las necesidades y requerimientos específicos del servicio usuario. Asimismo, las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas, analizadas y confirmadas por los responsables de cada servicio involucrado, conforme a los criterios técnicos y funcionales requeridos para la correcta utilización de los equipos. Favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.-</p>		

## Consulta 78 - ÍTEM N° 4 – ECÓGRAFO PORTÁTIL CON 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
<p>Punto 6.3 del Pliego de Bases y Condiciones. El PBC solicita “13 niveles ajustables de filtro de pared.” La estandarización clínica del filtro de pared (Wall Filter) en Color Doppler es de 8 niveles. Exigir 13 niveles es un valor sin uso ni racional clínico, claramente direccionado a un único fabricante. Por tanto solicitamos a la Convocante analizar y modificar a “Filtro de pared (Wall Filter) ajustable en al menos 8 niveles”.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
<p>Lo requerido corresponde a las necesidades y requerimientos específicos del servicio usuario. Asimismo, las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas, analizadas y confirmadas por los responsables de cada servicio involucrado, conforme a los criterios técnicos y funcionales requeridos para la correcta utilización de los equipos. Favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.-</p>		

## Consulta 79 - ÍTEM N° 4 – ECÓGRAFO PORTÁTIL CON 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
<p>Punto 8.12 del Pliego de Bases y Condiciones. El PBC solicita “Salida de video PAL-D, S-video, NTSC, VGA, DVI.” Las salidas PAL-D y NTSC corresponden a estándares de video analógico hoy en desuso. La salida HDMI (presente en los equipos modernos) cubre — mediante adaptadores estándar — la funcionalidad de VGA y DVI. Exigir simultáneamente PAL-D, NTSC, VGA y DVI es una especificación obsoleta que no agrega valor clínico y excluye a equipos modernos. Solicitamos a la Convocante analizar y modificar a “Al menos una salida de video digital (HDMI o DVI) y una salida adicional (S-Video o equivalente)”.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
<p>Lo requerido corresponde a las necesidades y requerimientos específicos del servicio usuario. Asimismo, las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas, analizadas y confirmadas por los responsables de cada servicio involucrado, conforme a los criterios técnicos y funcionales requeridos para la correcta utilización de los equipos. Favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.-</p>		

## Consulta 80 - ÍTEM N° 4 – ECÓGRAFO PORTÁTIL CON 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
<p>Punto 8.13 del Pliego de Bases y Condiciones. El PBC solicita “Convertidor de barrido digital 628 x 440 x 24 bits.” El convertidor digital de barrido (DSC) y su resolución interna no son parámetros que el usuario clínico configure ni evalúe. La exigencia de un valor exacto “628 x 440 x 24 bits” coincide con la transcripción de una hoja técnica determinada y no tiene correlato práctico con la calidad de imagen percibida. Por tanto solicitamos a la Convocante analizar y modificar a “Convertidor de barrido digital de alta resolución, compatible con la matriz del monitor”.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
<p>Lo requerido corresponde a las necesidades y requerimientos específicos del servicio usuario. Asimismo, las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas, analizadas y confirmadas por los responsables de cada servicio involucrado, conforme a los criterios técnicos y funcionales requeridos para la correcta utilización de los equipos. Favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.-</p>		

## Consulta 81 - LOTE N°1-ÍTEM N° 5 ESTERILIZADOR A VAPOR POR PULSO DE VACIO

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
<p>En el punto 4.3. Solicitamos a la convocante considerar como "Maxima presión de trabajo o dinámica: 0.2Mpa a 0.4Mpa"</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
<p>Lo requerido corresponde a las necesidades y requerimientos específicos del servicio usuario. Asimismo, las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas, analizadas y confirmadas por los responsables de cada servicio involucrado, conforme a los criterios técnicos y funcionales requeridos para la correcta utilización de los equipos. Favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.-</p>		

## Consulta 82 - ÍTEM N° 4 – ECÓGRAFO PORTÁTIL CON 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
<p>Punto 8.20 del Pliego de Bases y Condiciones. El PBC solicita “Tiempo de trabajo continuo 8 h con la batería incorporada.” Los ecógrafos portátiles tipo laptop ofrecen autonomías de batería interna en el rango de 1 a 3 horas en uso continuo (escaneo activo). Una autonomía de 8 horas continuas no se encuentra en ningún equipo de la categoría portátil profesional ofrecida en el mercado paraguayo. Esta exigencia es técnicamente irrealizable en la categoría solicitada y excluye a la totalidad de la oferta de marcas con representación local. Configura, en consecuencia, un parámetro irracional. Por tanto solicitamos a la Convocante analizar y modificar a “Autonomía de batería interna <math>\geq</math> 1 hora en uso clínico continuo”, complementado eventualmente con baterías adicionales intercambiables.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
<p>Lo requerido corresponde a las necesidades y requerimientos específicos del servicio usuario. Asimismo, las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas, analizadas y confirmadas por los responsables de cada servicio involucrado, conforme a los criterios técnicos y funcionales requeridos para la correcta utilización de los equipos. Favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.-</p>		

## Consulta 83 - ÍTEM N° 4 – ECÓGRAFO PORTÁTIL CON 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
<p>Punto 8.22 del Pliego de Bases y Condiciones. El PBC solicita Peso Neto 6.0 kg <math>\pm</math>0.5 kg incluyendo batería.” La ponderación de un ecógrafo portátil debe ser leída como “a menor peso, mayor portabilidad”, atributo deseable. Fijar un peso exacto de 6 <math>\pm</math> 0.5 kg excluye injustificadamente a equipos más livianos (por ejemplo, 3.8 a 5 kg con batería), que ofrecen ventaja operativa en uso a la cabecera del paciente o en visitas domiciliarias. Solicitamos a la Convocante analizar y modificar a “Peso del equipo <math>\leq</math> 6.5 kg incluyendo batería”.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
<p>Lo requerido corresponde a las necesidades y requerimientos específicos del servicio usuario. Asimismo, las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas, analizadas y confirmadas por los responsables de cada servicio involucrado, conforme a los criterios técnicos y funcionales requeridos para la correcta utilización de los equipos. Favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.-</p>		

## Consulta 84 - ÍTEM N° 4 – ECÓGRAFO PORTÁTIL CON 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
<p>Punto 8.26 del Pliego de Bases y Condiciones. El PBC solicita “Rango de temperatura ambiental: -5 °C a +40 °C.” Los ecógrafos están destinados a operar dentro de servicios de salud climatizados, donde la temperatura ambiente se mantiene entre 18 °C y 28 °C. La exigencia de operación a -5 °C carece de pertinencia clínica para Paraguay y restringe injustificadamente la oferta. Por tanto solicitamos a la Convocante analizar y modificar a “Rango de temperatura ambiental de operación: 0 °C a +40 °C”.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
<p>Lo requerido corresponde a las necesidades y requerimientos específicos del servicio usuario. Asimismo, las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas, analizadas y confirmadas por los responsables de cada servicio involucrado, conforme a los criterios técnicos y funcionales requeridos para la correcta utilización de los equipos. Favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.-</p>		

## Consulta 85 - ÍTEM N° 4 – ECÓGRAFO PORTÁTIL CON 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
<p>Punto 8.29 del Pliego de Bases y Condiciones. El PBC solicita "Adaptador de energía: Entrada AC 100 - 242V ±10% 60 Hz/50 Hz, Salida 15 Vdc, 6.67 A." Las características de salida del adaptador (voltaje y corriente) son determinadas por el diseño eléctrico interno de cada equipo y no afectan la funcionalidad clínica. Exigir 15 Vdc / 6.67 A es una transcripción literal de la ficha de un fabricante. Por tanto solicitamos a la Convocante analizar y modificar a "Adaptador de energía con entrada AC 100 - 240 V, 50/60 Hz; especificaciones de salida según diseño del fabricante".</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
<p>Lo requerido corresponde a las necesidades y requerimientos específicos del servicio usuario. Asimismo, las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas, analizadas y confirmadas por los responsables de cada servicio involucrado, conforme a los criterios técnicos y funcionales requeridos para la correcta utilización de los equipos. Favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.-</p>		

## Consulta 86 - ÍTEM N° 4 – ECÓGRAFO PORTÁTIL CON 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
<p>Punto 8.30 del Pliego de Bases y Condiciones. El PBC solicita "Batería: 7.5 Ah / 11.1 V." La capacidad nominal y voltaje de la batería son parámetros internos del diseño y no determinan la performance clínica, la cual debe medirse en horas de autonomía. Exigir "7.5 Ah / 11.1 V" es nuevamente una transcripción de un datasheet específico. Por tanto solicitamos a la Convocante analizar y modificar a "Batería de litio recargable e intercambiable, según diseño del fabricante, que asegure la autonomía requerida".</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
<p>Lo requerido corresponde a las necesidades y requerimientos específicos del servicio usuario. Asimismo, las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas, analizadas y confirmadas por los responsables de cada servicio involucrado, conforme a los criterios técnicos y funcionales requeridos para la correcta utilización de los equipos. Favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.-</p>		

## Consulta 87 - LOTE N°1-ÍTEM N° 5 ESTERILIZADOR A VAPOR POR PULSO DE VACIO

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
<p>En el punto 4.7. Solicitamos a la convocante considerar como "Dimensiones externas: hasta 720x970x1770 mm " Con esta solicitud podran participar equipos de un menor tamaño con la misma capacidad</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
<p>Lo requerido corresponde a las necesidades y requerimientos específicos del servicio usuario. Asimismo, las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas, analizadas y confirmadas por los responsables de cada servicio involucrado, conforme a los criterios técnicos y funcionales requeridos para la correcta utilización de los equipos. Favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.-</p>		

## Consulta 88 - LOTE N°1-ÍTEM N° 5 ESTERILIZADOR A VAPOR POR PULSO DE VACIO

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
En el punto 4.3. Solicitamos a la convocante considerar como "Presión Absoluta : 0.12Mpa a 0.15Mpa o mejor"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
Lo requerido corresponde a las necesidades y requerimientos específicos del servicio usuario. Asimismo, las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas, analizadas y confirmadas por los responsables de cada servicio involucrado, conforme a los criterios técnicos y funcionales requeridos para la correcta utilización de los equipos. Favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.-		

## Consulta 89 - Detalle de los bienes y/o servicios

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
LOTE N° 3 ÍTEM N° 1 SET DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS. OTROS REQUERIMIENTOS		
En el punto 4.1 donde dice: Garantía de por lo menos 1(un) año, que incluya mantenimientos preventivos según protocolo del fabricante, y mantenimientos correctivos según.		
Solicitamos unificar este requerimiento a 2 años, conforme establece párrafo que se encuentra incluido luego del punto 5 NORMATIVAS		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse a la Adenda N° 01 .-		

## Consulta 90 - LOTE 5- Equipo de ultrasonografía

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
En el punto 4.8. Solicitamos a la convocante considerar como "Potencia: 10KW o mejor " Con esta solicitud podran participar equipos con mejor generador de potencia		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
Ajustarse al pliego de bases y condiciones lo solicitado son especificaciones técnicas mínimas.		

## Consulta 91 - Lote 1 Ecografo

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
8.29 Adaptador de energía: Entrada: AC 100V-242V ± 10% 60Hz / 50Hz, Salida: 15Vdc, 6.67A Solicitamos que 15Vdc, 6.67A sea opcional		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
Ajustarse al pliego de bases y condiciones lo solicitado son especificaciones técnicas mínimas.		

## Consulta 92 - Lote 1 Ecografo

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
Donde dice 8.30 Batería: 7.5Ah/11.1V Solicitamos diga: Batería adecuada al equipo ya que cada equipo tiene sus requerimientos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
Ajustarse al pliego de bases y condiciones lo solicitado son especificaciones técnicas mínimas.		

## Consulta 93 - Lote 1. Item 4

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
8.25 Sonda transvaginal con frecuencia 5 - 10 MHz incluida con el equipo. favor aclarar si se debe incluir Guia de Biopsia reutilizable compatible con este transductor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
Ajustarse al pliego de bases y condiciones lo solicitado son especificaciones técnicas mínimas. Se refiere a la función del programa.-		

## Consulta 94 - Lote 1. Item 4

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
8.24 Sonda lineal con frecuencia 5 - 12MHz incluida con el equipo. favor aclarar si se debe incluir Guia de Biopsia reutilizable compatible con este transductor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
Ajustarse al pliego de bases y condiciones lo solicitado son especificaciones técnicas mínimas. Se refiere a la función del programa.-		

## Consulta 95 - Lote 1. Item 4

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
Solicitan 8.23 Sonda convexa con frecuencia 2 - 5 MHz incluida con el equipo., favor aclarar si se debe incluir una guia de biopsia reusable compatible con este transductor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
Ajustarse al pliego de bases y condiciones lo solicitado son especificaciones técnicas mínimas. Se refiere a la función del programa.-		

## Consulta 96 - Lote 1 Ecografo

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
Donde dice: Tamaño 370 mm (L) × 360 mm(W) × 78 mm(H), solicitamos diga: Tamaño 370 mm (L) × 360 mm(W) × 78 mm(H) aproximadamente ya que dendiendo de la marca hay variaciones en las dimensiones pero son leves		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
Ajustarse al pliego de bases y condiciones lo solicitado son especificaciones técnicas mínimas.		

## Consulta 97 - Lote 1 Ecografo

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
----------	-------------------	------------

8.20 Tiempo de trabajo continuo 8 h con la batería incorporada. Favor aclarar si se referiere a que la batería debe tener 8 horas de autonomía sin estar conectada a la red eléctrica. en ese caso solicitamos diga: Tiempo de trabajo continuo 2h con la batería incorporada.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al pliego de bases y condiciones lo solicitado son especificaciones técnicas mínimas.

## Consulta 98 - Lote 1 Ecografo

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
----------	-------------------	------------

Donde dice: Aumento visual principal ajustable de 0dB a 100dB  
Favor aclarar si se refiere a zoom, generalmente el valor de zoom es hasta 50x

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al pliego de bases y condiciones lo solicitado son especificaciones técnicas mínimas.

## Consulta 99 - Lote 1. Item 4

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
----------	-------------------	------------

3.16 bucle cine PW no es inferior a 100 segundos. Reproducción automática/manual. La velocidad de reproducción puede ser ajustada.  
Solicitamos diga: 3.16 bucle cine PW no es inferior a 10 minutos. Reproducción automática/manual. La velocidad de reproducción puede ser ajustada.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al pliego de bases y condiciones lo solicitado son especificaciones técnicas mínimas.

## Consulta 100 - Lote 1. Item 4

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
----------	-------------------	------------

Donde dice: 3.14 Equipado con línea de guía de biopsia, guía por sonda convexa, sonda lineal. Favor aclarar si se debe incluir una guía de biopsia para la sonda convexa y un guía de biopsia para sonda Lineal cotizados con el equipo. además solicitamos aclarar si las guías deben ser esterilizables o de un solo inicio la misma debe

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al pliego de bases y condiciones lo solicitado son especificaciones técnicas mínimas. Se refiere a la función del programa.-

## Consulta 101 - Lote 1. Item 4

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
----------	-------------------	------------

Solicitan 3.2 Teclado de silicona, solicitamos diga 3.2 Teclado de silicona o touch, considerando que los nuevos modelos de equipos de ecografía cuentan con pantalla táctil en el panel de control donde cuentan con teclado y otros botones aplicados para facilitar su uso

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
-----------	--------------------	------------

Ajustarse al pliego de bases y condiciones lo solicitado son especificaciones técnicas mínimas.

## Consulta 102 - Lote 1. Item 4

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
Donde dice: modulo de expansion de sonda para expandir a tres conectores, favor aclarar si debe estar incluido en la oferta o solo debe tener posibilidad de agregar en el futuro		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
Ajustarse al pliego de bases y condiciones lo solicitado son especificaciones técnicas mínimas.		

## Consulta 103 - Lote 3 inc 3.2 2

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
Pieza de mano de alta velocidad de 4 agujeros . Solicitamn de 4 agujeros en el mercado solo se vende de 2 agujeros o directamente sistema Doriot.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
Ajustarse al pliego de bases y condiciones lo solicitado son especificaciones técnicas mínimas.		

## Consulta 104 - Lote 3 Sillon Odontologico

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
<p>Lote 3 Item 1 SET DE EQUIPO ODONTOLÓGICO</p> <p>"Podríamos cotizar sillones con la configuración detallada más abajo? . Esta solicitud se debe a que lo requerido en el PBC (ID Licitación: 479656) describe características de marcas específicas; además, se solicitan especificaciones técnicas que no se ajustan a los estándares tecnológicos actuales."</p> <p>SILLÓN</p> <p>Base y respaldo construido acero sólido, con tratamiento anticorrosivo y antideslizante</p> <p>Sillón estable, debe tener una base maciza de acero continuo con un espesor mínimo de 25 mm</p> <p>Junta continua de goma, a lo largo de todo el perímetro de la base, debe ser de 14mm como mínimo de espesor</p> <p>Sillón ambidiestro, para adaptación a diestros y zurdos en el momento del montaje</p> <p>Con botón ON/OFF ubicado en la base sillón, facilitando el acceso del profesional y por cuestiones de seguridad en caso de urgencias</p> <p>Estable, sin necesidad de fijar al piso.</p> <p>La unión entre el asiento y el respaldo debe ser central y única.</p> <p>Accionamiento electromecánico.</p> <p>Brazo de apoyo al paciente abatible 90º</p> <p>Caja de conexiones integrada</p> <p>Apoya cabezas anatómico, extraíble, biarticulado, regulable en altura con movimientos anteriores, posteriores y longitudinales y sistema de bloqueo por palanca.</p> <p>Tapizado con acolchado anatómico sin costuras, en PVC, alta densidad, fácilmente desmontable.</p> <p>Capacidad de elevación de hasta 200 kg</p>		

Movimientos de los sillones: a través de un pedal de comando y también con un panel de comando ubicado en la unidad dental.

Posiciones de Trabajo: 3 o más posiciones de trabajo programables por el odontólogo

Vuelta a cero

PEDAL, Joystick con las siguientes características:

- Pedal de control multifuncional que activa la silla, unidad auxiliar, y reflector
- Movimientos de elevación e inclinación automáticos y sincronizados
- Bloqueo de movimientos
- Posición de escupir y retorno a la última posición de trabajo
- Posiciones de trabajo que se pueden personalizar
- Opción "volver a cero" para regresar directamente a la posición inicial
- Apagado automático del reflector al presionar la tecla "volver a cero"

#### UNIDAD DENTAL

Movimientos horizontal y vertical, brazos articulados con freno neumático

Tapa de acero inoxidable desmontable con 2 (dos) o más kg de capacidad.

1 (una) mangueras de terminal de acople borden para alta rotación

1 (una) manguera con terminal para micromotor neumático con acople borden

1(una) jeringa triple con boquilla giratoria, extraíble y autoclavable.

Con pedal neumático para las piezas de mano.

Panel PAD con negatoscopio adjunto, que controla todos los comandos de la silla, el equipo, la unidad de agua y el reflector:

Escupidera

Unidad de agua rebatible manualmente con movimiento horizontal de 90° o más.

Bacha de cerámica: profundo, extraíble, con desagüe y filtro para retener sólidos y tapa para evitar salpicaduras.

Un suctor de saliva venturi para uso con compresor

Un suctor de mayor potencia para uso con bomba de vacío, con llaves de paso regulable

Filtro de residuos individuales para cada manguera suctor, de fácil acceso, extracción y limpieza

Accionamiento automático de cada suctor

Filtro de residuos individuales para cada manguera suctor, de fácil acceso, extracción y limpieza

Botella reservorio de agua de 1(un) litro o mas

Con sensor de proximidad que acciona automáticamente el flujo de agua en la bacha

Sistema para desinfección interna de mangueras

Reflector

Tecnología de iluminación LED. Fuente de luz fría  
Con sensor de proximidad . Activación del reflector mediante el sensor de proximidad  
Selección de la intensidad de la luz a través del sensor de proximidad.  
Foco rectangular  
El cabezal con giro 620°  
Manijas bilaterales, desmontables y esterilizables en autoclave.  
Protector frontal extraíble  
Sistema óptico con 3 LEDs  
Tres intensidades: 10.000, 20.000 e 30.000 LUX

Taburete

Tapizado en material rígido y resistente, con revestimiento sin costuras, densidad adecuada y antideformación.

Base con 5 ruedas, resistente, proporciona excelente estabilidad y fácil movilidad.

Tiene ajuste de altura - asiento con sistema central de elevación a gas mediante palanca lateral, favoreciendo movimientos suaves

La marca ofertada debe tener en el mercado mas de 7 años, con constancia de conformidad o referencia

El periodo de funcionamiento de los bienes debe ser de 7 años, con provisión de repuestos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
Lo requerido corresponde a las necesidades y requerimientos específicos del servicio usuario. Asimismo, las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas, analizadas y confirmadas por los responsables de cada servicio involucrado, conforme a los criterios técnicos y funcionales requeridos para la correcta utilización de los equipos. Favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.-		

## Consulta 105 - Lote 3 Inciso 3.2 2

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
Lote 3 Inciso 3.2 2 Pieza de mano de baja velocidad de 4 agujeros ( micromotor ) . Piden con 4 agujeros , este sistema no se usa en Paraguay , solo con 2 agujeros , complicaria mucho para colocarles los aparatos de baja velocidad que vienen solo con 2 agujeros, se tendria que colocarles un adaptador que es muy dificil de conseguir . Se deberia de colocar de 2 agujeros o directamente Tipo Doriot que es lo que todos tienen y se recomienda.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
Lo requerido corresponde a las necesidades y requerimientos específicos del servicio usuario. Asimismo, las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas, analizadas y confirmadas por los responsables de cada servicio involucrado, conforme a los criterios técnicos y funcionales requeridos para la correcta utilización de los equipos. Favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.-		

### Consulta 106 - Habilitación Servicio Técnico:

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
<p>En la Página N° 16 del PBC, específicamente al punto 3, que solicita: "Copia de Habilitación Vigente de Servicio Técnico de equipos médicos, emitido por DINAVISA".</p> <p>Solicitamos a la Convocante aclarar si dicha habilitación debe estar necesariamente a nombre de la empresa oferente, o si será válida la presentación de una habilitación correspondiente a un servicio técnico tercerizado, debidamente respaldado mediante un acuerdo o contrato formal entre las partes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor ceñirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.-		

### Consulta 107 - LOTE N° 1-ÍTEM N° 6 CAMA MANUAL PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
<p>En el punto 3.1. Solicitamos a la convocante que considere como "Fabricado con marco opostes verticales de acero inoxidable o de metal con recubrimiento de polvo electrostático o pintuea epoxy" Con el fin de no limitar a otros participantes</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
Ajustarse al pliego de bases y condiciones lo solicitado son especificaciones técnicas mínimas.		

### Consulta 108 - LOTE N° 1-ÍTEM N° 6 CAMA MANUAL PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
<p>En el punto 3.4. Solicitamos a la convocante considerar como "Debe poseer esquineras antigolpes en cada esquina. OPCIONAL"</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
Ajustarse al pliego de bases y condiciones lo solicitado son especificaciones técnicas mínimas.		

### Consulta 109 - Habilitación de Servicio Técnico de equipos médicos

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
<p>Página 16 del PBC: "Copia de Habilitación Vigente de Servicio Técnico de equipos médicos, emitido por DINAVISA"</p> <p>¿La mencionada habilitación debe estar expresamente a nombre del Oferene?</p> <p>¿Podría la Convocante permitir la presentación de habilitación de terceras empresas, que no participan en la presente Licitación?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
Ajustarse al pliego de bases y condiciones lo solicitado son especificaciones técnicas mínimas.		

### Consulta 110 - LOTE N° 1-ÍTEM N° 6 CAMA MANUAL PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
<p>En el punto 3.5. Solicitamos a la convocante considerar como " Plataforma del colchón de 2 secciones o mejor"</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
Ajustarse al pliego de bases y condiciones lo solicitado son especificaciones técnicas mínimas.		

### Consulta 111 - LOTE N° 1-ÍTEM N° 6 CAMA MANUAL PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
En el punto 3.7. Solicitamos a la convocante considerar como "con mecanismo manual con manivela de ajuste de altura de la piecera "		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
Ajustarse al pliego de bases y condiciones lo solicitado son especificaciones técnicas mínimas.		

### Consulta 112 - LOTE N° 1-ÍTEM N° 6 CAMA MANUAL PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
En el punto 3.10. Solicitamos a la convocante considerar como "Con Manija o manivelas retráctiles independiente en la piecera para ajuste de sección respaldero, manija independiente para ajuste de la sección piñonera,"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
Ajustarse al pliego de bases y condiciones lo solicitado son especificaciones técnicas mínimas.		

### Consulta 113 - LOTE N° 1-ÍTEM N° 6 CAMA MANUAL PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
En el punto 3.11. Solicitamos a la convocante considerar este punto como "Equipado con movimiento de trendelemburg en forma Manual con amortiguadores. Opcional " Esto es debido a que están solicitando una cama de dos movimientos con diferentes funciones que no corresponde		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-05-2026
Ajustarse al pliego de bases y condiciones lo solicitado son especificaciones técnicas mínimas.		

### Consulta 114 - Lote 1 ITEM 2 Rayos X Rodante

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
En el ítem 2 en el punto 4.1.2 donde dice "Debe posibilitar el monitoreo en tiempo real del estado de funcionamiento del equipo a través de internet", solicitamos amablemente a la convocante explicar a que se refiere en tiempo "real del estado de funcionamiento del equipo a través de internet".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Que en el caso de que hayan ajustes que hacer al equipo, se pueda solucionar a través de una conexión remota a través de internet y verificar el funcionamiento del software y del equipo.-		

### Consulta 115 - Lote 1 ITEM 2 Rayos X Rodante

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
En el ítem 2 en el punto 4.2.8 donde dice "Modo registro de emergencia cuando se requiera el estudio del paciente de carácter urgente" solicitamos amablemente a la convocante que busca con este requisito ya que dicha característica corresponde a un sistema de gestión hospitalaria.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 116 - Lote 1 ITEM 2 Rayos X Rodante

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
En el ítem 2 en el punto 4.2.11 donde dice "Selección de Bucky mural y mesa" solicitamos amablemente a la convocante excluir este punto ya que no corresponde a un equipo de rayos X portátil ya que estos no incorporan bucky ni mesa radiológica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 117 - Lote 1 ITEM 2 Rayos X Rodante

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
En el ítem 2 en el punto 4.2.16 donde dice "Función Stitching de imagen" solicitamos amablemente a la convocante excluir este punto; dado que esta función corresponde equipos de rayos X fijos y no móviles.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 118 - Lote 1 ITEM 2 Rayos X Rodante

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
En el ítem 2 en el punto 4.3.1.2 donde dice "Frecuencia: 200 kHz", solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto por "Frecuencia: 100 kHz", ya que la frecuencia solicitado corresponde a equipos de rayos X fijos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 119 - Lote 1 ITEM 2 Rayos X Rodante

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
En el ítem 2 en el punto 4.3.2.3 donde dice "Potencia del punto focal: 21KW/42.5KW", solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto por "Potencia del punto focal: 16Kw o más / 32Kw o más" ya que lo solicitado corresponde a equipos de rayos X fijo y no a equipos móviles.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 120 - Lote 1 ITEM 2 Rayos X Rodante

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
En el ítem 2 en el punto 4.3.2.4 donde dice "Voltaje máximo: 125Kw" solicitamos amablemente a la convocante aclarar este punto ya que la unidad de medida de voltaje es "V" y no "W"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse a la Adenda N° 01 .-		

## Consulta 121 - Lote 1 ITEM 2 Rayos X Rodante

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	04-05-2026
-----------------	--------------------------	------------

En el ítem 2 en el punto 4.3.1.5 donde dice "Tiempo de exposición: 1 ms - 10000ms", solicitamos amablemente a la convocante considerar un tiempo de exposición de 1ms a 5 seg o menor", esto se debe a que para equipos móviles un tiempo de exposición mayor a 5 segundos no son clínicamente necesarios.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	26-05-2026
------------------	---------------------------	------------

Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.

## Consulta 122 - Lote 1 ITEM 2 Rayos X Rodante

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	04-05-2026
-----------------	--------------------------	------------

En el ítem 2 en el punto 4.3.2.7 donde dice "Capacidad de almacenamiento de calor: 900KJ" solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto por "Capacidad de almacenamiento de al menos 800 KJ", esto es mas que suficiente para equipos móviles con la potencia requerida de 32KW.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	26-05-2026
------------------	---------------------------	------------

Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.

## Consulta 123 - Lote 1 ITEM 2 Rayos X Rodante

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	04-05-2026
-----------------	--------------------------	------------

En el ítem 2 en el punto 4.3.3.3 donde dice "Resolución espacial:36 Lp/cm" solicitamos a la convocante considerar "Resolución espacial de: 3,3 lp/mm o mayor", este valor se encuentra dentro de los parámetros estándares habituales en equipos de radiografía sin afectar la calidad diagnóstica.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	26-05-2026
------------------	---------------------------	------------

Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.

## Consulta 124 - Lote 1 ITEM 2 Rayos X Rodante

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	04-05-2026
-----------------	--------------------------	------------

En el ítem 2 en el punto 4.3.4.3 donde dice "Lampara 24VDC,5W" solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto "Lampara o sistema equivalente (LED)", esto se debe a que actualmente los equipos modernos cuentan con otros sistemas de iluminación en el colimador.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	26-05-2026
------------------	---------------------------	------------

Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.

## Consulta 125 - Lote 1 ITEM 2 Rayos X Rodante

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
En el ítem 2 en el punto 4.3.4.4 donde dice "Con temporizador automático de encendido de la lámpara 30s", solicitamos amablemente a la convocante considerar este punto como opcional ya que, en los equipos modernos, no se requiere necesariamente un temporizador.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 126 - Lote 1 ITEM 2 Rayos X Rodante

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
En el ítem 2 en el punto 4.3.5.2 donde dice "Distancia de enfoque del tubo al suelo: 480mm - 1700mm", solicitamos a la convocante ampliar este rango por "Distancia de enfoque del tubo al suelo: 530mm o menor - 1700mm o mayor", esta modificación no impacta en la realización de estudios y cumplen con los estándares actuales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 127 - Lote 1 ITEM 2 Rayos X Rodante

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
En el ítem 2 en el punto 4.3.3.3 donde dice "Resolución espacial: 36 Lp/cm" solicitamos a la convocante considerar "Resolución espacial de: 3,3 lp/mm o mayor", este valor se encuentra dentro de los parámetros estándares habituales en equipos de radiografía sin afectar la calidad diagnóstica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 128 - Lote 1 ITEM 2 Rayos X Rodante

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
En el ítem 2 en el punto 4.3.4.3 donde dice "Lámpara 24VDC, 5W" solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto "Lámpara o sistema equivalente (LED)", esto se debe a que actualmente los equipos modernos cuentan con otros sistemas de iluminación en el colimador.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 129 - Lote 1 ITEM 2 Rayos X Rodante

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	04-05-2026
-----------------	--------------------------	------------

En el ítem 2 en el punto 4.3.5.2 donde dice "Distancia de enfoque del tubo al suelo: 480mm - 1700mm", solicitamos a la convocante ampliar este rango por "Distancia de enfoque del tubo al suelo: 530mm o menor - 1700mm o mayor", esta modificación no impacta en la realización de estudios y cumplen con los estándares actuales.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	26-05-2026
------------------	---------------------------	------------

Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.

## Consulta 130 - Lote 1 ITEM 2 Rayos X Rodante

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	04-05-2026
-----------------	--------------------------	------------

En el ítem 2 en el punto 4.3.5.5 donde dice "Ángulo de rotación del tubo:360°" solicitamos a la convocante modificar este punto por "Ángulo de rotación vertical del tubo de al menos  $\pm 90^\circ$ ", ya que este valor es el estándar en equipos de rayos X móviles.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	26-05-2026
------------------	---------------------------	------------

Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.

## Consulta 131 - Lote 1 ITEM 2 Rayos X Rodante

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	04-05-2026
-----------------	--------------------------	------------

En el ítem 2 en el punto 4.3.5.6 "Rotación axial del colimador:  $\pm 360^\circ$ " solicitamos a la convocante modificar este punto por "Rotación axial del colimador:  $\pm 90^\circ$ ", ya que este valor es estándar y cumple con los requerimientos clínicos utilizados en equipos de rayos X portátiles.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	26-05-2026
------------------	---------------------------	------------

Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.

## Consulta 132 - Lote 1 ITEM 2 Rayos X Rodante

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	04-05-2026
-----------------	--------------------------	------------

En el ítem 2 en el punto 4.3.6.6 donde dice "Configurar calibración: los componentes del sistema, como el detector de panel plano, como el tubo, para la configuración y calibración automáticas" solicitamos a la convocante considerar este punto como opcional ya que los equipos modernos cuentan con sistemas de auto calibración integrados, sin necesidad de configurar la calibración.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	26-05-2026
------------------	---------------------------	------------

Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.

### Consulta 133 - Lote 1 ITEM 4 Ecografo con 3 transductores

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
En el ítem 4 en el punto 3.17 donde dice "Almacén masivo de 1TERA", solicitamos amablemente a la convocante ampliar este punto "Almacén masivo de imágenes de al menos 500 GB", este almacenamiento es mas que suficiente para equipos portátiles.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

### Consulta 134 - Lote 1 ITEM 4 Ecografo con 3 transductores

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
En el ítem 4 en el punto 4.7 donde dice "Profundidad de exhibición de sonda convexa es no menos de 320 mm, con ajuste de 20 niveles." Solicitamos amablemente a la convocante considerar lo siguiente "Profundidad de exhibición de sonda convexa en no menos de 300 mm", con este parámetro ya permite una adecuada exploración en la mayoría de las aplicaciones clínicas		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

### Consulta 135 - Lote 1 ITEM 4 Ecografo con 3 transductores

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
En el ítem 4 en el punto 4.9 donde dice "Imagen congelada / descongelada, invertida izquierda-derecha o arriba/abajo, polaridad inversa, rotación de imagen (90°/180°/270°) , croma (seudo-color)." Solicitamos a la convocante excluir los puntos de polaridad inversa y croma (seudo-color), estas funciones no son determinantes para la calidad diagnóstica y su implementación varía según el fabricante ya que no constituye un requisito técnico universal.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

### Consulta 136 - Lote 1 ITEM 4 Ecografo con 3 transductores

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
En el ítem 4 en el punto 5.1 donde dice "Rango de volumen de muestra de 0,5 mm a 20.0 mm" solicitamos a la convocante ampliar este rango por lo que sugerimos lo siguiente "Rango de volumen de muestra de 1 mm o menor a 20.0 mm o mayor" esto se ajusta a valores estándares disponibles en el mercado sin afectar la calidad diagnóstica		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

### Consulta 137 - Lote 1 ITEM 4 Ecografo con 3 transductores

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	04-05-2026
-----------------	--------------------------	------------

En el ítem 4 en el punto 5.4 donde dice "Línea de base:  $\pm 8$ " solicitamos a la convocante considerar lo siguiente "Línea de base de al menos  $\pm 6$ ", esto es suficiente para equipos portátiles y no limita la calidad diagnóstica.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	26-05-2026
------------------	---------------------------	------------

Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.

### Consulta 138 - Lote 1 ITEM 4 Ecografo con 3 transductores

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	04-05-2026
-----------------	--------------------------	------------

En el ítem 4 en el punto 5.6 donde dice "Ajustes de filtro de pared en 8 niveles" solicitamos a la convocante considerar "Ajustes de filtro de pared de al menos 6 niveles" este ajuste permite una adecuada eliminación de señales de baja frecuencia y una correcta visualización del flujo sanguíneo en estudios Doppler, cumpliendo con los requerimientos diagnósticos habituales.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	26-05-2026
------------------	---------------------------	------------

Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.

### Consulta 139 - Lote 1 ITEM 4 Ecografo con 3 transductores

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	04-05-2026
-----------------	--------------------------	------------

En el ítem 4 en el punto 6.8 donde dice "Rango de ángulo de reflexión de volumen de muestra  $\pm 15^\circ$  aplicado a sonda lineal." Solicitamos a la convocante excluir este punto ya que corresponde al doppler espectral y no al doppler color

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	26-05-2026
------------------	---------------------------	------------

Favor remitirse a la Adenda N° 01 .-

### Consulta 140 - Lote 1 ITEM 4 Ecografo con 3 transductores

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	04-05-2026
-----------------	--------------------------	------------

En el ítem 4 en el punto 6.10 donde dice "Aumento de color 0 a 100dB" solicitamos a la convocante modificar este punto por "Aumento de color 0 a 100dB o equivalente según fabricante", ya que cada fabricante utiliza diferente escala de medición.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	26-05-2026
------------------	---------------------------	------------

Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.

### Consulta 141 - Lote 1 ITEM 4 Ecografo con 3 transductores

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
----------	-------------------	------------

En el ítem 4 en el punto 8.12 donde dice "Salida de vídeo PAL-D, S-video, NTSC, VGA, DVI" solicitamos a la convocante que solo se considere algunos de esas salidas ya que actualmente los equipos portátiles utilizan principalmente salidas digitales modernas (como HDMI, USB o similares)

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.

### Consulta 142 - LOTE N° 1-ÍTEM N° 6 CAMA MANUAL PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
----------	-------------------	------------

En el punto 3.14. Solicitamos a la convocante considerar como "Con capacidad de carga 200 Kg o mayor" con el fin de no limitar a ningún participante

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.

### Consulta 143 - LOTE N° 1-ÍTEM N° 6 CAMA MANUAL PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
----------	-------------------	------------

En el punto 4.1. Solicitamos a la convocante considerar como "Dimensiones externas: 215x98cm +/-1cm " para una mayor participación

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.

### Consulta 144 - Lote 1 ITEM 4 Ecografo con 3 transductores

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
----------	-------------------	------------

En el ítem 4 en el punto 8.20 donde dice "Tiempo de trabajo continuo 8 h con la batería incorporada, solicitamos a la convocante modificar este punto por "Tiempo de trabajo continuo de al menos 60 minutos" esto se ajusta a los estándares actuales disponibles en el mercado

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.

## Consulta 145 - Lote 1 ITEM 4 Ecografo con 3 transductores

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	04-05-2026
-----------------	--------------------------	------------

En el ítem 4 en el punto 8.22 donde dice "Peso Neto: 6.0 kg +/- 0.5kg incluyendo la batería" solicitamos a la convocante considerar de la siguiente forma "Peso Neto no mayor a 7.5 kg", el rango propuesto se mantiene dentro de parámetros adecuados para equipos de estas características sin afectar la calidad ni la portabilidad de este.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	26-05-2026
------------------	---------------------------	------------

Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.

## Consulta 146 - Plan de entrega de bienes

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	04-05-2026
-----------------	--------------------------	------------

En el PBC no se visualiza plan de entrega de los bienes por lo que sugerimos considerar un plazo de al menos 90 días, considerando que los equipos deben ser importados, están sujetos a tiempos de fabricación, despacho, traslado y capacitación.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	26-05-2026
------------------	---------------------------	------------

Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, el plazo solicitado es de 90 (noventa) días corridos a partir de la emisión de la Orden de Compra.

## Consulta 147 - LOTE N° 1-ÍTEM N° 6 CAMA MANUAL PARA PACIENTE

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	04-05-2026
-----------------	--------------------------	------------

En el punto 4.2. Solicitamos a la convocante considerar como "Plataforma del colchón: 84x194cm +/-1cm" para una mayor participación

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	26-05-2026
------------------	---------------------------	------------

Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.

## Consulta 148 - LOTE N° 1-ÍTEM N° 6 CAMA MANUAL PARA PACIENTE

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	04-05-2026
-----------------	--------------------------	------------

En el punto 4.3. Solicitamos a la convocante considerar como "Altura sin colchón: 55cm +/-1cm" para una mayor participación

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	26-05-2026
------------------	---------------------------	------------

Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.

## Consulta 149 - LOTE N° 1-ÍTEM N° 6 CAMA MANUAL PARA PACIENTE

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	04-05-2026
-----------------	--------------------------	------------

En el punto 4.4. Solicitamos a la convocante considerar como "Angulación del respaldero: 0°-80° (±10°)" para una mayor participación

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	26-05-2026
------------------	---------------------------	------------

Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.

### Consulta 150 - LOTE N° 1-ÍTEM N° 6 CAMA MANUAL PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
En el punto 4.5. Solicitamos a la convocante considerar como "Angulación de la piñonera: 0°-35 (±10°)" para una mayor participación		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

### Consulta 151 - LOTE N° 1-ÍTEM N° 6 CAMA MANUAL PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
En el punto 4.6. Solicitamos a la convocante considerar como "Angulación del trendeamburg: 0°-12°. OPCIONAL" debido a que solo solicitan de dos movimientos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

### Consulta 152 - LOTE N° 1-ÍTEM N° 6 CAMA MANUAL PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
En el punto 4.7. Solicitamos a la convocante considerar como "Diámetro de las ruedas: 125mm +/-2mm" para una mayor participación		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

### Consulta 153 - LOTE N° 1-ÍTEM N° 6 CAMA MANUAL PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
En el punto 4.8. Solicitamos a la convocante considerar como "Capacidad de carga segura: 200Kg o mayor" para una mayor participación		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

### Consulta 154 - LOTE N° 1-ÍTEM N° 6 CAMA MANUAL PARA PACIENTE

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
En el punto 4.9. Solicitamos a la convocante considerar como "Peso: n a 75Kg. OPCIONAL" para una mayor participación		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 155 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
En el punto 8.1. En donde se menciona "Frecuencia de trabajo de la sonda 2. 0MHz 12.05MHz ." Aclarar si se estan refiriendo a un transductor lineal.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas. Se refiere al equipo no a la sonda lineal.-		

## Consulta 156 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
En el punto 8.3. Favor considerar como "Posición de enfoque y ajustable" Con el fin de generalizar mas y sin limitar a los participantes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 157 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
En el punto 8.4. Favor considerar como "Técnica de escaneo: Apodización dinámica, apertura dinámica, escaneo dinámico de frecuencia, Haz multiacústico. OPCIONAL "		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 158 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
En el punto 8.6. Favor considerar como "Post-procesamiento: Corrección gamma, histograma, conversión de escaneo digital (DSC), realce de bordes, rechazo de ruidos, Fluido, , optimización de imagen, transformación de escala de grises, pseudo color, persistencia de color. Al menos 5 de ellas "		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

**Consulta 159 - LOTE N° 1-ÍTEM N° 6 CAMA MANUAL PARA PACIENTE**

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
----------	-------------------	------------

En el punto 8.9. Favor considerar como "Escala o mapa de color 6 o mejor " sin limitar a los participantes

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.

**Consulta 160 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3  
TRANSDUCTORES**

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
----------	-------------------	------------

En el punto 8.10. Favor considerar como "Frecuencia de cuadros 70 f/s o mejor" con el fin de mejorar las especificaciones

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.

**Consulta 161 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3  
TRANSDUCTORES**

Consulta	Fecha de Consulta	04-05-2026
----------	-------------------	------------

En el punto 8.11. Favor considerar como "Area o profundidad de escaneo  $\geq$  32 cm o mejor" con el fin de mejorar las especificaciones

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.

**Consulta 162 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3  
TRANSDUCTORES**

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
----------	-------------------	------------

En el punto 8.12. Favor considerar como "Salida de vídeo PAL-D, S-video, NTSC, VGA, DVI, HDMI o al menos dos de ellas" con el fin de mejorar las especificaciones

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.

## Consulta 163 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
En el punto 8.14. Favor considerar como: "Mediciones mínimas: 2D/CFM: Distancia, área, volumen (método elipse) ángulo; M: distance, tiempo, pendiente, ritmo cardíaco, función simplificada de ventrículo izquierdo, función completa de ventrículo izquierdo; PW/CW: Distancia, máxima gradiente ventricular, gradiente ventricular media, tiempo, ración de S/D, frecuencia de flujo sanguíneo, aceleración del flujo sanguíneo, ritmo cardíaco, índice de pulsación y resistencia.OPCIONAL" la mayoría de mediciones solicitadas es para cardiología y no se solicita que el equipo sea cardiológico y tampoco el transductor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 164 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
En el punto 8.16. Favor considerar como: "Bucle cine 1024. OPCIONAL"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 165 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
En el punto 8.13. Favor considerar eliminar o dejar como opcional "Convertidor de barrido digital 628 x440 x 24 bits" Son detalles que no se menciona en los manuales		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 166 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
En el punto 8.15. Favor considerar como: "Disco duro para almacenamiento masivo de imágenes prospectivo, min. 600000 imágenes permanentemente almacenados"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 167 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
En el punto 8.23. Favor considerar como: "Sonda convexa con frecuencia 2 - 5 MHz incluida con el equipo o mejor rango" Con el fin de mejorar el rango de frecuencia sin limitar a los participantes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 168 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
En el punto 8.19. Favor considerar como: "Potencia de entrada 120 VA o mejor"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 169 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
En el punto 8.20. Favor considerar como: "Tiempo de trabajo continuo 90 min con la batería incorporada." Ya que no todos lo equipos portátiles aguanta esa cantidad de hora		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 170 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
En el punto 8.24. Favor considerar como: " Sonda lineal con frecuencia 5 - 12MHz incluida con el equipo o mejor rango"Con el fin de mejorar el rango de frecuencia sin limitar a los participantes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

### Consulta 171 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
En el punto 8.25. Favor considerar como: "Sonda transvaginal con frecuencia 5 - 10 MHz o mejor rango incluida con el equipo. "Con el fin de mejorar el rango de frecuencia sin limitar a los participantes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

### Consulta 172 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
En el punto 8.27. Favor considerar como: "Rango de humedad relativa: 30% - 85% o mejor"Con el fin de mejorar el rango de frecuencia sin limitar a los participantes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

### Consulta 173 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
En el punto 8.30. Favor considerar como: "Batería: 7.5Ah/11.1V. Opcional"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

### Consulta 174 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
En el punto 8.29. Favor considerar como: "Adaptador de energía: Entrada: AC 100V-240V ± 10% 60Hz / 50Hz " Se está limitando a varios proveedores debido a que la salida para cada equipo diferente		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 175 - Sistema de adjudicación

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
<p>Una vez más, la Gobernación de Itapúa, limita la participación de posibles oferentes, al establecer el sistema de adjudicación por lotes. Esta práctica ha sido constante en esta administración, para ello, basta con mirar los ID 441401 y 432846. La favorecida, la firma Altas Tecnologías SA con RUC 80072821-1. Llamativamente, en todos los llamados para adquisición de equipos médicos que realiza la Gobernación es la que resulta adjudicada con los mayores montos y no cabe dudas de que el Lote 1 está diseñada para esta proveedora. Es importante hacer notar que, la misma recibió una suspensión de parte de la DNCP, posteriormente modificada a una amonestación, por incumplimiento de Contrato a principios de este año, según el portal de Contrataciones Públicas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
<p>Si bien el texto no es una consulta en si, si no mas bien una afirmación inconsistente. La Convocante aclara que la modalidad de adjudicación por lotes fue establecida conforme a criterios técnicos, operativos y administrativos, atendiendo a la naturaleza, funcionalidad y compatibilidad de los bienes requeridos, así como a la necesidad de garantizar una ejecución eficiente y coordinada del contrato. Asimismo, la estructuración del procedimiento se realizó en estricto cumplimiento de los principios establecidos en la Ley de Contrataciones Públicas, especialmente los de igualdad, libre competencia, economía y transparencia, sin que las especificaciones técnicas o la conformación de los lotes tengan por finalidad favorecer o restringir la participación de oferente alguno.</p> <p>En cuanto a las referencias realizadas sobre adjudicaciones anteriores y antecedentes de empresas participantes, corresponde señalar que cada procedimiento de contratación es independiente y se rige por las disposiciones legales vigentes, siendo la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas la autoridad competente para evaluar y resolver cuestiones relacionadas con sanciones o antecedentes administrativos de los proveedores.</p>		

## Consulta 176 - Visita Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
<p>Consultamos la posibilidad de establecer una nueva fecha para las visitas técnicas, considerando las distancias a ser cubiertas y que los horarios establecidos coinciden para distintas ciudades que quedan entre un extremo a otro, como los distritos de Natalio y el Distrito de San Pedro del Paraná, por ejemplo. De por sí las especificaciones técnicas ya limitan la participación y también lo hacen con la visita técnica, incluso para equipos que no requieren ninguna instalación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
<p>La Visita técnica de carácter obligatorio fue fijada y realizada en fecha jueves, 30 de abril de 2026 - 08:30 conforme al cronograma establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, de manera organizada y coordinada, garantizando la participación de los potenciales oferentes en igualdad de condiciones.</p>		

## Consulta 177 - Sistema de adjudicación

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
<p>Consultamos la posibilidad de establecer un Lote separado para las Torres para cirugía Videolaparoscopia. Esto, teniendo en cuenta el alto valor de estos equipos y la importancia de contar con ofertas de empresas con basta trayectoria y experiencia en la provisión de este tipo de equipos, que requieren asistencia técnica profesional y casi personalizada.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
<p>La implementación de esta modalidad responde a criterios técnicos, operativos y de gestión contractual, sustentados en la experiencia obtenida en procedimientos anteriores, tanto en lo relativo a la optimización de recursos institucionales como a la adecuada distribución, administración y ejecución de los contratos. Asimismo, la adjudicación por lotes favorece una mayor especialización de los oferentes, promueve condiciones más competitivas de participación y contribuye a una ejecución contractual más eficiente, ordenada y coherente con la naturaleza y especificidad de los bienes requeridos.-</p>		

## Consulta 178 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
<p>Las especificaciones técnicas, están elaboradas en base al catálogo y/o manual de uso de una marca totalmente desconocida, que ni siquiera cuenta con los instrumentales básicos para una extracción de vesícula como mínimo. La intención de contar con una torre de CVL, se supone es poder realizar estos procedimientos, no obstante, de manera llamativa, no se pide una caja básica, con la intención de beneficiar a esta empresa y su representante local. Consultamos cuál sería la utilidad de adquirir estos equipos de manera incompleta, sin una caja de CVL para extracción de vesícula, por lo menos, cuyo valor de mercado asciende a unos 70 millones aproximado. Es decir, con el mismo precio estimativo, se podrían adquirir las torres más las cajas de instrumentales para cada una de ellas, haciendo que la inversión realmente valga la pena, tenga sentido y resulte beneficioso para los pobladores de las zonas a ser beneficiadas. Por lo expuesto, recomendamos separar las torres en un lote, revisar las especificaciones técnicas, elaborarlas de manera más abierta y participativa e incluir las cajas básicas de CVL, para que la inversión realmente pueda ser beneficiosa.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
<p>Lo requerido corresponde a las necesidades y requerimientos específicos del servicio usuario. Asimismo, las especificaciones técnicas establecidas fueron evaluadas, analizadas y confirmadas por los responsables de cada servicio involucrado, conforme a los criterios técnicos y funcionales requeridos para la correcta utilización de los equipos. Favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.-</p>		

## Consulta 179 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
<p>4.1 Unidad de Control de Cámara 4.1.1 Pantalla Táctil a color LCD de 7 pulgadas. Solicitamos que la pantalla táctil sea considerada como OPCIONAL, teniendo en cuenta que los profesionales fijan la mirada en la pantalla del monitor y no en el procesador. Esta característica restringe la participación de posibles oferentes, dirigiendo el llamado a una marca en particular.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
<p>Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.</p>		

## Consulta 180 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
<p>4.1.2 Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto): 364*325*140mm (±5mm) Solicitamos excluir este requisito, teniendo en cuenta que no hacen a la funcionalidad del equipo solicitado, más bien se utiliza para limitar la participación de otros posibles oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
<p>Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.</p>		

## Consulta 181 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.1.3 Peso: n a 5 kilogramos Solicitamos excluir este requisito, teniendo en cuenta que los equipos van montados sobre un carro de transporte y este parámetro no hace a la funcionalidad del equipo que se pretende adquirir, más bien se utiliza para limitar la participación de posibles oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 182 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.1.4 Con al menos 5 puertos USB ¿Se podría cotizar con al menos 3 puertos USB?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 183 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.1.5 Equipado con al menos con las siguientes interfaces de salida: 3G-SDI*2, 12G-SDI, HDMI*2 ¿Se podría cotizar con 3G-SDI*2, 12G-SDI, HDMI*2, DVI o Display Port, al menos 2 salidas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 184 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.1.7 Interfaz óptica e interfaz de endoscopia: $\phi 31.8 \text{ mm} \square \phi 32.5 \text{ mm} (\pm 0.5 \text{ mm})$ Solicitamos excluir este requisito, teniendo en cuenta que no hacen a la funcionalidad del equipo solicitado, más bien se utiliza para limitar la participación de otros posibles oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 185 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.1.13 Pixeles de la transferencia de imágenes: 3840*2160 Pixeles y 1920*1080. Considerando que se solicita una torre con tecnología 4K, lo correcto debería ser 3840 x 2160 píxeles. ¿Se podría cotizar de 3840 x 2160 píxeles?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 186 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.1.8 Coeficiente de Ajuste Lineal R2 : $\geq 0.98$ Solicitamos excluir este requisito, teniendo en cuenta que no hacen a la funcionalidad del equipo solicitado, más bien se utiliza para limitar la participación de otros posibles oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 187 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.1.9 Angulo de campo visual del sistema de cámara foco fino: $21^\circ \pm 0.5^\circ$ Solicitamos excluir este requisito, teniendo en cuenta que no hacen a la funcionalidad del equipo solicitado, más bien se utiliza para limitar la participación de otros posibles oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 188 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.1.12 Función del amplificador de imagen electrónico: 2.0X ¿Se podría cotizar 2.0x o zoom adaptativo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 189 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.1.10 Mínima iluminación: $\leq 0.08$ Lux Solicitamos excluir este requisito, teniendo en cuenta que no hacen a la funcionalidad del equipo solicitado, más bien se utiliza para limitar la participación de otros posibles oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 190 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.1.11 Ajuste de la velocidad del obturador: 1/60s — 1/64800s ¿Se podría cotizar 1/60s - 1/64800s o de manera automática?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 191 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.1.16 Función de compresión de imagen: $\geq 3$ diferentes efectos de compresión de masas´ Solicitamos excluir este requisito, teniendo en cuenta que no hacen a la funcionalidad del equipo solicitado, más bien se utiliza para limitar la participación de otros posibles oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 192 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.1.15 Relación señal y ruido: 82dB Solicitamos excluir este requisito, teniendo en cuenta que no hacen a la funcionalidad del equipo solicitado, más bien se utiliza para limitar la participación de otros posibles oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 193 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.2.5 Resolución de almacenamiento de imágenes en al menos 2 resoluciones: 3840*2160 píxeles y 1920*1080 píxeles. Considerando que se solicita con tecnología 4K, lo correcto sería con resolución de 3840x2160 píxeles. ¿Se podría cotizar de 3840x2160 píxeles?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 194 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.1.14 Función del ajuste del brillo: Brillo con 6 niveles ajustables ¿Se podría cotizar ajustable en al menos 3 niveles o más?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 195 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.1.21 Función de eliminación de rejilla o interferencias de malla en la imagen: $\geq 2$ Solicitamos excluir este requisito, teniendo en cuenta que no hacen a la funcionalidad del equipo solicitado, más bien se utiliza para limitar la participación de otros posibles oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 196 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.1.17 Debe poseer soporte para reproducción de vídeo en la pantalla táctil ¿Podría ser considerado en pantalla táctil o en el monitor principal?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 197 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.1.23 Valores nominales de la tolerancia de la imagen estática o rango de desviación de píxeles n a 500. Solicitamos excluir este requisito, teniendo en cuenta que no hacen a la funcionalidad del equipo solicitado, más bien se utiliza para limitar la participación de otros posibles oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 198 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.1.25 Exposición: Debe disponer tanto exposición automática como exposición manual Solicitamos excluir este requisito, teniendo en cuenta que no hacen a la funcionalidad del equipo solicitado, más bien se utiliza para limitar la participación de otros posibles oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 199 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.1.24 Con función de balance de blancos automático ¿Se podría cotizar con balance de blancos automático o manual?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 200 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.1.27 Modos quirúrgicos: $\geq$ 18 ajustes preestablecidos (9 modos quirúrgicos definidos por el usuario) Solicitamos excluir este requisito, teniendo en cuenta que no hacen a la funcionalidad del equipo solicitado, más bien se utiliza para limitar la participación de otros posibles oferentes. Es más, una sola marca puede cumplir con la cantidad de ajustes mínimos solicitados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 201 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
<p>4.1.35 La configuración del sistema debe contar con configuración de grabación, modo quirúrgico personalizado, ajuste del botón del cabezal, fecha y hora, almacenamiento interno, frecuencia del sistema.</p> <p>Solicitamos excluir el requisito de modo quirúrgico, teniendo en cuenta que no hacen a la funcionalidad del equipo solicitado, más bien se utiliza para limitar la participación de otros posibles oferentes. Es más, una sola marca puede cumplir con ello</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
<p>Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.</p>		

## Consulta 202 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
<p>4.1.36 Posibilidad de configurar la grabación en almacenamiento interno, externo o ambos</p> <p>¿Se podría cotizar con almacenamiento interno o externo?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
<p>Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.</p>		

## Consulta 203 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
<p>4.1.26 Función de imagen en imagen: al menos 4 diseños disponibles</p> <p>Solicitamos excluir este requisito, teniendo en cuenta que no hacen a la funcionalidad del equipo solicitado, más bien se utiliza para limitar la participación de otros posibles oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
<p>Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.</p>		

## Consulta 204 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
<p>4.1.38 Modo quirúrgico preconfigurado para Artroscopia, cistoscopia, Histeroscopia, Laparoscopia, Toracosopia, Ureterosopia, Fibra, Toracosopia, Ureterosopia, fibra, HNO (ENT), estándar</p> <p>Solicitamos excluir este requisito, teniendo en cuenta que no hacen a la funcionalidad del equipo solicitado, más bien se utiliza para limitar la participación de otros posibles oferentes. Es más, una sola marca puede cumplir con la cantidad de ajustes mínimos solicitados.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
<p>Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.</p>		

## Consulta 205 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.2.13 Ancho de bits del conversor analógico digital del sensor de imagen: 12 bits Solicitamos excluir este requisito, teniendo en cuenta que no hacen a la funcionalidad del equipo solicitado, más bien se utiliza para limitar la participación de otros posibles oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 206 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.1.37 Posibilidad de grabación con resolución de imagen en al menos 120*1080 y 3840*2160. Teniendo en cuenta que se solicita con tecnología 4K, lo correcto sería solicitar 3840x2160 pixeles		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 207 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.1.42 Con posibilidad de visualizar archivos almacenados en SSD o USB por separado Solicitamos excluir este requisito, teniendo en cuenta que no hacen a la funcionalidad del equipo solicitado, más bien se utiliza para limitar la participación de otros posibles oferentes. Es más, una sola marca puede cumplir con la cantidad de ajustes mínimos solicitados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 208 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.1.39 Modo quirúrgico personalizado en al menos 9 preset o configuraciones con posibilidad de exportar e importar donde la configuración incluya brillo, zoom, equilibrio de luz, preferencia de color, fibroscopio, mejora estructural, mejora de color Solicitamos excluir este requisito, teniendo en cuenta que no hacen a la funcionalidad del equipo solicitado, más bien se utiliza para limitar la participación de otros posibles oferentes. Es más, una sola marca puede cumplir con la cantidad de ajustes mínimos solicitados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 209 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4,2 Almacenamiento de imágenes y vídeos: 4.2.1 Disco duro incorporado: $\geq 200$ GB ¿Se podría considerar disco duro incorporado o medio de almacenamiento móvil de $\geq 32$ GB como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 210 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.2.3 Con soporte de puerto USB 2.0 y USB 3.0 ¿Se podría considerar USB 2.0 y /o USB 3.0?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 211 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.2.2 Debe admitir medios de almacenamiento con formato FAT32, NTFS, EXT 2/3/4 ¿Se podría considerar FAT32, NTFS, EXT 2/3/4 al menos uno de ellos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 212 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.2.7 Resolución de almacenamiento de vídeo: 1920 * 1080 píxeles. Considerando que se solicita con tecnología 4K, lo correcto sería de 3840x2160 píxeles. Favor corregir		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 213 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
En el punto 8.37. Favor considerar la eliminacion de este punto "Debe ser posible control de parámetros en MODO CFM/PDI: Ganancia de CFM de 0 a100 o mejor, Ganancia de PDI de 0 a100 , Tamaño y ubicación del muestreo, Escala(ajuste de PRF) 10 niveles o más, Línea de base -8 a +8 , Filtro de pared 8 niveles o más, densidad de color de línea 2niveles , Sensibilidad 10 niveles o más, Frecuencia Doppler según las frecuencias de los transductores, CFM Mapa 6 niveles o más, PDI Mapa 6 niveles o más, Sensibilidad o resolución de la sangre, invertir color, Color focus 3 opciones , Ocultar fondo para eliminar la imagen 2D de la imagen CFM, Línea de escaneo, unidad de escala cm/s, KHZ , Persistencia de 8 a 7,Umbra de 0 a 255, suavización de imagen de 0 a 7, Artefacto de 0 a 7, Dirección PDI." Ya que solicita puntos que son repetitivos o se diferencia de lo solicitado anteriormente		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 214 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
En el punto 8.34. Favor considerar como: "Modos de trabajo mínimos: 2D, M, CFM, PDI, PW, CW, DUAL, QUAD" para no limitar a ningun participante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 215 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.2.9 Sensor de imagen: CMOS de al menos 3 chips ¿Se podría cotizar de al menos 1 chips?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 216 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
En el punto 8.45. Solicitamos a la convocante considera como "Paquete de software para sección específica: Cálculo básico, Calculo del Abdomen, Calculo de Cardiología 2D, M, D, Calculo de la Urología, Calculo de la Obstetricia, Medición Ginecología, Calculo de la parte pequeña, Calculo Vascular, Calculo Cardiología Fetal, Calculo de Doppler Transcraneal, Calculo de Ortopedia, OPCIONAL" Debido a que lo solicitado es para un equipo mas costoso y requiere otro tipo de transductor para algunas mediciones como la cardiologia fetal, calculo de la urologia, calculo de doppler transcraneal y de ortopedia		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 217 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.2.10 Al menos 2 resoluciones de imágenes: 3840 * 2160 píxeles y 1920*1080 píxeles Considerando que lo solicitado corresponde a una torre con resolución 4K, solicitamos que sea al menos 3840x2160 píxeles.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 218 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
En el punto 8.36. Favor considerar la eliminacion de este punto "Debe ser posible control de parámetros en Modo M: Ganancia M (0 a 100), M Línea, frecuencia según el transductor, velocidad de actualización 8 niveles, Cromo 8 niveles como mínimo, Mejora M 4 niveles, Anatómica M de 0 a 360 grados, formato de visualización entre Izquierda B y derecha M, B arriba y M abajo, M pantalla completa" Ya que solicita puntos que son repetitivos o se diferencia de lo solicitado anteriormente		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 219 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
<p>En el punto 8.35. Favor considerar la eliminacion de este punto "Debe ser posible control de parámetros en 2D: ganancia de 2D de 0 a 100, profundidad 20 niveles , MBP(procesamiento paralelo) 3 niveles , Frecuencia profundidad 20 niveles , MBP(procesamiento paralelo) 3 niveles , Frecuencia dependiendo del transductor, Angulo de Escaneo 8 niveles , imagen compuesta espaciales 4 niveles , imagen compuesta frecuencia dos niveles , Cromo 8 niveles como mínimo, Rango Dinámico 30 dB a 320dB en 16 niveles , Buey(ángulo de dirección) 7 ángulos , ángulo de visión de las imágenes para la formación de imágenes trapezoidales dos niveles, emisión de la línea de escaneo y la dirección del haz de recepción dos niveles, TSI 4 niveles, Densidad de Línea 2 niveles, Mejora de bordes 8 niveles , centrar mínimo 4, línea de exploración 4 niveles , potencia acústica 10 niveles , polaridad dos niveles, rechazo de ruido 2 niveles , Rotar 3 niveles , promedio de marco 8 niveles como mínimo, promedio de línea 4 niveles , suavización de imagen 8 niveles , gammav8 niveles , nivel de mejora de imagen 6 niveles , transformada gris 0 a 255, rechazo de gris 0 a 255 , global zoom 8 niveles , imagen en imagen 8 niveles, zoom local , imagen arriba, imagen abajo, imagen izquierda, imagen derecha." Ya que solicita puntos que son repetitivos o se diferencia de lo solicitado anteriormente</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
<p>Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.</p>		

## Consulta 220 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
<p>4.2.12 Función de enfoque automático: <math>\leq 500</math> ms Solicitamos excluir este requisito, teniendo en cuenta que no hacen a la funcionalidad del equipo solicitado, más bien se utiliza para limitar la participación de otros posibles oferentes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
<p>Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.</p>		

## Consulta 221 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
<p>En el punto 8.42. Favor considerar la eliminacion de este punto o que sea opcional "Medición básica y cálculo de D: Velocidad, RI(índice de resistencia), PS/ED, Tiempo, Acelerar, PI, HR, PGMAX, PG mean"</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
<p>Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.</p>		

## Consulta 222 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
En el punto 8.32. Favor considerar como: "reducción de ruidos " para no limitar a ningún participante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 223 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.3.6 Flujo luminoso total: 1,500 lm Solicitamos excluir este requisito, teniendo en cuenta que no hacen a la funcionalidad del equipo solicitado, más bien se utiliza para limitar la participación de otros posibles oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 224 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.2.16 Ruido $\leq 42$ dB Solicitamos excluir este requisito, teniendo en cuenta que no hacen a la funcionalidad del equipo solicitado, más bien se utiliza para limitar la participación de otros posibles oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 225 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
En el punto 8.46. Solicitamos a la convocante considerar como "Conectores de: Salida de audio, salida de video DVI o salida de S-Video" Sin limitar a los participantes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 226 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.2.17 Dimensiones (An*Al*La): 38.4mm*46.1mm*118mm (±3mm) Solicitamos excluir este requisito, teniendo en cuenta que no hacen a la funcionalidad del equipo solicitado, más bien se utiliza para limitar la participación de otros posibles oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 227 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
En el punto 8.51. Solicitamos a la convocante considerar como "Mantenimiento del Equipo y las sondas (Protocolos) por servicio técnico."		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 228 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.3.4 Temperatura de color: 5.000 -7.000 K ¿Se podría cotizar entre 4500 y 7000K?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 229 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 4 ECÓGRAFO PORTÁTIL 3 TRANSDUCTORES

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
En el punto 8.49. Solicitamos a la convocante considerar como "DICOM 3.0(service, Storage, Worklist, MPPS, Print, Service-Query/Recover, Storage Commitment, Informe estructurado al menos 7 de ellas), Almacenamiento multimedia DICOM (importación/exportación de archivos DICOMDIR)."		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 230 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4,3 Fuente de luz LED endoscópica 4.3.1 Peso: 4,2 kg Solicitamos excluir este requisito, teniendo en cuenta que no hacen a la funcionalidad del equipo solicitado, más bien se utiliza para limitar la participación de otros posibles oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 231 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.2.15 al menos 4 botones de cámara, 6 teclas de acceso directo y no menos de 16 funciones de selección ¿Se podría cotizar con al menos 3 botones de cámara, 3 teclas de acceso y no menos de 8 funciones de selección?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 232 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.2.18 Peso: 206 g ( $\pm 6$ g) ; con cable 580 g ( $\pm 10$ g) Solicitamos excluir este requisito, teniendo en cuenta que no hacen a la funcionalidad del equipo solicitado, más bien se utiliza para limitar la participación de otros posibles oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 233 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.3.5 Vida útil: 60.000 horas ¿Se podría cotizar con al menos 30.000hs?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 234 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.3.2 Dimensiones: (An. x Pr. x Al.): 340 x 326 x 77 mm ( $\pm 5$ mm) Solicitamos excluir este requisito, teniendo en cuenta que no hacen a la funcionalidad del equipo solicitado, más bien se utiliza para limitar la participación de otros posibles oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 235 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.3.7 Iluminancia central máxima: 3200000 lx ( $\pm 100$ lx) Solicitamos excluir este requisito, teniendo en cuenta que no hacen a la funcionalidad del equipo solicitado, más bien se utiliza para limitar la participación de otros posibles oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 236 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.3.8 Ajuste manual del brillo debe estar disponible tanto en la fuente de luz como en la pantalla táctil de la unidad de control de la cámara Solicitamos excluir este requisito, teniendo en cuenta que no hacen a la funcionalidad del equipo solicitado, más bien se utiliza para limitar la participación de otros posibles oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 237 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.3.9 Debe poseer ajuste automático del brillo mediante la unidad de control de la cámara disponible Solicitamos excluir este requisito, teniendo en cuenta que no hacen a la funcionalidad del equipo solicitado, más bien se utiliza para limitar la participación de otros posibles oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 238 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.3.10 Con protección del sistema al no poder ingresar al modo luminoso sin inserción de fibra óptica Solicitamos excluir este requisito, teniendo en cuenta que no hacen a la funcionalidad del equipo solicitado, más bien se utiliza para limitar la participación de otros posibles oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 239 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.3.13 Debe poseer indicador de brillo de la fuente de luz con indicación mediante parpadeo de la vida útil de la lámpara LED Solicitamos excluir este requisito, teniendo en cuenta que no hacen a la funcionalidad del equipo solicitado, más bien se utiliza para limitar la participación de otros posibles oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 240 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4,4 Insuflador 4.4.1 Pantalla táctil: LCD a color de 7 pulgadas ¿Se podría cotizar de al menos 5 pulgadas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 241 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.4.2 Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 364 x 325 x 140 mm, ± 5 mm Solicitamos excluir este requisito, teniendo en cuenta que no hacen a la funcionalidad del equipo solicitado, más bien se utiliza para limitar la participación de otros posibles oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 242 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.4.3 Peso: 9 kg como máximo Solicitamos excluir este requisito, teniendo en cuenta que no hacen a la funcionalidad del equipo solicitado, más bien se utiliza para limitar la participación de otros posibles oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 243 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.4.4 Debe poseer interruptor de pie Solicitamos excluir este requisito, teniendo en cuenta que no hacen a la funcionalidad del equipo solicitado, más bien se utiliza para limitar la participación de otros posibles oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 244 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.4.5 Ruido: $\leq 42$ dB Solicitamos excluir este requisito, teniendo en cuenta que no hacen a la funcionalidad del equipo solicitado, más bien se utiliza para limitar la participación de otros posibles oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 245 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.4.9 Indicador de diferencia de presión: 666,6 Pa (5 mmHg), $\pm$ 266,6 Pa ( 2 mmHg ) ¿Podría ser considerado como opcional?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 246 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.4.11 Con un tiempo de suplemento de subtensión: $\leq 10$ s Solicitamos que el requisito sea opcional, considerando que limita la participación a una marca específica en el mercado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 247 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.4.10 Debe poseer función de liberación de sobrepresión y tiempo de liberación de sobrepresión: $\leq 20$ s Solicitamos que el requisito sea opcional, considerando que limita la participación a una marca específica en el mercado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 248 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.4.12 Modo inflable: con 5 modos , debe contener patrones estándar, pediátrico, obesidad, alto flujo, y personalizados ¿Se podría cotizar con al menos 3 modos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 249 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.4.13 Con al menos 3 modo de ajuste de flujo: modo rápido, modo convencional, y modo lento ¿Se podría cotizar con al menos 2 modos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 250 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.6.1 Función de evacuación de humos: Dispositivo de extracción de humos $\geq 4$ (El caudal máximo de descarga de humo admitido es de 10 L/min) Solicitamos que sea considerado como opcional, considerando que limita la participación a una sola marca en el mercado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 251 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.6.3 Con la función de control y protección de descompresión secundaria Solicitamos que sea considerado como opcional, considerando que limita la participación a una sola marca.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 252 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.6.11 La pantalla principal debe mostrar las siguientes indicaciones y funciones: Ajuste de presión, indicador de presión, indicador de flujo, ajuste de flujo, consumo de CO <sub>2</sub> , indicador gráfico de estado de calefacción, indicador gráfico de nivel de CO <sub>2</sub> , ajuste de nivel de evacuación de humo, tipo de paciente, botón iniciar, botón configuración Solicitamos que sea considerado como opcional, considerando que limita la participación a una sola marca.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 253 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.6.12 Posibilidad de elegir tipo de paciente adulto/pediátrico, paciente bariátrico, alto flujo y personalizado ¿Se podría cotizar paciente adulto/pediátrico, paciente bariátrico, alto flujo y personalizado, al menos dos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 254 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4,7 Laparoscopia 4K 4.7.2 Con campo de visión de al menos 80° Solicitamos excluir este requisito, teniendo en cuenta que no hacen a la funcionalidad del equipo solicitado, más bien se utiliza para limitar la participación de otros posibles oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 255 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.7.3 Con resolución angular del centro del campo de visión ra (d) 8°C Solicitamos excluir este requisito, teniendo en cuenta que no hacen a la funcionalidad del equipo solicitado, más bien se utiliza para limitar la participación de otros posibles oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 256 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.7.5 Con longitud útil de 321 mm aproximadamente ¿Se podría cotizar de 310mm?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 257 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4,8 Monitor 4K 4.8.1 Tamaño de pantalla: 3 1 pulgadas ¿Se podría cotizar de 32 pulgadas como mínimo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 258 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.8.5 Contraste: 1.300:1 ¿Se podría cotizar 1000:1 a 1500:1?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 259 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.8.6 Brillo: 700 cd/m <sup>2</sup> ¿Se podría cotizar 350cd/m <sup>2</sup> a 700 cd/m <sup>2</sup> ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 260 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.8.9 Voltaje de funcionamiento: 24VCC ¿Se podría cotizar 24VCC o 48V?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 261 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.8.10 Consumo de energía: < 120W Solicitamos excluir este requisito, teniendo en cuenta que no hacen a la funcionalidad del equipo solicitado, más bien se utiliza para limitar la participación de otros posibles oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 262 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.8.11 En espera: <15W Solicitamos excluir este requisito, teniendo en cuenta que no hacen a la funcionalidad del equipo solicitado, más bien se utiliza para limitar la participación de otros posibles oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 263 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.9.1 Peso: 60 kg ¿Podría ser considerado como OPCIONAL, teniendo en cuenta a que no hace a ninguna funcionalidad del equipo?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 264 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.9.2 Dimensiones: 4.9.3 a. Carro de equipo (An. x Al. x Pr.): 585 x 1202 (sin brazo) x 697 mm ± 5 mm; 585*1535 (con brazo) * 697mm ± 5 mm b. Estante (An x Pr.): 510x470mm ± 5 mm c. Diámetro de la rueda: 100mm ± 5 mm Las dimensiones del carro podrían ser consideradas como OPCIONAL, teniendo en cuenta que son diferentes de acuerdo a cada fabricante y no hacen a la funcionalidad del equipo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 265 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.10.3 DDJJ de Proveer 01 Balón de CO2 con regulador y Maguera del Insuflador (original de fábrica) En reemplazo de la DD.JJ se podría presentar copia del manual o catálogo de producto, donde se puede comprobar que la marca cotizada cuenta con el accesorio solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 266 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.10.4 DDJJ de Proveer todas las tuberías y conexiones necesarias para su funcionamiento (sin incluir instrumentales) En reemplazo de la DD.JJ se podría presentar copia del manual o catálogo de producto, donde se puede comprobar que la marca cotizada cuenta con el accesorio solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 267 - Especificaciones Técnicas Torre para cirugía videolaparoscopia

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
4.10.6 Presentar Registro Sanitario Vigente emitido por DINAVISA donde indique la marca, y modelo ofertado de la fuente de luz, sistema de cámara, insuflador, Laparoscopia ¿Se podría considerar el registro sanitario vigente o la constancia de renovación en trámite, para los registros vencidos y que se encuentran en proceso de renovación?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.-		

## Consulta 268 - Plan de entregas

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
En el PBC, no se observa el plazo para entrega de los bienes. Solicitamos que sea por lo menos entre 45 a 60 días, desde el cobro del anticipo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Para todos los bienes el plazo de entrega será de 90 (noventa) días corridos a partir de la emisión de la Orden de Compra.		

## Consulta 269 - LOTE N° 1-ÍTEM N° 2 EQUIPO DE RAYOS X RODANTE

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
En el punto 4.3.1.2. Solicitamos a la convocante considerar como "Frecuencia: 60Khz o mejor"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 270 - LOTE N° 1-ÍTEM N° 2 EQUIPO DE RAYOS X RODANTE

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	05-05-2026
-----------------	--------------------------	------------

En el punto 4.3.1.3. Solicitamos a la convocante considerar como "Corriente: 10 - 400mA o mejor"

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	26-05-2026
------------------	---------------------------	------------

Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.

## Consulta 271 - LOTE N° 1-ÍTEM N° 2 EQUIPO DE RAYOS X RODANTE

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	05-05-2026
-----------------	--------------------------	------------

En el punto 4.3.2.2. Solicitamos a la convocante considerar como "Punto focal: 1.0mm/2.0mm o menor"

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	26-05-2026
------------------	---------------------------	------------

Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.

## Consulta 272 - LOTE N° 1-ÍTEM N° 2 EQUIPO DE RAYOS X RODANTE

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	05-05-2026
-----------------	--------------------------	------------

En el punto 4.3.1.5. Solicitamos a la convocante considerar como "Tiempo de exposición: 1ms - 360ms o mayor"

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	26-05-2026
------------------	---------------------------	------------

Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.

## Consulta 273 - LOTE N° 1-ÍTEM N° 2 EQUIPO DE RAYOS X RODANTE

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	05-05-2026
-----------------	--------------------------	------------

En el punto 4.3.2.2. Solicitamos a la convocante considerar como "Potencia del punto focal: 11KW/32KW o mejor"

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	26-05-2026
------------------	---------------------------	------------

Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.

## Consulta 274 - LOTE N° 1-ÍTEM N° 2 EQUIPO DE RAYOS X RODANTE

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	05-05-2026
-----------------	--------------------------	------------

En el punto 4.3.2.5. Solicitamos a la convocante considerar como "Velocidad de rotación del Ánodo: 2800rpm o mayor"

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	26-05-2026
------------------	---------------------------	------------

Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.

## Consulta 275 - LOTE N° 1-ÍTEM N° 2 EQUIPO DE RAYOS X RODANTE

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	05-05-2026
-----------------	--------------------------	------------

En el punto 4.3.2.6. Solicitamos a la convocante considerar como "Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo: 300KHU o mejor" Debido a que normalmente viene con estas unidades de medida

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	26-05-2026
------------------	---------------------------	------------

Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.

## Consulta 276 - LOTE N° 1-ÍTEM N° 2 EQUIPO DE RAYOS X RODANTE

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	05-05-2026
-----------------	--------------------------	------------

En el punto 4.3.2.7. Solicitamos a la convocante considerar como "Capacidad de almacenamiento de calor : 900KHU o mayor" Debido a que normalmente viene con estas unidades de medida

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	26-05-2026
------------------	---------------------------	------------

Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.

## Consulta 277 - LOTE N° 1-ÍTEM N° 2 EQUIPO DE RAYOS X RODANTE

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	05-05-2026
-----------------	--------------------------	------------

En el punto 4.3.2.7. Solicitamos a la convocante considerar como "Capacidad de almacenamiento de calor : 900KJ o mayor" Debido a que normalmente viene con estas unidades de medida

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	26-05-2026
------------------	---------------------------	------------

Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.

## Consulta 278 - LOTE N° 1-ÍTEM N° 2 EQUIPO DE RAYOS X RODANTE

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	05-05-2026
-----------------	--------------------------	------------

En el punto 4.3.2.8. Solicitamos a la convocante considerar como "Angulo del Ánodo 12º +/-3º"

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	26-05-2026
------------------	---------------------------	------------

Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.

## Consulta 279 - LOTE N° 1-ÍTEM N° 2 EQUIPO DE RAYOS X RODANTE

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	05-05-2026
-----------------	--------------------------	------------

En el punto 4.3.3.3. Solicitamos a la convocante considerar como "Resolución Espacial: 0Lp/cm o mejor"

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	26-05-2026
------------------	---------------------------	------------

Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.

## Consulta 280 - LOTE N° 1-ÍTEM N° 2 EQUIPO DE RAYOS X RODANTE

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	05-05-2026
-----------------	--------------------------	------------

En el punto 4.3.3.4. Solicitamos a la convocante considerar como "DQE $\geq$ 59% o mejor"

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	26-05-2026
------------------	---------------------------	------------

Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.

## Consulta 281 - LOTE N° 1-ÍTEM N° 2 EQUIPO DE RAYOS X RODANTE

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	05-05-2026
-----------------	--------------------------	------------

En el punto 4.3.3.7. Solicitamos a la convocante considerar como "Pixel activo: 2304\*2800 o mejor"

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	26-05-2026
------------------	---------------------------	------------

Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.

## Consulta 282 - LOTE N° 1-ÍTEM N° 2 EQUIPO DE RAYOS X RODANTE

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	05-05-2026
-----------------	--------------------------	------------

En el punto 4.3.3.8. Solicitamos a la convocante considerar como "Pixel activo: 2304\*2800 o mejor"

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	26-05-2026
------------------	---------------------------	------------

Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.

## Consulta 283 - LOTE N° 1-ÍTEM N° 2 EQUIPO DE RAYOS X RODANTE

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	05-05-2026
-----------------	--------------------------	------------

En el punto 4.3.4.2. Solicitamos a la convocante considerar como "Apertura máxima de ventana: 440mmx440mm (SID=100cm) o mejor "

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	26-05-2026
------------------	---------------------------	------------

Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.

## Consulta 284 - LOTE N° 1-ÍTEM N° 2 EQUIPO DE RAYOS X RODANTE

<b>Consulta</b>	<b>Fecha de Consulta</b>	05-05-2026
-----------------	--------------------------	------------

En el punto 4.3.3.9. Solicitamos a la convocante considerar como "Centelleador de Ioduro de Cesio o Silicio amorfo o yoduro de cesio "

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	26-05-2026
------------------	---------------------------	------------

Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.

## Consulta 285 - LOTE N° 1-ÍTEM N° 2 EQUIPO DE RAYOS X RODANTE

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
----------	-------------------	------------

En el punto 4.3.4.3. Solicitamos a la convocante considerar como "Lampara de 24VDC, 5W. OPCIONAL "

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.

## Consulta 286 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
----------	-------------------	------------

Referente al plan de entrega de los bienes, si bien en el PBC no especifica o alguna información se omitió al momento de transcribir, en el portal figura 90 días corridas a partir de la fecha de emisión de la orden de compra. Solicitamos amablemente a la convocante ampliar el plazo de entrega a 120 días teniendo en cuenta que la logística de transporte marítimos sufren retrasos debido a los conflictos diplomáticos que afectan al mismo. De esta manera evitar multas por atraso en el plan de entrega que es de 0.05% un valor porcentual elevado por día de atraso.

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.

## Consulta 287 - LOTE N° 3 ÍTEM N° 1 SET DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS.

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
----------	-------------------	------------

En el punto 2.9. Solicitamos a la convocante considerar como "Filtro de agua de 80 µm o mejor"

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.

## Consulta 288 - LOTE N° 3 - ÍTEM N° 1 SET DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS.

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
----------	-------------------	------------

En el punto 2.10. Solicitamos a la convocante considerar como "filtro de aire de 20 µm o mejor"

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
-----------	--------------------	------------

Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.

## Consulta 289 - Experiencia Requerida

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
Donde dice, Demostrar experiencia en provisión de servicios técnicos en entidades públicas y/o privadas con facturaciones de venta, contratos y/o recepciones finales u otros documentos, por un monto equivalente al 30% como mínimo del monto total ofertado en el presente procedimiento de contratación, de los: último 3(tres) años (2023, 2024, 2025). Las sumatorias de las facturaciones deben alcanzar el porcentaje indicado, no será necesaria la presentación del porcentaje del monto establecido por cada año. Solicitamos amablemente a la convocante ampliar la experiencia en los últimos 5 años (2021, 2022, 2023, 2024, 2025). Esta ampliación de años beneficiará a la convocante con la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse a la Adenda N° 01 .-		

## Consulta 290 - LOTE N° 3 - ÍTEM N° 1 SET DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS.

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
En el punto 3.6. Solicitamos a la convocante considerar como "1 (Un) Luz led de curado OPCIONAL"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 291 - LOTE N° 3 - ÍTEM N° 1 SET DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS.

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
En el punto 5.1. Solicitamos a la convocante aceptar "Normas de calidad específicas: FDA, CE, JIS o INMETRO al menos alguna de ellas. Dicho documento debe indicar el modelo del equipo y debe estar vigente, apostillado o consularizado y legalizado." La inclusión de la certificación INMETRO permitirá una mayor participación de oferentes, considerando que existen fabricantes de reconocida trayectoria en el mercado de equipos odontológicos que cuentan con esta certificación, cumpliendo estándares internacionales de calidad y seguridad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 292 - Requisitos documentales

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2026
En requisitos documentales, en el punto 3. Donde solicitan "Copia de contratos con entidades públicas o privadas de provisión de servicios técnicos de equipos biomédicos de por lo menos 30% del monto ofertado en la presente licitación con sus respectivas facturas, actas de recepciones finales y certificados de cumplimiento contractual con porcentajes de ejecución de al menos 90% de los últimos años (2023 al 2025). Solicitamos amablemente a la convocante ampliar el rango de años de (2021 al 2025) de esta manera beneficiar a la convocatoria con la participación de mayor cantidad de oferentes y por lo tanto mayor variedad de ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse a la Adenda N° 01 .-		

## Consulta 293 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 3 EQUIPO DE RAYOS X PORTÁTIL CON PANEL DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2026
En el punto 4.4 solicitamos a la convocante aceptar como "Potencia mínima del generador: 5.3 KW o mejor" o mejor con el fin de que los participantes puedan ofertar equipos con mejor potencia		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 294 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 3 EQUIPO DE RAYOS X PORTÁTIL CON PANEL DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2026
En el punto 4.5. Solicitamos a la convocante considerar como "Peso máximo de la unidad 30 kg" debido a que suamando el cabezal con el carro del equipo suele pesar mas que los 16kg		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 295 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 3 EQUIPO DE RAYOS X PORTÁTIL CON PANEL DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2026
En el punto 4.6. Solicitamos a la convocante considerar como "Rango de KV: 40Kv a 120KV o mejor , en pasos de 1KV" con el fin de no limitar a ningún participante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 296 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 3 EQUIPO DE RAYOS X PORTÁTIL CON PANEL DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2026
En el punto 4.6. Solicitamos a la convocante considerar como "Peso máximo de la unidad 30 kg" debido a que sumando el cabezal con el carro del equipo suele pesar mas que los 16kg		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 297 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 3 EQUIPO DE RAYOS X PORTÁTIL CON PANEL DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2026
En el punto 4.7. Solicitamos a la convocante considerar como "Rango de KV: 40Kv a 120KV o mejor , en pasos de 1KV" con el fin de no limitar a ningún participante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 298 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 3 EQUIPO DE RAYOS X PORTÁTIL CON PANEL DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2026
En el punto 4.8. Solicitamos a la convocante considerar como "Rango de mA: 10mA a 100mA o mejor" con este cambio se mejora la especificación técnica del equipo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 299 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 3 EQUIPO DE RAYOS X PORTÁTIL CON PANEL DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2026
En el punto 4.10. Solicitamos a la convocante considerar como "Rango de mAs: 1 mAs a 200mAs mejor" con este cambio se mejora la especificación técnica del equipo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 300 - LOTE N° 3 - ÍTEM N° 1 SET DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS.

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2026
En el punto 4.11. Solicitamos a la convocante considerar como "Frecuencia del generador: 50kHz mejor" con este cambio se mejora la especificación técnica del equipo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 301 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 3 EQUIPO DE RAYOS X PORTÁTIL CON PANEL DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2026
En el punto 4.12. Solicitamos a la convocante considerar como "Precisión de KV: +/-4% o mejor" con este cambio se mejora la especificación técnica del equipo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 302 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 3 EQUIPO DE RAYOS X PORTÁTIL CON PANEL DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2026
En el punto 4.11. Solicitamos a la convocante considerar como "Equipado con tubo de ánodo fijo o rotatorio" con este cambio se mejora la especificación técnica del equipo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 303 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 3 EQUIPO DE RAYOS X PORTÁTIL CON PANEL DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2026
En el punto 4.13. Solicitamos a la convocante considerar como "Equipado con tubo de ánodo fijo o rotatorio" con este cambio se mejora la especificación técnica del equipo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 304 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 3 EQUIPO DE RAYOS X PORTÁTIL CON PANEL DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2026
En el punto 4.14. Solicitamos a la convocante considerar como "Valores del punto focal: foco fino 0.6; foco grueso 2 o mejor" con este cambio se mejora la especificación técnica del equipo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 305 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 3 EQUIPO DE RAYOS X PORTÁTIL CON PANEL DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2026
En el punto 4.15. Solicitamos a la convocante considerar como "Filtración inherente del tubo del rayo X: al menos 0.6mmAL mejor" con este cambio se mejora la especificación técnica del equipo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 306 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 3 EQUIPO DE RAYOS X PORTÁTIL CON PANEL DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2026
En el punto 4.15. Solicitamos a la convocante considerar como "Dimensiones máximas del conjunto generador, tubo, colimador (largo x ancho x altura) 36x24x21cm +/-5 cm en cada dimensión mejor" con este cambio se mejora la especificación técnica del equipo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 307 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 3 EQUIPO DE RAYOS X PORTÁTIL CON PANEL DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2026
En el punto 4.20. Solicitamos a la convocante considerar como "Soporte móvil de la unidad con ajuste de altura en un rango de 50cm a 200cm; Ancho máximo 66cm o mejor; Peso máximo 72 +/-10 kg "		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 308 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 3 EQUIPO DE RAYOS X PORTÁTIL CON PANEL DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2026
En el punto 4.21. Solicitamos a la convocante considerar como "Debe poseer maletín de transporte. OPCIONAL "Con el fin de no limitar a ningún participante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 309 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 3 EQUIPO DE RAYOS X PORTÁTIL CON PANEL DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2026
En el punto 4.25. Solicitamos a la convocante considerar como "Matriz de pixeles: 2560x3072 pixeles o mejor "Con el fin de no limitar a ningún participante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 310 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 3 EQUIPO DE RAYOS X PORTÁTIL CON PANEL DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2026
En el punto 4.26. Solicitamos a la convocante considerar como "Tamaño de pixel: 140µm o mejor Con el fin de no limitar a ningún participante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		

## Consulta 311 - LOTE N° 1 ÍTEM N° 3 EQUIPO DE RAYOS X PORTÁTIL CON PANEL DIGITAL

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2026
En el punto 4.28. Solicitamos a la convocante considerar como "Resolución espacial al menos 3.6 LP/mm o mejor "Con el fin de no limitar a ningún participante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-05-2026
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, ajustarse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el servicio y las cuales aseguran un funcionamiento adecuado.		