Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 488602 - LPN Nº 34/2026 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LA I REGION SANITARIA CONCEPCION

Consulta 1 - Lote 1 - Especificaciones Técnicas.

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2026
Considerando que el pliego establece los requisitos mínimos de rendimiento para los equipos solicitados en comodato en el Lote 1, ¿se acepta la oferta de una plataforma automatizada de alta gama que procese hasta 750 test/hora?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2026
Ajustarse al PBC. Las especificaciones técnicas han sido previamente analizadas y validadas en función de las necesidades del servicio		

Consulta 2 - Lote 1-Especifiaciones técnicas- Ítems 75. Electrolitos.

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2026
Se consulta a la convocante si, ¿acepta la oferta de un sistema que procese más de 400 test/hora, integrado dentro del modulo de química? en lugar de requerir un equipo completamente independiente para realizar dichas de determinaciones (Na, K y Cl). A fin de obtener mejores ofertes que beneficien a la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2026
Ajustarse al PBC. Las especificaciones técnicas han sido previamente analizadas y validadas en función de las necesidades del servicio		

Consulta 3 - Lote 3 – Especificaciones técnicas. HbA1c.

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2026
Se consulta a la convocante si, ¿aceptarían un equipo con método de detección: electroforesis capilar para la cuantificación de HbA1c de 40 muestras por hora?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2026
Favor verificar última versión del PBC		

Consulta 4 - Lote 5 – Especificaciones técnicas- Ítems 27 al 29.

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2026
Se consulta a la convocante si, ¿aceptaría un equipo con método de detección electromagnético?, para la cuantificación de TP, TTPA y Fibrinógeno.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2026
Favor verificar última versión del PBC		

Consulta 5 - Lote 6 – Especificaciones técnicas- Ítems 1.

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2026
Se consulta a la convocante si, ¿aceptaría un equipo que utilice 16 uL de sangre entera para el análisis de un hemograma completo y una velocidad de 70 muestras/hora?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2026
Favor verificar última versión del PBC		

Consulta 6 - Lote 6 – Especificaciones técnicas- ítems 2 al 4.

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2026
Se consulta a la convocante si, ¿aceptaría un equipo con método de detección electromagnético?, para la cuantificación de TP, TTPA y Fibrinógeno.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2026
Favor verificar última versión del PBC		

Consulta 7 - Lote 8 – Especificaciones técnicas – Ítems 1

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2026
Se consulta a la convocante si, ¿acepta la oferta de un sistema que determine HbA1c integrado dentro del módulo de química clínica? en lugar de requerir un equipo completamente independiente para realizar dicha de determinaciones. A fin de obtener mejores ofertes que beneficien a la convocante		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2026
Ajustarse al PBC. Las especificaciones técnicas han sido previamente analizadas y validadas en función de las necesidades del servicio.		

Consulta 8 - LOTE 4

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2026
Se consulta amablemente a la convocante si podrían ofertarse equipos automatizados sin lectores de código de barra para reactivos de manera a aumentar la pluralidad de las ofertas y fomentar la mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2026
Ajustarse al PBC. Las especificaciones técnicas han sido previamente analizadas y validadas en función de las necesidades del servicio.		

Consulta 9 - LOTE 73

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2026
Se consulta amablemente a la convocante si podría ofertarse sangre de carnero con anticoagulante químico y no solo desfibrinada de manera a aumentar la pluralidad de las ofertas y fomentar la mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2026
Ajustarse al PBC. Las especificaciones técnicas han sido previamente analizadas y validadas en función de las necesidades del servicio de manera a garantizar el crecimiento de los microorganismos previstos, la adecuada observación de las reacciones hemolíticas y la ausencia de interferencias que comprometan el desempeño analítico.		

Consulta 10 - Lote 1, Ítem 1: Contador hematológico (HR Concepción)

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2026
Se solicita amablemente a la Convocante incluir el método de impedancia —reconocido como método de referencia por el ICSH (International Council for Standardization in Haematology)— para el recuento de eritrocitos, admitiendo que el análisis óptico por láser/citometría de flujo exigido en el punto 1 de las EETT se aplique al diferencial leucocitario, la detección de células anormales, los reticulocitos y el recuento óptico de plaquetas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2026
Favor verificar última versión del PBC		

Consulta 11 - Lotes 5 y 6, Ítem 1: Contador hematológico de 3 partes (Horqueta y Centros de Salud)

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2026
Se solicita amablemente a la Convocante admitir equipos con volumen de aspiración de muestra inferior a 20 µL, entendiendo que el rango de 20-50 µL indicado en el punto 3 de las EETT establece un máximo de sangre a extraer al paciente y que un menor volumen constituye una ventaja clínica, en particular para muestras pediátricas y capilares. Asimismo, se solicita aclarar cuál es el límite de antigüedad de fabricación aplicable al Lote 5, dado que el punto 6 indica "hasta 5 años de fabricación (hasta 8 años)", y confirmar si rige el mismo criterio para el Lote 6.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2026
Favor verificar última versión del PBC		

Consulta 12 - LOTE 4

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2026
Se consulta amablemente a la convocante si podrían ofertarse equipos automatizados sin lectores de código de barra para reactivos de manera a aumentar la pluralidad de las ofertas y fomentar la mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2026
Favor verificar última versión del PBC		

Consulta 13 - LOTE 73

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2026
Se consulta amablemente a la convocante si podría ofertarse sangre de carnero con anticoagulante químico y no solo desfibrinada de manera a aumentar la pluralidad de las ofertas y fomentar la mayor participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2026
Favor verificar última versión del PBC		

Consulta 14 - Tiempo de entrega.

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2026
Se solicita considerar ampliar el tiempo de entrega en 90 días, de modo a favorecer la oferta de productos que requieren importación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2026
Ajustarse al PBC. El plazo establecido se sustenta en los principios de razonabilidad, necesidad institucional, continuidad del servicio público e igualdad de condiciones, ya que responde a una necesidad objetiva de la institución debidamente fundamentada, considerando la situación actual de desabastecimiento que afecta al laboratorio y la necesidad de restablecer oportunamente la capacidad operativa para garantizar la continuidad de las prestaciones asistenciales y de los servicios de diagnóstico brindados a los usuarios. Existe una necesidad real del servicio y del interés público comprometido, por lo que el plan y los plazos establecidos serán mantenidos.		

Consulta 15 - CANTIDADES POR DETERMINACION

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2026
Solicitamos amablemente a la Convocante tenga a bien proporcionar la cantidad aproximada de determinaciones a ser realizados para cada uno de los lotes objeto del presente llamado. Dicha información resulta indispensable para que los potenciales oferentes puedan dimensionar adecuadamente los equipos, reactivos, controles, calibradores y demás insumos necesarios para la ejecución del contrato, permitiendo elaborar una propuesta técnica y económica acorde a las necesidades reales del servicio. Asimismo, contar con estas cantidades estimadas contribuirá a garantizar el cumplimiento oportuno del suministro durante toda la vigencia contractual y favorecerá una competencia más transparente e igualitaria entre los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2026
Ajustarse al PBC.		

Consulta 16 - Ítem 10 – EETT

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2026
Se solicita amablemente a la Convocante considerar la aceptación de pruebas rápidas inmunocromatográficas cualitativas para la detección de anticuerpos anti VIH-1/2, con sensibilidad superior al 98%, aun cuando las mismas no correspondan a ensayos de cuarta generación ni contemplen la detección del antígeno p24, manteniendo las demás condiciones técnicas solicitadas, a fin de ampliar la concurrencia de oferentes y permitir la participación de productos con comprobada sensibilidad para el tamizaje de VIH.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2026
Ajustarse al PBC. La incorporación de ensayos de cuarta generación para la detección del VIH se fundamenta en su capacidad para detectar simultáneamente anticuerpos contra el VIH-1 y VIH-2 y el antígeno p24 del VIH-1. La detección del antígeno p24 permite identificar la infección en una etapa más temprana, incluso antes de que los anticuerpos alcancen niveles detectables, contribuyendo a reducir el período ventana diagnóstico y a mejorar la oportunidad de detección. Este requisito constituye una medida para fortalecer la sensibilidad diagnóstica en las fases iniciales de la infección, disminuir el riesgo de resultados falsamente negativos durante el período ventana y favorecer la adopción oportuna de medidas clínicas, preventivas y epidemiológicas.		

Consulta 17 - Ítem 12 – EETT

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2026
Se solicita amablemente a la Convocante considerar la aceptación de pruebas rápidas inmunocromatográficas para tamizaje de Hepatitis A, de detección cualitativa de anticuerpos IgG e IgM, con sensibilidad igual o superior al 96%, manteniendo las demás condiciones técnicas solicitadas, a fin de ampliar la concurrencia de oferentes y permitir la participación de productos con desempeño clínico comprobado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2026
Ajustarse al PBC. Las especificaciones técnicas han sido previamente analizadas y validadas en función de las necesidades del servicio.		

Consulta 18 - Ítem 13 – EETT

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2026
Se solicita amablemente a la Convocante aclarar si serán aceptadas presentaciones comerciales de hasta 50 determinaciones, siempre que se mantengan las demás condiciones técnicas requeridas y se garantice la provisión de la cantidad total de determinaciones solicitada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2026
Favor verificar última versión del PBC		

Consulta 19 - Ítem 19 – EETT

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2026
Se solicita amablemente a la Convocante considerar la aceptación de test rápidos inmunocromatográficos para la detección cualitativa in vitro de antígenos de Rotavirus en materia fecal humana, con sensibilidad igual o superior al 97% y especificidad igual o superior al 99%, manteniendo las demás condiciones técnicas solicitadas, a fin de ampliar la concurrencia de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2026
Favor verificar última versión del PBC		

Consulta 20 - Ítem 112 – EETT

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2026
Se solicita amablemente a la Convocante considerar la aceptación de jeringas de 10 mL con aguja calibre 21 G x 1 1/2", además de la medida solicitada, manteniendo las demás condiciones técnicas requeridas, a fin de ampliar la concurrencia de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2026
Favor verificar última versión del PBC		

Consulta 21 - Lote 8 - Hemoglobina glicosilada (HbA1c)

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026

En relación con el Lote 8 – Hemoglobina glicosilada (HbA1c), donde se solicita la provisión de equipos con metodología por sistema de inmunoensayo, solicitamos respetuosamente considerar también la aceptación de equipos que empleen metodología HPLC (Cromatografía Líquida de Alta Eficiencia) para la medición cuantitativa de HbA1c.
La metodología HPLC constituye una alternativa ampliamente utilizada para la determinación cuantitativa de hemoglobina glicada y permite obtener resultados adecuados para el seguimiento y control de pacientes, cumpliendo la misma finalidad diagnóstica requerida.
La incorporación de esta metodología permitiría ampliar la participación de potenciales oferentes y favorecer una mayor concurrencia y competitividad, sin modificar el objeto ni la finalidad de la determinación solicitada.

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2026

Favor verificar última versión del PBC

Consulta 22 - Lote 8 - Hemoglobina glicosilada (HbA1c),

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026

En relación con el Lote 8 – Hemoglobina glicosilada (HbA1c), donde se solicita la provisión de equipos con metodología por sistema de inmunoensayo, solicitamos respetuosamente considerar también la aceptación de equipos que empleen metodología HPLC (Cromatografía Líquida de Alta Eficiencia) para la medición cuantitativa de HbA1c.
La metodología HPLC constituye una alternativa ampliamente utilizada para la determinación cuantitativa de hemoglobina glicada y permite obtener resultados adecuados para el seguimiento y control de pacientes, cumpliendo la misma finalidad diagnóstica requerida.
La incorporación de esta metodología permitiría ampliar la participación de potenciales oferentes y favorecer una mayor concurrencia y competitividad, sin modificar el objeto ni la finalidad de la determinación solicitada.

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2026

Favor verificar última versión del PBC

Consulta 23 - LOTE 1 - Kit solución contador hematológico

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2026

Solicitamos a la convocante confirmar que serán aceptados analizadores hematológicos de 5 partes con tecnología de citometría de flujo, recuento de reticulocitos y rendimiento mínimo de 90 muestras/hora, que cumplan la finalidad diagnóstica requerida, a fin de favorecer una mayor participación de oferentes sin afectar la calidad ni el desempeño solicitado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2026

Favor verificar última versión del PBC

Consulta 24 - LOTE 1 - Equipo Integrado para QUIMICA e INMUNOLOGIA

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2026

Solicitamos confirmar que serán aceptados equipos integrados de química e inmunología que, además de cumplir con el rendimiento solicitado, incorporen posiciones exclusivas para muestras de urgencia (STAT), detección automática de coágulos, control de volumen de muestra e índices séricos, por representar mejoras en la operación y gestión del laboratorio.

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2026

Ajustarse al PBC. Lo solicitado se ajusta a lo que requerido en el PBC.

Consulta 25 - LOTE 1 - Reactivos para análisis de hemostasia automatizada

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2026
Solicitamos a la convocante confirmar que serán aceptados analizadores de hemostasia automatizados que, además de cumplir con la productividad requerida, integren en una misma plataforma metodologías coagulométricas por detección óptica y magnética, así como ensayos cromogénicos e inmunoturbidimétricos, por constituir una ventaja operativa que amplía el menú de determinaciones y optimiza la capacidad diagnóstica del laboratorio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2026
Favor verificar última versión del PBC		

Consulta 26 - LOTE 1 - ITEM 28 Y 67: Anti HAV-IgM (Hepatitis A) y Chagas

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2026
Solicitamos amablemente a la convocante considerar la separación de los ítems N.º 28 Anti HAV-IgM (Hepatitis A) y N.º 67 Chagas en un lote independiente, a fin de permitir una mayor concurrencia de oferentes especializados en dichas determinaciones, promoviendo una mayor competencia y participación en el presente proceso licitatorio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2026
Ajustarse al PBC. Las especificaciones técnicas han sido previamente analizadas y validadas en función de las necesidades del servicio		

Consulta 27 - LOTE 1 - ITEM 73: Tiras Reactivas de Orina

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2026
Respetuosamente solicitamos a la Convocante evaluar la posibilidad de separar del Lote 1 el ítem correspondiente a Tiras Reactivas de Orina con equipo automatizado en comodato, constituyéndolo como un ítem o lote independiente. La presente solicitud se fundamenta en que las tiras reactivas de orina y sus respectivos analizadores automatizados constituyen una tecnología específica y diferenciada respecto a las demás determinaciones incluidas en el lote, siendo comercializadas en muchos casos por representantes o proveedores especializados. La inclusión de este requerimiento dentro de un lote amplio podría restringir la participación de potenciales oferentes que cuentan con capacidad para proveer los demás productos requeridos, pero no necesariamente esta tecnología en particular. En este sentido, la separación del referido ítem favorecería una mayor concurrencia de oferentes, promoviendo la libre competencia, la igualdad de oportunidades y la obtención de mejores condiciones técnicas y económicas para la institución.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2026
Ajustarse al PBC. Las especificaciones técnicas han sido previamente analizadas y validadas en función de las necesidades del servicio.		

Consulta 28 - LOTE 1 - ITEM 74: Kit para equipo de electrolitos y gasómetro

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2026
Respetuosamente solicitamos a la Convocante evaluar la posibilidad de separar del Lote 1 las determinaciones correspondientes al equipo de Gasometría con electrolitos en comodato, constituyéndolo como un lote independiente. Esta solicitud obedece a que los analizadores de gasometría corresponden a una tecnología especializada y distinta a la utilizada para equipos convencionales de electrolitos, lo que limita la participación de potenciales oferentes que cuentan con soluciones para una de las áreas, pero no necesariamente para ambas. La separación de dicho ítem permitiría una mayor concurrencia de oferentes, promoviendo la libre competencia, la igualdad de oportunidades y la obtención de condiciones más favorables para la institución, sin afectar la necesidad técnica de la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2026
Ajustarse al PBC. Las especificaciones técnicas han sido previamente analizadas y validadas en función de las necesidades del servicio.		

Consulta 29 - Lote 5,6 – Especificaciones técnicas adicionales Hematología

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2026
Consultamos a la convocante aclarar si lo expresado en el inciso que establece un volumen de muestra de 20-50uL, corresponde a volumen de aspiración de la muestra.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2026
Favor verificar última versión del PBC		

Consulta 30 - Lote 18 – Test rápido para detección de virus respiratorios

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2026
Consultamos a la convocante si lo solicitado como controles positivo y negativo corresponde a la línea de control del procedimiento que se encuentra incluido en cada prueba inmunocromatográfica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2026
Favor verificar última versión del PBC		

Consulta 31 - Lote 6 – Item 1 – Especificaciones técnicas de Analizador Hematológico

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2026
Se observa que la convocante solicita “volumen de muestra entre 20-50 µL”. Solicitamos amablemente la revisión de este requisito, considerando que existen tecnologías capaces de procesar volúmenes inferiores a 20 µL, permitiendo igualmente cumplir con el objetivo de procesar microvolúmenes de muestra. Solicitamos la flexibilización de la especificación de la siguiente manera: "Volumen de muestra inferior a 50uL".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2026
Favor verificar última versión del PBC		

Consulta 32 - Lote 8 – Hemoglobina Glicosilada Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2026
Se solicita amablemente a la convocante, considerar indistintamente equipos que realicen la determinación de HbA1c mediante la metodología HPLC, ya que la misma es considerada Gold Standard según la NGSP (National Glycohemoglobin Standardization Program) en EE. UU. y la IFCC (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine). Solicitamos se modifique de la siguiente manera: “Con equipo en comodato, con metodología por inmunoensayo o HPLC”.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2026
Favor verificar última versión del PBC		

Consulta 33 - Lote 7 – Cartucho analizador de sangre

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2026
Consultamos a la convocante si permitirá la oferta indistinta de equipos automatizados que utilicen la metodología de electrodo selectivo de iones (ISE) para la medición de electrolitos en muestras de suero, cuya configuración contemple el uso de packs de reactivos, sin requerir cartuchos de un solo uso, siempre que cumplan con los requisitos técnicos y analíticos establecidos en las especificaciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2026
Ajustarse al PBC. Las especificaciones técnicas han sido previamente analizadas y validadas en función de las necesidades del servicio.		

Consulta 34 - Lote 1, Ítem 74

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2026
Se solicita amablemente a la Convocante admitir jeringas pre-heparinizadas con heparina seca balanceada en electrolitos, provistas por el fabricante del analizador, con volumen de llenado inferior a 2,5 mL, entendiendo que los gasómetros actuales requieren menos de 0,2 mL de muestra y que un menor volumen de extracción constituye una ventaja clínica para pacientes críticos, pediátricos y neonatales con gasometrías seriadas; asimismo, se solicita confirmar que la aguja 21-22 G pueda proveerse por separado en igual cantidad que las jeringas.		

Consulta 35 - Visita técnica

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2026
Se solicita amablemente a la convocante aclarar si la condición de verificar el sitio de instalación de los equipos, es obligatoria para la presentación de la oferta. De ser el caso, solicitamos la aclaración de la fecha de visita técnica.		

Consulta 36 - Lote 5 – Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-11-2026
Solicitamos amablemente a la convocante aclarar si el equipo hematológico requerido en el presente lote debe contar con un diferencial leucocitario de 3 partes o de 5 partes, a fin de evitar posibles interpretaciones ambiguas respecto a las características técnicas del equipo solicitado.		