Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 488185 - LPN 19-26 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL 12 DE JUNIO

Consulta 1 - Ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2026
Solicitamos a la Convocante aclarar qué tipo de parámetros serán considerados para el cumplimiento del requisito de “mínimamente 45 parámetros”, teniendo en cuenta que los diferentes fabricantes pueden clasificar sus resultados como parámetros reportables, parámetros calculados y/o parámetros de investigación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2026
Se aclara que se considerarán los parámetros reportables y los parámetros calculados, siempre que sean obtenidos a partir de los resultados generados por el equipo, por lo que el oferente deberá ajustarse a la versión 1 del Pliego de Bases y Condiciones publicada en fecha 25 de setiembre de 2026.		

Consulta 2 - Ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2026
Solicitamos a la Convocante considerar la posibilidad de ampliar la especificación, permitiendo sistemas de homogenización automática de muestras que utilicen tecnologías diferentes a la mezcla mediante rotación de 360°, siempre que garanticen una adecuada homogeneización de la muestra antes de su procesamiento y se realicen de manera totalmente automatizada, sin intervención del operador.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2026
Las especificaciones técnicas fueron estudiadas, evaluadas y adecuadas a la necesidad y la complejidad del servicio de Laboratorio del Hospital 12 de junio, por lo que el oferente deberá ajustarse a la versión 1 del Pliego de Bases y Condiciones publicada en fecha 25 de setiembre de 2026.		

Consulta 3 - • Ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2026
Solicitamos a la Convocante considerar que, tratándose de un sistema modular e integrado, la capacidad de procesamiento pueda ser alcanzada mediante la utilización de dos analizadores hematológicos de iguales características, conectados y operando de manera simultánea, siempre que la configuración propuesta permita alcanzar una capacidad total igual o superior a 120 pruebas por hora, manteniendo la automatización e integración con el sistema de extensión y coloración de láminas y el analizador digital de frotis requerido. En este sentido, solicitamos confirmar si serán admitidas soluciones en las cuales la capacidad de procesamiento de ≥120 pruebas/hora sea obtenida mediante la suma de la capacidad de dos analizadores hematológicos funcionando en línea, en lugar de requerirse que un único analizador alcance individualmente dicha capacidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2026
Las especificaciones técnicas fueron estudiadas, evaluadas y adecuadas a la necesidad y la complejidad del servicio de Laboratorio del Hospital 12 de junio, por lo que el oferente deberá ajustarse a la versión 1 del Pliego de Bases y Condiciones publicada en fecha 25 de setiembre de 2026.		

Consulta 4 - • Ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2026
Solicitamos a la convocante confirmar si serán admitidas soluciones en las cuales las muestras sean procesadas automáticamente por el analizador, y que las eventuales diluciones requeridas puedan ser realizadas mediante procedimientos o funciones alternativas contempladas por el fabricante, siempre que se garantice la correcta obtención de los resultados analíticos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2026
Las especificaciones técnicas fueron estudiadas, evaluadas y adecuadas a la necesidad y la complejidad del servicio de Laboratorio del Hospital 12 de junio, por lo que el oferente deberá ajustarse a la versión 1 del Pliego de Bases y Condiciones publicada en fecha 25 de setiembre de 2026.		

Consulta 5 - • Ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2026
Solicitamos a la Convocante aclarar si el requisito de 2,5 µL como mínimo por determinación hace referencia al volumen mínimo efectivamente aspirado por la sonda del equipo o al volumen total de muestra necesario para realizar una determinación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2026
Se aclara que hace referencia al volumen de aspiración de muestra, por lo que el oferente deberá ajustarse a la versión 1 del Pliego de Bases y Condiciones publicada en fecha 25 de setiembre de 2026.		

Consulta 6 - • Ítem 6

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2026
Respecto al requisito de contar con un mínimo de 70 posiciones independientes y efectivas para reactivos, solicitamos a la Convocante considerar la aplicación de una tolerancia técnica razonable respecto de la capacidad mínima establecida, siempre que el equipo ofertado mantenga la capacidad de carga simultánea de diferentes reactivos y permita satisfacer la demanda analítica requerida.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2026
Las especificaciones técnicas fueron estudiadas, evaluadas y adecuadas a la necesidad y la complejidad del servicio de Laboratorio del Hospital 12 de junio, por lo que el oferente deberá ajustarse a la versión 1 del Pliego de Bases y Condiciones publicada en fecha 25 de setiembre de 2026.		

Consulta 7 - • Ítem 6

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2026
Respecto al requisito de contar con un mínimo de 70 posiciones independientes y efectivas para reactivos, solicitamos a la Convocante considerar la aplicación de una tolerancia técnica razonable respecto de la capacidad mínima establecida, siempre que el equipo ofertado mantenga la capacidad de carga simultánea de diferentes reactivos y permita satisfacer la demanda analítica requerida. En este sentido, solicitamos que puedan ser admitidos equipos que dispongan de al menos 65 posiciones independientes y efectivas para reactivos, siempre que las mismas no sean compartidas entre reactivos complementarios R1/R2 y que la configuración propuesta garantice el procesamiento de las determinaciones solicitadas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2026
Las especificaciones técnicas fueron estudiadas, evaluadas y adecuadas a la necesidad y la complejidad del servicio de Laboratorio del Hospital 12 de junio, por lo que el oferente deberá ajustarse a la versión 1 del Pliego de Bases y Condiciones publicada en fecha 25 de setiembre de 2026.		

Consulta 8 - • Ítem 7:

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2026
Solicitamos respetuosamente a la Convocante considerar la revisión de este requisito, teniendo en cuenta que la exigencia de un sistema de refrigeración integrado que incluya específicamente reactivos, controles y calibradores podría constituir una limitación a la participación de oferentes que cuentan con plataformas de química e inmunología técnicamente equivalentes, pero cuya arquitectura de conservación de estos insumos se encuentra diseñada de manera diferente. Los distintos fabricantes pueden disponer de sistemas de refrigeración integrados para los reactivos y, a su vez, sistemas o compartimientos específicos para la conservación de controles y calibradores, garantizando en todos los casos las condiciones de almacenamiento y estabilidad establecidas por el fabricante de cada producto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2026
Las especificaciones técnicas fueron estudiadas, evaluadas y adecuadas a la necesidad y la complejidad del servicio de Laboratorio del Hospital 12 de junio, por lo que el oferente deberá ajustarse a la versión 1 del Pliego de Bases y Condiciones publicada en fecha 25 de setiembre de 2026.		

Consulta 9 - • Ítem 46:

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2026
Solicitamos a la Convocante considerar la posibilidad de admitir un equipo de soporte o complementario, de tecnología equivalente o compatible con la plataforma principal, destinado exclusivamente a realizar aquellas determinaciones específicas que eventualmente no se encuentren disponibles en el equipo integrado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2026
Las especificaciones técnicas fueron estudiadas, evaluadas y adecuadas a la necesidad y la complejidad del servicio de Laboratorio del Hospital 12 de junio, por lo que el oferente deberá ajustarse a la versión 1 del Pliego de Bases y Condiciones publicada en fecha 25 de setiembre de 2026.		

Consulta 10 - • Ítem 70

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2026
Solicitamos a la Convocante considerar la posibilidad de admitir reactivos de fabricantes diferentes al fabricante del equipo ofertado, siempre que estos sean técnicamente compatibles con la plataforma ofertada y cuenten con documentación que respalde su desempeño analítico. Esto permitiría una mayor oportunidad de competencia entre los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2026
Las especificaciones técnicas fueron estudiadas, evaluadas y adecuadas a la necesidad y la complejidad del servicio de Laboratorio del Hospital 12 de junio, por lo que el oferente deberá ajustarse a la versión 1 del Pliego de Bases y Condiciones publicada en fecha 25 de setiembre de 2026.		

Consulta 11 - especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2026
Lote 1 se consulta si permitirá la convocante ofertar un equipo de apoyo con la misma metodología que el principal en caso que el instrumento ofertado no realice todas las determinaciones solicitadas, la solicitud aplicaría para un 1 test		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2026
El oferente deberá remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 12 - especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2026
Urianalisis Reporte de por lo menos de 10 paramentos cuantitativos” Consultamos: la convocante permitira parámetros cuantitativos y semicuantitativos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2026
El oferente deberá remitirse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 13 - especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2026
Urianalisis Solicita:“Debe empezar a funcionar automáticamente tras la carga de gradillas con muestras” Consultamos: si la convocante permitiría que el usuario autorize el inicio, a fin de evitar procesos accidentales		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-10-2026
Las especificaciones técnicas fueron estudiadas, evaluadas y adecuadas a la necesidad y la complejidad del servicio de Laboratorio del Hospital 12 de junio, por lo que el oferente deberá ajustarse a la versión 1 del Pliego de Bases y Condiciones publicada en fecha 25 de setiembre de 2026.		

Consulta 14 - Ítem 1:

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2026
Solicitamos a la Convocante considerar la posibilidad de ampliar la especificación, permitiendo sistemas de homogenización automática de muestras que utilicen tecnologías diferentes a la mezcla mediante rotación de 360°, siempre que garanticen una adecuada homogeneización de la muestra antes de su procesamiento y se realicen de manera totalmente automatizada, sin intervención del operador.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2026
La solicitud ya fue realizada a través de la Consulta N° 2, la respuesta es la misma, dada en la Aclaración N°1: Las especificaciones técnicas fueron estudiadas, evaluadas y adecuadas a la necesidad y la complejidad del servicio de Laboratorio del Hospital 12 de junio, por lo que el oferente deberá ajustarse a la versión 2 del Pliego de Bases y Condiciones publicada en fecha 22 de octubre de 2026. Fundamentación: La exigencia de un sistema de homogeneización automática mediante rotación de 360° responde a la necesidad de estandarizar la preparación de las muestras hematológicas antes de su procesamiento, procurando una mezcla uniforme y representativa que contribuya a la confiabilidad de los resultados analíticos. Asimismo, la automatización de esta etapa permite reducir la intervención manual y la variabilidad operativa. El servicio cuenta con experiencia en el uso de esta modalidad de procesamiento, con procedimientos incorporados a su rutina analítica, lo que favorece la continuidad y estandarización del trabajo. En consecuencia, se mantiene la característica técnica definida para el servicio, conforme a las necesidades operativas del laboratorio.		

Consulta 15 - • Ítem 1:

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2026

Solicitamos confirmar si pudiera ser admitidas soluciones en las cuales la capacidad de procesamiento de ≥120 pruebas/hora sea obtenida mediante la suma de la capacidad de dos analizadores hematológicos funcionando en línea, en lugar de requerirse que un único analizador alcance individualmente dicha capacidad. Esto permitiría una mayor oportunidad de competición entre oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2026

La solicitud ya fue realizada a través de la Consulta N° 3, la respuesta es la misma, dada en la Aclaración N°1: Las especificaciones técnicas fueron estudiadas, evaluadas y adecuadas a la necesidad y la complejidad del servicio de Laboratorio del Hospital 12 de junio, por lo que el oferente deberá ajustarse a la versión 2 del Pliego de Bases y Condiciones publicada en fecha 22 de octubre de 2026.
Fundamentación
La exigencia de una capacidad mínima de procesamiento de 120 pruebas por hora en un único analizador responde a la necesidad de disponer de una capacidad operativa integrada que facilite la organización del flujo de trabajo, la continuidad del procesamiento y la atención oportuna de las determinaciones requeridas por el servicio.
La concentración del procesamiento en un único equipo permite mantener una modalidad operativa estandarizada y facilita la coordinación de las actividades analíticas, los controles de calidad y las calibraciones correspondientes.
Asimismo, el servicio cuenta con experiencia en el sistema de procesamiento y posee procedimientos operativos establecidos para el desarrollo de la rutina analítica. Por tanto, la característica requerida se vincula con la organización funcional y las necesidades operativas del laboratorio.

Consulta 16 - • Ítem 6:

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2026

Solicitamos que puedan ser admitidos equipos que dispongan de al menos 65 posiciones independientes y efectivas para reactivos, siempre que las mismas no sean compartidas entre reactivos complementarios R1/R2 y que la configuración propuesta garantice el procesamiento de las determinaciones solicitadas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2026

La solicitud ya fue realizada a través de la Consulta N° 7, la respuesta es la misma, dada en la Aclaración N°1: Las especificaciones técnicas fueron estudiadas, evaluadas y adecuadas a la necesidad y la complejidad del servicio de Laboratorio del Hospital 12 de junio, por lo que el oferente deberá ajustarse a la versión 2 del Pliego de Bases y Condiciones publicada en fecha 22 de octubre de 2026.
Fundamentación
La exigencia tiene por finalidad disponer de una capacidad de carga simultánea acorde con la diversidad de determinaciones contempladas en la cartera de servicios de Bioquímica Clínica, favoreciendo la disponibilidad de los reactivos necesarios durante la rutina analítica y reduciendo la necesidad de intervenciones para su reposición o reconfiguración.
A efectos del cumplimiento del requisito, las posiciones deberán permitir la carga efectiva de reactivos diferentes. En consecuencia, los espacios compartidos entre reactivos complementarios R1/R2 no serán considerados posiciones independientes cuando su utilización esté condicionada a la configuración de un mismo método analítico.
La capacidad requerida busca brindar flexibilidad operativa para el procesamiento de determinaciones de rutina, urgencias y pruebas complementarias, de acuerdo con las necesidades del servicio.

Consulta 17 - • Ítem 7:

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2026

Solicitamos respetuosamente a la Convocante considerar la posibilidad de admitir sistemas que dispongan de mecanismos alternativos de prevención de la contaminación cruzada entre muestras, siempre que estos garanticen la calidad analítica y la confiabilidad de los resultados.
Esta solicitud se fundamenta en que existen plataformas de inmunología que emplean sistemas de aspiración y lavado de sondas diseñados para minimizar el arrastre entre muestras, sin requerir el uso de puntas desechables. Esto permitiría una mayor oportunidad de competencia entre oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2026

Las especificaciones técnicas fueron estudiadas, evaluadas y adecuadas a la necesidad y la complejidad del servicio de Laboratorio del Hospital 12 de junio, por lo que el oferente deberá ajustarse a la versión 2 del Pliego de Bases y Condiciones publicada en fecha 22 de octubre de 2026.
Fundamentación
La exigencia de puntas desechables en el módulo de inmunología responde a la necesidad de establecer una barrera física entre las muestras durante la aspiración, con el objetivo de minimizar el riesgo de arrastre de material (carry-over) y contribuir a la confiabilidad de los resultados analíticos.
Esta característica forma parte de las condiciones técnicas definidas para el procesamiento de las muestras y busca reducir el riesgo de contaminación cruzada entre determinaciones.
Por lo expuesto, se mantiene el requisito previsto en el Pliego de Bases y Condiciones, conforme a las necesidades del servicio.

Consulta 18 - • Ítem 8:

Consulta	Fecha de Consulta	27-10-2026

Se permitirá la participación de equipos que dispongan de sistemas de almacenamiento y conservación de reactivos a bordo conforme a las especificaciones del fabricante, sin requerir necesariamente un sistema de refrigeración integrado para reactivos, controles y calibradores, siempre que se garantice la estabilidad de los insumos y la confiabilidad de los resultados analíticos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-11-2026

La solicitud ya fue realizada a través de la Consulta N° 8, la respuesta es la misma, dada en la Aclaración N°1: Las especificaciones técnicas fueron estudiadas, evaluadas y adecuadas a la necesidad y la complejidad del servicio de Laboratorio del Hospital 12 de junio, por lo que el oferente deberá ajustarse a la versión 2 del Pliego de Bases y Condiciones publicada en fecha 22 de octubre de 2026.
Fundamentación
La exigencia responde a la necesidad de mantener los reactivos, controles y calibradores bajo condiciones de conservación controladas durante su permanencia a bordo del equipo, de acuerdo con los requisitos de estabilidad y almacenamiento establecidos por los fabricantes de los productos utilizados.
La disponibilidad de un sistema de refrigeración integrado procura favorecer la conservación de los insumos durante la rutina analítica y reducir los riesgos asociados a condiciones de almacenamiento inadecuadas, contribuyendo a la continuidad operativa y a la confiabilidad de los resultados.
En atención a las necesidades de conservación de los insumos utilizados por el servicio, se mantiene la característica técnica prevista en el Pliego de Bases y Condiciones.