

Consultas Realizadas

Licitación 484023 - Adquisición de Suministro de Equipamiento para Laboratorios y Servicios de Salud -UNI 2026

Consulta 1 - Tiempo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	18-06-2026
Solicitamos ampliar el tiempo de entrega, con el fin de contar con ofertas de equipos que requieren importación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2026
Buenos días, con relación a su consulta se podrá extender el plazo máximo hasta 30 días desde la emisión de la orden por la Convocante. Asimismo, se aclara que existen en el mercado diversas opciones de provisión y canales de comercialización que permiten la entrega del equipo en un plazo menor al consultado. Atte.		

Consulta 2 - ENTREGA DE BIENES

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2026
Entrega de bienes: Solicitamos amablemente a la Convocante considerar la ampliación del plazo de entrega de los bienes de 60 días calendario. Los bienes son de importación y los tiempos de fabricación, transporte internacional y nacionalización pueden exceder los 60 días establecidos. La ampliación permitirá una mayor participación de oferentes y garantizará el cumplimiento oportuno del contrato.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2026
Buenos días, con relación a su consulta se podrá extender el plazo máximo hasta 30 días desde la emisión de la orden por la Convocante. Asimismo, se aclara que existen en el mercado diversas opciones de provisión y canales de comercialización que permiten la entrega del equipo en un plazo menor al consultado. Atte.		

Consulta 3 - Ítem 2: Microscopio Trinocular

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2026
Ítem 2: Microscopio Trinocular Con el objetivo de fomentar la mayor participación de oferentes y presentar tecnología de vanguardia, solicitamos amablemente a la convocante la aceptación de las siguientes especificaciones técnicas alternativas, las cuales mantienen y garantizan la total funcionalidad, precisión y desempeño del equipo requerido: 1) Platina mecánica: Se solicita aceptar un recorrido X-Y de 75x33 mm, considerando que esta variación milimétrica no compromete el desplazamiento preciso, la ergonomía, ni la cobertura total de la muestra en láminas estándar. 2) Sistema de iluminación: Se solicita autorizar un sistema LED de alta intensidad (3.6 W) con control de brillo, siendo un equivalente tecnológico de alta eficiencia lumínica, menor consumo y óptimo desempeño para la visualización. 3) Cabezal trinocular: Se solicita aceptar una distribución fija de luz 50/50 para observación y captura simultánea, manteniendo íntegra la funcionalidad de análisis, documentación y registro de imágenes sin alterar el flujo de trabajo.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2026
Buenos días, con relación a su consulta el microscopio trinocular no podrá ser aceptado con características técnicas inferiores a la del PBC, se podrán aceptar características superiores que garanticen la funcionalidad del microscopio. Atte.		

Consulta 4 - Plazo de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	19-06-2026
Se solicita amablemente a la convocante considerar ampliar el plazo de entrega de los productos solicitados a 120 días, debido a que, en su mayoría, son adquiridos a través de importación.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-06-2026
Buenos días, con relación a su consulta se podrá extender el plazo máximo hasta 30 días desde la emisión de la orden por la Convocante. Asimismo, se aclara que existen en el mercado diversas opciones de provisión y canales de comercialización que permiten la entrega del equipo en un plazo menor al consultado. Atte.		