

Consultas Realizadas

Licitación 491226 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL (UMT) Y EL DEPARTAMENTO DE HEMOCENTRO DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2026-2027

Consulta 1 - (Lote 2 Items 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2026
REACTIVOS PARA TAMIZAJE DE INFECCIONES TRANSMISIBLES POR TRANSFUSION (ITT): Punto 4.1.10 Para todos los reactivos, el proveedor debe de proveer los insumos correspondientes (soluciones, buffer, agua destilada, controles de corrida diaria, calibradores liofilizados o listos para su uso que requieran hidratación o reconstitución por el usuario y todos de la misma marca que el reactivo, insumos de limpieza del equipo y 13.000 (trece mil) tubos de plástico con EDTA de 6 a 7.5 cc de sangre con una macro-centrífuga de capacidad de 36 tubos o más, que se adecue a los tubos para separación de las muestras a procesar); también proveer de 14.000 mil microtubos de plástico de 1 cc o tubo plástico con tapa de 1cc para muestra para almacenar seroteca. Además, proveer 10.000 pipetas Pasteur para cargar la seroteca. CONSULTA : ¿Se solicita aclarar si, solo los calibradores deben ser listos para su uso o liofilizados?		

Consulta 2 - (Lote 2 Items 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2026
4- REACTIVOS PARA TAMIZAJE DE INFECCIONES TRANSMISIBLES POR TRANSFUSION (ITT) 4.1.10 Para todos los reactivos, el proveedor debe de proveer los insumos correspondientes (soluciones, buffer, agua destilada, controles de corrida diaria, calibradores liofilizados o listos para su uso que requieran hidratación o reconstitución por el usuario y todos de la misma marca que el reactivo, insumos de limpieza del equipo y 13.000 (trece mil) tubos de plástico con EDTA de 6 a 7.5 cc de sangre con una macro-centrífuga de capacidad de 36 tubos o más, que se adecue a los tubos para separación de las muestras a procesar); también proveer de 14.000 mil microtubos de plástico de 1 cc o tubo plástico con tapa de 1cc para muestra para almacenar seroteca. Además, proveer 10.000 pipetas Pasteur para cargar la seroteca. CONSULTA : Las soluciones de lavado o buffers deben de ser manipuladas o preparadas por el usuario o el equipo debe hacerlo de forma automática?		

Consulta 3 - 4- REACTIVOS PARA TAMIZAJE DE INFECCIONES TRANSMISIBLES POR TRANSFUSION (ITT)

Consulta	Fecha de Consulta	27-08-2026
En el punto 4.1.1 El oferente deberá ofertar todos los reactivos para el tamizaje de las siete determinaciones exigidas por el Ministerio de Salud de la República, a saber: anticuerpo 1 y 2 más antígeno p24 para el virus del HIV, anticuerpo anti-HTLV I-II, anticuerpo para Chagas, Hepatitis B con sus dos determinaciones antígeno australiano y anticuerpo anti-core, anticuerpo treponémico para Sífilis, anticuerpo anti- Hepatitis C. Todos estos reactivos deben ser de la más alta sensibilidad y especificidad. Solicitamos a la Convocante: aclarar si los anticuerpos anti-core, refiere a los anticuerpos IgM e IgG?		

Consulta 4 - 4- REACTIVOS PARA TAMIZAJE DE INFECCIONES TRANSMISIBLES POR TRANSFUSION (ITT)

Consulta	Fecha de Consulta	27-08-2026
4.1.1 El oferente deberá ofertar todos los reactivos para el tamizaje de las siete determinaciones exigidas por el Ministerio de Salud de la República, a saber: anticuerpo 1 y 2 más antígeno p24 para el virus del HIV, anticuerpo anti-HTLV I-II, anticuerpo para Chagas, Hepatitis B con sus dos determinaciones antígeno australiano y anticuerpo anti-core, anticuerpo treponémico para Sífilis, anticuerpo anti- Hepatitis C. Todos estos reactivos deben ser de la más alta sensibilidad y especificidad. Se solicitamos a la convocante indicar, si serán aceptados únicamente aquellos reactivos cuya finalidad de uso indicada por el fabricante sea el cribado de donantes de sangre, prueba de selección de donantes o hemoderivados.		

Consulta 5 - INMUNOHEMATOLOGIA

Consulta	Fecha de Consulta	27-08-2026
Lote 11 Item 2. Tarjeta para Tipificación. Solicitan: tarjetas con columnas de gel o esferas de vidrio para tipificación de grupo sanguíneo ABO y factor Rh (D) sin identificación del Antígeno DVI (DVIneg) y prueba sérica o inversa A1:B para uso en PACIENTES adultos en equipos automatizados con software e impresión, accesorios y consumibles incluidos. Debe incluir equipo en comodato automatizado y dos semiautomatizado. Consultamos a la convocante: Se podrá cotizar una Tarjeta con columna de gel para tipificación de grupo sanguíneo ABO y factor Rh (D) con identificación del antígeno DVI (DVIneg) y prueba sérica o inversa A1:B para uso en PACIENTES adultos en equipos automatizados con software e impresión, accesorios y consumibles incluidos, que incluya equipo en comodato automatizado y dos semiautomatizados, ya que la identificación del antígeno DVI (DVIneg), se encuentra en un pocillo totalmente independiente, por lo que no altera el resultado final.		

Consulta 6 - INMUNOHEMATOLOGIA

Consulta	Fecha de Consulta	27-08-2026
Lote 11 Item 3. Tarjetas Newborn. Solicitan: tarjetas con columnas de gel o esferas de vidrio para tipificación de grupo sanguíneo ABO y factor Rh(D), con test de coombs directo incluido post determinación sin prueba inversa para uso en recién nacidos en equipos automatizados con software e impresión, accesorios y consumibles incluidos. Debe incluir equipo en comodato Consultamos a la convocante: si se podrá cotizar una Tarjeta con columnas de gel para tipificación de grupo sanguíneo ABO y factor Rh(D), con test de coombs directo incluido post determinación con prueba inversa para uso en recién nacidos en equipos automatizados con software e impresión, accesorios y consumibles incluidos. Con equipo en comodato incluido. Ya que la identificación de la prueba inversa se encuentra en pocillos totalmente independiente no estará alterando el resultado final del mismo.		

Consulta 7 - Lote 11 Item 12. Kit para Elusión

Consulta	Fecha de Consulta	27-08-2026
Se podrá generar un lote diferente con los ítems referidos 12 ya que, según las especificaciones técnicas solicitadas van dirigidas a una marca en particular, cerrando así las posibilidades de competencia en el resto de los ítems a los demás competidores.		

Consulta 8 - ITEM 8 - EETT:

Consulta	Fecha de Consulta	27-08-2026
ITEM 8 - EETT: Se solicita amablemente a la Convocante considerar la ampliación de las especificaciones técnicas del ítem “Equipo de transfusión de sangre con filtro”, considerando la importancia de establecer requisitos mínimos que garanticen la seguridad transfusional y la calidad de los insumos utilizados. Entendemos que la descripción actual resulta demasiado general y podría permitir productos con características técnicas y niveles de calidad diferentes. Por ello, solicitamos considerar como requisitos mínimos: filtro de 170–210 µm, cámara de goteo de 20 gotas/mL, regulador de flujo tipo rodillo, tubuladura de PVC de grado médico, aguja de al menos 18G y longitud de 130 cm (+/-10), características que responden a parámetros y estándares técnicos internacionales aplicables a este tipo de dispositivos médicos. Por lo expuesto, se solicita amablemente a la Convocante considerar la modificación de las especificaciones técnicas en el sentido propuesto, priorizando la seguridad transfusional, la calidad del insumo y la adecuada atención de los pacientes.		