Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 488611 - LPN Nº 35/2026 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LA XII REGION SANITARIA ÑEEMBUCU

Consulta 1 - Lotes 6 y 1: Analizador automático de hematología (HD Alberdi / HR Pilar)

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2026
Se solicita amablemente a la Convocante incluir el método de impedancia —reconocido como método de referencia por el ICSH (International Council for Standardization in Haematology)— para el recuento de eritrocitos, admitiendo que el análisis óptico por láser/citometría de flujo exigido en las EETT del analizador de hematología se aplique al diferencial leucocitario, la detección de células anormales, los reticulocitos y el recuento óptico de plaquetas.		

Consulta 2 - Lote 1- Especificaciones técnicas- ítems 2 al 75.

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2026
Se consulta a la convocante si acepta un segundo equipo de apoyo para procesar un máximo de 2 determinaciones, en caso que el equipo principal ofertado no procese todas las determinaciones solicitadas en este pliego de bases y condiciones.		

Consulta 3 - Lote 8- Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2026
Se consulta a la convocante si acepta un equipo con metodología Inmunoensayo turbidímetrico.		

Consulta 4 - Lote 5- Especificaciones técnicas- Ítems 1 al 3

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2026
Se consulta a amablemente a la convocante, si el equipo ofertado en el lote 4 puede ser el mismo ofertado en este lote, considerando que las metodologías solicitadas son las mismas, teniendo en cuenta el espacio físico y la posibilidad de obtener mejores ofertas para la convocante.		

Consulta 5 - CANTIDADES POR DETERMINACION PARA COMODATOS

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2026
Solicitamos amablemente a la Convocante tenga a bien proporcionar la cantidad aproximada de determinaciones a ser realizados para cada uno de los lotes objeto del presente llamado. Dicha información resulta indispensable para que los potenciales oferentes puedan dimensionar adecuadamente los equipos, reactivos, controles, calibradores y demás insumos necesarios para la ejecución del contrato, permitiendo elaborar una propuesta técnica y económica acorde a las necesidades reales del servicio. Asimismo, contar con estas cantidades estimadas contribuirá a garantizar el cumplimiento oportuno del suministro durante toda la vigencia contractual y favorecerá una competencia más transparente e igualitaria entre los oferentes.		

Consulta 6 - LOTES SUELTOS

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2026
Se consulta amablemente a la convocante si se podrían aclarar las diferencias encontradas entre el orden de los lotes del PBC y el orden referido en el portal. Por ejemplo, en el lote 18 del PBC se menciona tiras reactivas para leishmaniasis, sin embargo, en el portal figura Test de HCG, en los lotes 306 y 307 se solicitan hisopos, pero en el portal figuran ítems de probetas. Solicitamos aclarar las diferencias de manera a ajustar las ofertas a los precios referenciales correctos.		

Consulta 7 - Lote 8,9 y10 -Software y Hardware

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2026
Se solicita amablemente a la Convocante aclarar si los requisitos de software de gestión y hardware establecidos en Cuestiones Generales aplican a los equipos semiautomáticos de los Centros de Salud (Lote 9) y a los lectores de hemoglobina glicosilada (Lotes 8 y 10). En caso afirmativo, se solicita precisar la cantidad de computadoras requeridas por servicio, dado que el pliego establece "1 computadora por equipo más 2 en recepción" y, a la vez, "mínimo 3 y máximo 4 terminales".		

Consulta 8 - Lote 9, ítem 2: Espectrofotómetro semiautomático

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2026
Las especificaciones técnicas establecen "principio monocromático por filtros interferenciales" y, a la vez, "velocidad de barrido: 7,5 a 2500 nm/min", característica propia de los espectrofotómetros de barrido por monocromador de red. Al tratarse de principios ópticos distintos e incompatibles en un mismo equipo, se solicita amablemente a la Convocante confirmar que el requisito de velocidad de barrido no aplica a los equipos de filtros interferenciales, a fin de evitar interpretaciones dispares en la evaluación.		

Consulta 9 - Lotes con equipos en comodato: tubos de extracción

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2026
Lotes con equipos en comodato: tubos de extracción Se solicita amablemente a la Convocante confirmar que los tubos de extracción (con EDTA, con gel separador y con citrato de sodio) no forman parte de las obligaciones de los lotes de reactivos con equipos en comodato, dado que dichos tubos se adquieren en los lotes de insumos específicos del presente llamado (ítems de tubos con anticoagulante EDTA, tubos separadores de suero y tubos con citrato de sodio).		

Consulta 10 - Lote 10 – Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026
Se consulta a la convocante la posibilidad de flexibilizar este requisito, permitiendo la oferta de equipos que utilicen la metodología HPLC.		

Consulta 11 - Lotes 11,12,13,14,19 – Tests inmunocromatográficos

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026
Debido a la dificultad en la verificación correcta de las especificaciones técnicas en el PBC actual, se solicita a la convocante aclarar los requerimientos mínimos en cuanto a presentación de las pruebas requeridas. Se consulta si se encuentra redactado de la siguiente manera: “Capacidad de realizar un mínimo de 10 y un máximo de 50 por presentación”		

Consulta 12 - Lote 13 – Test rápido Chagas

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026

La solicitud de la convocante indica específicamente un test rápido inmunocromatográfico IgG/IgM para la detección de la enfermedad de Chagas. En este sentido, queremos señalar que la determinación de IgM no constituye un requerimiento técnico respaldado por las principales guías clínicas internacionales para el diagnóstico de esta patología. En particular, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en su documento técnico “Guía para el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad de Chagas” (Washington, D.C.: OPS; 2019), establece expresamente que: “La detección de anticuerpos IgM no se recomienda como técnica diagnóstica de rutina, incluso en los casos sospechosos de infección aguda, debido a su baja sensibilidad y especificidad, así como por su reactividad cruzada con otras enfermedades infecciosas. Además, los anticuerpos IgM pueden persistir durante meses o años después de la infección, lo que impide diferenciar una infección reciente de una crónica.” Por lo que, solicitamos amablemente la modificación de la solicitud de la siguiente manera “Test rápido inmunocromatográfico IgG/IgM o IgG para tamizaje”. Esta solicitud ya se ha modificado en otros llamados, como la LPN 155/2024 ID: 455249.

Consulta 13 - Concordancia entre lotes e información de ítems solicitados en el portal.

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026

Se consulta amablemente a la convocante si se podrían aclarar las diferencias encontradas entre el orden de los lotes del PBC y el orden referido en el portal. Se aclara que la falta de concordancia se observa en diferentes lotes, por lo que se solicita la verificación integral de los mismos.

Consulta 14 - LOTE 6 – ÍTEMS 26 AL 28 – HEMOSTASIA

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026

Se solicita a la convocante considerar la aceptación de otras metodologías para la detección de la formación del coágulo, además del método electromagnético establecido en las especificaciones técnicas, tales como la metodología de coagulación óptica, ampliamente utilizada en equipos automatizados de hemostasia. La solicitud tiene como finalidad favorecer la pluralidad de oferentes y la libre competencia, permitiendo la participación de equipos que, utilizando metodologías diferentes, cumplan adecuadamente con las determinaciones y prestaciones requeridas.

Consulta 15 - LOTE 8 – ÍTEM 1 – HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026

Se solicita a la convocante considerar la aceptación de otras metodologías para la determinación de Hemoglobina Glicosilada (HbA1c), además de la metodología de fluorescencia de flujo lateral indicada en las especificaciones técnicas. En particular, se solicita considerar metodologías alternativas como la afinidad al boronato, ampliamente utilizada para la determinación de HbA1c, siempre que el equipo y la metodología cumplan con los requisitos de desempeño, precisión y demás condiciones técnicas establecidas en el PBC.

Consulta 16 - LOTE 9 – ÍTEM 2 – ESPECTROFOTÓMETRO

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026

Se solicita a la convocante revisar y considerar la posibilidad de ampliar los rangos y parámetros técnicos establecidos para el espectrofotómetro, de manera que no se restrinja la participación a equipos que presenten valores excesivamente específicos. En particular, se solicita considerar: Un rango de medición de longitud de onda de 340 a 670 nm, o equivalente que permita realizar las determinaciones requeridas. Un rango de absorbancia de 0 a 3,0 A. Asimismo, se solicita revisar los valores específicos establecidos para la velocidad de barrido, camino óptico y demás parámetros técnicos, permitiendo rangos equivalentes que aseguren el adecuado funcionamiento del equipo y la realización de las determinaciones solicitadas. Se solicita considerar que la definición de valores excesivamente específicos para cada uno de estos parámetros podría limitar la participación de equipos técnicamente equivalentes.

Consulta 17 - LOTE 9 – ÍTEMS 22 AL 24 – HEMOSTASIA

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026
Se solicita a la convocante aclarar el alcance de la especificación que establece “4 a 6 canales” para el equipo de hemostasia,agradeceríamos confirmar si dicha cantidad de canales corresponde a: Canales de lectura/detección de la formación del coágulo; o Posiciones o canales destinados a reactivos.		

Consulta 18 - LOTE 10 – ÍTEM 1 – HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026
Se solicita a la convocante considerar la aceptación de otras metodologías para la determinación de Hemoglobina Glicosilada (HbA1c), además de la metodología de fluorescencia de flujo lateral establecida en el PBC. En particular, se solicita permitir metodologías alternativas, como la afinidad al boronato, ampliamente utilizada para este tipo de determinación, siempre que cumplan con los requisitos de desempeño analítico y demás especificaciones técnicas requeridas.		

Consulta 19 - LOTE 118 – ÍTEMS 1 Y 2 – HEMOCULTIVOS

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026
Se solicita a la convocante aclarar y/o complementar las especificaciones técnicas correspondientes al equipo de hemocultivo requerido para los ítems 1 y 2, considerando que las características consignadas actualmente en el PBC no permiten determinar con suficiente precisión el equipo que deberá ser ofertado		

Consulta 20 - Lote 6 – Especificaciones técnicas Contador Hematológico

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026
Respecto al equipo destinado al Hospital Distrital de Alberdi, solicitamos amablemente a la convocante la modificación de este requisito “procesar un mínimo de 100 muestras/hora”, por considerar que podría resultar elevado en relación con el nivel de atención y la demanda prevista para un hospital distrital. Al respecto, en otras convocatorias del MSPBS del ejercicio 2026 se establecieron rendimientos inferiores para equipos destinados igualmente a hospitales distritales: 50, 60 y 80 pruebas/hora, según el establecimiento. En ese sentido, y atendiendo a criterios de proporcionalidad y a los antecedentes señalados, consultamos si la Convocante consideraría reducir el rendimiento mínimo exigido a 80 pruebas/hora.		

Consulta 21 - Solicitud de revisión y corrección del PBC

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026
Solicitamos a la Convocante tenga a bien revisar la Versión 1 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC), específicamente las Especificaciones Técnicas correspondientes a los equipos requeridos, debido a que el contenido publicado se visualiza de manera incompleta y/o cortada, imposibilitando la lectura integral de las especificaciones técnicas. Esta situación dificulta el correcto análisis de los requerimientos establecidos y, consecuentemente, la adecuada preparación de las ofertas por parte de los potenciales oferentes. En tal sentido, solicitamos a la Convocante realizar la corrección correspondiente y publicar una Versión 2 del PBC, incorporando las Especificaciones Técnicas de forma completa y correctamente visualizable, a fin de que todos los potenciales oferentes puedan realizar un análisis técnico adecuado y en igualdad de condiciones.		

Consulta 22 - Lote 9 Contador Hematológico:

Consulta	Fecha de Consulta	06-10-2026

En relación con la especificación técnica que establece: “Volumen de aspiración de muestra como mínimo 10 µL”, solicitamos a la Convocante aclarar si dicho requerimiento debe interpretarse como un volumen mínimo de aspiración de 10 µL o superior, es decir, que el equipo pueda trabajar con volúmenes de aspiración iguales o mayores a 10 µL.
Asimismo, solicitamos confirmar si serán consideradas técnicamente admisibles aquellas plataformas cuyo volumen de aspiración sea superior a 10 µL.
Fundamento de la consulta: La expresión “como mínimo 10 µL” podría generar interpretaciones respecto del rango de volumen requerido, por lo que solicitamos precisar el alcance de esta especificación a fin de garantizar una interpretación uniforme de las condiciones técnicas y la correcta elaboración de las ofertas.