Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 479299 - LPN Nº 15/2026 - ADQUISICION DE VALVULA PULMONAR TRANSCATETER PARA EL HOSPITAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

Consulta 1 - Entrega de bienes

Consulta	Fecha de Consulta	05-10-2026

Se solicita a la Convocante que facilite a la empresa adjudicada los estudios de los pacientes beneficiarios a fin de determinar el tamaño correcto de la prótesis a ser implantada. Los mismos se requieren antes de la emisión de la orden de compra

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2026

Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. En primer lugar, se establece que "los oferentes deberán ajustarse estrictamente a las especificaciones técnicas y condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado", conforme a los requerimientos técnicos oportunamente remitidos por este
Departamento.
Asimismo, informamos que "actualmente nos encontramos en proceso de evaluación y preselección de los pacientes potencialmente beneficiarios de este procedimiento". Dicho proceso requiere la realización de estudios cardiológicos especializados, incluyendo evaluaciones anatómicas y funcionales mediante métodos de diagnóstico por imágenes, indispensables para determinar la factibilidad del implante y establecer las características y dimensiones de la prótesis más adecuada para cada paciente.
Cabe destacar que la selección definitiva de los pacientes y la determinación del tamaño de la prótesis constituyen etapas que requieren una evaluación individualizada y rigurosa, considerando la complejidad de las cardiopatías congénitas y las particularidades anatómicas de cada caso.
Por lo tanto, "en esta etapa del proceso licitatorio no resulta posible proporcionar los estudios definitivos ni establecer anticipadamente los tamaños específicos de las prótesis que serán requerida", dado que dichas determinaciones dependen de la culminación de las evaluaciones
especializadas correspondientes.
En consecuencia, reiteramos que los oferentes deberán ceñirse a las especificaciones técnicas establecidas en el llamado, sin condicionar el cumplimiento de los requisitos a la disponibilidad previa de estudios individuales de los pacientes.

Consulta 2 - ítem 1 - Válvula Cardíaca Transcatéter

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2026

Se le consulta respetuosamente a La Convocante, si permite la oferta de Prótesis Transcatéter expandible por balón de pericardio bovino con armazón de cromo-cobalto y estructura metálica de celdas hexagonales.
Medidas disponibles: 20 mm, 23 mm, 26 mm y 29 mm. Con certificación FDA y CE.
Se propone dividir el pedido en dos lotes para atender todos los posibles pacientes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2026

Ajustarse a la última versión del Pliego de Bases y Condiciones.
Se aclara que las especificaciones técnicas se mantienen conforme a las necesidades del Servicio y que no se contempla la división del pedido en lotes.