

Consultas Realizadas

Licitación 484366 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO

Consulta 1 - ITEM 6 CAMARA CLIMÁTICA (CAMARA DE CURADO)

Consulta	Fecha de Consulta	21-08-2026
Solicitamos confirmación si necesario incluir 10 u de Kit de filtros de pretratamiento de agua, para optimizar la calidad del fluido de entrada y mitigar incrustaciones calcáreas que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento del equipo, con el objeto de evitar obstrucciones por sarro o sedimentos en los nebulizadores de agua de la cámara,		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-08-2026
En relación a la consulta recibida, se remite la siguiente respuesta; En el ítem 6, correspondiente a la cámara de curado, se establece expresamente que: "El montaje, ajuste y puesta en servicio del armario, con todos sus accesorios, correrá por cuenta del oferente". En consecuencia, si las características técnicas del armario ofertado requieren la incorporación de filtros de agua u otros accesorios necesarios para su correcto funcionamiento y puesta en servicio, estos deberán ser incluidos y provistos por el oferente.		

Consulta 2 - EETT ITEM N° 03 - HORNO MUFLA

Consulta	Fecha de Consulta	24-08-2026
Apertura de puerta lateral: Se solicita amablemente a la convocante considerar equipos con puerta de apertura lateral (de costado). Esto mejora la seguridad, ya que la apertura tipo bandeja expone al operario a radiación térmica directa en el rostro y brazos a 1.200 °C, mientras que la lateral actúa como un escudo protector.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-08-2026
Favor remitirse al PBC.		

Consulta 3 - EETT ITEM N° 03 - HORNO MUFLA

Consulta	Fecha de Consulta	24-08-2026
Optimización de potencia eléctrica: El pliego exige una potencia mínima de 3.720 W. Favor se pueda considerar amablemente aceptar equipos de menor potencia, siempre que alcancen la temperatura máxima de 1.200 °C. Los hornos modernos usan mejores aislamientos cerámicos que logran la misma temperatura con menos consumo eléctrico, siendo técnicamente más eficientes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-08-2026
Favor remitirse al PBC.		

Consulta 4 - ÍTEM 5, HORNO MUFLA

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2026
ÍTEM 5, HORNO MUFLA: Se solicita a la Convocante aceptar equipos con volumen interior de 16 litros, sin ventilaciones frontales y superiores y con display LED de 4 dígitos, considerando que estas características no afectan la funcionalidad principal del horno mufla, siempre que el equipo mantenga la temperatura máxima requerida, el control PID, la precisión y resolución exigidas. Esta aceptación permitiría la participación de equipos técnicamente adecuados y funcionalmente equivalentes, promoviendo una mayor concurrencia y competencia entre potenciales oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2026
Solicitamos por favor, remitirse a lo establecido en el PBC.		

Consulta 5 - Cámara de curado

Consulta	Fecha de Consulta	25-08-2026
Con relación a las dimensiones internas requeridas de 1.090 × 470 × 1.200 mm, equivalentes aproximadamente a 615 litros, solicitamos confirmar si será aceptado un equipo con dimensiones internas de 1.150 × 450 × 1.450 mm, equivalente aproximadamente a 750 litros. Si bien el ancho es 20 mm menor, el equipo posee mayor longitud y altura, resultando en aproximadamente 22 % más capacidad interna, por lo que funcionalmente ofrece una mayor capacidad para el alojamiento de probetas y muestras. Asimismo, el equipo posee una potencia de 1.700 W, inferior a los 2.000 W requeridos. Consideramos esta característica más favorable desde el punto de vista energético, ya que implica un menor consumo eléctrico, manteniendo las condiciones de funcionamiento y curado requeridas. Por lo expuesto, solicitamos confirmar la aceptación de estas características técnicas equivalentes o superiores en capacidad y eficiencia energética.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2026
Las Especificaciones Técnicas solicitadas, se basan en validaciones previas y consideraciones de la sala en donde se instalará la cámara de curado. Por lo que introducir modificaciones sin contar con un análisis técnico integral, podría alterar otros parámetros críticos, además considerando los tiempos y plazos del presente llamado. Solicitamos por favor remitirse al PBC.		

Consulta 6 - Cámara de curado - plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2026
Solicitamos considerar la ampliación del plazo de entrega de la Cámara de Curado a 150 días calendario, atendiendo a que se trata de un equipo de fabricación especial, cuyo proceso de producción demanda aproximadamente 60 días. A dicho plazo deben adicionarse los tiempos correspondientes al transporte marítimo internacional, operaciones portuarias, despacho aduanero y nacionalización, transporte terrestre hasta el lugar de entrega, instalación, puesta en marcha y verificación del correcto funcionamiento del equipo y sus accesorios. Por lo expuesto, solicitamos confirmar la aceptación de un plazo de entrega de hasta 150 días calendario, a fin de permitir una provisión adecuada del equipo conforme a las especificaciones técnicas requeridas.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-08-2026
Solicitamos por favor, remitirse al PBC.		