

Consultas Realizadas

Licitación 491675 - LPN N° 10 Adquisición Plurianual de Sillas de Ruedas y Colchones Antiescaras

Consulta 1 - LOTE N° 1 - ITEM N° 1 Silla de Ruedas Plegable

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2026
Donde Dice: Ruedas posteriores de cubiertas inflables, de 62cm (+/- 2cm) de diámetro. Podría Ser: "Ruedas posteriores inflables o solidas de material resistente de 60cm de diámetro (+/- 5cm) - (Menor costo de mantenimiento, misma función)		

Consulta 2 - LOTE N° 1 - ITEM N° 1 Silla de Ruedas Plegable

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2026
Donde Dice: Ancho del asiento de 65cm (+/- 5cm) Podría Ser: "Ancho del asiento de 55cm (+/- 5cm) o mayor". No hace diferencia 2,5cm por lado, y si afecta para cruzar ciertos espacios al ser mas grande.		

Consulta 3 - LOTE N° 1 - ITEM N° 3 - SILLA DE RUEDAS PLEGABLE

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2026
Donde Dice: Tela de cuerina, impermeable, totalmente lavable Podría Ser: "Tela de cuerina o Nylon o mejor material, impermeable, totalmente lavable" no hace diferencia en la prestación.		

Consulta 4 - LOTE N° 1 - ITEM N° 2 - Silla de Ruedas Plegable

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2026
Donde Dice: Ruedas Delanteras de neumático solido de 15cm. (+/- 1 cm) Podría Ser: MODIFICAR; "Ruedas Delanteras de neumático solido de 20cm. (+/- 2cm), es mejor más dirigible y más altura para los obstáculos		

Consulta 5 - LOTE N° 1 - ITEM N° 2 - Silla de Ruedas Plegable

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2026
Donde Dice: Ruedas posteriores inflables de 55 cm de diámetro (+/- 5cm) Podría Ser: "Ruedas posteriores inflables o solidas de material resistente de 60cm de diámetro (+/- 5cm) - (Menor costo de mantenimiento, misma función)		

Consulta 6 - LOTE N° 1 - ITEM N° 3 - SILLA DE RUEDAS PLEGABLE

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2026
Donde Dice: Posa brazo acolchado Podría decir: "Apoya brazo acolchado rebatible". Más práctico y rápido, que tener que desmontar todo el apoya brazo y luego colocarlo de vuelta		

Consulta 7 - LOTE N° 1 - ITEM N° 2 - Silla de Rueda Plegable

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2026
Donde Dice: Asiento y espaldero de material sintético totalmente desmontable, con varilla de sujeción varilla. Podría Ser: OPCIONAL, solo aplica a silla sanitarias utilizadas para baño del paciente.		

Consulta 8 - LOTE N° 1 - Item N° 2 - Silla de Ruedas Plegable

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2026
Donde Dice: Apoya brazo fijo acolchado Podría Ser: "Apoya brazo rebatible". Más práctico y rápido, que tener que desmontar todo el apoya brazo y luego colocarlo de vuelta		

Consulta 9 - LOTE N° 1 - ITEM N° 2 Silla de Ruedas Plegable

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2026
Donde Dice: Estructura de la silla en aluminio Podría Ser: "Estructura de la silla de rueda en aluminio o acero al carbono o galvanizado", es más resistente a los golpes que un material en aluminio.		

Consulta 10 - Lote N° 1 - Item N° 1 - Silla de Ruedas Plegable

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2026
Donde Dice: Estructura del Apoya brazo desmontable. Podría Ser: "Estructura del Apoya brazo rebatible". Más práctico y rápido, que tener que desmontar todo el apoya brazo y luego colocarlo de vuelta		

Consulta 11 - LOTE N° 2 - ITEM N° 1 - Colchon de agua articulado

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2026
Donde Dice: Colchón de agua articulado Podría Ser: "Colchón de agua articulado con apoya cabeza del mismo material que el colchón"		

Consulta 12 - LOTE N° 1 - ITEM N° 2 - Silla de Ruedas Plegable

Consulta	Fecha de Consulta	14-09-2026
Donde Dice: Capacidad de carga 80kg. (+/- 20 kilogramos). Podría Ser: "Capacidad de carga 80kg. (+/- 20 kilogramos) o mayor capacidad.		

Consulta 13 - LOTE N° 2 - ITEM N° 1 - Colchon de Agua Articulado

Consulta	Fecha de Consulta	15-09-2026
Donde Dice: Con 2 divisiones (articulable) Podría Ser: "Con 2 o más divisiones", cuanto más divisiones mucho mejor		

Consulta 14 - LOTE N° 2 - ITEM N° 1 - Colchón de agua Articulado

Consulta	Fecha de Consulta	15-09-2026
FAVOR AGREGAR MUY IMPORTANTE: ACCESORIOS; 1 (un) KIT de manguera para carga de agua con conector adecuado a la toma del colchón. (un) KIT de reparación (parches y pegamento).		

Consulta 15 - CONSULTA: ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 1.

Consulta	Fecha de Consulta	15-09-2026
Con relación al punto donde el Pliego de Bases y Condiciones indica; Capacidad Técnica; Obs: Los representantes del Comité de Evaluación, se reservan el derecho de realizar visita técnica al local declarado por el oferente, a fin de determinar si los mismos cuentan con el stock mínimo del Lote 1: en el ítem 1 del 3%, en el ítem 2 del 1% y en el ítem 3 del 16%: 20% del monto máximo del llamado a adjudicar, a fin de garantizar a la Convocante que el oferente no tendrá ningún contratiempo en la entrega de los bienes. Esta observación lo consideramos un fuerte direccionamiento del llamado y una limitante de participación en abierta oposición a los principios de básicos de la Ley de Contrataciones, por lo siguiente; Están hablando de stock mínimo en valores porcentuales, y no están considerando que el llamado se basa en valores monetarios con monto mínimos y máximos en cada Lote solicitado, así en este Lote 1 indican Gs. 2.000.000.000 como mínimo y Gs. 4.000.000.000 como máximo, es más estos valores no están asignados por cada ítem, es decir como sabemos que importe de los montos indicados como mínimo y máximo corresponderían para el ítem 1, para el ítem 2 y para el ítem 3, y es más como podría saber la convocante está cantidad si ni si quiera cuenta con la oferta de cada firma. Según el precio unitario en cada ítem que cada oferente presente, las cantidades serían diferentes entre cada empresa. Por tanto, nuestra consulta es la siguiente, como un licitante podría definir qué cantidad corresponde al 3% del ítem 1, y que cantidad sería el 1% del ítem 2, y que cantidad sería el 16% del ítem 3, de tal manera que tenga que realizar una reserva para cuando el comité, si lo considere pase a verificar el stock solicitado?		

Consulta 16 - CONSULTA: ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 1.

Consulta	Fecha de Consulta	15-09-2026
Con relación al punto donde el Pliego de Bases y Condiciones indica; Capacidad Técnica; Obs: Los representantes del Comité de Evaluación, se reservan el derecho de realizar visita técnica al local declarado por el oferente, a fin de determinar si los mismos cuentan con el stock mínimo del Lote 1: en el ítem 1 del 3%, en el ítem 2 del 1% y en el ítem 3 del 16%: 20% del monto máximo del llamado a adjudicar, a fin de garantizar a la Convocante que el oferente no tendrá ningún contratiempo en la entrega de los bienes. Esta observación lo consideramos un fuerte direccionamiento del llamado y una limitante de participación en abierta oposición a los principios de básicos de la Ley de Contrataciones, por lo siguiente; ¿Por qué el requerimiento es solo para Lote 1 de sillas de ruedas, y no aplica para el Lote 2 colchón de agua? Solicitamos considerar el requerimiento para ninguno de los lotes o considerar este requisito para ambos lotes, no discriminar los requisitos como ya lo han hecho al momento de solicitar el Registro Sanitario de los Lotes, que además es un requisito legal.		

Consulta 17 - CONSULTA: ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 1.

Consulta	Fecha de Consulta	15-09-2026
Con relación al punto donde el Pliego de Bases y Condiciones indica; Capacidad Técnica; Obs: Los representantes del Comité de Evaluación, se reservan el derecho de realizar visita técnica al local declarado por el oferente, a fin de determinar si los mismos cuentan con el stock mínimo del Lote 1: en el ítem 1 del 3%, en el ítem 2 del 1% y en el ítem 3 del 16%: 20% del monto máximo del llamado a adjudicar, a fin de garantizar a la Convocante que el oferente no tendrá ningún contratiempo en la entrega de los bienes. Esta observación lo consideramos un fuerte direccionamiento del llamado y una limitante de participación en abierta oposición a los principios de básicos de la Ley de Contrataciones, por lo siguiente; Solicitamos eliminar este requisito, por no tener definido la capacidad técnica a demostrar, o recomendamos considerar la aplicación de una cantidad estimada al 20% del total de la cantidad máxima de todo el Lote 1, y no por cada ítem.		

Consulta 18 - CONSULTA: ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 1.

Consulta	Fecha de Consulta	15-09-2026
Con relación al punto donde el Pliego de Bases y Condiciones indica; Capacidad Técnica; Obs: Los representantes del Comité de Evaluación, se reservan el derecho de realizar visita técnica al local declarado por el oferente, a fin de determinar si los mismos cuentan con el stock mínimo del Lote 1: en el ítem 1 del 3%, en el ítem 2 del 1% y en el ítem 3 del 16%: 20% del monto máximo del llamado a adjudicar, a fin de garantizar a la Convocante que el oferente no tendrá ningún contratiempo en la entrega de los bienes. Esta observación lo consideramos un fuerte direccionamiento del llamado y una limitante de participación en abierta oposición a los principios de básicos de la Ley de Contrataciones, por lo siguiente; Porque los representantes del Comité de Evaluación, se reservarían el derecho de realizar visita técnica al local declarado por el oferente para comprobar el stock por ítem solicitado, es decir porque a algunos oferentes a criterio del comité podría ser una exigencia esta comprobación y para otros no. Solicitamos la uniformidad del criterio o aplica la verificación para todos los oferentes o no aplica a ninguno, porque no se puede discriminar de ninguna forma la participación en igual de condiciones para todos los oferentes. Solicitamos eliminar este punto como un requerimiento técnico.		

Consulta 19 - CONSULTA: ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 1.

Consulta	Fecha de Consulta	15-09-2026
Con relación al punto donde el Pliego de Bases y Condiciones indica; Capacidad Técnica; Obs: Los representantes del Comité de Evaluación, se reservan el derecho de realizar visita técnica al local declarado por el oferente, a fin de determinar si los mismos cuentan con el stock mínimo del Lote 1: en el ítem 1 del 3%, en el ítem 2 del 1% y en el ítem 3 del 16%: 20% del monto máximo del llamado a adjudicar, a fin de garantizar a la Convocante que el oferente no tendrá ningún contratiempo en la entrega de los bienes. ¿Solicitamos aclarar cuál es el criterio de la convocante para definir los valores porcentuales indicados a cada ítem, cual sería el principio del cálculo realizado, y solicitamos aclarar porque no solicitan el mismo requerimiento al Lote 2?		

Consulta 20 - CONSULTA: MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	15-09-2026
Con relación al punto donde el Pliego de Bases y Condiciones indica; Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes ítems y en las siguientes condiciones: Las muestras deberán ser presentadas en la DIBEN, sito en la calle EE.UU. N° 135 esq. Avda. Mcal. López, Asunción, 4to Piso, oficina de la Dirección de Contrataciones Públicas. El Comité de Evaluación remitirá notas, con un mínimo de 24 horas de anticipación. En la nota se establecerá el plazo (fecha y hora) para su presentación. Favor aclarar que las muestras a presentar corresponderían a ambos lotes el 1 y 2, y para el Lote 1, la presentación de la muestra de cada ítem (1, 2 y 3), porque no se menciona en el apartado donde dice; "Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes ítems", sin embargo no se indica o menciona.		

Consulta 21 - CONSULTA: MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	15-09-2026
Con relación al punto donde el Pliego de Bases y Condiciones indica; Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes ítems y en las siguientes condiciones: Las muestras deberán ser presentadas en la DIBEN, sito en la calle EE.UU. N° 135 esq. Avda. Mcal. López, Asunción, 4to Piso, oficina de la Dirección de Contrataciones Públicas. El Comité de Evaluación remitirá notas, con un mínimo de 24 horas de anticipación. En la nota se establecerá el plazo (fecha y hora) para su presentación. Favor aclarar que las muestras a presentar corresponderían a ambos lotes el 1 y 2, y para el Lote 1, la presentación de la muestra de cada ítem (1, 2 y 3), porque no se menciona en el apartado donde dice; "Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes ítems", sin embargo no se indica o menciona.		

Consulta 22 - CONSULTA: MUESTRAS

Consulta	Fecha de Consulta	15-09-2026
Con relación al punto donde el Pliego de Bases y Condiciones indica; Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes ítems y en las siguientes condiciones: Las muestras deberán ser presentadas en la DIBEN, sito en la calle EE.UU. N° 135 esq. Avda. Mcal. López, Asunción, 4to Piso, oficina de la Dirección de Contrataciones Públicas. El Comité de Evaluación remitirá notas, con un mínimo de 24 horas de anticipación. En la nota se establecerá el plazo (fecha y hora) para su presentación. Consultamos si la presentación de muestra es un requerimiento obligatorio para todos los oferentes en ambos lotes y de todos los ítems, o el comité definirá a quienes solicitaría las muestras con la remisión de la nota.		

Consulta 23 - CONSULTA: ESPECIFICACIONES TECNICAS LOTE 1.

Consulta	Fecha de Consulta	15-09-2026
Con relación al punto donde solicitan; Capacidad Técnica; En su punto 5 indica: 5- Lote 2 - Requisito Sanitario 1) Por ser productos de uso médico los oferentes deberán contar con el debido CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO expedido debidamente por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA) vigente a la fecha de apertura de ofertas. En caso de que el Registro Sanitario se encuentre vencido, se deberá de acompañar constancia emitida por DINAVISA de que el mismo se encuentra en trámite de renovación y que el producto puede seguir siendo comercializado mientras dure el trámite. Solicitamos respetuosamente, considerar también la solicitud del Registro Sanitario de las sillas de ruedas a cotizar del Lote 1 para los Items 1, 2 y 3, ya que es un producto que requiere una autorización sanitaria emitida por DINAVISA en Paraguay. Al ser considerada una ayuda funcional para la movilidad, entra dentro de la categoría jurídica de dispositivo médico.		

Consulta 24 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	15-09-2026
LOTE 1 - ITEM 1 SILLA DE RUEDAS PLEGABLE SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE LA AMPLIACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DONDE DICE: Ancho del asiento de 65cm (+/- 5cm) SEA CONSIDERADO: Ancho del asiento de 60cm (+/- 5cm) DONDE SOLICITAN: Barra de empuje SEA CONSIDERADO : Barra de empuje (OPCIONAL) ESTOS CAMBIOS PERMITIRAN QUE POTENCIALES OFERENTES PRESENTEN SUS PROPUESTAS Y LA ENTIDAD PUEDA TENER MAYORES Y MEJORES OFERTAS		

Consulta 25 - Sistema de Adjudicación

Consulta	Fecha de Consulta	15-09-2026
A manera de dar mayor participación a potenciales oferentes solicitamos respetuosamente a la convocante modificar el sistema de adjudicación de "LOTES" a "ITEM" Este cambio permitirá que más oferentes presenten sus propuestas.		

Consulta 26 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	15-09-2026
Lote - ITEM SILLA DE RUEDAS PLEGABLES DESMONATBLES Solicitamos a la convocante la verificación de las especificaciones técnicas de ítem 2 Silla junior, la misma será destinada a usuarios niños y las medidas solicitadas corresponden a una silla destinada a un paciente adulto		

Consulta 27 - SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	15-09-2026
Lote - ITEM SILLA DE RUEDAS PLEGABLES DESMONATBLES- silla junior A manera de dar mayor participación a potenciales oferentes solicitamos la ampliación de las especificaciones técnicas ya que las medidas solicitadas corresponden a medidas destinadas a pacientes adultos Donde dice: Estructura de la silla en aluminio Quede redactado de la siguiente manera: Estructura de la silla en metal Donde dice: Apoya brazo fijo acolchado Quede redactado de la siguiente manera: Apoya brazo acolchado Donde dice: Ancho del asiento de 44cm (+/- 2cm) Quede redactado de la siguiente manera: Ancho del asiento de 40cm (+/- 5cm) estos cambios no modificaran en demasía las especificaciones originales, mejorara la calidad y las prestaciones del bien, se adaptaran y beneficiaran mejor a la talla, peso y medidas de los pacientes menores y permitira que mas oferentes puedan presenta sus ofertas		

Consulta 28 - REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Consulta	Fecha de Consulta	15-09-2026
Solicitamos respetuosamente a la convocante la eliminación de siguiente requisito CAPACIDAD TECNICA: Obs: Los representantes del Comité de Evaluación, se reservan el derecho de realizar visita técnica al local declarado por el oferente, a fin de determinar si los mismos cuentan con el stock mínimo del Lote 1: en el ítem 1 del 3%, en el ítem 2 del 1% y en el ítem 3 del 16%: 20% del monto máximo del llamado a adjudicar, a fin de garantizar a la Convocante que el oferente no tendrá ningún contratiempo en la entrega de los bienes. Lo consideramos un fuerte direccionamiento del llamado y una limitante de participación en abierta oposición a los principios de básicos de la Ley de Contrataciones, además en el llamado ya se solicitan pólizas de seguros, también la ley 7021/22 ya contempla sanciones en caso de incumplimientos de contratos de parte de los oferentes. Como el presente llamado es plurianual y da tiempo suficiente para que en caso de resultar adjudicados realizar las importaciones correspondientes		

Consulta 29 - LOTE 1 ITEM 1 – Silla de Ruedas Plegable

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2026
Donde dice: Item: 1 Ruedas posteriores de cubiertas inflables, de 62cm (+/- 2cm) de diámetro. Se sugiere a la convocante considerar. Ruedas posteriores inflables o solidas de material resistente de 60cm de diámetro (+/- 5cm) - (Menor costo de mantenimiento, misma función).		

Consulta 30 - LOTE 1 ITEM 2 – Silla de Ruedas Plegable

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2026
Donde dice: Item: 2 Estructura de la silla en aluminio Se sugiere a la convocante considere estructura de la silla de rueda en aluminio o acero, es más resistente a los golpes que un material en aluminio.		

Consulta 31 - LOTE 1 ITEM 3 – Silla de Ruedas Plegable

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2026
Donde dice: Item: 3 Altura del respáldero de 45cm como mínimo (+/- 1cm) Se sugiere a la convocante considerar. Altura del respáldero de 45 cm como mínimo (+/- 5cm).		

Consulta 32 - LOTE 1 ITEM 2 – Silla de Ruedas Plegable

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2026
Donde dice: Item: 2 Reposapiernas fijas, base de posapiés de plástico, de altura regulable. Se sugiere a la convocante considerar: Base posapiés sea de material plástico o acero.		

Consulta 33 - LOTE 1 ITEM 2 – Silla de Ruedas Plegable

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2026
Donde dice: Item: 2 Asiento y respaldero de material sintético totalmente desmontable, con varilla de sujeción varilla. Se sugiere a la convocante OPCIONAL, solo aplica a silla sanitarias utilizadas para baño del paciente.		

Consulta 34 - LOTE 1 ITEM 1 – Silla de Ruedas Plegable

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2026
Donde dice: Ítem: 1 Ancho del asiento de 65cm (+/- 5cm) Se sugiere a la convocante considerar El ancho del asiento sea desde 56 cm o superior		

Consulta 35 - LOTE 1 ITEM 1 – Silla de Ruedas Plegable

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2026
Donde dice: Item: 1 Estructura del Apoyabrazo desmontable. Se sugiere a la convocante considere Apoyabrazo desmontable o Plegable.		

Consulta 36 - SISTEMA DE ADJUDICACIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2026
Solicitamos amablemente a la convocante evaluar la posibilidad de modificar el sistema de adjudicación actualmente establecido por Lote, a fin de que el mismo pase a ser por Ítem. Esta solicitud obedece a que dicha modificación permitiría no limitar la cantidad de oferentes, otorgando a la convocante mayores opciones al momento de la evaluación y adjudicación.		