

Consultas Realizadas

Licitación 484560 - Adquisición de equipos industriales para Laboratorio

Consulta 1 - Ítem 1: Heladera para laboratorio. Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2026
Con el fin de permitir la participación de una mayor concurrencia de marcas en la evaluación técnica, solicitamos se acepten heladeras de laboratorio cuyo compartimiento de refrigeración opere en el rango de 2 °C a 8 °C, considerando que este es el estándar para la conservación segura de reactivos y muestras, siempre que cumpla con el congelador de -10 °C a -25 °C y las demás especificaciones solicitadas. Considerar temperatura de la heladera 0°C a 10 °C +/- 2º C		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2026
En atención a la consulta, la Convocante aclara que el rango de temperatura del compartimiento de refrigeración será de 0 °C a 10 °C, con una tolerancia de ± 2 °C. En tal sentido, la Convocante informa que serán aceptables equipos con rango de operación de 2 °C a 8 °C, siempre que cumplan con el rango del congelador de -10 °C a -25 °C y con las demás especificaciones técnicas requeridas. La modificación correspondiente será incorporada en el PBC mediante Adenda respectiva.		

Consulta 2 - Tiempo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2026
Solicitamos ampliar el tiempo de entrega en 90 días corridos, considerando los equipos que requieren importación y para favorecer la mayor concurrencia de ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2026
En atención a la consulta, la Convocante informa será modificado el plazo de entrega a 90 días corridos. La modificación correspondiente será incorporada en el PBC mediante Adenda respectiva.		

Consulta 3 - EETT DEL ÍTEM N° 01

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2026
El ítem N° 01 - La Heladera para Laboratorio, en la EETT solicita en cuanto a descripción que el segundo compartimiento correspondiente al refrigerador con rango de temperatura de 0° a 10° C, sin embargo se solicita a la convocante para mayor ampliación de rangos y mayor participación de oferentes que cuenta con la capacidad de llevar a cabo el llamado, se solicita aceptar con rango de temperatura de 2° a 8° C.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2026
En atención a la consulta, la Convocante aclara que el rango de temperatura del compartimiento de refrigeración será de 0 °C a 10 °C, con una tolerancia de ± 2 °C. En tal sentido, la Convocante informa que serán aceptables equipos con rango de operación de 2 °C a 8 °C, siempre que cumplan con el rango del congelador de -10 °C a -25 °C y con las demás especificaciones técnicas requeridas. La modificación correspondiente será incorporada en el PBC mediante Adenda respectiva.		

Consulta 4 - ÍTEM 2 - Refrigerador para Laboratorio

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2026
Se solicita respetuosamente a la Convocante considerar la presentación con capacidad mínima de 310 L y 4 estantes ajustables/removibles, considerando que dicha configuración permite disponer de un volumen útil adecuado para el almacenamiento y conservación de los productos requeridos, manteniendo una distribución interna organizada y funcional, sin afectar las condiciones de temperatura, seguridad y operatividad del equipo.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2026
En atención a la consulta, la Convocante aclara que deberán mantenerse las especificaciones técnicas establecidas en el PBC, por responder a las necesidades operativas y técnicas del Laboratorio.		

Consulta 5 - Plan de entrega:

Consulta	Fecha de Consulta	21-09-2026
Se solicita amablemente a la convocante considerar la extensión del plazo de entrega a 90 días calendario de haber retirado la Orden de Compra, debido a la importación y el volumen solicitado. Esta ampliación permitirá cumplir con los tiempos necesarios para la gestión aduanera, transporte internacional y aseguramiento de calidad, garantizando así una entrega completa y conforme a los requerimientos técnicos.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2026
En atención a la consulta, la Convocante informa será modificado el plazo de entrega a 90 días corridos. La modificación correspondiente será incorporada en el PBC mediante Adenda respectiva.		

Consulta 6 - PLAZO DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2026
Con relación al plazo de entrega establecido, solicitamos considerar la ampliación de este, teniendo en cuenta que se tratan equipos de procedencia importada, cuyos tiempos de fabricación, preparación y transporte internacional pueden superar el plazo actualmente establecido. Favor confirmar si sería posible ampliar el plazo de entrega a 90 días corridos posteriores a la recepción de la Orden de Compra.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2026
En atención a la consulta, la Convocante informa será modificado el plazo de entrega a 90 días corridos. La modificación correspondiente será incorporada en el PBC mediante Adenda respectiva.		

Consulta 7 - ITEM 3 – DESTILADOR DE AGUA

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2026
Consulta 1: Control de agua Con relación al requisito "control automático del nivel de agua", favor confirmar si esta característica es de cumplimiento obligatorio o si se aceptará un equipo que no disponga de control automático de nivel, siempre que cuente con un sistema de seguridad que interrumpa automáticamente el calentamiento ante la falta de agua, evitando el funcionamiento en seco y protegiendo el equipo.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2026
En atención a la consulta, la Convocante aclara que el requisito de "control automático del nivel de agua" es de cumplimiento obligatorio, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas del PBC, teniendo en cuenta que este sistema garantiza producción continua de agua destilada sin desbordamiento.		

Consulta 8 - Consulta 2: Tipo de condensador

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2026
Favor confirmar si el requisito de estructura de condensación tipo serpentín es excluyente, o si se aceptará un equipo que utilice un sistema de condensación de diseño diferente, siempre que garantice una adecuada condensación del vapor y la capacidad de producción de agua destilada requerida.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2026
En atención a la consulta, la Convocante aclara que el requisito de estructura de condensación tipo serpentín es de cumplimiento obligatorio, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas del PBC.		

Consulta 9 - ITEM 3 - DESTILADOR DE AGUA

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2026
Consulta 3: Tipo de conector Favor confirmar si el requisito de toma tipo Schuko es excluyente, o si se aceptará un equipo provisto de toma/conector eléctrico de tipo industrial, dimensionado de acuerdo con la potencia y tensión de alimentación del equipo y que garantice una conexión eléctrica segura con puesta a tierra.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2026
En atención a la consulta, la Convocante aclara que el requisito de toma tipo Schuko es de cumplimiento obligatorio, conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el PBC, a fin de adecuarse a las instalaciones eléctricas previstas para el edificio del Laboratorio.		

Consulta 10 - ITEM 3 - DESTILADOR DE AGUA

Consulta	Fecha de Consulta	22-09-2026
Consulta 4: Tipo de acero Favor confirmar si el requisito de construcción en acero inoxidable AISI 316 es excluyente, o si se aceptará un equipo fabricado en acero inoxidable AISI 304, manteniendo las demás condiciones de funcionamiento y capacidad de producción requeridas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2026
En atención a la consulta, la Convocante aclara que el requisito de construcción en acero inoxidable AISI 316 es de cumplimiento obligatorio, conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el PBC.		

Consulta 11 - SOLICITUD DE PRÓRROGA PARA EL PLAZO DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Estimados Miembros del Comité de Evaluación: Teniendo en cuenta el volumen de los suministros solicitados y el hecho de que son bienes de procedencia extranjera con configuraciones de seguridad complejas y tecnologías analíticas e industriales que no cuentan con fabricación ni stock en el mercado local, se debe contemplar una importación vía marítima, debido al tamaño y costos de transporte. Por este motivo solicitamos considerar la extensión del plazo de entrega de 30 días corridos a un mínimo de entre 90 a 120 días corridos, a fin de ampliar y mejorar la calidad de las ofertas por parte de los participantes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2026
En atención a la consulta, la Convocante informa será modificado el plazo de entrega a 90 días corridos. La modificación correspondiente será incorporada en el PBC mediante Adenda respectiva.		

Consulta 12 - ITEM 1: Heladera para Laboratorio

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
¿Se aceptarán refrigeradores con un rango de temperatura de 2 a 8 °C?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2026
En atención a la consulta, la Convocante aclara que el rango de temperatura del compartimiento de refrigeración será de 0 °C a 10 °C, con una tolerancia de ± 2 °C. En tal sentido, la Convocante informa que serán aceptables equipos con rango de operación de 2 °C a 8 °C, siempre que cumplan con el rango del congelador de -10 °C a -25 °C y con las demás especificaciones técnicas requeridas. La modificación correspondiente será incorporada en el PBC mediante Adenda respectiva.		

Consulta 13 - Experiencia demasiado específica

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Solicitamos justificar por qué se limita la experiencia a "equipos industriales de laboratorio". También pedimos ampliarla a equipos industriales, científicos, de medición, ensayo, control, refrigeración, instrumentación o bienes técnicamente similares, que demuestran igual capacidad del oferente.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2026
En atención a la consulta, la Convocante aclara que la denominación "equipos industriales de Laboratorio" engloba los equipos señalados en la consulta.		

Consulta 14 - Forma de acreditación de la experiencia durante los años 2023, 2024 y 2025

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Respecto del requisito de experiencia, el PBC establece que podrán presentarse la cantidad de contratos y/o facturaciones que fuesen necesarios para acreditar, en promedio de los tres últimos años 2023, 2024 y 2025, un monto igual o superior al 50% del monto total ofertado. Sobre este punto, solicitamos aclarar si resulta obligatorio presentar contratos, facturas o antecedentes correspondientes a cada uno de los años 2023, 2024 y 2025 de manera individual, o si será suficiente que los antecedentes presentados se encuentren comprendidos dentro de dicho periodo y que, considerados en conjunto, permitan alcanzar el porcentaje de experiencia requerido. Asimismo, solicitamos confirmar que no será exigida la presentación de al menos un contrato o factura por cada ejercicio fiscal, siempre que el oferente acredite dentro del periodo establecido el monto total de experiencia exigido por el PBC.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2026
En atención a la consulta, la Convocante informa que no se requiere la presentación de contratos y/o facturaciones por cada año, tal cual como se indica en el apartado de experiencia requerida y se aclara además que en el PBC se pide alcanzar el 30% de los dos últimos años (2024 y 2025).		

Consulta 15 - "Turbo Freezer"

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Solicitamos definir el requerimiento funcional correspondiente, con parámetros medibles como temperatura objetivo y tiempo de descenso. También pedimos sustituir la denominación comercial por "sistema de congelamiento/enfriamiento rápido o equivalente".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2026
La Convocante aclara que el requerimiento funcional "turbo freezer" se refiere al enfriamiento o congelamiento rápido.		

Consulta 16 - Refrigerador "antiexplosivo" sin norma

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Solicitamos indicar la norma de referencia, clasificación de área, grupo de gases, clase de temperatura y certificación exigida. También pedimos confirmar la aceptación de normas internacionales equivalentes (IEC/EN 60079, ATEX, NFPA/NEC, UL u otras).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2026
En atención a la consulta planteada, la Convocante aclara que la exigencia de que el refrigerador sea antiexplosivo responde a las condiciones de seguridad requeridas para su utilización en el Laboratorio; por tanto serán aceptadas normas, estándares, normativas legales y/o certificaciones internacionales reconocidas aplicables a equipos antiexplosivos, tales como IEC 60079, ATEX, NFPA u otras equivalentes, siempre que correspondan al equipo ofertado y el cumplimiento será verificado como Capacidad Técnica, mediante el manual del usuario, catálogos, documentos técnicos o folletos, en formato digital o impreso, conforme a lo establecido en el PBC.		

Consulta 17 - Ítem 5 – combinación restrictiva

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Solicitamos justificar técnicamente la exigencia conjunta de capacidad de 210 a 300 litros, temperatura de hasta 500 °C, construcción antiexplosiva, convección forzada y fluctuación de ± 1 °C. También pedimos informar si el estudio de mercado identificó pluralidad de fabricantes y modelos que cumplan todas estas condiciones simultáneamente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2026
En atención a la consulta planteada, la Convocante señala que las especificaciones técnicas fueron definidas considerando las ofertas disponibles en el mercado nacional, así como las necesidades operativas y de seguridad del Laboratorio; asimismo, a fin de otorgar mayor claridad a la especificación técnica, se informa que el rango de temperatura deberá estar comprendida entre los límites de 10°C y 500°C La modificación correspondiente será incorporada en el PBC mediante Adenda respectiva.		

Consulta 18 - Ítem 5 - certificación antiexplosiva indefinida

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Solicitamos especificar la norma y clasificación exigidas para la "certificación para atmósferas explosivas", indicando zona, grupo de gases, clase de temperatura y nivel de protección (EPL). También pedimos confirmar la aceptación de certificaciones internacionales equivalentes (IECEX, ATEX u otras).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2026
En atención a la consulta planteada, la Convocante señala que la exigencia de que la estufa sea a prueba de explosiones y certificada para atmósferas explosivas responde a las condiciones de seguridad requeridas para su utilización en el Laboratorio; además informa que serán aceptadas certificaciones internacionales reconocidas aplicables a equipos para atmósferas explosivas, tales como IECEX, ATEX, FM u otras certificaciones internacionales equivalentes, siempre que correspondan al equipo ofertado y acrediten dicha condición y el cumplimiento será verificado como Capacidad Técnica, mediante el manual del usuario, catálogos, documentos técnicos o folletos, en formato digital o impreso, conforme a lo establecido en el PBC.		

Consulta 19 - Carta de representación oficial

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Se solicita a la Convocante justificar técnicamente el requisito de ser representante oficial de la marca en Paraguay, dado que dicha exigencia limita la participación de potenciales oferentes sin que se advierta una razón técnica que la sustente. Sobre lo expuesto, se solicita la aceptación de una autorización específica para el presente llamado, emitida por el fabricante, su representante regional o un distribuidor autorizado, en la cual se garantice el respaldo, la garantía y el soporte técnico de los bienes ofertados. Esta alternativa cumple igualmente con los fines perseguidos por la Convocante y favorece una mayor concurrencia de oferentes, conforme a los principios de igualdad y libre competencia previstos en la Ley N° 7021/2022.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2026
En el PBC se detalla muy claramente que "El oferente deberá presentar autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor de la marca. Deberá presentar "carta de representación" oficial, donde el fabricante y/o representante regional declare que la firma está autorizada a vender, distribuir, prestar apoyo técnico y servicio en el Paraguay, del equipo ofertado.		

Consulta 20 - Técnico certificado por la marca

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Solicitamos admitir que la capacidad del personal técnico se acredite mediante certificación del fabricante, representante o centro autorizado. También pedimos aceptar capacitación o experiencia técnica documentada en equipos equivalentes, y no exclusivamente un certificado de la marca.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	25-09-2026
En relación a la consulta realizada, la Convocante aclara que no será requisito la acreditación de la capacidad técnica para el presente llamado, teniendo en cuenta que se tratan de equipos industriales de Laboratorio de uso básico y de fácil manejo.		

Consulta 21 - Ítem N° 2 Refrigerador para Laboratorio

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2026
Respecto al requisito "Estructura interior & exterior: acero inoxidable & acero tratado (anticorrosivo)", se solicita aclarar si serán aceptados equipos cuya estructura interior y exterior sea íntegramente de acero inoxidable, considerando que dicho material proporciona resistencia a la corrosión y es apto para las condiciones de uso y almacenamiento previstas para este tipo de equipamiento.		

Consulta 22 - Ítem N° 2 Refrigerador para Laboratorio

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2026
Respecto al requisito de “5 a 6 estantes (ajustables/removibles) de acero inoxidable & acero tratado (anticorrosivo)”, se consulta si serán aceptados equipos que cuenten con 5 estantes ajustables/removibles fabricados íntegramente en acero inoxidable, llevando en cuenta que el acero inoxidable es “superior” al acero tratado.		

Consulta 23 - Ítem N° 2 Refrigerador para Laboratorio

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2026
Respecto al requisito de “Puerta de vidrio doble templado o acero inoxidable”, se consulta si serán aceptados equipos destinados específicamente al almacenamiento de productos inflamables que cuenten con puerta ciega de acero inoxidable AISI 304, con sistema antiempañante y cierre de seguridad.		

Consulta 24 - Ítem N° 2 Refrigerador para Laboratorio

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2026
Respecto al requisito “Refrigeración por aire forzado”, se consulta si serán aceptados equipos que cuenten con sistema de circulación de aire forzada mediante motor de circulación, destinado a garantizar la adecuada distribución y estabilidad de la temperatura dentro de la cámara.		

Consulta 25 - Ítem N° 2 Refrigerador para Laboratorio

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2026
Respecto al requisito técnico que establece un rango de temperatura de 2 °C a 8 °C, se consulta si serán aceptados equipos cuyo rango de funcionamiento especificado por el fabricante sea de 2 °C a 15 °C, siempre que el equipo permita ser configurado y operar de manera estable dentro del rango requerido de 2 °C a 8 °C, mediante la programación del set point correspondiente.		

Consulta 26 - Ítem N° 2 Refrigerador para Laboratorio

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2026
Respecto al requisito técnico que establece una precisión de temperatura de ± 1 °C, se consulta si serán aceptados equipos que, configurados a una temperatura de 4 °C, mantengan normalmente una variación de temperatura entre 3 °C y 5 °C, pudiendo presentarse durante los ciclos automáticos de deshielo una elevación puntual de la temperatura de hasta 6 °C, durante aproximadamente 2 minutos, retornando posteriormente a la temperatura configurada.		
En este sentido, se solicita confirmar si dicha variación puntual durante el proceso automático de deshielo será considerada compatible con el requisito de precisión de ± 1 °C establecido en las especificaciones técnicas.		

Consulta 27 - Ítem N° 2 Refrigerador para Laboratorio

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2026
Respecto al requisito técnico que establece “Visualización mediante pantalla LED de temperatura programada y temperatura real”, se consulta si serán aceptados equipos que cuenten con sistema electrónico de visualización de la temperatura actual, máxima y mínima, con alarma visual y sonora ante variaciones de temperatura.		

Consulta 28 - Ítem N° 2 Refrigerador para Laboratorio

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2026
Considerando que el equipo solicitado corresponde a un refrigerador destinado al almacenamiento de productos inflamables, y con el objeto de reforzar las condiciones de seguridad del equipamiento, se consulta si sería posible incorporar a las especificaciones técnicas los siguiente requisito Termostato de seguridad: que el equipo cuente con un termostato de seguridad como sistema adicional de protección y control de la temperatura.		

Consulta 29 - Ítem N° 2 Refrigerador para Laboratorio

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2026
Considerando que el equipo solicitado corresponde a un refrigerador destinado al almacenamiento de productos inflamables, y con el objeto de reforzar las condiciones de seguridad del equipamiento, se consulta si sería posible incorporar a las especificaciones técnicas los siguiente requisito: Sistema de alarmas: que el equipo disponga de alarma visual y sonora ante variaciones de temperatura, permitiendo advertir oportunamente cualquier desviación de las condiciones programadas.		

Consulta 30 - Ítem N° 2 Refrigerador para Laboratorio

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2026
Considerando que el equipo solicitado corresponde a un refrigerador destinado al almacenamiento de productos inflamables, y con el objeto de reforzar las condiciones de seguridad del equipamiento, se consulta si sería posible incorporar a las especificaciones técnicas los siguiente requisito Puerta con sistema antiempañante: que la puerta cuente con sistema antiempañante, a fin de garantizar una adecuada visualización y operación del equipo.		

Consulta 31 - Ítem N° 2 Refrigerador para Laboratorio

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2026
Respecto al requisito técnico que establece como "Tamaño externo aprox." las dimensiones de 2.000 mm de alto x 700-900 mm de ancho x 500-850 mm de profundidad, se consulta si serán aceptados equipos cuyas dimensiones externas presenten variaciones respecto de las medidas indicadas, considerando que las mismas han sido establecidas como aproximadas, siempre que dichas variaciones no afecten la funcionalidad, capacidad ni condiciones de seguridad requeridas para el equipo.		

Consulta 32 - Ítem 4, denominación contradictoria

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2026
En la lista de bienes y en el plan de entrega, el ítem 4 se denomina "Hielera para Laboratorio", pero las especificaciones técnicas describen una "Fabricadora de hielo industrial" con producción de 90 a 150 kg por 24 horas. Solicitamos confirmar cuál es el bien requerido y corregir la denominación por adenda. Asimismo, solicitamos indicar el tipo de hielo requerido (cubo, escamas o granulado).		

Consulta 33 - Ítem 6, cantidades de componentes por unidad

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2026
El ítem 6 requiere 3 unidades, y cada una "incluye dos (02) termohidrómetros ASTM 310H" y "dos (02) repuestos de cilindros". Solicitamos confirmar si estas cantidades son por cada unidad (6 termohidrómetros y 6 cilindros de repuesto en total) o por el total del ítem.		

Consulta 34 - Ítem 5, rango de temperatura y garantía

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2026
Una estufa de convección forzada no puede operar por debajo de la temperatura ambiente, por lo que un límite inferior de 10 °C no es técnicamente posible. Solicitamos confirmar si el rango requerido es "temperatura ambiente + 10 °C" hasta la temperatura máxima, y si se acepta un máximo de 250 °C o 300 °C, que es el rango usual de las estufas con certificación antiexplosiva. Asimismo, las especificaciones exigen "garantía de 2 años contados desde la llegada del equipo" y también "garantía de un (01) año contra todo defecto de fábrica". Solicitamos aclarar cuál es el plazo exigido y desde qué momento se computa.		

Consulta 35 - Alimentación eléctrica y toma Schuko (ítems 2, 3 y 5)

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2026
El ítem 3 indica "AC380V (estándar)" y "AC220V (opcional)", y a la vez exige toma Schuko, que es monofásica. Un destilador de 10 L/h requiere aproximadamente 7,5 kW, potencia que normalmente demanda alimentación trifásica a 380 V. Solicitamos indicar cuál tensión se requiere y si se admite conexión trifásica con el conector correspondiente.		

Consulta 36 - Alimentación eléctrica y toma Schuko (ítems 2, y 5)

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2026
Asimismo, los equipos antiexplosivos de los ítems 2 y 5 se suministran normalmente con conexión fija mediante prensaestopas certificados y no con enchufe Schuko. Solicitamos confirmar si se acepta la conexión según la certificación del fabricante.		

Consulta 37 - Traducción de catálogos

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2026
Solicitamos confirmar que los catálogos, manuales y folletos técnicos en inglés pueden presentarse sin traducción de traductor público matriculado. Pedimos que dicha traducción quede limitada a las autorizaciones del fabricante.		

Consulta 38 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2026
Los ítems 2, 5 y 6 son equipos importados con certificaciones especiales, cuyo plazo de fabricación, transporte y despacho supera habitualmente los 90 días corridos. Considerando la multa del 0,5% diario, solicitamos ampliar el plazo de entrega a 120 días corridos para estos ítems.		