Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 492031 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO E INSUMOS MÉDICOS PARA LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNC

Consulta 1 - Especificaciones Tecnicas: ítems 8, 9 y 10:

Consulta	**Fecha de Consulta**	12-10-2026
Favor aclarar si el tallímetro y el dinamómetro mencionados en las especificaciones técnicas del ítem 8 corresponden a los equipos que deben cotizarse por separado en los ítems 9 y 10, respectivamente, o si se requiere incluir ambos accesorios en el precio del ítem 8 y, adicionalmente, cotizar un tallímetro en el ítem 9 y un dinamómetro en el ítem 10. Asimismo, confirmar si las características técnicas indicadas para estos accesorios en el ítem 8 son aplicables a los ítems 9 y 10.		

Respuesta	**Fecha de Respuesta**	13-10-2026
La oferta del ítem 8 deberá incluir un (1) tallímetro y un (1) dinamómetro de fuerza, cuyo costo deberá estar contemplado en el precio de dicho ítem. Ambos accesorios deberán ser compatibles con el analizador de composición corporal ofertado y permitir la integración de sus mediciones en la hoja de resultados del paciente. Podrán ser de la misma marca o de otra marca, siempre que se acredite la compatibilidad y la integración requeridas		

Consulta 2 - ítems 8

Consulta	**Fecha de Consulta**	12-10-2026
Equipo de medición de presión arterial: En las especificaciones del ítem 8 se indica: “Presión arterial: puede integrarse mediante accesorio compatible; no es una medición propia del analizador”. Favor aclarar si es obligatorio incluir en la cotización un equipo de medición de presión arterial compatible con el analizador, que permita integrar los datos en la hoja de resultados o la cotizacion es opcional o integración es opcional al analizador seria opcional?		

Respuesta	**Fecha de Respuesta**	13-10-2026
La inclusión del equipo de medición de presión arterial en la cotización del ítem 8 es opcional. En caso de incluirlo, deberá ser compatible con el analizador ofertado y permitir la integración de sus mediciones en la hoja de resultados del paciente.		

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consulta 3 - Especificaciones Tecnicas: ítems 8, 9 y 10:

Consulta	**Fecha de Consulta**	12-10-2026
Rango de medición del tallímetro: Favor indicar el rango mínimo y máximo de medición de altura requerido para el tallímetro del ítem 9 y, si corresponde, para el incluido en el ítem 8.		

Respuesta	**Fecha de Respuesta**	13-10-2026

El tallímetro del ítem 9 deberán contar con las siguientes características:

- Rango de medición de altura: de 50 a 200 cm.
- Margen de error: ± 0,5 cm.
- Medición mediante sensor ultrasónico.
- Pantalla LCD.
- Conectividad Bluetooth.
- Tiempo de medición: 1 segundo, con un máximo de 7 segundos.
- Alimentación: cuatro pilas AAA de 1,5 V.

El dinamómetro de fuerza del ítem 10 deberán contar con las siguientes características:
- Parámetro medido: fuerza de agarre.
- Rango de medición: de 1 a 100 kg.
- Margen de error: ± 0,5 kg.
- Resolución de medición: 0,1 kg.
- Visualización de resultados: pantalla LCD VA de 3 pulgadas.
- Conectividad inalámbrica: Bluetooth 5.0.
- Alimentación: dos pilas AA, con tensión total de 3 V.
- Indicador sonoro: zumbador.
- Dimensiones: 140 × 226 × 50 mm (ancho × largo × alto).
- Peso aproximado: 650 g.