

Consultas Realizadas

Licitación 488632 - LPN Nº 39/2026 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES

Consulta 1 - Ítem 2 – EETT: Donde dice Cut-off 25ng/mL

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Se solicita amablemente a la Convocante considerar la aceptación de un test con Cut-off de 50 ng/mL de THC-COOH, en lugar de 25 ng/mL, considerando que dicho punto de corte se encuentra respaldado por estudios de desempeño frente a GC/MS. Solicitamos confirmar si será aceptada esta alternativa.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2026
Ajustarse al PBC. Se mantiene lo establecido en las EETT: cut-off de 25 ng/mL de THC-COOH (11-nor- Δ^9 -THC-9-COOH) Duplicar el cut-off haría que las muestras entre 25 y 49 ng/mL se informen negativas. Se acorta el período de detección y aumentan los falsos negativos en consumo ocasional, orina diluida y fase final de eliminación, situaciones frecuentes en el seguimiento de abstinencia.		

Consulta 2 - Ítem 2 – EETT: Donde dice Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor a 98%.

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Se solicita amablemente a la Convocante considerar la aceptación de una sensibilidad $\geq 97\%$, en lugar de $\geq 98\%$, considerando que dicha modificación mantiene un adecuado nivel de desempeño para este tipo de pruebas y permitiría ampliar la concurrencia de oferentes, favoreciendo la participación de productos técnicamente aptos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2026
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 3 - Ítem 3 – EETT: Donde dice Cut-off 100ng/mL.

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Se solicita amablemente a la Convocante considerar la aceptación de un Cut-off de 300 ng/mL para la detección de benzoilecgonina en orina, en lugar de 100 ng/mL, considerando que dicho valor es utilizado en ensayos clínicos de inmunoensayo para detección de metabolitos de cocaína en orina. A tal efecto, solicitamos confirmar si será aceptado un test con Cut-off de 300 ng/mL, siempre que cuente con estudios de desempeño y validación correspondientes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2026
Ajustarse al PBC. Triplicar el cut-off reduce el período de detección de benzoilecgonina y aumenta los falsos negativos en consumo esporádico o no reciente. La cocaína y sus derivados son sustancias de alta prevalencia en la población atendida.		

Consulta 4 - Ítem 38 - EETT: Donde dice: 74 x 24 mm.

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Se solicita amablemente a la Convocante considerar la aceptación de láminas de vidrio de dimensiones 76 x 26 mm, en lugar de 74 x 24 mm, manteniendo las demás características técnicas solicitadas, considerando que la diferencia dimensional es mínima y no afecta las características funcionales del producto. Esta modificación permitiría ampliar la concurrencia de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2026
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 5 - Ítem 36 - EETT: Donde dice: Aguja 21G x 1"

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Se solicita amablemente a la Convocante considerar la aceptación de jeringas de 5 mL con aguja 21G x 1 1/2", en lugar de 21G x 1", considerando que ambas mantienen el mismo calibre y cumplen con las demás características técnicas, incluyendo esterilidad, envase individual, no toxicidad, libre de pirógenos, émbolo y extremo distal de goma. Esta modificación permitiría ampliar la concurrencia de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2026
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 6 - Ítem 53 - EETT: Donde dice: Para volúmenes de 100 a 1.000 microlitros

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Se solicita amablemente a la Convocante considerar la aceptación de plásticos descartables azules para volúmenes de 200 a 1.000 µL, en lugar de 100 a 1.000 µL, manteniendo el rango superior requerido y las demás características técnicas, a fin de ampliar la concurrencia de oferentes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2026
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 7 - Ítem 16 - EETT: Donde dice: Cut-off 40ng/mL

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Se solicita amablemente a la Convocante aclarar la unidad de medida correspondiente al Cut-off de 40 ng/mL establecido para el test de alcohol en orina, considerando que para este tipo de determinación habitualmente se expresan las concentraciones en mg/dL o g/dL.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2026
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 8 - Ítem 16 – EETT: Donde dice: Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor a 98%.

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Se solicita amablemente a la Convocante aclarar si el requisito de sensibilidad $\geq 98\%$ podrá ser acreditado mediante la documentación técnica y estudios de desempeño del fabricante que respalden el límite de detección del producto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2026
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 9 - Ítem 50 – EETT: Donde dice: Para volumen mínimo de 5 microlitros.

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Se solicita amablemente a la Convocante aclarar si serán aceptados plásticos descartables con rango de volumen de 1-200 μL , considerando que permiten trabajar con el volumen mínimo de 5 μL establecido en las EETT y ofrecen un rango de utilización superior al requerido.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2026
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 10 - Ítem 37 – EETT: Donde dice: Aguja 21G x 1"

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Se solicita amablemente a la Convocante considerar la aceptación de jeringas de 10 mL con aguja 21G x 1 1/2", en lugar de 21G x 1", considerando que ambas mantienen el mismo calibre y cumplen con las demás características técnicas, incluyendo esterilidad, envase individual, no toxicidad, libre de pirógenos, émbolo y extremo distal de goma. Esta modificación permitiría ampliar la concurrencia de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2026
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 11 - Ítem 51 – EETT: Donde dice: Para volúmenes entre 10 a 100 microlitros.

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Se solicita amablemente a la Convocante aclarar si serán aceptados plásticos descartables con rango de volumen de 1-200 μL , considerando que dicho rango comprende íntegramente el intervalo de 10-100 μL solicitado en las EETT.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2026
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 12 - Ítem 15 – EETT: Donde dice: Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
El punto más importante es que la EETT solicita Norfentanilo, mientras que el producto está denominado Fentanilo, aunque su estudio de desempeño utiliza norfentanilo		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2026
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 13 - Ítem 13 - EETT: Donde dice: Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor a 98%.

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Se solicita amablemente a la Convocante considerar la aceptación de una sensibilidad $\geq 95\%$, en lugar de $\geq 98\%$, para el test de detección cualitativa de MDMA en orina, a fin de ampliar la concurrencia de oferentes y favorecer la participación de productos técnicamente aptos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2026
Ajustarse al PBC. Se mantiene lo establecido en las EETT, con sensibilidad no menor a 98% ya que reducirla aumentaría los falsos negativos sin necesidad.		

Consulta 14 - Ítem 12 - EETT: Donde dice: Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor a 98%.

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Se solicita amablemente a la Convocante considerar la aceptación de una sensibilidad $\geq 95\%$, en lugar de $\geq 98\%$, para el test de detección cualitativa de opiáceos en orina, a fin de ampliar la concurrencia de oferentes y favorecer la participación de productos técnicamente aptos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2026
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 15 - Ítem 11 - EETT: Donde dice: Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor a 98%.

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Se solicita amablemente a la Convocante considerar la aceptación de una sensibilidad $\geq 91\%$, en lugar de $\geq 98\%$, para la detección cualitativa de anfetaminas en orina, a fin de ampliar la concurrencia de oferentes y favorecer la participación de productos técnicamente aptos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2026
Ajustarse al PBC. Se mantiene lo establecido en las EETT, sensibilidad no menor a 98%		

Consulta 16 - Ítem 14 - EETT: Donde dice: Cut-off 25ng/mL.

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Se solicita amablemente a la Convocante aclarar si será aceptado un test para la detección de cannabinoides sintéticos con un nivel de sensibilidad (Cut-off) de 5 ng/mL, considerando que dicho valor permite detectar concentraciones inferiores al límite de 25 ng/mL establecido en las EETT.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2026
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 17 - Ítem 15 - EETT: Donde dice: Cut-off 300ng/mL.

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Se solicita amablemente a la Convocante aclarar si será aceptado un test cuyo desempeño analítico para Norfentanilo se encuentra evaluado a concentraciones inferiores a 300 ng/mL, considerando que permite la detección de concentraciones de Norfentanilo desde 200 ng/mL		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2026
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 18 - Ítem 11 - EETT: Donde dice: Cut-off 300ng/mL.

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Se solicita amablemente a la Convocante considerar la aceptación de un Cut-off de 1.000 ng/mL de anfetamina, en lugar de 300 ng/mL, considerando que dicho punto de corte se encuentra respaldado por estudios de desempeño frente a GC/MS. Solicitamos confirmar si será aceptada esta alternativa.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2026
Ajustarse al PBC. Se mantiene lo establecido en las EETT; cut-off de 300 ng/mL		

Consulta 19 - Ítem 5 - EETT: Donde dice: Cut-off 300ng/mL.

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Se solicita amablemente a la Convocante considerar la aceptación de un Cut-off de 1.000 ng/mL de nortriptilina para la detección cualitativa de antidepresivos tricíclicos (TCA) en orina, en lugar de 300 ng/mL, considerando que dicho punto de corte se encuentra respaldado por estudios de desempeño del producto frente a GC/MS. Solicitamos confirmar si será aceptada esta alternativa.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2026
Ajustarse al PBC. Se mantiene lo establecido en las EETT; cut-off de 300 ng/mL		

Consulta 20 - Ítem 6 - EETT: Donde dice: Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor a 98%.

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Se solicita amablemente a la Convocante considerar la aceptación de una sensibilidad $\geq 87\%$, en lugar de $\geq 98\%$, para la detección cualitativa de fenilciclidina en orina, considerando que dicha modificación permitiría ampliar la concurrencia de oferentes y la participación de productos técnicamente aptos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2026
Ajustarse al PBC. Se mantiene lo establecido en las EETT, sensibilidad no menor a 98%		

Consulta 21 - Ítem 6 - EETT: Donde dice: Cut-off 300ng/mL.

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Se solicita amablemente a la Convocante considerar la aceptación de un Cut-off de 100 ng/mL de EDDP, en lugar de 300 ng/mL, para la detección del metabolito de la metadona en orina, considerando que dicho punto de corte se encuentra respaldado por estudios de desempeño frente a GC/MS. Solicitamos confirmar si será aceptada esta alternativa.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2026
Ajustarse al PBC. Se mantiene lo establecido en las EETT; cut-off de 300 ng/mL		

Consulta 22 - Ítem 8 - EETT: Donde dice: Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor a 98%.

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Se solicita amablemente a la Convocante considerar la aceptación de una sensibilidad $\geq 95\%$, en lugar de $\geq 98\%$, para el test de detección cualitativa de morfina en orina, a fin de ampliar la concurrencia de oferentes y favorecer la participación de productos técnicamente aptos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2026
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 23 - Ítem 9 - EETT: Donde dice: Cut-off 300ng/mL.

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Se solicita amablemente a la Convocante considerar la aceptación de un Cut-off de 1.000 ng/mL de metanfetamina, en lugar de 300 ng/mL, considerando que dicho punto de corte se encuentra respaldado por estudios de desempeño frente a GC/MS. Solicitamos confirmar si será aceptada esta alternativa.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2026
Ajustarse al PBC. Se mantiene lo establecido en las EETT; cut-off de 300 ng/mL		

Consulta 24 - Ítem 7 - EETT: Donde dice: Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor a 98%.

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Se solicita amablemente a la Convocante aclarar si el requisito de sensibilidad $\geq 98\%$ podrá ser acreditado mediante el porcentaje de acuerdo positivo obtenido en el estudio de desempeño del fabricante, mediante comparación con GC/MS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2026
Ajustarse al PBC. La sensibilidad se acreditará mediante el porcentaje de acuerdo positivo frente a GC/MS o LC-MS/MS informado en el inserto o estudio de desempeño del fabricante.		

Consulta 25 - Ítem 3 – EETT: Donde dice: Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor a 98%.

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Se solicita amablemente a la Convocante considerar la aceptación de una sensibilidad $\geq 97\%$, en lugar de $\geq 98\%$, para el test de detección de benzoilecgonina en orina, considerando que una diferencia mínima del 1% no representa una variación significativa en el desempeño del método y permitiría una mayor concurrencia de oferentes, manteniendo un adecuado nivel de desempeño analítico.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2026
Ajustarse al PBC. Se mantiene lo establecido en las EETT, sensibilidad no menor a 98%		

Consulta 26 - Ítem 4 – EETT: Donde dice: Cut-off 200ng/mL

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Se solicita amablemente a la Convocante considerar la aceptación de un Cut-off de 300 ng/mL de oxazepam para la detección de benzodiazepinas en orina, en lugar de 200 ng/mL, considerando que dicho punto de corte se encuentra respaldado por estudios de desempeño frente a GC/MS. Solicitamos confirmar si será aceptada esta alternativa.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2026
Ajustarse al PBC. Se mantiene lo establecido en las EETT; cut-off de 200 ng/mL		

Consulta 27 - Ítem 4 – EETT: Donde dice: Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor a 98%.

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2026
Se solicita amablemente a la Convocante aclarar si el requisito de sensibilidad $\geq 98\%$ podrá ser acreditado mediante el porcentaje de acuerdo positivo obtenido en el estudio de desempeño del fabricante, realizado mediante comparación con un método de referencia como GC/MS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2026
Ajustarse al PBC. La sensibilidad se acreditará mediante el porcentaje de acuerdo positivo frente a GC/MS o LC-MS/MS informado en el inserto o estudio de desempeño del fabricante.		

Consulta 28 - Lote 1 - Especificaciones técnicas – ítems 1

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2026
Se consulta a la convocante si, ¿aceptaría un equipo compacto que procese todos los parámetros solicitados en la especificación técnica, pero de 36 kg?, considerando que dicha especificación técnica condiciona el peso instrumento entre 60 a 80 kg.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2026
Ajustarse al PBC. Se acepta. Se admitirán equipos con peso distintos, siempre que sus dimensiones se ajusten a las mesadas del laboratorio y cumplan la totalidad de las demás especificaciones técnicas.		

Consulta 29 - Lote 1- Especificaciones técnicas- ítems 2 al 29.

Consulta	Fecha de Consulta	26-09-2026
Se consulta a la convocante si, ¿aceptaría un equipo con 42 posiciones para reactivos? Ya que las presentaciones compactas permitirán que todos los reactivos solicitados estén disponibles en el instrumento.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2026
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 30 - Capacidad Técnica - Insumos

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2026
Solicitamos amablemente a la Convocante considerar la revisión del requisito para evaluar el criterio de capacidad técnica que establece "Copia del Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o Almacenamiento de Dispositivos Médicos", teniendo en cuenta que los insumos de laboratorio solicitados en la presente contratación no corresponden a la categoría regulatoria de Dispositivos Médicos, por lo que dicho certificado no resulta aplicable a los insumos de laboratorio. Solicitamos respetuosamente eliminar dicho requisito de los documentos exigidos para los insumos, adecuando las exigencias documentales a la naturaleza real de los productos objeto de esta licitación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2026
Ajustarse al PBC. Presentar según corresponda a cada producto.		

Consulta 31 - Lotes 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2026
Se consulta a la convocante si los reactivos deben estar validados para su uso en orina humana.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2026
Ajustarse al PBC. Los reactivos deberán estar validados por el fabricante para su uso en orina humana,		

Consulta 32 - Lote 14 – Test rápido para Detección de Marihuana

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2026
Se solicita a la Convocante considerar la aceptación de un Cut-off de 50 ng/mL de marihuana sintética, en lugar de 25 ng/mL, considerando que dicho punto de corte se encuentra respaldado por estudios de desempeño frente a GC/MS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2026
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 33 - Lote 14 – Test rápido para Detección de Marihuana

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2026
Se solicita a la Convocante considerar la aceptación de un Cut-off de 50 ng/mL de marihuana sintética, en lugar de 25 ng/mL, considerando que dicho punto de corte se encuentra respaldado por estudios de desempeño frente a GC/MS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2026
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 34 - Lote 14 - Test Rápido para Detección de Marihuana Sintética

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2026
Solicitamos amablemente a la convocante aclarar si sería aceptable un test rápido inmunocromatográfico para la detección cualitativa de THC-COOH (11-nor- Δ^9 -THC-9-COOH), metabolito del Δ^9 -THC (cannabis/marihuana), como alternativa, considerando que el requerimiento establece la detección cualitativa de marihuana sintética. La determinación de este metabolito constituye una herramienta ampliamente utilizada para la detección de consumo de cannabis, por lo que es de utilidad para la identificación de consumo de marihuana.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2026
Ajustarse al PBC. El Lote 14 requiere la detección de cannabinoides sintéticos (marihuana sintética); la detección de THC-COOH corresponde al Lote 2.		

Consulta 35 - Lote 16 - Reactivo para determinación de alcohol

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2026
Considerando la disponibilidad actual de pruebas rápidas en el mercado para la detección de alcohol en orina con diferentes puntos de corte analíticos, se consulta si la convocante aceptará productos con un punto de corte de 0,02 % o 20mg/dL, debidamente respaldado por la documentación técnica del fabricante, a fin de permitir la participación de alternativas comerciales que cumplan los requisitos técnicos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2026
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 36 - Lote 16 - Reactivo para determinación de alcohol

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2026
Se solicita amablemente a la convocante aclarar, si sería aceptable la presentación de un test inmunocromatográfico para la detección semicuantitativa de alcohol en orina humana, que permita estimar la concentración de alcohol presente en la muestra expresado en porcentaje (%). La metodología propuesta permite identificar la presencia de alcohol y establecer de manera semicuantitativa su nivel de concentración en la muestra, proporcionando una referencia objetiva para la interpretación del resultado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2026
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 37 - LOTE 1 - EQUIPO DE INMUNOLOGÍA

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2026
Solicitamos respetuosamente la flexibilización de este punto para permitir la participación de equipos analíticos totalmente automatizados que cuenten con capacidad a bordo a partir de 15 posiciones, siempre que garanticen el rendimiento analítico exigido de 80 pruebas/hora.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2026
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 38 - LOTE 1 - EQUIPO DE INMUNOLOGÍA

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2026
A fin de no restringir el llamado a una única tecnología o diseño de patente, solicitamos ampliar la redacción aceptando: "Con cierre y apertura automáticos de tapas DE O sistemas equivalentes de conservación y protección contra la contaminación y evaporación (tales como membranas septum perforables o carrusel refrigerado con sellado de protección)."		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2026
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 39 - LOTE 1 - EQUIPO DE INMUNOLOGÍA

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2026
Solicitamos aclarar o ajustar la redacción permitiendo sistemas de carga continua mediante "racks O carruseles/discos de muestras con acceso aleatorio y gestión continua de urgencias (STAT)".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2026
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 40 - LOTE 1 - EQUIPO DE QUÍMICA

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2026
A fin de evitar direccionar el llamado hacia arquitecturas específicas de un número reducido de fabricantes y promover la libre competencia, ¿se aceptará la participación de equipos analíticos con capacidad a bordo a partir de 40 posiciones de muestras (expandibles), siempre que cuenten con sistema de carga continua, acceso aleatorio (Random Access) y gestión prioritaria de urgencias (STAT)?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2026
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 41 - LOTE 1 - EQUIPO DE QUÍMICA

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2026
Solicitamos aclarar si la determinación de Drogas de Abuso (DAT) es un requisito excluyente a bordo o si, en su defecto, ¿se aceptará que el equipo cuente con el menú completo de rutina general, enzimas, sustratos, electrolitos (ISE) y Drogas Terapéuticas (TDM), o la posibilidad de adaptar técnicas abiertas/validadas para parámetros de toxicología cuando la institución lo requiera?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2026
Ajustarse al PBC. La detección de drogas de abuso es la función central de CENPTRA y está prevista en los ítems 22 al 28, con reactivos de la misma marca del equipo. Las técnicas abiertas podrían usar reactivos de terceros sin validación ni respaldo del fabricante del equipo, lo que no garantiza la calidad de los resultados.		

Consulta 42 - Certificado de calidad del país de origen

Consulta	Fecha de Consulta	29-09-2026
Solicitamos amablemente a la Convocante aclarar si sería aceptable presentar un Certificado ISO 13485 vigente, emitido para el fabricante del producto, como documento acreditativo de la calidad del país de origen, considerando que dicha certificación demuestra que el fabricante cuenta con un sistema de gestión de la calidad específico para el producto y que sus procesos se encuentran sujetos a requisitos internacionales de calidad.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2026
ADECUARSE A LA ADENDA Y A LA ULTIMA VERSION DEL PBC		

Consulta 43 - LOTE 27 - Barra magnética para agitador

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2026
Se solicita a la convocante considerar la presentación de barras de agitación con diámetro de 12 mm, manteniendo la longitud especificada, debido a que esta medida se encuentra disponible comercialmente y permite una adecuada transferencia del movimiento magnético al medio, favoreciendo una agitación homogénea y estable, sin afectar la funcionalidad prevista del insumo y permitiendo así la mayor participación de oferentes		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2026
Ajustarse a la última versión del PBC. Se aclara que este grupo de consultas guarda relación con la versión inicial del Pliego de Bases y Condiciones. Conforme a lo establecido en la Resolución DNCP N° 230/2025, artículo 50, la convocante se encuentra obligada a responder consultas que versen solo sobre adendas emitidas.		

Consulta 44 - LOTE 30 - Embudo de vidrio

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2026
Se solicita amablemente a la convocante la revisión del precio unitario del lote 30 ya que es más bajo del precio cotizado en el mercado.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2026
Se procedió a la verificación del precio realizado en el Análisis de Precio Referencial, la misma se ha realizado en fecha 25 de julio de 2026, y que lo actuado en dicho análisis se encuentra acorde a lo establecido en la Resolución DNCP N° 454/24, como así también, a lo relacionado en el Art. 4 de la ley 7021/2022, en la cual se establece los Principios de Economía, Eficacia y Eficiencia según los cuales las necesidades públicas deben ser satisfechas con la oportunidad, calidad y costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones, sujetándose a disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria. Cabe mencionar por lo expuesto precedentemente, el Precio Referencial del LOTE 30: se encuentra en el Análisis de Precio Referencial de fecha 25 de julio de 2026 y respaldada en el Dictamen DOC N°102/2026 de fecha 25 de julio de 2026, se ratifican y mantienen iguales.		

Consulta 45 - Lote 14 – Ítem 1: Test rápido para detección de marihuana sintética

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2026
Solicitamos respetuosamente a la convocante considerar la aceptación de tests rápidos para detección de marihuana sintética en orina con un cut-off de hasta 50 ng/mL, calibrados con metabolitos de JWH-018 y/o JWH-073, manteniendo las demás exigencias de sensibilidad, presentación y vencimiento establecidas en el PBC. Los puntos de corte pueden variar entre fabricantes según el diseño y la validación de cada ensayo. Admitir este rango permitiría ampliar la participación de oferentes con pruebas destinadas al tamizaje cualitativo de cannabinoides sintéticos, sujetas al cumplimiento del desempeño requerido y respaldadas por el inserto del fabricante. ¿Podría la convocante aceptar estas alternativas e incorporar dicha condición en las especificaciones técnicas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2026
Ajustarse a la última versión del PBC.		

Consulta 46 - Lote 5 – Ítem 1: Test rápido para detección de antidepresivos tricíclicos

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2026
Solicitamos respetuosamente a la convocante considerar la aceptación de tests rápidos para detección cualitativa de antidepresivos tricíclicos en orina con puntos de corte de 300, 500 o 1.000 ng/mL, manteniendo las demás exigencias de sensibilidad, presentación y vencimiento establecidas en el PBC. Los puntos de corte varían según el calibrador, el diseño y la validación de cada ensayo. Admitir estas alternativas, respaldadas por el inserto del fabricante y su desempeño analítico, permitiría ampliar la participación de oferentes con pruebas destinadas al tamizaje de este grupo de sustancias. ¿Podría la convocante aceptar los puntos de corte indicados e incorporar estas alternativas en las especificaciones técnicas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2026
Ajustarse a la última versión del PBC.		

Consulta 47 - Lote 28 – Ítem 1: Contenedor para objetos cortopunzantes

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2026
Solicitamos respetuosamente a la convocante considerar la aceptación de contenedores para objetos cortopunzantes con capacidad de 10 a 15 litros, manteniendo las demás características exigidas en el PBC. La disponibilidad de capacidades puede variar entre fabricantes. Una capacidad de hasta 15 litros permite contener un mayor volumen de residuos y reducir la frecuencia de recambio, conservando la finalidad de recolección y disposición segura de objetos cortopunzantes, conforme al límite de llenado indicado por el fabricante. ¿Podría la convocante aceptar el rango propuesto e incorporarlo en las especificaciones técnicas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-10-2026
Ajustarse a la última versión del PBC. Se aclara que este grupo de consultas guarda relación con la versión inicial del Pliego de Bases y Condiciones. Conforme a lo establecido en la Resolución DNCP N° 230/2025, artículo 50, la convocante se encuentra obligada a responder consultas que versen solo sobre adendas emitidas.		