Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 488593 - LPN Nº 33/2026 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE BACTERIOLOGIA PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

Consulta 1 - CANTIDADES POR DETERMINACION

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2026
Solicitamos amablemente a la Convocante tenga a bien proporcionar la cantidad aproximada de determinaciones a ser realizados para cada uno de los lotes objeto del presente llamado. Dicha información resulta indispensable para que los potenciales oferentes puedan dimensionar adecuadamente los equipos, reactivos, controles, calibradores y demás insumos necesarios para la ejecución del contrato, permitiendo elaborar una propuesta técnica y económica acorde a las necesidades reales del servicio. Asimismo, contar con estas cantidades estimadas contribuirá a garantizar el cumplimiento oportuno del suministro durante toda la vigencia contractual y favorecerá una competencia más transparente e igualitaria entre los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2026
Ajustarse al Pliego de Bases y condiciones		

Consulta 2 - LOTE 119 - PLACA PETRI - ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 1 Y 2

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2026
Consulta: Respecto al ítem “Placa de Petri descartable, de 90 mm x 15 mm de diámetro, para medios de cultivo” tanto las con y sin compartimientos, solicitamos amablemente a la Convocante aclarar si las dimensiones indicadas corresponden al diámetro interno o externo de la placa. En caso de que el diámetro especificado corresponda a la dimensión externa, ¿se aceptará una variación de ± 3 mm respecto de la medida indicada, considerando las tolerancias dimensionales propias del proceso de fabricación, siempre que la funcionalidad y finalidad de uso del producto no se vean afectadas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2026
Se aclara que las dimensiones indicadas corresponden al diámetro interno, pudiéndose aceptar una variación de ±3mm. Ajustarse a la última versión del PBC.		

Consulta 3 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2026
El PBC en su pag. 48 establece lo siguiente: Los equipos deberán incubar y realizar las lecturas e interpretación de resultados, como máximo dentro de las 18 hs. tanto para bacterias GRAM positivos y GRAM negativos, para así asegurar la respuesta rápida. Solicitamos confirmar con la Convocante si serán aceptados sistemas automatizados que permitan obtener resultados dentro de los tiempos establecidos para cada microorganismo y metodología, considerando que los tiempos de desarrollo y detección pueden variar según la especie bacteriana y el tipo de determinación como máximo 24 horas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2026
Ajustarse a la última versión del PBC.		

Consulta 4 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2026

El PBC en su pag. 48 establece lo siguiente: Que no presente la necesidad de desechar en forma diaria residuos líquidos provenientes de los paneles de identificación y sensibilidad. En relación con el requisito que establece que el equipo no deberá requerir el desecho diario de residuos líquidos provenientes de los paneles de identificación y sensibilidad antimicrobiana, solicitamos aclarar si esta condición se refiere específicamente a evitar la manipulación y eliminación de residuos líquidos por separado. Asimismo, solicitamos confirmar si serán aceptados los sistemas cuyos paneles usados se descarten íntegramente como residuos biológicos, conforme a los procedimientos de bioseguridad del laboratorio, sin requerir el vaciado y desecho diario de los líquidos por separado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2026

Ajustarse al Pliego de bases y condiciones. Se busca evitar el vaciado y el desecho diario de los residuos líquidos por separado, para reducir la manipulación y el riesgo de exposición biológica y derrames. Esto no implica que no puedan generarse residuos líquidos. Por lo tanto, no serán admitidos los sistemas que requieran vaciar y desechar diariamente sus residuos líquidos. Esta aclaración no modifica el requisito establecido en el PBC, que deberá ser cumplido por los equipos ofertados.

Consulta 5 - LOTE 87 - Aceite de inmersion

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2026

Solicitamos amablemente a la convocante, aclarar si se será aceptable un Certificado ISO 13485:2016 del fabricante como cumplimiento del requisito "certificado de calidad del país de origen" establecido en las Especificaciones Técnicas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2026

Ajustarse al PBC. Será aceptable el certificado ISO 13485:2016 como aval.

Consulta 6 - LOTE 117 - Puntas desechables para pipetas automaticas

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2026

En las especificaciones técnicas se menciona: "Las puntas ofertadas deberán ser compatibles con las pipetas automáticas solicitadas en este mismo lote"; sin embargo, no se observa que se hayan solicitado pipetas automáticas en el lote mencionado ni en ningún otro lote del llamado. Solicitamos amablemente a la convocante, aclarar con qué pipetas automáticas deberán ser compatibles las puntas requeridas o, en su defecto, considerar la emisión de una adenda que incluya las pipetas automáticas correspondientes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2026

Ajustarse al PBC. No se solicitaron pipetas en el llamado debido a la recepción de pipetas nuevas recientemente,

Consulta 7 - Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2026

Con relación a este punto, Copia de facturaciones y/o contratos y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida, podrian mencionar los años de experiencias, ya que no especifica en la solicitud????

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-10-2026

Conforme se indica en el PBC en la Sección Requisitos de participación y criterios de evaluación, en el punto Experiencia requerida se requieren los años 2023-2024-2025.