

Consultas Realizadas

Licitación 486270 - ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES

Consulta 1 - Lote 1 - Ítem 1:

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2026
Se solicita respetuosamente a la convocante aclarar y complementar la información correspondiente a los equipos requeridos, considerando que en la documentación del llamado no se observa el detalle de las especificaciones técnicas de los mismos, ni se identifica el hospital o establecimiento de salud al cual serán destinados. En ese sentido, se solicita proporcionar las especificaciones técnicas completas de los equipos requeridos, incluyendo los requisitos funcionales y operativos aplicables, así como indicar el establecimiento de salud de destino de cada equipo. La información solicitada resulta necesaria para identificar adecuadamente los requerimientos técnicos, verificar la compatibilidad de los equipos ofertados con las necesidades del servicio y elaborar una propuesta técnica y económica acorde con lo requerido por la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2026
La consulta realizada no corresponde a este proceso licitatorio.		

Consulta 2 - Lote 1 - Ítem 30:

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2026
Se solicita respetuosamente a la convocante considerar la posibilidad de admitir la provisión de un equipo de soporte, que utilice la misma tecnología analítica que el equipo principal, destinado a realizar aquellas determinaciones que no se encuentren disponibles o no puedan ser procesadas en este último. Esta alternativa permitiría ampliar la cobertura de determinaciones requeridas por el servicio, garantizando la continuidad operativa y manteniendo la compatibilidad tecnológica entre los equipos, sin comprometer la calidad ni la confiabilidad de los resultados analíticos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2026
La consulta realizada no corresponde a este proceso licitatorio.		

Consulta 3 - Lote 6 - ítem 1:

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2026
En relación con la especificación técnica que establece: "Analizador automatizado de hemograma con capacidad de procesar 5 poblaciones diferenciales de glóbulos blancos, con 41 parámetros reportables", se solicita respetuosamente a la convocante considerar la admisión de equipos que dispongan de un mínimo de 35 parámetros reportables, manteniendo la capacidad de diferenciación leucocitaria en 5 poblaciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2026
La consulta realizada no corresponde a este proceso licitatorio.		

Consulta 4 - Lote 8 – ítem 1:

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2026
En relación con la especificación técnica que establece: “Analizador automatizado de hemograma con capacidad de procesar 6 poblaciones diferenciales de glóbulos blancos, con 41 parámetros reportables”, se solicita respetuosamente a la convocante considerar la admisión de equipos que dispongan de un mínimo de 35 parámetros reportables, manteniendo la capacidad de diferenciación leucocitaria en 6 poblaciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2026
La consulta realizada no corresponde a este proceso licitatorio.		

Consulta 5 - Lote 10 – Ítem 25:

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2026
Se solicita respetuosamente a la convocante considerar la admisión de reactivos que utilicen metodología cinética como alternativa válida para dicha determinación. La presente solicitud se fundamenta en que la metodología cinética constituye una alternativa analítica para la determinación de urea y permite realizar dicha medición mediante el seguimiento de la variación de absorbancia a lo largo del tiempo, conforme al principio de medición y las condiciones de uso establecidas por el fabricante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2026
La consulta realizada no corresponde a este proceso licitatorio.		

Consulta 6 - Lote 10 – Ítem 34:

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2026
Se solicita respetuosamente a la convocante considerar la admisión de reactivos presentados por separado para cada determinación. Ya que la presentación individual de los reactivos permite realizar ambas determinaciones conforme a los requerimientos establecidos, manteniendo la metodología analítica solicitada y la compatibilidad con el equipo ofertado, sin afectar la calidad ni la confiabilidad de los resultados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2026
La consulta realizada no corresponde a este proceso licitatorio.		

Consulta 7 - Lote 11 – Ítem 1:

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2026
Se solicita respetuosamente a la convocante considerar la admisión de la metodología de afinidad al boronato. Esto debido a que la cromatografía de afinidad al boronato constituye una alternativa analítica para la determinación de HbA1c, basada en la interacción selectiva del boronato con los grupos cis-diol de la hemoglobina glicada, permitiendo su separación y cuantificación conforme al principio de medición del sistema. La admisión de esta metodología permitiría ampliar la participación de oferentes, manteniendo como criterios fundamentales el cumplimiento de los requisitos de precisión, exactitud, desempeño analítico y confiabilidad de los resultados requeridos para el uso previsto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-10-2026
La consulta realizada no corresponde a este proceso licitatorio.		