

Consultas Realizadas

Licitación 488627 - LPN Nº 38/2026 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LA VIII REGION SANITARIA MISIONES

Consulta 1 - Lote 1 ítem 2 al 75

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2026
Se solicita a la convocante considerar la posibilidad de aceptar hasta un (1) equipo de apoyo adicional, que permita realizar hasta dos (2) determinaciones, en caso de que un solo instrumento no cuente con la capacidad de procesar la totalidad de las determinaciones solicitadas en el lote del área de inmunología.		

Consulta 2 - Lote 1 ítem 2 al 75

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2026
Se solicita a la Convocante considerar la aceptación de un equipo con 60 posiciones para reactivos como mínimo, considerando que la tecnología ofertada utiliza una posición por determinación. Cabe destacar que, de acuerdo con la lista de reactivos requerida en el Pliego de Bases y Condiciones, se solicitan 30 determinaciones de química clínica, por lo que una capacidad de 60 posiciones resulta suficiente para cubrir la totalidad de los ensayos requeridos, considerando además la cantidad de pacientes atendidos y el volumen de determinaciones solicitadas por el laboratorio, sin afectar la continuidad de los análisis, la disponibilidad de reactivos ni el desempeño del equipo. Asimismo, la aceptación de esta capacidad permitiría ampliar la participación de potenciales oferentes, promoviendo los principios de igualdad, libre competencia y concurrencia establecidos en la Ley N.º 7021/2022 de Suministro y Contrataciones Públicas, evitando restricciones técnicas que no se encuentren objetivamente justificadas en función de las necesidades reales del servicio.		

Consulta 3 - Lote 8 ítem 2 al 24

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2026
Se solicita a la Convocante considerar la aceptación de un equipo con 42 posiciones para reactivos como mínimo, considerando que la tecnología ofertada utiliza una posición por determinación. Cabe destacar que, de acuerdo con la lista de reactivos requerida en el Pliego de Bases y Condiciones, se solicitan 23 determinaciones de química clínica, por lo que una capacidad de 42 posiciones resulta suficiente para cubrir la totalidad de los ensayos requeridos, considerando además la cantidad de pacientes atendidos y el volumen de determinaciones solicitadas por el laboratorio, sin afectar la continuidad de los análisis, la disponibilidad de reactivos ni el desempeño del equipo. Asimismo, la aceptación de esta capacidad permitiría ampliar la participación de potenciales oferentes.		

Consulta 4 - Lote 6 ítem 2 al 24

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2026
Se solicita a la Convocante considerar la aceptación de un equipo con 42 posiciones para reactivos como mínimo, considerando que la tecnología ofertada utiliza una posición por determinación. Cabe destacar que, de acuerdo con la lista de reactivos requerida en el Pliego de Bases y Condiciones, se solicitan 23 determinaciones de química clínica, por lo que una capacidad de 42 posiciones resulta suficiente para cubrir la totalidad de los ensayos requeridos, considerando además la cantidad de pacientes atendidos y el volumen de determinaciones solicitadas por el laboratorio, sin afectar la continuidad de los análisis, la disponibilidad de reactivos ni el desempeño del equipo. Asimismo, la aceptación de esta capacidad permitiría ampliar la participación de potenciales oferentes.		

Consulta 5 - Lote 6 ítem 2 al 24

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2026
Se solicita a la Convocante considerar la aceptación de un equipo con una capacidad de procesamiento de hasta 450 pruebas fotométricas por hora y hasta 750 pruebas por hora en modo mixto fotométrico e ISE, considerando que dicha capacidad permite atender adecuadamente la demanda del laboratorio en función de la cantidad de pacientes y el volumen de determinaciones solicitadas, manteniendo un desempeño acorde con las necesidades operativas del servicio. Asimismo, se solicita considerar que esta capacidad de procesamiento resulta suficiente para garantizar la continuidad y eficiencia de los análisis requeridos, sin afectar la calidad ni el rendimiento del sistema, y permitiría ampliar la participación de potenciales oferentes, favoreciendo la libre competencia y concurrencia.		

Consulta 6 - Lote 5

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2026
El Lote 5 exige la provisión en comodato de un analizador automático de orina con lector de tiras y autoanalizador de sedimento, con mantenimiento y repuestos a cargo del proveedor durante toda la vigencia del contrato. El valor de mercado de ese equipamiento supera varias veces el monto máximo previsto para el lote. Solicitamos se verifique si existe un error material en el monto referencial consignado		

Consulta 7 - Lote 10

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2026
El ítem 26 solicita reactivo para creatinina por método cinético en presentaciones de 200 a 300 determinaciones. Las presentaciones comerciales habituales de esta metodología quedan fuera de ese intervalo, que excluye a la generalidad de los productos disponibles en plaza sin beneficio operativo para el servicio. Solicitamos se amplíe el rango o se acepte cualquier presentación cuyo volumen total cubra la cantidad de determinaciones requerida.		

Consulta 8 - Lote 10

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2026
Los ítems 2 al 20 solicitan reactivos de química clínica sin especificar metodología ni presentación, mientras que los ítems 24 al 41 solicitan los mismos analitos con metodología y rango de determinaciones definidos. Solicitamos se aclare si se trata de dos provisiones diferenciadas o de una duplicación involuntaria, precisando cuál grupo de ítems debe ser cotizado.		

Consulta 9 - Lote 98 ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2026
Favor notar que en el Lote 98 ítem 1, el PBC establece Aceite de inmersión, y el mismo lote e ítem, en la Panilla de precios dice Agua destilada.		

Consulta 10 - CANTIDADES POR DETERMINACION

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2026
Solicitamos amablemente a la Convocante tenga a bien proporcionar la cantidad aproximada de determinaciones a ser realizados para cada uno de los lotes objeto del presente llamado. Dicha información resulta indispensable para que los potenciales oferentes puedan dimensionar adecuadamente los equipos, reactivos, controles, calibradores y demás insumos necesarios para la ejecución del contrato, permitiendo elaborar una propuesta técnica y económica acorde a las necesidades reales del servicio. Asimismo, contar con estas cantidades estimadas contribuirá a garantizar el cumplimiento oportuno del suministro durante toda la vigencia contractual y favorecerá una competencia más transparente e igualitaria entre los oferentes.		