Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 492481 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO

Consulta 1 - ITEM 20 - Balanza analítica

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2026
Solicitamos amablemente a la convocante confirmar si serán aceptadas balanzas con capacidad nominal superior a la requerida (620 g en lugar de 600 g) y legibilidad igual o mejor a la solicitada (0,01 g en lugar de 0,1 g), considerando que dichas características representan una mejora en el desempeño y precisión del equipo, sin afectar el uso previsto ni los requerimientos funcionales del usuario. Asimismo, la aceptación de especificaciones equivalentes o superiores permitiría una mayor participación de oferentes, promoviendo la libre competencia y ampliando las alternativas técnicamente aptas para la entidad.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026
Las especificaciones indicadas en el SICP son los mínimos requeridos. Se aceptarán ofertas con equipos de calidad superior, siempre que cumplan estrictamente con todas las especificaciones técnicas establecidas. No se admitirán equipos de especificaciones inferiores. REMITIRSE AL PBC		

Consulta 2 - ITEM 21 - Estereoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2026
Solicitamos amablemente confirmar si serán aceptados estereomicroscopios equivalentes de otras marcas reconocidas, con óptica de alta calidad y prestaciones iguales o superiores al modelo de referencia mencionado. Asimismo, a fin de garantizar una mayor participación de oferentes y una evaluación objetiva de las propuestas, solicitamos se consideren especificaciones técnicas mínimas medibles, tales como rango de aumentos, tipo de cabezal, distancia de trabajo, campo visual, sistema de iluminación y demás características funcionales requeridas, en lugar de la referencia a un modelo o marca específica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026
Las especificaciones indicadas en el SICP son los mínimos requeridos. Se aceptarán ofertas con equipos de calidad superior, siempre que cumplan estrictamente con todas las especificaciones técnicas establecidas. No se admitirán equipos de especificaciones inferiores. REMITIRSE AL PBC		

Consulta 3 - ITEM 25 - Microscopio

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2026
Solicitamos confirmar si serán aceptados microscopios biológicos digitales con cámara CMOS color de mínimo 3 MP, manteniendo las demás especificaciones técnicas y funcionalidades requeridas. Considerando que dicha resolución resulta adecuada para el uso previsto, la aceptación de equipos equivalentes permitiría una mayor participación de oferentes y una competencia más amplia, sin afectar la calidad ni el desempeño requerido.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026
Las especificaciones indicadas en el SICP son los mínimos requeridos. Se aceptarán ofertas con equipos de calidad superior, siempre que cumplan estrictamente con todas las especificaciones técnicas establecidas. No se admitirán equipos de especificaciones inferiores. REMITIRSE AL PBC		

Consulta 4 - ITEM 26 - Esteroscopio tridimensional 3D

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2026

Solicitamos amablemente confirmar si serán aceptados estereomicroscopios trinoculares con sistema de zoom continuo y prestaciones equivalentes, con relación de zoom 6,43:1 y rango de ampliación de 0,7x a 4,5x, ampliables mediante accesorios para alcanzar aumentos superiores a los requeridos. Dichas características mantienen la funcionalidad de observación tridimensional, iluminación incidente y transmitida regulable, distancia de trabajo de 100 mm y capacidad de integración con cámaras digitales de 5 MP o superiores con software de captura, grabación y medición. La aceptación de estas prestaciones equivalentes permitiría una mayor concurrencia de oferentes sin afectar el objetivo técnico del procedimiento .

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026

Las especificaciones indicadas en el SICP son los mínimos requeridos. Se aceptarán ofertas con equipos de calidad superior, siempre que cumplan estrictamente con todas las especificaciones técnicas establecidas. No se admitirán equipos de especificaciones inferiores.
REMITIRSE AL PBC

Consulta 5 - Solicitud de aclaración y flexibilización sobre el periodo de validez para la Experiencia Requerida

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2026

Buenas tardes Estimados,

Nos dirigimos a ustedes con el fin de realizar una consulta respecto a las condiciones establecidas en la sección "Experiencia requerida" del Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

En dicho apartado se señala que la experiencia en provisión de bienes similares debe ser demostrada mediante facturaciones, contratos o recepciones finales correspondientes exclusivamente a los años 2023, 2024 y 2025. Al respecto, considerando que nuestra empresa es de reciente creación (constituida en el año 2026), la limitación temporal a ejercicios anteriores nos imposibilita participar, aun contando con la capacidad técnica, financiera y operativa requerida, así como con la debida documentación respaldatoria de provisiones ejecutadas durante el año en curso.

A fin de fomentar la mayor participación de oferentes, la libre competencia y la igualdad de oportunidades en el marco del presente proceso, solicitamos respetuosamente a la convocante evaluar y aclarar lo siguiente: Solicitud de Adenda / Inclusión del año 2026: ¿Será posible emitir una adenda que incluya el ejercicio 2026 dentro del periodo válido para acreditar la experiencia requerida, permitiendo así a empresas constituidas en 2026 presentar sus facturaciones, contratos ejecutados o actas de recepción formalizadas durante el transcurso del presente año, siempre que se alcance el porcentaje mínimo del monto total ofertado? Quedamos atentos a su respuesta y a la eventual emisión de la aclaración o adenda correspondiente.

Saludos cordiales.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026

REMITIRSE AL PBC

Consulta 6 - TIEMPO DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2026

Favor considerar 90 días desde la recepción de la Orden de compra, con el fin de recibir ofertar de equipos que requieren importación.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026

AL NO SER UNA LLAMADO PLURIANUAL NO SE PODRA EXTENDER EL PLAZO DE ENTREGA, REMITIRSE AL PBC

Consulta 7 - Item1 estufa de secado de laboratorio:

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2026
Con respecto a la exigencia de "Cámara interna y puertas en acero inoxidable con pulimiento tipo espejo" ¿solicitamos confirmar si serán aceptadas estufas con cámaras internas de acero inoxidable con acabado pulido brillante, cepillado o esmerilado estándar, siempre que cumplan con la capacidad (300 a 600 L) y temperaturas exigidas? A fin de evitar el direccionamiento del ítem y asegurar la libre competencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026
Las especificaciones indicadas en el SICP son los mínimos requeridos. Se aceptarán ofertas con equipos de calidad superior, siempre que cumplan estrictamente con todas las especificaciones técnicas establecidas. No se admitirán equipos de especificaciones inferiores. REMITIRSE AL PBC		

Consulta 8 - Item2 Agitador de Helice de laboratorio:

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2026
Debido a que el texto del pliego se encuentra cortado e incompleto en las secciones “...15 litros de liquidos con vis...” y “...reglage entre por lo menos 100 y 1700 r...”, solicitamos a la convocante aclarar y confirmar de forma oficial las RPM (Revoluciones por Minuto) y el grado de viscosidad requeridos para este equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026
REMITIRSE AL PBC CARGADO EN EL SICP		

Consulta 9 - Item3 Destilado de agua de laboratorio:

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2026
Debido a que el texto del pliego se encuentra cortado e incompleto en la sección “...Agua con pureza mím...”, solicitamos a la convocante aclarar y confirmar de forma oficial la capacidad de producción requerida en litros por hora (L/h) para este equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026
REMITIRSE AL PBC CARGADO EN EL SICP		

Consulta 10 - Item8 Refrigerador de laboratorio:

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2026
Debido a que el texto del pliego presenta una contradicción material en cuanto a las dimensiones solicitadas, requiriendo en su inicio una "Capacidad de 600 a 700 litros con puertas corredizas" y posteriormente citando una "Capacidad de 368 litros", solicitamos a la convocante aclarar y confirmar de forma oficial la capacidad volumétrica definitiva y el tipo de puerta requeridos para este ítem.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026
LA CAPACIDAD SOLICITADA ES ENTRE 600 A 700 LITROS, Las especificaciones indicadas en el SICP son los mínimos requeridos. Se aceptarán ofertas con equipos de calidad superior, siempre que cumplan estrictamente con todas las especificaciones técnicas establecidas. No se admitirán equipos de especificaciones inferiores. REMITIRSE AL PBC		

Consulta 11 - Ítem 21 estereoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2026
Debido a que el pliego cita textualmente "Estereoscopio Modelo Estándar Olimpus con optica de alta calida", solicitamos a la convocante confirmar que dicha marca es de carácter puramente referencial y no limitativo e indicar las especificaciones requeridas para el equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026
Las especificaciones indicadas en el SICP son los mínimos requeridos. Se aceptarán ofertas con equipos de calidad superior, siempre que cumplan estrictamente con todas las especificaciones técnicas establecidas. No se admitirán equipos de especificaciones inferiores. REMITIRSE AL PBC		

Consulta 12 - ítem 26 estereoscopio tridimensional 3D

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2026
Con respecto a la especificación técnica que solicita una "relación mínima 1:8 y rango de ampliación entre 0,63X y 5X", señalamos que las principales marcas internacionales configuran sus tambores ópticos con relaciones estándar equivalentes de alta resolución (como relación 1:6.4 con rangos de 0.65X a 4.5X), las cuales ofrecen exactamente la misma nitidez y campo visual tridimensional. Favor considerar aceptar con estas características - relación 1:6.4 con rangos de 0.65X a 4.5X		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026
Las especificaciones indicadas en el SICP son los mínimos requeridos. Se aceptarán ofertas con equipos de calidad superior, siempre que cumplan estrictamente con todas las especificaciones técnicas establecidas. No se admitirán equipos de especificaciones inferiores. REMITIRSE AL PBC		

Consulta 13 - PLAZO DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2026
se solicita al Comité Evaluador / Unidad Operativa de Contrataciones aclarar el plazo exacto de entrega de los bienes/servicios. Específicamente, se requiere precisar cuántos días calendario (corridos) o hábiles se otorgarán al adjudicado para la entrega, contados a partir de la recepción oficial de la Orden de Compra		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026
AL NO SER UN LLAMADO PLURIANUAL NO SE PODRA EXTENDER EL PLAZO DE ENTREGA, REMITIRSE AL PBC		

Consulta 14 - Ítem Nº 8 Refrigerador de laboratorio

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026
Favor aclarar si están precisando de 600 litros o 368 litros debido a que piden dos volúmenes diferentes en un solo ítem.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026
LA CAPACIDAD SOLICITADA ES ENTRE 600 A 700 LITROS, Las especificaciones indicadas en el SICP son los mínimos requeridos. Se aceptarán ofertas con equipos de calidad superior, siempre que cumplan estrictamente con todas las especificaciones técnicas establecidas. No se admitirán equipos de especificaciones inferiores. REMITIRSE AL PBC		

Consulta 15 - Ítem Nº 19 Medidor digital portátil de PH de agua

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026
¿Podemos ofertar un pHMetro portátil de bolsillo ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026
Las especificaciones indicadas en el SICP son los mínimos requeridos. Se aceptarán ofertas con equipos de calidad superior, siempre que cumplan estrictamente con todas las especificaciones técnicas establecidas. No se admitirán equipos de especificaciones inferiores. REMITIRSE AL PBC		

Consulta 16 - Ítem Nº 26 Esteroscopio tridimensional 3D

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026
¿ Debe incluir PC en la oferta?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026
Las especificaciones indicadas en el SICP son los mínimos requeridos. Se aceptarán ofertas con equipos de calidad superior, siempre que cumplan estrictamente con todas las especificaciones técnicas establecidas. No se admitirán equipos de especificaciones inferiores. REMITIRSE AL PBC		

Consulta 17 - ITEM 41104901-002 Destilador tipo Pilsen

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026
Se solicita aclarar el rendimiento del equipo, cuántos litros por hora requieren.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026
LA CAPACIDAD MINIMA REQUERIDA ES DE 10 LITROS/HORA		

Consulta 18 - ITEM 41103011-999 Refrigerador de laboratorio

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026
El PBC establece una capacidad de 600 a 700 litros, pero menciona como referencia el modelo BIOBASE BPR-5V368, el cual es de aproximadamente 368 litros. Solicitamos aclarar cuál es la capacidad mínima exigida y si se admitirán equipos de otras marcas y modelos técnicamente equivalentes que cumplan las demás especificaciones requeridas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026
LA CAPACIDAD SOLICITADA ES ENTRE 600 A 700 LITROS, Las especificaciones indicadas en el SICP son los mínimos requeridos. Se aceptarán ofertas con equipos de calidad superior, siempre que cumplan estrictamente con todas las especificaciones técnicas establecidas. No se admitirán equipos de especificaciones inferiores. REMITIRSE AL PBC		

Consulta 19 - Item 41111502-9997 Balanza Analítica.

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026

En el ítem correspondiente a la balanza, se observa una discrepancia entre la descripción del bien solicitado, que menciona una balanza analítica, y las especificaciones técnicas (EETT), que hacen referencia a una balanza de precisión.

En este sentido, solicitamos aclarar cuál de los dos tipos de balanza deberá considerarse como requisito para la presentación de la oferta, a fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones requeridas y evitar interpretaciones diferentes durante la evaluación técnica.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026

Las especificaciones indicadas en el SICP son los mínimos requeridos. Se aceptarán ofertas con equipos de calidad superior, siempre que cumplan estrictamente con todas las especificaciones técnicas establecidas. No se admitirán equipos de especificaciones inferiores. REMITIRSE AL PBC

Consulta 20 - Item 41111709-007 Estereoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026

Las EETT mencionan únicamente un modelo estándar con óptica de alta calidad, sin especificar las características técnicas del equipo. Solicitamos aclarar las especificaciones requeridas para identificar adecuadamente el equipo y garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026

Las especificaciones indicadas en el SICP son los mínimos requeridos. Se aceptarán ofertas con equipos de calidad superior, siempre que cumplan estrictamente con todas las especificaciones técnicas establecidas. No se admitirán equipos de especificaciones inferiores. REMITIRSE AL PBC

Consulta 21 - Plazo de entrega y vigencia del contrato

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026

El plan de entrega establece 45 días hábiles desde la recepción de la Nota de Pedido, mientras que la vigencia del contrato es hasta el 31/12/2026. Considerando los plazos de evaluación y adjudicación, el plazo de entrega excedería la vigencia contractual. Solicitamos aclarar si la vigencia será ampliada o si el plazo de entrega se ajustará, a fin de no imposibilitar el cumplimiento de los oferentes.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026

AL NO SER UN LLAMADO PLURIANUAL NO SE PODRA EXTENDER EL PLAZO DE ENTREGA, REMITIRSE AL PBC

Consulta 22 - Ampliación del plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026

Gran parte de los equipos solicitados son importados y de fabricación bajo pedido, por lo que el plazo de 45 días hábiles resulta insuficiente para la fabricación, el transporte, el despacho aduanero y la entrega en los centros del interior. Solicitamos ampliar el plazo de entrega a 90 días hábiles desde la recepción de la Nota de Pedido, o permitir entregas parciales por ítem.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026

AL NO SER UN LLAMADO PLURIANUAL NO SE PODRA EXTENDER EL PLAZO DE ENTREGA, REMITIRSE AL PBC

Consulta 23 - Ítem 26 – Estereoscopio tridimensional

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026
Solicitamos confirmar que se aceptarán estereomicroscopios con zoom de relación 1:7,5 (rango 0,67X a 5X) que alcancen 40X o más, ya que la exigencia simultánea de relación 1:8 y rango 0,63X-5X restringe la oferta a pocos fabricantes sin beneficio funcional para la observación de muestras agrícolas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026
Las especificaciones indicadas en el SICP son los mínimos requeridos. Se aceptarán ofertas con equipos de calidad superior, siempre que cumplan estrictamente con todas las especificaciones técnicas establecidas. No se admitirán equipos de especificaciones inferiores. REMITIRSE AL PBC		

Consulta 24 - Ítem 22 – Incubadora germinadora

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026
El SICP denomina el ítem "Incubadora con Agitador", pero las EETT describen una cámara climática de 400 L sin agitación. Asimismo, la combinación de iluminación en tres caras con un rango de 0 °C a 60 °C no es habitual en equipos de germinación, que operan normalmente entre 5/10 °C y 50 °C. Solicitamos confirmar el bien requerido y aceptar un rango de temperatura de trabajo de 10 °C a 50 °C con iluminación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026
Las especificaciones indicadas en el SICP son los mínimos requeridos. Se aceptarán ofertas con equipos de calidad superior, siempre que cumplan estrictamente con todas las especificaciones técnicas establecidas. No se admitirán equipos de especificaciones inferiores. REMITIRSE AL PBC		

Consulta 25 - Ítem 21 – Estereoscopio

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026
Las EETT se limitan a "Modelo Estándar Olympus con óptica de alta calidad", sin parámetros técnicos que permitan evaluar ofertas de otras marcas. Solicitamos indicar las características mínimas requeridas (rango de zoom, aumentos, iluminación, tipo de cabezal) y confirmar que se aceptarán marcas equivalentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026
Las especificaciones indicadas en el SICP son los mínimos requeridos. Se aceptarán ofertas con equipos de calidad superior, siempre que cumplan estrictamente con todas las especificaciones técnicas establecidas. No se admitirán equipos de especificaciones inferiores. REMITIRSE AL PBC		

Consulta 26 - Ítem 20 – Balanza analítica

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026
Se solicita una "balanza analítica" con legibilidad de 0,1 g, que corresponde a una balanza de precisión y no analítica. Además, se cita el modelo SP-601, discontinuado por su fabricante. Solicitamos aclarar la legibilidad requerida y confirmar que se aceptarán balanzas vigentes de otras marcas con capacidad de 600 g o superior y legibilidad de 0,1 g.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026
Las especificaciones indicadas en el SICP son los mínimos requeridos. Se aceptarán ofertas con equipos de calidad superior, siempre que cumplan estrictamente con todas las especificaciones técnicas establecidas. No se admitirán equipos de especificaciones inferiores. REMITIRSE AL PBC		

Consulta 27 - Ítem 17 – Humedímetro portátil de campo

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026
Las EETT exigen exclusivamente la marca Agratronix, sin parámetros técnicos, y el SICP denomina el ítem "Medidor electrónico de temperatura y humedad". Solicitamos aclarar si se trata de un medidor de humedad de granos (y para qué granos), indicar los rangos y la precisión requeridos, y aceptar otras marcas que cumplan dichos parámetros.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026
Las especificaciones indicadas en el SICP son los mínimos requeridos. Se aceptarán ofertas con equipos de calidad superior, siempre que cumplan estrictamente con todas las especificaciones técnicas establecidas. No se admitirán equipos de especificaciones inferiores. REMITIRSE AL PBC		

Consulta 28 - Ítem 10 – Mesa de tensión del suelo

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026
El SICP denomina el ítem "Mesa de Calibrado", mientras que las EETT describen una mesa de tensión (caja de arena) para retención de agua del suelo. Solicitamos confirmar el bien requerido y si se aceptan cajas de material distinto al metálico, siempre que cumplan la función.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026
REMITIRSE AL PBC		

Consulta 29 - Ítem 9 – Agitador de tamices Yoder

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026
Las EETT transcriben las características de un modelo comercial específico (temporizador programable hasta 9.959 minutos, potencia de 300 W). Solicitamos confirmar que se aceptarán equipos equivalentes que cumplan con el método Yoder (25 oscilaciones por minuto, 5 cm de amplitud, 3 pruebas con 5 tamices) con temporizador y potencia diferentes, ya que estos valores no son determinantes para el ensayo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026
Las especificaciones indicadas en el SICP son los mínimos requeridos. Se aceptarán ofertas con equipos de calidad superior, siempre que cumplan estrictamente con todas las especificaciones técnicas establecidas. No se admitirán equipos de especificaciones inferiores. REMITIRSE AL PBC		

Consulta 30 - Ítem 8 – Refrigerador de laboratorio

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026
Las EETT son contradictorias: requieren una capacidad de 600 a 700 litros, un rango de 2 °C a 10 °C y puertas de vidrio corredizas, pero a continuación describen el modelo BIOBASE BPR-5V368, de 368 litros, rango de 2-8 °C y puerta batiente. Solicitamos aclarar qué capacidad, rango de temperatura y tipo de puerta son exigibles, y confirmar que se aceptarán puertas de vidrio batientes y un rango de 2 °C a 8 °C, habitual en refrigeradores de laboratorio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026
LA CAPACIDAD SOLICITADA ES ENTRE 600 A 700 LITROS, Las especificaciones indicadas en el SICP son los mínimos requeridos. Se aceptarán ofertas con equipos de calidad superior, siempre que cumplan estrictamente con todas las especificaciones técnicas establecidas. No se admitirán equipos de especificaciones inferiores. REMITIRSE AL PBC		

Consulta 31 - Ítem 25 – Microscopio digital

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026
Solicitamos confirmar que se aceptarán microscopios con platina mecánica de dimensiones equivalentes (por ejemplo, 140 x 130 mm) y recorrido de enfoque de 15 mm o superior, siempre que mantengan el desplazamiento de 75 x 50 mm y el resto de las características solicitadas, ya que dichas diferencias no afectan la observación de las muestras.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026
Las especificaciones indicadas en el SICP son los mínimos requeridos. Se aceptarán ofertas con equipos de calidad superior, siempre que cumplan estrictamente con todas las especificaciones técnicas establecidas. No se admitirán equipos de especificaciones inferiores. REMITIRSE AL PBC		

Consulta 32 - Ítem 4 – Conductímetro

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026
El SICP denomina el ítem "PHmetro/Conductivímetro", pero las EETT describen solo un conductímetro, exigen la marca Thermo Scientific y transcriben los parámetros de un único modelo comercial. Solicitamos aclarar si se requiere medición de pH y aceptar equipos de otras marcas con rangos de conductividad, TDS, salinidad y resistividad adecuados al uso del laboratorio, pues tal como están redactadas las EETT solo un fabricante puede cumplirlas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026
Las especificaciones indicadas en el SICP son los mínimos requeridos. Se aceptarán ofertas con equipos de calidad superior, siempre que cumplan estrictamente con todas las especificaciones técnicas establecidas. No se admitirán equipos de especificaciones inferiores. REMITIRSE AL PBC		

Consulta 33 - Referencias a marcas y modelos

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026
El propio PBC indica que en las EETT se deben evitar referencias a marcas, números de catálogo u otros detalles que limiten los bienes a un fabricante en particular. No obstante, las EETT mencionan marcas o modelos en los ítems 4 (Thermo Scientific), 7 (WD-10), 8 (BIOBASE BPR-5V368), 17 (Agratronix), 20 (SP-601) y 21 (Olympus). Solicitamos agregar la expresión "o equivalente" y confirmar que se aceptarán bienes de otras marcas que cumplan con las prestaciones funcionales requeridas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026
Las especificaciones indicadas en el SICP son los mínimos requeridos. Se aceptarán ofertas con equipos de calidad superior, siempre que cumplan estrictamente con todas las especificaciones técnicas establecidas. No se admitirán equipos de especificaciones inferiores. REMITIRSE AL PBC		

Consulta 34 - Lugar de entrega de los ítems 16 al 19

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026
El plan de entrega menciona únicamente el C.I. Hernando Bertoni (Caacupé) y el C.I. Capitán Miranda (Itapúa). Sin embargo, el ítem 16 corresponde al Centro de Investigación para la Agricultura Familiar y los ítems 17 al 19 al Campo Experimental de Arroz de Eusebio Ayala. Solicitamos indicar el lugar exacto de entrega de dichos ítems.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026
REMITIRSE AL PBC C.I. Hernando Bertoni (Caacupé)		

Consulta 35 - Ítem 1 – Estufa de secado

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026
Las EETT exigen cámara interna y puertas en acero inoxidable "con pulimiento tipo espejo". Se trata de un acabado estético que no incide en el desempeño del equipo y que limita la oferta a determinados fabricantes. Solicitamos confirmar que se aceptarán cámaras de acero inoxidable con otro acabado (por ejemplo, AISI 430 o AISI 304 sin pulido espejo).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026
Las especificaciones indicadas en el SICP son los mínimos requeridos. Se aceptarán ofertas con equipos de calidad superior, siempre que cumplan estrictamente con todas las especificaciones técnicas establecidas. No se admitirán equipos de especificaciones inferiores. REMITIRSE AL PBC		

Consulta 36 - Ítem 3 – Destilador de agua

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026
Las EETT indican "agua con pureza mínima de tres uS" sin especificar la producción. Solicitamos aclarar: a) si se requiere una conductividad máxima del agua destilada de 3 µS/cm, o si se acepta agua con conductividad inferior a 4 µS/cm, valor estándar de los destiladores tipo Pilsen; b) cuál es la capacidad de producción mínima requerida (L/h).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026
Las especificaciones indicadas en el SICP son los mínimos requeridos. Se aceptarán ofertas con equipos de calidad superior, siempre que cumplan estrictamente con todas las especificaciones técnicas establecidas. No se admitirán equipos de especificaciones inferiores. REMITIRSE AL PBC		

Consulta 37 - ítem N.º 25

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026
Con relación al ítem N.º 25, Microscopio biológico digital compuesto, cuyas especificaciones técnicas establecen un revólver portaobjetivos cuádruple, solicitamos confirmar si serán aceptados equipos que incorporen un revólver portaobjetivos quíntuple (cinco posiciones). Consideramos que esta configuración constituye una prestación superior, ya que permite incorporar los cuatro objetivos solicitados de 4X, 10X, 40X y 100X, además de un objetivo adicional, ampliando las posibilidades de observación y análisis de muestras sin afectar la funcionalidad requerida.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026
Las especificaciones indicadas en el SICP son los mínimos requeridos. Se aceptarán ofertas con equipos de calidad superior, siempre que cumplan estrictamente con todas las especificaciones técnicas establecidas. No se admitirán equipos de especificaciones inferiores. REMITIRSE AL PBC		

Consulta 38 - Item N.º 26

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026

Con relación al ítem N.º 26, Estereoscopio tridimensional 3D, cuyas especificaciones establecen una relación mínima de zoom de 8:1 y un rango de ampliación entre 0,63X y 5X, solicitamos aclarar si la expresión “entre 0,63X y 5X” establece un intervalo dentro del cual pueden encontrarse las ampliaciones ofrecidas, o si exige que el equipo alcance necesariamente ambos valores extremos.

En ese sentido, consultamos si serán aceptados equipos con sistema de zoom continuo de relación 6,7:1 y rango de ampliación de 0,67X a 4,5X, que cumplan con los demás requisitos técnicos establecidos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026

Las especificaciones indicadas en el SICP son los mínimos requeridos. Se aceptarán ofertas con equipos de calidad superior, siempre que cumplan estrictamente con todas las especificaciones técnicas establecidas. No se admitirán equipos de especificaciones inferiores. REMITIRSE AL PBC

Consulta 39 - ITEM 3- DESTILADOR DE AGUA DE LABORATORIO

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026

Con relación a la especificación de agua con pureza mínima de 3 µS/cm, consultamos a la convocante si se considerará cumplido el requisito mediante un equipo que garantice una conductividad de salida menor a 4 µS/cm, considerando el uso de agua de alimentación con conductividad de hasta 300 µS/cm.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026

Las especificaciones indicadas en el SICP son los mínimos requeridos. Se aceptarán ofertas con equipos de calidad superior, siempre que cumplan estrictamente con todas las especificaciones técnicas establecidas. No se admitirán equipos de especificaciones inferiores. REMITIRSE AL PBC

Consulta 40 - ITEM 2- AGITADOR DE HÉLICE DE LABORATORIO

Consulta	Fecha de Consulta	19-10-2026

Consultamos a la convocante, si serán aceptados agitadores mecánicos con cuerpo, bases fabricados en acero al carbono con tratamiento anticorrosivo, siempre que cuenten con eje y hélice de acero inoxidable, manteniendo las demás especificaciones técnicas requeridas para el ítem.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026

Las especificaciones indicadas en el SICP son los mínimos requeridos. Se aceptarán ofertas con equipos de calidad superior, siempre que cumplan estrictamente con todas las especificaciones técnicas establecidas. No se admitirán equipos de especificaciones inferiores. REMITIRSE AL PBC

Consulta 41 - Item 25 Microscopio

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2026

Recorrido del sistema de enfoque
Con respecto al requisito de un recorrido de enfoque de al menos 20 mm, consultamos a la convocante si serán aceptados microscopios que dispongan de un recorrido total de enfoque de aproximadamente 10 mm, siempre que cuenten con mecanismos de enfoque macrométrico y micrométrico coaxiales que permitan realizar ajustes precisos y obtener imágenes correctamente enfocadas durante las observaciones microscópicas.
La presente consulta tiene como finalidad permitir la participación de equipos con configuraciones técnicas alternativas, sin comprometer la funcionalidad requerida para el uso previsto.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026

Las especificaciones indicadas en el SICP son los mínimos requeridos. Se aceptarán ofertas con equipos de calidad superior, siempre que cumplan estrictamente con todas las especificaciones técnicas establecidas. No se admitirán equipos de especificaciones inferiores. REMITIRSE AL PBC

Consulta 42 - Item 25 Microscopio

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2026

Rango de desplazamiento de la platina
En referencia al requisito de desplazamiento de la platina mecánica no inferior a 75 × 50 mm, solicitamos considerar la aceptación de equipos que dispongan de un sistema de desplazamiento mecánico X-Y de 70 × 50 mm, teniendo en cuenta que esta configuración permite el desplazamiento controlado y preciso de las muestras sobre la platina, manteniendo la funcionalidad requerida para las actividades de observación y análisis microscópico.

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026

Las especificaciones indicadas en el SICP son los mínimos requeridos. Se aceptarán ofertas con equipos de calidad superior, siempre que cumplan estrictamente con todas las especificaciones técnicas establecidas. No se admitirán equipos de especificaciones inferiores. REMITIRSE AL PBC

Consulta 43 - Item 25 Microscopio

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2026

Dimensiones de la platina mecánica
Con relación a las especificaciones técnicas del microscopio biológico digital compuesto, donde se solicita una platina mecánica de doble capa de dimensiones mínimas de 140 × 140 mm, consultamos a la convocante si serán aceptados equipos que incorporen una platina mecánica de 140 × 135 mm, considerando que la diferencia dimensional es mínima y que dicha configuración permite realizar adecuadamente las operaciones de posicionamiento y observación de muestras microscópicas

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026

Las especificaciones indicadas en el SICP son los mínimos requeridos. Se aceptarán ofertas con equipos de calidad superior, siempre que cumplan estrictamente con todas las especificaciones técnicas establecidas. No se admitirán equipos de especificaciones inferiores. REMITIRSE AL PBC

Consulta 44 - ÍTEM 13

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2026
Centrifuga para microtubos no refrigerada: Se solicita a la Convocante considerar la aceptación de una velocidad máxima de 12.500 rpm, teniendo en cuenta que dicho rendimiento permite realizar adecuadamente los procedimientos de centrifugación de muestras en tubos tipo Eppendorf de 1,5/2 mL, favoreciendo la participación de equipos de reconocida calidad y ampliando la concurrencia de oferentes, sin comprometer la funcionalidad requerida para el uso previsto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026
Las especificaciones indicadas en el SICP son los mínimos requeridos. Se aceptarán ofertas con equipos de calidad superior, siempre que cumplan estrictamente con todas las especificaciones técnicas establecidas. No se admitirán equipos de especificaciones inferiores. REMITIRSE AL PBC		

Consulta 45 - Plazo de entrega:

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2026
Se solicita amablemente a la convocante considerar la extensión del plazo de entrega a 60 días calendario de haber retirado la Orden de Compra, debido a la importación y el volumen solicitado. Esta ampliación permitirá cumplir con los tiempos necesarios para la gestión aduanera, transporte internacional y aseguramiento de calidad, garantizando así una entrega completa y conforme a los requerimientos técnicos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026
AL NO SER UN LLAMADO PLURIANUAL NO SE PODRA EXTENDER EL PLAZO DE ENTREGA, REMITIRSE AL PBC		

Consulta 46 - ITEM 8

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2026
Se solicita a la convocante aclarar la capacidad del refrigerador solicitado ya que se menciona "Capacidad de 600 a 700 litros. Rango que este incluido 2 °C a 10° C de temperatura" Y luego nuevamente "Capacidad de 368 litros. Rango de temperatura entre 2-8 ºC."		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026
LA CAPACIDAD SOLICITADA ES ENTRE 600 A 700 LITROS, Las especificaciones indicadas en el SICP son los mínimos requeridos. Se aceptarán ofertas con equipos de calidad superior, siempre que cumplan estrictamente con todas las especificaciones técnicas establecidas. No se admitirán equipos de especificaciones inferiores. REMITIRSE AL PBC		

Consulta 47 - CONSULTA DE ANTIGUEDAD

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2026
Estimados convocante quisieramos consultar si para participar en la licitacion la cual requieren una experiencia de 3 años y balances desde el 2023,2024 y 2025 pueden validar documentaciones de nuestra casa central que seria del Pais de Peru con 21 años de experiencia, indicamos que nuestra sucursal en Paraguay cuenta con 2 años y 4 meses de trabajo, la empresa Tecnicas CP Paraguay EAS Unipersonal con ruc 80146881-7 esta inscripto en la planilla de proveedores para licitacion, solo que la empresa de PERU que seria Tecnicas CP SAC no esta registrada ya que somos una empresa transnacional		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026
REMITIRSE AL PBC		

Consulta 48 - Ítem Nº 4 CONDUCTIMETRO

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2026
¿ El equipo debe ser mesa o portátil en su maletín ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026
Las especificaciones indicadas en el SICP son los mínimos requeridos. Se aceptarán ofertas con equipos de calidad superior, siempre que cumplan estrictamente con todas las especificaciones técnicas establecidas. No se admitirán equipos de especificaciones inferiores. REMITIRSE AL PBC		

Consulta 49 - Ítem Nº 11 Balanza Electrónica

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2026
¿ Con que precisión debe ofertarse la balanza?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026
Las especificaciones indicadas en el SICP son los mínimos requeridos. Se aceptarán ofertas con equipos de calidad superior, siempre que cumplan estrictamente con todas las especificaciones técnicas establecidas. No se admitirán equipos de especificaciones inferiores. REMITIRSE AL PBC		

Consulta 50 - Ítem Nº 12 Balanza Electrónica

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2026
¿ Con que precisión debe ofertarse la balanza?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026
Las especificaciones indicadas en el SICP son los mínimos requeridos. Se aceptarán ofertas con equipos de calidad superior, siempre que cumplan estrictamente con todas las especificaciones técnicas establecidas. No se admitirán equipos de especificaciones inferiores. REMITIRSE AL PBC		

Consulta 51 - Ítem Nº 13 Centrifuga para microtubos no refrigerada

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2026
¿ Podrá ofertarse la centrifuga con 12.000 rpm ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026
Las especificaciones indicadas en el SICP son los mínimos requeridos. Se aceptarán ofertas con equipos de calidad superior, siempre que cumplan estrictamente con todas las especificaciones técnicas establecidas. No se admitirán equipos de especificaciones inferiores. REMITIRSE AL PBC		

Consulta 52 - Ítem Nº 16 Balanza Electrónica

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2026
¿ Con que precisión debe ofertarse la balanza ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026
Las especificaciones indicadas en el SICP son los mínimos requeridos. Se aceptarán ofertas con equipos de calidad superior, siempre que cumplan estrictamente con todas las especificaciones técnicas establecidas. No se admitirán equipos de especificaciones inferiores. REMITIRSE AL PBC		

Consulta 53 - Ítem Nº 25 Microscopio

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2026
Se solicita el equipo con cámara para lo cual el microscopio a ser ofertado debería ser un microscopio trinocular. ¿ Es correcto ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026
Las especificaciones indicadas en el SICP son los mínimos requeridos. Se aceptarán ofertas con equipos de calidad superior, siempre que cumplan estrictamente con todas las especificaciones técnicas establecidas. No se admitirán equipos de especificaciones inferiores. REMITIRSE AL PBC		

Consulta 54 - Ítem Nº 27 Balanza de Precisión

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2026
¿ Con que precisión debe ofertarse la balanza ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026
Las especificaciones indicadas en el SICP son los mínimos requeridos. Se aceptarán ofertas con equipos de calidad superior, siempre que cumplan estrictamente con todas las especificaciones técnicas establecidas. No se admitirán equipos de especificaciones inferiores. REMITIRSE AL PBC		

Consulta 55 - Ítem Nº 28 Balanza de Precisión

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2026
¿ Con que precisión debe ofertarse la balanza ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026
Las especificaciones indicadas en el SICP son los mínimos requeridos. Se aceptarán ofertas con equipos de calidad superior, siempre que cumplan estrictamente con todas las especificaciones técnicas establecidas. No se admitirán equipos de especificaciones inferiores. REMITIRSE AL PBC		

Consulta 56 - Ítem Nº 30 Balanza

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2026
¿ Con que precisión debe ofertarse la balanza ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026
Las especificaciones indicadas en el SICP son los mínimos requeridos. Se aceptarán ofertas con equipos de calidad superior, siempre que cumplan estrictamente con todas las especificaciones técnicas establecidas. No se admitirán equipos de especificaciones inferiores. REMITIRSE AL PBC		

Consulta 57 - Ítem Nº 31 Balanza

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2026
¿ Con que precisión debe ofertarse la balanza ?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-10-2026
Las especificaciones indicadas en el SICP son los mínimos requeridos. Se aceptarán ofertas con equipos de calidad superior, siempre que cumplan estrictamente con todas las especificaciones técnicas establecidas. No se admitirán equipos de especificaciones inferiores. REMITIRSE AL PBC		