Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 492602 - ADQUISISCION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO TIPO PSA PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE POLICIA SANTA ROSA DE LIMA-PLURIANUAL

Consulta 1 - Visita tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2026
En atención a las inclemencias climáticas registradas el 08/10/2026, que nos impidieron participar en la visita técnica obligatoria por circunstancias ajenas a nuestra voluntad, solicitamos respetuosamente a la Convocante que considere la situación de fuerza mayor expuesta y disponga la reprogramación de dicha visita, habilitando una nueva fecha que nos permita participar y cumplir con este requisito. Agradecemos desde ya su comprensión y la atención favorable a la presente solicitud.		

Consulta 2 - Consulta 1: Ítem 2 – Marca OXYMAT

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2026
En el Ítem 2 se consigna "CAUDALÍMETRO MÁSICO OXYMAT, MODELO". Conforme a la propia sección de Especificaciones Técnicas del PBC, las referencias a marcas deben evitarse o ir seguidas de la expresión "o sustancialmente equivalente". Solicitamos se emita adenda eliminando la marca o incorporando dicha expresión, y se confirme que se aceptará cualquier caudalímetro másico para O2 que cumpla con los parámetros funcionales requeridos (4-20 mA, totalizador, display, CE o ISO 9001).		

Consulta 3 - Consulta 9: Inconsistencias

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2026
Solicitamos aclarar: (a) años de los documentos financieros (el PBC evalúa 2023-2025 pero pide documentos 2022-2024); (b) plazo de repuestos (5 o 10 años); (c) plazo de reposición (5 o 15 días hábiles); (d) admisión de catálogos originales en inglés con traducción; (e) la referencia a "resonancia magnética" en el apartado de instalación.		

Consulta 4 - Consulta 8: Adjudicación por ítem / obra civil

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2026
Siendo el objeto un sistema llave en mano con sala de máquinas, tablero general y garantía única, solicitamos aclarar a qué ítem se imputan la obra civil, el tablero eléctrico general, las cañerías y la interconexión, y si la convocante podría adjudicar ítems a distintos oferentes. Asimismo, solicitamos aclarar la experiencia exigible por ítem cotizado.		

Consulta 5 - Consulta 7: Habilitaciones sanitarias

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2026
Solicitamos aclarar si la habilitación de "importador, distribuidor, fraccionadora de dispositivos médicos – gases medicinales = oxígeno" es exigible a quien provee e instala una planta generadora (no comercializa gas), o si se acepta la habilitación de importador/distribuidor de dispositivos o equipos médicos en general, e indicar la autoridad emisora (DINAVISA).		

Consulta 6 - Consulta 6: Personal certificado y autorizaciones

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2026
Solicitamos se admitan certificados de capacitación de fábrica vigentes sin exigencia de antigüedad mínima de 6 meses en IPS (o con compromiso de capacitación previa a la instalación), y se limite la autorización del fabricante a los ítems 1, 3 y 6, por resultar desproporcionada para generador eléctrico, transformador y filtros.		

Consulta 7 - Consulta 5: Visita técnica e información del sitio

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2026
Considerando que la tensión primaria del transformador, la ubicación de la sala de máquinas y el punto de interconexión con la red de O2 y el tanque criogénico solo se informan en la visita, solicitamos se publique por adenda dicha información (planos, tensión de AT, layout) y se habilite una nueva fecha de visita, o en su defecto se admita la Declaración Jurada de conocimiento del sitio.		

Consulta 8 - Consulta 2: Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2026
El PBC exige en 30 días hábiles la entrega, obra civil de la sala de máquinas, instalación y puesta en marcha de equipos que se fabrican bajo pedido en el exterior (generador PSA, compresor oil-free de 55 kW, compresor de O2 de 150 bar, transformador pedestal). Solicitamos se amplíe el plazo a uno técnicamente razonable (no menor a 120 días corridos) o se establezcan plazos diferenciados para provisión e instalación, a fin de no restringir la participación a oferentes con equipos ya disponibles en stock.		

Consulta 9 - Consulta 4: Ítem 1 – Controlador, booster y certificaciones

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2026
Solicitamos aclarar: (a) si se aceptan controladores PLC/HMI táctiles equivalentes al denominado "Intelli control touchscreen 9""; (b) si se acepta un diseño con booster que garantice 75 PSI en la red; (c) si, en lugar del certificado MDR (UE) 2017/745, se aceptarán certificaciones equivalentes (FDA, marcado CE bajo MDD, ISO 10083/ISO 7396-1); y (d) si las certificaciones ISO 14001 e ISO 45001, que no se refieren a la calidad del producto, son excluyentes.		

Consulta 10 - Consulta 3: Compresor de aire – tecnología y potencia

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2026
El Ítem 3 exige tornillo de etapa simple lubricado a agua y potencia fija de 55 kW, a la vez que pide dimensionamiento "acorde al requerimiento de la PSA" (6,3 m³/min a 6 bar). Solicitamos se confirme que se aceptarán compresores libres de aceite de otras tecnologías (tornillo seco de dos etapas, scroll u otras) que garanticen aire clase 0 según ISO 8573-1 y el caudal requerido, y que la potencia resulte del dimensionamiento del oferente.		