Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 488636 - LPN Nº 40/2026 - ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS MSPBS

Consulta 1 - LOTE 1 ITEM 1 ALCOHOL METANOL

Consulta	Fecha de Consulta	01-10-2026
Favor notar que el Lote 1 Ítem 1 Alcohol Metanol no aparece en el listado de lotes en precios referencial y aparece en el Listado de precio el Lote 1 pero no el detalle del ítem.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-10-2026
Favor verificar la última versión del PBC		

Consulta 2 - CANTIDADES POR DETERMINACION

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2026
Solicitamos amablemente a la Convocante tenga a bien proporcionar la cantidad aproximada de determinaciones a ser realizados para cada uno de los lotes objeto del presente llamado. Dicha información resulta indispensable para que los potenciales oferentes puedan dimensionar adecuadamente los equipos, reactivos, controles, calibradores y demás insumos necesarios para la ejecución del contrato, permitiendo elaborar una propuesta técnica y económica acorde a las necesidades reales del servicio. Asimismo, contar con estas cantidades estimadas contribuirá a garantizar el cumplimiento oportuno del suministro durante toda la vigencia contractual y favorecerá una competencia más transparente e igualitaria entre los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2026
Se solicita Ajustarse al PBC.		

Consulta 3 - LOTE 16, ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2026
• Con relación a la determinación para el diagnóstico de Mononucleosis Infecciosa, se solicita amablemente a la convocante admitir la metodología de Aglutinación en Látex en placa (con controles positivo y negativo incluidos) en presentaciones de 20 determinaciones o superior, considerando que esta técnica constituye la evolución tecnológica estandarizada de la hemaglutinación tradicional, ofreciendo mayor estabilidad en los reactivos, una lectura cualitativa y semicuantitativa de alta precisión y un tiempo de procesamiento significativamente menor, todo ello manteniendo una correlación clínica equivalente y garantizando la estricta calidad exigida en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	21-10-2026
Favor verificacar la última versión del PBC		

Consulta 4 - LOTE 18, ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2026
Con el objeto de favorecer la mayor concurrencia y garantizar la provisión de reactivos con elevados estándares de desempeño analítico, solicitamos a la convocante aclarar si para el ítem correspondiente a la detección de los cinco patógenos respiratorios (SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B, Virus Sincitial Respiratorio y Adenovirus), se considerará admisible la presentación de las determinaciones mediante la combinación de un panel multiparámetro 4 en 1 junto con un test monovalente de adenovirus individual, siempre que ambas pruebas sean de la misma marca, utilicen la misma metodología de inmunocromatografía y cumplan de forma integral con la totalidad de los patógenos solicitados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2026
Ajustarse al PBC. La lista del panel para detección es enunciativa no limitativa. Se puede ofertar el test 4 en uno, pero aceptar el test monovalente probablemente implique doble toma de muestra y proceso operativo adicional, por lo que no será admisible.		

Consulta 5 - LOTE 33, ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2026
Con el objeto de dimensionar adecuadamente la oferta técnica-económica y asegurar el cumplimiento de las condiciones de entrega, solicitamos a la Convocante aclarar si los Lotes N° 33 y N° 42 corresponden a destinos/establecimientos de salud independientes o si responden a requerimientos con entregas diferenciadas, considerando que ambos ítems solicitan la detección cualitativa en orina de la misma combinación de 10 drogas de abuso (en un caso descriptas por sus siglas técnicas y en el otro por su denominación genérica); asimismo, solicitamos confirmar si para ambos lotes resultará plenamente admisible la presentación de la misma marca, modelo y código de catálogo de reactivo, siempre que este cumpla con la totalidad de los diez analitos requeridos en sus respectivas especificaciones técnicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2026
Ajustarse el PBC. El lote 33 será para: Centro Nacional Toxicológico y el Lote 42 para: Hospital Psiquiátrico		

Consulta 6 - LOTE 42, ITEM 1

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2026
Con el objeto de dimensionar adecuadamente la oferta técnica-económica y asegurar el cumplimiento de las condiciones de entrega, solicitamos a la Convocante aclarar si los Lotes N° 33 y N° 42 corresponden a destinos/establecimientos de salud independientes o si responden a requerimientos con entregas diferenciadas, considerando que ambos ítems solicitan la detección cualitativa en orina de la misma combinación de 10 drogas de abuso (en un caso descriptas por sus siglas técnicas y en el otro por su denominación genérica); asimismo, solicitamos confirmar si para ambos lotes resultará plenamente admisible la presentación de la misma marca, modelo y código de catálogo de reactivo, siempre que este cumpla con la totalidad de los diez analitos requeridos en sus respectivas especificaciones técnicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2026
Ajustarse el PBC. El lote 33 será para: Centro Nacional Toxicológico y el Lote 42 para: Hospital Psiquiátrico		

Consulta 7 - Lote 6 – Test rápido Chagas

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2026
Solicitamos amablemente a la convocante la revisión de las especificaciones técnicas establecidas para el presente test inmunocromatográfico, considerando que el requisito de “Capacidad de detección a partir de 25 UI/mL” corresponde a una característica habitualmente asociada a los tests inmunocromatográficos para la detección de hCG, utilizados para el diagnóstico de embarazo. En este sentido, a fin de garantizar la coherencia técnica de las especificaciones con el analito objeto de la determinación, solicitamos la verificación y, de corresponder, la corrección del parámetro mencionado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2026
Favor verificar la última versión del PBC		

Consulta 8 - Lote 26 - Reactivo para determinación de alcohol

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2026
Considerando la disponibilidad actual de pruebas rápidas en el mercado para la detección de alcohol en orina con diferentes puntos de corte analíticos, se consulta si la convocante aceptará productos con un punto de corte de 0,04 % o 40mg/dL, debidamente respaldado por la documentación técnica del fabricante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2026
Favor verificar la última versión del PBC		

Consulta 9 - Lote 26 - Reactivo para determinación de alcohol

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2026
Se solicita amablemente a la Convocante aclarar la unidad de medida correspondiente al Cut-off de 40 ng/mL establecido para el test de alcohol en orina, considerando que para este tipo de determinación habitualmente se expresan las concentraciones en mg/dL o g/dL.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2026
Favor verificar la última versión del PBC		

Consulta 10 - Item 22 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2026
Se solicita amablemente a la Convocante considerar la aceptación de pruebas rápidas inmunocromatográficas para tamizaje de Hepatitis A, de detección cualitativa de anticuerpos IgG e IgM, con sensibilidad igual o superior al 96%, manteniendo las demás condiciones técnicas solicitadas, a fin de ampliar la concurrencia de oferentes y permitir la participación de productos con desempeño clínico comprobado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-10-2026
Favor verificar la última versión del PBC		

Consulta 11 - Item 23 - EETT:

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2026
Se solicita amablemente a la Convocante considerar la aceptación de pruebas rápidas inmunocromatográficas para tamizaje de Hepatitis A, de detección cualitativa de anticuerpos IgG e IgM, con sensibilidad igual o superior al 96%, manteniendo las demás condiciones técnicas solicitadas, a fin de ampliar la concurrencia de oferentes y permitir la participación de productos con desempeño clínico comprobado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2026
Ajustarse al PBC. El lote 23 no corresponde al producto Test Rápido para Hepatitis A		

Consulta 12 - Item 24 - EETT:

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2026
Se solicita amablemente a la Convocante considerar la aceptación de test rápidos inmunocromatográficos para la detección cualitativa in vitro de antígenos de Rotavirus en materia fecal humana, con sensibilidad igual o superior al 97% y especificidad igual o superior al 99%, manteniendo las demás condiciones técnicas solicitadas, a fin de ampliar la concurrencia de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-11-2026
Favor verificar última versión del PBC		

Consulta 13 - Item 38 - EETT:

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2026
Se solicita amablemente a la Convocante considerar una sensibilidad mínima del 95% para los test rápidos inmunocromatográficos destinados a la detección cualitativa de drogas de abuso, a fin de ampliar la concurrencia de oferentes y permitir la participación de productos con desempeño analítico validado mediante comparación con métodos de referencia como GC/MS.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	20-11-2026
Favor verificar última versión del PBC		

Consulta 14 - Item 39 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2026
Se solicita amablemente a la Convocante considerar un acuerdo positivo mínimo del 90% y un acuerdo negativo mínimo del 100% para los test rápidos inmunocromatográficos destinados a la detección cualitativa de drogas de abuso, conforme a resultados de evaluación comparativa con GC/MS, a fin de ampliar la concurrencia de oferentes y permitir la participación de productos con desempeño analítico validado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-11-2026
Ajustarse a las especificaciones técnicas y a los parámetros mínimos de desempeño analítico establecidos en el PBC.		

Consulta 15 - Item 60 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2026
Se solicita amablemente a la Convocante considerar la adquisición de ambos productos por ítems independientes y no por lote, atendiendo a que corresponden a productos de distinta naturaleza y finalidad. Asimismo, se solicita aclarar si el producto requerido corresponde a tiras indicadoras de proceso o a cintas testigo para autoclave, considerando que el precio referencial publicado no se condice con la descripción técnica establecida en el PBC.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2026
En relación a la primera consulta: Ajustarse al PBC En relación al precio referencial: Se procedió a la verificación del Precio Referencial, la misma se ha realizado una Rectificación del Análisis de Precio Referencial en fecha 05 de setiembre del 2026, y que lo actuado en dicho análisis se encuentra acorde a lo establecido en la Resolución DNCP N° 454/24, como así también, a lo relacionado en el Art. 4 de la ley 7021/2022, en la cual se establece los Principios de Economía, Eficacia y Eficiencia según los cuales las necesidades públicas deben ser satisfechas con la oportunidad, calidad y costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones, sujetándose a disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria. Cabe mencionar por lo expuesto precedentemente, el Precio Referencial del ITEM 60: se encuentra en el ANALISIS DE PRECIO REFERENCIAL DE RECTIFICACION de fecha 05 de noviembre del 2026 y respaldada en el DICTAMEN DOC Nº134/2026 de fecha 05 de noviembre del 2026, se ratifican y mantienen iguales.		