Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 492717 - ADQUISICIÓN DE TEST DE CHAGAS PARA EL SENEPA

Consulta 1 - EETT-TEST RAPIDO DE CHAGAS

Consulta	Fecha de Consulta	14-10-2026

Solicitamos respetuosamente a la Convocante aclarar si se aceptarán reactivos destinados a la detección de anticuerpos específicos contra Trypanosoma cruzi de tipo IgG exclusivamente, siempre que sean compatibles con el tipo de muestra solicitado (sangre total) y cumplan con la finalidad diagnóstica y los demás requisitos técnicos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.
Asimismo, solicitamos confirmar si la especificación requiere necesariamente la detección de anticuerpos IgG e IgM, o si la detección de anticuerpos IgG resulta suficiente para satisfacer el requerimiento del ítem.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-10-2026

Los reactivos deber ser IgG e IgM en sangre total para los fines que requiere la Institución.

Consulta 2 - especificaciones tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2026

nuestro producto mantiene los sgts resultados en cuanto a standares.
sensibilidad relativa 92.9%
especificidad relativa 98.4%
exactitud 98.9%
estarian enmarcados dentro de los standares solicitados dentro del llamado

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-10-2026

Se informa al consultante que las especificaciones técnicas requeridas y establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, indican: sensibilidad de 96 a 99% y especificidad de 96 a 99%, entre otros requisitos, los cuales son de cumplimiento obligatorio para todos los oferentes.

Estos requisitos fueron elaborados teniendo en cuenta la necesidad institucional como también los parámetros establecidos por la OPS.

La verificación del cumplimiento se realizará en la etapa de evaluación de ofertas, sobre la base de la documentación técnica presentada.

Por lo tanto, solicitamos remitirse al pliego