Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 488641 - LPN Nº 41/2026 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIOS DE LA XIV REGION SANITARIA CANINDEYU

Consulta 1 - CONSULTA EETT- Establecimientos contemplados dentro de la presente licitación

Consulta	Fecha de Consulta	30-09-2026
Se solicita a la Convocante aclarar si corresponde incluir dentro del alcance de la presente licitación, correspondiente a la XIV Región Sanitaria – Canindeyú, a los siguientes establecimientos de salud: Hospital Regional de Fuerte Olimpo, Centro de Salud de Puerto Casado y Centro de Salud de Carmelo Peralta, considerando que los mismos corresponden a la XVII Región Sanitaria – Alto Paraguay. Se solicita confirmar si dichos establecimientos deberán ser contemplados dentro de la presente licitación o, en su defecto, aclarar cuáles son los establecimientos correspondientes exclusivamente a la XIV Región Sanitaria – Canindeyú que deberán ser considerados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2026
Ajustarse al PBC. Los establecimientos correspondientes al presente llamado son: Hospital Regional Salto del Guairá, Hospital Distrital Curuguaty, USF Yasy Kañy y USF La Paloma.		

Consulta 2 - CANTIDADES POR DETERMINACION

Consulta	Fecha de Consulta	02-10-2026
Solicitamos amablemente a la Convocante tenga a bien proporcionar la cantidad aproximada de determinaciones a ser realizados para cada uno de los lotes objeto del presente llamado. Dicha información resulta indispensable para que los potenciales oferentes puedan dimensionar adecuadamente los equipos, reactivos, controles, calibradores y demás insumos necesarios para la ejecución del contrato, permitiendo elaborar una propuesta técnica y económica acorde a las necesidades reales del servicio. Asimismo, contar con estas cantidades estimadas contribuirá a garantizar el cumplimiento oportuno del suministro durante toda la vigencia contractual y favorecerá una competencia más transparente e igualitaria entre los oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2026
Ajustarse al PBC. El llamado es de modalidad por montos mínimos y máximos.		

Consulta 3 - Lote 22 – Test rápido Chagas

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2026
La solicitud de la convocante indica específicamente un test rápido inmunocromatográfico IgG/IgM para la detección de la enfermedad de Chagas. En este sentido, queremos señalar que la determinación de IgM no constituye un requerimiento técnico respaldado por las principales guías clínicas internacionales para el diagnóstico de esta patología. En particular, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en su documento técnico “Guía para el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad de Chagas” (Washington, D.C.: OPS; 2019), establece expresamente que: “La detección de anticuerpos IgM no se recomienda como técnica diagnóstica de rutina, incluso en los casos sospechosos de infección aguda, debido a su baja sensibilidad y especificidad, así como por su reactividad cruzada con otras enfermedades infecciosas. Además, los anticuerpos IgM pueden persistir durante meses o años después de la infección, lo que impide diferenciar una infección reciente de una crónica.” Por lo que, solicitamos amablemente la modificación de la solicitud de la siguiente manera “Test rápido inmunocromatográfico IgG/IgM o IgG para tamizaje”. Esta solicitud ya se ha modificado en otros llamados, como la LPN 155/2024 ID: 455249.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2026
AJUSTARSE A LA ÚLTIMA VERSION DEL PBC.-		

Consulta 4 - Lote 3 – Equipo semiautomatizado para Análisis de Orina

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2026
Se consulta a la convocante si el equipo solicitado corresponde a un analizador integrado para tiras (química) y también para sedimento urinario.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2026
Ajustarse a la última versión del PBC. Se agrega especificaciones técnicas adicionales.		

Consulta 5 - Lote 3 - Equipo semiautomatizado para Análisis de Orina

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2026
Solicitamos a la convocante confirmar a qué Hospital se encuentra destinada la provisión del reactivo y del equipo en comodato correspondientes al presente lote.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2026
Ajustarse a la última versión del PBC. Se agrega especificaciones técnicas adicionales.		

Consulta 6 - Lote 4 – Antigeno Dengue

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2026
Solicitamos a la convocante confirmar a qué Hospital se encuentra destinada la provisión del reactivo y del equipo en comodato correspondientes al presente lote.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2026
: Ajustarse a la última versión del PBC. Se agrega especificaciones técnicas adicionales.		

Consulta 7 - Lote 5 – Servicio destinatario

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2026
Solicitamos a la convocante confirmar a qué Hospital o establecimiento de salud se encuentra destinada la provisión de los reactivos y equipos en comodato correspondientes al presente lote. Al respecto, se observa que en las especificaciones técnicas adicionales se mencionan el Hospital Regional de Fuerte Olimpo, el Centro de Salud de Puerto Casado y el Centro de Salud de Carmelo Peralta, establecimientos correspondientes al Departamento de Alto Paraguay. Teniendo en cuenta que el presente llamado tiene como objeto provisión de reactivos a la XIV Región Sanitaria – Canindeyú, solicitamos la verificación y aclaración de los servicios a los cuales se encuentran destinados estos reactivos y equipos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2026
Ajustarse a la última versión del PBC. Se agrega especificaciones técnicas adicionales.		

Consulta 8 - Especificaciones técnicas de Analizador Hematológico

Consulta	Fecha de Consulta	07-10-2026
Se observa que la convocante solicita como requisito un volumen de aspiración de muestra de 10 µL. Sin embargo, solicitamos amablemente la reformulación de este requisito, dado que existen tecnologías con la capacidad de procesar volúmenes de aspiración menores a lo indicado, lo cual constituye una ventaja significativa en situaciones donde la cantidad de muestra disponible es reducida. En este sentido, solicitamos la reformulación del requisito de la siguiente manera: “Volumen de aspiración de muestra 10 µL como máximo”, teniendo en cuenta de que no existe un argumento técnico que justifique la exigencia de un volumen de aspiración mínimo. Esta solicitud ya se ha tenido en cuenta en otros llamados de la presente convocante, como la LPN 07/25 ID: 457334.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2026
Ajustarse a la última versión del PBC. Se agrega especificaciones técnicas adicionales.		

Consulta 9 - Lote 1 – Ítem 1 – Contador Hematológico:

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2026
En relación con la especificación que establece “volumen de muestra 10 µL como mínimo”, solicitamos aclarar si podrán aceptarse analizadores que requieran un volumen de muestra inferior a 10 µL, considerando que un menor volumen de aspiración permite realizar las determinaciones requeridas utilizando una menor cantidad de muestra, sin afectar el desempeño analítico ni la calidad de los resultados, representando además una ventaja especialmente en muestras de bajo volumen. En ese sentido, ¿podrían aceptar equipos con volumen de muestra de hasta 10 µL, manteniendo el cumplimiento de las demás especificaciones técnicas requeridas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2026
Ajustarse a la última versión del PBC. Se agrega especificaciones técnicas adicionales.		

Consulta 10 - Lote 1 – Ítem 1 – Contador Hematológico:

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2026
En relación con el punto 12 de las Especificaciones Técnicas, donde se establece la provisión de “8 impresoras en comodato como mínimo, 2 para cada servicio”, solicitamos aclarar la cantidad total de impresoras que deberán ser provistas, considerando que para el presente lote se identifican 3 servicios de salud como destinos de los equipos. Teniendo en cuenta que la misma especificación establece una relación de 2 impresoras por servicio, ¿corresponde considerar la provisión de 6 impresoras en comodato en total, es decir, 2 por cada uno de los 3 servicios de salud?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2026
Ajustarse a la última versión del PBC. Se agrega especificaciones técnicas adicionales.		

Consulta 11 - Lote 1 – Equipo de Inmunología – Determinación FTA-ABS:

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2026

En relación con la determinación FTA-ABS requerida dentro del menú de pruebas, solicitamos considerar la aceptación de otras pruebas treponémicas automatizadas equivalentes para la detección de anticuerpos específicos contra Treponema pallidum, considerando que la técnica FTA-ABS se encuentra tradicionalmente asociada a la metodología de inmunofluorescencia indirecta (IFI) y requiere procedimientos y equipamiento específicos para su realización, mientras que actualmente existen metodologías treponémicas automatizadas, tales como inmunoensayos, que permiten la detección de anticuerpos específicos contra Treponema pallidum con adecuada aplicación en el diagnóstico serológico de la sífilis.
La aceptación de metodologías treponémicas automatizadas equivalentes permitiría ampliar la participación de diferentes tecnologías y fabricantes, manteniendo la finalidad diagnóstica requerida y favoreciendo, además, la automatización, estandarización y trazabilidad del procesamiento.
Por lo expuesto, ¿podrían aceptar, en sustitución de FTA-ABS, una prueba treponémica automatizada para la detección de anticuerpos contra Treponema pallidum, mediante inmunoensayo u otra metodología equivalente, debidamente validada para dicho fin?

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2026

AJUSTARSE A LA ÚLTIMA VERSION DEL PBC

Consulta 12 - Lote 1 – Equipo para estudio de Crasis Sanguínea – Metodología:

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2026

En relación con la metodología requerida para la monitorización de la formación del coágulo, solicitamos considerar la aceptación de metodologías ópticas u otras tecnologías equivalentes, además de la metodología indicada en las Especificaciones Técnicas.
Al respecto, existen analizadores automatizados y semiautomatizados de coagulación que emplean sistemas de detección óptica para monitorizar la formación del coágulo, permitiendo realizar las determinaciones requeridas de TP, TTPA y Fibrinógeno con adecuada precisión y desempeño analítico. Por tanto, limitar el principio de detección a una metodología específica podría restringir la participación de tecnologías que cumplen con la misma finalidad diagnóstica.
En ese sentido, ¿podrían aceptar equipos que utilicen metodología óptica, electromagnética u otra tecnología equivalente para la detección y monitorización de la formación del coágulo, siempre que permitan realizar la totalidad de las determinaciones requeridas y cumplan con las demás especificaciones técnicas solicitadas?

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2026

Ajustarse a la última versión del PBC. Se agrega especificaciones técnicas adicionales.

Consulta 13 - Lote 3 – Ítem 1 – Tiras Reactivas de Orina / Equipo semiautomatizado en comodato:

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2026

Considerando que las Especificaciones Técnicas establecen la provisión de un “Equipo semiautomatizado en comodato para el análisis de orina”, solicitamos aclarar las características técnicas mínimas requeridas para dicho equipamiento, tales como metodología o principio de lectura, parámetros requeridos, capacidad o velocidad de procesamiento, características de las tiras reactivas, sistema de identificación y registro de muestras, almacenamiento de resultados, impresión y/o conectividad, u otras características que la Convocante considere necesarias para la evaluación técnica del equipo ofertado.
Asimismo, solicitamos indicar la cantidad total de equipos que deberán ser provistos en comodato y el establecimiento, ciudad o servicio de salud donde deberá instalarse el equipamiento, considerando que dicha información no se encuentra claramente especificada para el Lote 3.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2026

Ajustarse a la última versión del PBC. Se agrega especificaciones técnicas adicionales.

Consulta 14 - Lote 5 – Ítem 1 – Kit solución contador hematológico:

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2026
Considerando que para el presente ítem se establece la provisión de reactivos para procesamiento de hemograma automatizado, con equipo en comodato y una capacidad mínima de 80 test/hora, solicitamos aclarar si resultan aplicables al Lote 5 – Ítem 1 todas las Especificaciones Técnicas adicionales establecidas para el Contador Hematológico, sustituyéndose únicamente el requerimiento de capacidad mínima de 50 determinaciones/hora por 80 test/hora, conforme a la exigencia específica establecida para este lote, o si el Lote 5 cuenta con Especificaciones Técnicas particulares diferentes, en cuyo caso solicitamos sean detalladas. Asimismo, solicitamos confirmar la cantidad total de equipos de hematología que deberán ser provistos en comodato para el Lote 5 – Ítem 1, así como indicar expresamente los establecimientos, ciudades o servicios de salud donde deberá instalarse cada equipo, a fin de permitir el correcto dimensionamiento técnico, logístico y económico de la oferta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2026
Ajustarse a la última versión del PBC. Se agrega especificaciones técnicas adicionales.		

Consulta 15 - Lote 5 – Ítems 2 al 25 – Reactivos para Química Clínica:

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2026
Considerando que para el presente lote se establece la provisión de equipos en comodato para el procesamiento de las determinaciones de Química Clínica, solicitamos aclarar si resultan aplicables al Lote 5 todas las Especificaciones Técnicas adicionales establecidas para los equipos de Bioquímica Clínica en el PBC, o si este lote cuenta con Especificaciones Técnicas particulares diferentes, en cuyo caso solicitamos sean detalladas expresamente. Asimismo, solicitamos confirmar la cantidad total de equipos automatizados de Química Clínica que deberán ser provistos en comodato específicamente para el Lote 5, así como indicar los establecimientos, ciudades o servicios de salud donde deberá instalarse cada equipo, a fin de permitir el correcto dimensionamiento del equipamiento, capacidad de procesamiento, hardware, interfaces, mantenimiento, servicio técnico y demás accesorios e insumos asociados a la oferta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2026
Ajustarse a la última versión del PBC. Se agrega especificaciones técnicas adicionales.		

Consulta 16 - Lote 5 – Ítems 27 al 29 – Reactivos para estudio de Crasis Sanguínea:

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2026
Considerando que para el presente lote se establece la provisión de 1 (un) equipo semiautomatizado en comodato para el procesamiento de TP, TTPA y Fibrinógeno, solicitamos aclarar si resultan aplicables al Lote 5 todas las Especificaciones Técnicas adicionales establecidas para los equipos de Hemostasia/Crasis Sanguínea en el PBC, o si este lote cuenta con Especificaciones Técnicas particulares diferentes, en cuyo caso solicitamos sean detalladas expresamente. Asimismo, solicitamos confirmar que para el Lote 5 – Ítems 27 al 29 corresponde la provisión de 1 (un) equipo semiautomatizado en comodato, e indicar expresamente el establecimiento, ciudad o servicio de salud donde deberá ser instalado, a fin de permitir el correcto dimensionamiento técnico, logístico y económico de la oferta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2026
Ajustarse a la última versión del PBC. Se agrega especificaciones técnicas adicionales.		

Consulta 17 - Lote 8 – Ítems 2 al 22 – Reactivos para Química Clínica:

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2026

Considerando que para el presente lote se establece la provisión de equipos automatizados de Química Clínica en comodato, solicitamos aclarar si resultan aplicables al Lote 8 todas las Especificaciones Técnicas adicionales establecidas para los equipos de Bioquímica Clínica en el PBC, o si este lote cuenta con Especificaciones Técnicas particulares diferentes, en cuyo caso solicitamos sean detalladas expresamente.
Asimismo, considerando que en la descripción se menciona inicialmente la provisión de “1 (un) equipo automatizado en comodato”, mientras que posteriormente se establecen como lugares de instalación la USF Yasy Cañy y la USF La Paloma, indicando un “Total: 2 (dos) equipos”, solicitamos confirmar que para el Lote 8 deberán proveerse efectivamente 2 (dos) equipos automatizados de Química Clínica en comodato, correspondiendo 1 (un) equipo a cada uno de los establecimientos indicados.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2026

Ajustarse a la última versión del PBC. Se agrega especificaciones técnicas adicionales.

Consulta 18 - Lote 8 – Ítems 23 al 25 – Reactivos para estudio de Crasis Sanguínea:

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2026

Considerando que para el presente lote se establece la provisión de equipos semiautomatizados de 2 a 4 canales en comodato para el procesamiento de TP, TTPA y Fibrinógeno, solicitamos aclarar si resultan aplicables al Lote 8 todas las Especificaciones Técnicas adicionales establecidas para los equipos de Hemostasia/Crasis Sanguínea en el PBC, o si este lote cuenta con Especificaciones Técnicas particulares diferentes, en cuyo caso solicitamos sean detalladas expresamente.
Asimismo, solicitamos confirmar que para el presente lote deberán proveerse 2 (dos) equipos semiautomatizados en comodato, correspondiendo 1 (un) equipo a la USF Yasy Cañy y 1 (un) equipo a la USF La Paloma, conforme a los lugares de instalación indicados en el PBC.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2026

Ajustarse a la última versión del PBC. Se agrega especificaciones técnicas adicionales.

Consulta 19 - Reactivos para Hemoglobina Glicada (HbA1c) – Equipo en comodato:

Consulta	Fecha de Consulta	08-10-2026

Considerando que dentro de las Especificaciones Técnicas adicionales del PBC se establece “REACTIVOS PARA HEMOGLOBINA GLICADA CON EQUIPO EN COMODATO”, solicitamos aclarar a qué lote o lotes e ítems resulta aplicable dicha especificación, teniendo en cuenta que la determinación de Hemoglobina Glicosilada (HbA1c) se encuentra incluida en más de un lote del listado de bienes requeridos.
Asimismo, solicitamos indicar la cantidad de equipos en comodato que deberán ser provistos, así como los establecimientos, localidades o servicios de salud donde deberán ser instalados, considerando que dicha información no se encuentra expresamente individualizada en las especificaciones adicionales correspondientes a Hemoglobina Glicada.
Finalmente, solicitamos aclarar si la determinación de HbA1c deberá realizarse necesariamente en un equipo independiente y específico provisto en comodato, o si podrá ser procesada en el analizador automatizado de Química Clínica correspondiente al mismo lote, siempre que el fabricante disponga de una metodología validada para la determinación cuantitativa de HbA1c en dicha plataforma, con sus respectivos reactivos, controles y calibradores, y se garantice el desempeño analítico requerido.
En este último caso, solicitamos confirmar si la provisión de un equipo independiente para HbA1c no será exigible cuando la determinación pueda ser realizada de manera validada en el analizador de Química Clínica ofertado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2026

Ajustarse a la última versión del PBC. Se agrega especificaciones técnicas adicionales.

Consulta 20 - CONSULTAS – LOTE 1

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2026
Se solicita a la convocante aclarar en qué establecimientos de salud deberán instalarse los equipos solicitados, considerando que los centros mencionados en el pliego (Hospital Regional de Fuerte Olimpo, Centro de Salud de Puerto Casado y Centro de Salud de Carmelo Peralta) corresponden al departamento de Alto Paraguay y no al departamento de Canindeyú.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2026
Ajustarse a la última versión del PBC. Se agrega especificaciones técnicas adicionales.		

Consulta 21 - LOTE 5 Ubicación de los centros de instalación

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2026
Se solicita a la convocante aclarar en qué establecimientos de salud deberán instalarse los equipos solicitados, considerando que los centros mencionados en el pliego (Hospital Regional de Fuerte Olimpo, Centro de Salud de Puerto Casado y Centro de Salud de Carmelo Peralta) corresponden al departamento de Alto Paraguay y no al departamento de Canindeyú.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2026
Ajustarse a la última versión del PBC. Se agrega especificaciones técnicas adicionales.		

Consulta 22 - LOTE 1 – ÍTEM 53 – FTA-ABS

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2026
Se solicita a la convocante aclarar la metodología requerida para la determinación de anticuerpos específicos contra Treponema pallidum, considerando que la prueba FTA-ABS (Fluorescent Treponemal Antibody-Absorption) corresponde a una técnica de inmunofluorescencia. En este sentido, se solicita confirmar si se requiere específicamente dicha metodología o si se aceptará la determinación de anticuerpos anti-Treponema pallidum mediante la metodología CLIA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2026
aclarado en consulta 11		

Consulta 23 - LOTE 1 – ÍTEM 1 – HEMOGRAMA

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2026
Se solicita a la convocante admitir un volumen mínimo de aspiración de muestra inferior (9 ul) a los 10 µL establecidos en el pliego de bases y condiciones, siempre que el equipo ofertado garantice resultados confiables y cumpla con los demás requisitos técnicos solicitados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2026
Ajustarse a la última versión del PBC. Se agrega especificaciones técnicas adicionales.		

Consulta 24 - LOTE 1 – ÍTEMS 56 AL 58 – HEMOSTASIA

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2026
Se solicita respetuosamente a la convocante admitir el método de detección óptico basado en turbidez (fotometría) como alternativa al método electromagnético para el equipo de hemostasia, considerando que ambas tecnologías permiten realizar determinaciones de coagulación con precisión y confiabilidad. La aceptación de esta alternativa permitiría ampliar la participación de oferentes y promover la libre competencia, sin comprometer la calidad de los resultados. Asimismo, se señala que la exigencia exclusiva del método electromagnético podría restringir la concurrencia, al limitar la participación a un número reducido de proveedores.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2026
Ajustarse a la última versión del PBC. Se agrega especificaciones técnicas adicionales.		

Consulta 25 - LOTE 1 – EQUIPO DE INMUNOLOGÍA

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2026
Se solicita a la convocante aclarar las especificaciones técnicas requeridas para el equipo de inmunología, a fin de identificar correctamente las características, funcionalidades y condiciones técnicas que deberá cumplir el equipo ofertado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2026
Ajustarse a la última versión del PBC. Se agrega especificaciones técnicas adicionales.		

Consulta 26 - LOTES 1 – ÍTEMS 24 Y 25 – HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2026
Se solicita a la convocante aclarar si la determinación de hemoglobina glicosilada (HbA1c) deberá realizarse mediante un equipo exclusivo e independiente o si se aceptará que dicha determinación sea efectuada en el mismo equipo de química clínica ofertado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2026
Ajustarse a la última versión del PBC. Se agrega especificaciones técnicas adicionales.		

Consulta 27 - LOTES 5 – ÍTEMS 24 Y 25 – HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2026
Se solicita a la convocante aclarar si la determinación de hemoglobina glicosilada (HbA1c) deberá realizarse mediante un equipo exclusivo e independiente o si se aceptará que dicha determinación sea efectuada en el mismo equipo de química clínica ofertado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2026
Ajustarse a la última versión del PBC. Se agrega especificaciones técnicas adicionales.		

Consulta 28 - LOTE 1 – ÍTEMS 56 AL 58 – HEMOSTASIA

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2026
Se solicita a la convocante aclarar el tipo de equipo de hemostasia requerido, considerando que en la planilla de especificaciones se solicita un equipo automatizado, mientras que en la descripción técnica se hace referencia a un equipo semiautomatizado. Se solicita confirmar cuál de estas dos configuraciones deberá ser considerada para la presentación de las ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2026
Ajustarse a la última versión del PBC. Se agrega especificaciones técnicas adicionales.		

Consulta 29 - LOTE 5 – ÍTEM 1 – HEMOGRAMA

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2026
Se solicita a la convocante revisar y aclarar las especificaciones técnicas correspondientes al contador hematológico, considerando que en la planilla se establece la provisión de un (1) equipo en comodato, con un rendimiento mínimo de 80 determinaciones por hora, mientras que en la descripción técnica posterior se mencionan otras características. Asimismo, se solicita aclarar el establecimiento de salud en el cual deberá instalarse el equipo requerido.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2026
Ajustarse a la última versión del PBC. Se agrega especificaciones técnicas adicionales.		

Consulta 30 - LOTES 1– ÍTEMS 55 Y 26 – ELECTROLITOS

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2026
Se solicita a la convocante aclarar si la determinación de electrolitos deberá realizarse mediante un equipo exclusivo e independiente o si se aceptará que dicha funcionalidad se encuentre integrada en el equipo de química clínica ofertado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2026
Ajustarse a la última versión del PBC. Se agrega especificaciones técnicas adicionales.		

Consulta 31 - LOTES 5 – ÍTEMS 55 Y 26 – ELECTROLITOS

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2026
Se solicita a la convocante aclarar si la determinación de electrolitos deberá realizarse mediante un equipo exclusivo e independiente o si se aceptará que dicha funcionalidad se encuentre integrada en el equipo de química clínica ofertado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2026
Ajustarse a la última versión del PBC. Se agrega especificaciones técnicas adicionales.		

Consulta 32 - LOTES 1 – Ubicación de los centros de instalación

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2026
Se solicita a la convocante aclarar cuáles son los establecimientos de salud en los que deberán instalarse los equipos correspondientes a los lotes 1 y 5, especificando el hospital o centro asistencial asignado a cada lote, a fin de contar con información precisa para la preparación de las ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2026
Ajustarse a la última versión del PBC. Se agrega especificaciones técnicas adicionales.		

Consulta 33 - LOTES 5 – Ubicación de los centros de instalación

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2026
Se solicita a la convocante aclarar cuáles son los establecimientos de salud en los que deberán instalarse los equipos correspondientes a los lotes 1 y 5, especificando el hospital o centro asistencial asignado a cada lote, a fin de contar con información precisa para la preparación de las ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2026
Ajustarse a la última versión del PBC. Se agrega especificaciones técnicas adicionales.		

Consulta 34 - CARTUCHOS PARA IDENTIFICACIÓN DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS – BIOLOGÍA MOLECULAR

Consulta	Fecha de Consulta	09-10-2026
Se solicita a la convocante aclarar en qué lote e ítem se encuentra contemplada la determinación de Mycobacterium tuberculosis mediante cartuchos para biología molecular, considerando que dicho requerimiento no se encuentra identificado en la planilla de ítems. Asimismo, se solicita especificar el establecimiento de salud en el que será utilizada esta determinación, a fin de identificar correctamente el alcance del suministro y las condiciones requeridas para la presentación de la oferta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2026
AJUSTARSE A LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL PBC		

Consulta 35 - Especificaciones técnicas adicionales CONTADOR HEMATOLÓGICO

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2026
Se solicita a la Convocante aclarar si la especificación “volumen de muestra de 10 µL como mínimo” admite la presentación de equipos con un volumen de aspiración superior a 10 µL, a fin de evitar interpretaciones ambiguas y garantizar la correcta comprensión del requisito técnico.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2026
Ajustarse a la última versión del PBC. Se agrega especificaciones técnicas adicionales.		

Consulta 36 - Especificaciones técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2026
Se solicita a la Convocante aclarar a qué lotes en particular corresponden las Especificaciones Técnicas Adicionales, considerando que también se establecen especificaciones técnicas en el apartado “Detalles de los bienes y/o servicios”, a fin de evitar ambigüedades y garantizar una correcta interpretación y aplicación de los requisitos técnicos solicitados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2026
Ajustarse a la última versión del PBC. Se agrega especificaciones técnicas adicionales.		

Consulta 37 - Especificaciones técnicas adicionales

Consulta	Fecha de Consulta	12-10-2026
Se solicita a la Convocante incorporar un título en el apartado de Especificaciones Técnicas Adicionales, que identifique claramente el lote al cual corresponden dichas especificaciones, a fin de evitar ambigüedades y facilitar la correcta interpretación de los requisitos técnicos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2026
Ajustarse a la última versión del PBC. Se agrega especificaciones técnicas adicionales.		

Consulta 38 - Especificaciones técnicas adicionales – Contador hematológico – Punto 18

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2026
Teniendo en cuenta que el presente llamado tiene por objeto la provisión de reactivos a la XIV Región Sanitaria – Canindeyú, y como ya se ha esclarecido en la versión 2 del pliego de bases y condiciones las dependencias a las cuales corresponden los lotes se solicita amablemente a la convocante rectificar la información relativa al punto 18 correspondiente a los lugares de entrega en los cuales se encuentra citados los siguientes establecimientos que corresponden al departamento de Alto Paraguay y no al departamento de Canindeyú: Hospital Regional de Fuerte Olimpo, Centro de Salud Puerto Casado y el Centro de Salud Carmelo Peralta; esto a fin de evitar posibles confusiones durante la ejecución contractual.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	27-10-2026
Ajustarse a la última versión del PBC. Se agrega especificaciones técnicas adicionales.		

Consulta 39 - lote 2 y lote 6

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2026
Consultamos si para los Cartucho para Analizador de Sangre, si deben ser ligeros con peso menor a 800gr. y si debera contar con Certificado de Calidad del País de origen, como FDA		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2026
Ajustarse a la ultima versión del PBC.-		

Consulta 40 - LOTE 2 Y 6: ITEM 1 GASOMETRO

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2026
Se solicita a la Convocante considerar la posibilidad de admitir analizadores de gases arteriales que informen tanto parámetros medidos directamente por el equipo como parámetros calculados mediante algoritmos validados, siempre que estos cumplan con las especificaciones técnicas del fabricante y permitan obtener resultados confiables para la evaluación clínica del paciente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2026
Aclarado en la Consulta N° 39.-		

Consulta 41 - LOTE 1 ITEM 1 HEMATOLOGÍA

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2026
Se solicita a la convocante aceptar equipos de hematología de 6 partes, en reemplazo de los de 5 partes, o bien admitir indistintamente ambas tecnologías, considerando que los equipos de 6 partes ofrecen una capacidad de diferenciación celular igual o superior		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2026
Ajustarse al PBC. Las especificaciones técnicas fueron analizadas, evaluadas y adecuadas en función a las necesidades del laboratorio.		

Consulta 42 - Lote 1 INMUNOLOGÍA

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2026
En relación con el punto 17 del Lote 1, correspondiente al equipo de inmunología, que establece: “Todos los reactivos deben ser de la misma marca al igual que los controles y calibradores o que sea compatible con el equipo”, se solicita a la convocante aclarar si se aceptarán reactivos, controles y calibradores de diferentes marcas, siempre que sean técnicamente compatibles con el equipo ofertado y se encuentren validados para su utilización en dicho sistema.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2026
Ajustarse al PBC. Lo solicitado se ajusta a las EETT requeridas.		

Consulta 43 - Lote 1 Inmunología

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2026
Se solicita a la convocante aceptar un equipo de soporte de inmunología en caso de no contar con todas las determinaciones en un solo equipo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2026
Ajustarse al PBC. Las especificaciones técnicas fueron analizadas, evaluadas y adecuadas en función a las necesidades del laboratorio.		

Consulta 44 - Lotes 2 y 6 – Parámetros calculados

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2026
En relación con las especificaciones técnicas del equipo de gasometría, solicitamos aclarar si podrán aceptarse analizadores que determinen directamente pH, pCO_2, pO_2, Na, K, calcio ionizado y hematocrito, y que informen los parámetros HCO_3, TCO_2, BE, SO_2 y hemoglobina mediante cálculos o estimaciones validados por el fabricante. Considerando que dichas magnitudes pueden obtenerse mediante procedimientos analíticos y cálculos establecidos para los sistemas de gasometría, solicitamos confirmar su aceptación, siempre que los resultados sean informados por el equipo y cumplan con la finalidad clínica requerida.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2026
Aclarado en Consulta N° 39		

Consulta 45 - Lote 3 – Analizador semiautomatizado de orina

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2026

Considerando que el objeto del presente lote contempla la provisión de un equipo semiautomatizado para el análisis de orina, solicitamos amablemente a la convocante verificar las especificaciones técnicas establecidas, particularmente en lo referente al requisito de “módulo de carga de capacidad mínima de 50 muestras”. Al respecto, señalamos que dicha característica corresponde habitualmente a equipos automatizados, que disponen de sistemas de carga y procesamiento de muestras de manera independiente. Por el contrario, los equipos semiautomatizados requieren necesariamente la intervención del operador para el procesamiento de las muestras, por lo que no resulta técnicamente aplicable exigir un módulo de carga con dicha capacidad. Solicitamos amablemente la reformulación de este requisito, a fin de adecuarlo a las características operativas propias de los equipos semiautomatizados y mantener la debida concordancia entre el objeto del lote.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2026

Ajustarse a la última versión del PBC.-

Consulta 46 - Lote 3 – Analizador semiautomatizado de orina

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2026

Solicitamos amablemente a la convocante considerar la flexibilización del requisito relativo al rendimiento del equipo, estableciendo una capacidad mínima de procesamiento de 40 muestras por hora, a fin de permitir la participación de un mayor número de oferentes que cuenten con equipos técnicamente aptos y que cumplan con las demás especificaciones requeridas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-11-2026

Aclarado en la consulta N° 45.-

Consulta 47 - Para los Lotes 2 y 6 – Cartuchos para Analizador de Sangre – Peso máximo del equipo lector

Consulta	Fecha de Consulta	19-11-2026

En relación con las modificaciones introducidas en la Versión 4 del PBC, que establecen un peso máximo de 800 gramos para los equipos lectores portátiles, solicitamos considerar la aceptación de analizadores de hasta 7.000 gramos, siempre que garanticen su portabilidad, autonomía energética y capacidad para realizar las determinaciones requeridas. Considerando que la portabilidad no depende exclusivamente del peso, sino también de las dimensiones, facilidad de traslado y funcionalidad del equipo, solicitamos modificar dicho requisito a fin de ampliar la participación de diferentes tecnologías, sin comprometer la finalidad diagnóstica ni el desempeño analítico exigido.

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2026

Ajustarse al PBC.
Entre el peso máximo establecido de 800 gramos y el propuesto de 7.000 gramos existe una diferencia significativa, ya que este último equivale a casi nueve veces el valor solicitado, lo que representa un incremento de aproximadamente 775 %. Los analizadores de estos lotes están destinados a la atención del paciente en el lugar donde se encuentra, por lo que se requieren equipos cómodos de transportar y de manipular, condición que no se cumple con equipos de hasta 7 kg.